

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория



УТВЕРЖЕНА ПРИКАЗОМ
от « 20 » октября 2014 г. Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах»

РОСАККРЕДИТАЦИИ

№ 1011-208
наименование испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

658620. Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

РОСС RU.0001.512-14-01 адрес места осуществления деятельности

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 8218	Молоко сырое	01.41.2 10.51.1 10.51.3 10.51.4 10.51.52 1051.55 10.51.56.120 10.51.56.130 10.51.56.140 10.51.56.150 10.51.56.310	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Группа чистоты	(1-3) группа
2.	МУ 4237-86	Готовые блюда и рационы	10.85.11 10.85.12 10.85.13 10.85.14 10.85.19	1602 160420 21041 00000	Содержание углеводов	-
3.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочные продукты	10.51.1, 10.51.3 10.51.4 10.51.52 1051.55 10.51.56.120 10.51.56.130 10.51.56.140 10.51.56.150 10.51.56.310 01.41.2	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Патогенные, в том числе сальмонеллы (Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы)/ Salmonella ssp.	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ Р 58144 п. 8.14	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853001000	pH	(1-14) ед. pH
5.	ГОСТ Р 58144 п. 8.15				Удельная электрическая проводимость	(10^{-4} до 10^{-1}) см/м
6.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячего водоснабжения	36.00.11	220110	Температура	(60-75) °C
7.	МИ ПКФ-14-007	Жилые и общественные здания	-	-	Общая вибрация: Уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный)	(63,1-171,6) дБ
8.	МИ ПКФ-14-014	Рабочие места, территория	-	-	Общая вибрация: Уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный)	(63,1-171,6) дБ
9.	МИ ПКФ-14-017	Рабочие места водителей, пассажиры автотранспортных средств	-	-	Общая вибрация: Уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный)	(63,1-171,6) дБ
10.	МИ ПКФ-15-022	Рабочие места	-	-	Локальная вибрация (корректированный, эквивалентный)	(60-192) дБ

11.	Руководство по эксплуатации виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-111В (ПКДУ.411000.003 РЭ)	Рабочие места промышленных объектов Жилые и общественные здания. Транспортные средства	-	-	Общая вибрация: Уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный) в среднегеометрических октавных полосах частот (2;4;8;16;31,5;63) Гц	(63,1-171,6) дБ
12.	СанПиН 2.2.4.3359-16 Раздел 2.3.7.	Рабочие места	-	-	Локальная вибрация: уровень виброускорение (корректированный, эквивалентный) в среднегеометрических полосах частот (8;16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000) Гц	(60-192) дБ
13.	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные	-	-	Температура поверхности	(-30+400) °С
					Температура воздуха	(0+50) °С
					Влажность воздуха	(10-98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ 33393	Жилые помещения, общественные здания и рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации	(1:100) %
15.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного eЛайт (СВМТ.201112.003.РЭ)	Рабочие зоны (места) производственных и общественных зданий. Жилые помещения, территории жилой застройки	-	-	Освещенность	(1-200000) лк
					Яркость	(1-200000) кд/м ²
16.	СанПиН 2.2.4.3359-16 Раздел 2.3.6.	Рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации	(1-100) %
17.	Руководство по эксплуатации ИК-метра радиометра теплового излучения (БВЕК 43.1121.04.РЭ)	Жилые помещения, общественные здания и рабочие места	-	-	Инфракрасное излучение	(10-2500) Вт/м ²
					Энергетическая яркость	(165-5000) Вт/(ср м ²)
					Интенсивность теплового излучения (тепловой поток)	(10-2500) Вт/м ²
18.	МУ 2.6.1.2398-08 п. 1-5, 7	Территория жилой застройки. Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий, промышленных объектов.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,10-99,99) мкЗв/ч (0-3000) мкР/ч

Главный врач


должность уполномоченного лица

В.М. Шлыков

инициалы, фамилия уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано
4 (четыре) листа (ов)



Эксперт по аккредитации

О.Е. Тутельян

Технический эксперт

Ю.П. Федотова