

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ДИТВАК А.Г.
М.П.  подпись _____
инициалы, фамилия
310118
Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.513708
от «___» _____ г.

На 1 листе, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательной лаборатории приемо-сдаточного пункта «Похвистнево» Акционерного общества «Транснефть – Приволга»
(филиал «Бугурусланское районное нефтепроводное управление»)

наименование испытательной лаборатории (центра)


446450, Россия, Самарская обл., г. Похвистнево, Ибряйкинское шоссе, ЛПДС «Похвистнево»

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наимено- вание объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ФР.1.29.2015.21578 Плотность нефти. Методика измерений ареометром в аналитической лаборатории ПСП «Похвистнево» Бугурусланского РНУ. Свидетельство об аттестации Метрологический Центр «ТН» № 112-399- 3100328-2015 от 03.03.2015	Нефть	06.10.10.200 06.10.10.300	–	Плотность	(860,0-895,0) кг/м ³

 Заместитель генерального директора АО «Транснефть – Приволга»

М.П.


К.А. Хорошевский

Эксперт по аккредитации



Н.Н. Николаев

