



ПРИКАЗ
от 20 декабря 2019 г.
№ 143 - 1/13

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИЯ


Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью
«Уральский региональный центр «Технической экспертизы и диагностики»
620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д.4, лит. Ц

Росстандарт.0001.224446

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33 (с использованием автоматического вискозиметра)	Нефть и жидкие нефтепродукты, прозрачные и непрозрачные жидкости, кроме битумов	19.20.29 19.20.21.300	-	Вязкость кинематическая	(0,50 – 300,00) мм ² /с
2	ГОСТ 25371	Нефтепродукты	19.20.29	-	Индекс вязкости	1 – 350
3	ГОСТ 6356	Нефтепродукты	19.20.29 19.20.21.300	-	Температуры вспышки в закрытом тигле	(20-250)°С
4	ГОСТ 2477	Нефтепродукты (в том числе пластичные смазки, парафины, церезины, воски, гудроны и битумы) и нефть	19.20.29 19.20.21.300 19.20.28.100	-	Содержание воды	Отсутствие/следы (0,03 – 10,0) %
5	ГОСТ 5985 п.3.4	Светлые нефтепродукты, не легированные масла, специальные масла и углеводородные пластичные смазки	19.20.29	-	Кислотное число	(0,001-1,00) мг КОН/г
6	ГОСТ 11362 п.10.6	Нефтепродукты и смазочные материалы	19.20.29		Общее щелочное число	(0,05-20,00) мг КОН/г
7	ГОСТ 1461	Нефть и нефтепродукты	19.20.29 19.20.21.300	-	Зольность	(0,001 – 1,000) %
8	ГОСТ 12068	Масло нефтяное	19.20.29	-	Время дезмульсации	(30 – 1200) с
9	ГОСТ 12417	Товарные смазочные масла с присадками и присадки, применяемые при компаундировании	19.20.29	-	Массовая доля сульфатной зольности	(0,005 – 2,00) %



1	2	3	4	5	6	7
10	РД 34.46.303	Масло трансформаторное	19.20.29.170	-	Объемная доля растворенных газов: - метан - CH ₄ ; - этан - C ₂ H ₆ ; - этилен - C ₂ H ₄ ; - ацетилен - C ₂ H ₂ ; - диоксид углерода - CO ₂ ; - оксид углерода - CO; - водород - H ₂	(0,0001-2,0000) % (0,0001-2,0000) % (0,0001-2,0000) % (0,0005-2,0000) % (0,0001-2,0000) % (0,0001-2,0000) % (0,0005-2,0000) %
11	СТО 56947007-29.180.010.009	Масло трансформаторное	19.20.29.170	-	Содержание фурановых производных	(0,00002-0,0020) %
12	МВИ 61	Минеральные и огнестойкие турбинные масла типа ОМТИ	19.20.29.160	-	Время деаэрации	(60-500) с
13	ГОСТ 32513 п. 8.2	Бензин автомобильный неэтилированный	19.20.21.100	-	Внешний вид	Чистый, прозрачный, без посторонних примесей и воды
14	ГОСТ ISO 20884	Топливо автомобильное	19.20.21.100 19.20.21.300	-	Содержание серы	соответствие/ несоответствие (5-500) мг/кг
15	ГОСТ Р 52660	Топливо автомобильное жидкое гомогенное	19.20.21.300 19.20.21.100	-	Содержание серы	(5-500) мг/кг




Директор ООО «УРЦ «ГЭ и Д»

К.А. СМЫКОВ

Пронумеровано, пронумеровано

2 (два) листа



Руководитель экспертной группы
Технический эксперт

Киселева Н.В.
Дымченко Т.А.