

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

08 НОЯ 2017



Приложение (дополнение №2)

к аттестату аккредитации № RA.RU.21AK95

от «15» августа 2016 г.

на 4 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе»)

456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25

адрес места осуществления деятельности:

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 33319	Продукция мясная пищевая, в т.ч. из мяса птицы	10.13	-	Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
2.	РСТ РСФСР 107 п. 4.4 п. 4.3	Вареники быстро-замороженные	10.89	-	Масса одного изделия	(18,0 – 38,0) г
					Массовая доля фарша	(30 – 70) %
3.	ГОСТ Р 54607.3 п. 6.3	Продукция общественного питания	10.85.1	-	Степень термического окисления растительного масла	(0,0001 – 1,7000) %
4.	Методическое указание по контролю норм вложения сырья и калорийности кулинарных изделий в предприятиях общественного питания, утвержденное приказом Министерства торговли СССР от 16 августа 1950 года № 661 п. 4, 6 п. 4, 5 п. 7	Кулинарные изделия в предприятиях общественного питания	10.85.1	-	Сухие вещества	(1-100) г
					Жир	(1-100) г
					Калорийность	(1-800) ккал
5.	ГОСТ 33951, п.8.1	Молоко и молочная продукция	01.41.2	-	Молочнокислые микроорганизмы (НВЧ)	(2,0·10 ⁿ – 110·10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
6.	ГОСТ 33566		01.45.2 10.51.1- 10.51.5 10.52.1		Дрожжи, плесени	(5·10 ⁿ - 10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
7.	ФР.1.31.2016.24657 ПНД Ф 14.1:2.3.95-97 (издание 2016 г.)	Вода природная, вода сточная	-	-	Массовая концентрация кальция	(1,0 - 2000) мг/дм ³
8.	ФР.1.31.2016.24667 ПНД Ф 14.1:2.3.96-97 (издание 2016 г.)				Массовая концентрация хлоридов	(10,0 - 5000) мг/дм ³
9.	ФР.1.31.2016.25278 ПНД Ф 14.1:2.3.98-97 (издание 2016 г.)				Общая жесткость	(0,1 - 50) °Ж
10.	ФР.1.31.2016.25279 ПНД Ф 14.1:2.3.100-97 (издание 2016 г.)				Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0 - 2000) мг/дм ³
11.	ФР.1.31.2017.27457 ПНД Ф 14.1:2.3.101-97 (издание 2017 г.)				Растворенный кислород	(1,0 - 15,0) мг/дм ³
12.	ФР.1.31.2016.25280 ПНД Ф 14.1:2.3.110-97 (издание 2016 г.)				Взвешенные вещества	(3,0 - 5000) мг/дм ³
13.	Инструкция по бактериологическому контролю качества проведения противозидемических мероприятий в акушерских стационарах (Приложение 3 к приказу Минздрава СССР от 28.12.89 № 691)	Биологический (клинический) материал	-	-	Отбор материала	-
					Бактерии рода Staphylococcus	(0 - 1·10 ^н) КОЕ/мл
14.	ГОСТ ISO 9612 разделы IX, X, XII п. 12.2, 12.4	Рабочие места	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука	(20 - 140) дБА
					Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне октавных полос со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц, в диапазоне третьоктавных полос со среднегеометрическими частотами от 25 до 10000 Гц	(20 - 140) дБ
15.	ГОСТ 24940 п. 6.2 п. 6.1 п. 6.4	Рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, селитебная территория	-	-	Световая среда: Коэффициент естественной освещенности	(0,05 - 10) %
					Искусственная освещенность	(1 - 10000) лк
					Вертикальная освещенность	
16.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 2.3	Рабочие места	-	-	Микроклимат: Температура воздуха	[(-40) - 50] °С
					Температура поверхностей	(0 - 50) °С
					Относительная влажность воздуха	(3 - 97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
					Интенсивность теплового облучения	(10 - 10000) Вт/м ²

1	2	3	4	5	6	7
	раздел III				Шум:	(20 – 140) дБА
					Эквивалентный уровень звука	
					Максимальный уровень звука	(20 – 140) дБ
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне октавных полос со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц, в диапазоне третьоктавных полос со среднегеометрическими частотами от 25 до 10000 Гц	
	раздел IV				Вибрация:	
					Эквивалентное скорректированное виброускорение	
	раздел V				Инфразвук:	(30 – 140) дБЗ
					Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц	
					Эквивалентный общий уровень инфразвука	
	п. 6.3				Максимальный общий уровень инфразвука	(30 – 150) дБ
					Ультразвук воздушный:	
					Эквивалентные уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц	
	п. 7.3.2, 7.3.7				Электромагнитные поля:	(0,3 – 100) кВ/м
					Напряженность электростатического поля	
	п. 7.3.7				Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	(8 – 100) В/м
	Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц	(0,8 – 10) В/м				
	Плотность магнитного потока в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	(0,08 – 1) мкТл				
	Плотность магнитного потока в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц	(8 – 100) нТл				
п. 7.3.4, 7.3.7	Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,05 – 50) кВ/м				
	Плотность потока индукции магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,01 – 5) мТл				

1	2	3	4	5	6	7
	п. 9.3				Световая среда: Энергетическая освещенность (интенсивность облучения) в ультрафиолетовом диапазоне	(10 – 100000) мВт/м ²
	п. 10.3.1, 10.3.2				Искусственная освещенность	(1 – 10000) лк
	п. 10.3.5-10.3.9				Коэффициент пульсаций освещенности	(1 – 100) %
	п. 10.2.14-10.2.17				Коэффициент естественной освещенности	(0,05 – 10) %

Руководитель ИЛЦ



А.П. Украинский