Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

м.п.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ДИТВАК А.Е.

подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

08 АВГ 2019

N _____

от _____ 2019 г.

на 106 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

наименование испытательной лаборатории (центра)

654007, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Спартака, д.14;
654031, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Горьковская, д. 29;
654032, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, д. 76 А.

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Санитарно-гигиеническая лаборатория, ул. Спартака, д. 14						
1.	ГОСТ 8558.1-2015	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы; и используемые при их производстве нитрит-содержащие компоненты	01.47 01.47.2 10.11 10.12 10.13	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0210	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002 - 0,012) %

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 23231-2016	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные		2104 0407 0408 1601 1602	Массовая доля остаточной активности кислой фосфатазы (фенола)	(0,0012 - 0,0240) %
3.	ГОСТ 9794-2015 п.8	Продукты мясные			Массовая доля общего фосфора	(0,04 - 0,25) %
4.	ГОСТ 32009-2013	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля общего фосфора	(0,01 - 1,5) %
5.	ГОСТ 9793-2016	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
6.	ГОСТ 33319-2015	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
7.	ГОСТ 31727-2012	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля золы	(0 - 20) %
8.	ГОСТ 23042-2015	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля жира	(0,2 - 50) %
9.	ГОСТ 33741-2015 п. 7	Консервы мясные и мясосодержащие			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
10.	ГОСТ 33741-2015 п. 8				Масса нетто	(2,5-3000) г
11.	ГОСТ 33741-2015 п. 9				Массовая доля составных частей	От 0,1 %
12.	ГОСТ 7269-2015	Мясо и субпродукты			Внешний вид и цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
					Состояние жира	-
					Состояние сухожилий	-
					Прозрачность и аромат бульона	-

1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ Р 51944-2002	Мясо птицы			Запах	-
					Прозрачность и аромат бульона	-
					Консистенция и состояние мышц на разрезе	-
					Внешний вид и цвет	-
					Состояние и вид кожи	-
14.	ГОСТ 9959-2015	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Состояние поверхности	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
					Сочность	-
					Вид продукта на разрезе	-
15.	ГОСТ 25011-2017 п.6	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы			Массовая доля общего белка	(1,0 - 55,0) %
16.	ГОСТ 32008-2012	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы			Массовая доля азота	(0,1 - 10,0) %
17.	ГОСТ 9957-2015	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы			Массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 7,0) %
18.	ГОСТ ISO 1841-2-2013	Мясо и мясные продукты, мясо птицы и продукты из него			Массовая доля хлоридов	(0,25-10,0) %
19.	ГОСТ Р 51480-99	Мясо и мясные продукты, мясо птицы			Массовая доля хлоридов	(1,0-10,0) %
20.	ГОСТ 10574-2016 п.6	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы			Качественная реакция на крахмал	Присутствие-отсутствие
21.	ГОСТ 10574-2016 п.7				Массовая доля крахмала	(0,03 - 15,4) %
22.	ГОСТ 29301-92	Мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля крахмала	От 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
23.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Пробоподготовка	-
24.	ГОСТ 31470-2012 п.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Запах	-
25.	ГОСТ 31470-2012 п.5				Общая кислотность	(0,3 - 10) ^{0}Т
26.	ГОСТ 31470-2012 п.12				Массовая доля углеводов, в пересчете на глюкозу (крахмала, хлеба)	(2 - 20) %
27.	ГОСТ Р 54346-2011	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика			Перекисное число	(0 - 40) ммоль активного кислорода/кг жира
28.	ГОСТ Р 55573-2013 п.4	Мясо, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля кальция	(10 - 8000) мг/кг
29.	ГОСТ 31930-2012 п.4	Мясо птицы замороженное			Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании	От 0%
30.	ГОСТ 4288-76 п.2.4	Кулинарные изделия и полуфабрикаты рубленые мясные и мясосодержащие			Подготовка проб к анализу	-
31.	ГОСТ 4288-76 п.2.5				Массовая доля влаги	От 0,1 %
32.	ГОСТ 34135-2017 п.7, п.8	Кулинарные изделия и полуфабрикаты рубленые мясные и мясосодержащие			Массовая доля хлеба	От 0,1 %
33.	МУ 4704-88	Мясо и мясопродукты, птица, яйца			*Синтетические пиретроиды:* Амбуш	(0,05 - 0,3) мг/кг
					Цимбуш	(0,05 - 0,3) мг/кг
34.	ГОСТ 32308-2013	Мясо и мясные продукты			*Хлорорганические пестициды:* ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 5,0) мг/кг
					Гексахлорциклогексан (ГХЦГ- α, β, γ- изомеры)	(0,005 - 5,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005 - 5,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005 - 5,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005 - 5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ 31584-2012	Молоко	01.41 01.45 01.49 10.51 10.52 10.85 10.86	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Массовая доля общего фосфора	От 0,1 %
36.	ГОСТ Р ИСО 2446-11	Молоко			Массовая доля жира	(0,1-40,0) %
37.	ГОСТ 24065-80 п.2	Молоко			Сода	Присутствие-отсутствие
38.	ГОСТ 24066-80	Молоко			Аммиак	Присутствие-отсутствие
39.	ГОСТ 24067-80	Молоко			Перекись водорода	Присутствие-отсутствие
40.	ГОСТ 3622-68	Молоко и молочные продукты			Пробоподготовка	-
41.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты			Пробоподготовка	-
42.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты			Пробоподготовка	-
43.	ГОСТ 8218-89	Молоко			Группа чистоты	(1 - 3) группа
44.	ГОСТ 28283-2015	Молоко коровье			Запах	-
					Вкус	-
45.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	(0,1-40,0) %
46.	ГОСТ 3626-73	Молоко и молочные продукты			Массовая доля сухого вещества	(1-90) %
					Массовая доля влаги	(1-90) %
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО)	(0,5-99,0) %
47.	ГОСТ Р 54668-2011 п.7	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 - 90,0) %
48.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочные продукты (кроме продуктов маслоделия			Массовая доля сухого обезжиренного остатка	(0,5 - 99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		и сыров)			(СОМО)	
49.	ГОСТ Р 53951-2010	Молочные продукты			Массовая доля белка	(0,10 - 100,00) %
50.	ГОСТ 3624-92 п.3	Молоко и молочные продукты			Кислотность. Кислотность жировой фазы	(2,0-250,0) ^{0}Т
51.	ГОСТ Р 54669-2011 п.7	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	(2,0 - 250,0) ^{0}Т
52.	ГОСТ 32892-2014	Молоко и молочные продукты			Активная кислотность (pH)	(3 - 8) ед. pH
53.	ГОСТ Р 54667-2011 п.6	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	(1,0 - 50,0) %
54.	ГОСТ Р 54667-2011 п.9				Массовая доля общего сахара	(2,0 - 50,0) %
55.	ГОСТ Р 54759-2011 п.7	Продукты переработки молока			Массовая доля крахмала	(1,0 - 10,0) %
56.	ГОСТ Р 55331-2012	Молоко, молочные продукты и продукты их переработки			Массовая доля кальция	(0,100 - 1,500) %
57.	ГОСТ 3623-2015 п.7.1	Молоко, молочные продукты и продукты их переработки			Фосфатаза (пастеризация)	Обнаружено-не обнаружено
58.	ГОСТ Р 54758-2011	Молоко, молочные продукты и продукты их переработки			Плотность	(1015 - 1040) кг/м^3
59.	ГОСТ ISO 2962-2016	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля общего фосфора	От 0,1 %
60.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.8	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля жира	(7,0 - 39,0) %
61.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0 - 70,0) %
62.	ГОСТ Р 54662-2011	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля белка	(5,0 - 55,0) %
63.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.10	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(1,0 - 8,0) %
64.	ГОСТ 3627-81 – п.2	Сыр и сырные продукты, – брынза, соленые творожные изделия, сливочное масло и масляная паста			Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
	п.4				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
	п.5				Массовая доля	(0,1-7,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					хлористого натрия	
65.	ГОСТ 30627.2-98 п.5	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля витамина С (аскорбиновая кислота)	От 0,1 %
66.	ГОСТ 30648.1-99 п.4	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	От 0,1 %
67.	ГОСТ 30648.2-99	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля общего белка	От 0,1 %
68.	ГОСТ 30648.3-99 п.4	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги	От 0,1 %
69.	ГОСТ 30648.4-99 п.4	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	От 0,1 %
70.	ГОСТ 30648.5-99	Продукты молочные для детского питания			Активная кислотность (pH)	(3 - 8) ед. pH
71.	ГОСТ 30648.7-99 п.5	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахарозы	От 0,1 %
72.	ГОСТ Р 51453-99	Молочный жир			Перекисное число в безводном жире	До 1,0 мэкв/кг
73.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	(50,0 - 75,0) %
	п.7.5				Массовая доля жира	(25,0-85,0) %
74.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6				Массовая доля влаги	(0,5 - 60,0) %
	п.7.7				Массовая доля влаги	(0,5 - 60,0) %
75.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.9				Массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО)	(1,0 - 25,0) %
	п.7.10				Массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО)	(1,0 - 25,0) %
	п.7.11				Массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО)	(1,0-25,0) %
76.	ГОСТ Р 55361-2012				Массовая доля	(0,5 - 3,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.12				хлористого натрия (поваренной соли)	
77.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.14	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность	(1,0 - 6,0) ^{0}К
78.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.15				Титруемая кислотность жировой плазмы	(1,0 - 6,0) ^{0}К
	п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0 - 70,0) ^{0}Т
79.	ГОСТ 31688-2012	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром			Массовая доля сухого молочного остатка (СОМО)	-
80.	ГОСТ 29245-91 п.3	Консервы молочные			Вкус и запах	-
					Консистенция	-
81.	ГОСТ 29245-91 п.7				Цвет	-
					Группа чистоты	(1 - 3) группа
82.	ГОСТ 29247-91	Молочные и молоко - содержащие консервы сгущенные и сухие			Массовая доля жира	(0,3-15,0) %
83.	ГОСТ 29248-91	Молочные консервы сгущенные и сухие			Массовая доля сахарозы (лактозы)	От 0 %
84.	ГОСТ 29246-91	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	(1-95) %
85.	ГОСТ 30305.1- 95 п.4	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги	(2-50) %
86.	ГОСТ 30305.3-95	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	От 10 ^{0}Т
87.	М 04-14-2005 (издание 2010 г.)	Молоко и продукты его переработки			Массовая доля афлатоксина M_1	(0,0002 - 0,005) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
88.	ГОСТ 23452-2015 п.5.2	Молоко и молочные продукты			*Хлорорганические пестициды:* ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 0,5) мг/кг
					Гексахлорциклогексан (ГХЦГ-α, β, γ- изомеры)	(0,005 - 0,5) мг/кг
89.	ГОСТ Р 55503-2013	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11 03.12 10.20 10.20.25.110- 10.20.25.113 10.20.25.119 10.85 10.86	0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 1604 1605	Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	(0,5 - 20) г/кг
					Массовая доля водорастворимых соединений фосфора	(0,8 - 20) г/кг
					Массовая доля общего фосфора	(0,8 - 20) г/кг
90.	ГОСТ 26657-97 п.4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля (содержание) фосфора	От 0,1 %
91.	СанПиН 42-123-4083-86 (дополнение № 4274-87)	Рыба и рыбопродукты			Содержание гистамина	(10 - 500) мг/кг
92.	М 04-55-2009 (издание 2014 г.)	Рыба и рыбопродукты			Массовая доля гистамина	(10 - 500) мг/кг
93.	ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п. 3.3.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля воды	От 0 мл
94.	ГОСТ 7636-85 п. 3.5				Массовая доля поваренной соли	От 0,1 %
95.	ГОСТ 7636-85 п.3.7.1, п.3.7.2				Массовая доля жира	От 0,1 %
	п.3.7.4				Массовая доля жира	От 0,1 %
96.	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Масса нетто. Массовая доля глазури	(2,5-3000) г От 0 %
97.	ГОСТ 7631-2008 п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
98.					Консистенция	-
					Цвет	-
					Наличие посторонних примесей	-
					Состояние внутренней поверхности металлических банок	-
99.	ГОСТ 33331-2015 п.7.1	Водоросли, травы морские и продукция из них			Массовая доля воды	(5,0 - 96,0) %
100.	ГОСТ 33331-2015 п.7.2				Массовая доля золы	(0,5 - 35,0) %
101.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	От 0,1 %
102.	ГОСТ 27082-2014 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей			Общая кислотность	От 0,1 %
103.	ГОСТ 28972-91	Консервы и пресервы из рыбы и нерыбных продуктов промысла			Активная кислотность (pH)	(0 - 12) pH
104.	ГОСТ 20221-90	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	От 0,1 %
105.	ГОСТ 26829-86 п.2	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	От 0,1 %
106.	ГОСТ 26808-2017 п. 2	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	(10,0 - 50,0) %
107.	ГОСТ 26664-85 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Прозрачность масла	-
108.	ГОСТ 26664-85 п.3				Масса нетто	(2,5-3000) г

1	2	3	4	5	6	7
109.	ГОСТ 26664-85 п.4				Массовая доля составных частей	От 0 %
110.	ГОСТ 27001-86 п.2	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля бензойнокислого натрия	(0,005-0,3) %
111.	ГОСТ 13586.5-2015	Зерна зерновых и зернобобовых культур	01.11 10.61 10.71 10.72 10.73 10.85 10.86	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1901 1902 1905	Влажность	От 0,1 %
112.	ГОСТ 29033-91	Зерно и продукты его переработки			Массовая доля жира	От 0,1 %
113.	ГОСТ Р 51411-99	Зерно и продукты его переработки			Содержание золы	От 0,1 %
114.	ГОСТ 10967-90	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур			Цвет, запах	-
115.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби			Влажность	(1,0-30,0) %
116.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби			Кислотность	От 0,1 град.
117.	ГОСТ 27494-2016 п.6.5.2	Мука и отруби			Зольность	(0,47 - 1,346) %
118.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби			Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Хруст	-
119.	ГОСТ 27559-87	Мука и отруби			Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено - не обнаружено
120.	ГОСТ 20239-74 п.3.2.2	Мука, крупа и отруби			Металломагнитная примесь	От 0,1 %
121.	ГОСТ 27839-2013 п.9.2	Мука пшеничная			Количество и качество клейковины	От 0,1 %
122.	ГОСТ 26312.2-84	Крупа			Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Развариваемость	-

1	2	3	4	5	6	7
123.	ГОСТ 26312.3-84	Крупа			Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено - не обнаружено
124.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа			Зольность	(0,1-5,0) %
125.	ГОСТ 26312.6-84	Крупа			Кислотность	От 0,1 %
126.	ГОСТ 26312.7-88	Крупа			Влажность	(0,5-50,0) %
127.	ГОСТ 26971-86	Зерно, крупа, мука для продуктов детского питания			Кислотность	От 0,1 %
128.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия			Влажность	(1,0-80,0) %
129.	ГОСТ 5667-65 п.5а	Хлеб и хлебобулочные изделия			Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Посторонние включения	-
					Состояние поверхности, формы	-
130.	ГОСТ 5667-65 п.6				Масса	(2,5-3000) г
131.	ГОСТ 5668-68	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля жира	(0,7-50,0) %
132.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия			Пористость	(30-85) %
133.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия			Кислотность	(0,2-50,0) град
134.	ГОСТ 5672-68 п.3	Хлеб и хлебобулочные изделия			Содержание сахара	(1,0-20,0) % в пересчете на с.в.
135.	ГОСТ 5698-51 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	От 0,1 %
136.	ГОСТ 24557-89 п.3.3	Изделия хлебобулочные сдобные			Массовая доля начинки	От 1 %
137.	ГОСТ 8494-73 п.3.7	Сухари сдобные пшеничные			Массовая доля влаги	(1,0-80,0) %

1	2	3	4	5	6	7
138.	ГОСТ 31964-2012 п.6	Изделия макаронные			Пробоподготовка	-
139.	ГОСТ 31964-2012 п. 7.1, п.7.2				Цвет	-
					Форма	-
					Запах	-
					Вкус	-
140.	ГОСТ 31964-2012 п.7.3.1, п.7.3.2				Массовая доля влаги	От 0,1 %
141.	ГОСТ 31964-2012 п.7.4				Кислотность	От 0,1 %
142.	ГОСТ 31964-2012 п.7.5	Изделия макаронные			Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ом растворе соляной кислоты	От 0,1 %
143.	ГОСТ 31964-2012 п.7.8.1, п.7.8.2				Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	От 0,1 %
144.	ГОСТ 31964-2012 п.7.9				Металломагнитная примесь	От 0,1 %
145.	ГОСТ 31964-2012 п.7.10				Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружено - не обнаружено
146.	ГОСТ Р 53494-2009 п.6.5	Премиксы витаминные и витаминно-минеральные для обогащения пшеничной муки	10.89.19.150	2106909803	Массовая доля влаги	От 0,1 %
147.	М 04-40-2005 (издание 2011 г.)	Зерно, продукты его переработки, комбикорма, БАД	10.6	1001-1008 1101-1106	Массовая доля зеараленона	(0,1 - 10,0) мг/кг
148.	М 04-42-2009 (издание 2014 г.)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, комбикорма и сырье для их производства, БАД			Массовая доля охратоксина А	(0,0025 - 1,0) мг/кг
149.	М 04-45-2007 (издание 2012 г.)	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства, БАД			Массовая доля дезоксиниваленола	(0,2 – 5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
150.	ГОСТ 12572-2015	Сахар	10.71 10.72 10.81 10.82	0409 0410 1701-1704 1803 1805 1806 1901 1905 0409 0410	Цветность	(20 - 200) ед. опт. плотности
151.	ГОСТ 12573-2013	Сахар			Массовая доля (содержание) ферропримесей	От 0 %
152.	ГОСТ 12574-2016 п.7	Сахар			Массовая доля золы	(0,001 - 0,100) %
153.	ГОСТ 12576-2014	Сахар			Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
					Чистота раствора	-
154.	ГОСТ 12578-2016	Сахар		1701-1704 1803 1805 1806 1901 1905	Массовая доля мелочи	От 0,1 %
155.	ГОСТ 26521-2017	Сахар			Масса нетто	(2,5-3000) г
156.	ГОСТ Р 54642-2011	Сахар			Массовая доля влаги. Массовая доля сухих веществ	(0,10 - 1,00) % -
157.	ГОСТ 5897-90	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Цвет	-
158.	ГОСТ 5898-87 п.2, п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Кислотность	(0,5-50,0) град.
159.	ГОСТ 5898-87 п.4				Щелочность	(0,2-50,0) град.
160.	ГОСТ 5900-2014 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля влаги	(0,5 - 50,0) %
161.	ГОСТ 5900-2014 п.8				Массовая доля сухих веществ	(1,0 - 50,0) %
162.	ГОСТ 5901-2014 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля общей золы	(0,020 - 0,200) %
163.	ГОСТ 5901-2014 п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	(0,020 - 0,100) %

1	2	3	4	5	6	7
164.	ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Пробоподготовка	-
165.	ГОСТ 5903-89 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля общего сахара	(0,2-80,0) %
166.	ГОСТ 5903-89 п.5				Массовая доля общего сахара	(0,2-80,0) %
167.	ГОСТ 26811-2014	Кондитерские изделия			Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002 - 0,100) %
168.	ГОСТ 31682-2012 п.10.2	Кондитерские шоколадные изделия			Массовая доля жира	(0 - 60) %
169.	ГОСТ 31902-2012	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля жира	(0 - 60) %
170.	ГОСТ 31766-2012 п.6.4	Мед	01.49.21	0409	Внешний вид	-
					Аромат	-
					Вкус	-
					Признаки брожения	-
					Цвет	-
171.	ГОСТ 31766-2012 п.6.5				Массовая доля золы	От 0,1 %
172.	ГОСТ 31768-2012 п.3.3	Мед			Содержание 5-оксиметилфурфурола (гидроксиметилфурфураля)	(1,0 - 85,0) мг/кг
173.	ГОСТ 31774-2012	Мед			Массовая доля воды	(13,0 - 25,0) %
174.	ГОСТ 32167-2013 п.6	Мед			Массовая доля редуцирующих сахаров	(63,00 - 100,00) %
		Мед			Массовая доля сахарозы	(1,00 - 26,00) %
175.	ГОСТ Р 54386-2011 п.7	Мед			Диастазное число	(3,0 - 40,0) ед. Готе
176.	ГОСТ Р 54386-2011 п.10				Массовая доля нерастворимых веществ	(0 - 0,500) %
177.	ГОСТ 29270-95 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	01.11 01.13 01.21	0701-0713 0801-0813 0901-0910	Содержание (массовая концентрация) нитратов	(6-9188) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
178.	МУ № 5048-89 п.1.4	Продукция растениеводства	01.22 01.23 01.24 01.25 01.27 10.31 10.32 10.39 10.81 10.82 10.83 10.85 10.86	2001-2009 2103	Подготовка проб к анализу	-
179.	МУ № 5048-89 п.2				Массовая доля нитратов	(30-9188) мг/кг
180.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей			Пробоподготовка	-
181.	ГОСТ 29030-91	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	От 0,1 %
182.	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0) %
183.	ГОСТ 29031-91	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сухих веществ, нерастворимых в воде	От 0,1 %
184.	ГОСТ 8756.9-2016	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля осадка	От 0,1 %
185.	ГОСТ 8756.10-2015 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля мякоти	(1,0 - 30) %
186.	ГОСТ 8756.13-87 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сахара	(3-80) %
187.	ГОСТ 8756.21-89 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	От 0,1 %
188.	ГОСТ 7047-55 п. 6	Продукты переработки фруктов и овощей			Подготовка проб к анализу	-
189.	ГОСТ 7047-55 п.14 йодатный метод				Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамина С)	(0,001-99,9) %
190.	ГОСТ 24556-89 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля аскорбиновой кислоты	(0,001-99,9) %
191.	ГОСТ ISO 762-2013	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля минеральной примеси	От 0,1 %
192.	ГОСТ 25555.5-2014 п.7	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля свободного и общего диоксида серы	(0,01 - 2) %
193.	ГОСТ 26323-2014 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей			Примеси растительного происхождения	От 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
194.	ГОСТ 33977-2016 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля влаги, сухих веществ	(0,2-99,9) %
195.	ГОСТ Р 54347-2011	Продукты переработки фруктов и овощей			Качественная реакция на крахмал	Присутствие-отсутствие
196.	ГОСТ 26183-84	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля жира	От 0,1 %
197.	ГОСТ 26186-84 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	От 0,1 %
198.	ГОСТ 26186-84 п.3				Массовая доля хлоридов	От 0,1 %
199.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Активная кислотность (pH)	(0 - 12) pH
200.	ГОСТ 8756.0-70	Продукты пищевые консервированные			Пробоподготовка	-
201.	ГОСТ 8756.1-2017 п.5	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
202.	ГОСТ 8756.1-2017 п.6				Масса нетто или объем	(2,5-3000) г
203.	ГОСТ 8756.1-2017 п.7				Массовая доля составных частей	От 0,1 %
204.	ГОСТ 8756.4-70	Продукты пищевые консервированные			Минеральные примеси	От 0,1 %
205.	ГОСТ 8756.18-2017	Консервы (кроме молочной продукции)			Внешний вид	-
					Герметичность тары	-
					Состояние внутренней поверхности металлической тары	-

1	2	3	4	5	6	7
206.	ГОСТ 26935-86	Продукты пищевые консервированные			Олово	(5 - 250) мг/кг
207.	ГОСТ 34127-2017	Соковая продукция			Массовая доля титруемых кислот	(0,1 - 35,0) %
208.	ГОСТ 34128-2017	Соковая продукция			Массовая доля растворимых сухих веществ	(2 - 80) %
209.	ГОСТ 8756.11-2015 п.6	Соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки			Прозрачность	-
210.	ГОСТ 28539-90	Соки плодово-ягодные спиртованные			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Аромат	-
211.	ГОСТ 32776-2014 приложение Б	Кофе растворимый			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Аромат	-
212.	ГОСТ 32572-2013	Чай			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Прозрачность	-
					Аромат	-
213.	ГОСТ 1936-85 п.2.4	Чай			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Прозрачность	-
					Аромат	-
214.	ГОСТ 1936-85 п.2.5				Массовая доля влаги	От 0,1 %
	п.2.7.1				Массовая доля металломагнитной примеси	От 0,1 %
	п.2.8				Массовая доля посторонних примесей	От 0,1 %
215.	ГОСТ ISO 1572-2013	Чай			Содержание сухого вещества	От 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
216.	ГОСТ ISO 1575-2013	Чай			Общее содержание золы, в пересчете на сухое вещество	От 0,1 %
217.	ГОСТ 27198-87 п.2	Виноград свежий			Массовая концентрация сахаров	От 0,1 %
218.	ГОСТ 27572-87 п.3.2.2	Яблоки свежие			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
219.	ГОСТ 5312-2014 п.8.3	Горох овощной свежий			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
220.	ГОСТ Р 54643-2011 п.7.5	Грибы белые свежие			Содержание посторонних примесей	От 0,1 %
221.	ГОСТ 31852-2012 приложение А	Орехи кедровые очищенные			Содержание испорченных, ссохшихся, разбитых долей	От 0,1 %
222.	ГОСТ 1750-86 п.2.2	Фрукты и овощи сушеные			Масса нетто	(2,5-3000) г
	п.2.4				Массовая доля компонентов в смесях сушеных фруктов	От 0,1 %
	п.2.6				Массовая доля дефектных плодов и растительной примеси	От 0,1 %
223.	ГОСТ 1750-86 п. 2.7				Внешний вид (форма)	-
					Цвет	
					Запах	
					Вкус	
					Консистенция	
224.	ГОСТ 34130-2017 п.5	Фрукты и овощи сушеные			Масса нетто	(2,5-3000) г
	п.6				Массовая доля компонентов в смесях сушеных фруктов	От 0,1 %
	п.9				Массовая доля дефектов внешнего вида и	От 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
					посторонние примеси	
225.	ГОСТ 34130-2017 п.10				Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
226.	ГОСТ 28467-90	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля (концентрация) бензойной кислоты	(0,005-0,3) %
227.	ГОСТ 26181-84	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля (концентрация) сорбиновой кислоты	(0,005-0,3) %
228.	ГОСТ Р 50476-93	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот	(0,005-0,3) %
229.	ГОСТ 29032-91 п.1	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля оксиметилфурфурола	(2-1000) мг/кг
230.	М 04-71-2011	Плодоовощная и соковая продукция, сокосодержащие напитки, мед и БАД			Массовая доля 5-гидроксиметил-фурфурол	(1 - 1000) мг/кг
231.	М 04-57-2009 (издание 2014 г.)	Соки, соковая и другая плодоовощная продукция, БАД			Массовая доля патулина	(0,01 – 1,0) мг/кг
232.	ГОСТ 28038-2013 п.6	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая концентрация патулина	(10-75) мкг/дм3
233.	ГОСТ 30349-96 п. 5	Плоды, овощи и продукты их переработки			*Хлорорганические пестициды:* ДДТ и его метаболиты	от 0,007 мг/кг
					Гексахлорциклогексан (ГХЦГ-α, β, γ- изомеры)	от 0,001 мг/кг
					Гептахлор	от 0,005 мг/кг
					Альдрин	от 0,005 мг/кг
					Кельтан	от 0,005 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
234.	ГОСТ 30710-2001 п. 5	Плоды, овощи и продукты их переработки			*Фосфорорганические пестициды:* Диазинон	(0,002 - 0,04)мг/кг
					Малатион (карбофос)	(0,004 - 0,04)мг/кг
					Паратион-метил (метафос)	(0,004 - 0,04)мг/кг
					Фозалон	(0,002 - 0,04)мг/кг
					Диметоат (фосфамид)	(0,01 - 0,20) мг/кг
					Пиримифос-метил (актеллик)	(0,004 - 0,04) мг/кг
235.	ГОСТ 5472-50	Масла растительные	01.11.8 01.11.9 10.11.50 10.12.3 10.13.15.170 10.41 10.42 10.84.12.130 10.85 10.86	0209 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1501-1517 1804 2008 2103	Цвет	-
					Запах	-
					Прозрачность	-
236.	ГОСТ 5474-66	Масла растительные			Массовая доля золы	От 0,003 %
237.	ГОСТ 5477-2015 п.5	Масла растительные			Цветное число	(1 - 100) мг йода
238.	ГОСТ 5478-2014	Масла растительные			Число омыления	(100 - 400) мг КОН/г
239.	ГОСТ 5479-64	Масла растительные			Массовая доля неомыляемых веществ	От 0 %
240.	ГОСТ 5481-2014 п.5	Масла растительные			Массовая доля нежировых примесей	(0,04 -1,0)%
241.	ГОСТ 5481-2014 п.6				Объемная доля отстоя масла	От 0 %
242.	ГОСТ 11812-66	Масла растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	От 0,1 %
243.	ГОСТ 31753-2012 п.4	Масла растительные			Содержание фосфора (массовая доля фосфорсодержащих	(2,0 - 2300) мг/кг или (0,0005 - 0,53) %

1	2	3	4	5	6	7
					веществ, в пересчете на оксид фосфора)	
244.	ГОСТ 31933-2012 п.7	Масла растительные			Кислотное число	(0,1 - 30,0) мг КОН/г
245.	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные			Перекисное число	(0,1 - 45) ммоль активного кислорода/кг
246.	ГОСТ 26593-85	Масла растительные			Перекисное число	(0,1 - 40) ммоль активного кислорода/кг
247.	ГОСТ 32122-2013	Масла растительные			*Хлорорганические пестициды:* ДДТ и его метаболиты	(0,001 - 0,2) мг/кг
					Гексахлорциклогексан (ГХЦГ-α, β, γ- изомеры)	(0,001 - 0,2) мг/кг
248.	ГОСТ 31647-2012, приложение Б	Масло пальмовое			Массовая доля жира	От 0,1 %
249.	Инструкция № 143-5/129-19 от 20.06.90 г., п. 5	Жир фритюрный			Подготовка проб к анализу	-
250.					Степень термического окисления (оксипродукты)	От 0,1 %
251.	ГОСТ 31762-2012 п.4.3	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля влаги	(1,0 - 95,0) %
	п.4.4				Массовая доля влаги	(5,0 - 95,0) %
252.	ГОСТ 31762-2012 п.4.6				Массовая доля жира	(1,0 - 95,0) %
	п.4.7				Массовая доля жира	(1,0 - 95,0) %
	п.4.8				Массовая доля жира	(5,0 - 80,0) %
	п.4.9				Массовая доля жира	(5,0 - 95,0) %
253.	ГОСТ 31762-2012 п.4.13				Кислотность	(0,05 - 10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
254.	ГОСТ 32189-2013 п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.7	Маргарины, жиры для кулинарии			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5) %
	п. 5.8				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 - 5) %
255.	ГОСТ 32189-2013 п.5.10				Кислотность	(0,5 - 3,0) ^{0}К
256.	ГОСТ 32189-2013 п.5.11, п.5.12				Массовая доля жира	(40-85) %
	п.5.13				Массовая доля жира	(40 - 85) %
	п.5.14				Массовая доля жира	(95 - 100) %
257.	ГОСТ 32189-2013 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	(0 - 1,5) %
258.	ГОСТ 32189-2013 п.5.25				Массовая доля консервантов	(0,05 - 0,20) %
259.	ГОСТ 8285-91 п.2.2	Жиры животные топленые			Вкус	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Прозрачность	-
260.	ГОСТ 8285-91 п.2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ	От 0,1 %
261.	ГОСТ 8285-91 п.2.4.2				Перекисное число	От 0,01 %
	п.2.4.3				Кислотное число	От 0,01 %
	п.2.5				Массовая доля свободных жирных кислот (кислотность)	От 0,01 %
262.	ГОСТ 10853-88	Семена масличные			Зараженность вредителями	обнаружено - не обнаружено
263.	ГОСТ 10854-2015	Семена масличные			Массовая доля сорной и масличной примеси	От 0 %
264.	ГОСТ 10856-96	Семена масличные			Влажность	От 0,1 %
265.	ГОСТ 27988-88	Семена масличные			Цвет, запах	-

1	2	3	4	5	6	7
266.	ГОСТ Р 54705-2011 п.4, п.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 1,0% до 99%
267.	ГОСТ 23268.1-91	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды. Вода дистиллированная	11.07.11 11.07.19.110 20.13.52.120	2201 10 2853001000	Прозрачность	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
268.	ГОСТ 23268.4-78	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды. Вода дистиллированная			Сульфат-ион	от 0,2 мг до 8 мг в пробе
269.	ГОСТ 23268.2-91 п.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Массовая доля двуокиси углерода	От 0 %
270.	ГОСТ 23268.3-78 п.2а	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Гидрокарбонат – ион	от 5,0 мг в пробе
271.	ГОСТ 23268.5-78 п. 2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Кальций-ион	от 1,0 мг в пробе
	п. 3				Магний-ион	от 1,0 мг в пробе
272.	ГОСТ 23268.8-78 п.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Нитрит-ион	(0,005 - 0,03) мг в пробе
273.	ГОСТ 23268.9-78 п.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Нитрат-ион	(0,005 - 5) мг в пробе
274.	ГОСТ 23268.10-78	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Ион аммония	(0,05 - 4) мг/дм^3
275.	ГОСТ 23268.11-78	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Ион железа	от 0,5 мг в пробе

1	2	3	4	5	6	7
276.	ГОСТ 23268.12-78	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Перманганатная окисляемость	(0-10,0) мг/дм^3
277.	ГОСТ 23268.17-78 п.2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Хлорид-ион	(2 - 40) мг в пробе
	п.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Хлорид-ион	(1 - 10) мг в пробе
278.	ГОСТ 23268.18-78 п.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Фторид-ион	(0,05 - 0,25) мг в пробе
279.	ГОСТ Р 54316-2011 п.7.7	Минеральные питьевые природные воды			Общая минерализация	(0,5-20000) мг/дм^3
280.	ГОСТ 6687.2-90 п.4	Продукция безалкогольной промышленности	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07.19	2201 2202 2203 2204 2205 2206 2208	Массовая доля сухих веществ	От 0,5 %
281.	ГОСТ 6687.4-86	Продукция безалкогольной промышленности			Кислотность	От 0 до 10 см^3 раствора NaOH
282.	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной промышленности			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Прозрачность	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Посторонние включения	-
283.	ГОСТ 6687.7-88	Продукция безалкогольной промышленности			Объемная доля спирта	От 0,1 %
284.	ГОСТ 32037-2013	Напитки безалкогольные, слабоалкогольные, квасы			Массовая доля двуокиси углерода	От 0 кг/дм^3
285.	ГОСТ 12787-81 п.1	Пиво			Массовая доля спирта	От 0 до 7,71 %
					Массовая доля действительного экстракта	От 0 %
	п.3				Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	От 0,05 %

1	2	3	4	5	6	7
286.	ГОСТ 12788-87	Пиво			Кислотность	(1,3 - 6,0) $см^3$
287.	ГОСТ 12789-87 п.1, п.3	Пиво			Цвет	(0,1 - 4,0) $см^3$
288.	ГОСТ 30060-93	Пиво			Прозрачность	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Посторонние включения	-
					Высота пены	От 0 мм
					Пеностойкость	От 0 мин.
289.	ГОСТ 32038-2012	Пиво			Массовая доля двуокиси углерода	От 0 $кг/дм^3$
290.	ГОСТ 31764-2012	Пиво			Активная кислотность (pH)	(1 - 12) ед. pH
291.	ГОСТ 29294-2014 п. 6.6	Солод пивоваренный			Массовая доля влаги	От 0,1 %
292.	ГОСТ 29294-2014 п. 6.14.2				Цвет	-
293.	ГОСТ 32000-2012	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация приведенного экстракта	От 0,3 $г/дм^3$
294.	ГОСТ 32001-2012	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация летучих кислот	От 0,06 $г/дм^3$
295.	ГОСТ 32081-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Относительная плотность	От 1,0
296.	ГОСТ 32095-2013 п.5.3.1	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Объемная доля этилового спирта	(0 - 100) %
297.	ГОСТ 32115-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(2,0-100,0) $мг/дм^3$ - свободный, (10,0-500,0)$мг/дм^3$ общий
298.	ГОСТ 32114-2013 п.4	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация титруемых кислот	-
299.	ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1	Водки и водки особые			Крепость	(0 - 100) %
300.	ГОСТ 32035-2013 п.5.4				Щелочность	(1,5 - 3,5) $см^3/100$ $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
301.	ГОСТ 32051-2013	Продукция винодельческая			Внешний вид	-
					Цвет	-
302.	ГОСТ 12280-75	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация альдегидов	От 3 до 50 мг/100 $см^3$
303.	ГОСТ 13195-73 п.1	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация железа	(0,5 - 3,5) мг/$дм^3$
304.	ГОСТ 13192-73 п.2	Вина, виноматериалы, слабоалкогольные напитки, коньяки			Массовая концентрация сахаров	От 1,0 до 300,0 г/$дм^3$
305.	ГОСТ 13193-73 п.2	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/$дм^3$ (10,0-500,0) мг/100 $см^3$ безводного спирта
306.	ГОСТ 14139-76	Коньяки, коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация средних эфиров	От 10,0 мг/$см^3$
307.	ГОСТ 13194-74	Коньяки и коньячные спирты			Массовая концентрация метилового спирта	(0,25 - 1,75) г/$дм^3$
308.	ГОСТ 12258-79	Советское шампанское, игристые и шипучие вина	-	-	Массовая доля двуокиси углерода	От 0 до 600 кПа
309.	ГОСТ 32080-2013 п.5.2.1	Изделия ликероводочные			Цвет	-
310.	ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1				Крепость (объемная доля спирта)	(0 - 100) % (по объему)
311.	ГОСТ 32080-2013 п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 -47,0) г/100 $см^3$
312.	ГОСТ 32080-2013 п.5.5.1				Массовая концентрация сахаров	(0,1-1,5) г/100 $см^3$
313.	ГОСТ 32080-2013 п.5.6				Массовая концентрация титруемых кислот, в пересчете на безводную лимонную кислоту	(0,1-1,3) г/100 $см^3$
314.	ГОСТ 32080-2013 п.5.7				Массовая доля двуокиси углерода	От 0 до 600 кПа
315.	ГОСТ 3639-79 п.2.1	Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)	-	-	Концентрация этилового спирта	(0 - 100) % (по объему)
	п.3				Концентрация этилового спирта	(0 - 100) % (по объему)

1	2	3	4	5	6	7
316.	МУ 08-47/112 Метод 2	Йодированные продукты (напитки безалкогольные, воды питьевые минеральные)	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.07	2203 2204 2205 2208	Массовая концентрация йода	(0,005 - 1,3) мг/дм^3
317.	М 04-50-2008 (издание 2013г.)	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция			Ацесульфам К	(10 - 1000) мг/дм^3
					Сахарин	(10 - 1000) мг/дм^3
					Аспартам	(10 - 1000) мг/дм^3
					Сорбиновая кислота	(10 - 1000) мг/дм^3
					Бензойная кислота	(10 - 1000) мг/дм^3
					Кофеин	(10 - 1000) мг/дм^3
318.	МИ 2725-2002	Алкогольная и алкогольсодержащая продукция			Массовая концентрация общей ртути	(0,1 - 10,0) мкг/кг
319.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль поваренная пищевая йодированная	10.62.1 10.84 10.84.3 10.85.1 10.89 10.89.13 10.89.19	1108 1109 1901 1904 2008 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2209 2501 00 91	Массовая доля йода	(20 – 60) мкг/г
320.	ГОСТ 13685-84 п.2.2	Соль поваренная			Массовая доля влаги	От 0,1 %
321.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.4	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Массовая доля сухого вещества	От 0,1 %
322.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.8				Подъемная сила	От 1 мин.
323.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.9				Кислотность	От 0,1 мг/100 г
324.	ГОСТ Р 54845-2011 п.7.2	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
325.	ГОСТ Р 54845-2011 п.7.4, п.7.5				Массовая доля влаги	(0 - 100) %
326.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые			Пробоподготовка	-
327.	ГОСТ 15113.1-77 п.5	Концентраты пищевые			Массовая доля отдельных компонентов	От 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
328.	ГОСТ 15113.2-77 п.3	Концентраты пищевые			Посторонние примеси	Присутствие/отсутствие
	п.5				Зараженность вредителями хлебных запасов	Присутствие/отсутствие
329.	ГОСТ 15113.3-77 п.2	Концентраты пищевые			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
330.	ГОСТ 15113.4-77 п.2, п.3	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	От 0,1 %
331.	ГОСТ 15113.5-77 п.2, п.3	Концентраты пищевые			Кислотность	От 0,1 %
332.	ГОСТ 15113.6-77 п.3	Концентраты пищевые			Массовая доля сахарозы	От 0,1 %
333.	ГОСТ 15113.7-77	Концентраты пищевые			Массовая доля поваренной соли	От 0,1 %
334.	ГОСТ 15113.8-77 п.2	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	От 0,1 %
335.	ГОСТ 15113.8-77 п.3	Концентраты пищевые			Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	От 0,1 %
336.	ГОСТ 15113.9-77 п.4	Концентраты пищевые			Массовая доля жира	От 0,1 %
	п.5				Массовая доля жира	От 0,1 %
	п.6				Массовая доля жира	От 0,1 %
337.	ГОСТ Р 52416-2005	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	(0,5 - 16,0) %
338.	ГОСТ Р 52610-2006	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	(3,0 - 15,0) %
339.	ГОСТ 17594-81 п.3.4.1	Лист лавровый сухой			Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
340.	ГОСТ 17594-81 п.3.4.5				Влажность	От 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
341.	ГОСТ ISO 927-2014	Пряности и приправы			Массовая доля примесей и посторонних веществ	От 0,1 %
342.	ГОСТ ISO 928-2015	Пряности и приправы			Массовая доля общей золы	От 0,1 %
343.	ГОСТ 28880-90	Пряности и приправы			Посторонние примеси	Присутствие/отсутствие
344.	ГОСТ 28875-90 п.3.3	Пряности			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
345.	ГОСТ 7698-93 п.2.2	Крахмал			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
346.	ГОСТ 7698-93 п.2.4				Массовая доля влаги	От 0,1 %
347.	ГОСТ 7698-93 п.2.5				Массовая доля золы	От 0,1 %
348.	ГОСТ 7698-93 п.2.7				Кислотность	От 0,1 %
349.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания	10.85	1517 1518	Пробоподготовка	-
350.	ГОСТ Р 54607.2-2012 п.8.1	Продукция общественного питания		1601 1602	Масса нетто	(2,5-3000,0) г
351.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2	Продукция общественного питания	–	1603 1604	Степень термического окисления	Менее 1 %, более 1 %
352.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.3			1605 1901	Степень термического окисления	От 0 %
353.	ГОСТ Р 54607.3-2014			1902	Степень термического	От 0 %

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.4			1903	окисления	
354.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1			1904	Проба на пероксидазу	обнаружено - не обнаружено
	п.7.2			1905 2101 2104	Проба на фосфатазу	обнаружено - не обнаружено
355.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.8				Массовая доля сернистого ангидрида	От 0,001 %
356.	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
357.	МУ 4237-86	Готовые блюда			Подготовка проб к анализу	-
					Содержание сухих веществ	От 0,1 %
					Содержание золы (минеральных веществ)	От 0,1 %
					Содержание жира	От 0,1 %
					Содержание белка	От 0,1 %
					Содержание углеводов	От 0,1 %
					Калорийность	От 0,1 %
358.	МУ 1-40/3805 п.1.1	Продукция общественного питания			Подготовка проб к анализу	-
	п.1.1				Масса	(2,5-3000,0) г
	п.7.1				Эффективность тепловой обработки	Присутствие/отсутствие
359.	ГОСТ 26929-94	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД	01.1-01.4 03.1 03.2	0210 0305 0306	Минерализация проб пищевых продуктов	-

1	2	3	4	5	6	7
360.	ГОСТ 33824-2016	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД. Средства индивидуальной защиты. Парфюмерно-косметические изделия.	10.1-10.8 10.89.19 11.01-11.05 14.12 15.20 32.99.11	0307 0401 0402 0403 0404 0405 0406 1601	Кадмий	(0,001 - 50) мг/кг
					Свинец	(0,004 - 10) мг/кг
					Медь	(0,002 - 30) мг/кг
					Цинк	(0,01 - 100) мг/кг
361.	МИ 2740-2002	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД. Средства индивидуальной защиты. Парфюмерно-косметические изделия. Игры и игрушки	20.41 20.42.1 32.40	1602 1901 2106 2524 2530 2846 3920 4015	Массовая концентрация общей ртути	(0,0025 -0,25) мг/кг
362.	ГОСТ 30615-99	Продукты пищевые и продовольственное сырье		5007 5111	Массовая доля фосфора	От 0 мг/100 г и выше
363.	МУК 4.1.3217-2014	Продукты пищевые и продовольственное сырье		5309 5310	Массовая доля фосфора, массовая доля фосфатов	От 0 мг/100 г и выше
364.	ГОСТ 26928-86	Продукты пищевые		5311 00 5407	Железо	(0,2 - 120) мг/кг
365.	М 04-32-2004 (издание 2017 г.)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, комбикорма, БАД		5408 5603 5801	Массовая доля афлатоксина B_1	(0,00007 - 0,05) мг/кг
366.	М 04-15-2009 (издание 2014 г.)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД		5802 5903	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001 - 0,1) мг/кг или (0,1-100)мкг/кг
367.	М 04-10-2007 (издание 2012 г.)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД		842139 200	Массовая доля витамина А в форме ретинола	(0,2 - 200) мг/кг
368.	М 04-10-2007 (издание 2012 г.)			9003 9020	Массовая доля витамина Е в форме альфа-токоферола	(1,0 - 100000) мг/кг
369.	М 04-58-2009 (издание 2014 г.)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД		3303	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей	(20 - 10000) мг/кг
370.	М 04-58-2009 (издание 2014 г.)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД		3304 3305	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей	(20 - 10000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
371.	М 04-54-2008 (издание 2013 г.)	Продукты пищевые и продовольственное сырье		3307 3401	Массовая доля меламина	(0,5 - 5000) мг/кг
372.	М 04-56-2009 (издание 2014 г.)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД		3407 3920 9503 9504	Массовая доля витамина B_1	(0,01 -50,0) мг/100г
373.	М 04-56-2009 (издание 2014 г.)				Массовая доля витамина B_2	(0,01 -50,0) мг/100г
374.	МУ 31-21/07	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД			Селен	(0,020 - 70) мг/кг
375.	МУ 31-07/04	Продукты пищевые и продовольственное сырье, корма и продукты их переработки, лекарственные препараты, витамины, БАД, биологические объекты			Йод	(0,02 - 2000) мг/кг
376.	ГОСТ 26930-86	Продукты пищевые и продовольственное сырье. Средства индивидуальной защиты. Парфюмерно-косметические изделия.			Мышьяк	(0,01 - 2,0) мг/кг
377.	МУ 31-05/04	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД			Массовая концентрация мышьяка	(0,005 - 5,0) мг/кг
378.	МУК 4.1.1023-2001	Пищевые продукты			Полихлорированные бифенилы (ПХБ)	от 0,01 мг/ кг для суммы изомеров ПХБ
379.	Руководство по методам контроля и безопасности БАД Р 4.1.1672-2003, п.5	БАД			Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамина С)	От 1 мг/100 г ($см^3$)
380.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов; под редакцией И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна; М., 1998г., глава 5.3	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Содержание кальция, магния	От 0,1 мг/$дм^3$ (кг)

1	2	3	4	5	6	7
381.	МУ № 2051-79 п. 5	Продукты питания, сельскохозяйственная продукция, объекты окружающей среды (вода, воздух, почва)	-	-	Подготовка проб для определения пестицидов	-
382.	МУ 2142-80	Продукты питания, сельскохозяйственная продукция, объекты окружающей среды (вода, воздух, почва)			*Хлорорганические пестициды:* ДДТ и его метаболиты	(0,005 - 2,0) мг/кг
					Гексахлорциклогексан (ГХЦГ-α, β, γ- изомеры)	(0,005 - 2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005 - 2,0) мг/кг
383.	МУК 4.1.1431-03	Сельскохозяйственные культуры	01.1 01.2	0701-0714 0801-0806 0810-0814	Прометрин	(0,02 - 0,32) мг/кг
384.	МУК 4.1.1223-03	Картофель			Метрибузин	(0,05 - 0,5) мг/кг
385.	МУ 6255-91	Сельскохозяйственные культуры. Вода. Почва			Диафентиурон (пегас)	от 0,03 мг/кг
386.	МУ 5009-89	Сельскохозяйственные культуры. Вода. Почва			Топаз	от 0,005 мг/кг
387.	МУ 2473-81	Растения. Вода водоемов. Почва.	-	-	*Синтетические пиретроиды:* Амбуш	от 0,01 мг/дм^3
					Цимбуш	от 0,01 мг/дм^3
					Децис	от 0,01 мг/дм^3
					Сумицидин	от 0,01 мг/дм^3
388.	ГОСТ 31861-2012	Вода (все типы)	-	-	Отбор проб и пробоподготовка	-
389.	ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая			Отбор проб и пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
390.	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная. Вода дистиллированная.	- 11.07.11 11.07.19 20.13.52.120 14.12 15.20 32.99.11 20.16 25.71 13.9 14.1	- 2201 10 2524 2530 2846 3920 4015 5007 5111 5309 5310 5311 00 5407 5408 5603 5801 5802 5903 842139 200 9003 9020 3203 3303 3304 3305 3307 3401 3924 4805 4810 6911 6912	Мутность	От 1 до 100 ЕМФ
391.	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1				Запах	(0 - 5) баллов
392.	п. ГОСТ Р 57164-2016 5.8.2				Вкус и привкус	(0 - 5) баллов
393.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (издание 2005 г.)	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			Мутность	(1 -100) ЕМФ
		Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).			Мутность	(1 -100) ЕМФ
394.	ГОСТ 31868-2012 метод Б	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения.			Цветность	от 1 до 70 градусов
		Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).			Цветность	от 1 до 50 градусов
395.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (издание 2004 г.)	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			Цветность	(1 - 500) градус
396.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.), МР к ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2016г.)	Вода питьевая. Вода бутилированная. Вода минеральная, газированная. Вода природная. Вода горячего водоснабжения. Вода сточная.			Водородный показатель (pH)	(1 - 12) ед. pH
		Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).			Водородный показатель (pH)	(1 - 12) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
397.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости.		7010 7013 7320 7418	Общая минерализация (сухой остаток)	(50-25000) мг/дм^3
398.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011г.)	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная). Вода сточная.			Сухой остаток	(50 - 25000) мг/дм^3
399.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (издание 2017.)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения.		3200 3400 3900 4000 5208-5212 5309-5311 6001-6006	Взвешенные и прокаленные взвешенные вещества	(0,5 - 5000) мг/дм^3
		Вода сточная.			Взвешенные и прокаленные взвешенные вещества	(0,5 - 50000) мг/дм^3
400.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993), способ Б	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная).			Перманганатная окисляемость	(0,25 - 100) мг О/дм^3
401.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения. Вода бассейнов и аквапарков. Вода горячего водоснабжения. Вода сточная.			Перманганатная окисляемость	(0,25 - 100) мг О/дм^3
402.	ГОСТ 4245-72 п. 3	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости.			Хлориды (хлор-ион)	(0,5 – 10000) мг/дм^3
403.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 (издание 2011 г.)	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная). Вода сточная.			Хлорид - ион	(10 - 10000) мг/дм^3
404.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2018 г.)	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная).			Хлор остаточный активный (общий)	(0,05 - 1000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Вода сточная.				
405.	ГОСТ 18190-72 п.2	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости.			Хлор остаточный активный (общий)	От 0,3 мг/дм^3
	п.3				Хлор остаточный свободный	От 0,01 мг/дм^3
	п.4				Хлор связанный. Хлор свободный.	От 0,012 мг/дм^3 От 0,01 мг/дм^3
406.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 (издание 2016 г.)	Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения. Вода сточная.			Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0 - 2000) мг О/дм^3
407.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 (издание 2016 г.)	Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка) Упаковка (водная вытяжка)			Окисляемость бихроматная	(4 - 80) мг/дм^3
408.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 (издание 2017 г.)	Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная (очищенная).			Растворённый кислород	(1,0 - 15,0) мг O_2/дм^3
409.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004г.)	Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения. Вода сточная.			Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	(0,5 - 1000,0) мг O_2/дм^3
410.	ФР 1.31.2002.00647 (издание 2005 г.)	Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения. Вода сточная.			Общая жёсткость	(0,5-50)^0 Ж
					Кальций	от 0,5 мг/дм^3
					Магний	от 0,02 мг/дм^3
411.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.)	Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения. Вода сточная.			Общая жёсткость	(0,1 - 50)^0 Ж

1	2	3	4	5	6	7
412.	ГОСТ 31954-2012 метод А	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения.			Общая жёсткость	от $0,1^0$ Ж
413.	ГОСТ 31957-2012 метод А, п. 5.5.5.2	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения. Вода сточная.			Гидрокарбонаты	(6,1 - 6100) мг/дм^3
414.	ГОСТ 31957-2012 метод А.2, п. 5.4.2, способ 1	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения. Вода сточная.			Общая щёлочность	(0,1 - 100) моль/дм^3
415.	СанПиН 2.1.5.980-00	Вода природная (поверхностная).			Плавающие примеси.	Отсутствие/присутствие
					Окраска	Обнаружена/не обнаружена
416.	РД 52.24.496-2018 п.9.1	Вода природная (поверхностная).			Температура	(0-55) ^{0}C
	п.9.2.1				Прозрачность	(0,5-30) см
	п.10				Запах	(0 - 5) баллов
417.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.) п.3	Вода сточная, в т. ч. очищенная, ливневая и талая.			Температура	(0 - 50) ^{0}C
418.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.) п.4				Запах	(0 - 5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
419.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.) п.5				Окраска (цвет)	-
420.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.), п.6				Прозрачность	(0,5-30) см
421.	МУК 4.3.2900-11 п. 4.3	Вода горячая			Температура	(20 - 100) ^{0}С
422.	ГОСТ 18165-2014 метод Б	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная. Вода дистиллированная. Посуда и изделия хозяйственного назначения (водная вытяжка).			Алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм^3
423.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 (издание 2004 г.)	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.			Алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм^3
424.	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 (издание 2013 г.)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения. Вода сточная. Пробы снежного покрова.			Формальдегид	Питьевая вода- (0,02 - 5) мг/дм^3; Природная, талая, техническая, сточная вода и пробы снежного покрова- (0,02 - 10) мг/дм^3
		Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).			Формальдегид	(0,02 - 5) мг/дм^3
		Упаковка (водная вытяжка).			Формальдегид	(0,02 - 5) мг/дм^3
		Посуда и изделия хозяйственного назначения (водная вытяжка).			Формальдегид	(0,02 - 5) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Игры и игрушки (водная вытяжка).			Формальдегид	(0,02 - 5) мг/дм^3
		Одежда для детей, подростков и взрослых (водная вытяжка).	-	-	Формальдегид	(0,02 - 5) мг/дм^3
425.	ГОСТ 4011-72 п. 2	Вода питьевая. Посуда и изделия хозяйственного назначения (водная вытяжка).	-	-	Общее железо	(0,10 - 2,00) мг/дм^3
426.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная). Вода сточная.			Общее железо	(0,05 - 10) мг/дм^3
427.	ГОСТ 31940-2012 метод 3	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная).			Сульфат-ион	(2 - 50) мг/дм^3
428.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005 г.)	Вода природная. Вода сточная.			Сульфат-ион	(10 - 1000) мг/дм^3
429.	ГОСТ 33045-2014 метод А	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения. Вода сточная. Вода дистиллированная.			Аммиак и ион аммония (суммарно)	(0,1 - 3,0) мг/дм^3
430.	ГОСТ 33045-2014 метод Б				Нитрит-ион	(0,003 - 0,3) мг/дм^3
431.	ГОСТ 33045-2014 метод Д				Нитраты	(0,1 - 2,0) мг/дм^3
432.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная). Вода сточная.			Нитрат-ион	(0,1 - 100) мг/дм^3
433.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г.)	Вода питьевая. Вода природная			Нитрит-ион	(0,02 - 3) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
434.		(поверхностная). Вода сточная.				
435.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 (издание 2010г.)	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная). Вода сточная.			Аммоний-ион	Питьевые, поверхностные и сточные- (0,05 - 4,0) мг/дм^3; Морские- (0,05 - 1,0) мг/дм^3
436.	ГОСТ 4974-2014 метод А, вариант 3	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная).			Марганец	(0,01 - 5,0) мг/дм^3
		Посуда и изделия хозяйственного назначения (водная вытяжка).			Марганец	(0,01 - 5,0) мг/дм^3
437.	ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г.)	Вода природная. Вода сточная.			Марганец	(0,005 - 10) мг/дм^3
438.	ПНД Ф 14.1:2.47-96 (издание 2013 г.)	Вода природная. Вода сточная.			Молибден	(0,001 - 4,0) мг/дм^3
439.	ГОСТ 18308-72	Вода питьевая.			Молибден	от 0,0025 мг/дм^3
440.	ГОСТ 31956-2012 метод А	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная. Вода сточная.			Хром (YI)	(0,025 - 25) мг/дм^3
		Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).			Хром (YI)	(0,025 - 25) мг/дм^3
441.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 (издание 2016 г.)	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная). Вода сточная.			Ион хрома (VI)	(0,01 - 3,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
442.	РД 52.24.450-2010	Вода природная. Вода сточная (очищенная).			Сероводород и сульфиды	(2 - 4000) мкг/дм^3
443.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г.)	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			Сероводород, гидросульфиды и сульфиды	(0,002 -10,0) мг/дм^3
444.	ГОСТ 31863-2012	Вода питьевая. Вода природная, в т.ч. источники питьевого водоснабжения.			Цианиды	(0,01 - 0,25) мг/дм^3
445.	ПНД Ф 14.1:2.56-96 (издание 2015 г.)	Вода природная. Вода сточная.			Цианиды	(0,005 -0,25) мг/дм^3
446.	ГОСТ 4386-89 вариант А	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости.			Фториды	(0,05 - 1,0) мг/дм^3
		Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).			Фториды	(0,05 - 1,0) мг/дм^3
447.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.)	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.			Фторид-ион	(0,1 - 5) мг/дм^3
		Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).			Фторид-ион	(0,1 - 5) мг/дм^3
448.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (издание 2011 г.)	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная). Вода сточная.			Кремнекислота (по Si)	(0,5 - 16,0) мг/дм^3
449.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная). Вода сточная.			Фосфат-ион	(0,05 - 80) мг/дм^3
450.	ГОСТ 18309-2014 метод А	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная.			Полифосфаты по (PO_4)	(0,01 - 0,4) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
451.	ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г.)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения. Вода сточная.			Роданид-ион	(0,02 - 200) мг/дм^3
452.	ПНД Ф 14.1:2.102-97 (издание 2004 г.)	Вода природная. Вода сточная (очищенная).			Метанол	(0,1 - 1,5) мг/дм^3
453.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (издание 2011 г.)	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная). Вода сточная.			Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,01 - 10) мг/дм^3
454.	ГОСТ 31857-2012 метод 3	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения.			Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,015 -0,25) мг/дм^3
455.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (издание 2010 г.)	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			Бор	(0,05 - 5) мг/дм^3
		Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).			Бор	(0,05 - 5) мг/дм^3
		Посуда и изделия хозяйственного назначения (водная вытяжка).			Бор	(0,05 - 5) мг/дм^3
456.	МУ 31-13/06	Вода питьевая. Вода минеральная. Вода природная. Вода сточная.			Селен	(0,0005 - 0,050) мг/дм^3
457.	МУ 31-08/04				Массовая концентрация общего йода	(0,0007- 2,2) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация йодид-ионов	(0,0001- 1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация йодат-ионов	(0,0005- 1,0) мг/дм^3
458.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) п. 9.1, п. 9.2	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			Нефтепродукты	(0,005 - 50) мг/дм^3
459.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) метод А	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			Фенолы (общие)	(0,0005 - 25) мг/дм^3
		Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).			Фенолы (общие)	(0,0005 - 25) мг/дм^3
460.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 (издание 2010г.)	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная			Бенз(а)пирен	(0,0000005 -0,0005) мг/ дм^3
461.	ГОСТ 31941-2012 метод 5.1	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения.			2,4-Д	(0,01 - 0,5) мг/дм^3
462.	ГОСТ 31941-2012 метод 5.2				2,4-Д	(0,0002 -0,01) мг/дм^3
463.	МИ 2865-2004	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная (очищенная). Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).			Массовая концентрация общей ртути	(0,01 - 1,0) мкг/дм^3
464.	МУ 31-14/06	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная (очищенная). Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).			Массовая концентрация никеля	(0,0005 -8,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация кобальта	(0,0005 -4,0) мг/дм^3
465.	ГОСТ 31866-2012	Вода питьевая, включая минеральную. Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения. Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка). Посуда и изделия хозяйственного назначения (водная вытяжка). Упаковка (водная вытяжка). Одежда для детей, подростков и взрослых (водная вытяжка).			Свинец	(0,0001 - 1,0) мг/дм^3
					Кадмий	(0,0001 - 1,0) мг/ дм^3
					Медь	(0,0005 - 5,0) мг/ дм^3
					Цинк	(0,0005 - 10,0) мг/дм^3
					Мышьяк	(0,001 - 0,20) мг/дм^3
466.	МУК 4.1.1504-03	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			Свинец	(0,0002 - 0,05) мг/дм^3
					Кадмий	(0,0002 - 0,005) мг/дм^3
					Медь	(0,0006 - 1,0) мг/дм^3
					Цинк	(0,0005 - 0,1) мг/дм^3
467.	ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения.			*Хлорорганические пестициды:* ДДТ и его метаболиты	(0,1 - 6,0) мкг/дм^3
					Гексахлорциклогексан (ГХЦГ-α, β, γ- изомеры)	(0,1 - 6,0) мкг/дм^3
					Альдрин	(0,1 - 6,0) мкг/дм^3
					Гексахлорбензол	(0,1 - 6,0) мкг/дм^3
					Гептахлор	(0,02 - 1,2) мкг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
468.	ГОСТ 31951-2012 п.6	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения.			*Летучие галогенорганические соединения:* Хлороформ	(0,0006 - 0,025) мг/дм^3
					Четыреххлористый углерод	(0,0006 - 0,025) мг/дм^3
					Дибромхлорметан	(0,001 -0,040) мг/дм^3
					Бромдихлорметан	(0,0008 - 0,035) мг/дм^3
469.	МУК 4.1.646-96	Вода питьевая.			*Летучие галогенорганические соединения:* Хлороформ	(0,001 - 75) мг/дм^3
					Четыреххлористый углерод	(0,001 - 75) мг/дм^3
					Дибромхлорметан	(0,001 - 75) мг/дм^3
					Бромдихлорметан	(0,001 - 75) мг/дм^3
470.	ГОСТ 6709-72 п.3.3	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853001000	Остаток после выпаривания	(0-5,0) мг/дм^3
	п.3.5				Аммиак и аммонийные соли	менее 0,02 мг/дм^3/ более 0,02 мг/дм^3
	п.3.6				Нитраты	менее 0,2 мг/ дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
	п.3.7				Сульфаты	менее 0,5 мг/ дм^3/ более 0,5 мг/дм^3
	п.3.8				Хлориды	менее 0,02 мг/ дм^3/ более 0,02 мг/дм^3
	п.3.9				Алюминий	менее 0,05 мг/ дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
	п.3.10				Железо	менее 0,05 мг/ дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
	п.3.11				Кальций	менее 0,8 мг/ дм^3/ более 0,8 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.12				Медь	менее 0,02 мг/ дм^3/ более 0,02 мг/дм^3
	п.3.13				Свинец	менее 0,05 мг/ дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
	п.3.14				Цинк	менее 0,2 мг/ дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
	п.3.15				Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	Бесцветный/окрашенный
	п.3.16				Водородный показатель (pH)	(1 - 12) ед. pH
	п.3.17				Удельная электрическая проводимость	(10^{-4} - 10) См/м
471.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.2	Вода для лабораторного анализа	-	-	Вещества, восстанавливающие $KMnO_4$	Бесцветный/окрашенный
472.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.4				Остаток после выпаривания	менее 1,0 мг/ дм^3/ более 1,0 мг/дм^3
473.	ГОСТ Р 52501-2005				Оксид кремния (IV)	Бесцветный/окрашенный
474.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Воздух атмосферный.	-	-	Отбор проб	-
475.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 Часть 1	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
476.	ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007 Часть 2	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
477.	ГОСТ Р ИСО 16000-15-2012 Часть 15	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
478.	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.2	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
479.	ГОСТ 17.2.4.03-81	Воздух атмосферный. Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
					Аммиак	(0,1 - 1,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
480.	РД 52.04.186-89 п. 4	Воздух атмосферный. Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Аммиак	(0,01 - 2,5) мг/м^3
	п.5.2.1.4				Диоксид азота (азота диоксид)	(0,02 - 1,40) мг/м^3
	п.5.2.1.6				Оксид азота (Азот (II) оксид)	(0,016 - 0,94) мг/м^3
	п.5.2.1.8				Оксид и диоксид азота из одной пробы воздуха (Азот (II) оксид и азота диоксид)	(0,02 - 1,40) мг/м^3
	п.5.2.3.2				Фторид водорода (Гидрофторид)	(0,002 - 0,7) мг/м^3
	п.5.2.5.3				Марганец (Марганец и его соединения)	(0,001 -0,005) мг/м^3
	п.5.2.6				Пыль (Взвешенные вещества)	(0,26 - 50,0) мг/м^3 - разовая, (0,04 - 4,2) мг/м^3 - среднесуточная
	п.5.2.7.4				Сероводород (Дигидросульфид)	(0,004 - 0,12) мг/м^3
	п.5.2.7.7				Серная кислота и сульфаты (Серная кислота)	(0,005 - 3,00) мг/м^3
	п.5.2.8.1				Цианид водорода (Гидроцианид)	(0,0025 - 0,1) мг/м^3
	п.5.2.8.2				Цианид водорода (Гидроцианид)	(0,007 - 0,2) мг/м^3
	п.5.3.1.4				Пиридин	(0,05-1,00) мг/м^3
	п.5.3.2				Анионоактивные детергенты	(0,00053 - 0,015) мг/м^3
	п.5.3.3.5				Фенол (Гидроксибензол)	(0,004 - 0,2) мг/м^3
	п.5.3.3.9				Метанол	(0,12 - 1,20) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
481.	РД 52.04.793-2014	Воздух атмосферный. Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
482.					Хлорид водорода (Гидрохлорид)	(0,04 - 2,0) мг/м^3
483.	РД 52.04.794-2014	Воздух атмосферный. Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
484.					Диоксид серы (Сера диоксид)	(0,03 - 5,0) мг/м^3
485.	РД 52.04.798-2014	Воздух атмосферный. Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
486.					Хлор	(0,05 - 0,72) мг/м^3
487.	РД 52.04.823-2015	Воздух атмосферный. Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
488.					Формальдегид	(0,01-0,20) мг/м^3
489.	РД 52.04.831-2015	Воздух атмосферный. Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
490.					Углеродсодержащий аэрозоль (Углерод)	(0,03 - 1,80) мг/м^3
491.	М-МВИ-81-01	Воздух атмосферный. Воздух замкнутых помещений. Воздух рабочей зоны			Ртуть	(0,0001 -0,05) мг/м^3
492.	Руководство по эксплуатации АГП-01-2М АХЖ 2.840.010 РЭ					
493.	ЭЛАН-СО-50 Руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000 РЭ, паспорт ЭКИТ 5.940.000 ПС	Воздух атмосферный. Воздух замкнутых помещений. Воздух рабочей зоны	-	-	Углерода оксид	(0 - 50) мг/м^3
494.	ПНД Ф 13.1:2:3.62-2007 (ФР.1.31.2008.04877)	Воздух атмосферный. Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
495.		Воздух рабочей зоны			Акролеин (Проп-2-ен-1-аль)	(0,013 - 0,18) мг/м^3 (0,06 - 1,4) мг/м^3
496.	МУ 08-47/143	Воздух атмосферный. Воздух замкнутых помещений. Воздух рабочей зоны	-	-	Массовые концентрации:	
					Цинк	(0,01 - 10,0) мг/м^3
					Кадмий	(0,0001 - 0,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Свинец	(0,0001 - 1,0) мг/м^3
					Медь	(0,001 - 10,0) мг/м^3
					Никель	(0,0005 - 1,0) мг/м^3
497.	М 02-14-2007 (издание 2016 г.)	Воздух атмосферный. Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
498.					Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005 - 10,00) мкг/м^3
		Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,02 - 500) мкг/м^3
499.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
500.	ГОСТ 33554-2015	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
501.	Р 2.2.2006-05 приложение 9	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
502.	ФР.1.31.2015.21714 (Инструкция №10-2010)	Воздух рабочей зоны			Аэрозоль индустриальных масел	(1,0 - 10,0) мг/м^3
503.	ФР.1.31.2015.21713 (Инструкция № 09-2010)	Воздух рабочей зоны			Пыль	(1,0 - 250,0) мг/м^3
504.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль	(1,0 - 250,0) мг/м^3
505.	МУ № 1461-76	Воздух рабочей зоны			Фенол (Гидроксибензол)	(0,12 - 6,0) мг/м^3
506.	МУ № 1637-77	Воздух рабочей зоны			Аммиак	от 5,0 мг/м^3
507.	ФР.1.31.2016.22434 (Инструкция № 07-2010)	Воздух рабочей зоны			Аммиак	(1,0 - 60,0) мг/м^3
508.	МУ № 1638-77	Воздух рабочей зоны			Двуокись азота (Азота диоксид)	от 3,0 мг/м^3
509.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид и диоксид азота (совместное присутствие)	(1,0 - 20,0) мг/м^3
510.	МУ № 2917-83	Воздух рабочей зоны			Цианистый водород (Гидроцианид)	(0,15 - 1,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
511.	МУ № 1645-77	Воздух рабочей зоны			Хлористый водород (Гидрохлорид)	от 3,0 мг/м^3
512.	МУ № 2246-80	Воздух рабочей зоны			Фтористый водород (Гидрофторид)	(0,003 - 1,6) мг/м^3
513.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны			Сероводород (Дигидросульфид)	(5,0 - 40,0) мг/м^3
514.	ФР.1.31.2016.22433 (Инструкция № 05-2010)	Воздух рабочей зоны			Сероводород (Дигидросульфид)	(4,0 - 56,0) мг/м^3
515.	МУ № 2391-81	Воздух рабочей зоны			Двуокись кремния (Кремния диоксид)	от 0,01 мг/м^3
516.	МУ № 4945-88 п.3.1	Воздух рабочей зоны			Марганец	(0,05 - 1,25) мг/м^3
					Титан	(6,0 - 62,0) мг/м^3
					Железо	(1,5 - 15,0) мг/м^3
					Хром (VI) триоксид	(0,003 - 0,06) мг/м^3
517.	МУ № 1617-77	Воздух рабочей зоны			Марганец и его соединения	от 0,08 мг/м^3
518.	МУ № 4872-88	Воздух рабочей зоны			Моющие синтетические средства	(0,25 - 3,5) мг/м^3
519.	МУ № 2247-80	Воздух рабочей зоны			Натрий фторид (Соли фтористоводородной кислоты)	(0,004 - 0,5) мг/м^3
520.	МУ № 1639-77	Воздух рабочей зоны			Озон	от 0,05 мг/м^3
521.	МУ № 1648-77	Воздух рабочей зоны			Ацетон (Пропан-2-он)	от 2,0 мг/м^3
522.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны			Сернистый ангидрид (Сера диоксид)	(5,0 - 125,0) мг/м^3
523.	ФР.1.31.2016.22437 (Инструкция № 06-2010)	Воздух рабочей зоны			Сернистый ангидрид (Сера диоксид)	(5,0 - 250,0) мг/м^3
524.	МУ № 4588-88	Воздух рабочей зоны			Серная кислота	(0,5 - 5,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
525.	ФР.1.31.2016.23855 (Инструкция № 14-2011)	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5 - 5,0) мг/м^3
526.	МУ № 2013-79	Воздух рабочей зоны			Свинец и его неорганические соединения по свинцу	от 0,005 мг/м^3
527.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны			Формальдегид	(0,25 - 2,5) мг/м^3
528.	ФР.1.31.2017.27935 (Инструкция № 27-2011)	Воздух рабочей зоны			Формальдегид	(0,25 - 2,5) мг/м^3
529.	МУ № 1644-77	Воздух рабочей зоны			Хлор	от 0,5 мг/м^3
530.	ФР.1.31.2016.25494 (Инструкция № 19-2011)	Воздух рабочей зоны			Хлор	(0,30 - 6,0) мг/м^3
531.	МУ № 1633-77	Воздух рабочей зоны			Хромовый ангидрид и соли хромовой кислоты	0,002 мг/м^3
532.	МУ № 5937-91	Воздух рабочей зоны			Щелочи едкие	(0,2 - 3,5) мг/м^3
533.	ФР.1.31.2016.25496 (Инструкция № 21-2011)	Воздух рабочей зоны			Щелочи едкие	(0,2-2,5) мг/м^3
534.	МУ № 4592-88	Воздух рабочей зоны			Уксусная кислота (Этановая кислота)	от 2,5 мг/м^3
535.	МУ № 5836-91	Воздух рабочей зоны			Масла минеральные нефтяные	(2,5 - 25,0) мг/м^3
536.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны			Бензин	(50 - 400,0) мг/м^3
					Формальдегид	(0,5 - 5,0) мг/м^3
					Углеводороды алифатические предельные C_1-C_{10} (углеводороды нефти в пересчете на С)	(100 - 2000) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
537.	МУ № 5032-89	Воздух рабочей зоны	-	-	*Хлорорганические пестициды:* Альфа-ГХЦГ (гексахлорциклогексан)	(0,004 – 0,20) мг/м^3
					Бета-ГХЦГ (гексахлорциклогексан)	(0,008 – 0,50) мг/м^3
					Гамма-ГХЦГ (гексахлорциклогексан)	(0,004 – 0,20) мг/м^3
					ДДТ	(0,02 – 1,00) мг/м^3
					ДДЭ	(0,008 – 0,50) мг/м^3
					ДДД	(0,008 – 0,50) мг/м^3
					Гексахлорбензол	(0,004 – 0,20) мг/м^3
538.	МУ № 2858-83	Воздух рабочей зоны			*Синтетические пиретроиды:* Амбуш	от 0,05 мг/м^3
					Цимбуш	от 0,05 мг/м^3
					Сумицидин	от 0,05 мг/м^3
					Децис	от 0,05 мг/м^3
539.	МУ № 2857-83	Воздух рабочей зоны			Актеллик (пиримифос-метил)	(0,2 – 10) мг/м^3
540.	МУ № 2710-83	Воздух рабочей зоны			*Фосфорорганические пестициды:* Карбофос	(0,25 – 25) мг/м^3
					Метафос	(0,1 – 10) мг/м^3
541.	МУ № 6254-91 п.5	Воздух рабочей зоны			Диафентиурон (пегас)	(0,004-0,015) мг/м^3
542.	МУ № 6124-91	Воздух рабочей зоны			Пенконазол (топаз)	(0,0025 – 0,25) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
543.	ГОСТ 17.4.4.02-2017	Почвы	-	-	Пробоподготовка	-
544.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 (издание 2005 г.)	Почвы. Осадки сточных вод и отходы			Летучие фенолы	(0,05 - 80,0) мг/кг
545.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05 (издание 2005 г.)	Почвы. Осадки сточных вод и отходы			Формальдегид	(0,05 - 100,0) мг/кг
546.	ГОСТ 26425-85 п.1	Почвы			Ион хлорида	(0-свыше 2) ммоль/в 100 г
547.	ГОСТ 26426-85 п.2	Почвы			Сульфаты	(0-свыше 2) ммоль/в 100 г
548.	ГОСТ 26488-85	Почвы			Нитраты	(0-свыше 5) млн$^{-1}$
549.	ГОСТ 26489-85	Почвы			Аммоний	(0-свыше 30) млн$^{-1}$
550.	СанПиН 42-128-4433-87 приложение	Почвы			Сероводород	(0,34 - 2000) мг/кг
551.	ГОСТ 26423-85	Почвы			Водородный показатель - (pH) водной вытяжки	(1 - 12) ед. pH
552.	ГОСТ 26483-85	Почвы			Водородный показатель - (pH) солевой вытяжки	(1 - 12) ед. pH
553.	ГОСТ 28268-89 п.1	Почвы некаменистые			Влажность	(0-100) %
554.	МУ 31-11/05 п.8	Почвы, тепличные грунты, илы, донные отложения, сапропели, твердые отходы	-	-	Цинк (подвижная форма)	(1,0 - 100) мг/кг
					Кадмий (подвижная форма)	(0,10 - 20) мг/кг
					Медь (подвижная форма)	(1,0 - 100) мг/кг
					Свинец (подвижная форма)	(0,5 - 60) мг/кг
555.	МУ 31-11/05 п.9				Марганец (подвижная форма)	(50 - 3000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
556.	МУ 31-11/05 п.10				Мышьяк (валовое содержание)	(0,10 - 40) мг/кг
557.	МУ 31-18/06	Почвы	-	-	Кобальт (подвижная форма)	(0,4 - 200) мг/кг
					Никель (подвижная форма)	(0,2 - 200) мг/кг
558.	МИ 2878-2004	Почвы			Массовая доля общей ртути	(0,025 -25,00) мг/кг
559.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 (издание 2012г.)	Почвы, грунты, твердые отходы, донные отложения, осадки сточных вод			Массовая доля бенз(а)пирена	(0,005 - 2) мг/кг
560.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (издание 2012 г.)	Почвы и грунты			Массовая доля нефтепродуктов	(5 - 20000) мг/кг
561.	ГОСТ Р 53217-2008	Почвы			Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры)	(0,1 - 4,0) мкг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,1 - 4,0) мкг/кг
					Гексахлорбензол	(0,1 - 4,0) мкг/кг
					Альдрин	(0,1 - 4,0) мкг/кг
					Гептахлор	(0,1 - 4,0) мкг/кг
562.	МУК 4.1.1020-01 п.4.1	Искусственная белковая оболочка	21.21.21	3501	Массовая концентрация формальдегида	(0,08 - 1,5) мг/дм^3
563.	МУ 08-47/146 п.11.4	Посуда керамическая, стеклянная, стальная, стеклокерамическая, из листового алюминия, чугунная, эмалированная, из пластмасс и пленочных материалов	25.71	6911 6912 7010 7013 7320 7418 7615	Кадмий	(0,0001 -1,0) мг/дм^3
					Свинец	(0,0001 - 10,0) мг/дм^3
					Медь	(0,001 - 2,0) мг/дм^3
					Цинк	(0,002 - 2,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
564.	МУ 08-47/146 п.11.2.4				Мышьяк	(0,01 - 0,1) мг/дм^3
565.	МУ № 1856-78 п.3	Стальная эмалированная посуда	25.71	7323 7418	Пробоподготовка	-
	п.5				Органолептические свойства образца, органолептические свойства модельного раствора	-
	п.6.3				Кобальт	(0,05 - 1,0) мг/дм^3
	п.6.4				Никель	(0,02 - 0,5) мг/дм^3
566.	ГОСТ 27002-86 п.3.8	Посуда из коррозионно-стойкой стали			Состояние поверхности посуды	-
567.	ГОСТ Р 51016-97 п.4.2.10	Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов			Состояние поверхности приборов	-
568.	МУ № 1811-77 п.5.1	Посуда и столовые приборы из мельхиора, нейзильбера и латуни	25.71	7418	Состояние поверхности посуды после обработки	-
	п.5.2.1				Мутность вытяжки	-
	п.5.2.2				Осадок	-
	п.5.2.3				Запах вытяжки	От 0 до 5 баллов
	п.5.2.4				Вкус или привкус водной вытяжки	-
	п.6				Кобальт	(0,05 - 1,0) мг/дм^3
					Никель	(0,02 - 0,5) мг/дм^3
569.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.5	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс (в том числе детского ассортимента) и пленочных полимерных материалов			Стойкость к горячей воде	-
	п.5.6				Миграция красителя (стойкость красителя к протиранию)	-
	п.5.7				Химическая стойкость	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.15	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс (в том числе детского ассортимента) и пленочных полимерных материалов			Запах водной вытяжки	(0 - 5) балла
					Привкус водной вытяжки	-
					Цвет и прозрачность водной вытяжки	-
	п.5.18				Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте	(1 - 3) балла
570.	ГОСТ 22648 – 77 п.2.2	Пластмассы	20.16 22 9100 22 9119 25 1440 25 6890 31 4654 69 6890 85 7000 85 7200 85 7800 87 8680 88 0000 94 6450 13.9 14.1	3924,2524 2530,2846 3920,4015 5007,5111 5309,5310 5311 00 5407,5408 5603,5801 5802,5903 842139 200 9003 5208-5212 5309-5311 6001-6006	Запах водной вытяжки	От 0 до 5 баллов
					Привкус водной вытяжки	От 0 до 5 баллов
571.	ГОСТ 33756-2016 п. 9.2	Упаковка потребительская полимерная			Внешний вид, цвет, запах	-
572.	Инструкция № 880-71	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Средства индивидуальной защиты. Упаковка. Одежда для детей, подростков и взрослых.			Пробоподготовка	-
					Внешний вид образца	-
					Запах образца	От 0 до 5 баллов
					Осадок	-
					Мутность, цвет вытяжек	-
					Запах вытяжек	От 0 до 5 баллов
					Вкус или привкус вытяжек	-
573.	ГОСТ 22567.5-93	Средства моющие синтетические и ПАВ	20.41	3401 3402	Водородный показатель (pH)	(1 - 12) ед. pH
574.	ГОСТ 790-89 п. 2	Мыло хозяйственное твёрдое, мыло туалетное			Пробоподготовка	-
	п.3.1				Цвет, запах, консистенция	-
	п.3.4				Массовая доля свободного углекислого натрия	(0-100) %
	п.3.8				Массовая доля хлористого натрия	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
575.	МУК 4.1.1500-03	Косметические препараты и средства декоративной косметики	20.42	2905 3401 3402 3304 3305	Свинец	(0,2 - 5,0) мг/кг
					Кадмий	(0,2 - 5,0) мг/кг
576.	ГОСТ 29188.0-2014	Парфюмерно-косметические изделия			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	(0-5) баллов
					Внешний вид пленки	-
577.	ГОСТ 29188.4-91	Косметические изделия			Массовая доля воды и летучих веществ	(0-100) %
578.	ГОСТ 29188.5-91 п.2	Косметические изделия			Массовая доля общей щелочи	(0-100) %
579.	ГОСТ 29188.2-2014	Парфюмерно-косметические изделия. Средства индивидуальной защиты (дерматологические).			Водородный показатель (pH)	(1 - 12) ед. pH
580.	ГОСТ 26878-86	Средства для ухода за волосами	20.42	3402	Массовая доля хлоридов	От 0 до 100 %
581.	МУ 08-47/084	Средства гигиены полости рта	20.42	3306	Свинец	(0,01 - 0,4) мг/кг
					Кадмий	(0,01 - 0,5) мг/кг
					Ртуть	(0,1 - 2,0) мг/кг
582.	МУК 4.1/4.3.1485-03 с дополнением № 1	Одежда для детей, подростков и взрослых	13.9 14.1	5208-5212 5309-5311 6001-6006	Запах изделия	От 0 до 5 баллов
					Запах водной вытяжки	От 0 до 5 баллов
583.	МУ 08-47/145 п.10.1	Игры и игрушки	32.40	3407 3920 9503 9504	Мышьяк	(1,0 - 50) мг/кг
	п.10.2				Ртуть	(0,3 - 150) мг/кг
	п.10.4				Кадмий	(0,3 - 30) мг/кг
					Свинец	(0,2 - 250) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
584.	ГОСТ 25779-90 п.2.1	Игры и игрушки	32.40	3407 3920 9503 9504	Внешний вид. Характер поверхности	-
	п.3.68				Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, к действию слюны, к действию пота	Устойчива/неустойчива
	п.3.71				Запах	От 0 до 5 баллов
585.	СанПиН 2.4.7.007-93 п.5.3.2	Игры и игрушки			Внешний вид	-
					Характер поверхности	-
	п.5.3.2				Запах	От 0 до 5 баллов
	п.5.5				Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, к действию слюны, к действию пота	Устойчива/неустойчива
586.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.7.1.1	Игры и игрушки			Внешний вид	-
					Характер поверхности	-
	п.7.1.2				Запах, запах водной вытяжки	От 0 до 5 баллов
	п.8.1, п.8.2				Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, к действию слюны, к действию пота	Устойчива/неустойчива

1	2	3	4	5	6	7
587.	ГОСТ Р 54562-2011 п. 7.4	Известь хлорная	21.20.10	-	Массовая доля активного хлора	(15 - 30) %
588.	ГОСТ 11086-76 п.3.4	Гипохлорит натрия			Массовая концентрация активного хлора	От 2,0 г/дм^3
589.	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1	Дезинфицирующие средства			Содержание галоидактивных соединений (активный хлор)	(0,005-95) %
	п.4.2.2				Содержание перекисных соединений (перекись водорода, надуксусная кислота)	(0,001-95) %
	п.4.2.4				Содержание четвертичных аммониевых солей (ЧАС)	(0,005-50) %
Отделение неионизирующих излучений, ул. Обнорского, д. 76 А						
590.	МУ 3911-85	Производственная зона, рабочие места	-	-	**Вибрация (общая, локальная):** - уровень виброускорения	(60 - 174) дБ
			-	-	корректированный -уровень виброускорения	(60 - 174) дБ
			-	-	эквивалентный корректированный -уровень виброускорения	(60 - 174) дБ
591.	ГОСТ 31319-2006	Производственная зона, рабочие места	-	-	**Вибрация (общая):** корректированный -уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
					эквивалентный корректированный -уровень виброускорения	(60 – 174) дБ

1	2	3	4	5	6	7
592.	ГОСТ 31191.4-2006	Производственная зона, рабочие места	-	-	**Вибрация (общая):** - уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
					корректированный -уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
593.	ГОСТ 23718-2014	Производственная зона, рабочие места	-	-	**Вибрация (общая):** - среднеквадратичное значения виброускорения	(60 – 174) дБ
594.	ГОСТ 31192.1-2004	Производственная зона, рабочие места	-	-	**Вибрация (локальная):** - уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
					корректированный -уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
					- среднеквадратичное значения виброускорения	(60 – 174) дБ
595.	ГОСТ 31192.2-2005	Производственная зона, рабочие места	-	-	**Вибрация (локальная):** - уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
					корректированный -уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
					- среднеквадратичное значения виброускорения	(60 – 174) дБ
596.	ГОСТ 31191.1-2004	Производственная зона, рабочие места	-	-	**Вибрация (общая):** - уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
					корректированный -уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
					- среднеквадратичное значения виброускорения	(60 – 174) дБ

1	2	3	4	5	6	7
597.	ГОСТ 31191.2-2004	Здания жилые и общественные	-	-	**Вибрация (общая):** - уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
					корректированный -уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
					- среднеквадратичное значения корректированного виброускорения	(60 – 174) дБ
598.	ГОСТ 31191.5-2007	Производственная зона, рабочие места	-	-	**Вибрация (общая):** - уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
599.	МУ 2957-84	Здания жилые и общественные	-	-	**Вибрация (общая):** - уровень виброускорения	(60 - 174) дБ
					корректированный -уровень виброускорения	(60 - 174) дБ
					эквивалентный корректированный -уровень виброускорения	(60 - 174) дБ
600.	МУК 4.3.3221-14	Здания жилые и общественные	-	-	**Вибрация (общая):** - уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
					эквивалентный корректированный -уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
					- среднеквадратичный корректированный уровень виброускорения	(60 – 174) дБ
601.	МУ 1844-78	Производственная зона, рабочие места	-	-	**Шум (постоянный, непостоянный):** - уровень звука	(23 – 140) дБА

1	2	3	4	5	6	7
					-уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами Гц	
					- эквивалентный уровень звука	(23 – 140) дБА
					- максимальный уровень звука	(23 – 140) дБА
602.	ГОСТ ISO 9612-2016 раздел 9	Производственная зона, рабочие места	-	-	**Шум (постоянный, непостоянный):** - эквивалентный уровень звука	(23 – 140) дБА
					- эквивалентный уровень звука за 8 –часовой рабочий день	(23 – 140) дБА
					- максимальный уровень звука	(23 – 140) дБА
603.	ГОСТ 12.4.077-79	Производственная зона, рабочие места	-	-	**Ультразвук воздушный:** - уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами кГц	(12 – 140) дБ
604.	ГОСТ 23337-2014	Здания жилые и общественные. Территория жилой застройки. Граница санитарно-защитной зоны.	-	-	**Шум (постоянный, непостоянный):** - уровень звука	(23 – 140) дБА
					-уровень звукового давления в октавных полосах со	

1	2	3	4	5	6	7
					среднегеометрическими частотами Гц	(12 – 140) дБ
					- эквивалентный уровень звука	(23 – 140) дБА
					- максимальный уровень звука	(23 – 140) дБА
605.	ГОСТ 22011-95	Здания общественные.	-	-	**Шум (непостоянный):** - уровень звука	 (23 – 140) дБА
					- максимальный уровень звука	(23 – 140) дБА
606.	МУК 4.3.2194-07	Здания жилые и общественные. Территория жилой застройки. Граница санитарно-защитной зоны.	-	-	**Шум (постоянный, непостоянный):** - уровень звука	 (23 – 140) дБА
					-уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами Гц	(12 – 140) дБ
					- эквивалентный уровень звука	(23 – 140) дБА
					- максимальный уровень звука	(23 – 140) дБА
607.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	Производственная зона, рабочие места. Здания жилые и общественные. Территория жилой застройки. Граница санитарно-защитной зоны.	-	-	**Инфразвук (постоянный, непостоянный):** - уровень звукового давления	 (23 – 140) дБА
					- общий уровень звукового давления в октавных полосах	(12 – 140) дБLin
					- эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах	(12 – 140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					- эквивалентный общий уровень звукового давления в октавных полосах	(12 – 140) дБLin
					- эквивалентный уровень звука	(23 – 140) дБА
					- максимальный уровень звука	(23 – 140) дБА
608.	МУК 4.3.2812-10	Производственная зона, рабочие места.	-	-	**Световая среда:**	
					- освещенность	(10 - 200000) лк
					- уровни яркости	(10 - 200000) кд/м^2
609.	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ-01-98	Производственная зона, рабочие места.	-	-	**Световая среда:**	
					- освещенность	(10 - 200000) лк
					- уровни яркости	(10 - 200000) кд/м^2
610.	ГОСТ Р 55710-2013	Производственная зона, рабочие места. Здания жилые и общественные.	-	-	**Световая среда:**	
					- освещенность	(10 - 200000) лк
					- уровни яркости	(10 - 200000) кд/м^2
611.	ГОСТ 24940-2016	Производственная зона, рабочие места. Здания жилые и общественные.	-	-	**Световая среда:** - освещенность	(10 - 200000) лк
612.	ГОСТ 26824-2010	Производственная зона, рабочие места. Здания жилые и общественные.	-	-	**Световая среда:** - уровни яркости	(10 - 200000) кд/м^2

1	2	3	4	5	6	7
613.	ГОСТ 12.1.005-88	Производственная зона, рабочие места.	-	-	**Микроклимат:**	
					- температура воздуха	(- 30… + 50) °С
					- относительная влажность воздуха	(10 – 90) %
					- скорость движения воздуха	(0,1….20) м/с
614.	МУК 4.3.2756-10	Производственная зона, рабочие места.	-	-	**Микроклимат:**	
					- температура воздуха	(- 10… + 50) °С
					- относительная влажность воздуха	(10 – 98) %
					- скорость движения воздуха	(0,1….20) м/с
615.	СанПиН 2.2.4.548-96 раздел 7	Производственная зона, рабочие места.	-	-	**Микроклимат:**	
					- температура воздуха	(- 30… + 50) °С
					- относительная влажность воздуха	(10 – 90) %
					- скорость движения воздуха	(0,1…20) м/с
616.	ГОСТ 30494-2011	Здания жилые и общественные.	-	-	**Микроклимат:**	
					- температура воздуха	(+5… + 40) °С
					- относительная влажность	(10 – 90) %
					воздуха	
					- скорость движения воздуха	(0,05…0,6) м/с

1	2	3	4	5	6	7
617.	ГОСТ 12.1.002-84	Производственная зона, рабочие места.	-	-	**Электрические и магнитные поля промышленной частоты:** - уровни напряженности электрического поля 50 Гц	(0,05 – 50) кВ/м
					- уровни напряженности магнитного поля 50 Гц	(0,01 – 5,0) мТл
618.	МУК 4.3.2491-09	Производственная зона, рабочие места.	-	-	**Электрические и магнитные поля промышленной частоты:** - уровни напряженности электрического поля 50 Гц	(0,05 – 50) кВ/м
					- уровни напряженности магнитного поля 50 Гц	(0,01 – 5,0) мТл
619.	ГОСТ 12.1.045-84	Производственная зона, рабочие места.	-	-	**Электростатическое поле:** - уровни напряженности электростатического поля	(0,3 - 180) кВ/м
620.	ГОСТ Р 50949-2001	Производственная зона, рабочие места.	-	-	**Электростатическое поле:** - уровни напряженности электростатического поля	(1 - 200) кВ/м
621.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Производственная зона, рабочие места. Здания жилые и общественные.	-	-	**Электромагнитные поля от ВДТ ПВЭМ:** - уровни напряженности электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	(8 – 100) В/м
					- уровни напряженности электрического поля в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц	(0,8 – 10,0) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					- уровни напряженности магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц	(0,08 – 1,0) мкТл
					- уровни напряженности магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц	(8 – 100) нТл
622.	ГОСТ 12.1.006-84	Производственная зона, рабочие места	-	-	**Электромагнитные поля РЧ диапазона:** - уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц – 40 ГГц	(0,26 - 100000) мкВт/см^2
623.	МУК 4.3.1167-02	Радиосредства, работающие в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	-	-	**Электромагнитные поля РЧ диапазона:** - уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц – 40 ГГц	(0,26 - 100000) мкВт/см^2
624.	МУК 4.3.1677-03	Технические средства телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи	-	-	**Электромагнитные поля РЧ диапазона:** - уровни напряженности электрического поля в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц	1 – 100 В/м
					- уровни напряженности магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц	(0,1 – 50) А/м
					- уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц – 40 ГГц	(0,26 - 100000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
625.	МУК 4.3.2501-09	Персональные подвижные системы сотовой связи	-	-	**Электромагнитные поля РЧ диапазона:** - уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц – 40 ГГц	(0,26 - 100000) мкВт/см^2
626.	ГН 2.1.8./2.2.4.2262-07	Здания жилые и общественные. Территория жилой застройки. Граница санитарно-защитной зоны.	-	-	**Электрические и магнитные поля промышленной частоты:** - уровни напряженности магнитного поля 50 Гц	(0,01 – 5,0) мТл
627.	МУК 4.3.1675-03	Производственная зона, рабочие места.	-	-	**Аэроионный состав воздуха:** - концентрация аэроионов положительной полярности, см^3, %	(100 – 700) см$^{-3}$, %
					- концентрация аэроионов отрицательной полярности, см^3, %	(700 – 10^6) см$^{-3}$, %
					коэффициент униполярности	-
628.	МУ 4.3.1517-03	Здания общественные.	-	-	**Аэроионный состав воздуха:** - концентрация аэроионов положительной полярности, см^3, %	(100 – 700) см$^{-3}$, %
					- концентрация аэроионов отрицательной полярности, см^3, %	(700 – 10^6) см$^{-3}$, %
					коэффициент униполярности	-

1	2	3	4	5	6	7
Отделение радиационного контроля, ул. Обнорского, д. 76 А						
629.	МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1. 2152-06 (дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02)	Лом черных и цветных металлов, за исключением загрязненного по условиям эксплуатации	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,03 - 15) мкЗв/ч
					Плотность потока альфа-излучения	(0,1 - 10^4) мин$^{-1}$см$^{-2}$
					Плотность потока бета-излучения	(20 - 10^4) мин$^{-1}$см$^{-2}$
630.	МУ 2.6.1.2135-06 Приложение	Рабочее место, производственная зона и производственные помещения объектов с ИИИ закрытого типа (кабинеты и отделения лучевой терапии)	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/ч – 10,00 Зв/ч
631.	МУК 2.6.5.032-2017	Поверхности рабочих помещений, оборудования, транспортных средств, кожных покровов, средств индивидуальной защиты персонала и других объектов	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,1 - 10^6) мкЗв/ч
					Плотность потока альфа-излучения	(0,1 - 10^4) мин$^{-1}$см$^{-2}$
					Плотность потока бета-излучения	(10 – 10^5) мин$^{-1}$см$^{-2}$
632.	МУ 2.6.1.1193-03 п. 4	Внутренние помещения и поверхности воздушного судна РИП	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,1 - 10^6) мкЗв/ч
					Плотность потока альфа-излучения	(0,1 - 10^5) мин$^{-1}$см$^{-2}$
					Плотность потока бета-излучения	(0,1 – 10^5) мин$^{-1}$см$^{-2}$
633.	Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды. МР от 03.12.1979 г.	Рабочее место, производственная зона и производственные помещения объектов с ИИИ закрытого типа (РИП). Транспортные средства, в том	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,1 - 10^6) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		числе для перевозки ИИИ.				
634.	МУ 2.6.1.1982-05 п. 4	Рабочее место, производственная зона и производственные помещения объектов с генерирующими ИИИ (дефектоскопы, рентгенотерапевтические отделения и отделения лучевой терапии, ускорители и т.п.)	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	(0,1 - 1000) мкГр/ч
635.	МУ 2.6.1.1982-05 п. 5 МУ 2.6.1.1982-05 п. 6					
636.	МР 01/8152-8-26», п.4				Мощность дозы рентгеновского излучения	0,1 мкЗв -10,0 Зв
637.	МР 2.6.1.0006-10	Почва земельных участков	-	-	Удельная активность радионуклидов: радия-226, тория-232, калия-40	 (7 - 5x10^4) Бк/кг (8 - 5x10^4) Бк/кг (40 – 5x10^4) Бк/кг
638.	МР 2.6.1.0006-10 п. 5.1.1 МУ 2.6.1 3015-12 п. 6 МУ 2002г., С-Петербург ИТЮЕ.713.00.000.РЭ Руководство по эксплуатации «Система индивидуального дозиметрического контроля «Флюорад ДВГ-713-РФЛ»	Контроль доз внешнего облучения, индивидуальная дозиметрия	-	-	Индивидуальная доза внешнего облучения	(0,25 - 5000) мЗв
639.	МУ 2.6.1.2398-08 п.5 п. 6	Территории (земельные участки) под строительство жилых и общественных зданий, промышленных объектов	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,1 – 3,10^6) мкЗв/ч нижний предел ≤ 0,1 мкЗв/ч
					Удельная активность радионуклидов: радия-226, тория-232,	 (7 - 5x10^4) Бк/кг (8 - 5x10^4) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
					калия-40	(40 – 5x10^4) Бк/кг
640.	МУ 2.6.1. 2838-11	Помещения производственных, жилых и общественных зданий	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма- излучения	(0,1-3x10^6)мкЗв/ч
		Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб и пробоподготовка	-
		Промышленные, общественные и жилые здания.	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность дочерних изотопов радона	Нижний предел диапазона не выше 20 Бк/м^3
641.	ГОСТ 32161-2013	Молоко и молочная продукция Рыба и рыбные продукты. Овощи, корнеплоды, включая картофель. Хлеб и хлебобулочные изделия. Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления дезодорированные; маргарины, жиры специального назначения, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. Мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия. Дикорастущие ягоды и	10.51 03.11.1 10.39.1 10.71 10.72 10.73 10.96.1 10.41 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.39.3 10.11.1 10.11.2 10.11.3 10.20.1	0401 0402 0403 0404 0405 0406 0307 0712-0714 1201 1512 1501-1509 1517 0701 0709 1101-1103 1105 1106 0210 0305 0210 0305	Цезий 137	(3 ÷5x10^4) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
642.	МР 2009 НТЦ Амплитуда Использование компьютизированных гамма-, бета-спектрометрических комплексов с программным обеспечением «Прогресс» для испытаний проб продовольствия на соответствие критериев радиационной безопасности	консервированные продукты из них. Грибы свежие. Грибы сушеные. Мясо и пищевые мясные субпродукты. Рыба сушеная и вяленая			Цезий 137	(3 ÷5x10^4) Бк/кг
643.	ГОСТ 32163-2013				Стронций 90	(100-10^6) Бк/кг
644.	ГОСТ 31864-2012 п. 4-11	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода питьевая централизованных систем водоснабжения.	11.07.11 11.07.19	2201 10	Суммарная альфа-активность	(9x10^{-3} - 10) Бк/кг
645.	МИ ФГУП ВНИИФТРИ 2005 Методика измерений суммарной альфа–активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс»				Суммарная бета-активность	(100 - 10^6) Бк/кг
646.	МР № 11-2/42-09				Цезий-137	(3 – 5x10^4) Бк/кг
647.	МИ №4 НТЦ НИТОН-1993 Методика измерений содержания радия и радона в природных водах , п.4-9	Вода природная	-	-	Радон 222	(7 ÷ 5x10^4) Бк/кг
648.	ГОСТ Р 54040-2010 п. 4-9	Продукция растениеводства и корма	-	1001-1008	Удельная активность Cs-137	(2 - 10^4) Бк/кг
649.	ГОСТ Р 54001-2010	Удобрения органические, в том числе сапропели, торф	-	-	Пробоподготовка	-
650.	ГОСТ Р 53745-2009 п. 4.2				Удельная эффективная активность природных (естественных)	

1	2	3	4	5	6	7
651.	ГОСТ Р 53745-2009 п.5				радионуклидов: К-40 Ra-226, Th-232	 (40 – 5x10^4) Бк/кг (7 - 5x10^4) Бк/кг (8 - 5x10^4) Бк/кг
652.	ГОСТ 30108-94 Изменение № 1,2 п. 4.2	Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства. Материалы и изделия, содержащие природные радионуклиды.	-	2505-2508 2510,2513 2515-2517 2520,2530 2620 2621 6801-6805 6810 6815 6901-6908	Удельная эффективная активность природных (естественных) радионуклидов: К-40 Ra-226, Th-232	 (40 – 5x10^4) Бк/кг (7 - 5x10^4) Бк/кг (8 - 5x10^4) Бк/кг
					Пробоподготовка	-
653.	МИ ФГУП ВНИИФТРИ 2004 Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-, бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»	Молоко и молочная продукция Рыба и рыбные продукты. Овощи, корнеплоды, включая картофель. Хлеб и хлебобулочные изделия Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде. Масла растительные. Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; маргарины, жиры специального назначения, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы	10.51 03.11.1 10.39.1 10.71 10.72 10.73 10.96.1 10.41 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.39.3 10.11.1 10.11.2 10.11.3 10.20.1	0401 0402 0403 0404 0405 0406 0307 0712-0714 1201 1512 1501-1509 1517 0701 0709 1101-1103 1105 1106 0210	Стронций 90	(100 - 10^6) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		майонезные, кремы на растительных маслах.		0305 0210 0305		
654.	МИ ФГУП ВНИИФТРИ 2004 Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-, бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»	Промышленные, общественные и жилые здания	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность дочерних изотопов радона	Минимально измеряемые значения 15 Бк/м^3
		Игрушки, изготовленные из материалов, содержащих природные радионуклиды	-	3200 3400 3900 4000	Удельная эффективная активность природных (естественных) радионуклидов: К-40 Ra-226, Th-232	 (40 – 5x10^4) Бк/кг (7 - 5x10^4) Бк/кг (8 - 5x10^4) Бк/кг
		Почва земельных участков	-	-		
		Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4410 4412 4413 4420	Удельная активность радионуклидов: Цезий-137	 (3 – 5x10^4) Бк/кг
					Стронций-90	(100 - 10^6) Бк/кг
655.	МИ ФГУП ВНИИФТРИ 2003 Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»	Молоко и молочная продукция Рыба и рыбные продукты. Овощи, корнеплоды, включая картофель. Хлеб и хлебобулочные изделия Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления дезодорированные; маргарины, жиры специального назначения, соусы на основе	10.51 03.11.1 10.39.1 10.71 10.72 10.73 10.96.1 10.41 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.39.3	0401 0402 0403 0404 0405 0406 0307 0712-0714 1201 1512 1501-1509 1517 0701	Цезий 137	(3 ÷5x10^4) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. Мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия. Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них. Грибы свежие. Грибы сушенные. Мясо и пищевые мясные субпродукты. Рыба сушеная и вяленая	10.11.1 10.11.2 10.11.3 10.20.1	0709 1101-1103 1105 1106 0210 0305 0210 0305		
656.	МИ ФГУП ВНИИФТРИ 2003. Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»	Продукция растениеводства и корма	-	1001-1008	Удельная активность Cs-137	(2 - 10^4) Бк/кг
		Удобрения органические, в том числе сапропели, торф		-	Удельная эффективная активность природных (естественных) радионуклидов: K-40, Ra-226, Th-232	(40 – 5x10^4) Бк/кг (7 - 5x10^4) Бк/кг (8 - 5x10^4) Бк/кг
		Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства		2505-2508 2510,2513 2515-2517 2520,2530 2620,2621 6801-6805 6810,6815 6901-6908		
657.	ГОСТ 33795-2016	Древесное сырье,	-	4410	Удельная активность радионуклидов:	

1	2	3	4	5	6	7
		лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов.		4412 4413 4420	Цезий-137 Стронций-90 Пробоподготовка	($3 – 5x10^4$) Бк/кг ($100 - 10^6$) Бк/кг -
658.	МУ 2.6.1 2398-08 п.6	Земельные участки под строительство промышленных, общественных и жилых зданий (объектов)	-	-	Удельная активность радионуклидов: радия-226, тория-232, калия-40, плотность потока радона с поверхности	($7 - 5x10^4$) Бк/кг ($8 - 5x10^4$) Бк/кг ($40–5x10^4$) Бк/кг Минимально измеряемые значения не более 2 мБк/(м²с)
659.	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций МИ НТЦ НИТОН-2007 № 3					
660.	Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений МИ НТЦ НИТОН-2007 № 1	Промышленные, общественные и жилые здания	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность дочерних изотопов радона	Минимально измеряемые значения 15 Бк/м³
		Атмосферный воздух. Воздух замкнутых помещений. Воздух рабочей зоны.			Отбор проб и пробоподготовка	-
661.	МИ НТЦ НИТОН-2007 № 2 Методика измерений объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений, а также в рудниках всех типов, путем отбора пробы воздуха	Атмосферный воздух. Воздух замкнутых помещений. Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб и пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
662.	МР 2.6.1 0028-11 п.6-9 Приложение 2	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Отбор проб и пробоподготовка	-
					Суммарная объемная бета-активность	(100 - 10^6) Бк/кг
663.	МР 29.09.2008 ЦМИИ ФГУП ВНИИФТРИ Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «Прогресс»	Молоко и молочная продукция Рыба и рыбные продукты Овощи, корнеплоды, включая картофель. Хлеб и хлебобулочные изделия Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления дезодорированные; маргарины, жиры специального назначения, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. Мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия. Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них. Грибы свежие. Грибы сушенные. Мясо и пищевые мясные субпродукты. Рыба сушеная и вяленая	10.51 03.11.1 10.39.1 10.71 10.72 10.73 10.96.1 10.41 10.42 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.39.3 10.11.1 10.11.2 10.11.3 10.20.1	0401 0402 0403 0404 0405 0406 0307 0712-0714 1201 1512 1501-1509 1517 0701 0709 1101-1103 1105 1106 0210 0305 0210 0305	Цезий 137	(3 ÷ 5x10^4) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Почва земельных участков	-	-	Удельная активность радионуклидов: радия-226, тория-232, калия-40	(7 - 5x10^4) Бк/кг (8 - 5x10^4) Бк/кг (40 - 5x10^4) Бк/кг
		Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Суммарная объемная бета-активность	(100 - 10^6) Бк/кг
664.	МУ 2.6.1.3386-16 п. 3.1. - 3.4	Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров. Рабочее место оператора РУДБТ	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	0,1 мкЗв/ч - 1 Зв/ч
665.	МУ 2.6.1.038-2015	Земельные участки под строительство промышленных, общественных и жилых зданий	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта (радон 222)	Минимально измеряемые значения 2 мБк/(м^{2}с)
					Суммарная объемная бета-активность	(100 - 10^6) Бк/кг
Микробиологическая лаборатория, ул. Горьковская, д. 29						
Бактериологические исследования						
666.	ГОСТ ISO 7218-2015	Пищевые продукты	10.11 10.12 10.13	0201-0210 0301-0307 0401-0408	Общие требования к микробиологическим исследованиям	-
667.	ГОСТ 10444.1-84	Пищевые продукты	10.20 10.3 10.4 10.5	0701-0713 0801-0806 0811,0813 0901-0910	Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред	-
668.	ГОСТ ISO 11133-2016	Пищевые продукты	10.6 10.7	1202 1512,1517	Приготовление питательных сред	-
669.	ГОСТ 26669-85 (СТ СЭВ 3014-81)	Пищевые продукты	10.8 10.89.19.150	1601-1602 1604,1605	Подготовка проб	-
670.	ГОСТ 26670-91	Пищевые продукты	11.05.1 11.07.1	1701,1704 1806	Методы культивирования микроорганизмов	-
671.	МУ 4.2.2723-10 (за исключением п.п. 5.3, 12, 13)	Пищевые продукты.	36.00.11.000 36.00.12.000	1901-1902 1904,1905	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружены – обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		Объекты окружающей среды (смывы, вода, воздух, почва). Клинический материал.		2009,2106 2102-2104 2106 90 2201-2203 2201 10 3507		
672.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2, п. 3	Пищевые продукты. Овощи, фрукты. Смывы оборудования, инвентаря, тары. Вода из емкостей для хранения. Вода открытых водоемов. Почва. Клинический материал.	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.8 36.00.12.000	0701-0713 0801-0806 0811 0813 0901-0910 1202 2009	Бактерии рода Yersinia	Не обнаружены-обнаружены
673.	Инструкция № 15-6/42 п. 4.2				Бактерии рода Yersinia	Не обнаружены-обнаружены
674.	МУК 4.2.3019-12 п. 5.1.3.1				Бактерии рода Yersinia	Не обнаружены-обнаружены
675.	МУК 4.2.2218-07 п. 5.2.2	Пищевые продукты. Вода питьевая. Вода поверхностных водоемов. Вода сточная. Смывы с объектов внешней среды.	10.1-10.8 36.00.11.000 36.00.12.000	2201 10	Vibrio cholerae	Не обнаружены-обнаружены
676.	МУК 4.2.2870-11 п. 5.2				Vibrio cholerae	Не обнаружены-обнаружены
677.	МУК 4.2.2217-07 п. 8	Объекты окружающей среды: Вода горячего водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков. Смывы с объектов (оборудование для кондиционирования, вентиляции и т.д.).	-	-	Legionella pneumophila	Не обнаружены-обнаружены
678.	Методические рекомендации «Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных водах)» от 24.05.1984г.	Объекты окружающей среды (пищевые продукты, вода)	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113	2201 2202	Ps. aeruginosa	Отсутствие-присутствие

1	2	3	4	5	6	7
679.	МУК 4.2.992-00 п. 6, п. 7	Пищевые продукты. Клинический материал	10.1-10.8 10.85.1 10.86.1 10.89.1 10.89.19.150 10.89.19.210 10.89.19.290	0201-0210 0301-0307 0401-0406 0701-0713 0801-0806 0811,0813 0901-0905 1202 1601-1602 1704-1806 1901-1905 2009 2102-2104 2106 2106 90 3302 10 3507	E. coli 0157: H7	Не обнаружены-обнаружены
680.	МУК 4.2.2578-10 п. 6.1	Продовольственное сырье, пищевые продукты и другие объекты внешней среды.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.85.1 10.86.1 10.89.1 11.05.1 11.07.1 36.00.11.000	0201-0210 0301-0307 0401-0408 0701-0713 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202 1512,1517 1601-1605 1701,1704 1806 1901-1902 1904-1905 2009,2106 2102-2104 2201-2203 3302 10	КМАФАнМ	($1-3\cdot10^8$) КОЕ/см^3 (г)
681.	п. 6.2				Колиформные бактерии	Отсутствие – присутствие
682.	п. 6.3				Колиформные бактерии в воде. Фекальные колиформные бактерии в воде.	Отсутствие – присутствие
683.	п. 6.5				Энтеробактерии	Отсутствие – присутствие
684.	п. 6.6				Pseudomonas	Отсутствие – присутствие
685.	п. 6.7				Salmonella	Отсутствие – присутствие
686.	п. 6.9				Staphylococcus. aureus	Отсутствие – присутствие
687.	п. 6.10				Listeria	Отсутствие –

1	2	3	4	5	6	7
				3507 2201 10		присутствие
688.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты. Пищевые добавки, ароматизаторы, ферментные препараты.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.3 10.31.12 10.32.1 10.32.2 10.39.13 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.85.1 10.86.1 10.89.1 10.89.11.110 10.89.19.110 10.89.19.150 10.89.19.210 11.05.1 11.07.1 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 01.47.2	0201-0210 0301-0307 0401-0408 0701-0713 0801-0806 0811-0813 0901-0910 1202 1512,1517 1601-1602 1604-1605 1701-1704 1806 1901-1902 1904-1905 2007 2009 2102-2104 2106 2106 90 2201-2203 2201 10 3302 10 3507	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружены – обнаружены
689.	ГОСТ 32010-2013	Пищевые продукты. Пищевые добавки, ароматизаторы, ферментные препараты.			Бактерии рода Shigella	Не обнаружены – обнаружены
690.	ГОСТ 10444.15-94				КМАФАнМ	$(1\cdot10^1$-$3\cdot10^8)$ КОЕ/г ($см^3$)
691.	ГОСТ 32031-2012	Пищевые продукты			Бактерии Listeria monocytogenes	Отсутствие – присутствие
692.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты			Бактерии Listeria monocytogenes	Не обнаружены – обнаружены
693.	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1,	Пищевые продукты, кроме молока и молочной продукции. Пищевые добавки, ароматизаторы, ферментные препараты.			БГКП (колиформные бактерии)	Отсутствие – присутствие
694.	п. 9.1,					
695.	п. 10					
696.	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)	Пищевые продукты, кроме молока и молочной продуктов			Коагулазоположительные стафилококки и S. aureus	Не обнаружены – обнаружены
						$(1\cdot10^1$-$1{,}5\cdot10^{10})$ КОЕ/$см^3$ (г)
697.	ГОСТ 10444.12-2013 п. 4.1, п. 9	Пищевые продукты. Пищевые добавки, ароматизаторы, ферментные препараты.			Дрожжи	$(1\cdot10^1$- $1{,}5\cdot10^5)$ КОЕ/$см^3$ (г)
					Плесневые грибы	$(1\cdot10^1$- $5\cdot10^3)$ КОЕ/$см^3$ (г)
698.	ГОСТ ISO 21527-1-2013	Пищевые продукты с активностью воды больше 95%			Дрожжи	$(1\cdot10^1$- $1{,}5\cdot10^5)$ КОЕ/$см^3$ (г)
					Плесневые грибы	$(1\cdot10^1$-$5\cdot10^3)$ КОЕ/$см^3$ (г)
699.	ГОСТ ISO 21527-2-2013	Пищевые продукты с активностью воды меньше или равной 0,95			Дрожжи	$(1\cdot10^1$-$1{,}5\cdot10^5)$ КОЕ/$см^3$ (г)
					Плесневые грибы	$(1\cdot10^1$-$5\cdot10^3)$ КОЕ/$см^3$ (г)

1	2	3	4	5	6	7
700.	ГОСТ Р 54755-2011 п. 4.1, п. 9.1	Пищевые продукты			Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	Отсутствие-присутствие
701.	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)	Пищевые продукты			Презумптивные B.cereus	$(1\cdot10^2\text{-}1{,}5\cdot10^5)$ КОЕ/см^3 (г)
702.	ГОСТ ISO 21871-2013	Пищевые продукты			Презумптивные бактерии Bacillus cereus	Отсутствие – присутствие
703.	ГОСТ 30726-2001	Пищевые продукты. Пищевые добавки, ароматизаторы, ферментные препараты	-	-	E. coli	Не обнаружены-обнаружены
						$(1\cdot10^1\text{-}1{,}5\cdot10^{10})$ КОЕ/см^3 (г)
704.	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) п. 9.1				Презумптивные бактерии Escherichia coli	Не обнаружены-обнаружены
705.	ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001)				Бактерии Escherichia coli O157	Отсутствие - присутствие
706.	ГОСТ 32064-2013 п. 4.1,п. 9.1	Пищевые продукты	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Не обнаружены – обнаружены
707.	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты	-	-	Бактерии рода Proteus, Morganella, Providencia	Не обнаружены – обнаружены
708.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты.Пищевые добавки, ароматизаторы, ферментные препараты.	-	-	Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	Не обнаружены – обнаружены
709.	ГОСТ 28566-90 (СТ СЭВ 6646-89)	Пищевые продукты	10.1-10.8 10.11,10.12 10.13.1 10.20 10.20.2 10.20.3 10.86.10	0301-0307 1601 1602 1604 1605 2001 2006,2008	Энтерококки	$(1\cdot10^2\text{-}1{,}5\cdot10^5)$ КОЕ/г (см^3)
710.	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)	Пищевые продукты			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	$(1\cdot10^6\text{-}1{,}5\cdot10^{11})$ КОЕ/см^3 (г)
711.	ГОСТ 31903-2012	Пищевые продукты: молоко и сухие молочные продукты, мясо и субпродукты, яйца, меланж.	10.51 10.11-10.13 10.89.12 01.47.2	0201-0210 0401 0407 0408	Антибиотики тетрациклиновой группы	Отсутствие–присутствие
					Бацитрацин	Отсутствие–присутствие

1	2	3	4	5	6	7
712.	МУК 4.2.026-95				Антибиотики тетрациклиновой группы	Отсутствие–присутствие
					Бацитрацин	Отсутствие–присутствие
713.	МУ № 3049-84				Антибиотики тетрациклиновой группы	Отсутствие–присутствие
					Бацитрацин	Отсутствие–присутствие
714.	ГОСТ 10444.7-86 п. 5.4 - 5.5	Продукты пищевые	10.11 10.12 10.13.15 10.20 10.20.25.110 10.3 10.39.1 10.39.2 10.51.11.140 10.51.51 10.86.10.200 10.86.10.500 10.86.10.660 10.86.10.670 10.86.10.680	1602 1604 1605 2001-2006 2008	C. botulinum	Отсутствие–присутствие
715.	ГОСТ 10444.9-88	Пищевые продукты			C.perfringens	Отсутствие–присутствие
						$(1 \cdot 10^{I} - 3 \cdot 10^{II})$ КОЕ/г ($см^3$)
716.	ГОСТ 30425-97 п. 7.7.1	Продукты пищевые (консервы)			Мезофильные спорообразующие аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis	Не обнаружены – обнаружены
					Мезофильные спорообразующие аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus. и B. Polymyxa	Не обнаружены – обнаружены
					Термофильные спорообразующие аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Не обнаружены – обнаружены
	п. 7.7.2				Мезофильные клостридии	Не обнаружены – обнаружены
					Термофильные анаэробные спорообразующие микроорганизмы	Не обнаружены – обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30425-97 п. 7.7.10				Количество мезофильных аэробных, факультативно-анаэробных микроорганизмов	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^8)$ КОЕ/г ($см^3$)
	п. 7.8				Плесневые грибы и дрожжи	Не обнаружены – обнаружены
	п. 7.9				Молочнокислые микроорганизмы	Не обнаружены – обнаружены
	п. 7.10				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Не обнаружены – обнаружены
717.	ГОСТ Р ИСО 6887-2-2013	Мясо и мясные продукты	10.11.1 10.11.2 10.11.3 10.11.5 10.13.1	0201-0206 0208-0210 1601 1602	Подготовка проб	-
718.	ГОСТ Р 54354-2011 п. 8.2	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса			КМАФАнМ	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^8)$ КОЕ/г ($см^3$)
	п .8.3.1				Бактерии рода Salmonella	$(1 \cdot 10^2 - 1{,}5 \cdot 10^5)$ КОЕ//г ($см^3$)
	п. 8.4.1				Listeria monocytogenes	Не обнаружены-обнаружены
	п. 8.5.1				Энтерококки	Не обнаружены-обнаружены
	п. 8.6.1				БГКП (колиформы)	Не обнаружены-обнаружены
	п. 8.7.1- 8.7.2				Escherichia coli	Не обнаружены-обнаружены
	п. 8.8.1				Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Не обнаружены-обнаружены
	п. 8.9				Bacillus cereus	Не обнаружены-обнаружены
	п. 8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	Не обнаружены-обнаружены
	п. 8.11				Бактерии рода Proteus	Не обнаружены-обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.12				Yersinia enterocolitica	Не обнаружены-обнаружены
	п. 8.14.1				Молочнокислые микроорганизмы	$(1 \cdot 10^{6}$ -,$5 \cdot 10^{11})$ КОЕ/г ($см^{3}$)
	п. 8.15.1				Дрожжи	$(1 \cdot 10^{1}$ -1,$5 \cdot 10^{5})$ КОЕ/г ($см^{3}$)
					Плесеневые грибы	$(1 \cdot 10^{1}$ - $5 \cdot 10^{3})$ КОЕ/г ($см^{3}$)
	п. 8.16				Бактерии рода Pseudomonas	Не обнаружены-обнаружены
719.	ГОСТ 21237-75 п. 4.2.3	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	10.11.1 10.11.2 10.11.3 10.11.5 10.12.1 10.12.2 10.12.3 10.12.4 10.13.1	0201-0206 0207 0208-0209 0210	Патогенный стафилококк	Не обнаружены-обнаружены
	п. 4.2.4				Бактерии рода сальмонелл	Не обнаружены-обнаружены
	п. 4.2.6				Бактерии рода протея	Не обнаружены-обнаружены
720.	ГОСТ Р 55481-2013	Мясо всех видов убойных животных, мясо птицы, субпродукты			Антибиотики тетрациклиновой группы	Отсутствие–присутствие
					Бацитрацин	Отсутствие–присутствие
721.	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Salmonella	Не обнаружены – обнаружены
722.	ГОСТ Р 54374-2011 п. 8.1				БГКП (колиформные бактерии)	Не обнаружены-обнаружены
723.	ГОСТ Р 54674-2011 п. 4.1, п. 8.1-8.2, п. 10				Staphylococcus aureus (S. aureus)	Не обнаружены – обнаружены
724.	ГОСТ 7702.2.7-2013	Мясо птицы, субпродукты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинар-ные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни,	10.12.1 10.12.2 10.12.3 10.12.4 10.13.14	0207 0209 1602	Бактерии рода Proteus	Не обнаружены – обнаружены
725.	ГОСТ 7702.2.6-2015				Сульфитредуцирующие клостридии	Не обнаружены – обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, жир-сырец птицы				
726.	ГОСТ 32149-2013 п. 7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47.2 10.89.12	0407 0408	КМАФАнМ	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^8)$ КОЕ/г ($см^3$)
	п. 8				БГКП (колиформы)	Не обнаружены-обнаружены
	п. 9				Бактерии рода Salmonella	Не обнаружены-обнаружены
	п. 10				Бактерии рода Proteus	Не обнаружены-обнаружены
	п. 11				Бактерии вида Staphylococcus aureus	Не обнаружены-обнаружены
727.	ГОСТ ISO 6785-2015 п. 9	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406	Salmonella spp	Отсутствие – присутствие
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.4				КМАФАнМ	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^8)$ КОЕ/$см^3$ (г)
	п. 8.5.1, п. 8.5.3				БГКП (колиформы)	Не обнаружены-обнаружены
	п. 8.7				Микроскопический препарат	-
	п. 8.8				Промышленная стерильность: КМАФАнМ	$(1 \cdot 10^1 - 1 \cdot 10^1)$ КОЕ/$см^3$ (г)
					Микроскопический препарат	-
728.	МР 2.3.2.2327-08 п. 6.4				Микроскопический препарат	-
	п. 6.5.1				КМАФАнМ	$(1 \cdot 10^1 - 3{,}0 \cdot 10^8)$ КОЕ/$см^3$ (г)
	п. 6.5.7.1				БГКП (колиформы)	Не обнаружены – обнаружены
	п. 6.5.7.5				Дрожжи	$(1 \cdot 10^1 - 1{,}5 \cdot 10^5)$ КОЕ/$см^3$ (г)
	п. 6.5.8.1					

1	2	3	4	5	6	7
					Плесневые грибы	($1 \cdot 10^1$-$5 \cdot 10^3$) КОЕ/см^3 (г)
	п. 6.6.1.3				Молочнокислые микроорганизмы	($1 \cdot 10^6$-$1{,}5 \cdot 10^{11}$) КОЕ/см^3 (г)
	п. 6.6.2				Бифидобактерии	($1 \cdot 10^4$-$1{,}5 \cdot 10^{10}$) КОЕ/см^3 (г)
	п. 6.7.2				Промышленная стерильность: КМАФАнМ	($1 \cdot 10^1$- $1 \cdot 10^1$) КОЕ/см^3 (г)
					Микроскопический препарат	-
729.	ГОСТ 30347-2016	Молоко и молочная продукция	10.51.52	0401-0406	Staphylococcus aureus	Не обнаружены – обнаружены
						($1 \cdot 10^1$- $1{,}5 \cdot 10^{10}$) КОЕ/см^3 (г)
730.	ГОСТ 33566-2016	Молоко и молочная продукция			Дрожжи	($5 \cdot 10^1$- $1{,}5 \cdot 10^3$) КОЕ/см^3 (г)
					Плесневые грибы	($5 \cdot 10^1$ - $5 \cdot 10^2$) КОЕ/см^3 (г)
731.	ГОСТ 33951-2016 п. 8.1	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые бактерии	($1 \cdot 10^6$-$1{,}1 \cdot 10^{10}$) КОЕ/см^3 (г)
732.	ГОСТ 33491-2015 п. 7.17.5- 7.17.6	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум	10.51.52	0401-0406	Бифидобактерии	($1 \cdot 10^5$-$1{,}5 \cdot 10^9$) КОЕ/см^3 (г)
	п. 7.17.7-7.17.7.1				Микроскопический препарат	-
733.	ГОСТ ISO 29981-2013 п. 8	Молочные продукты			Презумптивные бифидобактерии	($1 \cdot 10^5$-$3{,}0 \cdot 10^9$) КОЕ/см^3 (г)
	п. 9				Микроскопический препарат	-
734.	ГОСТ 33924-2016 п. 8.2	Молоко и молочная продукция			Бифидобактерии	($1 \cdot 10^5$-$1{,}5 \cdot 10^9$) КОЕ/см^3 (г)

1	2	3	4	5	6	7
735.	МУК 4.2.999-00 п. 7, п. 8	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии	$(1 \cdot 10^4 - 5 \cdot 10^{10})$ КОЕ/см^3 (г)
	п. 8.2				Микроскопический препарат	-
736.	ГОСТ 23454-2016 п. 8	Молоко	01.41.20.110 10.51	0401	Ингибирующие вещества	Отсутствие – наличие
737.	ГОСТ 31502-2012 п. 5.2				Пенициллин	Отсутствие – присутствие
738.	ГОСТ 30705-2000	Молочные продукты для детского питания	10.86.10	0401-0406	КМАФАнМ	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^8)$ КОЕ/г (см^3)
739.	ГОСТ 30706-2000				Дрожжи	$(1 \cdot 10^1 - 1{,}5 \cdot 10^5)$ КОЕ/см^3 (г)
					Плесневые грибы	$(1 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^3)$ КОЕ/см^3 (г)
740.	ГОСТ ISO/TS 22964-2013	Сухое молоко и сухие смеси для детского питания	10.86.10.110 10.86.10.120 10.86.10.130	0401 0402	Enterobacter sakazakii	Отсутствие – присутствие
741.	МУК 4.2.2428-08 МУК 4.2.3144-13 (Дополнения и изменения к МУК 4.2.2428-08)				Enterobacter sakazakii	Отсутствие – присутствие
					Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	Отсутствие – присутствие
742.	МУК 4.2.577-96 п. 7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.86.10	0401-0406	КМАФАнМ	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^8)$ КОЕ/см^3(г)
	п. 7.2				БГКП (колиформные бактерии)	Отсутствие-присутствие
	п. 7.3				E. coli	Отсутствие-присутствие
	п. 7.4				Бактерии рода Salmonella	Отсутствие-присутствие
	п. 7.5				Коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	Отсутствие-присутствие
	п. 7.6				Энтерококки	$(1 \cdot 10^2 - 1{,}5 \cdot 10^5)$ КОЕ/см^3 (г)
	п. 7.7				B.cereus	$(1 \cdot 10^2 - 1{,}5 \cdot 10^5)$ КОЕ/см^3 (г)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7.8				Дрожжи	$(1 \cdot 10^1 - 1{,}5 \cdot 10^5)$ КОЕ/см^3 (г)
					Плесневые грибы	$(1 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^3)$ КОЕ/см^3 (г)
	п. 7.9				Молочнокислые (ацидофильные) бактерии	$(1 \cdot 10^6 - 1{,}1 \cdot 10^{11})$ КОЕ/см^3 (г)
	п. 7.10				Бифидобактерии	$(1 \cdot 10^4 - 1{,}5 \cdot 10^{10})$ КОЕ/см^3 (г)
	п. 7.11				Микроскопический препарат	-
	п. 7.12				Промышленная стерильность: КМАФАнМ	$(1 \cdot 10^1 - 1 \cdot 10^1)$ КОЕ/см^3 (г)
					Микроскопический препарат	-
743.	МУК 4.2.2046-06 п. 5.1, п. 6	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20 10.86.10.500	0305-0308	V. parahaemolyticus	$(1 \cdot 10^2 - 1{,}5 \cdot 10^5)$ КОЕ/см^3 (г)
744.	Инструкция № 5319-91 п. 13.1	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла	10.20.2 10.20.3 10.86.10.500	0301-0308 1604 1605	КМАФАнМ	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^7)$ КОЕ/г (см^3)
	п. 13.2				Дрожжи	$(1 \cdot 10^1 - 1{,}5 \cdot 10^5)$ КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	$(1 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^3)$ КОЕ/г (см^3)
	п. 13.3				Бактерии рода протеев	Не обнаружены-обнаружены
	п. 13.4				БГКП (колиформы)	Не обнаружены-обнаружены
	п. 13.5				Золотистые стафилококки	Не обнаружены-обнаружены
	п. 13.6				Сульфитредуцирующие клостридии	Не обнаружены-обнаружены
	п. 13.7				Бактерии рода сальмонелл	Не обнаружены-обнаружены
	п. 13.9				Парагемолитические вибрионы	$(1 \cdot 10^2 - 1{,}5 \cdot 10^5)$ КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
745.	ГОСТ 30712-2001 п. 6.1	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки	11.05.1 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.130	2201 2202 2203	КМАФАнМ	$(1\cdot10^1 - 3\cdot10^8)$ КОЕ/см^3 (г)
	п. 6.2				КМАэМ	$(1\cdot10^1 - 3\cdot10^2)$ КОЕ/100 см^3
	п. 6.3				БГКП (колиформные бактерии)	Отсутствие-наличие
	п. 6.4.1.1				Дрожжи и плесневые грибы	$(1\cdot10^1 - 5\cdot10^3)$ КОЕ/см^3 (г)
746.	ИК 10-5031536-105-91 п. 5.1	Высокостойкие безалкогольные напитки	11.05.1 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.120 11.07.19.121 11.07.19.130	2201 2202 2203	БГКП (колиформные бактерии)	Отсутствие-наличие
	п. 5.2				КМАФАнМ	$(1\cdot10^1 - 3\cdot10^8)$ КОЕ/см^3 (г)
	п. 5.3				Дрожжи и плесневые грибы	$(1\cdot10^1 - 5\cdot10^3)$ КОЕ/см^3 (г)
747.	ИК 10-04-06-140-87 Приложение 4, п. 1.2.2	Газированные напитки, хлебный квас, пиво. Смывные воды с технологического оборудования, цистерн			ОМЧ (КМАФАнМ)	$(1\cdot10^1 - 3\cdot10^2)$ КОЕ/см^3 (г)
	Приложение 4, п. 1.2.4				Дрожжи	$(1\cdot10^1 - 1{,}5\cdot10^3)$ КОЕ/см^3 (г)
					БГКП	Не обнаружены-обнаружены
748.	МР № 96/225 от 07.04.1997г. п. 4.1.2.1- 4.1.2.2, п. 4.1.2.5, п. 4.1.2.7	Минеральные воды			P. aeruginosa	Отсутствие-присутствие
749.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07.11.120 11.07.11.121 11.07.11.122	2201 10	ОМЧ	$(1\cdot10^1 - 3\cdot10^2)$ КОЕ/мл
	Приложение 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены-обнаружены
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	Не обнаружены-обнаружены
	Приложение 9				Pseudomonas aeruginosa	Не обнаружены-обнаружены
	Приложение 10				Колифаги	Не обнаружены-обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
750.	ГОСТ 26972-86 п. 4.1	Зерно, крупа, мука, толокно для производства продуктов детского питания.	10.61.1 10.61.22 10.61.32 10.86.10.400	1901 1902 1904 1905	КМАФАнМ	($1\cdot10^1$-$3\cdot10^8$) КОЕ/ г ($см^3$)
	п. 4.2				БГКП	Не обнаружены-обнаружены
	п. 4.3				Дрожжи	($1\cdot10^1$-$1{,}5\cdot10^5$) КОЕ/ г ($см^3$)
					Плесневые грибы	($1\cdot10^1$-$5\cdot10^3$) КОЕ/ г ($см^3$)
751.	МУ № 2657-82 п. 4.4.3	Пищевые продукты на предприятиях общественного питания и торговли	10.85.1 10.89.1	2102-2104	Коли-титр БГКП	менее 0,04 – - более 11,1
	п. 4.5				Коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	Отсутствие-присутствие
	п. 4.6				Бактерии рода Proteus	Отсутствие-присутствие
	п. 5.2.1	Смывы с оборудования, инвентаря, посуды и др. на предприятиях общественного питания и торговли			БГКП	Не обнаружены-обнаружены
	п. 5.2.3				S. aureus	Не обнаружены-обнаружены
752.	ГОСТ ISO 21148-2013	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства индивидуальной защиты.	20.41.31.130 20.42.1	3301-3307	Общие требования к микробиологическому контролю	-
753.	ГОСТ Р ИСО 21148-2011					-
754.	ГОСТ ISO 21149-2013	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства индивидуальной защиты (дерматологические)			Мезофильные аэробные микроорганизмы	($1\cdot10^1$ - $3\cdot10^8$) КОЕ/г ($см^3$)
755.	ГОСТ ISO 22717-2013				Pseudomonas aeruginosa	Отсутствие - присутствие
756.	ГОСТ ISO 22718-2013				Staphylococcus aureus	Отсутствие – присутствие
757.	ГОСТ ISO 18416-2013				Candida albicans	Не обнаружены – обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
758.	МУК 4.2.801-99 п. 4.1.2.1	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства индивидуальной защиты (дерматологические)	20.41.31.130 20.42.1 32.91.12	3301-3307 4803 4818 9503 9603 21 000 0	КМАФАнМ	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^7)$ КОЕ/см^3 (г)
	п. 4.2.2.1				Дрожжи, дрожже-подобные, плесневые грибы	$(1 \cdot 10^1 - 1{,}5 \cdot 10^3)$ КОЕ/см^3 (г)
	п. 4.3				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Отсутствие – присутствие
	п. 4.4				Pseudomonas aeruginosa	Отсутствие – присутствие
	п. 4.5				Staphylococcus aureus	Отсутствие – присутствие
	п. 4.6				Стерильность	Стерильно – не стерильно
759.	ГОСТ Р 51577-2000 п. 6.5.5.2	Средства гигиены полости рта жидкие	20.42.18	3306	КМАФАнМ	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^7)$ КОЕ/см^3 (г)
	п. 6.5.5.3				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Отсутствие – присутствие
	п. 6.5.5.4				S. aureus	Отсутствие – присутствие
					Pseudomonas aeruginosa	Отсутствие – присутствие
	п. 6.5.5.5				Дрожжи, плесневые грибы	Отсутствие – присутствие
760.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.1- 8.3	Вода питьевая	36.00.11.000	2201 10	Колиформные бактерии (БГКП)	Не обнаружены-обнаружены
					E. coli	Не обнаружены-обнаружены
761.	ГОСТ 18963-73 п. 4.1	Вода питьевая			Общее количество бактерий	$(1 - 3 \cdot 10^3)$ КОЕ/см^3
	п. 4.2				Колииндекс	менее 3 – - более $1{,}1 \cdot 10^3$
	п. 4.3				Escherichia coli	Не обнаружены-обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
762.	МУК 4.2.1018-01 (с изменением № 1МУК 4.2.2794-10) п. 3.1	Вода питьевая	11.07.11.120 11.07.11.121 11.07.11.122 36.00.11.000	2201 10	Отбор проб	-
	п. 8.1				ОМЧ	$(1 - 3 \cdot 10^2)$ КОЕ/мл
	п. 8.2- 8.3				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены-обнаружены
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены-обнаружены
	п. 8.4				Споры сульфит-редуцирующих клостридий	Не обнаружены-обнаружены
	п. 8.5				Колифаги	Не обнаружены-обнаружены
763.	МУК 4.2.1884-04 (с изменением № 1 МУК 4.2.2793-10) п. 2.7	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены-обнаружены
	п. 2.8				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены-обнаружены
	п. 2.9				Колифаги	Не обнаружены-обнаружены
	п. 2.10				Бактерии рода Salmonella	Не обнаружены-обнаружены
	Приложение 1				ОМЧ	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^7)$ КОЕ/мл
	Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружены-обнаружены
	Приложение 3,4				Escherichia coli	Не обнаружены-обнаружены
	Приложение 5,6				Энтерококки	Не обнаружены-обнаружены
	Приложение 7				Staphylococcus aureus	Не обнаружены-обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
764.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6, п. 1-4	Вода сточная	-	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены-обнаружены
	Приложение 6, п. 5				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены-обнаружены
	Приложение 7				Сальмонеллы	Не обнаружены-обнаружены
	Приложение 8				Колифаги	Не обнаружены-обнаружены
765.	МР № ФЦ/4022 п. 7 (титрационный метод)	Почва населенных мест и сельскохозяйственных угодий	-	-	Общие колиформные бактерии (индекс БГКП)	Не обнаружены-обнаружены
	п. 8 (титрационный метод)				Индекс энтерококков	Не обнаружены-обнаружены
	п. 9				Clostridium perfringens	Не обнаружены-обнаружены
	п. 10				ОМЧ	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^7)$ КОЕ/г
	п. 11				Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	Не обнаружены-обнаружены
766.	МУ № 143-9/316-17 п. 3.1.1	Лечебные грязи	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП)	Не обнаружены-обнаружены
	п. 3.1.2				Фекальные колиформные бактерии	Не обнаружены-обнаружены
	п. 3.1.3				Энтерококки	Не обнаружены-обнаружены
	п. 3.1.4				Pseudomonas aeruginosa	Не обнаружены-обнаружены
	п. 3.2				Сульфитвосстанавливающие клостридии	Не обнаружены-обнаружены
	п. 3.3				ОМЧ	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^7)$ КОЕ/г
	п. 3.4				Стафилококки S. aureus	Не обнаружены-обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
767.	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.3	Воздух лечебно-профилактических организаций	-	-	ОМЧ	$(1 \cdot 10^1 - 7{,}5 \cdot 10^2)$ КОЕ/м^3
	п. 3.1.4				S. aureus	Не обнаружены-обнаружены
	п. 3.2.4	Смывы с объектов внешней среды лечебно-профилактических организаций			S. aureus	Не обнаружены-обнаружены
	п. 3.2.5				БГКП	Не обнаружены-обнаружены
	п. 3.2.6	Смывы с объектов внешней среды лечебно-профилактических организаций			Бактерии рода Salmonella	Не обнаружены-обнаружены
	п. 3.2.7				Pseudomonas aeruginosa	Не обнаружены-обнаружены
	п. 4	Изделия медицинского назначения			Стерильность	Стерильно - не стерильно
	п. 5	Руки персонала			Патогенные и условно-патогенные бактерии	Отсутствие – присутствие
768.	МУ № 3182-84 п. 3.4	Смывная жидкость с вспомогательных материалов (пробок, прокладок, аптечной посуды и пр.)	-	-	Общее количество микроорганизмов (сумма бактерий, плесневых и дрожжевых грибов)	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^2)$ КОЕ/см^3
	п. 4	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала			Бактерии группы кишечной палочки	Не обнаружены-обнаружены
					Патогенные (золотистые) стафилококки	Не обнаружены-обнаружены
769.	ГФ РФ XIV издание ОФС 1.2.4.0002.18 п. 5.1.1	Нестерильные лекарственные средства			Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^3)$ КОЕ/мл (г)
	п. 6.1.1				Энтеробактерии, устойчивые к желчи	Отсутствие – наличие
	п. 6.2.1				Бактерии Escherichia coli	Отсутствие – наличие
	п. 6.3				Бактерии рода Salmonella	Отсутствие – наличие
	п. 6.4				Бактерии Pseudomonas aeruginosa	Отсутствие – наличие

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.5				Бактерии Staphylococcus aureus	Отсутствие – наличие
	п. 6.6				Грибы Candida albicans	Отсутствие – наличие
	п. 12.1	Вода дистиллированная для инъекций (ангро)	-	2853901000	Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	(1 - 1,5·10^2) КОЕ/100 мл
					Бактерии Escherichia coli	Отсутствие – наличие
					Бактерии Staphylococcus aureus	Отсутствие – наличие
					Бактерии Pseudomonas aeruginosa	Отсутствие – наличие
	п. 12.2	Вода дистиллированная очищенная, вода для гемодиализа			Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	(1 -1,5·10^2) КОЕ/ мл
					Бактерии Escherichia coli	Отсутствие – наличие
					Бактерии Staphylococcus aureus	Отсутствие – наличие
					Бактерии Pseudomonas aeruginosa	Отсутствие – наличие
770.	ОФС 1.2.4.0003.15 п. 2.3- 2.5	Лекарственные средства, в т.ч.: инъекционные растворы после стерилизации, глазные капли, приготовленные в асептических условиях на стерильной воде, лекарственные средства для новорожденных	-	-	Стерильность	Стерильно – не стерильно
771.	МУ № 5191-90 п. 3	Вода дистиллированная для инъекций, растворы для инъекций до стерилизации	-	2853901000	Пирогенообразующие микроорганизмы	(1 - 4·10^1) КОЕ/см^3

1	2	3	4	5	6	7
772.	МУ 15/6-5-91 п. 4	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Эффективность стерилизации с использованием биологических тест-объектов	Эффективна – не эффективна
773.	МУК 4.2.3065-13 п. 6 - 7	Клинический материал от людей с целью обнаружения и идентификации микроорганизмов III-IV групп патогенности (мазки из ротоглотки, носа)	-	-	Коринебактерии дифтерии	Не обнаружены-обнаружены
	п. 11	Клинический материал (сыворотка крови)			Определение антител к возбудителям дифтерии и столбняка	Не обнаружены-обнаружены
774.	МУК 4.2.1887-04 п. 7.2.3, п. 8.1.1, п. 8.1.3	Клинический материал (носоглоточная слизь)			Менингококк	Не обнаружены-обнаружены
775.	Приказ № 375 от 23.12.1998г. Приложение 3, п. 6				Менингококк	Не обнаружены-обнаружены
776.	Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованиям при коклюше и паракоклюше, 1983 г.	Клинический материал (слизь с задней стенки глотки)	-	-	Бордетеллы	Не обнаружены-обнаружены
777.	МР 3.1.2.0072-13 п. 6	Клинический материал (слизь с задней стенки глотки)			Бордетеллы	Не обнаружены – обнаружены
	п. 8.3	Клинический материал (сыворотка крови)			Определение антител к возбудителям коклюша и паракоклюша	Не обнаружены-обнаружены
778.	Приказ № 535 от 22.04.1985г. п. 2.1	Клинический материал (мазки из ротоглотки, носа, носоглоточная слизь)			Бактерии рода Staphylococcus	Не обнаружены-обнаружены
	п. 2.3				Бактерии рода Neisseria	Не обнаружены-обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.5		-	-	Бактерии рода Corynebacterium	Не обнаружены-обнаружены
779.	МР № 2500-81 п. 3.7	Клинический материал (фекалии)			Энтерококки	Не обнаружены-обнаружены
780.	Методические рекомендации от 06.04.01г. «Диагностика и санация стафилококковых бактерионосителей»	Клинический материал (носоглоточная слизь)	-	-	Стафилококки	Не обнаружены-обнаружены
781.	Методические рекомендации от 31.03.1988 «Клиника, диагностика, лечение, эпидемиология и противоэпидемические мероприятия при ОКИ, вызванных условно-патогенными бактериями у детей раннего возраста»	Клинический материал (фекалии)			Условнопатогенные микроорганизмы	Не обнаружены-обнаружены
782.	МУ № 04-723/3	Клинический материал от людей с целью обнаружения и идентификации микроорганизмов III-IV групп патогенности	-	-	Энтеробактерии	Не обнаружены-обнаружены
783.	МР № 0100/13745-07-34 п. 9				Сальмонеллы брюшного тифа и паратифов	Не обнаружены-обнаружены
784.	Методические рекомендации от 22.11.1984г. «Эпидемиология, профилактика и лабораторная диагностика брюшного тифа»				Сальмонеллы брюшного тифа	Не обнаружены-обнаружены
785.	МУК 4.2.2963-11 п. 6.1				Патогенные эшерихии, продуцирующие веротоксин: - серовар O104:H4	Не обнаружены-обнаружены
	п. 7.1				энтерогеморрагический - серовар E coli 0157:H7	Не обнаружены-обнаружены
	п. 8.1				- серовары, не относящихся к O157:H7	Не обнаружены-обнаружены
786.	МР № 3923-85				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Не обнаружены-обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
787.	Методические рекомендации от 03.06.1986г. «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий-возбудителей внутрибольничных инфекций»		-	-	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Не обнаружены-обнаружены
788.	МУК 4.2.1890-04	Штаммы микроорганизмов	-	-	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам	-
Паразитологические исследования						
789.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.1.1, п. 8.1	Мясо, мясопродукты	10.11 10.11.1 10.11.2 10.11.3	0201-0203 0206 0210	Личинки трихинелл	Не обнаружены-обнаружены
790.	п.7.2.1, п.7.2.2, п. 8.2				Цистицерки (финны)	Не обнаружены-обнаружены
791.	ГОСТ Р 54378-2011 п. 9.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20 10.20.1 10.20.2 10.20.3	0301,0302 0303,0304 0305,0306 0307	Жизнеспособность личинок: нематод скребней трематод цестод	Не обнаружены-обнаружены
792.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.1	Рыбные и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся) и продукты их переработки			Живые личинки: цестод, нематод, скребней	Не обнаружены-обнаружены
	п. 3.2.11.3				Живые личинки: трематод	Не обнаружены-обнаружены
793.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.2	Плодоовощная, плодоягодная, растительная продукция	10.3 10.32	0701-0707 0709-0710 0712-0713 0803 0805-0810 0812 0813 2009	Яйца, личинки гельминтов	Не обнаружены-обнаружены
	п. 7.1				Цисты кишечных патогенных простейших	Не обнаружены-обнаружены
					Яйца, личинки гельминтов	Не обнаружены-обнаружены
					Цисты кишечных патогенных простейших	Не обнаружены-обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
794.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости. Вода плавательных бассейнов	11.07.11.120 36.00.11.000	2201 10	Яйца гельминтов	Не обнаружены-обнаружены
					Цисты лямблий	Не обнаружены-обнаружены
	п. 5.1.3.1				Яйца, личинки гельминтов	Не обнаружены-обнаружены
					Цисты лямблий	Не обнаружены-обнаружены
	п. 5.1.3.2				Ооцисты криптоспоридий	Не обнаружены-обнаружены
795.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.3	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов	Не обнаружены-обнаружены
					Цисты кишечных патогенных простейших	Не обнаружены-обнаружены
796.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2	Почва	-	-	Яйца гельминтов	Не обнаружены-обнаружены
	п. 4.4				Личинки гельминтов	Не обнаружены-обнаружены
	п. 4.7				Цисты кишечных простейших	Не обнаружены-обнаружены
	п. 6.2	Вода сточная			Жизнеспособные яйца гельминтов	Не обнаружены-обнаружены
	п. 6.3				Цисты кишечных простейших	Не обнаружены-обнаружены
	п. 7.2	Донные отложения и осадки сточных вод			Жизнеспособные яйца гельминтов	Не обнаружены-обнаружены
	п. 7.3				Цисты кишечных простейших	Не обнаружены-обнаружены
	п. 8.2	Навоз и навозные стоки			Яйца гельминтов	Не обнаружены-обнаружены
	п. 10.3	Смывы с поверхностей			Яйца гельминтов	Не обнаружены-обнаружены
	п. 10.4				Цисты кишечных простейших	Не обнаружены-обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
797.	ГОСТ Р 54001-2010 п. 7.1	Удобрения органические	-	-	Яйца, личинки гельминтов	Не обнаружены-обнаружены
798.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.2.1, п. 1.1.1.4	Клинический (биологический) материал с целью диагностики паразитарных заболеваний			Яйца гельминтов	Не выявлены - выявлены
	п. 1.1.1.3				Личинки гельминтов	Не выявлены - выявлены
	п. 2.1.2				Цисты кишечных патогенных простейших	Не выявлены - выявлены
799.	МУК 4.2. 3222-14 п. 5.1- 5.2				Малярийные плазмодии	Не обнаружены-обнаружены
Микробиологическая лаборатория, вирусологические исследования, ул. Обнорского, д. 76а						
800.	МУК 4.2.2029-05	Вода (все типы)	-	-	Отбор проб и пробоподготовка	-
801.	Инструкции D -1652 «Ротавирус-антиген-ИФА-Бест»	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения (открытых водоемов 1 категории, скважины). Вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков. Вода сточная. Клинический материал: фекалии	11.07.11.121	220110	Антиген ротавирусов человека	Не обнаружены-обнаружены
802.	Инструкция «Рота-анализ» от 01.0.2000г. МЗ РФ		-	-	Антиген ротавирусов человека	Не обнаружены-обнаружены
803.	Инструкция D-0356 «ВГА-антиген-ИФА-Бест»				Антиген вируса гепатита А	Не обнаружены-обнаружены
804.	Инструкция D-1656 «Норовирус-ИФА-Бест»				Антиген норовируса геногрупп 1и 2	Не обнаружены-обнаружены
805.	Инструкция «АмплиСенс®HAV-FL»				РНК вируса гепатита А	Не обнаружены-обнаружены
806.	Инструкция «Амплисенс Rotavirus/Norovirus/Astrovirus»				РНК астровирусов РНК норовирусов РНК ротавирусов	Не обнаружены-обнаружены
807.	Инструкция «АмплисенсОКИ скрин- FL»				РНК астровирусов РНК норовирусов РНК ротавирусов	Не обнаружены-обнаружены
808.	Инструкция «Хантагност»	Биологический материал: клещи			Антигены хантавирусов	Не обнаружены-обнаружены
809.	Инструкция D-1654 «Аденовирус-антиген-ИФА-Бест»	Клинический материал: фекалии			Антиген аденовирусов	Не обнаружены-обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
810.	Инструкция D-1154 «ВектоВКЭ-антиген»	Клинический материал: спинномозговая жидкость. Биологический материал: клещи	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	Не обнаружены-обнаружены
811.	Инструкция D-1152 «ВектоВКЭ- IgM»	Клинический материал: плазма, сыворотка крови			Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита	Не обнаружены-обнаружены
812.	Инструкция D-1156 «ВектоВКЭ- IgG»				Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита	Не обнаружены-обнаружены
813.	Инструкция D-1452 «ЛаймБест IgG»	Клинический материал: плазма, сыворотка крови	-	-	Антитела класса IgG к клещевому боррелиозу (болезнь Лайма)	Не обнаружены-обнаружены
814.	Инструкция KS-001 «Боррелиоз ИФА- IgG»				Антитела класса IgG к клещевому боррелиозу (болезнь Лайма)	Не обнаружены-обнаружены
815.	Инструкция D-1454 «ЛаймБест IgM»				Антитела класса IgM к клещевому боррелиозу (болезнь Лайма)	Не обнаружены-обнаружены
816.	Инструкция KS-002 Боррелиоз ИФА- IgM				Антитела класса IgM к клещевому боррелиозу (болезнь Лайма)	Не обнаружены-обнаружены
817.	Инструкция «KS-020 МЭЧ-ИФА- IgM»				Антитела класса IgM к возбудителям моноцитарного эрлихиоза человека	Не обнаружены-обнаружены
818.	Инструкции D-5150 «ВектоНил – IgM»				Антитела класса IgM к вирусу лихорадки Западного Нила	Не обнаружены-обнаружены
819.	Инструкции D5152 «ВектоНил IgG»				Антитела класса IgG к вирусу лихорадки Западного Нила	Не обнаружены-обнаружены
820.	Инструкции D 5154 «ВектоНил IgG-авидность»				Антитела класса IgG-авидность к вирусу лихорадки Западного Нила	Не обнаружены-обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
821.	Инструкция D-1356 «ВектоКорь IgG»				Антитела класса IgG к вирусу кори	Не обнаружены-обнаружены
822.	Инструкция D-2554 «ВектоРубелла- IgM»				Антитела класса IgM к вирусу краснухи	Не обнаружены-обнаружены
823.	Инструкция D-2552 «ВектоРубелла- IgG»				Антитела класса IgG к вирусу краснухи	Не обнаружены-обнаружены
824.	Инструкция D-2556 «ВектоРубелла- IgG авидность»				Антитела класса IgG-авидность к вирусу краснухи	Не обнаружены-обнаружены
825.	Инструкция D-2602 «ВектоПаротит- IgG»				Антитела класса IgG паротит	Не обнаружены-обнаружены
826.	Инструкция D-0562 «Векто HBsAg-антитела»	Клинический материал: плазма, сыворотка крови	-	-	Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В	Не обнаружены-обнаружены
827.	Инструкция D-4902 «ВектоХанта- IgG»				Антитела класса IgG к вирусу геморрагической лихорадки с почечным синдромом	Не обнаружены-обнаружены
828.	Инструкция от 15.07.2003г. по применению диагностикумов гриппозных для реакции торможения гемагглютинации сухих (ДИГ)				Антитела к вирусам гриппа	Не обнаружены-обнаружены
829.	Инструкция по применению сухих парагриппозных диагностикумов 1,2,3 типов Для РТГА				Антитела к вирусам парагриппа	Не обнаружены-обнаружены
830.	Инструкция по применению диагностикума аденовирусного для реакции связывания комплемента (РСК)				Антитела к аденовирусам	Не обнаружены-обнаружены
831.	Инструкция по применению НР-РВЗ методом иммунофлуоресцентного анализа от 12.07.2004г.	Клинический материал: мазки из носовых ходов, секционный материал	-	-	Антиген вирусов гриппа и ОРВИ (парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, микоплазма)	Не обнаружены-обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
832.	МР № 0100/4434-06-34 от 18.04.2006г.				Антиген вирусов гриппа и ОРВИ (парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, микоплазма)	Не обнаружены-обнаружены
833.	Инструкция «АмплиСенс® Influenza virus A/H1-swine»	Клинический материал (мазки и смывы из носоротоглотки, мокрота)			РНК вируса гриппа A/H1-swine	Не обнаружены-обнаружены
834.	Инструкция «АмплиСенс® Influenza virus A/B»				РНК вирусов гриппа, в т.ч. вируса гриппа птиц, ВГА	Не обнаружены-обнаружены
835.	Инструкция «АмплиСенс® Influenza virus A-тип»				РНК вирусов гриппа AH1N1 и AH3N2	Не обнаружены-обнаружены
836.	Инструкция «АмплиСенсEnterovirus»	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения (открытых водоемов 1 категории, скважины). Вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков. Вода сточная. Клинический материал: фекалии, рвотные массы, ректальные мазки, спинно-мозговая жидкость.	11.07.11.121	220110	РНК энтеровирусов	Не обнаружены-обнаружены
837.	Инструкция «АмплиСенс ГМ кукуруза-FL»	Пищевая продукция и продовольственное сырье	10.3 10.4 10.6 10.7 10.8	1101-1108 110100 1501-1517 0401-0406 1901-1905 0701-0714 0801-0814 2104	Идентификация рекомбинантной ДНК кукурузы, характерной для ГМО растительного происхождения	Не обнаружены-обнаружены
838.	Инструкция «АмплиСенс ГМ соя-FL»				Идентификация рекомбинантной ДНК сои, характерной для ГМО растительного происхождения	Не обнаружены-обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
839.	МУК 4.2.2304-07 п. 9.2.3 - 9.2.4				Идентификация рекомбинантной ДНК сои и кукурузы, характерной для ГМО растительного происхождения	Не обнаружены-обнаружены
840.	Инструкция «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferu s.I.»	Клещи	-	-	ДНК боррелий Borrelia burgdorferu s.I.	Не обнаружены-обнаружены
841.	Инструкция «АмплиСенс®WNV-FL»	Клещи, комары			РНК вируса лихорадка Западного Нила	Не обнаружены-обнаружены

Главный врач — должность уполномоченного лица

М.П.

подпись уполномоченного лица

Ю.А.Толмачев — инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито и пронумеровано

на 106 листах



Эксперт по аккредитации _____ подпись Е.В. Шишкова расшифровка подписи

Технические эксперты: _____ подпись С.П. Мурманцева расшифровка подписи

_____ подпись И.В. Носков расшифровка подписи