

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия

111218 Приложение
заявлению о сокращении области
аккредитации

№ 172
от "19" Ноября 2018 г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория Государственного автономного учреждения Тюменской области
«Заводоуковский межрайонный центр ветеринарии»
наименование испытательной лаборатории (центра)
627144, Российская Федерация, Тюменская область, г.Заводоуковск, ул. Совхозная д. 180 Д
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследования (испытаний), измерений	Наименование Объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 10967	Зерно	01.11.	1104	Запах	-
					Цвет	-
2.	ГОСТ 13586.5	Зерно	01.11.	1104	Влажность	(0,5-40)%
3.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы.	10.12	0207	Запах	-
					Прозрачность	-
					Аромат бульона	-

1	2	3	4	5	6	7
					Консистенция	-
					Состояние мышц на разрезе	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Температура мяса	(-35+45) ⁰ С
					Массовая доля мясной начинки	(0,5-80)%
					Масса мяса	(5-3000)г
4.	ГОСТ 9793	Мясо и мясные продукты.	10.1	0201-0208	Массовая доля влаги	(0,05-40)%
5.	ГОСТ Р ИСО 8156	Молоко сухое и сухие молочные продукты.	10.5	0401	Индекс растворимости	0,1 см
6.	ГОСТ 22935-2	Молоко и молочные продукты.	10.5	0401	Внешний вид	-
					Запах	-
					Консистенция	-
7.	ГОСТ 13496.9 п.4	Комбикорма.	10.9	2304-2309	Массовая концентрация металломагнитной примеси	(0,1-20.0) %
8.	ГОСТ 13496.13	Комбикорма.	10.9	2304-2309	Запах	Не соответствует-соответствует
					Зараженность вредителями хлебных запасов	Не обнаружено-обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружено-обнаружено
					Бактерии р.Salmonella	Не обнаружено-обнаружено
					Бактерии Анаэробы (С.perfringers)	Не обнаружено-обнаружено

