

РОСАККРЕДИТАЦИИ
ЭКЗЕМПЛЯР

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ШИТВАК А.Г.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Приложение к заявлению

221217

о сокращении области аккредитации

аттестат № RA.RU.21ПХ56

от "13" января 2015 г.

на 2 листах, лист 1

Область аккредитации
Испытательной лаборатории (центра)
федерального государственного бюджетного учреждения
"Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория"
наименование испытательной лаборатории (центра)
693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Саранская, 17 А, литеры А, Б, Г, Д
адрес места осуществления деятельности

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|-------|---|--|------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ГОСТ 31979-2012 | Молоко и молочные продукты | 10.51 | 0401 | Растительные жиры в жировой фазе | - |
| 2. | ГОСТ 32587-2013 | Зерно и продукты его переработки комбикорма | 01.11 | 1001-1008 | Охратоксин А | (0,0025 - 1,0) мг/кг |
| 3. | ГОСТ 32915-2014 | Молоко и молочные продукты | 10.51 | 0401-0406 | Жирнокислотный состав жировой фазы | - |
| 4. | ГОСТ Р 51650-2000 | Продукты пищевые | 10.4 | 02 16 | Массовая доля бенз(а)пирена | 0,0002-0,005 мг/кг |
| 5. | ГОСТ Р 53162-2008 | Зерновые культуры, орехи и продукты их переработки | | | Афлатоксин В1 | (0,0005-0,00015) мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|--|----------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| 6. | ГОСТ Р 54758-2011 | Молоко и молочная продукция | 10.51 | 0401 | Плотность | (1015-1040) кг/м ³ |
| 7. | М-02-2406-13 | Вода питьевая, минеральная, природная, сточная, атмосферные осадки | 10.86 36.00 | 2201 | Железо | 0,01-2,0 мг/куб.дм |
| | | | | | Олово | 0,0025-0,05 мг/куб.дм |
| | | | | | Ртуть | 0,00001-2,5 мг/куб.дм |
| | | | | | Кадмий | 0,005-2,5 мг/куб.дм |
| | | | | | Хром | 0,005-25,0 мг/куб.дм |
| | | | | | Медь | 0,5-5,0 мг/куб.дм |
| | | | | | Свинец | 0,002-0,020 мг/куб.дм |
| 8. | М-02-1009-08 | Продукты пищевые, пищевое сырье | 10.13 10.20 | 1602 1604 | Олово | (4,0-600,0) мг/кг |
| | | | | | Свинец | (0,040-5,0) мг/кг |
| 9. | Инструкция к анализатору "Сарториус" РВ-11 | Вода рыбоводных хозяйств | 36.00.11 | 2201 | Водородный показатель | (1,0-9,0) ед. рН |

Директор (Руководитель ИЛ)
ФГБУ «Сахалинская МВЛ»

полномоченного лица



подпись уполномоченного лица

С.Ю. Гончарук
инициалы, фамилия
уполномоченного лица