


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

инициалы, фамилия

Приложение 18 07 18

к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21AЮ21

от "22" апреля 2015 г.

на 285 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория «Ивановский Центр Сертификации» ООО «Ивановский Фонд Сертификации»

наименование испытательной лаборатории (центра)

153032, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1, помещения 43, 44, 169, 251, 251 г

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Работы по подтверждению соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768						
1.	ГОСТ МЭК 730-2-1 ГОСТ МЭК 60155 СТБ ИЕС 61058-1 СТБ ИЕС 61058-2-1 СТБ ИЕС 61058-2-4 СТБ ИЕС 61058-2-5 ГОСТ 30850.2.1 ГОСТ 30850.2.2 СТБ МЭК 60730-1 ГОСТ МЭК 61293	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами встраиваемые: - выключатели, - переключатели, - регуляторы освещения	27.33	8533000000 8536000000 8537000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 16962.2				проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытания на износостойкость; - испытание на перенапряжение; - испытание работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс выполняется/не выполн. - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
2.	СТБ МЭК 60730-1 ГОСТ МЭК 730-2-1 ГОСТ ИЕС 60730-2-4 ГОСТ Р 53994.2.4 ГОСТ ИЕС 60730-2-2 ГОСТ Р 53994.2.2 СТБ МЭК 60730-2-5 ГОСТ ИЕС 60730-2-7 ГОСТ Р 53994.2.7 СТБ ИЕС 60730-2-8 ГОСТ ИЕС 60730-2-9 ГОСТ Р 53994.2.9 ГОСТ Р МЭК 730-2-10 СТБ ИЕС 60730-2-11 ГОСТ Р 53994.2.11 СТБ ИЕС 60730-2-12 СТБ МЭК 60730-2-14 СТБ МЭК 60730-2-18 ГОСТ МЭК 61293	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами, встраиваемые и работающие автономно	27.51	85330000000 85370000000 85360000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытания на износостойкость; - испытание на перенапряжение; - испытание работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс выполняется/не выполн. - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
3.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Электронагреватели трубчатые для приборов для нагревания жидкостей (кроме промышленных, предназначенных для плит, столов для приготовления пищи, печей)	27.51	8516000000 8516290000 8516797000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 999 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости;	

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
4.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6	Электронагреватели трубчатые для плит, столов для приготовления пищи, печей	27.51	8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... +1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320°
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей;	

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
5.	СТБ МЭК 60335-2-13 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 СТБ ИЕС 60335-2-9 ГОСТ ИЕС 60335-2-12 СТБ МЭК 60335-2-12 ГОСТ ИЕС 60335-2-78 СТБ МЭК 60335-2-78	Электроприборы для приготовления пищи	27.51	8516000000 8419000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение;	0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	-20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
6.	СТБ МЭК 60335-2-13 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 СТБ ИЕС 60335-2-9 СТБ ИЕС 60335-2-25	Электроприборы для приготовления пищи специального назначения	27.51	8516000000 8419000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
7.	СТБ МЭК 60335-2-15	Электрические кастрюли для приготовления пищи	27.51	8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 3500 А -99,9 °С ... +1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
8.	СТБ МЭК 60335-2-15 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 СТБ МЭК 60335-2-21 ГОСТ МЭК 60335-2-35 ГОСТ Р МЭК 60335-2-73 ГОСТ ИЕС 60335-2-74	Электроприборы для нагрева жидкостей	27.51	8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм PRX0-IPX4; PR0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Зажигалки с питанием от сети	27.51	96130000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... +1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
10.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) СТБ МЭК 60335-2-14 ГОСТ МЭК 60335-2-41 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 СТБ ИЕС 60335-2-65 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 СТБ ИЕС 60335-2-51 ГОСТ ИЕС 60335-2-77 СТБ МЭК 60335-2-77 ГОСТ ИЕС 60335-2-80	Приборы с электродвигателем бытовые	27.51	8413000000 8414000000 8421000000 8433000000 8479000000 8509000000 8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков;	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
11.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6	Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов	27.51	8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка проводов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
12.	СТБ ИЕС 60335-2-24 СТБ ИЕС 62552 ГОСТ Р МЭК 62552	Холодильники, морозильники и льдогенераторы	27.51	8418000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических	0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 %

1	2	3	4	5	6	7
					факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
13.	СТБ МЭК 60335-2-14	Кухонные машины Маслобойки электрические Сепараторы молочные электрические	27.51	8509000000 8419000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях не-	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
					нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
14.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 СТБ МЭК 60335-2-5	Машины посудомоечные	27.51	8422000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
15.	СТБ ІЕС 60335-2-24	Мороженицы со встроенным мотор-компрессором	27.51	8418000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
16.	СТБ МЭК 60335-2-15	Электроприборы для нагрева жидкостей	27.51	8516000000 8436000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;	выполняется/не выполн.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Электрические отпариватели для одежды	27.51	8451000000 8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
18.	ГОСТ МЭК 60335-2-3	Утюги	27.51	8516000000 8451000000 8420000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков;	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
19.	ГОСТ IEC 60335-2-44	Гладильные машины	27.51	8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих;	выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
20.	СТБ МЭК 60335-2-4	Центрифуги	27.51	8509000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 %
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических	

1	2	3	4	5	6	7
					факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
21.	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 СТБ ИЕС 60335-2-7	Стиральные машины	27.51	8450000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях не-	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
					нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
22.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Электрические щётки для обуви	27.51	8509000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры;	выполняется/не выполн. - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
23.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Электрические щётки для одежды	27.51	8509000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
24.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) ГОСТ Р МЭК 60204-1	Машины для уборки помещений общественного назначения	29.10	8419000000 8429910000 8430000000 8479000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;	- - -

1	2	3	4	5	6	7
25.	ГОСТ ИЕС 60335-2-54	Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара	27.51	8516000000 8424000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
26.	ГОСТ МЭК 60335-2-2	Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины	27.51	8508000000 8509000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков;	выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
27.	ГОСТ IEC 60335-2-10 СТБ МЭК 60335-2-10	Полотеры и машины для влажной уборки полов	27.51	8509000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих;	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
28.	ГОСТ МЭК 60335-2-30 ГОСТ ИЕС 60335-2-71 ГОСТ ИЕС 60335-2-96 ГОСТ 30345.60 ГОСТ 27179	Электроприборы для отопления	27.51	8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 %

1	2	3	4	5	6	7
					факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
29.	ГОСТ IEC 60335-2-98	Увлажнители воздуха	27.51	8415000000 8479000000 8509000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях не-	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
					нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
30.	ГОСТ IEC 60335-2-40	Кондиционеры, тепловые насосы, осушители воздуха	27.51	8415000000 8479000000 8509000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка стелени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
31.	ГОСТ МЭК 60335-2-27 ГОСТ МЭК 60335-2-23	Инструменты и приборы санитарно-гигиенические электронагревательные, приборы электрические ультрафиолетового и инфракрасного излучения по уходу за кожей	27.51	8516000000 8509800000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
32.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ 30345.33	Зубные щетки, питаемые от батарей, их зарядные устройства и приборы электрические для гигиены рта	27.51	8509000000	Показатели безопасности:	- проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
33.	ГОСТ МЭК 60335-2-60	Гидромассажные ванны	27.51	3922000000 9019000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
34.	ГОСТ ИЕС 60335-2-8 СТБ МЭК 60335-2-8	Бритвы, машинки для стрижки волос	27.51	8510000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неоправданностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков;	0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... +1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
35.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ IEC 60335-2-32	Приборы для массажа	27.51	8509000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка стелени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
36.	ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Оборудование игровое, спортивное и тренажерное	32.30	8543000000 9504300000 9504500000 9506900000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 %

1	2	3	4	5	6	7
					факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
37.	ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Видеоигры и устройства для них	32.40	9504000000 9504300000 9504500000 9504900000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
38.	ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065 ГОСТ ИЕС 60950-1	Устройства радиоприемные: магнитолы; магнитоадиолы; радиокомплексы; радиолы; радиоприемники; телефоны; устройства радиоприемные комбинированные; телефоны, тонеры спутникового телевидения	26.40	8520000000 8527000000 8528000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	
39.	ГОСТ ИЕС 60065 ГОСТ ИЕС 60950-1 СТБ МЭК 60065	Диктофоны	26.40	85190000000 8519810000 85200000000 8527130000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
40.	ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065 ГОСТ ИЕС 60950-1	Магнитофоны и магнитофоны-приставки	26.40	8519000000 8519810000 8521100000 8521900000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и

1	2	3	4	5	6	7
					изоляция; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм PX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ IEC 60065 СТБ МЭК 60065 ГОСТ IEC 60950-1	Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая, включая видеомониторы, бытовые, видеопроекторы, видеоприставки	26.40	8419000000 8521000000 8525000000 8528000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IPX-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
42.	ГОСТ IEC 60065 СТБ МЭК 60065 ГОСТ IEC 60950-1	Телевизионные, видеокамеры бытовые с питанием от сети	26.40	8419000000 8525000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
43.	ГОСТ IEC 60065 СТБ МЭК 60065	Электрофоны и электропроигрыватели	26.40	8519000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механиче-	выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
					ских опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
44.	ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Громкоговорители многограммные с питанием от сети переменного тока	26.40	8518000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
45.	ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Усилители низкой частоты, автономные, эквалайзеры	26.40	8518000000	- Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
46.	ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065 ГОСТ ИЕС 61204 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 ГОСТ Р МЭК 62040-1-2 ГОСТ МЭК 62040-3	Источники бесперебойного питания	26.20 26.30 26.40	8471000000 8504400000 8505000000 8507200000 8517600000 8536300000 8543000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка стелени защиты IP; - измерение мощности;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 МА 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
47.	ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065 ГОСТ ИЕС 60950-1	Домофоны	26.30	8517000000 8543000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 МА 0 ... 65 МА

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
48.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети	26.30	8517000000 8543000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и

1	2	3	4	5	6	7
					изоляция; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм PXO-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
49.	ГОСТ IEC 60950-1 ГОСТ IEC 60065 СТБ МЭК 60065	Автоответчики телефонные	26.30	8517000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 kV (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 mA 0 ... 65 mA 0 ... 65 mA 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; PROX-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 A -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
50.	ГОСТ IEC 60950-1	Аппараты факсимильные	26.30	8517000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости;	выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
51.	ГОСТ IEC 60335-2-28 ГОСТ 27917 ГОСТ 27888 ГОСТ 27895	Машины швейные Машины швейные бытовые с электроприводом Машины швейные бытовые с комбинированным приводом	28.94	8509000000 8447000000 8452000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка проводов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
52.	ГОСТ IEC 60335-1	Машины и аппараты вязальные электрические	28.94	8447000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических	0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 %

1	2	3	4	5	6	7
					факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
53.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) СТБ ИЕС 61851-1 СТБ ИЕС 61851-21	Устройства зарядные багарей	27.90	8504000000 8504405500	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях не-	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
					нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
54.	ГОСТ IEC 60950-1 ГОСТ IEC 61204	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20	8471800000 8471900000 8504400000 8507200000 8517600000 8536300000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности;	выполняется/не выполн. - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	
55.	ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) СТБ МЭК 61558-1 СТБ МЭК 61558-2-6	Трансформаторы, автотрансформаторы, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	27.11 27.90	8504000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
56.	ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Блоки питания для бытовой РЭА расположенные в отдельном корпусе и непосредственно подключаемые к сети	26.40	8529000000 8504000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности	- выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и

1	2	3	4	5	6	7
					изоляция; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение;	выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц
					- испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания;	0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
					- проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
57.	ГОСТ IEC 60335-2-16	Измельчители пищевых отходов	27.51	8509000000 8419000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
58.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140	Оборудование для ухода за дре- весно-кустарниковыми растени- ями	28.29	8433000000 8467290000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения элек- трическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IPX-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях не- нормальной эксплуатации и при неис- правностях; - испытания на надежность; - испытание устойчивости воздей- ствию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механиче- ских опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. - 20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
59.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) СТБ ИЕС 60335-2-49	Термошкафы для хранения овощей	27.51	8418000000 8419000000 8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работ при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки;	0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
60.	ГОСТ 27570.48 ГОСТ ИЕС 60335-2-55 ГОСТ Р МЭК 60598-2-11	Приборы электрические для аквариумов и садовых водоёмов	27.51	8413000000 8414000000 8509000000 8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов;	0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... +1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
61.	ГОСТ МЭК 60335-2-41 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1)	Насосы для жидкостей	27.51	8413000000 8414000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неис-	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
					правностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
62.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51 СТБ ИЕС 60335-2-51	Стационарные циркулярные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	27.51	8413000000 8414000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного

1	2	3	4	5	6	7
						тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
63.	ГОСТ ИЕС 60598-1 СТБ ИЕС 60598-1 СТБ МЭК 598-1 ГОСТ ИЕС 60598-2-1 СТБ МЭК 598-2-1 ГОСТ ИЕС 60598-2-2 СТБ МЭК 60598-2-2 ГОСТ Р МЭК 60598-2-2 СТБ ИЕС 60598-2-3 ГОСТ ИЕС 60598-2-3 ГОСТ ИЕС 60598-2-4 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4	Оборудование светотехническое и источники света	26.70 27.40 27.90	85000000000 85360000000 85390000000 94050000000	- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X

1	2	3	4	5	6	7
СТБ МЭК 60598-2-4 ГОСТ ИЕС 60598-2-5 ГОСТ Р МЭК 60598-2-5 СТБ МЭК 60598-2-5 СТБ МЭК 60598-2-6 ГОСТ Р МЭК 598-2-6 ГОСТ ИЕС 60598-2-6 ГОСТ ИЕС 60598-2-7 СТБ МЭК 60598-2-7 ГОСТ ИЕС 60598-2-8 СТБ МЭК 60598-2-8 ГОСТ ИЕС 60598-2-9 СТБ МЭК 60598-2-9 ГОСТ МЭК 598-2-10 ГОСТ ИЕС 60598-2-10 ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 СТБ ИЕС 60598-2-12 ГОСТ ИЕС 60598-2-13 СТБ МЭК 598-2-17 ГОСТ ИЕС 60598-2-17 ГОСТ ИЕС 60598-2-18 СТБ МЭК 60598-2-18 ГОСТ ИЕС 60598-2-19 СТБ МЭК 60598-2-19 ГОСТ Р МЭК 598-2-19 СТБ ИЕС 60598-2-20 ГОСТ ИЕС 60598-2-20 ГОСТ ИЕС 60598-2-23 СТБ МЭК 60598-2-23 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23 СТБ МЭК 60598-2-24 ГОСТ ИЕС 60598-2-24 ГОСТ ИЕС 60598-2-25 СТБ МЭК 60598-2-25 СТБ EN 50294 ГОСТ МЭК 598-2-17 ГОСТ МЭК 60598-2-22 СТБ ИЕС 60598-2-22 ГОСТ ИЕС 60598-2-22 ГОСТ МЭК 598-2-25 ГОСТ Р МЭК 60598-2-24					- измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - ненормальный режим работы; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание вибрацией; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - испытание на старение; - тепловые испытания; - проверка проводки; - сопротивление крутящему моменту; - безопасность в конце продолжительности горения; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка огнестойкости; - устойчивость к токам поверхностного разряда; - взаимозаменяемость; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 5 ... 5000 Гц - 20 ... + 350 °С 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 60598-2-24 СТБ IEC 62031 ГОСТ Р МЭК 62031 ГОСТ IEC 62031 ГОСТ 9806 ГОСТ МЭК 60238 ГОСТ МЭК 60922 ГОСТ МЭК 924 ГОСТ МЭК 926 ГОСТ МЭК 928 ГОСТ МЭК 60155 ГОСТ МЭК 60400 ГОСТ МЭК 1046 ГОСТ МЭК 1048 ГОСТ МЭК 61050 ГОСТ МЭК 61184 СТБ IEC 61347-1 СТБ IEC 61347-2-13 ГОСТ 30499 СТБ IEC/PAS 62612 ГОСТ 12.2.007.13 ГОСТ 28712 ГОСТ IEC 60432-2 СТБ IEC 60432-1 СТБ IEC 60432-2 ГОСТ Р 54350 ГОСТ 28108 ГОСТ 24127 ГОСТ 2023.1 ГОСТ 6825 ГОСТ МЭК 61195 СТБ IEC 60968 ГОСТ 27682 ГОСТ Р 53074 СТБ IEC 62035 СТБ IEC 61549 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ 16962.1 ГОСТ МЭК 60238 СТБ IEC 60838-1					

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ ІЕС 60838-2-2 ГОСТ МЭК 60400 ГОСТ МЭК 61184 ГОСТ 9806					
64.	ГОСТ МЭК 1046 ГОСТ ІЕС 60598-2-23 СТБ МЭК 60598-2-23 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23	Преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания	27.90	9405000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; ненормальный режим работы; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание вибрацией; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - испытание на старение; - тепловые испытания; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - устойчивость к токам поверхностного разряда;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; PROX-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 5 ... 5000 Гц -20 ... + 350 °C 10 ... 96 %C 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
65.	ГОСТ МЭК 60922 ГОСТ МЭК 924 ГОСТ МЭК 926 ГОСТ МЭК 928	Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп	27.90	9405000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - ненормальный режим работы; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание вибрацией; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - испытание на старение; - тепловые испытания;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 5 ... 5000 Гц -20 ... +350 °C 10 ... 96 %C 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - устойчивость к токам поверхностного разряда; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
66.	ГОСТ МЭК 60155	Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп	27.40	8536000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - измерение температуры; - измерение напряжения; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов	- - - - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 %C 5 ... 5000 Гц
67.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Кнопки звонковые (с питанием от сети 220 В)	27.33	8536000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка стелени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	- 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
68.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 730-2-1 СТБ IEC 61058-1 СТБ IEC 61058-2-1 СТБ IEC 61058-2-4 СТБ IEC 61058-2-5 ГОСТ 30850.2.1 ГОСТ 30850.2.2 ГОСТ 30850.2.3 СТБ МЭК 60730-1	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33	8536000000 8536500700 8536508000 9107000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ИЕС 60730-2-7 ГОСТ Р 53994.2.7 ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140				проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытания на износостойкость; - испытание на перенапряжение; - испытание работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... +1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс выполняется/не выполн. -20 ... +350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка гибких кабелей (шнуров) и их присоединения; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
70.	ГОСТ 30011.7.1 ГОСТ 30011.7.2 ГОСТ 31195.1 ГОСТ 31195.2.1 ГОСТ 31195.2.2 ГОСТ 31195.2.3 ГОСТ 31195.2.5 ГОСТ 31602.1 ГОСТ 31602.2 ГОСТ ИЕС 60998-2-4 ГОСТ МЭК 61210 ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140	Сборки зажимов (винтовые и безвинтовые)	27.33	8436000000 8536000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции и размеров; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; испытание на устойчивость к импульсам напряжения; проверка нормальной работы; проверка включающей и отключающей способности; испытание на работоспособность; испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; проверка механической прочности; проверка усилия сочленения и расчленения; испытание токовой нагрузки; испытание на стойкость к механической нагрузке; испытание повышенной температу-	выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока 1,2/50 мкс выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. -20 ... + 350 °C 10 ... 96 %C 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
71.	ГОСТ 30011.7.1 ГОСТ 30011.7.2 ГОСТ 31195.1 ГОСТ 31195.2.1 ГОСТ 31195.2.2 ГОСТ 31195.2.3 ГОСТ 31195.2.5 ГОСТ 31602.1 ГОСТ 31602.2 ГОСТ МЭК 61210 ГОСТ 30011.7.1 ГОСТ 30011.7.2 ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140	Колодки клеммные светотехнические	27.33	8536000000	рой; - испытание на стойкость к натяжению обжатых наконечников; - проверка стойкости к нагреву; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции; Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции и размеров; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - испытание на устойчивость к импульсам напряжения; - проверка нормальной работы; - проверка включающей и отключающей способности; - испытание на работоспособность; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка механической прочности;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока 1,2/50 мкс выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 %C 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка усилия сочленения и расчленения; - испытание токовой нагрузкой; - испытание на стойкость к механической нагрузке; - испытание повышенной температурой; - испытание на стойкость к натяжению обжатых наконечников; - проверка стойкости к нагреву; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
72.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ IEC 60335-2-29 ГОСТ IEC 60799	Приборы и арматура электротехническая бытовая (кроме звонков электрических)	27.11 27.51 27.90	8504000000 8544000000 8536000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
73.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ 7396.1 ГОСТ 30988.2.2 СТБ ГОСТ Р 51322.2.2 ГОСТ 30988.2.5 ГОСТ 30988.2.6 СТБ ГОСТ Р 51322.2.6 ГОСТ 31223 ГОСТ ИЕС 60799 ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140	Соединения штепсельные. Приборные удлинители и разветвители, включая удлинители на катушках	27.33	8436000000 8544000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции и размеров; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного

1	2	3	4	5	6	7								
					тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 %C 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм	- проверка нормальной работы; - испытание индукционной нагрузкой; - проверка работы заземляющего контакта; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка усилия сочленения и расчленения соединителя; - проверка работы контактов и соприкосновения цепей; - проверка нагревостойкости; - проверка коммутационной способности; - проверка работоспособности соединителей; - проверка механической прочности; - проверка стойкости к нагреву и старению; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка гибких кабелей (шнуров) и их присоединения; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции				Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности	8471000000 26.20	Комплексы вычислительные электронные цифровые	ГОСТ ИЕС 60950-1	74.

1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Машины вычислительные электронные цифровые	26.20	8471000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
76.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Устройства билетно-кассовые контрольно-кассовые, контрольно-регистрационные на основе ПЭВМ или фискального регистратора	26.20	8470000000	- Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости;	выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
77.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Устройства считывания штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети	26.20	8471000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механиче-	

1	2	3	4	5	6	7
					ских опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
78.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Микрокалькуляторы с зарядным устройством, микрокалькуляторы с питанием от сети	26.20	8471000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IPX-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
79.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Машины билетно-кассовые, контрольно-кассовые, регистрирующие электронные	28.23	8470000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
80.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Устройства запоминающие внешние, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	26.20	8471000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
81.	ГОСТ IEC 60950-1	Устройства отображения информации	26.20	8443000000 8471000000 8519000000 8521000000 8527000000 8528000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
82.	ГОСТ IEC 60950-1	Устройства ввода и вывода информации, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	26.20	8471000000 8443000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и

1	2	3	4	5	6	7
					изоляция; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... +1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... +350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
83.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Устройства подготовки данных, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	26.20	8471000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
84.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Устройства телеобработки информации, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	26.20	8471000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
85.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Устройства межсистемной связи, систем, комплексов и машин вычислительных, электронных, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	26.20	8471000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механиче-	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
					ских опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
86.	ГОСТ IEC 60950-1	Машины пишущие электрофицированные	28.23	8469000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение;	выполняется/не выполн. - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IPX-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
87.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Средства нанесения штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети	28.23	8472000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного

1	2	3	4	5	6	7
					тока - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности;	выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
88.	ГОСТ IEC 60950-1	Средства микрофотографии	28.23	8472000000		- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
89.	ГОСТ IEC 60950-1	Средства электрографического копирования и оперативного размножения документов с питанием от сети	28.23	8472000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... +1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... +350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
90.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Машины для обработки бумаг, документов	28.23	8472000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и

1	2	3	4	5	6	7
					изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводовки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	постоянного тока) 0 ... 65 mA 0 ... 65 mA 0 ... 65 mA 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 A -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
91.	ГОСТ IEC 60950-1	Средства шивания документов	28.23	8472000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- выполняется/не выполн. - 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
92.	ГОСТ IEC 60950-1	Машины для уничтожения документов измельчением с питанием от сети переменного тока	28.23	8472000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степеней защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 mA 0 ... 65 mA 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 A -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости;	выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
93.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Устройство для заточки карандашей с питанием от сети переменного тока	26.51	8472000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механиче-	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
					ских опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
94.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Электрические средства для чер- тежных работ и счетных операций	26.51	8472000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
95.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Электрические чертежные машины (графопостроители)	26.51	8472000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степеней защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	- выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
96.	ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140	Установки для сушки табака	28.30	8419000000 8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IP4X; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
97.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140	Опрыскиватели и аэрозольные аппараты электрические	28.30	8420000000 8424000000 8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления изоляции; - проверка стелени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
					- проверка работ при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;
98.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) ГОСТ ИЕС 60335-2 СТБ МЭК 60335-2	Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садовогородные	28.30	8432000000 8433000000 8435000000 8436000000 8467000000 8508000000		- - - выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
99.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Воскотопки и воскопресссы	28.30	8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка стелени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
100.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Медогонки электрические	28.30	8509000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков;	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
101.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Устройство для обогрева грунта теплиц личных подсобных хозяйств	28.30	8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
102.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ МЭК 60335-2-41 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ	28.13	8413000000 8414000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 %

1	2	3	4	5	6	7
					факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
103.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) ГОСТ ИЕС 60335-2-70	Установки доильные. Аппараты доильные	28.30	8434000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях не-	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
					нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
104.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1)	Электроинвентар для животноводческих помещений	28.30	8514000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
105.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ IEC 60335-2-71	Инкубаторы	28.30	8516000000 8436000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 9,99 ГОм PX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
					- проверка работ при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	
106.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ Р МЭК 60204-1	Дробилки для кормов	28.30	8509000000	Показатели безопасности:	- проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
						0 ... 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
107.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ Р МЭК 60204-1	Измельчители грубых и сочных кормов	28.30	8509000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектованных; - проверка проводов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм PX0-IPX4; PPOX-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
108.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ Р МЭК 60204-1	Смесители кормов	28.30	8509000000	- проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков;	Показатели безопасности: 0 ... 250 мм 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземлений; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
109.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ Р МЭК 60204-1	Запарники-смесители	28.30	8509000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
110.	ГОСТ ИЕС 60745-1 ГОСТ Р МЭК 60745-1 ГОСТ ИЕС 60745-2-1 СТБ МЭК 60745-2-1 ГОСТ ИЕС 60745-2-2 ГОСТ 12.2.013.3 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 ГОСТ ИЕС 60745-2-4 ГОСТ ИЕС 60745-2-5 СТБ МЭК 60745-2-5 ГОСТ ИЕС 60745-2-6 ГОСТ 30700 ГОСТ ИЕС 60745-2-8 ГОСТ ИЕС 60745-2-9 ГОСТ ИЕС 60745-2-11 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 ГОСТ 30506 ГОСТ ИЕС 60745-2-14 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 ГОСТ 30505 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 ГОСТ 30701 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17 ГОСТ ИЕС 61029-1 СТБ МЭК 61029-1	Инструмент электрифицируемый (машины ручные/переносные электрические)	28.24 28.99	8424000000 8433000000 8460000000 8464000000 8465000000 8467000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытания на надежность; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. -20 ... +350 °C 10 ... 96 %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 1029-1 СТБ ИЕС 61029-2-1 ГОСТ ИЕС 61029-2-1 ГОСТ ИЕС 61029-2-2 ГОСТ ИЕС 61029-2-3 СТБ ИЕС 61029-2-3 ГОСТ 17770 ГОСТ 12.2.030 ГОСТ Р МЭК 1029-2-4 ГОСТ ИЕС 61029-2-4 ГОСТ ИЕС 61029-2-5 ГОСТ ИЕС 61029-2-6 ГОСТ ИЕС 61029-2-7 ГОСТ ИЕС 61029-2-8 ГОСТ ИЕС 61029-2-9 ГОСТ Р МЭК 1029-2-9 ГОСТ МЭК 1029-2-9 ГОСТ 27917 ГОСТ 27888 ГОСТ 27895				факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
111.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) ГОСТ 27570.52 ГОСТ 27570.36 ГОСТ 27570.41 ГОСТ 27570.43	Оборудование тепловое	28.93	8419000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях не-	

1	2	3	4	5	6	7
					нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
112.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Водонагреватели электрические для горячего водоснабжения и поения животных: - кипятильники непрерывного действия, - оборудование для кипячения и подогрева жидкостей	28.93	8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
113.	ГОСТ 27570.43 ГОСТ ИЕС 60335-2-12	Мармиты для первых и вторых блоч	28.93	8419000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 9,99 ГОм PX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... +1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;
114.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) ГОСТ 27570.53 СТБ МЭК 60335-2-14	Машины для переработки мяса, овощей и теста	28.93	8419000000 8422000000		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
115.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Машины для обработки денежных банкнот и ценных бумаг	28.23	8472000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- выполняется/не выполн. - 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) - 0 ... 65 мА - 0 ... 65 мА - 0 ... 65 мА - 0 ... 65 Ом - 0 ... 9,99 ГОм - IPX0-IPX4; IP0X-IP4X - 0 ... 180 кВт - 0 ... 3500 А - -99,9 °C ... + 1300 °C - 0 ... 1000 В постоянного тока - 0 ... 1000 В переменного тока - выполняется/не выполн. - 10/700 мкс - 1,2/50 мкс - -20 ... + 350 °C - 10 ... 96 % - 5 ... 5000 Гц - 0 ... 320° - 0 ... 1,0 Н·м - выполняется/не выполн. - выполняется/не выполн. - выполняется/не выполн. - выполняется/не выполн. - выполняется/не выполн. - выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
116.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) ГОСТ 27570.53 ГОСТ 27570.51 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование механическое для предприятий общественного питания	515150	8419 00 000 0	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
117.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) СТБ IEC 62552 ГОСТ Р МЭК 62552 ГОСТ МЭК 60335-2-58 ГОСТ IEC 60335-2-5 СТБ МЭК 60335-2-5 СТБ IEC 60335-2-24 СТБ IEC 60335-2-104 СТБ IEC 60335-2-49 ГОСТ IEC 60335-2-40 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Составные части: - холодильного оборудования, - теплового оборудования, - посудомоечных машин	28.25 28.29	8419000000 8418000000 8422000000 9422000000	- Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
118.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) СТБ IEC 62552 ГОСТ Р МЭК 62552	Агрегаты компрессорно-конденсаторные фреоновые	28.13	8418000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 %

1	2	3	4	5	6	7
					факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
119.	СТБ ИЕС 60335-2-34 ГОСТ ИЕС 60335-2-34 ГОСТ 27570.49	Мотор-компрессоры	28.13	8509000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях не-	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
					нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
120.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Испарители к агрегатам компрес-сорно-конденсаторным фрео-новым	28.25	8418000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
121.	ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065 ГОСТ ИЕС 60950-1	Инструменты электромузыкальные и сопутствующие устройства обработки звука: - струнные пилковые; - струнные смычковые; - язычковые; - духовые; - синтезаторы; - электрофортепьяно; - электронные с мехом; - электронные ударно-шумовые	32.20 26.40	9207000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА

1	2	3	4	5	6	7
		- электроорганы; - устройства усиленно-акустические со встроенным усилителем; - усилители; - ревербераторы; - приставки к электромузыкальным инструментам для получения спецэффектов (с питанием от сети); - пульты микшерные			- измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
122.	ГОСТ 30011.1 ГОСТ ИЕС 60898-2 ГОСТ Р 50345 ГОСТ Р 50031 ГОСТ Р 51326.1 СТБ ГОСТ Р 51326.1	Выключатели автоматические, устройства защитного отключения	27.12	8535000000 8536000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции и размеров; - проверка защиты от поражения электрическим током;	- - - выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31601.2.1 ГОСТ 31601.2.2 ГОСТ 31603 СТБ ИЕС 60947-2 ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ Р 51327.1 ГОСТ 31225.2.1 ГОСТ 31225.2.2 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ 2933 ГОСТ 24683				- испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работоспособности; - испытание импульсным напряжением; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка механических свойств выводов; - проверка эффективности указателя положения главных контактов; - испытания вводов на вытягивание, кручение, изгиб; - испытание на воспламеняемость; - проверка механической прочности; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка заземления; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 %С 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
123.	ГОСТ 31196.0 ГОСТ 31196.1 ГОСТ 31196.2 ГОСТ ИЕС 60269-3-1 ГОСТ 31196.3 ГОСТ ИЕС 60269-4-1 ГОСТ Р МЭК 60127-2 ГОСТ Р МЭК 60127-3 ГОСТ ИЕС 60127-1 ГОСТ ИЕС 60127-4	Аппараты для распределения электрической энергии	27.12 27.33	8535000000 8536000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции и размеров; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 127-6 ГОСТ Р МЭК 60269-1 СТБ ИЕС 60691 ГОСТ 30011.1 ГОСТ 30011.3 ГОСТ 30011.5.1 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2 ГОСТ Р 50030.5.2 СТБ ГОСТ Р 50030.5.5 ГОСТ Р 50030.6.1 СТБ ИЕС 60947-6-1 ГОСТ Р 50030.6.2 ГОСТ Р 50030.4.1 ГОСТ Р 50030.7.3 ГОСТ МЭК 61812-1 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ 2933 ГОСТ 24683				- измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работоспособности; - испытание импульсным напряжением; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка механических свойств выводов; - проверка эффективности указателя положения главных контактов; - испытания вводов на вытягивание, кручение, изгиб; - испытание на воспламеняемость; - проверка механической прочности; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка заземления; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 %С 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
124.	ГОСТ 30011.1 ГОСТ 30011.3 ГОСТ 30011.5.1 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2 ГОСТ Р 50030.5.2 СТБ ГОСТ Р 50030.5.5 ГОСТ Р 50030.6.1 СТБ ИЕС 60947-6-1 ГОСТ Р 50030.6.2 ГОСТ Р 50030.4.1 СТБ МЭК 60730-1 ГОСТ МЭК 730-2-1 ГОСТ ИЕС 60730-2-4 ГОСТ Р 53994.2.4	Аппараты электрические для управления электротехническими установками	27.33 27.12	8500000000 8504000000 8517000000 8531000000 8535000000 8536000000 8537000000 8538000000 9032000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции и размеров; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока

1	2	3	4	5	6	7
	ГOST ИЕС 60730-2-2 ГOST Р 53994.2.2 СТБ МЭК 60730-2-5 ГOST ИЕС 60730-2-7 ГOST Р 53994.2.7 СТБ ИЕС 60730-2-8 ГOST ИЕС 60730-2-9 ГOST Р 53994.2.9 ГOST Р МЭК 730-2-10 СТБ ИЕС 60730-2-11 ГOST Р 53994.2.11 СТБ ИЕС 60730-2-12 СТБ МЭК 60730-2-14 СТБ МЭК 60730-2-18 СТБ МЭК 60715 ГOST Р МЭК 60715 СТБ МЭК 61140 ГOST 14254 ГOST Р 52796 ГOST ЕН 50085-1 ГOST ЕН 50085-2-3 ГOST 20.57.406				- проверка работоспособности; - испытание импульсным напряжением; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка механических свойств выводов; - проверка эффективности указателя положения главных контактов; - испытания вводов на вытягивание, кручение, изгиб; - испытание на воспламеняемость; - проверка механической прочности; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка заземления; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 %С 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
125.	ГOST 30011.1 ГOST 30011.3 ГOST 30011.5.1 ГOST МЭК 61293 СТБ МЭК 61140 ГOST 2933 ГOST 24683	Рубильники и врубные переключатели, разъединители, выключатели неавтоматические, выключатели-разъединители, переключатели-разъединители	27.33	8535000000 8536000000 9107000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции и размеров; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					ем; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка механических свойств выводов; - проверка эффективности указателя положения главных контактов; - испытания вводов на вытягивание, кручение, изгиб; - испытание на воспламеняемость; - проверка механической прочности; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка заземления; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 %C 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
126.	ГОСТ 30011.1 ГОСТ 30011.3 ГОСТ 30011.5.1 ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 2933 ГОСТ 24683	Аппараты и элементы коммутации для цепей управления, электромеханические аппараты для цепей управления	27.33	8535000000 8536000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции и размеров; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работоспособности; - испытание импульсным напряжением; ем; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов;	1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 %C 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 %C 5 ... 5000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка механических свойств выводов; - проверка эффективности указателя положения главных контактов; - испытания вводов на вытягивание, кручение, изгиб; - испытание на воспламеняемость; - проверка механической прочности; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка заземления; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
127.	ГОСТ 30849.1 ГОСТ 30849.2 ГОСТ 30849.3 ГОСТ 30011.7.1 ГОСТ 30011.7.2 ГОСТ 31195.1 ГОСТ 31195.2.1 ГОСТ 31195.2.2 ГОСТ 31195.2.3 ГОСТ 31195.2.5 ГОСТ ИЕС 60998-2-4 ГОСТ 31602.1 ГОСТ 31602.2 ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 2933 ГОСТ 24683	Соединители электрические промышленного назначения	27.33	8536000000 8543000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции и размеров; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления изоляции; - проверка стелени защиты IP; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работоспособности; - испытание импульсным напряжением; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка механических свойств выводов; - проверка эффективности указателя положения главных контактов;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 %С 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
128.	СТБ МЭК 60730-1 ГОСТ МЭК 730-2-1 ГОСТ IEC 60730-2-7	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами встраиваемые: реле управления (реле времени)	27.12	8535000000 8536000000	- испытания вводов на вытягивание, кручение, изгиб; - испытание на воспламеняемость; - проверка механической прочности; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка заземления; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на износостойкость; - испытание на перенапряжение; - испытание работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс выполняется/не выполн. - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка целостности; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
129.	ГОСТ Р 51731 ГОСТ 30011.1 ГОСТ 30011.5.1 ГОСТ Р 50030.4.1 ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 2933 ГОСТ 24683	Контакты, пускатели электромагнитные	27.33	8535000000 8536000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции и размеров; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работоспособности; - испытание импульсным напряжением; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка механических свойств вы-	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 %C 5 ... 5000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
					водов; - проверка эффективности указателя положения главных контактов; - испытания вводов на вытягивание, кручение, изгиб; - испытание на воспламеняемость; - проверка механической прочности; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка заземления; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
130.	ГОСТ Р 51321.1 СТБ МЭК 60439-1 СТБ МЭК 60439-2 ГОСТ Р 51321.2 ГОСТ Р 51321.3 СТБ МЭК 60439-3 ГОСТ ИЕС 60439 ГОСТ Р 51321.4 СТБ МЭК 60439-4 СТБ МЭК 60439-5 ГОСТ Р 51321.5 ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 2933 ГОСТ 24683 ГОСТ 32126.1 ГОСТ ИЕС 60670-21 ГОСТ Р 52868 ГОСТ Р 50827.3 ГОСТ 32126.23 ГОСТ Р 50827.5	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В	27.12	8535000000 8536000000 8537100000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов;	выполняется/не выполн. - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
131.	ГОСТ 30011.1 ГОСТ 30011.3 ГОСТ 30011.5.1 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2 ГОСТ Р 50030.5.2 СТБ ГОСТ Р 50030.5.5 ГОСТ Р 50030.6.1 СТБ ИЕС 60947-6-1 ГОСТ Р 50030.6.2	Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты), термостаты, выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического зацепления, коммутационные устройства автоматического переключения, коммутационные устройства управления и защиты, устройства защиты от импульсных перенапряжений (ограничители перенапряжений)	27.33 27.90	8512000000 8535000000 8536000000 9032000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и индустриализации; - проверка конструкции и размеров; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работоспособности; - испытание импульсным напряжением; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 %С 5 ... 5000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка механических свойств выводов; - проверка эффективности указателя положения главных контактов; - испытания вводов на вытягивание, кручение, изгиб; - испытание на воспламеняемость; - проверка механической прочности; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка заземления; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
132.	ГОСТ 30011.5.1 ГОСТ 2933 ГОСТ 24683	Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные	27.33	8535000000 8536000000 8537000000 9107000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции и размеров; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; проверка работоспособности; - испытание импульсным напряжением; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка механических свойств выводов; - проверка эффективности указателя положения главных контактов;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1;2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 %C 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- испытания вводов на вытягивание, кручение, изгиб; - испытание на воспламеняемость; - проверка механической прочности; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка заземления; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
133.	ГОСТ 30011.5.1 ГОСТ 2933 ГОСТ 24683	Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели)	27.33	8535000000 8536000000 8536500700 8536508000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции и размеров; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работоспособности; - испытание импульсным напряжением; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка механических свойств вводов; - проверка эффективности указателя положения главных контактов; - испытания вводов на вытягивание, кручение, изгиб; - испытание на воспламеняемость; - проверка механической прочности.	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 3500 А -99,9 °С ... +1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °С 10 ... 96 %С 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
135.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1)	Приборы электрические для борьбы с насекомыми	27.51	8509000000 8543000000	- проверка заземления; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания;	выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
136.	ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 12.2.091	Средства, системы и приборы радиационного неразрушающего контроля	26.51	9022000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка теплостойкости;	выполняется/не выполн. 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 %C 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
137.	СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012	Автоматы, полуавтоматы и агрегаты швейные промышленные	28.94	8452000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механиче-	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 %C 5 ... 5000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
					ских опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
138.	СТБ МЭК 61140 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012	Приводы к промышленным швейным машинам	28.94	8501000000 8509000000 8516000000 8543000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
139.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для плодово-овощных баз и фабрик заготовочных: - оборудование фасовочно-упаковочное, - тара функциональная, - оборудование для развозной торговли, - оборудование вспомогательное, - оборудование прочее	28.99	8422000000 8419000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IPX-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм	
140.	ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Электрододогреватели и подогреватели промышленного назначения	28.21	8402000000 8403000000 8516000000		выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции;
141.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140	Установки и устройства электрообогревательные (с гибкими электронагревателями, конвективного и инфракрасного нагрева)	28.21	8516000000 8402000000 8536000000		0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
142.	ГОСТ 12.2.007.9.1 ГОСТ 12.2.007.9 ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Индукционные плавильные электропечи промышленной и повышенной частоты	28.21	8514000000 8516500000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
143.	СТБ МЭК 61140 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование прачечное про- мышленного типа	28.94	8421000000 8450000000 8451000000	- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
144.	СТБ МЭК 61140 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для химической чистки одежды	28.99	8450000000 8451000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степеней защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
145.	СТБ ЕН 50063 ГОСТ МЭК 61293 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование электросварочное промышленного применения	27.32	8515000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 %

1	2	3	4	5	6	7
					факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
146.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 30012.1 ГОСТ 30012.9	Манометры и датчики давления (кроме приборов для проверки дыхательных аппаратов пожарных)	26.51	9026000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях не-	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IPX0-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
					нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
147.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 30012.1 ГОСТ 30012.9 ГОСТ ИЕС 61010-2-010 ГОСТ ИЕС 61010-2-020 ГОСТ МЭК 61010-2-032 ГОСТ ИЕС 61010-2-051 ГОСТ ИЕС 61010-2-061 ГОСТ ИЕС 61010-031 ГОСТ 8711	Приборы измерительные и радиоизмерительные	26.51	9027000000 9030000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
148.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 30012.1 ГОСТ 30012.9	Приборы и преобразователи электроизмерительные цифровые	26.51	9030000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
149.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 30012.1 ГОСТ 8711 ГОСТ 30012.9	Приборы электроизмерительные цифровые	26.51	9030000000	- проверка работ при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
150.	ГОСТ 23706 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 30012.1 ГОСТ 30012.9	Омметры	26.51	9030000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 mA 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 A - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
151.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 30012.1 ГОСТ 8476 ГОСТ 30012.9	Ваттметры и варметры	26.51	9030000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков;	0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
152.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 30012.1 ГОСТ 8711 ГОСТ 30012.9 ГОСТ 11282 ГОСТ 7165	Приборы электроизмерительные лабораторные и переносные аналоговые комбинированные	26.51	9027000000 9030000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работ при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
153.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 30012.1 ГОСТ 30012.9	Приборы электроизмерительные регистрирующие	26.51	9030000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 %
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических	

1	2	3	4	5	6	7
					факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
154.	ГОСТ МЭК 60335-2-26 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами встраиваемые механизмы: часовые и реле времени	26.52	8537000000 9032000000 9103000000 9105000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного

1	2	3	4	5	6	7
					тока - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм	
155.	ГОСТ МЭК 60335-2-26 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой (напольные, настенные, настольные) с питанием от сети переменного тока, включая электронные	26.52	9103000000 9105000000	- проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт	

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
156.	ГОСТ 30345.57 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Аппаратура проекционная (кроме диапроекторов, фотоувеличителей и кинопроекторов для 8-мм фильмов)	26.70 26.51 28.99	9008000000 9007000000 9010000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;
157.	ГОСТ 30345.57 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Фотоувеличители	28.99	9008000000		

1	2	3	4	5	6	7
158.	ГОСТ 30345.57 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Диапроекторы	28.99	9008000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм PX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
159.	ГОСТ 30345.57 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1)	Кинопроекторы	26.70	9007000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков;	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
160.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ МЭК 491	Фотоаппараты со встроенной лампой-вспышкой	26.70	9006000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
161.	ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345.0 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1)	Фотоаппараты с приставной лампой-вспышкой	26.70	9006000000	- Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 %

1	2	3	4	5	6	7
					факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
162.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Фотоаппараты цифровые	26.70	9006000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
163.	ГОСТ МЭК 491 ГОСТ 20.57.406	Лампы-вспышки	27.40	9006000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка винтов и соединений	выполняется/не выполн. - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 %C 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
164.	ГОСТ ІЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Устройства звукоусилительные и узлы транзисционные	26.30	8518000000	- Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320°

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
165.	ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Аппаратура звукозаписывающая и звукопроизводящая студийная (профессиональная)	26.30	8520000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка стелени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	- 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
166.	ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Аппаратура радиовещательная студийная	26.30	8525000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
167.	ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Аппаратура приемопередающая телевизионная	26.30 26.40	8525000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	-99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
168.	ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065	Аппаратура и оборудование телевизионных центров, студий и аппаратов	26.30	8525000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА

1	2	3	4	5	6	7
					проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
169.	ГОСТ IEC 60950-1 ГОСТ IEC 60065 СТБ МЭК 60065	Аппаратура видеозаписи и воспроизведения студийная	26.30	8521000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока)

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
170.	ГОСТ 12.2.007.1 ГОСТ 27917 ГОСТ 27888 ГОСТ 27895 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ 10169 ГОСТ МЭК 60034-1 ГОСТ Р МЭК 60034-14 ГОСТ Р МЭК 60034-2-1 СТБ ІЕС 60034-2-1 СТБ МЭК 60034-2А СТБ МЭК 60034-4 ГОСТ ІЕС 60034-5 ГОСТ Р 53148 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Электродвигатели	27.11	8501000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока 25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ
					- измерение шума; - измерение вибрации; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. - 20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
171.	ГОСТ 12.2.007.5 ГОСТ ИЕС 60252-1 СТБ МЭК 60252-1 ГОСТ ИЕС 60252-2 СТБ МЭК 60252-2 ГОСТ ИЕС 61048 ГОСТ Р МЭК 61048 ГОСТ МЭК 1048 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ 24683 ГОСТ 16962.1 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Конденсаторы и конденсаторные установки	27.90	8532000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - ток прикосновения в сварочной цепи; - ток прикосновения при условии неисправности; - проверка работы в ненормальном режиме; - проверка тепловой защиты; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности;	выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока 0 ... 3500 А 0 ... 3500 А выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	- 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
172.	ГОСТ Р МЭК 60974-1 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 СТБ ИЕС 60695-2-10 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10 СТБ ИЕС 60695-2-11 ГОСТ Р МЭК 60695-2-11 СТБ ИЕС 60695-2-12 СТБ ИЕС 60695-2-13 СТБ ИЕС 60695-10-2 ГОСТ Р МЭК 60695-10-2 СТБ ИЕС/TS 60695-11-4 СТБ ИЕС 60695-11-5 СТБ ИЕС 60695-11-10 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Агрегаты передвижные (прицепные) сварочные для бытового и аналогичного применения	27.90	8515000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - ток прикосновения в сварочной цепи; - ток прикосновения при условии не-	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока 0 ... 3500 А

1	2	3	4	5	6	7
					исправности; - проверка работы в ненормальном режиме; - проверка тепловой защиты; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 3500 А выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
173.	ГОСТ 12.2.007.9.1 ГОСТ 12.2.007.9 ГОСТ 31636.2 ГОСТ 31636.5 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Электропечи и электропечные агрегаты сопротивления, вклочая компрессионные (газовые)	28.21 27.90	8514000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	
174.	ГОСТ 12.2.007.9.1 ГОСТ 12.2.007.9 ГОСТ 31636.2 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Электротеплопроводность ва-куумные	28.21	8514000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
175.	ГОСТ 12.2.007.9.1 ГОСТ 12.2.007.9 ГОСТ 12.2.007.10 ГОСТ 16962.2 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Устройства индукционного электронагрева промышленной частоты	28.21	8514000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... +1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. -20 ... +350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
176.	ГОСТ 12.2.007.9.1 ГОСТ 12.2.007.9 ГОСТ 16962.2 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Дуговые электропечи прямого и косвенного нагрева, включая рудно-термические	28.21	8514000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степеней защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работ при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м

1	2	3	4	5	6	7
177.	ГОСТ 12.2.007.9 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ 20.57.406	Устройства электродугового нагрева, включающая миксеры и ковши	28.21	8400000000 8514000000	- проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
					Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	-20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
178.	ГОСТ 12.2.007.9.8 ГОСТ 12.2.007.9 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ 20.57.406	Печи электрошлакового переша- ва	28.21	8514000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
179.	ГОСТ 31636.7 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ 20.57.406	Электронно-лучевые	28.21	8514000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
180.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ 20.57.406	Установки и устройства дизэлектрического нагрева	28.21	8514000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
181.	СТБ ІЕС 60825-1 ГОСТ Р МЭК 60825-1 ГОСТ 14254 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ 20.57.406	Лазерные электропечи	28.21 27.90	8514000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
182.	ГОСТ 20.57.406	Электронагреватели трубчатые промышленные	28.21	8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности;	

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
183.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 30012.1 ГОСТ 30012.9 ГОСТ ИЕС 61010-2-010 ГОСТ ИЕС 61010-2-020 ГОСТ МЭК 61010-2-032 ГОСТ ИЕС 61010-2-051 ГОСТ ИЕС 61010-2-061 ГОСТ ИЕС 61010-031 ГОСТ 8711 ГОСТ 11282 ГОСТ 7165 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Лабораторное оборудование	26.51	9027000000 9031000000 9032000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320°

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
184.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ ИЕС 61010-2-020 ГОСТ ИЕС 61010-2-051 ГОСТ ИЕС 61010-2-061 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Приборы для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов, уровня жидкостей и сыпучих материалов, определения состава и свойств веществ прочие	26.51	9026000000 9027000000 9028000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка целостности; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	-20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
185.	ГОСТ Р ЕН 50194 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Сигнализаторы и анализаторы газов и жидкостей	26.51	9027000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного

1	2	3	4	5	6	7
					тока - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм	
186.	ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065 ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ 31210 ГОСТ 31211	Комплексы устройств телемеханики многофункциональные	26.20	9030000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм	

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
187.	ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Программно-технические комплексы	28.99	8471000000 8500000000 9030000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного провод-	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА

1	2	3	4	5	6	7
					ника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм PX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
188.	ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Средства механизации и автоматизации управленческого и инженерно-технического труда	28.23 26.51	8440000000 8443000000 8469000000 8470000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электр.	- -

1	2	3	4	5	6	7
				8471000000 8472000000 8479000000 8517000000 8518000000 8528000000	трическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм PX0-IPX4; PX0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей	выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					утечек и изоляции	0 ... 250 мм
189.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Машины и приборы для измерения механических величин, в т.ч. для определения механических свойств материалов, измерения усилий и деформаций, приборы весоизмерительные, виброметры, измерения параметров движения и счетчики	26.51 28.29	8423100000 8423200000 8423300000 8423800000 9016001000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
190.	ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Весы бытовые электромеханические (электронные) с питанием от сети	26.51 28.29	8423000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию	0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
191.	ГОСТ 12.2.091 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения прочие	26.51 26.52 28.29	9024000000 – 9032000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
192.	ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ IEC 60950-1 ГОСТ IEC 60065 СТБ МЭК 60065 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации (ОС)	26.51	8531000000	- Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях;	выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
193.	ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ IEC 60745-1 ГОСТ 30506 ГОСТ IEC 60335-2-77 СТБ МЭК 60335-2-77 ГОСТ МЭК 60335-2-92 ГОСТ МЭК 60335-2-94 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Средства малой механизации лесохозяйственного применения	28.30 28.99	8432000000 8433000000 8436000000 8467000000	- Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
194.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ EN 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Установки для очистки воды	28.13 28.29 28.30	8421000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	-99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
195.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Установки опреснительные	28.13 28.29	8421000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА

1	2	3	4	5	6	7
					проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электротоком	0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм - - -
196.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ EN 50085-1	Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота Раздатчики кормов для свиноферм Раздатчики кормов для овец/коз	28.30	8428000000 8436000000 8716000000		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
197.	СТБ EN 50087 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Резервуары-охладители молока	28.30	7309000000 7310000000 8418000000 8419000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 mA 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм PX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 A -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
198.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) СТБ ИЕС 60335-1 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Теплогенераторы	28.30	7322000000	- Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... +1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
					- проверка работ при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков;	выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
199.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Котлы-парообразователи	28.30	8436000000 8438000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; испытание на перенапряжение; испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; проверка защита от остаточных	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					напряжений; - испытание работоспособности; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
200.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-12 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Электрические ручные глубинные вибраторы	28.24	8467000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытания на надежность; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
201.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Кондиционеры промышленные	28.25	8415000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
202.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 14254	Фильтры для очистки воздуха	28.25	8421000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электр.	- - -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
203.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование воздухообрабатывающее	28.25	7308000000 7322000000 8414000000 8418000000 8419000000 8421000000 8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности; - проверка устойчивости и механических опасностей;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм - - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 320°

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
204.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ EN 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Воздухонагреватели	27.52	7322000000 8415000000 8419000000 8479000000 8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплекующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	-20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
205.	СТБ ИЕС 60335-2-24 ГОСТ 27570.0 ГОСТ 30345. ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 СТБ ИЕС 60695-2-10 СТБ ИЕС 60695-2-11 СТБ ИЕС 60695-2-12 СТБ ИЕС 60695-2-13 СТБ ИЕС 60695-10-2 СТБ ИЕС/ТС 60695-11-4	Оборудование холодильное	28.25	8418000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка стелени защиты IP;	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ ІЕС 60695-11-5 СТБ ІЕС 60695-11-10				- измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	
206.	ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ІЕС 60335-1) ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Автоматы и полуавтоматы торговые	28.29	8470000000 8476000000 9027000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока)

7	6	5	4	3	2	1
0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IP4Х; IP0Х-IP4Х 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока	- измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;					
выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.	- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектовочных; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции					
0 ... 250 мм						

1	2	3	4	5	6	7
207.	ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ IEC 60335-1) ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406 СТБ IEC 60695-2-10 СТБ IEC 60695-2-11 СТБ IEC 60695-2-12 СТБ IEC 60695-2-13 СТБ IEC 60695-10-2 СТБ IEC/TS 60695-11-4 СТБ IEC 60695-11-5 СТБ IEC 60695-11-10	Туалеты электрические	27.51	3922000000 8400000000 85000000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	- - - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
208.	ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Телефонные аппараты общего применения с питанием от сети	26.30	8517000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.
					- проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости;	

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
209.	ГОСТ ИЕС 60065 СТБ МЭК 60065 ГОСТ 14254 ГОСТ 20.57.406	Автоматы игровые	28.99	9504000000 8476000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока прикосновения; - измерение тока защитного проводника; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механиче-	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 10/700 мкс 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
					ских опасностей; - проверка механической прочности; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
210.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Дробилки и оборудование дробильно-размольное	28.92	8474000000 8479000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 %

1	2	3	4	5	6	7
					факторов; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	5 ... 5000 Гц выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. выполняется/не выполн. 0 ... 250 мм
211.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Средства пылеулавливания и пылеподавления	28.25 28.29	8421000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
212.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140	Аппараты теплообменные Аппараты сушильные	28.99	8419000000 8421000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электри-	- -

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 60204-1				трическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
213.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Аппараты для физико-химических процессов, в том числе электролизеры для сварки, пайки и подогрева	28.99	8515000000 8543000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
214.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких неоднородных систем	28.29	8421000000 8479000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
215.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для физико-механической обработки материалов	28.92	8474000000 8479000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
216.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для резки, выруб- ки, шпороховки в производстве резиновых, резиноасбестовых изделий и упаковки регенерата	28.96	8465000000 8477000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения элект- рическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
217.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование смесительное, профилирующее и литьевое (для переработки резины и полимер- ных материалов)	28.29	8419000000 8420000000 8465000000 8477000000 8480000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения элект- рическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
218.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование сборочное в про- изводстве резиновых изделий	28.96	8465000000 8477000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения элект- рическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
219.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование формовочное и вулканизационное в производ- стве резиновых изделий	28.96	8419000000 8477000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкций; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения элект- рическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
220.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для нанесения покрытий, термообработки, обрешивания, листования, дублирования и изготовления деталей покрышек	28.96	8419000000 8477000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
221.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование, установки и аппаратура для подготовки поверхности под покрытие, нанесения покрытий различными методами, сушки покрытий и их испытаний	28.96	8417000000 8419000000 8479000000 8514000000 8543000000 9024000000 9027000000 9031000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
222.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование специальное, отделочное и контрольно-измерительное и прочее оборудование в производстве резиновых и резиноасбестовых изделий	28.96	8419000000 8451000000 8477000000 8479000000 9024000000 9025000000 9031000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
223.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для переработки термопластов в изделия	28.96	8419000000 8420000000 8465000000 8477000000 8479000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
224.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для производства изделий из стеклопластиков	28.96	8477000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
225.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 31839 ГОСТ 31840 ГОСТ МЭК 60335-1 (ГОСТ ИЕС 60335-1) ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование насосное	28.13	8413000000 8414000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
226.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Установки воздухоподделительные и редких газов	28.99	8414000000 8419000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
227.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Компрессоры воздушные газовые приводные	28.13	8414000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
228.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Установки холодильные	28.13	8418000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
229.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Аппаратура для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий	28.29	8515000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
230.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее	28.25	8421000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
231.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для отбелки целлюлозной массы	28.95	8419000000 8479000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
232.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для приготовления и регенерации химических реагентов	28.95	8419000000 8479000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
233.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для подготовки сырья	28.95	8419000000 8421000000 8479000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
234.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для выработки, размола, сортирования, очистки, стужения и перемешивания массы, улавливания массы	28.95	8439000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;	выполняется/не выполн. 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
235.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для производства бумаги, картона, товарной целлюлозы и товарной древесной массы	28.95	8420000000 8439000000 8441000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
236.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование (установки) для нанесения лакокрасочных материалов, аппаратура и дополнительное оборудование для нанесения лакокрасочных материалов, оборудование вспомогательное	28.96	8414000000 8419000000 8421000000 8479000000 9024000000 9027000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
237.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды	28.29	8421000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
238.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ 31839 ГОСТ 31840 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Насосы объемные для гидропри- водов (гидронасосы)	28.12	8413000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения элек- трическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
239.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Конвейеры	28.22	8428000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения элек- трическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
240.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для уборочно- моечных работ	29.10	8479000000 8508000000 8509000000 8424000000 8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения элек- трическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
241.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для приготовления строительных смесей	29.10	8413000000 8430000000 8474000000 8479000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения элек- трическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
242.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для лесозаготовительных работ различного назначения	28.99 28.22 28.24	8460000000 8436000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
243.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Вентиляторы промышленные	28.25	8414000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
244.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Кондиционеры промышленные	28.25	8415000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
245.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование воздухообрабатывающее	28.25	8414000000 8418000000 8419000000 8421000000 8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;	выполняется/не выполн. - -

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
246.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Воздухонагреватели	27.52	8419000000 8516000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
247.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для текстильной промышленности: - машины ленточные, - машины лентосоединительные и холстовытяжные, - машины ровничные, - оборудование прядильное и крутильное	28.94 28.99	8420000000 8445000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
248.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Машины ленточные для хлопка и шерсти, льна и пеньки, машины чесальные для льна и пеньки	28.94 28.99	8445000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
249.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для первичной обработки шерсти, льна, пеньки, джута и кенафа	28.94 28.99	8444000000 8445000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
250.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование разрыхлительно-очистительное и смесовое	28.94 28.99	8444000000 8445000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
251.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование предпрядильное	28.94 28.99	8445000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
252.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для переработки шерсти в смеси с химволокнами и для получения волокон из вторичного сырья	28.94 28.99	8444000000 8445000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 МА

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
253.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование приготавительное для ткацкого и трикотажного производства	28.94 28.99	8445000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
254.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Станки ткацкие	28.94 28.99	8446000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
255.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование красильно-отделочное	28.94 28.99	8451000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
256.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для трикотажной промышленности и для производства нетканых материалов	28.94 28.99	8447000000 8449000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;	выполняется/не выполн. - -

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
257.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для подготовки и раскроя материала	28.94 28.99	8451000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
258.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование для влажно-тепловой обработки швейных изделий и фасонно-фиксирующее оборудование	28.94 28.99	8451000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
259.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для кожаной промышленности	28.94 28.99	8453000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
260.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование плетельное и отделочное для текстильно-галантерейной промышленности	28.94 28.99	8445000000 8447000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
261.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для сахарной и крахмалопаточной промышленности	28.93	8419000000 8421000000 8422000000 8438000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
262.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности	28.93	8417000000 8419000000 8420000000 8438000000 8514000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
263.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для винодельческой, спиртовой, ликероводочной промышленности	28.93	8419000000 8435000000 8438000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки;	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
264.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для маслоцировой промышленности	28.93	8479000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
265.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для чайной, табачной, соляной и ферментной промышленности	28.93	8419000000 8421000000 8422000000 8438000000 8474000000 8478000000 8479000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
266.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для пивоваренной, безалкогольной и дрожжевой промышленности	28.93	8418000000 8419000000 8421000000 8422000000 8435000000 8438000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
267.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для парфюмерной промышленности	28.93	8413000000 8419000000 8421000000 8422000000 8428000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;	выполняется/не выполн. 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
				8479000000	- испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
268.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей промышленности	28.93	8419000000 8422000000 8438000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
269.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для молочной промышленности	28.93	8418000000 8419000000 8421000000 8422000000 8434000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
270.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для добычи и переработки рыбы (кроме оборудования транспортного)	28.93 28.99	8422000000 8438000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
271.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Линии изготовления тары для пищевых продуктов	28.93	8441000000 8462000000 8477000000 8479000000 8515000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
272.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Линии упаковочные для пищевых продуктов, машины, автоматизированные для упаковки пищевых продуктов	28.93	8422000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
273.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для элеваторно-складского хозяйства	28.93 28.99 28.22	8419000000 8428000000 8437000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
274.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для мукомольных предприятий	28.93	8414000000 8419000000 8421000000 8422000000 8437000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
275.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для крупной промышленности	28,93	8419000000 8422000000 8437000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
276.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности	28,93	8422000000 8436000000 8438000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
277.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ ИЕС 60950-1 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование полиграфическое: - оборудование наборное, - оборудование для изготовления печатных форм, - оборудование печатное, - оборудование брошпоровочно-переплетное, - оборудование для изготовления картонной и бумажной тары с печатными текстами и рисунками	28,99	8440000000 8441000000 8442000000 8443000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
278.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности.	28,99	8464000000 8474000000 8475000000 8477000000 8479000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;	выполняется/не выполн. 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
279.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Электрическое оборудование для медицинской промышленности	28.99 26.51	8454000000 8456000000 8457000000 8458000000 8459000000 8460000000 8461000000 8462000000 8463000000 8465000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм
280.	ГОСТ 16962.2 ГОСТ МЭК 61293 ГОСТ ЕН 50085-1 СТБ МЭК 61140 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Электрическое оборудование сварочное вспомогательное (устройства для сбора, подачи и регенерации сварочного флюса, установки для очистки воздуха, установки для очистки, намотки, выпрямления, сварки сварочной проволоки, установки для снятия сварочных напряжений (печи термической обработки, устройства для индукционного нагрева, установки для прокатки сварочных швов).	28.29	8414000000 8417000000 8421000000 8455000000 8460000000 8462000000 8468000000 8479000000 8514000000 8515000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции	- - выполняется/не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
Раздел II. Работы по подтверждению соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823						
1.	СТБ ЕН 1494 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 14254 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ Р 51838 ГОСТ 22859 ГОСТ Р 51151	Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов	28.99	8413000000 8414000000 8424000000 8425000000 8428000000 8467000000 8479000000 8508000000 9026000000 9027000000 9031000000 9032000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки, документации и информационно-технической таблички; - проверка стопорных устройств; - проверка требований к рычагам и органам управления; - допустимое положение рабочей платформы; - проверка устройств (приборов) безопасности; - испытания на торможение; - испытание на перегрузку; - функциональные испытания; - проверка требований к платформе; - измерение шума; - измерение вибрации; - проверка ограждений; - проверка эргономических требований; - максимальная скорость подъема; - максимальная разность подъема; - контроль содержания вредных веществ; - проверка сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки; - предотвращение неожиданного пуска;	- выполняется/ не выполн. 0 ... 1000 мм 0 ... 500 Н выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 20 ... 100 кН выполняется/ не выполн. 25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 60 мин 0 ... 5 м 0 ... 10000 ппм 0 ... 1 Об. % CO ₂ выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работоспособности; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	- 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0...1,0 Н·м выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 250 мм
2.	ГОСТ 28708	Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садоводного и лесохозяйственного применения	25.73 28.30	8432000000 8433000000 8436000000 8467000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - форма и размеры рукояток; - герметичность топливной системы; - углы поперечной статической устойчивости; - усилия на рукоятках; - скорость движения; - эффективность стояночного тормоза; - требования к рабочему месту оператора;	- 0 ... 1000 мм 0 ... 50 МПа 0 ... 320° 0 ... 500 Н 0 ... 60 мин 0 ... 320° 0 ... 1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					- защитные устройства; - обозначения и предупредительные надписи; - направление выхлопа; - проверка конструкции; - топливный и масляный баки; - концентрации оксида углерода; - измерение температуры; - измерение шума; - измерение вибрации; - проверка работоспособности	выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 1000 мм 0 ... 10000 ppm 0 ... 1 Об. % CO₂ -99,9 °C ... + 1300 °C 25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ выполняется/ не выполн.
3.	ГОСТ 12.2.010 ГОСТ 12.2.030 ГОСТ 10084 ГОСТ 12633 ГОСТ 17770 ГОСТ 27338 ГОСТ 30505 ГОСТ Р МЭК 60745-2 ГОСТ 30699 ГОСТ Р МЭК 60745-2 ГОСТ 30700 ГОСТ 30701 ГОСТ Р МЭК 60745-2 ГОСТ ИЕС 61029-1 ГОСТ МЭК 1029-2-4 ГОСТ МЭК 1029-2-6 ГОСТ МЭК 1029-2-7 ГОСТ МЭК 1029-2-8 ГОСТ МЭК 1029-2-9 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12 ГОСТ ИЕС 60745-2-9 ГОСТ 31547 ГОСТ 31546-2012 ГОСТ Р МЭК 1029-2-1 ГОСТ ИЕС 61029-2-1 ГОСТ Р МЭК 1029-2-2 ГОСТ ИЕС 61029-2-2 ГОСТ Р МЭК 1029-2-3 ГОСТ ИЕС 61029-2-3	Машины строительно-отделочные, инструментально-монтажный ручной и механизированный, в том числе электрический	28.99 25.73 28.24	8424000000 8467000000 8479000000 8430000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - сила отпуска тормоза цепи; - среднее время торможения; - проверка работы при условиях нормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытания на надежность; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов;	выполняется/ не выполн. 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока 0 ... 500 Н 0 ... 60 мин выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 1029-2-5 ГОСТ ИЕС 61029-2-5 ГОСТ Р МЭК 60745-1 ГОСТ ИЕС 60745-1 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1 ГОСТ ИЕС 60745-2-1 СТБ МЭК 60745-2-1 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4 ГОСТ ИЕС 60745-2-4 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5 ГОСТ ИЕС 60745-2-5 СТБ МЭК 60745-2-5 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6 ГОСТ ИЕС 60745-2-6 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8 ГОСТ ИЕС 60745-2-8 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 ГОСТ Р МЭК 60745-2-11 ГОСТ ИЕС 60745-2-11 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14 ГОСТ ИЕС 60745-2-14 СТБ 1208 СТБ ЕН 792-1 СТБ ЕН 792-2 СТБ ЕН 792-3 СТБ ЕН 792-4 СТБ ЕН 792-5 СТБ ЕН 792-6 СТБ ЕН 792-7 СТБ ЕН 792-8 СТБ ЕН 792-9 СТБ ЕН 792-10 СТБ ЕН 792-11 СТБ ЕН 792-12 СТБ ЕН 792-13 СТБ МЭК 60745-2-2				- проверка работоспособности; - гидравлические испытания; - пневматические испытания; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка термостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/ не выполн. 0 ... 50 МПа 0 ... 0,8 МПа 0 ... 320° 0...1,0 Н·м выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 250 мм
4.	ГОСТ 31742 ГОСТ 30411 ГОСТ 30723 ГОСТ 30725 ГОСТ 31348	Пилы бензомоторные	28.24	8467000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - размеры и прочность рукояток; - проверка защитного устройства на передней рукоятке;	- 0 ... 1000 мм 0 ... 500 Н 0 ... 60 мин

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р ИСО 22868 ГОСТ 14254				- проверка защитного устройства на задней рукоятке; - баланс; - защита от травм при отскоке, усилии срабатывания тормоза пильной цепи, время торможения; - проверка цепи уловителя; - зубчатый упор; - устройство для отвода опилок; - кожух пильного аппарата; - рычаг управления газом; - переключатель зажигания; - сцепление; - направление выхлопа; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - топливный и масляный баки; - концентрации оксида углерода; - измерение температуры; - измерение шума; - измерение вибрации; - обозначения и предупредительные надписи; - проверка работоспособности;	2,5 кг 2,5 кг 0 ... 320° 0 ... 60 мин 2,5 кг выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 10000 плм 0 ... 1 Об. % CO₂ - 99,9 °C ... + 1300 °C 25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн.
5.	ГОСТ 30506 ГОСТ Р МЭК 60745-2 ГОСТ 12.2.013.0 ГОСТ 12.2.030 ГОСТ 17770 ГОСТ 14254 ГОСТ Р 51838	Пилы цепные электрические	28.99	8467000000	- проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности;	- - - выполняется/ не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - сила отпуска тормоза цепи; - среднее время торможения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытания на надежность; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции;	0 ... 3500 А -99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока 0 ... 500 Н 0 ... 60 мин выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. -20 ... + 350 °С 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0...1,0 Н·м выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 250 мм
6.	ГОСТ 12.2.092 ГОСТ 14227 ГОСТ 27440 ГОСТ 22502 ГОСТ 23833 ГОСТ 27570.0 ГОСТ 27570.34 ГОСТ 27570.36	Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пи-щевых блоков	28.25 28.93 28.99 28.13	8418000000 8419000000 8422000000 8428000000 8438000000 8470000000 8516000000 9027000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции;	- - - выполняется/ не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и

1	2	3	4	5	6	7
ГОСТ 27570.41 ГОСТ 27570.42 ГОСТ 27570.43 ГОСТ 27570.51 ГОСТ 27570.52 ГОСТ 27570.53 ГОСТ 27684 ГОСТ 30405 ГОСТ 30406 ГОСТ 31530 ГОСТ Р 51366 ГОСТ Р 51367 ГОСТ Р 51373 ГОСТ Р 51374 ГОСТ Р 51375 ГОСТ 12.2.233 ГОСТ Р 51360 ГОСТ Р 52161.1 ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ Р МЭК 335-1 ГОСТ 30345.0 ГОСТ IEC 60335-2-24 ГОСТ IEC 60335-2-34 ГОСТ Р 50704 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 14254					- измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - измерение шума; - измерение вибрации; - гидравлическое испытание на прочность; - эргономические требования к органам управления; - требования к системе управления; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводов; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений;	постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/ не выполн. 1,2/50 мкс -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ 0 ... 50 МПа выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 320° 0...1,0 Н·м выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 250 мм
7.	ГОСТ 25996 ГОСТ 30188 ГОСТ 30441 ГОСТ EN 818-1 ГОСТ EN 818-2 ГОСТ EN 818-3 ГОСТ EN 818-4 ГОСТ EN 818-5 СТБ EN 1677-1 СТБ EN 1677-2-	Приспособления для грузоподъемных операций: цепи калибром до 8 мм.	25.93	7315000000 8428000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - проверка упаковки; - проверка конструкции и размеров; - напряжение при разрыве; - напряжение при пробной нагрузке; - удлинение при пробной нагрузке; - общее удлинение при разрыве;	выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 100 кН 0 ... 100 кН выполняется/ не выполн.
8.	ГОСТ 12.2.022 ГОСТ 30137 СТБ EN 620 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ Р 51838	Конвейеры и устройства для комплексной механизации складов	28.22	8428000000 8473000000 8474000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степеней защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/ не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IPXX-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... +1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока 100 см³/1 раб.ход 0 ... 10000 ppm 0 ... 1 Об. % CO2 -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц
					- воздух рабочей зоны; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов;	

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение шума; - измерение вибрации; - гидравлические испытания; - пневматические испытания; - освещенность; - эргономические требования; - требования к системе управления; - средства защиты и сигнальные устройства; - защитные ограждения; - требования к рабочему месту; - требования к грузозачным устройствам; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - проверка работоспособности; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции;	25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ 0 ... 50 МПа 0 ... 0,8 МПа 5 ... 100000 лк выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 320° 0...1,0 Н·м выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 250 мм
9.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ Р 51838 ГОСТ 20680 ГОСТ 30872 ГОСТ 20680 ГОСТ 20646 ГОСТ 31827	Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее	28.21 28.13 28.25 28.29 28.99	7307000000 7309000000 7310000000 7311000000 7419000000 7508000000 7611000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - измерение шума; - измерение вибрации; - измерение напряжения;	- 25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного

1	2	3	4	5	6	7
ГОСТ 31828	ГОСТ Р ИСО 13706			7612000000	- воздух рабочей зоны;	тока 100 см ³ /л раб.ход
ГОСТ 31833				7613000000		0 ... 10000 ppm
ГОСТ 31836				8108000000		0 ... 1 Об. % CO ₂
ГОСТ 31838				8418000000		-20 ... +350 °C
ГОСТ Р МЭК 60204-1				8419000000	- испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов;	10 ... 96 %
				8421000000		5 ... 5000 Гц
				8468000000	- измерение шума;	25 ... 140 дБ
				8474000000	- измерение вибрации;	25 ... 140 дБ
				8514000000	- освещенность;	5 ... 100000 лк
				8405000000	- радиальное биение;	0 ... 10 мм
				8417000000	- эргономические требования;	выполняется/ не выполн.
				8419000000	- требования к системе управления;	выполняется/ не выполн.
				8421000000	- средства защиты и сигнальные устройства;	выполняется/ не выполн.
				8479000000	- защитные ограждения;	выполняется/ не выполн.
				8997000000	- требования к рабочему месту;	выполняется/ не выполн.
				8514000000	- проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети;	выполняется/ не выполн.
				8515000000	- проверка защита от остаточных напряжений;	выполняется/ не выполн.
				8543000000	- проверка рабо-тоспособности;	выполняется/ не выполн.
					- проверка устойчивости и механических опасностей;	выполняется/ не выполн.
					- проверка механической прочности;	выполняется/ не выполн.
					- проверка комплектов;	выполняется/ не выполн.
					- проверка проводки;	выполняется/ не выполн.
					- проверка теплостойкости;	выполняется/ не выполн.
					- проверка огнестойкости;	выполняется/ не выполн.
					- проверка присоединения к источнику питания;	выполняется/ не выполн.
					- проверка внешних гибких шнуров;	выполняется/ не выполн.
					- проверка электрических соединений;	выполняется/ не выполн.
					- проверка заземления;	выполняется/ не выполн.
					- проверка винтов и соединений;	выполняется/ не выполн.
					- проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции;	0 ... 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 3347 ГОСТ 22247 ГОСТ 17335 ГОСТ 6134 ГОСТ 31840 ГОСТ 30645 ГОСТ 31839 ГОСТ 31840 ГОСТ МЭК 60335-2-41 СТБ ЕН 13951	Оборудование насосное	28.13	8413000000 8414000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	- - - выполняется/ не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/ не выполн. 1,2/50 мкс - 20 ... + 350 °C 5 ... 5000 Гц 25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ 0 ... 50 МПа 0 ... 0,8 МПа 5 ... 100000 лк выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн.
					- проверка работы при условиях ненормальной эксплуатации и при неисправностях; - испытание на перенапряжение; - испытание устойчивости воздействия механических и климатических факторов; - измерение шума; - измерение вибрации; - гидравлические испытания; - пневматические испытания; - освещенность; - эргономические требования; - требования к системе управления; - средства защиты и сигнальные устройства; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защиты от остаточных	

1	2	3	4	5	6	7
					напряжений; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка стойкости к образованию токопроводящих мостиков; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка зажимов и электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка коррозионной стойкости; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции;	выполняется/ не выполн. 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 250 мм
11.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ Р 51838	Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды	28.29	8421000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работоспособности;	выполняется/ не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/ не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - испытание работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции;	выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 320° 0...1,0 Н·м выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 250 мм
12.	ГОСТ 12.2.048 ГОСТ 12.2.009 ГОСТ 12.2.107 ГОСТ 7599 ГОСТ 30685 ГОСТ 30824 ГОСТ ИСО 230-5 ГОСТ EN 1550 ГОСТ EN 12415 ГОСТ EN 12417 ГОСТ EN 12478 ГОСТ EN 12626 ГОСТ EN 13128 ГОСТ Р 51101 ГОСТ EN 12717 СТБ EN 12717 ГОСТ EN 12840	Станки металлообрабатывающие	28.41 28.99	8456000000 8457000000 8458000000 8459000000 8460000000 8461000000 8462000000 8463000000 8465000000 8479000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и документации; - проверка конструкции; - проверка защитных устройств; - проверка предохранительных и блокирующих устройств; - проверка требований к органам управления; - проверка устройств для установления, закрепления и подачи заготовок и инструмента; - проверка системы смазки, гидравлических и пневматических приводов; - проверка устройств для удаления отходов; - измерение шума;	выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 50 МПа выполняется/ не выполн. 25 ... 140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ EN 12957 СТБ EN 13218 ГОСТ EN 13218 ГОСТ Р EN 13788 ГОСТ EN 13898 СТБ EN 12348 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ Р 51838				- измерение вибрации; - проверка местного освещения; - проверка самопроизвольного пуска; - время останова вращающихся шпинделей; - усилия на органах управления; - содержание пыли, других вредных веществ в воздухе рабочей зоны; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работоспособности; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - освещенность; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости;	25 ... 140 дБ 5 ... 100000 лк выполняется/ не выполн. 0 ... 60 мин 0 ... 2000 Н 100 см³/1 раб.ход 0 ... 10000 ппм 0 ... 1 Об. % CO2 выполняется/ не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 5 ... 100000 лк -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0...1,0 Н·м выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка огнестойкости; - проверка при-соединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн.
13.	ГОСТ 12.2.017 ГОСТ 12.2.055 ГОСТ 6113 ГОСТ 8390 ГОСТ 31543 ГОСТ 31733 СТБ EN 692 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ Р 51838 ГОСТ 31542 ГОСТ 31541 ГОСТ 31733 ГОСТ 12.2.017.3 ГОСТ 12.2.017.4 ГОСТ 12.2.113 ГОСТ 12.2.114 ГОСТ 12.2.116 ГОСТ 12.2.118 ГОСТ 12.2.131	Машины кузнечно-прессовые	28.41	8462000000 8463000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и документации; - проверка конструкции; - проверка защитных устройств; - проверка предохранительных и блокирующих устройств; - проверка требований к органам управления; - проверка устройств для установления, закрепления и подачи заготовок и инструмента; - проверка системы смазки, гидравлических и пневматических приводов; - проверка устройств для удаления отходов; - измерение шума; - измерение вибрации; - проверка местного освещения; - проверка самопроизвольного пуска; - усилия на органах управления; - содержание пыли, других вредных веществ в воздухе рабочей зоны; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника;	- - выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 50 МПа выполняется/ не выполн. 25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ 5 ... 100000 Лк выполняется/ не выполн. 0 ... 2000 Н 100 см³/1 раб.ход 0 ... 10000 ppm 0 ... 1 Об. % CO2 выполняется/ не выполн. 0 ... 10 кВ (пе-ременного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - проверка работоспособности; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - освещенность; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 5 ... 100000 Лк - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 320° 0...1,0 Н·м выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 250 мм
14.	ГОСТ 12.2.008 ГОСТ 12.2.007.8 ГОСТ 12.1.035 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.003 ГОСТ 12.2.007.0	Оборудование для сварки	28.29	7308000000 7326000000 7419000000 8414000000 8417000000 8421000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током;	- - - выполняется/ не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ Р 51838			8455000000 8456000000 8460000000 8462000000 8468000000 8479000000 8514000000 8515000000 9403000000	- испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - воздух рабочей зоны; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - измерение шума; - измерение вибрации; - гидравлическое испытание на прочность; - пневматическое испытание на прочность; - освещенность; - испытание подъемного устройства; - эргономические требования; - требования к системе управления; - средства защиты и сигнальные устройства; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защиты от остаточных напряжений; - проверка работоспособности; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности;	0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм - IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока 100 см³/1 раб.ход 0 ... 10000 ппм 0 ... 1 Об. % CO2 -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ 0 ... 50 МПа 0 ... 0,8 МПа 5 ... 100000 лк - выполняется/ не выполн. - выполняется/ не выполн. - выполняется/ не выполн. - выполняется/ не выполн. - выполняется/ не выполн. 0 ... 320° 0...1,0 Н·м

1	2	3	4	5	6	7
					- проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн.
15.	ГОСТ 31177 ГОСТ 17108 ГОСТ 18464 ГОСТ 20245 ГОСТ 20719 ГОСТ 26496 ГОСТ 28988 ГОСТ Р 52543 ГОСТ 17411	Гидроприводы и гидроавтоматика	28.12	8412000000 8413000000 8425000000 8479000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка работоспособности; - измерение шума; - измерение вибрации; - гидравлические испытания; - усилия на рукоятках; - направление выброса воздуха; - эргономические требования; - требования к органам управления; - символы органов управления; - средства защиты и защитные ограждения; - требования к рабочему месту	выполняется/ не выполн. - - выполняется/ не выполн. 25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ 0 ... 50 МПа 0 ... 500 Н выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн.
16.	ГОСТ 12.3.001 ГОСТ 15608 ГОСТ 18460 ГОСТ 19862 ГОСТ 28988 ГОСТ 29014 ГОСТ 30156 ГОСТ 30869 ГОСТ Р 52869	Пневмоприводы и пневмоавтоматика	28.12	8412000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка работоспособности; - воздух рабочей зоны; - измерение шума; - измерение вибрации; - гидравлические испытания; - пневматические испытания; - усилия на рукоятках;	- - - выполняется/ не выполн. 100 см³/1 раб.ход 0 ... 10000 шт/м 0 ... 1 Об. % CO₂ 25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ 0 ... 50 МПа 0 ... 0,8 МПа 0 ... 500 Н

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					тисческим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - проверка работоспособности; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектующих; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции	выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 320° 0 ... 1,0 Н·м выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 250 мм
18.	ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ Р 51838 СТБ EN 1501-1 СТБ EN 1501-2 ГОСТ 14254	Оборудование для коммунального хозяйства	28.29 28.99	7300000000 8400000000 8500000000 9000000000 8704000000 8705000000 8709000000 8432000000 8433000000 8436000000 8467000000 8479000000 8481000000 8508000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения; - воздух рабочей зоны;	выполняется/ не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А - 99,9 °С ... + 1300 °С 0 ... 1000 В постоянного тока 0 ... 1000 В переменного тока 100 см³/1 раб.ход

1	2	3	4	5	6	7
					- испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - измерение шума; - измерение вибрации; - гидравлическое испытание на прочность; - освещенность; - испытание подъемного устройства; - эргономические требования; - требования к системе управления; - средства защиты и сигнальные устройства; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защиты от остаточных напряжений; - проверка работоспособности; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектов; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции;	0 ... 10000 пшм 0 ... 1 Об. % CO₂ - 20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ 0 ... 50 МПа 5 ... 100000 лк выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 320° 0...1,0 Н·м выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 250 мм
19.	ГОСТ 26548 ГОСТ 31284 ГОСТ 31849 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Воздухонагреватели и воздухоохладители	27.52	7322000000 8419000000 8479000000 8516000000	Показатели безопасности:	- - -

1	2	3	4	5	6	7
					трическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - измерение температуры; - атмосферное давление; - воздух рабочей зоны; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - измерение шума; - гидравлическое испытание на прочность; - эргономические требования; - требования к системе управления; - проверка работоспособности; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка заземления	выполняется/ не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм -99,9 °C ... + 1300 °C 80 ... 106 кПа 100 см³/л раб.ход 0 ... 10000 ппм 0 ... 1 Об. % CO2 -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 25 ... 140 дБ 0 ... 50 МПа выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 320° выполняется/ не выполн.
20.	ГОСТ 12.2.124 ГОСТ 3347 ГОСТ 18518 ГОСТ 20258 ГОСТ 21253 ГОСТ 24885 ГОСТ 26582 ГОСТ 28107 ГОСТ 29065 ГОСТ 30146 ГОСТ 30150 ГОСТ 30316 ГОСТ Р 53140 ГОСТ 31527 ГОСТ Р 53473 ГОСТ 31524 ГОСТ Р 53474 ГОСТ 31525	Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности	28.93	8413000000 8414000000 8417000000 8418000000 8419000000 8420000000 8421000000 8422000000 8428000000 8434000000 8435000000 8437000000 8438000000 8441000000 8462000000 8474000000 8477000000 8478000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и инструкции; - классификация; - проверка конструкции; - проверка защиты от поражения электрическим током; - испытание электрической прочности изоляции; - измерение тока утечки; - измерение сопротивления защитного проводника; - измерение сопротивления изоляции; - проверка степени защиты IP; - измерение мощности; - измерение тока; - измерение температуры; - измерение напряжения;	выполняется/ не выполн. 0 ... 10 кВ (переменного и постоянного тока) 0 ... 65 мА 0 ... 65 Ом 0 ... 9,99 ГОм IPX0-IPX4; IP0X-IP4X 0 ... 180 кВт 0 ... 3500 А -99,9 °C ... + 1300 °C 0 ... 1000 В постоянного тока

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53475 ГОСТ 31526 ГОСТ 31521 ГОСТ 31522 ГОСТ 31523 СТБ EN 1672-2 СТБ EN 1678 СТБ EN 12463 СТБ EN 12852 СТБ EN 12855 СТБ EN 13951 СТБ EN 453 СТБ EN 454 СТБ EN 12853 СТБ EN 12854 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ Р 51838			8479000000 7309000000 7310000000 7611000000 7612000000 8514000000 8515000000 8541000000	- воздух рабочей зоны; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - измерение шума; - измерение вибрации; - гидравлическое испытание на прочность; - эргономические требования; - требования к системе управления; - средства защиты и сигнальные устройства; - проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети; - проверка защита от остаточных напряжений; - проверка работоспособности; - проверка устойчивости и механических опасностей; - проверка механической прочности; - проверка комплектовочных; - проверка проводки; - проверка теплостойкости; - проверка огнестойкости; - проверка присоединения к источнику питания; - проверка внешних гибких шнуров; - проверка электрических соединений; - проверка заземления; - проверка винтов и соединений; - проверка воздушных зазоров, путей утечек и изоляции;	0 ... 1000 В переменного тока 100 см ³ /1 раб.ход 0 ... 10000 пшм 0 ... 1 Об. % CO ₂ -20 ... + 350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ 0 ... 50 МПа выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. 0 ... 320° 0...1,0 Н·м выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн. выполняется/ не выполн.
21.	ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.2.003	Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе	25.21	8402000000 8403000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и документации; - проверка конструкции;	0 ... 250 мм - -

1	2	3	4	5	6	7
					- измерение шума; - измерение вибрации; - воздух рабочей зоны; - проверка работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - гидравлические испытания на прочность; - гидравлические испытания на герметичность; - проверка устойчивости и механических опасностей; - измерение температуры; - требования эргономики; - усилия на органах управления; - проверка заземления; - сопротивление защитного проводника;	25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ 100 см³/1 раб.ход 0 ... 10000 ppm 0 ... 1 Об. % CO2 -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 40 МПа 0 ... 45 МПа 0 ... 320° -99,9 °C ... +1300 °C выполняется/ не выполн. 0 ... 500 Н выполняется/ не выполн. 0 ... 65 Ом
22.	ГОСТ 12.2.003 ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ Р МЭК 60204-1	Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе	27.52	7321000000 8403000000 8419000000	Показатели безопасности: - проверка маркировки и документации; - проверка конструкции; - измерение шума; - измерение вибрации; - воздух рабочей зоны; - проверка работоспособности; - испытание устойчивости воздействию механических и климатических факторов; - гидравлические испытания; - проверка устойчивости и механических опасностей; - измерение температуры; - эргономические требования; - усилия на органах управления;	- - 25 ... 140 дБ 25 ... 140 дБ 100 см³/1 раб.ход 0 ... 10000 ppm 0 ... 1 Об. % CO2 выполняется/ не выполн. -20 ... +350 °C 10 ... 96 % 5 ... 5000 Гц 0 ... 50 МПа 0 ... 320° -99,9 °C ... +1300 °C выполняется/ не выполн. 0 ... 500 Н

1	2	3	4	5	6	7
23.	ГОСТ Р 53402 ГОСТ Р 52760 ГОСТ 5761 ГОСТ 5762 ГОСТ Р 54808 ГОСТ 31294 ГОСТ 12893 ГОСТ Р 53673 ГОСТ 21345 ГОСТ Р 53671 ГОСТ 22309 ГОСТ 9887 ГОСТ Р 55109 ГОСТ 27036 ГОСТ 28697 ГОСТ 30780 ГОСТ 9544 ГОСТ 12.2.063 ГОСТ 52543 ГОСТ 52869 ГОСТ Р МЭК 60204-1 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 28988 ГОСТ 23941 ГОСТ 30869 ГОСТ 18460	Арматура промышленная трубопроводная	28.14	73070000000 84120000000 84210000000 84810000000 85010000000	Показатели: - проверка маркировки и упа-ковки; - инструкция; - прочность материала корпусных де-талей и сварных швов; - плотность материала корпусных де-талей и сварных швов - герметичность затвора; - герметичность относительно внеш-ней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений;	- - 0 ... 40 МПа 0 ... 50 МПа 0 ... 45 МПа 0 ... 1500 г 0 ... 50 МПа


1	2	3	4	5	6	7
Раздел III. Работы по подтверждению соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденном Советом Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41						
1.	ГОСТ Р 50599 ГОСТ Р ИСО 3452-1 ГОСТ Р ИСО 3452-4 ГОСТ Р ИСО 9934-2 СТБ EN 13445-5 ГОСТ ISO 13706 ГОСТ 14106 ГОСТ 16860 ГОСТ 20680 ГОСТ 21561 ГОСТ 31842 ГОСТ Р 52630 ГОСТ Р 53684 ГОСТ 10674 ГОСТ Р 51364 ГОСТ Р 53677 Инструкция по проведению испытаний сосудов и аппаратов МИ-01-2015	Сосуды и аппараты	25.30 30.20 28.29 28.25 28.99 29.10 28.93	7309000000 7310000000 7311000000 8419000000 8421000000 8438000000 8606100000 8716310000	Показатели безопасности: 1. Проверка маркировки. 2. Проверка отличительной окраски и идентификационной информации. 3. Неразрушающий контроль сварных швов: - визуально-измерительный; - капиллярный; - магнитно-порошковый; - ультразвуковой. 4. Гидравлическая прочность и плотность 5. Герметичность 6. Пневматическая прочность, плотность и герметичность.	- - длина 10 – 12 мм ширина 4,37 мкм глубина 500 – 700 мкм ширина 2 – 4 мкм длина 10 мм глубина 0,25 мм площадь от 1 мм ² 0 ... 40 МПа 0 ... 50 МПа 0 ... 0,8 МПа
2.	ГОСТ Р 50599 ГОСТ Р ИСО 3452-1 ГОСТ Р ИСО 3452-4 ГОСТ Р ИСО 9934-2 ГОСТ 22161 ГОСТ 10617 ГОСТ Р 52630 ГОСТ 30735 ГОСТ 28193 ГОСТ 28269 Инструкция по проведению испытаний котлов МИ-02-2015	Котлы: - паровые; - водогрейные; - утилизаторы; - энерготехнологические; - пароперегреватели центральные; - теплофикационные водогрейные	25.30 25.21	8402000000 8403100000	Показатели безопасности: 1. Проверка маркировки. 2. Проверка отличительной окраски и идентификационной информации. 3. Неразрушающий контроль сварных швов: - визуально-измерительный; - капиллярный; - магнитно-порошковый; - ультразвуковой. 4. Гидравлическая прочность и плотность. 5. Герметичность. 6. Пневматическая прочность, плотность и герметичность. 7. Проверка срабатывания предохранительных устройств и средств авто-	- - длина 10 – 12 мм ширина 4,37 мкм глубина 500 – 700 мкм ширина 2 – 4 мкм длина 10 мм глубина 0,25 мм площадь от 1 мм ² 0 ... 40 МПа 0 ... 50 МПа 0 ... 0,8 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					матики	+ 10 % Рр
3.	ГОСТ Р ИСО 3452-1 ГОСТ Р ИСО 3452-4 ГОСТ Р ИСО 9934-2 ГОСТ Р 50599 Инструкция по проведению испытаний трубопроводов МИ-03-2015	Трубопроводы	25.30	8404100000 8419899890	Показатели безопасности: 1. Проверка маркировки. 2. Проверка отличительной окраски и идентификационной информации. 3. Неразрушающий контроль сварных швов: - визуально-измерительный; - капиллярный; - магнитно-порошковый; - ультразвуковой. 4. Гидравлическая прочность и плотность. 5. Герметичность. 6. Пневматическая прочность, плотность и герметичность.	- - длина 10 – 12 мм ширина 4,37 мкм глубина 500 – 700 мкм ширина 2 – 4 мкм длина 10 мм глубина 0,25 мм площадь от 1 мм ² 0 ... 40 МПа 0 ... 50 МПа 0 ... 0,8 МПа
4.	ГОСТ Р ИСО 3452-1 ГОСТ Р ИСО 3452-4 ГОСТ Р ИСО 9934-2 ГОСТ Р 50599 ГОСТ Р 54432 ГОСТ 10092 ГОСТ 17380 ГОСТ Р 54432 ГОСТ Р 54560 ГОСТ Р 54568 ГОСТ Р 52630 ГОСТ 17380 Инструкция по проведению испытаний деталей трубопроводов МИ-04-2015	Элементы оборудования (борочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления	24.2 24.20 24.44 25.30 28.14	7303000000 7304000000 7305000000 7306000000 7307000000 8307000000 8307900009 8404900000	Показатели безопасности: 1. Проверка маркировки. 2. Проверка отличительной окраски и идентификационной информации. 3. Неразрушающий контроль сварных швов: - визуально-измерительный; - капиллярный - магнитно-порошковый; - ультразвуковой. 4. Гидравлическая прочность и плотность. 5. Герметичность. 6. Пневматическая прочность, плотность и герметичность.	- - длина 10 – 12 мм ширина 4,37 мкм глубина 500 – 700 мкм ширина 2 – 4 мкм длина 10 мм глубина 0,25 мм площадь от 1 мм ² 0 ... 40 МПа 0 ... 50 МПа 0 ... 0,8 МПа

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ Р ИСО 9934-2 ГОСТ Р ИСО 3452-1 ГОСТ Р ИСО 3452-4 ГОСТ Р 50599 ГОСТ 5761 ГОСТ 5762 ГОСТ 12893 ГОСТ Р 53671 ГОСТ 21345 ГОСТ 21804 ГОСТ 31901 ГОСТ Р 53402 ГОСТ 31294 ГОСТ Р 54808 ГОСТ 12893 ГОСТ Р 53673 ГОСТ 24570 ГОСТ Р 55018 ГОСТ Р 55019 ГОСТ Р 55020 ГОСТ Р 55023 ГОСТ Р 55508 ГОСТ Р 52630 ГОСТ Р 11881 ГОСТ Р 54086	Арматура трубопроводная	25.30 25.29 28.14 26.51	8481000000 8404100000 8421000000	Показатели безопасности: 1. Проверка маркировки. 2. Проверка отличительной окраски и идентификационной информации. 3. Гидравлическая прочность и плотность. 4. Герметичность. 5. Пневматическая прочность, плотность и герметичность.	- - 0 ... 40 МПа 0 ... 50 МПа 0 ... 0,8 МПа
6.	ГОСТ 31294 ГОСТ Р 53402 Инструкция по проведению испытаний предохранительных устройств МИ-05-2015 Инструкция по проведению испытаний показывающих устройств МИ-06-2015	Показывающие и предохранительные устройства	25.30 28.14	8481000000 8481400000 8481808700 8481809902 8481809908 8404000000 8404100000	Показатели безопасности: 1. Проверка маркировки. 2. Проверка отличительной окраски и идентификационной информации. 3. Гидравлическая прочность и плотность. 4. Герметичность. 5. Пневматическая прочность, плотность и герметичность. 6. Проверка срабатывания	- - 0 ... 40 МПа 0 ... 50 МПа 0 ... 0,8 МПа 0,05 ... 0,1 % Рр

1	2	3	4	5	6	7
Раздел IV. Работы по подтверждению соответствия продукции машиностроения в Системе сертификации ГОСТ Р, утвержденной постановлением Госстандарта России от 17 марта 1998 года № 11						
1	ГОСТ 5654 ГОСТ 8731 ГОСТ 30563 ГОСТ 30564 ГОСТ 5005 ГОСТ 6856 ТУ на конкретные типы изделий	Трубы стальные	24.20	-	Показатели: - проверка маркировки; - проверка упаковки; - линейные размеры; - измерение твердости	- - 0 ... 50 м 22 - 68 HRC 100 - 450 HB 100 - 950 HV 22 - 99 HSD
2	ГОСТ 9583 ГОСТ 5525 ГОСТ 8943 ГОСТ 8963 ГОСТ 8965 ГОСТ 8966 ГОСТ 8967 ГОСТ 8968 ГОСТ 8969 ТУ на конкретные типы изделий	Трубы чугунные напорные и детали соединительные приварные для стальных технологических трубопроводов	24.20 24.51	-	Показатели: - проверка маркировки; - проверка упаковки; - линейные размеры; - измерение твердости;	- - 0 ... 50 м 22 - 68 HRC 100 - 450 HB 100 - 950 HV 22 - 99 HSD
3	ГОСТ 12816 ГОСТ 12821 ГОСТ 12820 ТУ на конкретные типы изделий	Фланцевые соединения диаметром до 25 мм. включительно: фланцы плоские приварные, фланцы приварные встык	28.14	-	Показатели: - проверка маркировки; - проверка упаковки; - геометрические размеры; - гидравлические испытания	- - 0 ... 1000 мм 0 ... 50 МПа
4	ГОСТ Р 55599 ГОСТ 17380 ТУ на конкретные типы изделий Инструкция по проведению испытаний сосудов и аппаратов МИ-01-2015	Соединительные части трубопроводов диаметром до 25 мм. включительно	24.20	-	Показатели: - проверка маркировки; - проверка упаковки; - размеры; - гидравлические испытания	- - 0 ... 1000 мм 0 ... 50 МПа
5	ГОСТ 538 ГОСТ 5089 ТУ на конкретные типы изделий	Замочные и скобяные изделия	25.72	-	Показатели: - проверка маркировки; - проверка упаковки; - размеры опорной поверхности; - проверка комплектности; - работоспособность	- - 0 ... 3000 мм выполняется/не выполн. выполняется/не выполн.

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 12.2.003 ГОСТ 12.1.003 ТУ на конкретные типы изделий	Оборудование механическое те- атральное	28.22 28.99 28.15 30.99	-	Показатели: - проверка маркировки; - проверка упаковки; - линейные размеры; - измерение шума; - усилия на рукоятках	- - 0 ... 1000 мм 25 ... 140 дБ 0 ... 500 Н



Генеральный директор

подпись уполномоченного лица


И.А. Иванова

подпись уполномоченного лица

И.А. Иванова

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошнуровано
 пронумеровано
 285 листа(ов) —
 Подпись руководителя
 экспертной группы



Эксперт по аккредитации:

С.П. Желудько

Технические эксперты:

В.А. Зигина

Д.А. Макурин

ТАБУНКОВ Д.М.