

3 1504.000

Р.У.С. А К К Р Е Д И Т А Ц И И

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
М.П. **ЛИТВАК А.Г.**
ПОДПИСЬ _____ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
Присвоение к аттестату аккредитации
№ Р.У. 510512
1 от «10» сентября 2015 г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Аналитическая лаборатория Ангарский участок налива нефти
23 08 18
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток»
филиал «Иркутское районное нефтепроводное управление»
(ООО «Транснефть – Восток» «Иркутское РНУ»)

Адрес места осуществления деятельности:
665832, Россия, Иркутская область, Ангарский район, 200 метров северо-западнее рабочего поселка Мегет, стр. 1/13

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 3900 (Метод 1)	Нефть	-	-	Плотность при 20 ⁰ С	(830,0 - 850,0) кг/м ³
2	ФР.1.29.2013.15668 ГСОИ. Плотность нефти. Методика измерения ареометром в аналитической лаборатории АУНН филиала «Иркутское РНУ» ООО «Востокнефтепровод» при проведении учетных операций на АУНН				Плотность при температуре и давлении в условиях измерений объема	(830,0 - 860,0) кг/м ³