

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ИИТВАК А.Г.
20__ г.
21 МАЙ 2018
Приложение
к аттестату аккредитации РОСС RU.0001.22НК18
от _____ 20__ г.
На 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ (дополнение № 1)
химико-аналитической лаборатории нефтеперекачивающей станции № 34
Филиала «Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»
Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Дальний Восток»
наименование испытательной лаборатории (центра)

680512, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Галкино, 5 км к юго-западу
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 6356	Масла трансформаторные	-	-	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	(90 - 200) °C
2	ГОСТ 5985				Кислотное число	(0,01 – 0,5) мг КОН/г
3	ГОСТ 6581				Тангенс угла диэлектрических потерь	(0,1 – 4) %
4	РД 34.46.303				Содержание растворенных газов: - водорода; - ацетилена; - этилена; - этана; - оксида углерода; - диоксида углерода	(0,0005 - 1) % об. (0,00005 - 1) % об. (0,0001 - 1) % об. (0,0001 - 1) % об. (0,0001 - 1) % об. (0,0001 - 1) % об.



1	2	3	4	5	6	7
5	ASTM D 3427	Масла турбинные	-	-	Время деаэрации	(100 - 600) с



Генеральный директор ООО «Транснефть – Дальний Восток»

A. Kh.


А.И. Хабибуллин

Начальник химико-аналитической лаборатории НПС № 34

L.V.

Л.В. Марокко

Прошнуровано
Пронумеровано
и скреплено печатью
2 (два) листа(ов)



Руководитель экспертной группы _____

С.В. Сытник

ТАБУНКОВ Д.М.