

Руководитель (заместитель
руководителя)



Федеральной службы по
аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия
02 ОКТ 2017

подпись

Приложение
к аттестату аккредитации

N РОСС RU.0001.22НК26

от " 04 " февраля 20 15 г.

На 3 листах, лист 1

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории
Испытательная лаборатория линейной производственно-диспетчерской станции «Сокур»

Филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»

Акционерное общество «Транснефть – Западная Сибирь»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

633121, Россия, Новосибирская область, Мошковский район, село Сокур, ул. Промышленная, дом 8

(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 51947	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12	Массовая доля серы	(0,0007-5,0)%
2	ГОСТ Р 52660				Массовая концентрация серы	(3-500) мг/кг
3	ГОСТ Р 51105 п.7.3				Внешний вид	Чистый, прозрачный



№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
4	ГОСТ 511	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12	Октановое число по моторному методу	(40-110) октановых единиц
5	ГОСТ 2177				Фракционный состав	(5-100)% (150-300)°С
6	ASTM D 4052				Плотность	(600-1100) кг/м³
7	ГОСТ Р 51069				Плотность	(600-1100) кг/м³
8	ГОСТ 2517				Отбор проб	-
9	ГОСТ Р 51947	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.320	2710 19 2710 20	Массовая доля серы	(0,0007-5,0)%
10	ГОСТ Р 52660				Массовая концентрация серы	(3-500) мг/кг
11	ГОСТ 6370				Массовая доля механических примесей	(0,005-1,5)%
12	ГОСТ 2477				Содержание воды	(0,03-10,0)%
13	ГОСТ 6356				Температура вспышки в закрытом тигле	(30-110)°С
14	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719				Температура вспышки в закрытом тигле	(30-110)°С
15	ASTM D 4052				Плотность	(600-1100) кг/м³
16	ГОСТ Р 51069				Плотность	(600-1100) кг/м³
17	ГОСТ 33				Кинематическая вязкость	(0,6-100,0) мм²/с
18	ГОСТ 22254				Предельная температура фильтруемости	От минус 50°С до плюс 20°С



№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
19	ГОСТ Р ИСО 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.320	2710 19 2710 20	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С	(0-460) мкм
20	ГОСТ 2177				Фракционный состав	(40-360) °С
21	ГОСТ 2517				Отбор проб	-

Заместитель начальника управления по ТТО, Филиал НРНУ
АО «Транснефть – Западная Сибирь»

должность уполномоченного лица



подпись
уполномоченного лица

О.В. Торовин
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

М.П.

Начальник лаборатории ЛПДС «Сокур» Филиал НРНУ

должность уполномоченного лица

подпись
уполномоченного лица

Ю.М. Рыжова
инициалы, фамилия
уполномоченного лица


Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

(три)

прописью

3 листа

цифрой



Члены экспертной комиссии:

Руководитель экспертной группы,
Эксперт по аккредитации

О.В. Токарева