

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации№ RA.RU.513428.
от "22" марта 2016 г.
на 3 листах, лист 1

**Дополнение №1 к области аккредитации испытательной лаборатории (центра)
филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Белокурихе,
Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Советском, Смоленском, Солонешенском районах»
659630, Алтайский край, г.Белокуриха, ул. 8 Марта,15.**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. Метод измерения параметров физических факторов						
1.	ГОСТ 30494 ГОСТ 12.1.005 СП 2.6.1.2612-10 МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.2.4.706-98 ГОСТ ISO 9612	Производственные здания и сооружения	-	-	Освещенность: -уровень искусственной освещенности -коэффициент естественного	(10-200000) лк (0-100) %

	СанПиН 2.2.4.3359-16 (II, III, X)				освещения -уровень шума (дБа) Микроклимат: -температура -относительная влажность воздуха -скорость движения воздуха -давление воздуха -мощность эквивалентной дозы гамма- излучения	(22-139) дБа от минус 40 °С до плюс 85 °С (3-97)% (0,1-20,0) м/с (80-110) кПа (0-2,5) мкЗв/ч
2	СанПиН 2.1.3.2630-10 МУ 2.2.4.706-98 СанПиН 2.1.2.2645-10 Единые сан-эпид. и гиг. требования к товарам, подлежащим сан- эпидем. надзору (контролю) № 299 ГОСТ 30494 ГОСТ 23337 МУ 2.6.1.2838-11 СанПиН 2.2.4.3359-16 (II, III, X) ГОСТ ISO 9612	Жилые и общественные здания и сооружения, территория жилой застройки			Освещенность: -уровень искусственной освещенности -коэффициент естественного освещения -уровень шума (дБа) Микроклимат: -температура -относительная влажность воздуха -скорость движения	(10-200000) лк (0-100) % (22-139) дБа От минус 40 °С до плюс 85 °С (3-97) %

