

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ
УОА



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ДИТВАК А.Г.

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.515445

от « » 22 08 2018 г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

**Лаборатории физико-химических исследований ПСП «Чикшино»
центральной комплексной лаборатории ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»**

169640, Россия, Республика Коми, Печора, поселок Чикшино, ПСП «Чикшино», здание лаборатории анализа нефти

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 2477	Нефть	06.10.10.200	-	Массовая доля воды	(0,03 -10,0) %
2	ГОСТ 21534, метод А				Массовая концентрация хлористых солей	(2,0 - 900,0) мг/дм ³
3	ГОСТ 3900, п.1				Плотность при 20 °С	(790,0 - 900,0) кг/м ³
4	ГОСТ Р 51069				Плотность при 15 °С	(794,5 - 904,0) кг/м ³
5	МН 376-2013 (ФР 1.31.2013.16528) за исключением п. 9.1				Плотность: при 15 °С и 20 °С, при температуре и давлении в БИК в момент отбора пробы	(801,3 - 830,0) кг/м ³
6	ГОСТ Р 51947				Массовая доля серы	(0,015 - 2,00) %
7	ГОСТ 1756				Давление насыщенных паров	(10,0 - 70,0) кПа

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 6370	Нефть	06.10.10.200	-	Массовая доля механических примесей	(0,0010 - 0,0500) %
9	ГОСТ Р 52247, метод Б				Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	(1,0 - 10,0) млн ⁻¹ (ppm)
10	ГОСТ 2177, метод Б				Выход фракций (объемная доля фракций): - до температуры 200 °С - до температуры 300 °С	(2,0 - 50,0) % (10,0 - 70,0) %
11	ГОСТ 11851, метод А				Массовая доля парафина	(1,6 - 30,0) %
12	ГОСТ Р 50802				Массовая доля: - сероводорода - метилмеркаптанов - этилмеркаптанов	(2,0 - 50,0) млн ⁻¹ (ppm) (2,0 - 50,0) млн ⁻¹ (ppm) (2,0 - 50,0) млн ⁻¹ (ppm)
13	ГОСТ 33				Вязкость кинематическая (в диапазоне температур от 20 °С до 45 °С)	(2,000 - 30,00) мм ² /с
14	МИ 2575-2000				Объемная доля свободного газа	(0,1 - 10,0) %




А.С. Голованев

прошнуровано, пронумеровано

на 2 (двах) листах

подпись Артёмов С.В.

печать



Руководитель экспертной группы

С.Г. Лобынцева

С.Г. Лобынцева

Технический эксперт

Т.В. Казанцева

Т.В. Казанцева

Е.Б. Поздольцева
Е.Б. Поздольцева