

3 КЗЕМНИК

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ИИТВАК А. Г.

инициалы, фамилия

26 АПР 2019

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21XT10

на 2 листах, лист 1

Расширяемая область аккредитации испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория запорно-регулирующей арматуры

Филиала «Саратоворгниагностика» Акционерного общества «Газпром энергэрготаз»

410080, Российская Федерация, Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов», г. Саратов,

Сокурский тракт, д. № 119В

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 8.586.5-2005 п. 6.2.11	Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки (блочное комплектное оборудование: газо-распределительные станции, пункты редуцирования,	28.99.39.190 25.21.12.000	7309 7310 7311 00 8402 8405 8413 8414 8416 8419	Входное давление газа Выходное давление газа (точность поддержания выходного давления) Температура газа на выходе Температура нагрева теплоносителя	0 ÷ 100 кгс/см ² 0 ÷ 100 кгс/см ² -200°C ÷ +300°C -50°C ÷ +200°C
2	ГОСТ 8.586.5-2005 п. 6.3					

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 8.586.1-2005 п. 1.1	мобильные узлы подачи газа, блоки подготовки, одоризации газа, подогреватели газа, ГРУ, ГРПШ и т.д.)	28.99.39.190 25.21.12.000	8421 8424 8481 8537 10 9026 9031 9032	Пропускная способность (расчетный) Расход газа Пропускная способность (расчетный) Расход газа	- 150 ÷ 45000 нм³/ч - 150 ÷ 45000 нм³/ч
4	ГОСТ 8.586.2-2005 п. 4.1	Транспортные котельные установки (ТКУ)			Пропускная способность (расчетный) Расход газа	- 150 ÷ 45000 нм³/ч
5	ГОСТ 8.586.5-2005 п. 5.1, 6.4.1.9				Пропускная способность (расчетный) Расход газа	- 150 ÷ 45000 нм³/ч
6	ГОСТ 30319.2-2015 п. 4.1				Пропускная способность (расчетный) Расход газа	- 150 ÷ 45000 нм³/ч
7	ГОСТ 30319.1-2015 табл. 2, А1				Пропускная способность (расчетный) Расход газа	- 150 ÷ 45000 нм³/ч
8	ГОСТ 30319.0-96 п. 3.6				Пропускная способность (расчетный) Расход газа	- 150 ÷ 45000 нм³/ч

Начальник филиала «Саратоворгдиагностика»
АО «Газпром энергогаз»



(Handwritten signature)

В.А. Горичев