ЮАЭ КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.
подпись инициалы, фамилия

Приложение № 2 к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.21НК33
от " " 20 г.

21 ИЮН 2019

на 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО «НК «Роснефть» - Ставрополье»

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул. Первомайская, 1-А

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определений
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33158	Бензины автомобильные	-	2710 12 410 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация марганца	0,25 – 40,00 мг/дм^3
2	ГОСТ EN 237				Концентрация свинца	2,5 – 10,0 мг/дм^3
3	ГОСТ 32515				Объемная доля N-метиланилина	0,1 – 5,0 %
4	ГОСТ 32507 (метод Б)				Объемная доля: - ароматических углеводородов - олефиновых углеводородов -бензола	 0,05 – 45,0 % 0,05 – 20,0 % 0,05 – 2,0 %

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 32514	Бензины автомобильные	-	2710 12 410 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Массовая концентрация железа	0,01 – 0,10 г/дм^3
6	ГОСТ 32339				Октановое число (исследовательский метод)	40 – 120 MON
7	ГОСТ 32340				Октановое число (моторный метод)	40 – 120 RON
8	ГОСТ EN 13132				Массовая доля кислорода Объемная доля оксигенатов	0,1 – 3,7 % 0,17 – 15,0 %
9	ГОСТ EN 13016-1				Давление насыщенных паров	9,0 – 150 кПа
10	ГОСТ 32513 п. 8.2				Внешний вид	соответствует – не соответствует установленным требованиям
11	ГОСТ 32508	Топливо дизельное	-	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Цетановое число	30 – 65
12	ГОСТ ISO 2719 (метод В)				Температура вспышки в закрытом тигле	40 – 250 ^{0}C
13	ГОСТ EN 116				Предельная температура фильтруемости	(-35) – 0 ^{0}C
14	ГОСТ ISO 20884	Бензины автомобильные Топливо дизельное	-	2710 12 410 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 424 0	Массовая доля серы	5,0 – 500,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ EN 589 (приложение В)	Сжиженный углеводородный газ	-	2711 12 110 0 2711 12 970 0	Расчетное октановое число по моторному методу	75,0 – 120,0

Генеральный директор АО «НК «Роснефть» - Ставрополье» С.Н. Харченко

М.П.

Заведующий ИЛН АО «НК «Роснефть» - Ставрополье» М.Н. Козыревская