




заместитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

М.П.

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

от " 20 г.

310719

на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Химическая лаборатория линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево» Горьковского районного нефтепроводного управления
Акционерного Общества «Транснефть – Верхняя Волга» (ХЛ ЛПДС «Староликеево» Горьковского РНУ АО «Транснефть – Верхняя Волга»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

607650, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, село Большое Мокрое (нежилое здание лаборатории, лит. Аv)

607650, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, пригородная зона, Промзона (нежилое здание блочной лаборатории, лит.Г4)

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
607650, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, село Большое Мокрое (нежилое здание лаборатории, лит. Аv)						
1	ФР.1.29.2013.15609	нефть	06.10.10.210 06.10.10.220 06.10.10.230	-	Плотность	(890,1 - 900,0) кг/м³
2	ГОСТ 1756	нефть	06.10.10.210 06.10.10.220 06.10.10.230	-	Давление насыщенных паров	(75,1 - 100,0) кПа

на 2 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 11851, метод А	нефть	06.10.10.210 06.10.10.220 06.10.10.230	-	Массовая доля парафина	(10,1 - 20,0) %
4	ГОСТ 2177, метод Б	нефть	06.10.10.210 06.10.10.220 06.10.10.230	-	Выход фракций до температуры: 200 °С 300 °С	(21,0 - 30,0) % (42,0 - 52,0) %
607650, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, пригородная зона, Промзона (нежилое здание блочной лаборатории, лит.Г4)						
5	ГОСТ 33	нефть	06.10.10.210 06.10.10.220 06.10.10.230	-	Кинематическая вязкость	(5,000 - 7,999) мм ² /с (48,01 - 100,0) мм ² /с



Начальник Горьковского РНУ -

филиала АО «Транснефть – Верхняя Волга»

И.В. Яровиков

Начальник химической лаборатории ЛПДС «Старомикоево» Горьковского РНУ –

филиала АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Е.Н. Богданова