


РДН
3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия
13 НОЯ 2010
Подпись
Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21AK87
от «___» ____ 20__ г.



на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Испытательной лаборатории нефтепродуктов Головной перекачивающей станции «Ярославль»
Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Балтика»
(филиал - Ярославское районное нефтепроводное управление)
наименование испытательной лаборатории

150507, Россия, Ярославская область, Ярославский район, Производственная база «Раздолье», строение 1.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПА 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ASTM D 2624	Топливо Дизельное ЕВРО	19.20.21.300 19.20.21.315 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Удельная электрическая проводимость	(1 - 1500) пСм/м
2	ГОСТ ISO 6297 п. 8.3				Удельная электрическая проводимость	(1 - 1500) пСм/м
3	ГОСТ 33461 п. 6				Удельная электрическая проводимость	(1 - 1500) пСм/м
4	ГОСТ ISO 12156-1				Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °C	(300 - 600) мкм

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ EN 12916	Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300 19.20.21.315 19.20.21.325	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1 - 12) %масс

Заместитель генерального директора по товарно-транспортным
операциям ООО «Транснефть - Балтика»
(Доверенность № 20-27/370-18 от 12.12.2018 г.)



М.В. Макаров