

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория - Управление контроля качества

Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»

наименование испытательной лаборатории (центра)

410022, город Саратов, улица Брянская, д. № 1 (Литер Л, Литер Ч4)

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	СТО 05766646-002	Газ топливный	19.20.3	2711 29 000 0	Плотность газа при стандартных условиях (20 °С, 101,3 кПа)	-
2	ГОСТ 14920	Газ топливный	19.20.3	2711 29 000 0	Массовая доля компонента/Компонентный состав/Объемная доля компонента	(0,1-99,9) % (об.)
3	UOP 539				Массовая доля компонента/Компонентный состав/Объемная доля компонента	(0,05-99,9) % (об.)
4	ГОСТ 31369 (ИСО 6976)	Газ топливный	19.20.3	2711 29 000 0	Теплота сгорания низшая	-
5	ISO 19739 Приложение С	Газ топливный	19.20.3	2711 29 000 0	Массовая концентрация сероводорода Содержание сероводорода	(1-600) мг/м ³ (0,0001-0,0600)% об.
6	ГОСТ Р 52063	Бензины автомобильные	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140	2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0	Объемная доля углеводородов: олефиновых ароматических насыщенных	(0,3-55,0) % (5-99) % (1,0-95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	Бензины автомобильные Бензин газовый стабильный Топливо дизельное Топливо печное бытовое Топливо судовое Топливо нефтяное. Мазут	19.20.21.100 19.20.21.110 19.20.21.120 19.20.21.130 19.20.21.140 19.20.21.600 19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340 19.20.28.130 19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 12 490 0 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 110 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9 2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9	Фракционный состав	(15,0-400,0) °С (0-100) % об.

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320 19.20.21.330 19.20.21.340	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0	Температура вспышки в закрытом тигле/Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	(40-250) °C
		Топливо печное бытовое	19.20.28.130	2710 19 429 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0		
		Вакуумный газойль Топливо нефтяное тяжелое экспортное	19.20.42.190	2710 20 310 9 2710 20 350 9 2710 20 370 9 2710 20 390 9		
		Топливо судовое	19.20.21.400 19.20.21.410 19.20.21.420 19.20.21.430 19.20.21.440 19.20.28.120 19.20.28.190	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 9 2710 19 640 9 2710 19 660 9 2710 19 680 9		
		Топливо нефтяное. Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 620 9 2710 19 640 1 2710 19 640 9 2710 19 660 1 2710 19 660 9 2710 19 680 1 2710 19 680 9		

Генеральный директор

Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»



Д.Ю. Зубарев