



ПРИКАЗ
от «25» июля 2020 г.

№

Аккредитация

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Акционерного общества «Независимый институт испытаний медицинской техники»

наименование испытательной лаборатории (центра)

115419, Россия, город Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, стр. 42, этаж 1, пом. II, ком. 16,17

РОСС RU.0001.517966

адрес места осуществления деятельности

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД/ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 50444	Изделия медицинской техники	20.59.11 22.19.71 28.14.12 23.42.10 23.52.20 23.49.12 23.91.11 28.99.39	3701 10 3702 10 4015 11 4014 10 8477 80 6909 90 6910 10 6910 90	Идентификация: классификация Основные параметры: - электронитание - работоспособность при отклонении напряжения питания $\pm 10\%$ номинального значения	Соответствует/не соответствует Работоспособны/не работоспособны Работоспособны/не работоспособны
			20.59.52 20.20.14 21.20.24	3407 00 6909 11 6909 19	- работоспособность при отклонении частоты Технические требования: - максимально-допустимое время установления рабочего режима	Работоспособны/не работоспособны
					- масса переносных изделий, используемых не только в пределах медицинского учреждения, но и вне его	1 с – 120 мин 4 – 24 ч
					- масса, приходящаяся на одну ручку для переноса	0 – 25 кг
						0 – 12,5 кг

1	2	3	4	5	6	7
					- вибропрочность, виброустойчивость - ударопрочность, удароустойчивость - климатическая устойчивость в процессе эксплуатации - климатическая устойчивость при эксплуатации, хранении, транспортировании - стойкость к резкому изменению температуры внешней среды - устойчивость к дезинфекции, очистке, стерилизации Требования безопасности: - наличие блокировки и ограждения - уровень звуковой мощности - температура наружных частей изделий	Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы Соответствует/ не соответствует 30 – 130 дБА 0 – 85 °С
					Комплектность Маркировка, упаковка Транспортирование и хранение Идентификация: классификация Маркировка и документация Установившиеся значения тока или потребляемой мощности Напряжение между штырями вилки и между любым штырем и корпусом изделия Остаточное напряжение Электрическая прочность изоляции Электрическое сопротивление Токи утечки Прочность корпуса Устойчивость к воздействиям, вызванным грубым обращением Устойчивость Поверхности, углы и кромки Температура доступных частей	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0 – 60 В 0 – 60 В Выдерживает/не выдерживает 0 – 0,2 Ом 0,01 – 10 мА Выдерживает/не выдерживает Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы Соответствует/не соответствует 0 – 180 °С
2.	ГОСТ Р 50267.0	Изделия медицинские электрические	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 28.99.39 20.13.13 32.50.13 32.50.21 32.50.50 26.70.22 26.70.23 27.51.24 27.51.23 29.10.30 29.10.2 29.10.59 32.50.30 27.51.14	9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 9027 30 9027 50 9027 80 8419 89 9032 10 9018 11 9018 12 9018 13 9018 14 9018 19		

1	2	3	4	5	6	7
			32.50.11 32.50.12 27.11.41	9018 20 9018 41 9018 49 9018 50 9018 90 9025 11 9025 19 8423 30 3006 30 8504 50 8541 40 9002 20 8507 30 8539 22 8544 42 9019 10 9019 20 9021 29 9021 40 9021 50 9021 90 3926 90 9402 90 8415 20 8421 39 3307 49 8703 23 8705 90 8713 90 8714 20 9402 10 9402 90 9405 10 9405 20 9405 40 9405 91 9405 92 9405 99	Пути утечки и воздушные зазоры	0,4 – 32 мм
3.	ГОСТ Р МЭК 60601-1	Изделия медицинские электрические	26.60.11 26.60.12 26.60.13	9022 12 9022 13 9022 14	Идентификация: классификация Маркировка и документация Потребляемая мощность	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			26.60.14	9022 19	Сопротивление защитного заземления	0 – 200 МОм
			28.99.39	9022 21	Токи утечки	На пациента: 10 – 5000 мкА На доступную часть: 100 – 500 мкА
			20.13.13	9022 29		На землю: 5 – 10 мА
			32.50.13	9022 30		Выдерживает/не выдерживает
			32.50.21	9022 90	Электрическая прочность изоляции	
			32.50.50	9027 30	Механическая прочность и теплоустойчивость изоляции	Выдерживает/не выдерживает
			26.70.22	9027 50		
			26.70.23	9027 80		
			27.51.24	8419 89		
			27.51.23	9032 10	Пути утечки	Выдерживает/не выдерживает
			29.10.30	9018 11	Воздушные зазоры	0 – 21 мм
			29.10.2	9018 12		0 – 12 мм
			29.10.59	9018 13	Площадь поперечного сечения жил проводов шнура питания	0,75 – 10 мм ²
			29.10.59	9018 14	Неустойчивость в положении транспортирования	Устойчиво/не устойчиво
			32.50.30	9018 19		
			27.51.14	9018 19	Неустойчивость в других положениях, включая положение транспортирования	Устойчиво/не устойчиво
			32.50.11	9018 20		
			32.50.12	9018 41	Неустойчивость при действии горизонтальных и вертикальных сил	Устойчиво/не устойчиво
			27.11.41	9018 50		
				9018 50		
				9018 90		
				9025 11		
				9025 19	Усилие перемещения	0 – 200 Н
				8423 30	Слышимая акустическая энергия	30 – 130 дБА
				3006 30		
				8504 50	Среднеквадратическое значение ускорения вибраций, передаваемых на руки	0 – 2,5 м/с ²
				8541 40	Устойчивость к гидравлическому давлению	Устойчиво/не устойчиво
				9002 20	Устойчивость к статическим усилиям и нагрузкам, создаваемым оператором или пациентом	Устойчиво/не устойчиво
				8507 30		
				8539 22		
				8544 42		
				9019 10		
				9019 20		
				9021 29		
				9021 40		
				9021 50	Максимальная температура при нормальной эксплуатации	48 – 180°C
				9021 90	Жесткость корпуса	Выдерживает/не выдерживает
				3926 90		
				9402 90		
				8415 20		
				8421 39		
				3307 49		

1	2	3	4	5	6	7
				8703 23 8705 90 8713 90 8714 20 9402 10 9402 90 9402 90 9405 10 9405 20 9405 40 9405 91 9405 92 9405 99		
4.	ГОСТ IEC 60601-1-1	Изделия медицинские электрические	28.99.39 26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.70.22 32.50.11 32.50.21 32.50.42 32.50.13 32.50.50 26.70.23 29.10.59 29.10.59	9018 11 9018 12 9018 13 9018 14 9018 19 9018 20 9018 39 9018 41 9018 50 9018 90 9019 20 9021 40 9021 50 9022 12 9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 9025 11 9025 11 9025 11 9025 19 9027 30 9027 50 9027 80 9027 90 9032 10	Идентификация, маркировка и документация Токи утечки Воздушные зазоры Пути утечки	Соответствует/не соответствует Не более 0,1 мА/ не более 0,5 мА 0,8 – 9 мм 1,7 – 16 мм

1	2	3	4	5	6	7
				9402 10 9402 90 8415 20 8419 89 8419 90 8421 19 8421 39 8421 91 8423 30 8703 23 8705 90		
5.	ГОСТ IEC 60601-1-6	Изделия медицинские электрические	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 28.99.39 28.99.39 20.13.13 28.99.39 32.50.13 32.50.21 32.50.50 26.70.22 26.70.23 27.51.24 27.51.23 29.10.30 29.10.2 29.10.59 29.10.59 32.50.30 27.51.14 32.50.11 32.50.12 27.11.41	9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 9027 30 9027 50 9027 80 9027 80 8419 89 9032 10 9018 11 9018 12 9018 13 9018 14 9018 19 9018 20 9018 41 9018 50 9018 90 9025 11 9025 11 9025 11 9025 19 8423 30 3006 30 9022 12 9022 13	Процесс проектирования эксплуатационной пригодности Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7	
				9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 8504 50 8541 40 9002 20 8507 30 8539 22 8544 42 9019 10 9019 10 9019 20 9021 29 9021 40 9021 50 9021 90 3926 90 9402 90 8415 20 8421 39 3307 49 8703 23 8705 90 8713 90 8714 20 9402 10 9402 10 9402 90 9405 10 9405 20 9405 40 9405 91 9405 92 9405 99			
6.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-6	Изделия медицинские электрические	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 28.99.39	9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21	Идентификация: общие требования - процесс проектирования с учетом эксплуатационной пригодности	Соответствует/не соответствует	

1	2	3	4	5	6	7
			28.99.39 20.13.13 28.99.39 32.50.13 32.50.21 32.50.50 26.70.22 26.70.23 27.51.24 27.51.23	9022 29 9022 30 9022 90 9027 30 9027 50 9027 80 9027 80 8419 89 9032 10 9018 11		
			29.10.30 29.10.2 29.10.59 29.10.59 32.50.30 27.51.14 32.50.11 32.50.12 27.11.41	9018 12 9018 13 9018 14 9018 19 9018 20 9018 41 9018 50 9018 90 9025 11 9025 11 9025 11 9025 19		
				8423 30 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 8504 50 8541 40 9002 20 8507 30 8539 22 8544 42 9019 10 9019 10 9019 20 9021 29		

1	2	3	4	5	6	7
				9021 40 9021 50 9021 90 3926 90 9402 90 8415 20 8421 39 3307 49 8703 23 8705 90 8713 90 8714 20 9402 10 9402 10 9402 90 9402 90 9405 10 9405 10 9405 20 9405 40 9405 91 9405 92 9405 99		
7.	ГОСТ IЕС 60601-1-8	Изделия медицинские электрические	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.70.22 26.70.23 32.50.42 32.50.13 32.50.21 27.51.24 27.51.23	9018 11 9018 12 9018 13 9018 14 9018 19 9018 20 9018 31 9018 39 9018 41 9018 49 9018 50 9018 90 9019 20 9021 40 3006 30 3926 90 9022 13 9022 14 9022 21	Звуковые сигналы: - интервал - амплитуда - частота - продолжительность Идентификация, маркировка и документация	0 – 30 сек 0 – 10 дБ до 1000 Гц 75 – 250 мс Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7	
				9022 29 9022 30 9022 90 9022 90 9025 11 9025 19 9027 30 9027 50 9027 80 9027 90 9032 10 8419 40 8419 89 8419 90 8421 19 8421 91 8423 30 3821 00 3822 00 4811 90 8507 30 8539 22 8544 42 8504 50 9002 20			
8.	ГОСТ 30324.0.4	Изделия медицинские электрические	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80 9018 11 9018 12 9018 13 9018 14 9018 19 9018 19 9018 20 9018 41 9018 49 9018 50 9018 50 9018 90 9018 90 9018 90 9018 90 9018 90 9018 90	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует	

1	2	3	4	5	6	7
				9018 90		
				9018 90		
				9018 90		
				9018 90		
				9018 90		
				9019 10		
				9019 10		
				9019 10		
				9019 20		
				9021 40		
				9022 13		
				9022 14		
				9022 21		
				9022 29		
				9022 30		
				9022 90		
				9025 11		
				9025 11		
				9025 11		
				9025 19		
				9027 30		
				9027 50		
				9027 80		
				9027 80		
				9027 80		
				9027 90		
				9032 10		
				3006 30		
				3822 00		
				2804 40		
				2811 21		
				4811 90		
				8507 30		
				8539 22		
				8544 42		
				8419 40		
				8419 89		
				8419 90		
				8421 19		
				8421 91		
				8423 30		
				3821 00		

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ ISO 11607-1	Медицинские изделия	-	3822 00	Дыры, трещины, разрывы, морщины, складки или локализованные утолщения и/или утончения	Наличие/отсутствие
					Ширина клеевого слоя	1 – 30 мм
					Внешний вид упаковки	Соответствует/не соответствует
					Структура адгезионного слоя	Соответствует/не соответствует
					Стерилизация	Соответствует/не соответствует
10.	ГОСТ ISO 11607-2	Медицинские изделия			Идентификация символов	Соответствует/не соответствует
11.	ГОСТ Р ИСО 15223-1	Медицинские изделия	32.50	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
12.	ГОСТ 30324.0	Изделия медицинские электрические	26.60.12 26.60.11 32.50.42 26.60.13 32.50.21	9018 11 9018 12 9018 13 9018 14 9018 19 9018 20 9018 41 9018 50 9018 90	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Потребляемая мощность	Соответствует/не соответствует
					Транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
					Условия эксплуатации	Соответствует/не соответствует
					Напряжение между штырями вилки и между любым штырем и корпусом изделия	0 – 60 В
					Отсутствие остаточного напряжения, превышающее 60 В	Соответствует/не соответствует
					Токи утечки	0,01 – 10 мА
					Полное электрическое сопротивление	0 – 0,2 Ом
					Электрическая прочность изоляции	Выдерживает/не выдерживает
					Прочность и жесткость корпусов	Соответствует/не соответствует
					Нагрузка на опорные детали	Выдерживает/не выдерживает
					Прочность ручных частей изделия	Выдерживает/не выдерживает
					Воздействие, вызванное грубым обращением	Выдерживает/не выдерживает
					Поверхности, углы и кромки	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость при нормальной эксплуатации	Устойчиво/не устойчиво
					Допустимые максимальные температуры	Не более 180°C
					Температуры поверхностей рабочих частей, не	Не более 41°C

1	2	3	4	5	6	7
					предназначенных для передачи тепла	
					Перелив, распыскивание, утечка	Соответствует/не соответствует
					Проникание жидкостей	Соответствует/не соответствует
					Очистка, стерилизация и дезинфекция	Выдерживают/не выдерживают
					Механическая прочность ножных органов управления	Выдерживает/не выдерживает
					Сечение жил шнуров питания	0,75 – 10-мм ²
13.	ГОСТ Р МЭК 62366	Изделия медицинские	32.50	-	Идентификация: Общие требования:	Соответствует/не соответствует
					- процессы проектирования с учетом эксплуатационной пригодности	Соответствует/не соответствует
					- остаточный риск	Соответствует/не соответствует
					- информация, касающаяся безопасности	Соответствует/не соответствует
					- файл проектирования с учетом эксплуатационной пригодности	Соответствует/не соответствует
					- изменение объема проектирования с учетом эксплуатационной пригодности	Соответствует/не соответствует
					Процесс проектирования с учетом эксплуатационной пригодности:	Соответствует/не соответствует
					- спецификация применения	Соответствует/не соответствует
					- часто используемые функции	Соответствует/не соответствует
					- идентификация опасностей и опасных ситуаций, связанных с эксплуатационной пригодностью	Соответствует/не соответствует
					- основная рабочая функция	Соответствует/не соответствует
					- спецификация эксплуатационной пригодности	Соответствует/не соответствует
					- план валидации эксплуатационной пригодности	Соответствует/не соответствует
					- разработка и внедрение пользовательского интерфейса	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- верификация эксплуатационной пригодности	Соответствует/не соответствует
					- валидация эксплуатационной пригодности	Соответствует/не соответствует
					- эксплуатационный документ	Соответствует/не соответствует
14.	ГОСТ 14254	Технические средства	-	-	Обозначение	Соответствует/не соответствует
					Степени защиты	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Защита от доступа к опасным частям-оборудования, обозначаемой первой характеристической цифрой	Соответствует/не соответствует
					Защита от попадания внешних предметов, обозначаемой первой характеристической цифрой	Соответствует/не соответствует
					Защита от воды, обозначаемой второй характеристической цифрой	Соответствует/не соответствует
					Защита от доступа к опасным частям, обозначаемой дополнительной буквой	Соответствует/не соответствует
15.	ГОСТ Р 52238	Перчатки хирургические	22.19.60	4015 11	Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует
					Материалы	
					Размеры:	
					- размер	5 – 9,5
					- ширина W	63 – 127 мм
					- длина l	Не менее 250 – 280 мм
					- толщина в местах измерения	0,10 — для гладких участков; 0,13 — для текстурированных участков
					- герметичность	Соответствует/не соответствует
					Прочностные характеристики:	
					- усилие при разрыве до ускоренного старения	9 – 12,5 Н
					- удлинение при разрыве до ускоренного старения	0 – 700 %
					- усилие, необходимое для достижения удлинения на 300 % до ускоренного старения	2 – 3 Н

1	2	3	4	5	6	7
					- усилие при разрыве после ускоренного старения	0 – 9,5 Н
					- удлинение при разрыве после ускоренного старения	0 – 550%
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	
16.	ГОСТ 3	Перчатки хирургические	22:19:60	4015-11	Ширина по пятому пястнофаланговому суставу	8 – 117 мм
					Ширина запястья	65 – 97 мм
					Длина среднего пальца	62 – 90 мм
					Толщина	0,10 – 0,27 мм
					Условная прочность при растяжении	Не менее 20 – 25 МПа
					Относительное удлинение при разрыве	Не менее 600% - 750%
					Относительное остаточное удлинение после разрыва	Не более 18% - 20%
					Герметичность	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
17.	ГОСТ Р 52239	Перчатки медицинские	22 19 60	4015 11	Классификация	Соответствует/ не соответствует
					- материалы	
					Размеры:	
					- размер	Ниже 6 – выше 9
					- ширина W	Менее 80 – более 110 мм
					- длина l	≥230 мм
					- толщина в местах измерения	Не менее 0,8 мм для гладких участков, не менее 0,11 мм для текстурированных участков; Не более 2 мм для гладких участков (приблизительно в центре ладони), не более 2,03 мм для текстурированных участков (приблизительно в центре ладони)
					- герметичность	Соответствует/ не соответствует
					Прочностные характеристики:	
					- усилие при разрыве до ускоренного старения	≥7 Н
					- удлинение при разрыве до ускоренного старения	≥500 – 650 %

1	2	3	4	5	6	7
					- прочность при растяжении	Не менее 14 МПа
					- удлинение при разрыве	Не менее 650%
					- напряжение при 500 %-ном удлинении	Не более 5,5 МПа
					- масса остаточного опудривающего вещества для неопудренных перчаток	Не более 2,0 мг
					- масса опудривающего вещества для опудренных перчаток	Не более 10 мг/дм ²
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
20.	ГОСТ EN 455-1	Перчатки медицинские	22.19.60	4015 11	Герметичность	Герметично/не герметично
21.	ГОСТ EN 455-2	Перчатки медицинские	22.19.60	4015 11	Длина	≥280 мм
					Ширина	63 – 127 мм
					Прочность	≥9,0 Н
22.	ГОСТ ISO 10282	Перчатки хирургические	22.19.60	4015 11	Классификация	-
					Материалы	Соответствует/ не соответствует
					Размеры:	
					- ширина W	63 – 127 мм
					- длина l	≥280 мм
					- толщина	Гладкая поверхность не менее 0,10 мм / Текстурированная поверхность не менее 0,13 мм
					- герметичность	Соответствует/ не соответствует
					Прочностные свойства:	
					- усилие при разрыве до ускоренного старения	≥9,0 Н
					- относительное удлинение при разрыве до ускоренного старения	≥600%
					- усилие при 300 %-ном удлинении до ускоренного старения	0 - 3,0 Н
					- усилие при разрыве после ускоренного старения	≥9,0 Н
					- относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения	≥500%
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
23.	ГОСТ Р 57402	Перчатки медицинские	22.19.60	4015 11	Срок годности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ Р 57403	Перчатки медицинские	22.19.60 22.29.10	4015 11 3926 20	Материалы Стерильность Герметичность Размеры: - ширина по размеру - ширина по маркировке - длина - толщина в точках измерения пальца - толщина в точках измерения ладони Физико-механические свойства: - прочность при растяжении - относительное удлинение при разрыве - масса остаточного опудривающего вещества для неопудренных перчаток - масса опудривающего вещества для опудренных перчаток	Соответствует/ не соответствует
25.	ГОСТ 33070	Перчатки медицинские	22.19.60	4015 11	Упаковка и маркировка упаковок Остаточное опудривающее вещество	Соответствует/не соответствует
26.	ГОСТ 33076	Перчатки медицинские	22.19.60	4015 11	Герметичность	Соответствует/ не соответствует
27.	ГОСТ ISO 25518	Перчатки резиновые	22.19.60	4015 11	Материалы Размеры: - ширина W - длина l - герметичность Прочностные свойства при растяжении: - усилие при разрыве до ускоренного старения - относительное удлинение при разрыве до ускоренного старения - усилие при разрыве после ускоренного старения - относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Менее 80 мм – более 110 мм ≥230 мм Соответствует/ не соответствует ≥7,0 Н ≥500% ≥6,0 Н ≥ 400%
					Маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Транспортирование и хранение	Соответствует/ не соответствует
33.	ГОСТ 4645	Презервативы резиновые	22.19.71	4014 10	Длина	Не менее 176 мм
					Ширина	54±2 мм
					Толщина	0,05 – 0,3 мм
					Венчик	1,5±0,3 мм
					Масса	(1,4±0,3) г
					Физико-механические показатели:	
					- условная прочность при растяжении	Не менее 17 – 20 (170 – 200) МПа (кгс/см²)
					- относительное удлинение при разрыве	Не менее (600 – 700) %
					- отсутствие отверстий и видимых дефектов	Не должно быть отверстий и видимых дефектов
34.	ГОСТ 29102.1	Презервативы резиновые	22.19.71	4014 10	Длина	Соответствует/ не соответствует
35.	ГОСТ 29102.2	Презервативы резиновые	22.19.71	4014 10	Ширина	Соответствует/ не соответствует
36.	ГОСТ 29147	Презервативы резиновые	22.19.71	4014 10	Масса	Соответствует/ не соответствует
37.	ГОСТ ISO 8009	Диафрагмы многообразные резиновые и силиконовые	22.19.71	4014 10	Классификация	Соответствует/ не соответствует
					Материалы	
					Конструкция	
					Размеры:	
					- диаметр	55 – 100 мм
					- толщина куполообразного колпачка	≥0,20 мм
					Физико-механические свойства куполообразного колпачка:	
					- условная прочность при растяжении до теплового старения	≥15 МПа / 7 МПа
					- условная прочность при растяжении после теплового старения	≥11 МПа / 7 МПа
					- относительное удлинение при разрыве до теплового старения	≥650% / 350%
					- относительное удлинение при разрыве после теплового старения	≥500% / 350%
					Физико-механические свойства ободка и пружины:	
					- сопротивление сжатию	Выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
					- скручивание при сжатии - отсутствие видимых дефектов Упаковка, маркировка и хранение	Выдерживает/не выдерживает Наличие/отсутствие Соответствует/не соответствует
38.	ГОСТ ISO 16037	Презервативы резиновые	22.19.71	4014 10	Длина Ширина Толщина Венчик Разрывной объем и давление	≥ 176 мм 54 ± 2 мм $0,05 - 0,3$ мм $1,5 \pm 0,3$ мм Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
					Физико-механические свойства при растяжении: - модуль упругости - усилие при разрыве - удлинение при разрыве - масса смазки - отсутствие отверстий и видимых дефектов	$1 - 10$ МПа $0 - 100$ Н $0 - 600\%$ $0 - 10$ г Наличие/отсутствие
39.	ГОСТ ISO 23409	Презервативы мужские	22.19.71	4014 10	Масса смазки Длина Ширина Толщина Разрывной объем и давление Герметичность Видимые дефекты Целостность индивидуальной упаковки Упаковка и маркировка Техническое описание	Соответствует/ не соответствует ≥ 160 мм Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Герметичны/не герметичны Соответствует/не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/не соответствует
40.	ГОСТ ИСО 4074-5	Презервативы резиновые	22.19.71	4014 10	Отсутствие отверстий	Наличие/отсутствие
41.	ГОСТ ИСО 4074-9	Презервативы резиновые	22.19.71	4014 10	Растягивающая нагрузка Удлинение	Соответствует/ не соответствует
42.	ГОСТ ИСО 4074-10	Презервативы резиновые	22.19.71	4014 10	Упаковка Маркировка	Соответствует/не соответствует
43.	ГОСТ 3302	Пузыри резиновые для льда	22.19.71	4014 90	Назначение Диаметр Толщина стенки Форма и размеры пузырей специального назначения Технические требования	В соответствии с технической документацией производителя $(150-200) \pm 10$ мм $1,5 \pm 0,5$ мм В соответствии с нормативно-технической документацией

1	2	3	4	5	6	7
44.	ГОСТ 3303	Грелки резиновые	22.19.71	4014 90	Типы и основные размеры	В соответствии с нормативно-технической документацией
					Технические требования:	
					- условная прочность при растяжении	$\geq 6,5$ МПа
					- относительное удлинение	$\geq 500\%$
					- относительная остаточная деформация после разрыва	0 - 35%
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
45.	ГОСТ 3399	Грубки-медицинские-резиновые	22.19.71	4014 90	Внутренний диаметр	3,4 - 25,5 мм
					Толщина стенки	1,2 - 10,5 мм
					Условная прочность при растяжении	5,0 - 20,0 (50 - 200) МПа
					Относительное удлинение при разрыве	(кгс/см ²) $\geq (300 - 800) \%$
					Классификация	В соответствии с нормативно-технической документацией
					Требования к коэффициенту пропускания:	
					- диапазон значений светового коэффициента пропускания τ_v	0,03 - свыше 0,8 отн. ед.
					- значение коэффициента пропускания	0,1 τ_{vd} τ_v
					Требования к основным параметрам и размерам линз:	
					- относительное изменение светового коэффициента пропускания после экспозиции 50000 лк в течение 15 мин	Не более $\pm (5 - 20) \%$
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
47.	ГОСТ Р 55038	Эндотампоны глазные	32.50.22	9021 39	Идентификация: информация, предоставляемая изготовителем	-
					Классификация	-
					Технические требования:	
					- рефракция поверхности на втором главном меридиане	0,00 - более 20,00 дптр
					- предельное отклонение на первом главном меридиане	$\pm (0,09 - 0,37)$ дптр
					- предельное отклонение абсолютного значения	$\pm (0,09 - 0,37)$ дптр
48.	ГОСТ Р 53950	Линзы очковые нефацетированные готовые	32.50.41	9001 40 9001 50		

1	2	3	4	5	6	7
					астигматической разности (цилиндра)	
					- предельное отклонение оси цилиндра	$\pm (2 - 7)^\circ$
					- призматическое действие	0 – более 10 пдптр
					- требования к геометрическим параметрам очковых линз	Соответствует/ не соответствует
					- требования к материалам очковых линз	
					- требования к	$\geq 3\%$
					светопропусканию очковых линз	
					- устойчивость к механическим воздействиям	Соответствует/ не соответствует
					Требования надежности:	
					Требования устойчивости к механическим воздействиям	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
					Классификация	Соответствует/не соответствует
49.	ГОСТ 30808	Линзы очковые	32.50.41	9001 40 9001 50	Основные параметры и размеры: - абсолютное номинальное значение задней вершинной рефракции	До 3,0 – свыше 20,0 дптр
					- допустимое значение астигматизма	0,06 – 0,12 дптр
					Технические требования	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
50.	ГОСТ Р 55039	Линзы очковые нефацетированные готовые	32.50.41	9001 40 9001 50	Классификация очковых линз по светопропусканию	Соответствует/ не соответствует
					Световой коэффициент пропускания	3 – 100 %
51.	ГОСТ Р 56094	Линзы очковые нефацетированные готовые	32.50.41	9001 40 9001 50	Стойкость к истиранию	Стойкие/не стойкие
52.	ГОСТ Р 51831	Очки солнцезащитные	32.50.42	9004 10 9004 90	Технические требования к фильтрам солнцезащитных очков:	
					- классификация	В соответствии с нормативно-технической документацией
					- оптическая сила	$\pm (0,09 - 0,12)$ дптр
					- призматическое действие	0,2 пдптр

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к готовым солнцезащитным очкам: - конструкция - материалы Маркировка Конструкция Размеры	Соответствует/ не соответствует
53.	ГОСТ 31589	Оправы корректирующих очков	32.50.43	9004 90		Соответствует/ не соответствует
54.	ГОСТ ISO 9801	Наборы пробных очковых линз	32.50.41	9001 40 9001 50	Требования к оптическим элементам: - значение рефракции - призматическое действие - оптическая сила Размеры: - наружный диаметр пробной очковой линзы в оправе - максимальная толщина линзы, включая толщину оправы - апертура линз - призматические оправы - конструкция оправы - требования к качеству материала и обработке поверхности	0 – свыше 12,00 дптр До 6 – свыше 6 дптр 0,12 – свыше 12,00 дптр 38 мм 0 – 2,8 мм 0 – 18 мм Соответствует/ не соответствует
55.	ГОСТ Р ИСО 10341	Форопторы	32.50.13	9018 50	Проверка сопроводительной документации Сферическая рефракция Цилиндрическая рефракция Положение оси цилиндра Призматическое действие Положение основания призмы Предельные отклонения среднего значения рефракции Предельное значение астигматической разности рефракций Предельные отклонения при измерениях цилиндрической рефракции Предельное отклонение призматического эффекта	Соответствует/ не соответствует 0 D...15 D 0 D...- 15 D 0 D...5 D 0°...180° 0 - 10 0°...360° -0,25 – 0,25 дптр 0,03 0,06 – 0,25 дптр 0 - 0,50

1	2	3	4	5	6	7
					сферической и цилиндрической линзы относительно центральной точки апертуры	
					Предельные отклонения для призматического действия	$\pm 0,25$ $\pm 5\%$
					Предельное отклонение положения оси цилиндра и основания призмы	± 5 град
					Предельные отклонения для опорного и межзрачкового расстояний	$\pm 0,5$ мм
					Конструктивные и функциональные требования	Соответствует/не соответствует
					Информация, представляемая производителем	Соответствует/не соответствует
56.	ГОСТ Р 56169	Микроскопы операционные	26.60.12	9018 50	Требования к опτικο-механическим характеристикам	Соответствует/ не соответствует
					Допуск на полное увеличение	$\pm 7,5\%$
					Разность увеличений правой и левой оптических систем	0 - 1,5%
					Расхождение осей правой и левой оптических систем по вертикали	0 - 15'
					Расхождение осей правой и левой оптических систем по горизонтали	Сходимость не более 45' Расходимость не более 10'
					При максимальном увеличении разрешающая способность в центре поля	1800NA пар линий/мм
					Разность поворота изображений в правой и левой оптических системах	$\leq 2^\circ$
					Разновысотность выходных лучков правой и левой оптических систем окуляра	1,5 мм при 0 дптр по диоптрийной шкале
					Погрешность калибровки диоптрийной шкалы окуляра	$\pm 0,25$ дптр при 0 дптр по диоптрийной шкале
					Минимальный интервал между лучками расстояний	55 - 75 мм
					Минимальный интервал регулировки: - общий	От +5 до -5 дптр включ.

1	2	3	4	5	6	7
					- по вершине глаза Требования устойчивости к внешним факторам Требования безопасности	От +2 до - 4 дптр включ. Устойчивы/не устойчивы Соответствует/не соответствует
57.	ГОСТ Р 53939	Линзы очковые полуготовые	32.50.41	9001 40 9001 50	Оптические требования к обработанной поверхности полуготовых линз: - рефракция поверхности на втором главном меридиане - астигматизм поверхности - дополнительная рефракция для близи - требования к геометрическим характеристикам полуготовых линз - требования к оценке качества поверхностей и материала Транспортирование и хранение Маркировка и упаковка Классификация Технические требования:	От 0,00 свыше 20,00 дптр 0,25 – 6,00 дптр До 4,00 свыше 4,00 дптр Соответствует/ не соответствует
58.	ГОСТ Р 51193	Очки корректирующие	32.50.42	9004 10 9004 90	- абсолютная величина задней вершинной рефракции на горизонтальном меридиане ($A_x = 0$) астигматических линз F_{VH} - предельные отклонения расходящийся - абсолютная величина задней вершинной рефракции на вертикальном меридиане ($A_x = 90^\circ$) астигматических линз F_w - предельные отклонения расходящийся - абсолютная величина разности высот оптических центров линз при разных знаках отклонений высот от номинальных значений - астигматическая разность рефракций	0,00 – 1,50 дптр 1,75 – 2,25 дптр 2,50 – 3,75 дптр 4,00 – 10,00 дптр ±4 мм ±3 мм ±2 мм ±1 мм 0,00 – 0,50 дптр 0,75 – 1,00 дптр Свыше 1,00 дптр ±3 мм ±2 мм ±1 мм 6 мм 3 мм 1 мм 0,00 – 0,50 дптр 0,75 – 1,50 дптр

1	2	3	4	5	6	7
					- абсолютная величина разности высот оптических центров линз при разных знаках отклонений высот от номинальных значений, мм - призматическое действие	Свыше 1,50 дптр $\pm 7,0^\circ$ $\pm 3,0^\circ$ $\pm 2,0^\circ$
					- предельное отклонение положения основания призмы - допустимое предельное отклонение H_s от измеренного в выбранной оправе - абсолютное значение разности высот сегментов - минимальная ширина сегмента W_s - допустимый угол отклонения верхней плоской части сегмента от горизонтали	До 2,00 дптр От 2,0 до 5,0 дптр Свыше 5 дптр $\pm 10,0^\circ$ $\pm 5,0^\circ$ $\pm 2,0^\circ$ $\pm 1,0$ мм 0 – 1,0 мм 25 мм Не более $\pm 0,2^\circ$
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
59.	ГОСТ Р ИСО 9342-1	Оптика и оптические приборы	32.50.13 32.50.41	9018 50 9001 40 9001 50	Транспортирование и хранение Сферические контрольные линзы: - номинальное значение задней вершинной рефракции - номинальная оптическая сила задней поверхности - диапазон для оптической силы задней поверхности - диапазон толщины по центру - Призматические контрольные линзы: - ряд значений призмменного отклонения - Цилиндрические контрольные линзы:	От минус 25 до плюс 25 m^{-1} (D) От минус 25 до 0 m^{-1} (D) $\pm 1 m^{-1}$ (D) 2 – 11 мм 2Δ, 5Δ, 10Δ, 15Δ, 20Δ

1	2	3	4	5	6	7
					- угловое отклонение между осью цилиндра и длинной стороной прямоугольника	0 – 20'
					- смещение осевой линии от афокального меридиана	0 – 0,1 мм
60.	ГОСТ 12.4.253	Средства индивидуальной защиты глаз	32.50.42	9004 10 990 0 9004 90 900 0	Классификация Требования к конструкции и применяемым материалам: - ширина наголовной ленты Требования к полю зрения: - горизонтальная длина эллипсов - вертикальная ширина эллипсов Требования к оптическим параметрам и характеристикам очковых, покровных стекол и светопольтрам средств индивидуальной защиты глаз: - рефракция поверхности на втором главном меридиане - предельное отклонение на первом главном меридиане - предельное отклонение оси цилиндра - специальные требования к средствам индивидуальной защиты глаз - дополнительные требования к средствам индивидуальной защиты глаз, покровным и очковым стеклам с покрытием-фильтром Маркировка Упаковка Информация, поставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
					Номинальное значение задней вершинной рефракции	От минус 20 до плюс 20 м ⁻¹ (дптр)
					Световой диаметр сферических контрольных линз	≥ 8 мм
61.	ГОСТ Р ИСО 9342-2	Оптика и оптические приборы	32.50.13 32.50.41	9018 50 9001 30	Номинальный радиус кривизны задней поверхности	8±0,1 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Диапазон значений толщины по центру линзы	0,5 – 2 мм
62.	ГОСТ Р ИСО 14534	Контактные линзы и средства ухода за контактными линзами	32.50.41	9001 30	Безопасность и эксплуатационные свойства	Соответствует/ не соответствует
					- конструкция	
					- материалы	
					- технология	
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Этикетирование и информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
63.	ГОСТ 8778	Заготовки очковых линз	32.50.41.120	9001 40 9001 50 9018 50	Типы	Соответствует/не соответствует
					Основные размеры:	
					- номинальные значения диаметров	44 – 76 мм
					Технические требования:	
					- коэффициент дисперсии стекла	≥58
					- показатель ослабления стекла	0 - 0,0130 см ⁻¹
					- удельная разность хода	0 - 50 нм/см
					Упаковка, транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
64.	ГОСТ ISO 10342	Рефрактометры офтальмологические	32.50.13	9018 50	Сопроводительные документы	Соответствует/не соответствует
					Требования к оптическим элементам	Соответствует/не соответствует
					Диапазон измерений	-15 - +15 0 – 6 дптр 0 – 180 град
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
65.	ГОСТ ISO 10343	Офтальмометры	32.50.13	9018 50	Сопроводительные документы	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
66.	ГОСТ Р ИСО 12866	Периметры офтальмологические	32.50.13	9018 50	Фоновая яркость	От +25% до -20% нормированного значения
					Контраст	От +25% до -20% нормированного значения
					Положение светового стимула	± 0,5° от заданных координат для световых стимулов, находящихся в пределах угла 10° от центра экрана периметра; ± 1,0° от заданных координат для световых стимулов, находящихся в пределах

1	2	3	4	5	6	7
						диапазона $10^{\circ} \div 30^{\circ}$ от центра экрана периметра; $\pm 2,0^{\circ}$ от заданных координат для световых стимулов, находящихся за пределами угла 30° от центра экрана периметра
					Размер светового стимула	От $+20\%$ до -15%
					Длительность светового стимула	нормированного значения, переведенного в телесный угол $\pm 20\%$ нормированности значения длительности светового стимула
					Размер фоновой поверхности периметра	Не менее $2,0^{\circ}$ от края наиболее удаленного от центра светового стимула
					Минимальный допустимый эксцентриситет для наборов световых стимулов	$25^{\circ} - 70^{\circ}$
					Минимальное допустимое число позиций возможного предъявления световых стимулов	15 – 105
					Сопроводительные документы	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	
67.	ГОСТ 31590.1	Приборы офтальмологические	32.50.13	9018 50	Требования к конструкции	Соответствует/ не соответствует
					Требования к характеристикам	Соответствует/ не соответствует
					Требования к взаимодействию с различными приборами	Соответствует/ не соответствует
					Требования к шкалам и индикаторам	Соответствует/ не соответствует
					Требования термической безопасности	Соответствует/ не соответствует
					Требования механической безопасности	Соответствует/ не соответствует
					Требования к климатическим факторам при эксплуатации	Соответствует/ не соответствует
					Требования к условиям хранения	Соответствует/ не соответствует
					Требования электробезопасности	Соответствует/ не соответствует
					Требования механической прочности	Соответствует/ не соответствует
					Требования безопасности оптического излучения	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к сопроводительным документам	Соответствует/не соответствует
68.	ГОСТ Р 56092	Приборы офтальмологические	32.50.13	9018 50	Требования к маркировке	Соответствует/не соответствует
					Классификация	Соответствует/не соответствует
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
69.	ГОСТ Р 53466	Тепловизоры медицинские	32.50.13	9018 50	Общие требования	Соответствует/не соответствует
					Требования назначения	Соответствует/не соответствует
					Требования стойкости к внешним воздействиям факторам	Соответствует/не соответствует
					Требования эргономики и технической эстетики	Соответствует/не соответствует
					Требования технического обслуживания и ремонта	Соответствует/не соответствует
					Требования к транспортированию, упаковке, хранению и маркировке	Соответствует/не соответствует
70.	ГОСТ Р ИСО 19980	Приборы офтальмологические	32.50.13	9018 50	Сопроводительные документы	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
71.	ГОСТ Р 56673	Фундус-камеры	32.50.13	9018 50	Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
					Требования к оптическим характеристикам	Соответствует/не соответствует
					Требования к устройству и функционированию	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
72.	ГОСТ Р ИСО 8612	Тонометры	32.50.13	9018 50	Безопасность	Соответствует/не соответствует
					Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
73.	ГОСТ Р 50606	Диоптриметры	32.50.13	9018 50	Диапазон измерений вершинной рефракции	от минус 20 до плюс 20 дптр
					Призматическое действие	от 0 до 5Δ
					Направление оси	0° - 360°
					Диоптриметры с аналоговым отсчетом:	
					- цена деления	0 - 0,25 дптр
					- цена деления шкалы направления оси	0 - 5°
					Диоптриметры с цифровым отсчетом:	

1	2	3	4	5	6	7
					- дискретность отсчета в интервале от минус 10 до плюс 10 дптр	0 - 0,125 дптр
					- дискретность отсчета в интервале за пределами ± 10 дптр	0 - 0,25 дптр
					- дискретность отсчета для направления оси	1°
					- дискретность отсчета призматического действия	0 - 0,25Δ
					Конструкция	Должна обеспечивать измерение линз диаметром не менее 80 мм и толщиной не менее 20 мм
74.	ГОСТ 31586	Линзы контактные мягкие	32.50.41	9001 30	Точностные требования	Соответствует/ не соответствует
					Классификация	Соответствует/не соответствует
					Основные параметры и размеры:	
					- основные размеры	Соответствует/ не соответствует
					- задняя вершинная рефракция	От минус 20 до плюс 20 дптр
					- требования к комплектности технической документации	Соответствует/не соответствует
					Требования к воздействию климатических факторов	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Транспортирование и хранение	Соответствует/ не соответствует
75.	ГОСТ 31587	Линзы контактные мягкие окрашенные	32.50.41	9001 30	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Основные параметры и размеры:	
					Номинальный диаметр зоны, маскирующей радужную оболочку глаза	Не должен отличаться от общего диаметра более чем на 2 мм
					Диаметр зоны зрачка	Не менее 3 мм и не более 5 мм
					Световой коэффициент пропускания	10 - 80 %
					Требования к материалу	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Транспортирование и хранение	Соответствует/ не соответствует
76.	ГОСТ 31588.3	Линзы контактные	32.50.41	9001 30	Радиус кривизны	8,3 - 8,8 мм
					Задняя вершинная рефракция	Минус 20,00 дптр - плюс 20,00 дптр
					Общий диаметр	13,0 - 15,0 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Включения и поверхностные дефекты	Соответствует/ не соответствует
77.	ГОСТ 23496	Эндоскопы медицинские	26.60.12 26.70.22 26.70.23 32.50.13	9018 50 9018 90	Классификация Технические требования Присоединительные размеры Маркировка и упаковка Транспортирование и хранение Общие положения Требования к поверхности и краям	Соответствует/не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
78.	ГОСТ Р 53469	Эндоскопы и приборы эндотерапевтические	26.60.12 26.70.22 26.70.23 32.50.13	9018 50 9018 90	Требования к максимальной ширине рабочей части Требования к минимальной ширине инструментального канала Отклонение поля зрения Отклонение направления наблюдения жесткого эндоскопа Требования к соединителям и подключению	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует 0 - 15% 0 - 10° Соответствует/не соответствует
79.	ГОСТ 26332	Эндоскопы медицинские	26.60.12 26.70.22 26.70.23 32.50.13	9018 50 9018 90	Требования к маркировке Требования к инструкции по эксплуатации Требования к упаковке, транспортированию и хранению Маркировка Упаковка Транспортирование Хранение Размеры Частные технические требования	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
80.	ГОСТ Р 55037	Эндоскопы и приборы эндотерапевтические	26.60.12 26.70.22 26.70.23 32.50.13	9018 50 9018 90		
81.	ГОСТ 18305	Эндоскопы медицинские	26.60.13 32.50.13	9018 90	Термины и определения	Соответствует/не соответствует
82.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-18	Эндоскопическая аппаратура	26.60.13 26.60.12 26.70.22 26.70.23 32.50.13	9018 20 9018 49 9018 90	Безопасность Функциональные характеристики Маркировка Эксплуатационные документы	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
83.	ГОСТ Р 57762	Белье абсорбирующее для инвалидов	32.50.50	3006 10	Технические требования	Размеры белья не менее/Абсорбционная способность: 400х600 мм/ 400-500 мл 600х600 мм/ 800-1200 мл 600х900 мм/ 1200-1900 мл Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
84.	ГОСТ Р ИСО 15621	Средства для впитывания мочи	21.20.23	9619 00	Комплектность Маркировка Упаковка Транспортирование и хранение Факторы, относящиеся к пользователям	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
85.	ГОСТ Р 57889	Средства для впитывания мочи	21.20.23	9619 00	Классификация Конструкция Исполнение Внешний вид Показатели качества: - абсорбционная способность до момента протекания (ABL), с применением манекена - сорбционная способность после центрифугирования (влагоудерживающая способность)	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Менее 300 г – более 900 г 0 – 1500 г
86.	ГОСТ Р ИСО 17190-5	Средства мочепоглощения при недержании	21.20.23	9619 00	- распределение суперабсорбента в структуре абсорбирующего слоя (секционное центрифугирование) - обратная сорбция (повторное увлажнение) - время впитывания Маркировка Упаковка	Соответствие влагоудерживающей способности симметричных секций продукта слева и справа После 1-го вливания не более 2г/ После 2-го вливания не более 20г После 1-го вливания не более 150 с / После 2-го вливания не более 250 с Соответствует/не соответствует
87.	ГОСТ Р ИСО 17190-6	Средства мочепоглощения при недержании	21.20.23	9619 00	Способность к свободному набуханию в солевом растворе Способность задерживать жидкость в солевом растворе после центрифугирования	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
88.	ГОСТ Р ИСО 17190-7	Средства мочепоглощения при недержании	21.20.23	9619 00	Поглощение под давлением	Соответствует/ не соответствует
89.	ГОСТ Р ИСО 17190-8	Средства мочепоглощения при недержании	21.20.23	9619 00	Скорость растекания	Соответствует/ не соответствует
90.	ГОСТ Р ИСО 17190-9	Средства мочепоглощения при недержании	21.20.23	9619 00	Плотность	Соответствует/ не соответствует
91.	ГОСТ Р 52557	Подгузники детские бумажные	17.22.12	9619 00	Классификация	Соответствует/ не соответствует
					Технические требования:	
					- конструкция	Соответствует/не соответствует
					- техническое исполнение	Соответствует/не соответствует
					- декоративное исполнение	Соответствует/не соответствует
					- внешний вид	Соответствует/не соответствует
					- полное влагопоглощение	Соответствует/не соответствует
					- обратная сорбция	Не менее 120 – 280 г
					- время впитывания	Не более 0,4 – 16 г
					Маркировка	Не более 3 с
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
92.	ГОСТ Р 55082	Подгузники бумажные	17.22.12	9619 00	Классификация	Соответствует/ не соответствует
					Технические требования:	
					- конструкция	Соответствует/не соответствует
					- техническое исполнение	В виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами, или прокладок-вкладышей
					- декоративное исполнение	Соответствует/ не соответствует
					- внешний вид	Соответствует/ не соответствует
					- полное водопоглощение	1000 – 2800 г
					- сорбционная способность после центрифугирования	120 – 560 г
					- обратная сорбция	0 - 4,4 г
					- скорость впитывания	≥2,3 см ³ /с
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/ не соответствует
					Транспортирование и хранение	Соответствует/ не соответствует
93.	ГОСТ Р 55370	Подгузники бумажные для взрослых	17.22.12	9619 00	Абсорбционная способность	Соответствует/ не соответствует
94.	ГОСТ Р 52483	Прокладки (пакеты) женские гигиенические	13.99.19 17.22.12	9619 00	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Технические требования:	
					- конструкция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- техническое исполнение - декоративное исполнение - внешний вид - полное водопоглощение - время впитывания - промокаемость верхнего покровного слоя - pH водной вытяжки	0 – 70,0 г 0 – 7,0 с 0 – 9 капель 6,0 – 7,5 -
95.	ГОСТ 31620	Материалы хирургические шовные	21.20.24	3006 10	- Классификация - Требования к хирургическим шовным материалам: - стерилизация - метрические размеры - диаметр - разрывная нагрузка в простом узле шовных материалов - длина шовных материалов	- Соответствует/не соответствует 0,01 – 12 0,001 – 1,299 мм 0,01 – 220 Н - Фактическая длина шовного материала должна быть не менее 98% номинальной длины, установленной в нормативных документах на шовный материал конкретного вида 0,07 – 75,0 Н
96.	ГОСТ 396	Нитки хирургические	13.10.40	5004 00 5006 00	- усилие отрыва шовного материала от иглы - Условный номер нитки - Длина нитки в бестарной бабине - Масса конической бабины - Результирующая линейная плотность нитки - Коэффициент вариации линейной плотности - Разрывная нагрузка нитки - Разрывное удлинение - Разрывная нагрузка при испытании в узле - Разрывное удлинение при испытании нитки в узле - Отклонение от номинальной крутки	000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 45 – 1020 м 100 – 450 г 12,0 – 350 текс 3,0 – 7,0 % 0,36 – 10,10 (0,37 – 10,30) даН (кгс) 15 – 30 % 0,15 – 5,78 (0,15 – 5,90) даН (кгс) 5 – 20 % ± (20 – 60) кр./м

1	2	3	4	5	6	7
					Коэффициент вариации крутки Нормированная влажность хирургических ниток Количество узлов	3,2 – 5,0 % Соответствует/не соответствует В конической бабине не более 10 в бестарной бабине не более 4
					Упаковка, маркировка Транспортирование и хранение Классификация Линейные размеры	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Отклонение от размеров, указанных на этикетке не более 10%
97.	ГОСТ Р 53498	Средства перевязочные пластырного-типа	21.20.24	3005 10	Сопrotивление отслаиванию липкого слоя Сорбционная емкость функциональной подушечки Время смачивания функциональной подушечки Паропроницаемость фиксирующего слоя	Не менее 25 Н/м не более 200 Н/м ≥ 1 капли/см ² 0 – 10 с $\geq 1,5$ мм/см ² /ч
					Содержание лекарственных препаратов в функциональной подушечке или клеевой композиции	Соответствует/не соответствует
					Водоупорность фиксирующего слоя	≥ 300 мм.вод.ст.
					Степень адгезии к модели раневой поверхности	0 - 30 % к марле медицинской
					Стерильность	Соответствует/не соответствует
					Герметичность	
98.	ГОСТ 938.17	Кожа	15.11.4	4105 30	Паропроницаемость	Соответствует/не соответствует
99.	ГОСТ 3816	Полотна текстильные	13.20 13.99.19	5208 11	Влажность	0 – 50%
					Гигроскопичность	0 – 50%
					Влагоотдача	0 – 50 %
100.	ГОСТ 1172	Бинты марлевые медицинские	21.20.24	3005 90 3006 10	Длина Ширина	1,9 – 10,4 м 4,5 – 17,0 см
					Разрывная нагрузка полоски бинта размером 50x200 мм	59 - 88 Н
					Толщина	0 – 40 мм
					Характеристики	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
101.	ГОСТ 9412	Марля медицинская	13.20.44 21.20.24	3005 90	Упаковка Ширина Длина марли в куске	(72 – 90) ± 1,5 см. Допускается вырабатывать марлю шириной более 90 см Не менее 100 – 200. Допускается длина отбеленной марли в куске не менее 20 м 800 – 8000 м
					Длина марли в рулоне Разрывная нагрузка: - по основе - по утку - поверхностная плотность Физико-химические показатели - смачиваемость - капиллярность - влажность - зольность - белизна Маркировка Упаковка	78,0 – 83,0 (8,0 – 8,5) Н (кгс) 34,0 – 44,0 (3,5 – 4,5) Н (кгс) Не менее 36 – 39 г/м² Соответствует/не соответствует 0 – 10 с ≥ 10 см/ч 5 – 8,5 % 0 – 0,3 % ≥ 80 % Соответствует/не соответствует
102.	ГОСТ 3812	Материалы текстильные	13.20 13.20.20 13.99.19 21.20.24	5208 11 5208 21 3006 10	Транспортирование и хранение Плотность нитей Плотность пучков ворса	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
103.	ГОСТ 16427	Салфетки и отрезки марлевые медицинские	21.20.24	3006 10	Длина: - салфетки - отрез Ширина: - салфетки - отрез - количество изделий в комплекте - характеристики - упаковка Размеры упакованных изделий: - длина - ширина - толщина Маркировка Транспортирование и хранение	15 – 71,5 см 1000 ± 10 см 7 – 69,5 см (84 – 90) ± 1,5 см 3 – 200 шт Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 7,5 – 32,0 см 4,5 – 23,0 см 3,0 – 12,0 см Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
104.	ГОСТ 3813	Материалы текстильные	13.20 13.20.20 13.99.19 21.20.24	5208 11 5208 21 3006 10	Размеры элементарной пробы: - ширина - длина - рабочая ширина - рабочая зажимная длина Предварительное напряжение	30 – 60 мм 200 – 350 мм 25 – 50 мм 50 – 200 мм (0,98 – 49,00) Н ((0,10 – 5,00) кгс) Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
105.	ГОСТ 22380	Пояски фиксирующие контурные	21.20.24	3005 10 3005 90	Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Раздирающая нагрузка Внешний вид Размеры: - общая длина L - длина нижней части повязки l ₁ - длина верхней части повязки l ₂ - общая высота H - высота между двумя верхними тесемками h ₁ - высота между двумя нижними тесемками h ₂	(1350 – 1650) ± 40 мм (350 – 650) ± 20 мм (250 – 500) ± 20 мм (550 – 800) ± 20 мм (250 – 325) ± 10 мм 300 ± 10 мм Соответствует/не соответствует
106.	ГОСТ 18054	Материалы текстильные	13.20 13.20.20 13.99.19 21.20.24	5208 11 5208 21 3006 10	Маркировка Белизна	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
107.	ГОСТ 5556	Вата медицинская гипроскопическая	13.99.19	3005 90 5601 21	Технические требования: - массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков - массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли - засоренность - отсутствие посторонних примесей: иголок, щепочек и др. - зольность Физико-механические показатели: - влажность - поглотительная способность	0 – 5,0 % 0 – 0,20 % 0 – 0,70 % Соответствует/не соответствует 0 – 0,40 % Соответствует/не соответствует 0 – 9,2 % ≥ 19 %

1	2	3	4	5	6	7
					- капиллярность - степень белизны - отсутствие запаха	≥67 мм 0 – 76 % Соответствует/не соответствует
108.	ГОСТ 1207	Повязки медицинские стерильные	21.20.24	3005 10 3005 90	Ватно-марлевая полущечка: - длина - ширина Марлевый бинт: - длина - ширина Марлевые тесемки: - длина - ширина - масса ваты - конструкция Размеры повязки: - длина - ширина - толщина Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	(56,0 – 65,0) ±2,0 см 28,0 – 44,5 см 7,0 ±0,3 м 14,0 ±1,0 см 70,0 ±2,0 см 10,0 ±0,5 см 33,0 – 119,0 г Соответствует/не соответствует (16,0 – 18,0) ±0,5 см (7,0 – 9,0) ±0,5 см (4,5 – 5,0) ±0,5 см Соответствует/не соответствует
109.	ГОСТ 12172	Клей фенолополивинилацетальные	21.20.24	3005 10 3005 90 3006 10	Внешний вид Условная вязкость Массовая доля сухого остатка Сопротивление расслаиванию Маркировка Упаковка Требования безопасности и охраны окружающей среды	Соответствует/не соответствует ≥55 с 15,0 – 19,0 % ≥900 Н/м Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
110.	ГОСТ 31509	Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные	21.20.24 32.50.22 14.31.10	3005 90 3006 10 6115 10	Классификация Растяжимость Рабочая растяжимость Поверхностная плотность Разрывная нагрузка Класс компрессии Назначение	В соответствии с нормативно- технической документацией 30% - 1000% 30% - 900% 0 – 550 г/м² ≥49,0 Н Соответствует/не соответствует
111.	ГОСТ Р 58236	Изделия медицинские эластичные компрессионные	21.20.24 32.50.22 14.31.10	3005 90 3006 10 6115 10	Классификация Растяжимость Рабочая растяжимость Поверхностная плотность	В соответствии с нормативно- технической документацией 30% - 1000% 30% - 900% ≥40 г/м²

1	2	3	4	5	6	7
112.	ГОСТ 1179	Пакеты перевязочные медицинские	21.20.24	3005 90	Разрывная нагрузка	$\geq 49,0 \text{ Н}$
					Идентификация:	-
					характеристики	
					Масса ваты в каждой подушечке	$(4 - 10) \pm 1,5 \text{ г}$
					Длина подушечки	$12,0 - 33,5 \text{ см}$
					Ширина подушечки	$10,0 - 18,5 \text{ см}$
					Длина марлевого бинта	$4,0 - 7,3 \text{ м}$
					Ширина марлевого бинта	$6,5 - 10,5 \text{ см}$
					Длина пакета в наружной оболочке	$(10,0 - 10,4) \pm 0,5 \text{ см}$
					Ширина пакета в наружной оболочке	$(5,0 - 6,5) \pm 0,5 \text{ см}$
					Толщина пакета в наружной оболочке	$(2,0 - 4,0) \pm 0,5 \text{ см}$
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	
113.	ГОСТ 22379	Изделия ватно-марлевые медицинские	21.20.24 13.99.19 13.20.44 32.50.22	3005 10 3005 90 5601 21 5601 21	Технические требования:	
					Длина подушечки	$6,5 - 33,0 \text{ см}$
					Длина ленты	$200,0 \pm 5,0 \text{ см}$
					Ширина подушечки	$6,5 - 30,0 \text{ см}$
					Ширина ленты	$29,0 \pm 2,0 \text{ см}$
					Масса ваты в подушечке	$0,75 - 39,0 \text{ г}$
					Масса ваты в ленте	$232,0 \pm 20,0 \text{ г}$
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Характеристики	-
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
114.	ГОСТ 31626	Бинты гипсовые медицинские	21.20.24	3005 90	Поверхностная плотность гипсовых бинтов	$300 - 700 \text{ г/м}^2$
					Осыпаемость гипсовой композиции	$0 - 10\%$
					Время смачивания гипсовых бинтов	$0 - 20 \text{ с}$
					Уровень вымывания гипсовой композиции	$0 - 10\%$
					Время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки	$2 - 10 \text{ мм}$
					Остаточная деформация модельного образца гипсовой	$0 - 2 \text{ мм}$

1	2	3	4	5	6	7
					повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии	
					Разрушающая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии	Не менее 9,8 (1,0) – 13,7 (1,4) Н (кгс)
					Линейные размеры:	
					- длина	3,0 ± 0,20 м
					- ширина	48 – 210 мм
115.	ГОСТ-16977	Бинт-эластичный медицинский	21.20.24	3005 90 3006 10	Длина	2,38 – 3,6 м
					Ширина	48 – 125 мм
					Растяжимость	50% – 170%
					- разрывная нагрузка полоски размером 50×50 или 50×200	≥ 15 кгс
					- удлинение при разрыве по основе полоски размером 50×50	≥ 60%
					- число нитей основы по всей ширине	25 – 182
					- число нитей утка на 10 мм	9 – 24
					- линейная плотность (толщина) нитей основы	0,3 мм / (18,5×2 – 25×2) текс
					- линейная плотность (толщина) нитей утка	(18,5×2×2 – 36×2) текс
					- линейная плотность	10 – 65 г/м
					Упаковка, маркировка	Соответствует/не соответствует
116.	ГОСТ EN 13795-1	Хирургическая одежда и белье	14.12.30 14.12.11 14.12.30 14.12.12 26.60.11 21.20.24 21.20.10 32.50.22 21.20.23 32.50.13 21.20.23 17.22.1 32.50.22 14.31.10	6210 10 6211 32 6211 33 6211 42 6211 43	Информация, предоставляемая изготовителем или обработчиком	Соответствует/не соответствует
117.	ГОСТ EN 13795-2	Хирургическая одежда и белье	14.12.11 14.12.12 14.12.30	6210 10 6211 32 6211 33	Чистота в части инородных частиц	Соответствует/не соответствует
					Пылевосоросотделение	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			26.60.11 21.20.24 21.20.10 32.50.22 21.20.23 32.50.13 21.20.23 17.22.1 32.50.22 14.31.10	6211 42 6211 43	Водоупорность Прочность на разрыв в сухом и влажном состоянии Прочность на растяжение в сухом и влажном состоянии Впитываемость	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
118.	ГОСТ 23134	Уборы головные медицинские	14.19.42	6505 00 6506 10	Типы Основные размеры Технические требования: - идентификация: материалы - внешний вид Маркировка, упаковка	5,0 – 132 мм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
119.	ГОСТ 24760	Халаты медицинские женские	14.12.30	6211 32 6211 33 6211 39	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа Ширина спинки в самом узком месте	100,0 – 118,0 см 21,9 – 45,7 см
					Длина от угла плечевого шва и горловины до низа Ширина между швами втачивания рукавов в самом узком месте Ширина халата на уровне глубины проймы Ширина халата внизу Длина рукава от высшей точки отката до низа Ширина рукава под проймой Идентификация: материалы Внешний вид Маркировка, упаковка	107,5 – 125,5 см 20,9 – 45,0 см 54,0 – 70,0 см 68,0 – 82,4 см 52,6 – 65,4 см 17,0 – 21,7 см Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
120.	ГОСТ 25194	Халаты медицинские мужские	14.12.30	6211 32 6211 33 6211 39	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа Ширина спинки в самом узком месте	98,0 – 121,0 см 24,5 – 50,0 см

1	2	3	4	5	6	7
					Длина от угла плечевого шва и горловины до низа	99,0 – 118,0 см
					Ширина между швами втачивания рукавов в самом узком месте	22,7 – 49,4 см
					Ширина халата на уровне глубины проймы	59,0 – 73,0 см
					Ширина халата внизу	62,0 – 78,0 см
					Длина рукава от высшей точки оката до низа	60,4 – 72,2 см
					Ширина рукава под проймой	19,0 – 24,5 см
					Идентификация: материалы	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Маркировка, упаковка	
121.	ГОСТ Р 54408	Одежда специальная для инвалидов	14.12.30	6211 32 6211 33 6211 39	Идентификация: классификация, характеристики, материалы	Соответствует/не соответствует
					Размеры	Соответствует/не соответствует
					Технические требования	Соответствует/не соответствует
					Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
					Требования безопасности	Соответствует/не соответствует
122.	ГОСТ Р ИСО 6942	Одежда для защиты от тепла и огня	14.12.30 32.99.11	6211 42	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Плотность пропущенного теплового потока	Соответствует/не соответствует
123.	ГОСТ EN 13795-3	Хирургическая одежда и белье	14.12.11 14.12.30 14.12.12 26.60.11 21.20.24 21.20.10 32.50.22 21.20.23 32.50.13 21.20.23 17.22.1 32.50.22 21.20.24 14.31.10	6210 10 6211 32 6211 33 6211 42 6211 43	Водоупорность	≥100 см H ₂ O
					Прочность на разрыв в сухом состоянии	≥40 кПа
					Прочность на разрыв во влажном состоянии	≥40 кПа
					Прочность на растяжение в сухом состоянии	≥20 Н
					Прочность на растяжение во влажном состоянии	≥20 Н
124.	ГОСТ Р 52538	Одежда технологическая	14.12.30	6211 32 6211 33 6211 39	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Барьерные свойства, удержание частиц с размерами ≥0,3 мкм	Соответствует/не соответствует
					Воздухопроницаемость	0 – 30 см ³ /(см ² ·с)

1	2	3	4	5	6	7
					Паропроницаемость	0 – 60 г/(м ² ·ч)
					Удельное поверхностное электрическое сопротивление	10 ³ – 10 ⁸ Ом
					Усадка при обработке (по основе и утку)	0-5%
					Сохранение технологических свойств	Соответствует/не соответствует
125.	ГОСТ 8541	Изделия чулочно-носочные	14.31.10	6115 10 6115 21 6115 22	Идентификация: виды, размеры, характеристики, материалы	Соответствует/не соответствует
				6115 29 6115 30 6115 94 6115 95 6115 96	Технические требования	Соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	Соответствует/не соответствует
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
126.	ГОСТ 11595	Изделия чулочно-носочные	14.31.10	6115 10 6115 21 6115 22 6115 29 6115 30 6115 94	Устойчивость к истиранию, количество оборотов прибора: - первая группа устойчивости к истиранию - вторая группа устойчивости к истиранию	401 и более 201 – 400
				6115 95 6115 96 6115 99	- третья группа устойчивости к истиранию - четвертая группа устойчивости к истиранию	101 – 200 50 – 100
127.	ГОСТ 16825	Изделия чулочно-носочные	14.31.10	6115 10 6115 21 6115 22 6115 29 6115 30 6115 94 6115 95 6115 96	Технические требования Внешний вид Требования безопасности	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
128.	ГОСТ 26559	Изделия чулочно-носочные	14.31.10 21.20.24	6115 10 6115 21 6115 22 6115 29 6115 30 6115 94 6115 95 6115 96	Устойчивость к мокрой обработке	Устойчивы/не устойчивы
129.	ГОСТ 15902.2	Полотна нетканые	21.20.24	3005 10	Внешний вид	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			13.99.19 26.60.11 32.50.22 32.50.13 14.31.10 13.20.44	3005 90 5601 21 5601 22		
130.	ГОСТ 3811	Материалы текстильные	13.20 13.20.20 13.99.19 21.20.24	5208 11 5208 21 3006 10	Длина Ширина Линейная плотность Поверхностная плотность	Соответствует/не соответствует
131.	ГОСТ 5982	Целлюлоза сульфитная вискозная	21.20.24 13.20.31 17.11.13 17.11.14	5601 22 5601 29	Динамическая вязкость Влажность Упаковка, маркировка	20 – 26,5 (200 – 265) мПа·с (мПа) (6 – 10) % Соответствует/не соответствует
132.	ГОСТ 10546	Волокно вискозное	17.12.20 17.22.12	5601 22 5601 29 5604 90 5408 10	Номинальная линейная плотность Номинальная длина нарезанного волокна Удельная разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной	0,13; 0,15; 0,17; 0,22; 0,31; 0,44; 0,56 текс 34, 36, 38, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 90, 95, 120 мм Не менее (162 – 216) мН/текс (19,0 – 26,0) % ±10%
					Отклонение фактической длины от номинальной Массовая доля волокна Степень извитости Массовая доля замасливателя Белизна отбеленного волокна Безопасность Упаковка, маркировка	±6,0 % (0,4 – 3,6) % (9,0 – 13,0) % (0,2 – 0,4) % ≥70% Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
133.	ГОСТ 31071	Материалы стоматологические для пломбирования корневых каналов зубов	20.59.52	3006 40 3407 00	Идентификация: классификация Текущее время Рабочее время Время твердения Толщина пленки Рентгеноконтрастность Растворимость Упаковка Маркировка	Соответствует/не соответствует Не менее 30 мин Соответствует/не соответствует 0 – 50 мкм Соответствует/не соответствует Не более 3% массы материалов Соответствует/не соответствует
134.	ГОСТ 31570		32.50.50	7502 20	Твердость HV ₁₀	≥150 Н/мм ²

1	2	3	4	5	6	7
		Заготовки из сплавов на основе никеля		9018 49	Предел текучести $\sigma_{0.2}$	≥ 250 Н/мм ²
					Относительное удлинение δ	$\geq 3\%$
					Отклонение показателя плотности	0 - 2%
					Литейные свойства сплавов	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	
135.	ГОСТ 31571	Керамика стоматологическая	32.50.50	7502 20 9018 49	Сопротивление окрашиванию, число пятен на образцах при выдерживании в окрашивающем растворе	0
					Пористость, число пор	0 - 16
					Коэффициент термического расширения (температурный коэффициент линейного расширения)	Соответствует/не соответствует
					Прочность при изгибе	≥ 50 МПа
					Технологичность	Соответствует/не соответствует
					Линейная усадка при обжиге	$\leq 16\%$
					Химическая растворимость	$\leq 0,5\%$
136.	ГОСТ 31572	Материалы полимерные	20.59.52	3407 00	Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует
					Неотвержденный материал: - компоненты базисного материала	Компонент базисного материала в виде жидкости при Соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует должен содержать геля или осадка. Жидкость не должна загустевать в течение всего срока хранения, гарантированного изготовителем
					Отвержденный материал: - поверхностные свойства	Соответствует/не соответствует
					- цвет	Соответствует/не соответствует
					- цветостойкость	Соответствует/не соответствует
					- полупрозрачность	Соответствует/не соответствует
					- отсутствие пористости	Соответствует/не соответствует
					- прочность при изгибе	≥ 60 МПа / ≥ 65 МПа
					- модуль упругости	≥ 1500 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					- показатель трещиностойкости - соединение с искусственными пластмассовыми зубами - водопоглощение - растворимость	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0-32 мкг/мм ³ 0-8,0 мкг/мм ³ / 0-1,6 мкг/мм ³ Соответствует/не соответствует
137.	ГОСТ 31575	Металлокерамика стоматологическая	20.59.52	3407 00 7502 20 9018 49	Сопротивление окрашиванию, число пятен на образцах при выдерживании в окрашивающем растворе Пористость, число пор Коэффициент термического расширения (температурный коэффициент линейного расширения) Прочность при изгибе Технологичность Линейная усадка при обжиге Химическая растворимость Плотность Температурный интервал плавления Предел текучести Относительное удлинение Прочность связи керамики со сплавом	Соответствует/не соответствует 0-16 Соответствует/не соответствует ≥ 50 МПа Соответствует/не соответствует ≤ 16% ≤ 0,5% ± 0,5 г/см ³ ± 25 °С 0-250 МПа 0-3% 0-25 МПа Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
138.	ГОСТ 31573	Материалы стоматологические оттисковые эластомерные	20.59.52	3407 00	Идентификация: классификация Цвет компонентов Время смешивания (вручную, шпателем или разминанием) Рабочее время Совместимость с гипсом	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
139.	ГОСТ 31574	Материалы стоматологические полимерные восстановительные	20.59.52	3407 00 3006 40	Прочность при изгибе Величина N, характеризующая упругость при изгибе Диаметральная прочность или прочность при диаметрально разрыве: - композитные материалы - материалы, содержащие менее 50% (по массе) наполнителя	0-50 МПа Соответствует/не соответствует ≥ 34 МПа ≥ 25 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					- водопоглощение	0-32 мкг/мм ³ / 0-50 мкг/мм ³
					- водорастворимость	0-5 мкг/мм ³
					- рабочее время	≥1,5 мин
					- время отверждения	0-5 мин
					- чувствительность к окружающему освещению	60 с
					- глубина отверждения	≥2 мм
					- полное отклонение цветовых характеристик в координатах цвета CIELAB	2,5
					- коэффициент прозрачности	10 – 60 %
					- адгезионная прочность в соединении с твердыми тканями зуба	≥7 МПа
					- адгезионная прочность в соединении с металлом для каркаса несъемного зубного протеза	≥5 МПа
140.	ГОСТ ISO 7491	Стоматологические полимерные материалы	20.59.52	3407 00 3006 40	Цветостойкость	Соответствует/не соответствует
141.	ГОСТ Р 54966	Материалы для эластичных подкладок к съемным зубным протезам	20.59.52	3407 00	Идентификация: классификация Время эластичного восстановления после деформации Глубина пенетрации Маркировка, упаковка и инструкции изготовителя	Соответствует/не соответствует Тип А: ≤ 5 мин / Тип В: > 5 мин Класс 1: ≥ 1,5 мм / Класс 2 < 1,5 мм Соответствует/не соответствует
142.	ГОСТ Р 55745	Материалы полимерные стоматологические для герметизации углублений и фиссур зубов	20.59.52	3407 00	Идентификация: классификация Рабочее время для материалов класса 1 Время отверждения для материалов класса 1 Глубина отверждения для материалов класса 2 Прочность адгезионного соединения с эмалью зуба для материалов 1 и 2 классов	Соответствует/не соответствует ≥40 с 0-5 мин ≥1,5 мм ≥7 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					Маркировка, упаковка и инструкции изготовителя по применению	Соответствует/не соответствует
143.	ГОСТ ISO 1563	Стоматологический альгинатный оттисковый материал	20.59.52	3407 00	Внешний вид порошка	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид смешанного материала	Соответствует/не соответствует
					Время-смешивания	0-60 с
					Совместимость с гипсом и точность воспроизведения	Соответствует/не соответствует
					Восстановление-после деформации	≥95 %
					Деформация сжатия	Не менее 5 % и не более 20 %
					Прочность при сжатии	≥0,35 МПа
					Упаковка, маркировка и инструкции изготовителя	Соответствует/не соответствует
144.	ГОСТ 31566	Воск зуботехнический базисный	20.59.52	3407 00	Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Цвет	
					Внешний вид после нагревания над пламенем	
					Пластичность	Соответствует/не соответствует
					Остаток воска	Соответствует/не соответствует
					Окрашивающие компоненты	Соответствует/не соответствует
					Текучесть	0,2 % - 90 %
					Температура плавления	57,0 ± 5,0 °C
					Адгезия в условиях хранения	Соответствует/не соответствует
145.	ГОСТ 31567	Воск зуботехнический моделировочный	20.59.52	3407 00	Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Цвет	
					Размягчение	Соответствует/не соответствует
					Обрезка	Соответствует/не соответствует
					Текучесть	1 % - 90 %
146.	ГОСТ 31577	Протезы зубные металлические с защитными покрытиями	32.50.22	9021 21	Основные параметры	Соответствует/не соответствует
					Требования к основе протезов:	
					Ширина швов паяных соединений	0-0,5 мм
					Толщина сварных швов	0-1 мм
					Шероховатость наружной поверхности основного металла протезов Ra	≤ 0,2 мкм
					Толщина стенок коронок	≥ 0,15 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к покрытиям:	
					Общая толщина покрытия	От 2 до 5 мкм
					Разность электрических потенциалов между протезами с покрытиями	0-400 мВ
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
147.	ГОСТ ISO 1562	Сплавы стоматологические литейные	32.50.22	9021 21	Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует
					Механические свойства:	
					Минимальный предел текучести при остаточной деформации $\sigma_{0,2}$	80 – 360 МПа
					Минимальное относительное удлинение при разрушении	3 % – 18 %
					Отклонение плотности	0-0,5 г/см ³
					Электрохимия	Соответствует/не соответствует
					Информация и инструкции	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
148.	ГОСТ ISO 8891	Сплавы стоматологические литейные	32.50.22	7502 20 9021 21	Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует
					Механические свойства:	
					- предел текучести при остаточной деформации 0,2 % ($\sigma_{0,2}$)	≥80 МПа
					- относительное удлинение	3 % – 18 %
					- отклонение плотности	Соответствует/не соответствует
					Электрохимия	Соответствует/не соответствует
					Информация и инструкции изготовителя	Соответствует/не соответствует
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
149.	ГОСТ 6835	Золото и сплавы на его основе	32.50.22	7502 20 9021 21	Идентификация: марки	Соответствует/не соответствует
					Технические требования	Соответствует/не соответствует
150.	ГОСТ ISO 9333	Припои твердые	32.50.22	9021 29	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
					Механическая прочность твердоспаянного соединения (прочность на растяжение)	≥250 МПа
					Информация и инструкции	Соответствует/не соответствует
					Маркировка и этикетка	Соответствует/не соответствует
151.	ГОСТ Р ИСО 22674	Металлические материалы для несъемных и съемных протезов и конструкций	32.50.22	9021 21	Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует
					Механические свойства:	
					Предел текучести	≥80 МПа
					Относительное удлинение	0-18 %
					Модуль Юнга	≥150 ГПа
					Отклонение плотности	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Коррозионная стойкость материала	Соответствует/не соответствует
					Температурный коэффициент линейного расширения	Соответствие более чем на 0,5 · 10 ⁶ К ⁻¹
					Информация, инструкции и маркировка	Соответствует/не соответствует
152.	ГОСТ 31627	Заготовки из коррозионностойких сплавов на основе кобальта	32.50.22	9021 21	Идентификация: классификация, комплектность	Соответствует/не соответствует
					Масса	5 – 30 г
					Максимальный линейный размер	0-20 мм
					Твердость	260 – 450 HV ₁₀
					Механические свойства:	
					- предел текучести	≥500 Н/мм ²
					- относительное удлинение	0-3 %
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
153.	ГОСТ 31569	Заготовки из коррозионно-стойких (нержавеющих) сталей	32.50.22	9021 21	Идентификация: классификация, комплектность	Соответствует/не соответствует
					Масса	10 – 30 г с предельным отклонением по массе ±10 %
					Максимальный линейный размер	0-20 мм
					Твердость	≥160 HV ₁₀
					Механические свойства:	
					- предел текучести	≥250 Н/мм ²
					- относительное удлинение	≥15 %
					- упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Требования безопасности и охраны окружающей среды (экологичности)	Соответствует/не соответствует
154.	ГОСТ ISO 22112	Зубы искусственные для зубных протезов	32.50.22	9021 21 9021 29	Идентификация: классификация Размеры зубов	Соответствует/не соответствует
						Размеры зубов при испытании не должны отличаться более чем на 5 % для пластмассовых зубов и более чем на 7 % для керамических зубов от размеров, указанных изготовителем в карте фасонов
					Цвет и цветовые оттенки	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Водопоглощение	0-20 мкг/мм ³
					Водорастворимость	0-3 мкг/мм ³
					Требования к упаковке, маркировке и инструкции изготовителя	Соответствует/не соответствует
157.	ГОСТ 31568	Гипсы стоматологические	20.59.52	3407 00	Идентификация: классификация	-
					Текущее во время заливки	Тип 1: ≥ 70 мм
					Время схватывания и затвердевания	Тип 1: 2,5 – 5,0 мин Время схватывания не менее 3 мин
					Линейное расширение при затвердевании	Время затвердевания не более 30 мин
					Излом	0,15 % – 0,3 %
					Предел прочности при сжатии	Соответствует/не соответствует
					Воспроизведение деталей	4 – 35 МПа
					Устойчивость к климатическим воздействиям	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании	Устойчивы/ не устойчивы
					Герметичность тары	Герметична/ не герметична
					Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
158.	ГОСТ ISO 9694	Материал стоматологический формовочный на фосфатном связующем	20.59.52	3006 10 3006 40 3407 00	Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует
					Текущее во время заливки	Соответствует/не соответствует
					Время схватывания и затвердевания	Соответствует/не соответствует
					Линейное расширение при твердении	0-30 %
					Линейное расширение при нагревании	0-15 %
					Предел прочности при сжатии	$\geq 2,5$ МПа
					Устойчивость к климатическим воздействиям	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании	Устойчивы/ не устойчивы
					Герметичность тары	Герметична/ не герметична

1	2	3	4	5	6	7
					Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
159.	ГОСТ ISO 7490	Материал формовочный стоматологический на гипсовом связующем	20.59.52	3006 10 3006 40 3006 70 3407 00	Идентификация: классификация Внешний вид Текучесть во время заливки	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Диаметр основания затвердевшего формованного материала-типа 1-должен быть не менее 60 мм, типа 2 – не менее 40 мм 0-20 %
					Время схватывания и затвердевания	0-20 %
					Линейное расширение при твердении	0-20 %
					Линейное расширение при нагревании	0-20 %
					Предел прочности при сжатии	Тип 1: не менее 2,3 МПа Тип 2: не менее 2,6 МПа
					Устойчивость к климатическим воздействиям	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании	Устойчивы/ не устойчивы
					Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
160.	ГОСТ ISO 11244	Смесь огнеупорная стоматологическая для пайки твердым припоём	32.50.22	9021 29	Идентификация: классификация Внешний вид Текучесть Время твердения	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Не более 30% значения, указанного изготовителем
					Предел прочности при сжатии	2,0 – 100 МПа
					Линейное термическое расширение	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
161.	ГОСТ Р ИСО 10271	Металлические материалы	32.50.22	9021 21	Коррозионная стойкость	Соответствует/ не соответствует
162.	ГОСТ 31609	Материалы стоматологические цементные	32.50.22	3006 40 9021 21	Идентификация: классификация Материал Компоненты	Соответствует/не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
					Время твердения	4 – 10 мин
					Прочность при сжатии через 24 ч	5 – 35 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					Дезинтеграция через 24 ч	0-1,5 %
					Толщина пленки	0-25 мкм
					Упаковка и маркировка	Соответствует/не соответствует
163.	ГОСТ ISO 5833	Акрилцементы	32.50.22	3006 40 9021 21	Жидкий компонент:	Соответствует/не соответствует
					- внешний вид	Соответствует/не соответствует
					- стабильность	Не более $\pm 0,1$ мл
					- погрешность определения	
					Порошковый компонент:	Соответствует/не соответствует
					- внешний вид	Не более $\pm 0,1$ г
					- погрешность определения	
					содержимого	
					Жидкостно-порошковые смеси:	
					- время перемешивания	≤ 5 с
					- время отвердевания	3 - 15 с
					- максимальная температура	90 ± 5 °C
					- средняя сила сжатия	≥ 70 МПа
					- изгибающий момент (модуль изгиба)	≥ 1800 МПа
					- сила изгиба	≥ 50 МПа
					- интрузия	Не менее 2 мм
					- упаковка	Соответствует/не соответствует
					- маркировка	Соответствует/не соответствует
164.	ГОСТ 31578	Цементы стоматологические на водной основе	32.50.22	3006 40	Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует
					Материалы	Соответствует/не соответствует
					Компоненты	Соответствует/не соответствует
					Консистенция не отвержденного цемента	Соответствует/не соответствует
					Чувствительность к окружающему освещению (только для светоотверждаемых цементов)	Соответствует/не соответствует
					Начальное время твердения для светоотверждаемых цементов	Соответствует/не соответствует
					Время твердения	≥ 60 мин
					Глубина отверждения	≥ 1 мм
					Рентгеноконтрастность	Соответствует/не соответствует
					Цвет и цветостойкость	Соответствует/не соответствует
					Эксплуатационные (функциональные) требования:	
					- максимальная толщина пленки	25 мкм
					- чистое время твердения	2 - 8 мин

1	2	3	4	5	6	7
					- максимальная прочность при сжатии	70 – 1700 МПа
					- непрозрачность	0,32 – 0,90
					- минимальная прочность при изгибе	10 – 20 МПа
165.	ГОСТ Р ИСО 14356	Материалы дубликационные	32.50.50 20.59.52	3407 00	Упругое восстановление	≥96,50%
					Сопротивление раздиру	0,3–1,0 Н/мм
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Этикетка	Соответствует/не соответствует
					Инструкция по применению	Соответствует/не соответствует
166.	ГОСТ Р 56924 (ИСО 4049)	Материалы полимерные восстановительные	32.50.50 20.59.52	3407 00 3006 40	Толщина пленки материалов для фиксации	0–50 мкм
					Прочность при изгибе	50 – 100 МПа
					Цвет восстановительных материалов	Соответствует/не соответствует
					Цветостойкость после облучения и водопоглощения	Соответствует/не соответствует
					Рентгеноконтрастность	Соответствует/не соответствует
167.	ГОСТ Р 57620 (ИСО 15912)	Материал формовочный огнеупорный и материал для моделей	20.59.52 32.50.50 23.91.11 32.50.11 32.50.13	3407 00 3006 91 2513 20 9018 41 9018 49	Идентификация консистенция материал и отсутствие загрязнений	Соответствует/не соответствует
					Текущесть	0–30%
					Время схватывания и затвердевания	0–30%
					Прочность при сжатии	≥2 МПа
					Линейное расширение при твердении	До 15% значений
					Линейное термическое изменение размеров	0–20% значений
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
168.	ГОСТ Р 50349	Стоматологические вращающиеся инструменты	23.91.11	2513 20	Номинальный диаметр	0,5 – 30 мм
					Обозначение	Соответствует/не соответствует
169.	ГОСТ Р ИСО 7786	Инструменты стоматологические вращающиеся	23.91.11 32.50.11	2513 20 9018 49	Идентификация: материалы, формы	Соответствует/не соответствует
					Размеры:	
					- диаметр рабочей части, диаметр головки d	10, 5 мм
					- длина рабочей части l ₁	1,95 – 11,5 мм
					- общая длина l ₂	39 – 56 мм
					- угол рабочей части α	6° – 90°

1	2	3	4	5	6	7
					- биение	0 – 0,3 мм
					Инструкции изготовителя	Соответствует/не соответствует
					Маркировка абразивных инструментов	Соответствует/не соответствует
					Ярлык/ этикетка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
170.	ГОСТ ISO 15606	Пневматические инструменты для снятия зубных отложений и наконечники к ним	23.91.11 32.50.11	2513 20 9018 49	Идентификация конструкции	Соответствует/не соответствует
					Усилие извлечения наконечника	≥20 Н
					Крутящий момент	200 Н·мм
					Усилие вставления наконечника	≥50 Н и 700 Н·мм
					Работоспособность:	
					- частота	4000 – 40000 Гц
					- амплитуда	200 мкм
					- усилие потери скорости колебаний	0-10 Н
					Уровень шума	30 – 80 дБА
					Устойчивость к коррозии	Соответствует/не соответствует
					Напряжение для подачи света	Соответствует/не соответствует
					Инструкции по применению	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
171.	ГОСТ Р ИСО 15841	Проволока ортодонтическая	32.50.50 32.50.11	3006 91 9018 49	Идентификация конструкция	Соответствует/не соответствует
172.	ГОСТ Р ИСО 22374	Инструменты стоматологические электрические для удаления зубного камня и наконечники для них	32.50.11	9018 49 9018 49	Упаковка и маркировка	Соответствует/не соответствует
					Частота инструмента для удаления зубного камня при работе на заданных параметрах, рекомендованных изготовителем	18000 - 60000 Гц
173.	ГОСТ Р ИСО 13295	Дискодержатели	32.50.13 32.50.11	9018 41	Твердость по Виккерсу	≥250 Н/мм ²
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
174.	ГОСТ Р 50351.1	Корневые напильники, дрельборы, пульпоэкстракторы, рашпили, каналонаполнители, зонды и ватные иглы	32.50.11	9018 49	Размеры цветовое обозначение, идентификация	Соответствует/не соответствует
					Сопротивление излому при кручении и угловое отклонение	320 МПа
					Сопротивление изгибу	50 Н
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
175.	ГОСТ Р 50351.2	Каналорасширители	32.50.13 32.50.11	9018 49	Идентификация: обозначение	Соответствует/не соответствует
					Упаковка и маркировка	Соответствует/не соответствует
176.	ГОСТ ISO 7785-1	Высокоскоростные	32.50.11	9018 49	Идентификация: конструкция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		пневматические турбинные наконечники			Патрон (цанга): - усилие для вставления и извлечения испытательного мандрена - крутящий момент зажатого в патроне испытательного мандрена - биение Работоспособность: - скорость - крутящий момент ротора Подача воды и воздушной эмульсии: - скорость потока воды в наконечнике - расход воздуха, обеспечиваемый наконечником - присоединительные размеры - максимальное давление воздуха - уровень звука Устойчивость к воздействию коррозии Устойчивость к процедуре стерилизации Напряжение для подачи света Инструкция по использованию, технической эксплуатации и техническому обслуживанию Маркировка Упаковка	22 – 45 Н ≥1,6 Н·см 0 – 0,03 мм 16000 мин ⁻¹ (об/мин) 0,05 Н·см ≥50 см ³ /мин 0- 1,5 дм ³ /мин Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 30 – 80 дБА Соответствует/не соответствует ≥250 циклов Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
177.	ГОСТ ISO 7785-2	Прямые и угловые наконечники	32.50.11	9018 49	Идентификация: конструкция Размеры головки и носовой части и их наименования Зажимное устройство: - усилие для вставления и извлечения контрольных оправок - крутящий момент - биение Подача воды и воздуха: - скорость подачи воды	22 – 45Н / не менее 22Н / не менее 45 Н ≥1,6 Н·см 0,08 мм ≥50 мл/мин

1	2	3	4	5	6	7
					- скорость подачи воздуха	≥1,5 л/мин
					- соединение наконечника	Соответствует/не соответствует
					- устойчивость к стерилизации	≥250 циклов
					- повышение температуры	Соответствует/не соответствует
					Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
					Напряжение для подачи света	Соответствует/не соответствует
					Инструкция по эксплуатации, уходу и обслуживанию	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
178.	ГОСТ ISO 13397-1	Стоматологические кюретки, инструменты для снятия зубных отложений и экскаваторы	32.50.11	9018 49	Идентификация: классификация, материал	Соответствует/не соответствует
					Обработка поверхности	Соответствует/не соответствует
					Твердость рабочей части инструментов по Виккерсу	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к воздействию коррозии	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к тепловому воздействию	Устойчивы/ не устойчивы
					Соединение рабочей части и рукоятки инструмента	Соответствует/не соответствует
179.	ГОСТ ISO 13397-2	Периодонтальные кюретки	32.50.11	9018 49	Конструкция и размеры	Соответствует/не соответствует
					Ширина клинка	0,85 мм
					Толщина клинка	0,6 мм
					Высота клинка	(2,2 – 3,5) мм
					Высота хвостовика	(3,0 – 8,6) мм
					Длина до первого сгиба	(8,6 – 14,3) мм
					Угол резания	70°
					Угол смешения	(0 – 47) °
					Общая длина	≤178 мм
					Ширина клинка	(0,7 – 2) мм
					Толщина клинка	(0,4 – 1) мм
					Длина клинка	3,2±0,3 мм / не менее 7 мм / не менее 12 мм
					Высота клинка	(2,8 – 3,8) мм
					Высота хвостовика	(1,2 – 5,5) мм
					Длина до первого сгиба	(5,7 – 10,7) мм
					Радиус клинка	5 мм
					Угол клинка	(50 – 120)°
					Угол отклонения	(14-20)°
					Общая длина	≤178 мм
180.	ГОСТ ISO 13397-3	Инструменты для снятия зубных отложений	32.50.11	9018 49		

1	2	3	4	5	6	7
181.	ГОСТ ISO 13397-4	Стоматологические экскаваторы	32.50.11	9018 49	Идентификация: классификация форм	-
					Ширина лопатки	0,7 – 2,6 мм
					Толщина лопатки	0,4 – 1,0 мм
					Длина лопатки	2,5 мм
					Толщина шейки	0,5 – 1,3 мм
					Высота лопатки	1,3 – 6,7 мм
					Высота хвостовика	1,5 – 4,0 мм
					Угол лопатки	30° – 45°
					Угол поворота рабочего конца относительно оси	25° – 80°
					Максимальная общая длина	178 мм
					Крутящий момент	Выдерживает/не выдерживает
					Обозначение и маркировка	Соответствует/не соответствует
182.	ГОСТ ИСО 8170	Ручные режущие инструменты для восстановительной стоматологии	32.50.11	9018 49	Ширина лезвия	(0,7 – 2) мм
					Угол лезвия	(50 – 120)°
183.	ГОСТ Р ИСО 9173-1	Щипцы зубоврачебные	32.50.11	9018 49	Материалы	Соответствует/не соответствует
					Максимальная общая длина	0-178 мм
					Твердость	42 – 52 HRC
					Внешний вид поверхности	Соответствует/не соответствует
					Рисунок щечек шипцов	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к автоклавному	Устойчиво/не устойчиво
					Устойчивость к коррозии и тепловому воздействию	Устойчиво/не устойчиво
					Усилие раскрытия/закрытия в месте соединения	0,20 – 0,68 Нм
					Боковой люфт в закрытом и открытом положениях ручек	0 – 50 мм
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
184.	ГОСТ Р 50348.1	Стальные фрезы	32.50.11	9018 49	Идентификация: материал	
					Диаметр рабочей части, диаметр головки	3,75 – 16,15 мм
					Длина рабочей части, длина головки	(3,7 – 14) мм
					Минимальное число режущих кромок	8 – 30
					Радиальное биение	0-0,12 мм
185.	ГОСТ 22090.1	Боры стальные и твердосплавные	32.50.11	9018 49	Идентификация: материал	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Диаметр рабочей части, диаметр головки	0,52 – 5,1 мм
					Диаметр шейки	0,48 – 2,32 мм
					Длина рабочей части, длина головки	0,19 – 6,6 мм
					Общая длина	14 – 71 мм
					Число лезвий	6 – 12
					Радиальное биение	0,05 – 0,08 мм
					Прочность шейки:	
					- испытательная нагрузка	6,37 – 73,28 Н
					- остаточная деформация	0-0,05 мм
186.	ГОСТ 22090.2	Боры стальные и твердосплавные для окончательной обработки (финиры)	32.50.11	9018 49	Идентификация: материал	Соответствует/не соответствует
					Диаметр рабочей части, диаметр головки	0,72 – 3,18 мм
					Диаметр шейки	0,64 – 2,32 мм
					Длина рабочей части, длина головки	0,58 – 8,5 мм
					Общая длина	16 – 71 мм
					Число лезвий	8 – 36
					Радиальное биение	0-0,05 мм
					Прочность шейки:	
					Остаточная деформация	0-0,05 мм
187.	ГОСТ 30214	Стоматологические вращающиеся инструменты	32.50.11	9018 49	Номинальный диаметр рабочих частей	0,5 – 30 мм
188.	ГОСТ 30394.1	Стальные фрезы	32.50.11	9018 49	Диаметр рабочей части, диаметр головки	3,75 – 16,15 мм
					Длина рабочей части, длина головки	(3,7 – 14) мм
					Минимальное число режущих кромок	8 – 30
					Радиальное биение	0-0,12 мм
					Материал	Соответствует/не соответствует
189.	ГОСТ 30395.1	Корневые напильники, дрель-бор, пульпоэкстракторы, рапили, каналоутолщители, зонды и ватные иглы	32.50.11	9018 49	Диаметр рабочей части, диаметр головки	3,75 – 16,15 мм
					Длина рабочей части, длина головки	(2,5 – 14) мм
					Минимальное число режущих кромок	8 – 30
					Радиальное биение	0-0,12 мм
					Материал	Соответствует/не соответствует
190.	ГОСТ 30395.2	Каналорасширители	32.50.11	9018 49	Диаметр рабочей части	(0,5 – 1,9) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Диаметр шейки	0,6 – 1,45 мм
					Диаметр шейки на конце рабочей части	0,38 – 0,87 мм
					Диаметр шейки на конце оперативной части	0,36 – 0,83 мм
					Начальный диаметр направляющего конуса рабочей части	0,3 – 0,44 мм
					Длина рабочей части	2,5 – 15 мм
					Длина оперативной части	13 – 26 мм
					Длина оперативной части с шейкой	19 мм
					Общая длина	31,5 – 61,5 мм
					Расстояние от направляющего конуса рабочей части до сечения А-А	1,5 – 7,5 мм
					Количество режущих кромок	Не менее 3
					Обозначение и маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка и маркировка	
					Диаметр шейки инструментов	
					Длина рабочей части	
					Конусность	
					Радиальное биение	
					Прочность шейки	
					Наружный диаметр d, D	13,932 – 14,379 мм
					Внутренний диаметр d ₁ , D ₁	13,157 – 13,767 мм
					Средний диаметр d ₂ , D ₂	13,530 – 13,980 мм
191.	ГОСТ 27875	Наконечники стоматологические пневмоторбинные и муфты шлангов	32.50.11	9018 49	Шаг резьбы P _h =P	0,706 (36 витков на 1") / 0,635 (40 витков на 1")
192.	ГОСТ Р ИСО 7711-1	Инструменты алмазные	32.50.11	9018 49	Материал	Соответствует/не соответствует
					Размеры:	
					- номинальный диаметр d ₁	0,62 – 5,1 мм
					- диаметр d ₂	0-0,50 мм
					- длина головки l ₁	0,5 – 10,3 мм
					- длина l ₂	16,0 – 46 мм
					- угол α	2° – 60°
					- максимальный размер частиц	14 – 250 мкм
					- максимальное биение	0,07 – 0,14 мм
					Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
193.	ГОСТ Р ИСО 7711-2	Диски	32.50.11	9018 49	Прочность шейки	Соответствует/не соответствует
					Номинальный размер	140 – 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Диаметр отверстий	1,6 ^{+0,05} ₀ или 1,8 ^{+0,05} ₀ мм / 16 ^{+0,05} ₀ или 18 ^{+0,05} ₀ мм
					Диаметр d ₁	14 – 25 мм
					Диаметр d ₂	10 – 21 мм
					Длина l ₁	0,55 мм
					Длина l ₂	0,3 мм
					Предел текучести	≥800 Н/мм ²
					Радиальное биение	0,15 мм
					Присоединительная длина l ₃	(10 – 15) мм
194.	ГОСТ Р ИСО 7711-3	Инструменты алмазные	32.50.11	9018 49	Обозначение	Соответствует/не соответствует
					Цветовое кодирование	Соответствует/не соответствует
					Диапазон размеров крупниц	(4 – 213) мкм
					Средний размер зерна	(8 – 181) мкм
195.	ГОСТ Р ИСО 8325	Инструменты стоматологические вращающиеся	32.50.11	9018 49	Форма рабочей части	Соответствует/не соответствует
					Диаметр рабочей части	
					Диаметр шейки	
					Общая длина	
					Угол конуса рабочей части	
					Биение рабочей части	
					Прочность шейки	
					Неровность поверхности	
196.	ГОСТ ISO 9873	Инструменты стоматологические ручные	32.50.11	9018 49	Размеры:	
					- общая длина	0-178 м
					- размеры соединений между стержнями и ручкой	Соответствует/не соответствует
					- номинальный диаметр d ₁	16 – 30 мм
					- диаметр d ₂	d ₁ минус не более 2,5 – 3,0 мм
					Положение головки зеркала относительно стержня	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: материалы	Соответствует/не соответствует
					Корпус головки зеркала	Соответствует/не соответствует
					Отражающие поверхности	Соответствует/не соответствует
					Номинальное увеличение	2,8 – 3,3
					Искажения	Соответствует/не соответствует
					Прочность соединения корпуса со стержнем	Соответствует/не соответствует
					Ручки зеркала	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
197.	ГОСТ Р ИСО 7787-2	Карбидные лабораторные фрезы	32.50.11	9018 49	Идентификация: классификация, материалы	Соответствует/не соответствует
					Формы	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Размеры и число режущих кромок	Соответствует/не соответствует
					Длина хвостовика	38 мм
					Длина головки	3,25 – 14,5 мм
					Диаметр головки	3,7 – 7,3 мм
					Угол рабочей части	8° – 28°
					Зубья	Соответствует/не соответствует
					Бисение	0-0,08 мм
					Маркировка на инструменте	Соответствует/не соответствует
					Ярлык на упаковке	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
198.	ГОСТ ISO 13402	Инструменты хирургические и стоматологические ручные	32.50.11	9018 49	Устойчивость к автоклавному воздействию	Устойчивы/ не устойчивы
199.	ГОСТ ISO 7492	Зонды стоматологические	32.50.11	9018 49	Материал	Соответствует/не соответствует
					Обработка поверхности	Соответствует/не соответствует
					Твердость	≥480 HV1
					Прочность на разрыв	≥1700 МН·мм ²
					Устойчивость к коррозии	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к тепловому воздействию	Устойчивы/ не устойчивы
					Соединение рабочей части и рукоятки	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Максимальная общая длина	178 мм
					Размеры зондов:	
					- радиус рабочей кромки	2 – 11 мм
					- длина рабочей кромки	1,5 – 2,5 мм
					- угол рабочей кромки	20° – 130°
					- высота рабочей кромки	1,0 – 12,5 мм
					- высота рабочей части	2,5 – 9,5 мм
					- угол уклона	33° – 43°
200.	ГОСТ 25982	Наконечники стоматологические к микроприводу	32.50.11	9018 49	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Работоспособность в интервалах рабочих температур и относительной влажности	Работоспособны/не работоспособны
					Работоспособность при номинальной частоте вращения микропривода	Работоспособны/не работоспособны

1	2	3	4	5	6	7
					Присоединительные размеры прямых наконечников	25 – 32 мм
					Присоединительные размеры угловых наконечников	0,400 – 2,356 мм
					Внешний вид поверхности	Соответствует/не соответствует
					Шероховатость	0 – 0,63 мкм
					Масса	0 – 60 г
					Температура нагрева наружных поверхностей наконечников в рабочем состоянии	0-45°C
					Устойчивость к стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
					Взаимозаменяемость поворотных головок	Соответствует/не соответствует
					Крепление головки наконечника	Соответствует/не соответствует
					Усилие, необходимое для извлечения инструмента, зажатого в наконечнике	≥30 Н
					Усилие, прилагаемое к зажимному устройству наконечника, при зажатии или освобождении инструмента	0-30 Н
					Момент силы, прилагаемый при зажатии или освобождении инструмента	0-0,4 Нм
					Усилие вставления и извлечения режущего инструмента при освобожденном зажимном устройстве	0-3,0 Н
					Допускаемое осевое усилие на инструмент	0-30 Н
					Радиальное биение закрепленного в наконечнике инструмента	0-0,08 мм
					Вращающий момент, передаваемый наконечником режущему инструменту	≥6,0·10 ⁻² Нм
					Корректированный уровень звуковой мощности наконечника	30 – 61 дБА
					Безотказная наработка	≥150 ч
					Полный установленный ресурс	≥300 ч
					Комплектность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
201.	ГОСТ 19126	Инструменты медицинские металлические	32.50.13 32.50.11 26.60.11 21.20.24 32.50.22	9018 19 9018 31 9018 32 9018 39 9018 49 9018 50 9018 90	Маркировка, упаковка Идентификация: классификация, комплектность Внешний вид Твердость по Роквеллу Выступание головки и расклеванного конца винта оси замка над поверхностью Усилие свободного хода Радиусы притупления рабочих частей: - колпачих - зондирующих (кроме стержневых стоматологических и отгестняющих - зажимных (с зубчатой рабочей частью) Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации Устойчивость к воздействию температуры и влажности Маркировка, упаковка Идентификация: материалы Твердость по Роквеллу и Виккерсу Шероховатость поверхности Точка соприкосновения режущих кромок, отсутствие/наличие зазора Разнодлинность концов лезвий ножниц в сомкнутом положении Перекрытие концов режущих кромки Устойчивость к коррозии Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции,	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 28 – 66 HRC 0 – 0,5 мм Соответствует/не соответствует
202.	ГОСТ 21239	Ножницы	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Устойчивы/ не устойчивы Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 40 – 65 HRC (10 – 670 HV) Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0 – 0,2 мм 0 – 0,8 мм Устойчивы/ не устойчивы Устойчивы/ не устойчивы	Устойчивы/ не устойчивы Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 40 – 65 HRC (10 – 670 HV) Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0 – 0,2 мм 0 – 0,8 мм Устойчивы/ не устойчивы Устойчивы/ не устойчивы

1	2	3	4	5	6	7
					предстерилизационной очистки и стерилизации	
					Состояние поверхности	Соответствует/не соответствует
					Режущие свойства	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
203.	ГОСТ 21240	Скальпели и ножи медицинские	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Идентификация: классификация, материалы	-
					Основные размеры	100 – 320 мм
					Твёрдость рабочих частей	42 – 62 HRC
					Толщина защитно-декоративного покрытия	≥3 мм
					Прочность соединения составных частей	Соответствует/не соответствует
					Острота режущих кромок	Соответствует/не соответствует
					Ширина режущей кромки	0 – 3 мкм
					Острота концов остроконечных изделий	Соответствует/не соответствует
					Герметичность полых ручек	Соответствует/не соответствует
					Состояние поверхности	Соответствует/не соответствует
					Шероховатость поверхности режущих кромок, лезвий и пнеек	0,05 – 1,25 мкм
					Устойчивость к коррозии	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
204.	ГОСТ Р 50331	Скальпели со съёмными лезвиями	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Присоединительные размеры лезвий и ручек с малой присоединительной характеристикой: - угол α - длина с - длина d - ширина e - ширина f - длина l Присоединительные размеры лезвий и ручек с большой присоединительной характеристикой:	30° ±30' 4,40 – 4,65 мм 17,73 – 17,90 мм 2,31 – 2,48 мм 1,12 – 1,23 мм 0 – 9 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Информация, представляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
496.	ГОСТ 31515.2	Сфигмоманометры неинвазивные	26.60.12	9018 90	Падение давления вследствие утечки воздуха	0 – 4 мм рт.ст.
					Скорость снижения давления	2 – 5 мм рт.ст./с
					Быстрое срабатывание	0 – 10 с
					Расстояние между смежными штрихами шкалы	≥ 0,7 мм
					Толщина штрихов шкалы	0 – 20%
					Информация, представляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
497.	ГОСТ 31515.3	Сфигмоманометры неинвазивные	26.60.12	9018 90	Утечка воздуха в пневматической системе	0 – 6 мм рт.ст./мин
					Скорость срабатывания	2 – 5 мм рт.ст.
					Быстрое срабатывание воздуха	0 – 10 с
					Влияние температуры, влажности в условиях эксплуатации и хранения	Устойчивы/не устойчивы
					Дискретность показаний цифрового индикатора	1 мм рт.ст.
					Информация, представляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
498.	ГОСТ 30324.30	Приборы для автоматического контроля давления крови косвенным методом	26.60.12	9018 90	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на корпус и пациента	0 – 0,5 мА
					Электрическая прочность изоляции	Испытательное напряжение 1500 В
					Максимальное давление манжеты	30 – 300 мм р.ст.
					Время работы	0 – 180 с
					Время сбрасывания давления	≥ 30 с
					Воздушные зазоры и пути утечки	≥ 4 мм
499.	ГОСТ Р 50267.34	Приборы для прямого мониторинга кровяного давления	26.60.12	9018 90	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на пациента	0 – 0,05 мА
					Электрическая прочность изоляции	Испытательное напряжение 1500 В
					Время восстановления после разряда дефибрилятора	0 – 5 с

1	2	3	4	5	6	7
					Толщина гальванического покрытия	0 – 0,63 мкм
					Внешний вид режущих кромок	≥ 6 мм
					Острота режущих кромок	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к коррозии	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к климатическим воздействиям	Устойчивы/ не устойчивы
208.	ГОСТ 28519	Пилы медицинские	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Идентификация: материалы	Соответствует/не соответствует
					Твердость рабочих частей	423 – 800 HV (42 – 63 HRC)
					Внешний вид поверхности	Соответствует/не соответствует
					Эластичность провололочной пилы	Соответствует/не соответствует
					Равномерность нарезки зубьев	Соответствует/не соответствует
					Шероховатость поверхностей	0,10 – 2,5 мкм
					Толщина композитного покрытия	0 – 9 мкм
					Острота зубьев пилы	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к коррозии	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
209.	ГОСТ 28684	Фрезы хирургические	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Идентификация: материалы	Соответствует/не соответствует
					Твердость фрез	50 – 55 HRC
					Твердость рабочей части фрез	58 – 62 HRC
					Внешний вид режущих кромок	Соответствует/не соответствует
					Наличие гальванического покрытия	Соответствует/не соответствует
					Шероховатость фрез	0,63 – 1,25 мкм
					Состояние наружных поверхностей фрез	Соответствует/не соответствует
					Прочность	Наличие/отсутствие дефектов и биение

1	2	3	4	5	6	7
					Радиальное биение рабочей части относительно цилиндрической части хвостовика	0,10 – 0,30 мм
					Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
					Стойкость к коррозии	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к воздействию климатических факторов	Устойчивы/ не устойчивы
210.	ГОСТ 2034	Сверла спиральные	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Идентификация: размеры, класс точности, материалы	Соответствует/не соответствует
					Состояние зоны сварки	Соответствует/не соответствует
					Твердость рабочей части	61 – 68 HRC
					Твердость лапок сверл с коническим хвостовиком	30 – 46 HRC
					Твердость поводков сверл с цилиндрическим хвостовиком	≥27 HRC
					Состояние поверхностей	Соответствует/не соответствует
					Шероховатость поверхностей	0-20 мкм
					Поля допусков диаметров режущей части сверл в начале рабочей части	h8, h9
					Предельное отклонение длин сверл	Не более 3j _s 16
					Обратная конусность	0,02 – 0,08 мм на 100 мм длины
					Допуск симметричности сердцевин в радиусном выражении относительно оси рабочей части сверла	0,03 – 0,15 мм
					Допуск симметричности поводка сверл с цилиндрическим хвостовиком в радиусном выражении относительно оси хвостовика	0,050 – 0,090 мм
					Допуск прямолинейности главных режущих кромок	0,06 – 0,20 мм
					Допуск радиального биения по ленточкам на всей длине рабочей части сверла	0,05 – 0,30 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Допуск прямолинейности	0,03 – 0,06 мм
					Разность половин угла при вершине	0-1°30'
					Допуск симметричности поперечной кромки относительно оси рабочей части сверл	0,04 – 0,12 мм
					Маркировка на сверлах	Соответствует/не соответствует
					Маркировка транспортной и потребительской тары и упаковка	Соответствует/не соответствует
211.	ГОСТ Р 53519	Зажимы кровостопавливающие	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Идентификация: материалы	Соответствует/не соответствует
					Твердость браншей	40 – 48 HRC
					Твердость браншей зажимов	390 – 485 HV
					Качество изготовления	Соответствует/не соответствует
					Поверхность инструментов	Соответствует/не соответствует
					Отделка поверхности	Соответствует/не соответствует
					Упругость	Отсутствие/наличие разрушений, трещин и других остаточных деформаций
					Устойчивость к коррозии	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
212.	ГОСТ 21238	Нережущие шарнирные инструменты	32.50.13 32.50.21	9018 39 9018 49 9018 50 9018 90	Маркировка на инструменте	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: материалы	Соответствует/не соответствует
					Твердость термообработанных браншей	40 – 48 HRC (390 – 485 HV)
					Твердость пластин твердого сплава из карбида вольфрама	≥1000 HV
					Шероховатость поверхности	0-1,60 мкм
					Коррозионная стойкость	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
					Качество изготовления	Соответствует/не соответствует
					Состояние поверхности	Соответствует/не соответствует
					Упругость	Соответствует/не соответствует
					Функциональные свойства иглодержателей	Соответствует/не соответствует
					Маркировка на инструменте	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
213.	ГОСТ Р ИСО 15098-1	Пинцеты стоматологические	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Идентификация: материалы Максимальная общая длина Твердость рабочей части Состояние поверхности Устойчивость против коррозии Маркировка на инструменте	Соответствует/не соответствует 0-178 мм 390 – 550 HV Соответствует/не соответствует Устойчивы/ не устойчивы Соответствует/не соответствует
214.	ГОСТ 21241	Пинцеты медицинские	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Идентификация: материалы Твердость бранш Твердость упороченной части Твердость штифтов Состояние поверхности Шероховатость поверхностей Боковое смещение прилегающих рабочих частей Смыкание рабочих частей пинцетов Упругость браншей Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации	Соответствует/не соответствует 41 – 48 HRC ≥86 HRA 28 – 36 HRC Соответствует/не соответствует 0-1,25 мкм 0-0,15 мм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Устойчивы/ не устойчивы
215.	ГОСТ 30393	Скальпели со съёмными лезвиями	32.50.13.190	9018 49	Коррозионная стойкость	Устойчивы/ не устойчивы
216.	ГОСТ Р ИСО 16061	Инструменты, используемые совместно с неактивными хирургическими имплантатами	32.50.13.190	9021 90	Угловые размеры Размеры съёмного лезвия Размер ручки скальпеля Показатели назначения Конструкция Материалы Стерилизация Упаковка Информация, предоставляемая изготовителем	30° - 35° 1,18 – 24,27 мм 1,12 – 24,18 мм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
217.	ГОСТ 31998.1	Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения	27.40.14	8539 41 8539 49	Конструкция Маркировка Защита от случайного проникновения в резьбовых патронах Повышение температуры цоколя Сопротивление крутящему моменту Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 65 – 175 °C 0,3 – 3,0 Н·м Не менее 2 МОм

1	2	3	4	5	6	7
					Части, случайно оказавшиеся под напряжением	Соответствует/не соответствует
					Пути утечки	≥0,8 мм
					Безопасность в конце продолжительности горения	Безопасны/ не безопасны
					Взаимозаменяемость	Соответствует/не соответствует
					Наличие плавкого предохранителя	Присутствует/отсутствует
					Корректированный уровень звуковой мощности	
218.	ГОСТ Р 51873	Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые	20.13.13	2844 40	Активность радионуклида на тампоне методом мазка	0-0,2 кБк
219.	ГОСТ 26307	Источники гамма-излучения радионуклидные закрытые	20.13.13	2844 40	Мощность поглощенной дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
220.	ГОСТ Р 52125	Источники рентгеновского излучения радионуклидные закрытые	20.13.13	2844 40	Мощность поглощенной дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
221.	ГОСТ 23649	Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые	20.13.13	2844 40	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Конструкция	Соответствует/не соответствует
222.	ГОСТ 25926	Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые	20.13.13	2844 40	Классы прочности источника	1 – 5
223.	ГОСТ Р 50830	Источники закрытые радиоактивные	20.13.13	2844 40	Активность радионуклида на тампоне методом мазка	0-0,2 кБк
224.	ГОСТ Р 51919	Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые	20.13.13	2844 40	Активность радионуклида на тампоне методом мазка	0-0,2 кБк
225.	ГОСТ 16327	Комплекты упаковочных транспортных для радиоактивных веществ.	29.10.59	8705 90	Показатели назначения	Соответствует/не соответствует
					Конструкция	Соответствует/не соответствует
					Материалы	Соответствует/не соответствует
226.	СанПиН 2.6.1.1281-03	Радиоактивные материалы	-	-	Мощность поглощенной дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
227.	СанПиН 2.6.1.2523	Медицинские источники ионизирующего излучения	-	-	Мощность эффективной дозы	0-40 мкЗв/ч
228.	СанПиН 2.6.1.3289	Рентгеновские установки медицинского назначения	-	-	Мощность амбиента	0-10 мк Гр/ч
229.	СП 2.6.1.2612	Техногенные источники (медицинские)	-	-	Доза	0-1 мГр

1	2	3	4	5	6	7
230.	ГОСТ Р 52241	Источники ионизирующего излучения радиоуклидные закрытые	26.60.12 20.13.13	9018 14 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Классы прочности источника	1 - 5
231.	ГОСТ Р МЭК 62467-1	Дозиметрические приборы, используемые в брахитерапии	26.60.12 20.13.13	9018-14 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Мощность амбиента	0-10 мкГр/ч
232.	ГОСТ ISO 4090	Медицинские рентгенографические кассеты/экраны/пленки и пленки для твердых копий изображения.	26.60.11	9022 21 9022 90	Размеры	10 - 90 см
233.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-63	Рентгеновские дентальные экстраоральные аппараты	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Поглощенная доза рентгеновского излучения. Длительность экспозиции Керма в воздухе Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения. Мощность кермы в воздухе Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения Слой половинного ослабления (СПО) Анодное напряжение Анодный ток Длительность экспозиции	10 нГр - 9999 Гр 10 нГр - 9999 Гр 10 нГр/с - 1000 мГр/с 10 нГр/с - 1000 мГр/с 0,05 мкЗв - 10,0 Зв 50 нЗв/ч - 10,0 Зв/ч 1,0 - 14,0 мм Al 35 - 160 кВ 0,001 - 200 мА 1,0 мс - 6,0 с
234.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-65	Рентгеновские дентальные интраоральные аппараты	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19	Поглощенная доза рентгеновского излучения. Длительность экспозиции	10 нГр - 9999 Гр

1	2	3	4	5	6	7
				9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Керма в воздухе Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения. Мощность кермы в воздухе Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения Слой половинного ослабления (СПО) Анодное напряжение Анодный ток Длительность экспозиции Постоянная фильтрации	10 нГр – 9999 Гр 10 нГр/с – 1000 мГр/с 10 нГр/с – 1000 мГр/с 0,05 мкЗв – 10,0 Зв 50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч 1,0 – 14,0 мм Аl 35 – 160 кВ 0,001 – 200 мА 1,0 мс – 6,0 с 0,2 – 14 мм Аl
235.	ГОСТ ИЕС 60522	Излучатели рентгеновские	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90		
236.	ГОСТ Р МЭК 60336	Излучатели медицинские рентгенодиагностические	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Размеры фокусного пятна Функция расширения линии Функция передачи модуляции Степень размывания изображения	0,15 – 5,60 мм Соответствует/не соответствует ≥10% Меньше нормированного значения или равно ему
237.	ГОСТ Р 50755	Рентгенодиагностические трубки с вращающимся анодом	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Максимальное симметричное радиационное поле рентгенодиагностической трубки с вращающимся анодом	0 – 40 см
238.	ГОСТ Р 51746	Рентгеновская аппаратура в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Эксплуатационные параметры рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
239.	ГОСТ Р 51817	Рентгеновская аппаратура в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Постоянство качества изображения видеоконтрольных устройств: - отклонение значений яркости экрана от базового значения - отклонение значения яркости черного квадрата от базового значения - отклонение значения яркости белого квадрата - стабильность изображения и артефакты	 ±25% ±25% ±20% Соответствует/не соответствует
240.	ГОСТ 29025	Дефектоскопы рентгенотелевизионные с рентгеновскими электронно-оптическими преобразователями и электрорентгенографические	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Степень защиты Сопротивление изоляции силовых цепей Изоляция силовых цепей Мощность экспозиционной дозы излучения Уровень звукового давления	IP20 0-20 МОм Соответствует/не соответствует Не более $2,16 \cdot 10^{-11}$ А/кг 30 – 70 дБ Соответствует/не соответствует
241.	ГОСТ 25113	Аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Классификация Номинальное напряжение рентгеновской трубки Номинальный ток рентгеновской трубки Требования к электрическому питанию и присоединению к сети Сопротивление изоляции электрических цепей Воздействие испытательного напряжения Автоматический вывод на номинальный режим работы Возможность выполнения минимальной экспозиции Неравномерность дозы по полю облучения Нижняя граница диапазона регулирования напряжения на рентгеновской трубке	60 – 400 кВ ≥ 1 мА 220 или 380 В (±10%), (50±1) Гц ≥ 1,0 МОм 500 – 3000 В 0 – 5 с 0 – 30 с 0 – 20% 0 – 10 кВ

1	2	3	4	5	6	7
					Воспроизводимость заданного значения напряжения и тока рентгеновской трубки	0 – 1,0% - для напряжения 0 – 0,5% - для тока
					Усилие равномерного перемещения оператором передвижных аппаратов	0 – 250 Н
					Усилие поворота, переключения и фиксации рукояток штативов	0 – 50 Н
					Усилие равномерного перемещения подвижных частей штативов	0 – 100 Н
					Масса моноблоков аппаратов	0 – 56 кг
					Объем моноблоков аппаратов	0 – 0,065 м³
					Масса излучателей кабельных аппаратов	0 – 78 кг
					Размеры излучателей кабельных аппаратов	0 – 800 мм
					Масса пульта управления	0 – 20 кг
					Номинальная электрическая мощность на аноде рентгеновской трубки	Не менее 50% мощности, потребляемой от сети
					Устойчивость после воздействия климатических факторов	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Степень защиты	IP20
					Мощность дозы в воздухе от рентгеновских излучателей	0 – 10 мГр/ч
					Отклонение размеров поля облучения, формируемого коллиматором	Соответствует/не соответствует
					Длина дополнительного кабеля	Не менее 15 м
					Упаковка, маркировка	Соответствует/не соответствует
242.	MP № 0100/12883-07-34	Рентгеновские излучатели медицинских рентгенодиагностических аппаратов	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Радиационный выход рентгеновских излучателей	10 нГр/с – 1 мГр/с

1	2	3	4	5	6	7
243.	ГОСТ 26114	Дефектоскопы на базе ускорителей заряженных частиц	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Номинальные значения энергии ускоренных электронов и граничной энергии квантов тормозного излучения Номинальные значения средней мощности поглощенной дозы тормозного излучения Номинальные значения средней мощности поглощенной дозы ускоренных электронов Относительная нестабильность энергии ускоренных электронов Относительная нестабильность средней мощности поглощений дозы ускоренных электронов или тормозного излучения Продолжительность установления рабочего режима Масса составных частей (блоков) переносных дефектоскопов	0,5 – 50 МэВ 0,010 – 250 гр/мин 0,40 – 250 Гр/мин 0 – 5% 0 – 3%
244.	ГОСТ 4.198	Аппараты рентгеновские аналитические	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Номенклатура показателей качества	Соответствует/не соответствует
245.	ГОСТ Р МЭК 61267	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Условия излучения при определении характеристик	Соответствует/не соответствует
246.	ГОСТ 26140	Аппараты рентгеновские медицинские	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Питание аппаратов от сети	220 и (или) 380 В ($\pm 10\%$) (50 ± 1) Гц
					Номинальная кратковременная мощность при номинальном напряжении сети	0,50 – 100 Вт
					Пульсация анодного напряжения	0 – 12%

1	2	3	4	5	6	7
					Усилия поворота или переключения рукояток	0 – 50 Н
					Усилия перемещения подвижных частей рентгеновских штативных устройств	0 – 40 Н
					Усилия торможения экраноснимочного устройства	Не менее 150 Н
					Устойчивость при климатических и механических воздействиях	Устойчивы/не устойчивы
					Мощность дозы излучения на расстоянии 100 см от фокусного пятна в любом направлении	0 – 8,7 мГр/ч
					Степень защиты	IP20
					Сопрогивление изоляции электрических цепей	Не менее 10 МОм
					Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
247.	ГОСТ 22091.0	Приборы рентгеновские	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19	Общие требования к измерению параметров	Соответствует/не соответствует
				9022 21 9022 29 9022 30 9022 90		
248.	ГОСТ 22091.1	Приборы рентгеновские	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Ток и напряжение накала	0,001 – 2000 мА 22 – 160 кВ
249.	ГОСТ 22091.2	Приборы рентгеновские	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Ток и напряжение инъекции рентгеновских бетатронных камер	0,001 – 2000 мА 22 – 160 кВ
250.	ГОСТ 22091.3	Приборы рентгеновские	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19	Размер поля облучения	0 – 40 см

1	2	3	4	5	6	7
				9022 21 9022 29 9022 30 9022 90		
251.	ГОСТ 22091.4	Приборы рентгеновские	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Напряжение рентгеновской трубки	22 – 160 кВ
252.	ГОСТ 22091.5	Приборы рентгеновские	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Ток рентгеновской трубки	0,001 – 2000 мА
253.	ГОСТ 22091.6	Приборы рентгеновские	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19	Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения	10 нГр/с – 1 мГр/с
				9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения за импульс	1 нГр/имп – 5 мГр/имп
254.	ГОСТ 22091.9	Приборы рентгеновские	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Размеры эффективного фокусного пятна	0,2 – 1,6 мм
255.	ГОСТ 22091.11	Приборы рентгеновские	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Время готовности	1–10 мин
256.	ГОСТ 26141	Усилители рентгеновского изображения медицинских рентгеновских аппаратов	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19	Диаметр основного рабочего поля УРИ	≥320 мм
					Предел разрешения	≥3,4

1	2	3	4	5	6		7
					Геометрические искажения УРИ	0 – 12%	
				9022 21	Динамический диапазон УРИ	≥20	
				9022 29	Отношение сигнал – шум	≥34 дБ	
				9022 30	Смещение центра выходного изображения УРИ	0 – 5 мм	
				9022 90	Диаметр выходного изображения УРИ	≥18 мм	
					Время установления рабочего режима УРИ	0 – 15 мин	
					Устойчивость к внешним воздействиям	Устойчивы/не-устойчивы	
257.	ГОСТ 26145	Кассеты рентгеновские медицинские	26.60.11	9022 90	Размеры:		
					- формат кассеты	(9×12 – 35×43) см	
					- длина кассеты по внешнему контуру L	147,5 – 1227,5 мм	
					- ширина кассеты по внешнему контуру В	117,5 – 383,5 мм	
					- толщина S	15,0 – 16,5 мм	
					- длина l	91 – 1202 мм	
					- ширина b	121 – 358 мм	
					Масса	0,3 – 7,9 кг	
					Технические требования	Соответствует/не соответствует	
258.	ГОСТ ISO 9236-1	Системы экран/пленка для медицинской рентгенографии.	26.60.11	9022 90	Форма характеристической кривой, чувствительности и среднего градиента	Соответствует/не соответствует	
259.	ГОСТ Р ИСО 9236-3	Системы экран/пленка для медицинской рентгенографии.	26.60.11	9022 90	Форма характеристической кривой, чувствительности и среднего градиента для маммографии	Соответствует/не соответствует	
260.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-4	Рентгеновская аппаратура в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Мультиформатные камеры	26.60.11	9022 90	Постоянство параметров мультиформатной камеры	Соответствует/не соответствует	
261.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5	Рентгеновская аппаратура для компьютерной томографии	26.60.11	9022 90	Позиционирование стола пациента	±1 мм	
					Томографическая толщина среза	0,5 – 10 мм	
					Шум, среднее число КТ-единиц и однородность	Минус 1024 - 1024	
					Пространственное разрешение	0 – 5 пар линий/мм	

1	2	3	4	5	6	7
262.	ГОСТ Р ИСО 5799	Безэкранные медицинские и дентальные рентгенографические системы пленка/процесс обработки.	20.59.11	3701 10 3702 10	Маркировка плёнки и обозначения	Соответствует/не соответствует
263.	ГОСТ ISO 3665	Интраоральные дентальные радиографические пленки	20.59.11	3701 10 3702 10	Чувствительность по ИСО Средний градиент по ИСО Классификация Плотность основы и вуали пленок	Не более 400 ед 1 – 4,5 ед Соответствует/не соответствует Менее 0,25
264.	ГОСТ 27047	Экраны для рентгенокопии и флюорографии	26.60.11	9022 90	Маркировка Основные размеры: - ширина - длина Технические требования	Соответствует/не соответствует 128 – 400 мм 178 – 410 мм Края экранов должны быть обрезаны под углом 90°
265.	ГОСТ 27048	Экраны усиливающие медицинские	26.60.11	9022 90	Ширина окантовки из полимерной плёнки Устойчивость к климатическим факторам Основные размеры: - ширина - длина Технические требования	0 – 2,5 мм Устойчивы/не устойчивы 90 – 400 мм 120 – 1200 мм Края экранов должны быть обрезаны под углом 90°
266.	ГОСТ 31114.1	Средства защиты от рентгеновского излучения	26.60.11 14.22.30	9022 90	Радиус закругления углов экрана	Прямоугольность плоскости экрана должна быть такой, чтобы ее периметр находился между двумя прямоугольниками, один из которых построен с учетом минимального допуска, другой - с учетом максимального допуска. (8±1) мм
267.	ГОСТ 31114.2	Средства защиты от рентгеновского излучения	26.60.11 14.22.30	9022 90	Свинцовый эквивалент	0,01 – 5,0 мм. Рb
268.	ГОСТ 31114.3	Средства защиты от рентгеновского излучения	26.60.11 14.22.30	9022 90	Свинцовый эквивалент	0,01 – 5,0 мм. Рb
269.	ГОСТ Р 50267.2.54 (МЭК 60601-2-54)		26.60.11	9022 12 9022 13	Поглощенная доза рентгеновского излучения.	10 нГр – 9999 Гр

1	2	3	4	5	6	7
		Рентгеновские аппараты для рентгенографии и рентгеноскопии			Длительность экспозиции	10 нГр – 9999 Гр
					Керма в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения.	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Мощность кермы в воздухе	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	1,0 – 14,0 мм АИ
					Слой половинного ослабления (СПО)	35 – 160 кВ
					Анодное напряжение	0,001 – 200 МА
					Анодный ток.	1,0 мс – 6,0 с
					Длительность экспозиции	1,0 – 14,0 мм АИ
270.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-28	Медицинские диагностические рентгеновские излучатели	26.60.11	9018 13 9018 14 9022 13 9022 14 9022 21 9022 29	Слой половинного ослабления (СПО)	35 – 160 кВ
					Анодное напряжение	0,001 – 200 МА
					Анодный ток	1,0 мс – 6,0 с
					Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
271.	ГОСТ IEC 61676	Дозиметрические приборы	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Поглощенная доза рентгеновского излучения.	10 нГр – 9999 Гр
					Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения.	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Мощность кермы в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
					Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм АИ
272.	ГОСТ IEC 62220-1	Цифровые приемники рентгеновского изображения	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Квантовая эффективность	0 – 100 %

1	2	3	4	5	6	7
273.	ГОСТ Р МЭК 62220-1-2	Детекторы, используемые при маммографии	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Квантовая эффективность	0 – 100 %
274.	ГОСТ Р МЭК 62220-1-3	Цифровые приемники рентгеновского изображения	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Квантовая эффективность	0 – 100 %
275.	НП-053-16	Радиоактивные материалы	-	-	Безопасность при транспортировании радиоактивных материалов	Соответствует/не соответствует
276.	МУ 2.6.1.2944-11	Рентгенологические помещения	-	-	Эффективная доза	0,1 мкЗв – 20 мЗв
277.	МУ 2.6.1.2135-06	Рентгенологические помещения	-	-	Эффективная доза	0,1 мкЗв – 20 мЗв
278.	МУ 2.6.1.1892-04	Помещения для подразделений радионуклидной диагностики	-	-	Эффективная доза	0,1 мкЗв – 20 мЗв
279.	ГОСТ Р 51818	Фотолаборатории	26.60.11	9018 13 9022 14 9022 21 9022 29	Постоянство параметров Неактичность освещения	Соответствует/не соответствует
280.	ГОСТ ИЕС 60601-2-43	Рентгеновские аппараты для интервенционных процедур	26.60.11	9022 12 9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Поглощенная доза рентгеновского излучения. Длительность экспозиции Керма в воздухе Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения. Мощность кермы в воздухе Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения Слой половинного ослабления (СПО) Анодное напряжение Анодный ток Длительность экспозиции	10 нГр – 9999 Гр 10 нГр/с – 1000 мГр/с 10 нГр/с – 1000 мГр/с 0,05 мкЗв – 10,0 Зв 50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч 1,0 – 14,0 мм Аl 35 – 160 кВ 0,001 – 200 мА 1,0 мс – 6,0 с

1	2	3	4	5	6	7
281.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-43	Рентгеновские аппараты для интервенционных процедур	26.60.11	9022 12 9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Поглощенная доза рентгеновского излучения. Длительность экспозиции Керма в воздухе Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения. Мощность кермы в воздухе Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения Слой половинного ослабления (СПО) Анодное напряжение Анодный ток Длительность экспозиции Поглощенная доза рентгеновского излучения. Длительность экспозиции Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр 10 нГр – 9999 Гр 10 нГр/с – 1000 мГр/с 10 нГр/с – 1000 мГр/с 0,05 мкЗв – 10,0 Зв 50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч 1,0 – 14,0 мм Аl 35 – 160 кВ 0,001 – 200 мА 1,0 мс – 6,0 с 10 нГр – 9999 Гр 10 нГр – 9999 Гр 10 нГр/с – 1000 мГр/с 0,05 мкЗв – 10,0 Зв 50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч 1,0 – 14,0 мм Аl 35 – 160 кВ 0,001 – 200 мА 1,0 мс – 6,0 с 10 нГр – 9999 Гр
282.	ГОСТ ИЕС 60601-2-44	Рентгеновские компьютерные томографы	26.60.11	9022 12	Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения. Мощность кермы в воздухе Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения Слой половинного ослабления (СПО) Анодное напряжение Анодный ток Длительность экспозиции Поглощенная доза рентгеновского излучения. Длительность экспозиции Керма в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с 10 нГр/с – 1000 мГр/с 0,05 мкЗв – 10,0 Зв 50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч 1,0 – 14,0 мм Аl 35 – 160 кВ 0,001 – 200 мА 1,0 мс – 6,0 с 10 нГр – 9999 Гр
283.	ГОСТ ИЕС 60601-2-45	Маммографические рентгеновские аппараты и маммографические устройства для стереотаксиса	26.60.11	9022 14 9022 21 9022 29	Поглощенная доза рентгеновского излучения. Длительность экспозиции Керма в воздухе Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения. Мощность кермы в воздухе	10 нГр – 9999 Гр 10 нГр/с – 1000 мГр/с 10 нГр – 9999 Гр 10 нГр/с – 1000 мГр/с 10 нГр – 9999 Гр 10 нГр/с – 1000 мГр/с 10 нГр – 9999 Гр

1	2	3	4	5	6	7
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
					Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм Al
					Анодное напряжение	35 – 160 кВ
					Анодный ток	0,001 – 200 мА
					Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
284.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45	Маммографические рентгеновские аппараты и маммографические устройства для стереотаксиса	26.60.11	9022 14 9022 21 9022 29	Поглощенная доза рентгеновского излучения. Длительность экспозиции	10 нГр – 9999 Гр
					Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Мощность кермы в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
					Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм Al
					Анодное напряжение	35 – 160 кВ
					Анодный ток	0,001 – 200 мА
					Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
285.	ГОСТ ИЕС 60601-2-7	Рентгеновские питающие устройства диагностических рентгеновских генераторов	26.60.11	9022 90	Анодное напряжение	35 – 160 кВ
					Анодный ток	0,001 – 200 мА
					Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
286.	ГОСТ 30324.32	Вспомогательное оборудование рентгеновских аппаратов	26.60.11	9022 90	Воздействие влагой	Устойчивы/ не устойчивы
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Индикаторы и кнопки	Соответствует/не соответствует
					Инструкция по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
					Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
					Коэффициент безопасности	Соответствует/не соответствует
					Движущиеся части	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость при нормальной эксплуатации	Устойчивы/ не устойчивы
287.	ГОСТ 30324.0.3	Диагностические рентгеновские аппараты	26.60.11	9022 90	Поглощенная доза рентгеновского излучения.	10 нГр – 9999 Гр

1	2	3	4	5	6	7
					Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения.	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Мощность кермы в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
					Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм Аl
288.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3	Диагностические рентгеновские аппараты	26.60.11 26.70.17	9022 90 3006 30 9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 9010 10	Поглощенная доза рентгеновского излучения.	10 нГр – 9999 Гр
					Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Мощность кермы в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
					Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм Аl
289.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1	Рентгеновские аппараты для рентгенографии и рентгеновские аппараты для рентгенографии и рентгеноскопии	26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Осмотр Анодное напряжение Общая фильтрация Фокусное пятно Диафрагмирование и индикация размера пучка излучения Автоматическое управление экспозиционной дозой Пространственное разрешение	Соответствует/не соответствует 19 – 153 кВ Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
290.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2	Рентгеновские аппараты для маммографии	26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13	Осмотр Анодное напряжение Общая фильтрация Фокусное пятно рентгеновской трубки	Соответствует/не соответствует 19 – 153 кВ Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

7

1	2	3	4	5	6	7
294.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-2	Рентгенографические кассеты и сменщики пленки	26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Плотность прилегания рентгенографической пленки к усиливающим экранам	Соответствует/не соответствует
295.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6	Аппараты для рентгеновской компьютерной томографии	26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Шум при компьютерной томографии Однородность поля Пространственное разрешение Толщина слоя Точность положения стола для пациента	0 – 100 % 0 – 40 НУ 2,5 – 12,5 пар линий/см 0 – 54 мм Соответствует/не соответствует
296.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-7	Аппараты для интраоральной дентальной рентгенографии	26.60.11	9022 90 9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Размер радиационного поля	0 – 60 мм
297.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9	Аппараты для непрямой рентгеноскопии и непрямой рентгенографии	26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Излучение от блока источника рентгеновского излучения Изображение серой шкалы и режим автоматического управления интенсивностью Максимальная разрешающая способность высококонтрастных деталей для рентгеновского излучения	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0,5 – 10 пар линий/мм

1	2	3	4	5	6	7
298.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-10	Рентгеновские аппараты для маммографии	26.60.11	9022 30 9022 90 9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Оптическая плотность изображения Артефакты Высококонтрастная разрешающая способность Геометрические характеристики пучка излучения	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0 - ±10 мм
299.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11	Аппараты для общей прямой рентгенографии	26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Входное излучение: - поглощенная доза в воздухе (керма) - мощность кермы Входное излучение на поверхности приёмника изображения: - поглощенная доза в воздухе	10 нГр - 9999 Гр 10 - 10 ⁹ нГр/с 10 - 9,9·10 ¹² нГр
300.	ГОСТ 8.651	Медицинские изделия	26.51.66 28.99.39	9022 19 9030 10	Совпадение оптического и рентгеновского полей излучения Отклонение от перпендикулярности оси пучка излучения Пространственное разрешение Мощность дозы гамма - излучения	0 - ±50 мм 0 - 4,6° 0,6 - 10 пар линий/мм 10 мГр - 5000 Гр
301.	СанПиН 2.6.1.1192-03	Рентгеновские кабинеты и аппараты	-	-	Требования к размещению, организации работы и оборудованию рентгеновского кабинета Требования к передвижным и индивидуальным средствам радиационной защиты: - защитная эффективность передвижных средств радиационной защиты	Соответствует/не соответствует 0 - 0,15 мм Рb
302.	СанПиН 2.6.1.2368-08	Рентгеновские кабинеты и аппараты	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1 - 10 ⁶ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
303.	СанПиН 2.6.1.2573-10	Ускорители электронов	-	-	Требования к размещению ускорителей	Соответствует/не соответствует
304.	СанПиН 2.6.1.3164—14	Рентгеновские дефектоскопы	-	-	Требования к радиационной защите	Соответствует/не соответствует
305.	СП 2.6.1.3241—14	Радионуклидные дефектоскопы	-	-	Требования к системам блокировки и сигнализации	Соответствует/не соответствует
306.	СП 2.6.1.3247—15	Радоновые лаборатории, отделения радионотерапии	-	-	Требования к помещениям	Соответствует/не соответствует
307.	Р 2.2.2006-05	Рабочая среда	-	-	Требования к радиационной защите	Соответствует/не соответствует
308.	МР 01/8152-8-26	Ускорительные комплексы	-	-	Требования к системам блокировки и сигнализации	Соответствует/не соответствует
309.	МУ 2.6.1.1017-01	Медицинские учреждения бронхитерапии	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения	Не более 20 мкЗв/ч
310.	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгеновские кабинеты	-	-	Общие требования к устройству радоновых лабораторий	Соответствует/не соответствует
311.	МУ 2.6.1.2500-09	Подразделении радионуклидной диагностики	-	-	Мощность дозы гамма - излучения	10 нГр - 50 мГр
312.	МИ 2453-15	Радиационный контроль	-	-	Доза амбиентная (эквивалент дозы)	0,015 - 10 МэВ 50 нЗв - 10 Зв
313.	ГОСТ 31222.2	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения	26.60.11	9022 19 9022 90	Радиационный контроль	Соответствует/не соответствует
314.	ГОСТ 31222	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения	26.60.11	9022 19 9022 90	Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения	5·10 ⁻⁸ - 10 Зв/ч
					Эффективная доза	1·10 ⁻⁷ - 15 Зв
					Мощность эффективной дозы	1·10 ⁻⁷ - 100 Зв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1 - 10 ⁶ мкЗв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1 - 10 ⁶ мкЗв/ч
					Фактор преобразования	0,2 - 4,0
					Дисторсия	0,1-3,0 ед

1	2	3	4	5	6	7
315.	ГОСТ ИЕС 61262-1	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения	26.60.11	9022 19 9022 90	Размеры входного поля	0x0 – 43x43 см
316.	ГОСТ ИЕС 61262-3	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 90	Неравномерность яркости изображения	1 – 15 %
317.	ГОСТ ИЕС 61262-5	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения	26.60.11	9022 19 9022 90	Квантовая эффективность	1,0 100,0 %
318.	ГОСТ ИЕС 61262-6	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения	26.60.11	9022 19 9022 90	Контрастность	100 – 400 ед
319.	ГОСТ ИЕС 61262-7	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения	26.60.11	9022 19 9022 90	Функция передачи модуляции	1 – 100 %
320.	ГОСТ Р 50267.7	Рентгеновские питающие устройства диагностических рентгеновских генераторов	26.60.11	9022 19 9022 90	Анодное напряжение	35 – 160 кВ
321.	ГОСТ Р 50267.15	Рентгеновские генераторы с накопительным конденсатором	26.60.11	9022 19 9022 90	Анодный ток	0,001 – 200 мА
322.	ГОСТ 30324.28	Диагностические блоки источника рентгеновского излучения и рентгеновские излучатели	26.60.11	9022 19 9022 90	Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
323.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44	Рентгеновские компьютерные томографы	26.60.11	9022 12	Анодное напряжение	35 – 160 кВ
					Анодный ток	0,001 – 200 мА
					Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
					Поглощенная доза рентгеновского излучения.	10 нГр – 9999 Гр
					Длительность экспозиции	10 нГр – 9999 Гр
					Керма в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения.	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Мощность кермы в воздухе	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	1,0 – 14,0 мм Аl
					Слой половинного ослабления (СПО).	

1	2	3	4	5	6	7
					Анодное напряжение	35 – 160 кВ
					Анодный ток	0,001 – 200 мА
					Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
324.	ГОСТ Р МЭК 60789	Радионуклидные визуализирующие устройства гамма-камер типа Ангера	26.60.12	9018 14 9022 21 9022 29	Системная чувствительность	Соответствует/не соответствует
				9022 30 9022 90	Пространственное разрешение	0,6 – 10 пар линий/мм
					Коэффициент восстановления	Соответствует/не соответствует
325.	ГОСТ ИЕС 61675-1	Позитронные эмиссионные томографы	26.60.11 26.60.12	9018 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Томографическая чувствительность	Соответствует/не соответствует
326.	ГОСТ ИЕС 61675-2	Однофотонные эмиссионные компьютерные томографы	26.60.11 26.60.12	9018 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Пространственное разрешение	0,6 – 10 пар линий/мм
					Коэффициент восстановления	Соответствует/не соответствует
327.	ГОСТ ИЕС 61675-3	Системы визуализации всего тела на базе гамма-камеры	26.60.11 26.60.12	9018 14 9022 21 9022 29	Центр вращения	Соответствует/не соответствует
					Наклон головки детектора	Соответствует/не соответствует
					Смещение отверстий коллиматора	Соответствует/не соответствует
					Рассеяние	Соответствует/не соответствует
					Сопроводительные документы	Соответствует/не соответствует
328.	ГОСТ Р МЭК 61675-1	Позитронные эмиссионные томографы	26.60.12	9018 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Пространственное разрешение	0,6 – 10 пар линий/мм
					Коэффициент восстановления	Соответствует/не соответствует
329.	ГОСТ 31599	Кассеты медицинские для общей рентгенографии и маммографии	26.60.11	9022 90	Размеры	2 – 1228,5 мм
330.	ГОСТ 25642	Пленки радиографические и флюорографические	26.60.11	9022 90	Прямоугольность	Соответствует/не соответствует
331.	ГОСТ Р 51745	Экраны рентгенографические усиливающие медицинские	26.60.11	9022 90	Маркировка	Соответствует/не соответствует
332.	ГОСТ ИЕС 61303	Радионуклидные калибраторы	26.60.11 26.60.12	9018 14 9022 21 9022 90	Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Размеры	13 – 1200 мм
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
333.	ГОСТ Р МЭК/ГО 60977	Медицинские электронные ускорители	27.90.11	8543 70	Эксплуатационные документы	Соответствует/не соответствует
					Однородность радиационных полей	Соответствует/не соответствует
					Индикация расстояния по оси пучка излучения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Нулевое показание на поворотных шкалах	Соответствует/не соответствует
334.	ГОСТ ИЕС 61217	Аппараты дистанционные для лучевой терапии	26.60.13	9022 30 9022 90	Движения стола для пациента	Соответствует/не соответствует
					Системы координат	Соответствует/не соответствует
					Шкалы и цифровые дисплеи	Соответствует/не соответствует
					Движения частей аппарата	Соответствует/не соответствует
					Нулевые позиции аппарата	Соответствует/не соответствует
					Шкалы, градуировки, направления и дисплеи	Соответствует/не соответствует
335.	ГОСТ 30324.2.9	Дозиметры для лучевой терапии	26.60.13	9018 19 9018 90 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Идентификация: конструкции Устойчивость при транспортировании и хранении Электробезопасность: - токи утечки Комплектность Маркировка Упаковка	Соответствует/не соответствует Устойчиво /не устойчиво 0-0,5 мА Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
336.	ГОСТ 30324.8	Терапевтические рентгеновские аппараты	26.60.13	9022 19	Классификация Обозначение, маркировка и документы	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
					Излучение утечки	0 – 10 мГр
					Максимально допустимая мощность воздушной кермы	0,02 мГр в час
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
337.	ГОСТ 30324.15	Рентгеновские генераторы с накопительным конденсатором	26.60.11	9022 90	Идентификация: конструкции Электробезопасность: - разность потенциалов Комплектность Маркировка Упаковка	Соответствует/не соответствует ≥50 В Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
338.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-8	Аппараты рентгеновские терапевтические	26.60.13	9022 19	Идентификация: конструкции Излучение утечки Максимально допустимая мощность воздушной кермы Комплектность Маркировка Упаковка	Соответствует/не соответствует 0 – 10 мГр/с 0,02 мГр в час Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
339.	ГОСТ 26903	Пленки радиографические и	20.59.11	3701 10	Средний градиент	1-4,5 G

1	2	3	4	5	6	7
		флюорографические медицинские		3702 10		
340.	ГОСТ ИЕС 60580	Измерители произведения дозы на площадь	26.60.1	9022 90	Эксплуатационные требования Минимальный эффективный диапазон произведения дозы на площадь	Соответствует/не соответствует $1,0 \cdot 10^{-1} - 1,0 \cdot 10^6 \text{ мкГр} \cdot \text{м}^2$
					Минимальный эффективный диапазон произведения мощности дозы на площадь	$1,0 \cdot 10^{-2} - 1,0 \cdot 10^4 \text{ мкГр} \cdot \text{м}^2/\text{с}$
					Эквивалентная фильтрация ионизационной камеры	0-0,5 мм
341.	ГОСТ Р МЭК 60627	Отсеивающие растры и маммографические отсеивающих растров	26.60.11	9022 90	Конструкция отсеивающих растров	Соответствует/не соответствует
342.	ГОСТ Р 53938	Наборы реактивов для химико- фотографической обработки медицинских рентгеновских плёнок	21.20.23	3006 30	Маркировка и сопроводительные документы	Соответствует/не соответствует
343.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-1	Электронные ускорители	26.60.13	9022 90	Идентификация (упаковка – маркировка)	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Время воздействия на средства остановки	0-100 мс
					Дополнительное перемещение: - для вращательных движений	0-2°
					- для линейных перемещений	0-5 мм
					Минимальная скорость для каждого движения	$0-1^\circ \cdot \text{с}^{-1}$
344.	ГОСТ ИЕС 60601-2-1	Электронные ускорители	26.60.13	9022 90	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Время воздействия на средства остановки	0-100 мс
					Дополнительное перемещение: - для вращательных движений	0-2°
					- для линейных перемещений	0-5 мм
					Минимальная скорость для каждого движения	$0-1^\circ \cdot \text{с}^{-1}$
345.	ГОСТ ИЕС 60976	Медицинские ускорители электронов	26.60.13	9022 90	Угловые положения Расположение фантома Расположение точек измерения	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

I	2	3	4	5	6	7
					Поглощенная доза ионизирующего излучения	0,005 – 2,5 Гр
					Мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения	0,003 – 3,0 Гр/мин
					Геометрические размеры светового поля и радиационного поля, симметрия распределения радиационного поля	0 – 40 мм
346.	ГОСТ Р МЭК 60976	Медицинские ускорители электронов	26.60.13	9022 90	Угловые положения	Соответствует/не соответствует
					Расположение фантома	Соответствует/не соответствует
					Расположение точек измерения	Соответствует/не соответствует
					Поглощенная доза ионизирующего излучения	0,005 – 2,5 Гр
					Мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения	0,003 – 3,0 Гр/мин
					Геометрические размеры светового поля и радиационного поля, симметрия распределения радиационного поля	0 – 40 мм
347.	ГОСТ Р МЭК 62274	Системы записи и верификации лучевой терапии	26.60.13	9022 90	Требования безопасности	Соответствует/не соответствует
348.	ГОСТ 30324.11	Гамма-терапевтические аппараты	26.60.12	9018 14 9022 90	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на землю	0 – 10 мА
					Ток утечки на корпус	0 – 0,5 мА
					Скорость линейного движения	0 – 50 мм/с
349.	ГОСТ Р МЭК 61859	Кабинеты лучевой терапии	26.60.13	9022 21	Информация, предоставляемая изготовителем аппарата для лучевой терапии	Соответствует/не соответствует
350.	ГОСТ IEC 61168	Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии	26.60.13	9022 30 9022 90	Размер ограниченного радиационного поля	0 – 500 мм, 0 – 100 %
					Движение стола для пациента и штатива	0 – 1000 мм, 0 – 360°
					Расхождение светового и радиационного полей	0 – 500 мм, 0 – 100 %
351.	ГОСТ IEC/TS 61170	Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии.	26.60.13	9022 30 9022 90	Нормирование значений эксплуатационных характеристик	Соответствует/не соответствует
352.	ГОСТ 30324.2.29		26.60.13	9022 30	Классификация	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии		9022 90	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на землю	0 – 20 мА
					Ток утечки на корпус	0 – 0,5 мА
					Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения	0 – 50 мм
353.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-29	Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии	26.60.13	9022 30 9022 90	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на землю	0 – 20 мА
					Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения	0 – 50 мм
354.	ГОСТ Р МЭК 61217	Аппараты дистанционные для лучевой терапии.	26.60.13	9022 30 9022 90	Координаты, перемещения и шкалы	Соответствует/не соответствует
355.	ГОСТ Р МЭК 62083	Системы планирования лучевой терапии	26.60.12 26.60.13	9018 14 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19	Общие требования к эксплуатационной безопасности	Соответствует/не соответствует
				9022 21 9022 29 9022 30 9022 90		
356.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-17	Аппараты для брахитерапии с автоматическим управлением	26.60.13	9022 90	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Мощность эквивалентной дозы	0 – 0,01 мЗв/ч
357.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-17-2017	Оборудование для брахитерапии	26.60.13	9022 21 9022 29	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Мощность эквивалентной дозы	0 – 0,01 мЗв/ч
358.	ГОСТ 24658	Аппараты радиоизотопные терапевтические внутритриполостные для контактного облучения	26.60.13	9022 21 9022 29	Работоспособность от сети электропитания	Работоспособны/не работоспособны
					Время готовности	0 – 3 мин
					Устойчивость к климатическим и вибрационным воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Потребляемая мощность	0 – 2 кВт
					Усилие для перемещения органов управления	0 – 50 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Мощность эквивалентной дозы излучения	0 – 8,34 · 10 ⁻⁹ Вт/кг
					Уровень звука	30 – 55 дБА
					Токи утечки на корпус	0 – 3 мА
					Путь тока утечки	≥ 1,7 мм
					Воздушный зазор	≥ 0,8 мм
					Электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
					Длина заземляющего проводника	≥ 5 м
359.	ГОСТ 23643	Аппараты радиоизотопные терапевтические внутриполостные для контактного облучения	26.51.41	9030 10	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от закрытого радионуклидного источника излучения	(14 – 4480) · 10 ⁻² А/кг, (Р/с) (55 – 1760) · 10 ⁻⁶ А/кг, (Р/с)
360.	ГОСТ 23154	Аппараты гамма-терапевтические статические и ротационные для дальнедистанционного облучения	26.60.12 26.60.13 20.13.13	9018 14 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29	Классификация Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от закрытого радионуклидного источника излучения Диаметр активной части источника	Соответствует/не соответствует 2,58 · 10 ⁻⁴ – 7,74 · 10 ⁻⁴ А/кг 9; 12; 15; 20 мм
				9022 90	Время перемещения затвора радиационной головки	0 – 5 с
					Расстояние от торца источника до стола	75 – 150 см
					Количество независимых перемещений опорной панели стола	≥ 5
					Поворот опорной панели стола относительно его основания от среднего положения	± 180°
					Продольное перемещение опорной панели стола	≥ 70 см
					Поперечное перемещение	≥ ± 90 см
					Вертикальное перемещение опорной панели стола	≥ 40 см
					Минимальная высота опорной панели стола над уровнем пола	50 – 95 см
					Максимальная высота опорной панели стола над уровнем пола	115 – 135 см
					Длина опорной панели стола	≥ 200 см

1	2	3	4	5	6	7
					Ширина опорной панели стола	≥40 см
					Номинальное значение напряжения трехфазного переменного тока частоты 50 Гц	220/380 В
					Диапазон работы измерителя времени	0,1 – 99,9 мин
					Усилия для перемещения органов управления и узлов аппаратов	0-150 Н
					Корректированный уровень звуковой мощности звуковой сигнализации	≥65 дБА
					Корректированный уровень звуковой мощности	30 – 65 дБА
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
361.	ГОСТ Р 56138	Протезы верхних конечностей	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Идентификация: материалы, комплектность	Соответствует/не соответствует
					Общие требования	Соответствует/не соответствует
					Требования надежности	Соответствует/не соответствует
					Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести	Устойчивы/ не устойчивы
					Эргономические требования	Соответствует/не соответствует
					Конструктивные требования:	
					- угол сгибания	40° – 60°
					- угол разгибания	165° – 170°
					- размеры	Соответствует/не соответствует
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
362.	ГОСТ Р ИСО 22523	Протезы конечностей и ортезы наружные	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Идентификация: материалы	Соответствует/не соответствует
					Общие требования	Соответствует/не соответствует
					Электробезопасность	Соответствует/не соответствует
					Температура поверхностей	Соответствует/не соответствует
					Конструкция	Соответствует/не соответствует
					Технические требования	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
363.	ГОСТ Р 52114		32.50.22	9021 10	Размеры	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Узлы механических протезов верхних конечностей		9021 29 9021 31	Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести	От минус 10 °С до плюс 40 °С и влажности воздуха 100% при температуре плюс 25 °С
364.	ГОСТ Р 51191	Узлы протезов нижних конечностей	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Требования надежности: - назначенный срок службы узлов (кроме узла стопы) - назначенный срок службы узла стопы	Соответствует/не соответствует
					Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести	Соответствует/не соответствует
365.	ГОСТ Р 52878	Туторы на верхние и нижние конечности	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Конструктивные требования Размеры	Соответствует/не соответствует Длина 90 – 290 мм Ширина 48 – 90 мм
					Требования надежности	Соответствует/не соответствует
					Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести	Соответствует/не соответствует
					Конструктивные требования	Соответствует/не соответствует
					Требования к гильзам и элементам крепления	Соответствует/не соответствует
					Требования к косметическим оболочкам	Соответствует/не соответствует
366.	ГОСТ Р 53869	Протезы нижних конечностей	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Требования надежности Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
					Конструктивные требования	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
367.	ГОСТ 29097	Изделия корсетные	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Упаковка Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	Соответствует/не соответствует 15 кВ/м
					Размеры	68 – 108 мм
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
368.	ГОСТ Р 54407	Обувь ортопедическая	32.50.22	9021 10	Идентификация: классификация, материалы Линейные размеры обуви и ее деталей:	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- высота обуви	≥410 мм
					- высота задников	32 – 56 мм
					Высота каблука в детской обуви	0 – 30 мм
					Внешний вид готовой обуви	Соответствует/не соответствует
					Пороки обуви	0 – 10 мм
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
369.	ГОСТ Р 54739	Обувь ортопедическая	32.50.22	9021 10	Идентификация: классификация, материалы	Соответствует/не соответствует
					Размер (длина стопы)	105 – 305 мм
					Требования надежности	Соответствует/не соответствует
					Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести	Соответствует/не соответствует
					Конструктивные требования	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
370.	ГОСТ Р 57765	Изделия протезно-ортопедические	32.50.22	9021 10	Идентификация внешний вид, показатели назначения	Соответствует/не соответствует
					Технические требования	Соответствует/не соответствует
					- ушение в локтевой тне	30 – 80 Н
					- угол между осями гильзы предплечья и плеча	165° – 170°
					Устойчивость при транспортировании и хранении	Устойчиво /не устойчиво
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
371.	ГОСТ Р 57770	Матрацы ортопедические	32.50.50 32.50.22	3006 10	Идентификация внешний вид, внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Масса	Соответствует/не соответствует
					Габаритные размеры:	
					- длина	1860 – 2050 мм
					- ширина	600 – 1800 мм
					Высота:	
					- пружинный матрац	≥180 мм
					- беспружинный матрац	≥160 мм
					Основные параметры матрацев:	
					- масса потребителя	До 60 кг для мягких 60-90 кг для средней жесткости

1	2	3	4	5	6	7
						0-90 кг для повышенной жесткости
					- диаметр пружины	≥60 мм для мягких ≥40 мм для средней жесткости ≥20 мм для повышенной жесткости
					- количество пружин на м ²	250 – 290 шт для мягких 500 – 580 шт для средней жесткости 1000 – 1160 шт для повышенной жесткости
372.	ГОСТ Р 57764	Трости опорные и костыли подмышечные	32.50.22 32.50.22	9021 10 6602 00	Идентификация внешний вид, показатели назначения Конструктивные требования: - масса опорной трости - масса костыля подмышечного - ширина рукоятки изделия Механические свойства Устойчивость при транспортировании и хранении Усилие управления элементами фиксации	Соответствует/не соответствует
						0 – 1,5 кг 0 – 3 кг Не менее 25 мм и не более 50 мм Соответствует/не соответствует Устойчиво /не устойчиво 5 – 36 Н
					Комплектность Маркировка Упаковка	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
373.	ГОСТ Р 57768	Бандажи ортопедические на суставы верхних и нижних конечностей	32.50.22	9021 10	Идентификация: конструкции и материалам Устойчивость при транспортировании и хранении Комплектность Маркировка Упаковка	Устойчиво /не устойчиво Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
374.	ГОСТ Р 57771	Узлы электронные протезов верхних и нижних конечностей	32.50.22	9021 10 9021 31	Идентификация: конструкции и материалам Устойчивость при транспортировании и хранении Комплектность Маркировка Упаковка	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
375.	ГОСТ Р 53346	Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности	32.50.22 32.50.23	9021 10 9021 29	Стойкость к внешним воздействиям и живучести	Устойчивы /не устойчивы Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Устойчивы /не устойчивы

1	2	3	4	5	6	7
				9021 31	Конструктивные требования: - изгибающий момент в сагиттальной плоскости - испытательная сила Р Требования к голеностопным узлам: - регулируемое угловое перемещение шины-лапки в сагиттальной плоскости от нулевого положения - смещение оси Требования к коленным узлам: - угловое перемещение в коленном узле в сагиттальной плоскости от нулевого положения - смещение оси в коленном одноосном узле Требования к тазобедренным узлам: - угловое перемещение шин в сагиттальной плоскости от нулевого положения - угловое перемещение шины вертлуга во фронтальной плоскости от нулевого положения - смещение оси в узлах Комплектность Упаковка Маркировка Идентификация: классификация Размеры: - окружность шеи - высота Стойкость к внешним воздействиям и живучести Конструктивные требования: - масса	4 – 89 Н·м 88 – 1461 Н Не более 20° в сторону тыльного сгибания и не более 30° в сторону подошвенного сгибания 11 – 25 мм 95° – 120° 8 – 22 мм 95° – 120° в сторону сгибания и не более 15° в противоположную сторону Не более 5° в сторону приведения и не более 12° в сторону отведения 0 – 16 мм Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует 30,0 – 55,0 см 4,0 – 10,0 см Устойчиво/ не устойчиво 0-20 кг
376.	ГОСТ Р ИСО 15032	Протезы	32.50.22 32.50.23	9021 10 9021 29 9021 31		
377.	ГОСТ Р 57892	Корсеты ортопедические, головодержатели	32.50.22	9021 10 9021 29		

1	2	3	4	5	6	7
					- удельная плотность листовых полимерных материалов Требования к гильзам и элементам крепления: - толщина смягчающего слоя (чехла)	До 160 кг/м³ 3 – 10 мм
378.	ГОСТ Р 53800	Колodки обувные ортопедические	32.50.23	9021 10 9021 90	Идентификация: классификация Размеры: - высота приподнятости носочной части колодки - стойкость к внешним воздействиям и живучести Маркировка Материал Упаковка	Соответствует/не соответствует ≥6 мм Устойчиво/не устойчиво Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
379.	ГОСТ Р 53868	Узлы протезов нижних конечностей для детей	32.50.22 32.50.23	9021 10 9021 29 9021 31	Стойкость к внешним воздействиям и живучести Конструктивные требования: - предельная испытательная сила при статических испытаниях до разрушения - максимальная испытательная сила при циклических испытаниях	Устойчивы/не устойчивы 370 – 2250 Н 250 – 610 Н
					- усилия воздействия на рычаги замковых и регулировочных устройств - максимальная масса узлов - высота приподнятости пятки узла стопы - компенсирующий момент - материал	0-30 Н 0,10 – 0,60 кг (5±5) мм 2 – 5 Н Соответствует/не соответствует
380.	ГОСТ Р ИСО 10328	Протезы нижних конечностей	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Проверочная прочность Предельная прочность Маркировка	300 МПа 500 МПа Соответствует/не соответствует
381.	ГОСТ Р ИСО 22675	Голеноstopные узлы и узлы стоп протезов нижних конечностей	32.50.22 32.50.23	9021 10 9021 29 9021 31	Идентификация классификация и обозначение Предельная прочность Усталостная прочность Маркировка	Соответствует/не соответствует 150 МПа 350 МПа Соответствует/не соответствует
382.	ГОСТ ISO 8319-1	Инструменты ортопедические	32.50.22	9021 10	Размеры:	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- ширина по граням шестигранника	1,475 – 4,500 мм
					- диаметр по выступам	1,650 – 5,130 мм
					- длина шестигранной части	Не менее 2 – 6 мм
					Идентификация - материалы и марки металлов	Соответствует/не соответствует
					Твердость	45 – 54 HRC
					Требования к испытанию на крутящий момент	Отсутствие / отсутствие разрушений
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
383.	ГОСТ ISO 8319-2	Инструменты ортопедические	32.50.22	9021 10	Идентификация (виды отверсток)	Соответствует/не соответствует
					Размеры:	
					- толщина a	1,03 – 1,13 мм
					- ширина b	4,8 – 5,6 мм
					- материалы и классы	Соответствует/не соответствует
					- твердость	48 – 50 HRC
					- крутящий момент	Отсутствие / отсутствие разрушения
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
384.	ГОСТ Р 51632	Технические средства реабилитации людей с ограниченными жизнедеятельности	32.50.50	9018 90 9402 90 8713 10 8713 90 8714 20	Общие положения	Соответствует/не соответствует
					Требования назначения	Соответствует/не соответствует
					Требования надежности	Соответствует/не соответствует
					Требования стойкости к внешним воздействиям	Устойчивы/ не устойчивы
					Требования к уровням шума, вибрации и радиопомех	Соответствует/не соответствует
					Масса переносных ТСР	0 – 20 кг
					Усилие нажатия приводного элемента	0 – 5 Н
					Усилие, необходимое для прижимания приводного элемента поворотных выключателей и переключателей ТСР	0 – 5 Н
					Размеры	Соответствует/не соответствует
					Уровень звукового давления звукового сигнализатора	Соответствует/не соответствует
385.	ГОСТ Р ИСО 11334-4	Трости с тремя или более ножками	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Рукоятка:	
					- ширина рукоятки	не менее 25 мм и не более 50 мм
					Секция ножек и наконечники:	

1	2	3	4	5	6	7
					- диаметр части наконечника, которая соприкасается с опорной поверхностью	≥35 мм
386.	ГОСТ Р ИСО 11334-1	Костыли локтевые	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Ширина рукоятки	не менее 25 мм и не более 50 мм
387.	ГОСТ Р ИСО 11199-3	Ходунки с опорой на предплечье	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Ширина рукоятки Минимальный диаметр части наконечника, контактирующей с поверхностью перемещения	не менее 20 мм и не более 50 мм 35 мм
388.	ГОСТ Р 57769	Противопролежневые изделия	32.50.50	3006 10	Идентификация: типы Основные параметры матрацев: - габаритные размеры - максимальная нагрузка - давление компрессора (входящего в состав матраца) Уровень шума, создаваемого компрессором (входящего в состав матраца)	Соответствует/не соответствует 800×1900 мм – 2000 ×2000 мм 120 – 160 кг 40 – 100 мм.рт.ст. 30 – 50 дБА
					Основные параметры подушек: - габаритные размеры - максимальная нагрузка - давление компрессора (входящего в состав матраца) Уровень шума, создаваемого компрессором (входящего в состав матраца)	400×300 мм – 500 ×700 мм 100 – 110 кг 40 – 100 мм.рт.ст. 30 – 50 дБА
389.	ГОСТ Р 52871	Дисплеи для слабовидящих	26.20.17	8471 90	Устойчивость к внешним воздействиям Напряженность электрической составляющей переменного электромагнитного поля дисплея	Устойчивы /не устойчивы 10 В/м в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц / 1 В/м в диапазоне частот от 2 до 400 Гц
390.	ГОСТ Р 52873	Синтезаторы речи	26.20.16	8471 60	Требования к входным и выходным данным: - отсчеты сигнала - частота дискретизации - алгоритм работы программных средств	Соответствует/не соответствует 8000 – 44100 Гц Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Объемно- временные характеристики программных средств:	
					- процент загрузки центрального процессора	Не более 25% (при тактовой частоте процессора 3ГГц)
					- объем требуемой оперативной памяти	0 - 120 Мб
391.	ГОСТ Р 51633	Устройства и приспособления реабилитационные	32.50.22 32.50.50	8713 90	Требования назначения	Соответствует/не соответствует
					Требования надежности	Соответствует/не соответствует
					Стойкость к внешним воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Требования эргономики	Соответствует/не соответствует
					Требования технологичности	Соответствует/не соответствует
					Конструктивные требования:	
					- масса манипулятора	0 - 0,150 кг
					- максимальные осевые нагрузки на манипуляторе	50 Н
					- максимальное разведение консолей органов захвата	60 мм
					- радиус внутреннего отверстия зацепа	50 - 70 мм
					- масса устройства для сбора мусора	0 - 1 кг
					- длина рукоятки устройства для сбора мусора	85 - 115 см
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
392.	ГОСТ Р 51076	Тренажеры слухо-речевые реабилитационные	32.50.21	9019 10	Требования стойкости к внешним воздействиям	Устойчиво/не устойчиво
393.	ГОСТ Р 50918	Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля	26.20.16	8471 60	Число символов	Соответствует/не соответствует
					Размеры элемента символа на рабочей поверхности:	1, 4, 12, 20, 40, 80 в одной строке / 160, 320, 640 на многострочных устройствах
					- основной диаметр d	1,5 - 1,7 мм
					- высота h	0,5 - 0,6 мм
					- разброс элементов символов	Не более 0,1d мм по вертикали и не более 0,1d мм по горизонтали
					- основной шаг строк	

1	2	3	4	5	6	7
					- основной шаг символов	10 мм для 6-точечного представления / 12,5 мм для 8-точечного представления
					- взаимное расположение соседних элементов символа (расстояние между центрами соседних элементов символа на рабочей поверхности)	6,0 мм
					- время отображения символов	2,4 – 2,6 мм
					- требования назначения	Не более 0,01; 0,005; 0,001 с
					Стойкость к внешним воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Конструктивные требования	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Указания по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
					Типы	Соответствует/не соответствует
					Общие технические требования:	
					- минимальная длина свободного участка	Соответствует/не соответствует
394.	ГОСТ Р 51261	Устройства опорные стационарные реабилитационные	-	-	- форма и размеры	Не менее 100 мм для захвата всей кистью руки
					- расстояние между опорным устройством и ближайшим элементом оборудования или стенками помещения	Соответствует/не соответствует
					- поверхность опорных устройств	≥40 мм
					- прочность	Соответствует/не соответствует
395.	ГОСТ Р ИСО 18113-1	Медицинские изделия для диагностики in vitro	32.50.50	9018 90 9402 90 8713 10 8713 90 8714 20	Общие требования к информации, предоставляемой изготовителем:	
					- символы и окраски для идентификации	Соответствует/не соответствует
					- значения и номенклатура	Соответствует/не соответствует
					- микробиологический статус	Соответствует/не соответствует
					- инструкции по применению	Соответствует/не соответствует
					- изменения в медицинском изделии для диагностики in vitro	Соответствует/не соответствует
					- обнаружение остаточных рисков	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- идентификация компонентов - оказание помощи - содержание этикетки внешнего контейнера (упаковки)	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
396.	ГОСТ Р ИСО 18113-2	Медицинские изделия для диагностики in vitro	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Общие требования к информации, предоставляемой изготовителем: - содержание этикетки - содержание этикетки внутренней упаковки - содержание инструкций по применению - этикетка и маркировка	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
397.	ГОСТ Р ИСО 18113-3	Медицинские изделия для диагностики in vitro	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Содержание инструкции по применению	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
398.	ГОСТ Р ИСО 18113-5	Медицинские изделия для диагностики in vitro	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 10 9021 29 9021 31	Идентификация компонентов Содержание этикетки и маркировки Построение и изложение инструкции по применению Содержание инструкции по применению Информация, предоставляемая изготовителем	Наличие/ отсутствие информации Наличие/ отсутствие информации Наличие/ отсутствие информации Наличие/ отсутствие информации Наличие/ отсутствие информации
399.	ГОСТ ISO 15197	Системы диагностические in vitro	32.50.50	9018 90 9402 90 8713 10 8713 90 8714 20	Идентификация: конструкции и материалам	Наличие/ отсутствие информации
400.	ГОСТ Р ИСО 15197	Системы мониторинга глюкозы в крови для самоконтроля при лечении сахарного диабета	32.50.50 26.20.17 26.20.16	3006 10 8471 90 8471 60	Устойчивость при транспортировании и хранении Проверка электропитания Комплектность Маркировка Упаковка Описание изделия и его технических характеристик,	Устойчивы/не устойчивы 12 – 32 В Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					включая варианты (конфигурации) и принадлежности	
401.	ГОСТ Р 56894	Медицинские изделия для диагностики in vitro	26.60.12	9027 10 3822 00	Таблица соответствия общим принципам	Соответствует/не соответствует
					Основные результаты анализа и управления риском	Соответствует/не соответствует
					Информация по проектированию и производству	Соответствует/не соответствует
					Деятельность по верификации и валидации	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: тип	Соответствует/не соответствует
402.	ГОСТ Р EN 13612	Медицинские изделия для диагностики in vitro	32.50.22 32.50.50	8713 90	Устойчивость при транспортировании и хранении	Устойчивы /не устойчивы
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	
					Упаковка	
					Критерии конструкции	
403.	ГОСТ Р EN 13532	Медицинские изделия для диагностики in vitro	26.60.12	9027 10	Маркировка и информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
					Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Эксплуатационные характеристики, безопасность	Соответствует/не соответствует
404.	ГОСТ ISO 17593	Системы мониторинга in vitro для самотестирования	26.60.12	9027 10	Интервал измерения	от 1,0 до 6,0 МНО
					Информация, предоставляемая изготовителем	Наличие/отсутствие информации
					Рабочие характеристики:	Соответствует/не соответствует
					- среднее значение МНО	
					- среднеквадратичное отклонение воспроизводимости	Соответствует/не соответствует
					- смещение	Соответствует/не соответствует
					- повторяемость	Соответствует/не соответствует
					Механическая устойчивость против удара, вибрации и сжатия	Соответствует/не соответствует
					Пределы воздействия температуры	Соответствует/не соответствует
405.	ГОСТ Р EN 14254	Изделия медицинские для диагностики in vitro	29.20.21	8609 00	Номинальная вместимость жидкости	±10% номинальной вместимости
					Линии градуировки и заполнения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Протекание жидкости	Наличие/отсутствие
					Конструкция крышки	Соответствует/не соответствует
					Видимость содержимого	Соответствует/не соответствует
					Пригодность этикетки для маркировки	Соответствует/не соответствует
					Прочность конструкции	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к центрифугированию	Устойчивы /не устойчивы.
					Наличие острых краев, выступов, шероховатостей	Соответствует/не соответствует
					Маркировка этикетки	наличие/отсутствие
					Информация, предоставляемая изготовителем	Наличие/отсутствие информации
406.	ГОСТ ISO 7886-1	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13	9018 31	Чистота	Соответствует/не соответствует
					Смазка	Соответствует/не соответствует
					Номинальная вместимость	Соответствует/не соответствует
					Максимальное «мертвое» пространство	0,07 – 0,20 мл
					Общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости	≥75 мм
					Деление шкалы	0,05 – 5,0 мл
					Вместимость между линиями градуировки с числами	0,1 – 10 мл
					Усилие при испытаниях на герметичность	0,25 – 300 кПа
					Длина цилиндра	Соответствует/не соответствует
					Длина выступающего штока	8 – 12,5 мм
					Посадка поршня в цилиндре	Соответствует/не соответствует
					Линия отсчета	Соответствует/не соответствует
					Положение наконечника на конце цилиндра	Соответствует/не соответствует
					Диаметр центрального отверстия наконечника	≥1,2 мм
					Упаковка, маркировка	-
407.	ГОСТ Р ИСО 7886-2	Шприцы инъекционные однократного применения	32.50.13	9018 31	Размеры шприца	2 – 10 мм
					Шток и поршень:	
					- конструкция	Соответствует/не соответствует
					- посадка поршня в цилиндре	Соответствует/не соответствует
					Просвет наконечника	≥1,2 мм
					Максимальная временная задержка	0 – 10 мин

1	2	3	4	5	6	7
					Отклонение объемной скорости потока	$\pm 2\% / \pm 5\%$
					Податливость шприца: - максимальный вытесненный объем жидкости	0,03 – 2,1 мл
					Усилие перемещения штока: - усилие инициации движения - максимальное поддерживающее усилие	30 Н 15 – 20 Н
					- максимальное отклонение усилия перемещения	10% – 20%
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
408.	ГОСТ ISO 7886-3	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13	9018 31	Номинальная вместимость Максимальный объем «мертвого» пространства Градуировка шкалы Размеры цилиндра Конструкция шток-поршень Устройство автоматического приведения шприца в негодность	0,05 – 2 мл 0,025; 0,07 мл Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
409.	ГОСТ ISO 7886-4	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13	9018 31	Упаковка, маркировка Размеры цилиндра Конструкция шток-поршень Упаковка, маркировка	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
410.	ГОСТ 22967	Шприцы медицинские инъекционные многократного применения	32.50.13	9018 31	Номинальный объем Размеры Цена деления Прочность при растяжении Относительное растяжение Остаточное растяжение Твердость по Шору Герметичность соединения стеклянного цилиндра с наконечником и поршня с цилиндром	1 – 100 см ³ 10 – 245 мм 0,1 – 5 см ³ $\geq 8,6$ МПа $\geq 300\%$ $\geq 5\%$ 60 $\pm$ 5 Наличие/отсутствие протечек
					Номинальный диаметр цилиндра Шероховатость поверхности шприцев	5 – 40 мм 0 – 0,63 мкм

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к климатическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость к обработке	Устойчивы/не устойчивы
411.	ГОСТ 25046	Иглы инъекционные однократного применения	32.50.13	9018 32	Типы и основные размеры	0,4×10 – 1,2×50 мм
					Диаметр иглы	(0,4 – 1,2) мм
					Длина трубки иглы	9 – 50 мм
					Угол заточки иглы	10° – 20°
					Шероховатость наружной поверхности	Ra 0,16 мкм
					Отклонение трубки от оси головки	±3°
					Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
412.	ГОСТ ISO 7864	Иглы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13	9018 32	Чистота	Соответствует/не соответствует
					pH экстракта иглы	1 – 14
					Дефекты на трубке иглы	Наличие/отсутствие
					Смазка на трубке иглы	Соответствует/не соответствует
					Угол заточки иглы	(11±2)°; (17±2)°
					Прочность соединения головки и трубки иглы	Соответствует/не соответствует
					Прокладимость просвета (канала трубки иглы)	Соответствует/не соответствует
					Упаковка, маркировка	Соответствует/не соответствует
					Твердость	HV 4750 – 6100 Н/мм ² (HRC 47,4 – 55,3)
					Шероховатость поверхностей	Ra: 0,32 - 0,63 мкм Rz: 20 мкм
					Ширина режущих ребер	0,1 – 0,33 мм
					Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
413.	ГОСТ 25981	Иглы хирургические	32.50.13	9018 32	Масса	10 – 500 г
					Устойчивость к воздействию климатических факторов	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании	Устойчивы/ не устойчивы
					Твердость	HV 4900 – 6475 Н/мм ² (HRC 47,4 – 55,3)
					Параметры шероховатости поверхностей	Ra: 0,32 – 0,63 мкм Rz: 10 – 20 мкм
					Ширина режущих ребер	0,1 – 0,33 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Остаточная деформация	0,01 – 0,05
					Продолжительность испытаний	60 – 65 мин
					Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
414.	ГОСТ 26641	Иглы атравматические	32.50.13	9018 32	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Твердость	HV 4900 – 6475 Н/мм ²
					Шероховатость поверхностей	Ra: 0,3 – 0,32 мкм Rz: 10 – 20 мкм
					Острота колошей части	0,02 – 0,025 мм
					Ширина режущих ребер	0,02 – 0,025 мм
					Устойчивость к климатическим факторам	Устойчивы/не устойчивы
					Прочность закрепления нити	1,00 – 8,00 Н
415.	ГОСТ ISO 8836	Катетеры аспирационные для респираторного тракта	32.50.13	9018 90	Цветовое кодирование	Соответствует/не соответствует
					Основные размеры:	
					- номинальный наружный диаметр	1,33 – 6,67 мм
					- минимальный внутренний диаметр	0,55 – 4,3 мм
					Минимальное усилие, необходимое для отделения любого компонента, постоянно соединенного с катетером	5 – 20 Н
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
416.	ГОСТ ISO 10555-1	Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения	32.50.13 32.50.13	9018 90	Чистота поверхности	Соответствует/не соответствует
					Коррозионная стойкость	Стойкие/не стойкие
					Минимальный наружный диаметр трубчатой части катетера	0,55 – 1,85 мм
					Минимальное усилие на разрыв	3 – 15 Н
					Герметичность	Изделия не должны допускать утечку жидкости
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
417.	ГОСТ ISO 10555-2	Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Катетеры ангиографические	32.50.13 32.50.13	9018 90	Идентификация: рентгеноконтрастность, боковые отверстия, конфигурация наконечника, информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Протекание и повреждения в условиях высокого статистического давления	Соответствует/не соответствует
418.	ГОСТ ISO 10555-3	Катетеры венозные центральные	32.50.13 32.50.13	9018 90	Конфигурация наконечника	Соответствует/не соответствует
					Разметка расстояний	Не более 5 см
					Маркировка каналов	Соответствует/не соответствует
					Скорость потока	Соответствует/не соответствует
					Усилие на разрыв	≥ 3 Н
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
419.	ГОСТ ISO 10555-4	Катетеры для баллонного расширения	32.50.13	9018 90	Протекание и повреждения при наполнении катетера воздухом	Соответствует/не соответствует
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
420.	ГОСТ ISO 10555-5	Катетеры периферические с внутренней иглой	32.50.13	9018 90	Цветовое кодирование	Соответствует/не соответствует
					Острые иглы	Соответствует/не соответствует
					Прочность соединения канюли и трубки иглы	Соответствует/не соответствует
					Скорость потока	Соответствует/не соответствует
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
421.	ГОСТ Р ИСО 11070	Интродюсеры однократного применения стерильные	32.50.13	9018 90	Отсутствие посторонних включений на поверхности	Соответствует/не соответствует
					Коррозионная стойкость	Стойкие/не стойкие
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
					Острые иглы	Соответствует/не соответствует
					Прочность соединения трубки иглы и соединительной втулки иглы	Соответствует/не соответствует при нагрузке до 20 Н
					Минимальная сила разрыва при оценке прочности соединения между интродюсерным катетером и соединительной втулкой	3 – 15 Н
422.	ГОСТ Р 57629	Магистраль инфузионные однократного применения	32.50.21	9018 90	Загрязненность частицами: - количество частиц	Соответствует/не соответствует
					- размер частиц	0-100 мкм
					- весовой коэффициент	0,1 - 5

1	2	3	4	5	6	7
					Утечки	Соответствует/не соответствует
					Прочность при растяжении	≥15 Н
					Размеры иглы для прокола крышки ёмкости	0 – 29 мм
					Длина трубки от дистального конца до капельной камеры	≥1500 мм
					Расстояние между окончанием каплеобразующего элемента и выходным отверстием капельной камеры	≥40 мм
					Расстояние между окончанием каплеобразующего элемента и жидкостным фильтром	≥20 мм
					Расстояние между стенкой капельной камеры и стенкой каплеобразующего элемента	≥5 мм
					Роликовый зажим	Соответствует/не соответствует
					Объемная скорость потока	Истечение 1000 мл раствора NaCl с высоты 1 м в течение 10 мин
					Инъекционный узел	Соответствует/не соответствует
423.	ГОСТ Р ИСО 9626	Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских игл	32.50.13	9018 32 9018 39	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Шероховатость поверхности	Соответствует/не соответствует
					Чистота	Соответствует/не соответствует
					Размеры:	Соответствует/не соответствует
					- наружный диаметр	0,203 – 3,500 мм
					- внутренний диаметр	0,089 – 2,819 мм
					Сопротивление изгибу:	
					- усилие на изгиб	1,1 – 60,1 Н
					Сопротивление излому:	
424.	ГОСТ 25377	Иглы инъекционные многократного применения	32.50.13	9018 32	- расстояние между жесткой опорой и точкой приложения силы изгиба	5,9 – 31,6 мм
					Сопротивление коррозии	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: внешний вид	
					Диаметр	0,4 – 2,5 мм
					Длина	10 – 200 мм
					Угол заточки	13° – 32°
					Диаметр мандрена	≥0,10 мм
					Толщина стенки	0,13 – 0,33 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Радиус кривизны мандрена	≥30 мм
					Усилие прокола	0 – 2,80 Н
					Осевая нагрузка	0 – 80 Н
					Соосность	0 – 3°
					Шероховатость Ra	0 – 0,16 мм
					Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации	Соответствует/не соответствует
					Стойкость к механическим воздействиям при транспортировании	Соответствует/не соответствует
					Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
425.	ГОСТ ISO 8537	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглой или без иглы для инсулина	32.50.13	9018 31 9018 31	Чистота	Соответствует/не соответствует
					Смазка шприцев и игл	Соответствует/не соответствует
					Размеры:	Наличие/отсутствие капель
					- номинальная вместимость	0,3 – 2,0 мл
					- минимальная длина шкалы	41 – 60 мм
					- цена деления шкалы	0,5/1/2 единицы
					- градуировочная шкала	Соответствует/не соответствует
					Цилиндр:	Соответствует/не соответствует
					- размеры	Соответствует/не соответствует
					- упоры для пальцев	Соответствует/не соответствует
					Шток-поршень:	Соответствует/не соответствует
					- конструкция	Соответствует/не соответствует
					- посадка поршня в цилиндре	Соответствует/не соответствует
					Наконечник:	Соответствует/не соответствует
					- коническое соединение	Соответствует/не соответствует
					- положение наконечника цилиндра	Соответствует/не соответствует
					- трубка игл и иглы	Соответствует/не соответствует
					Рабочие характеристики собранного шприца:	Соответствует/не соответствует
					- максимальное «мертвое» пространство	0,01 – 0,1 мл
					- отсутствие утечки в игле	Соответствует/не соответствует
					- утечка жидкости и воздуха через поршень	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
426.	ГОСТ 7826	Ленты и диски диаграммные регистрирующих приборов	21.20.23 17.12.14	4823 40	Идентификация: типы	Соответствует/не соответствует
					Размеры	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
427.	ГОСТ 7717	Бумага диаграммная	21.20.23 17.12.14	4823 40	Маркировка, упаковка Ширина рулонов для бумаги Диаметр рулонов Масса бумаги площадью 1 м ² Толщина Степень проклейки Линейная деформация в среднем по двум направлениям	Соответствует/не соответствует 420 – 930 мм 600 – 800 мм 48 – 119 г 50 – 125 мм ≥1,2 мм 0 – 0,4 %
428.	ГОСТ 21643	Сшиватели медицинские	32.50.13	9018 49 9018 50 9018 90	Идентификация: классификация Материал Твердость Шероховатость Состояние поверхности Усилие, необходимое для осуществления прошивания или прошивания Усилие, необходимое для установки магазина в шпигатели Взаимозаменяемость матриц и магазинов	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 30 – 61 HRC 0-2,5 мкм Соответствует/не соответствует 0 – 250 Н 0 – 8 Н Соответствует/не соответствует
429.	СТ РК ИСО 3826-2 (ISO 3826-2, IDT)	Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и ее компонентов	29.20.21	8609 00	Радиус скругления острия иглы Внешний вид иглы Ширина режущей кромки ножа Высота неровностей ножа Внешний вид лезвия Стойкость к коррозии Устойчивость к обработке, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистке, воздушной стерилизации Вибро- и ударопрочность Маркировка, упаковка Графические символы	Соответствует/не соответствует 0 – 0,03 мм Соответствует/не соответствует 1 – 8 мкм 1 – 10 мкм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Устойчивы/не устойчивы Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
430.	СТ РК ИСО 3826-3 (ISO 3826-3, IDT)	Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и ее компонентов	29.20.21	8609 00	Размеры: - номинальная вместимость - ширина - высота - условные обозначения	100 – 600 мм 75 – 120 мм 120 – 185 мм Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- конструкция	Соответствует/не соответствует
					Физические требования к индивидуальным пластмассовым (пластиковым) контейнерам и встроенным элементам:	Соответствует/не соответствует
					- стерилизация	Соответствует/не соответствует
					- прозрачность	Соответствует/не соответствует
					- окраска	Соответствует/не соответствует
					- тепловая стабильность	Соответствует/не соответствует
					- перенос водяного пара	Соответствует/не соответствует
					- сопротивление утечке	Соответствует/не соответствует
					- загрязнение микропластиками	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
431.	СТБ ISO 3826-3 (ISO 3826-3, IDT)	Контейнеры гибкие полимерные для человеческой крови и ее компонентов	29.20.21	8609 00	Размеры:	
					- номинальная вместимость	100 – 600 мм
					- ширина	75 – 120 мм
					- высота	120 – 185 мм
					- условные обозначения	Соответствует/не соответствует
					- конструкция	Соответствует/не соответствует
					Физические требования к индивидуальным пластмассовым (пластиковым) контейнерам и встроенным элементам:	
					- стерилизация	Соответствует/не соответствует
					- прозрачность	Соответствует/не соответствует
					- окраска	Соответствует/не соответствует
					- тепловая стабильность	Соответствует/не соответствует
					- перенос водяного пара	Соответствует/не соответствует
					- сопротивление утечке	Соответствует/не соответствует
					- загрязнение микропластиками	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Идентификация (классификация, маркировка)	
432.	ГОСТ ISO 9585	Металлические пластинки для скрепления отломков кости	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Прогиб	Соответствует/не соответствует
					Прочность при изгибе	Соответствует/не соответствует
					Эквивалентная жесткость на изгиб	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
433.	ГОСТ 31621	Эндопротез тазобедренного сустава	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Наличие разрушения поверхности и продуктов изнашивания Крутящий момент Коэффициент восстановления подвижности сустава	Соответствует/не соответствует 0,3 – 1,5 Нм ≥100%
434.	ГОСТ 31615	Фосфатно-кальцевые и металлические покрытия	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Стойкость к усилию сдвига	Устойчивы/ не устойчивы
435.	ГОСТ 31514	Протезы кровеносных сосудов	32.50.22	9021 29 9021 39 9021 90	Комплектность Маркировка Упаковка Внешний вид	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Визуальная оценка на наличие дефектов
436.	ГОСТ Р ИСО 7206-4	Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные.	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Геометрические размеры Проницаемость для воды, утечки Прочность Радиус (диаметр) перегиба Прочность	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Наличие / отсутствие дефектов
437.	ГОСТ Р ИСО 7206-6	Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные.	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Прочностные свойства	Наличие / отсутствие дефектов
438.	ГОСТ Р ИСО 7206-10	Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Сопротивление статической нагрузке	Соответствует/не соответствует
439.	ГОСТ 31619	Эндопротезы молочных желез	32.50.22	9021 29 9021 39	Поверхность Масса Высота, ширина и профиль Прочность	Наличие/ отсутствие дефектов Отклонение от номинальной не более ±3% Отклонение от номинальных не более ±10% Выдерживает/не выдерживает растяжение

1	2	3	4	5	6	7
					Предел прочности оболочки	≥ 3 МПа
					Относительно удлинение при разрыве	$\geq 350\%$
					Соединение оболочки эндопротеза и накладки, герметизирующей технологическое отверстие	Выдерживает/не выдерживает растяжение
440.	ГОСТ Р ИСО 14242-2	Тотальные эндопротезы тазобедренного сустава	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Износ	Соответствует/не соответствует
441.	ГОСТ Р 56332	Гидроксипатит	32.50.22	3006 10 3006 40 3006 70	Прочность сцепления покрытия из гидроксиапатита	Соответствует/не соответствует
442.	ГОСТ 31580.2	Интраокулярные линзы	32.50.22	9021 29 9021 39 9021 90	Задняя вершинная рефракция	От $0 \pm 0,3$ до св. $30 \pm 1,0$
443.	ГОСТ 31580.3	Интраокулярные линзы	32.50.22	9021 29 9021 39 9021 90	Разрешающая способность	$\geq 60\%$
					Допускаемые отклонения размеров	$\pm(0,05 - 0,45)$ мм
					Сила сжатия	Соответствует/не соответствует
					Смещение оси в сжатом состоянии	Соответствует/не соответствует
					Оптическая децентрация	Соответствует/не соответствует
					Оптический наклон	Соответствует/не соответствует
					Угол контакта	Соответствует/не соответствует
					Уменьшение силы сжатия	Соответствует/не соответствует
					Продолжительность динамической нагрузки	Соответствует/не соответствует
					Прочность петель	Соответствует/не соответствует
					Однородность поверхности и материала	Соответствует/не соответствует
444.	ГОСТ 31617	Имплантаты для хирургии.	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Износ	Соответствует/не соответствует
445.	ГОСТ Р 54936	Эндоэкспандеры.	32.50.22	9021 10	Внешний вид	Наличие/ отсутствие видимых дефектов
					Предел прочности при разрыве	Не менее 3 МПа

1	2	3	4	5	6	7
				9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Относительное удлинение при разрыве Остаточное удлинение Прочность Клапан: проколы инъекционной иглой Износ	≥350% 0 – 10% Сохраняет/ не сохраняет герметичность Выдерживает/не выдерживает
446.	ГОСТ Р ИСО 9326	Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Износ	Соответствует/не соответствует
447.	ГОСТ Р ИСО 14243-1	Тотальные протезы коленного сустава	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Износ	Соответствует/не соответствует
448.	ГОСТ Р ИСО 14243-3	Тотальные протезы коленного сустава	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39	Износ	Соответствует/не соответствует
449.	ГОСТ Р ИСО 14801	Внутрикостные стоматологические имплантаты	32.50.22	9021 90 9021 10 9021 29 9021 31 9021 39	Максимальная выдерживаемая нагрузка	Соответствует/не соответствует
450.	ГОСТ Р ИСО 14708-1	Имплантаты хирургические	32.50.21.121	9021 90 900 9 9021 40 000 0 9021 39 900 0	Параметры питания Упаковка Маркировка Защита изделия от повреждений, вызванных применением наружных дефибрилляторов: - максимальная амплитуда импульса напряжения Защита активного имплантируемого медицинского изделия от воздействия механических сил:	Токи утечки, разность потенциалов Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 150 Вт

1	2	3	4	5	6	7
					- устойчивость к испытанию на свободное падение	Устойчивы/не устойчивы
					- вибрационные воздействия	Выдерживают/не выдерживают
					- устойчивость к испытаниям на растяжение	Соответствует/не соответствует
					Защита активного имплантируемого медицинского изделия от повреждений, вызванных электростатическим разрядом:	
					- амплитуда импульса	2 кВ / 8 кВ
					- хранение и транспортирование	Соответствует/не соответствует
					- сопровождающая документация	Наличие или отсутствие
451.	ГОСТ Р ИСО 14708-3	Имплантируемые нейростимуляторы	32.50.21.121	9021 90 900 0	Идентификация: конструкция	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость при транспортировании и хранении	Устойчиво /не устойчиво
					Характеристики импульса стимуляции	5 – 500 Гц
					Сопrotивление проводника или кабеля-удлинителя при постоянном токе	0 – 500 Ом
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
452.	ГОСТ Р ИСО 14708-4	Имплантируемые инфузионные насосы	32.50.21.121	9021 39 900 0	Идентификация: конструкция	Соответствует/не соответствует
					Число частей	100 частей/мл
					Устойчивость при транспортировании и хранении	Устойчиво /не устойчиво
453.	ГОСТ Р ИСО 14708-7	Системы кохлеарной имплантации	32.50.21.121	9021 40 000 0	Идентификация: конструкция	Соответствует/не соответствует
					Амплитуда выходного сигнала	2 – 5 В
					Полное сопротивление	10 кОм
454.	ГОСТ Р ИСО 14630	Имплантаты хирургические неактивные	32.50.22	3006 10 9018 39 9021 31 9021 39 9021 90	Материалы	Соответствует/не соответствует
					Конструкция	Соответствует/не соответствует
					Стерилизация	Устойчивы/ не устойчивы
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Информация, предоставляемая производителем	Соответствует/не соответствует
					Этикетки	Соответствует/не соответствует
					Инструкция по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
455.	ГОСТ ISO 14602	Имплантаты для остеосинтеза	32.50.22	9021 31 9021 39	Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Конструкция	Соответствует/не соответствует
					Материалы	Соответствует/не соответствует
					Стерилизация	Устойчивы/ не устойчивы
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
456.	ГОСТ Р ИСО 7206-1	Импланты для хирургии	32.50.22	9021 31 9021 39	Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует
					Обозначение размеров	Соответствует/не соответствует
457.	ГОСТ Р ИСО 7206-2	Импланты для хирургии	32.50.22	9021 31 9021 39	Бедренные компоненты тотального эндопротеза тазобедренного сустава:	
					- сферичность	0 - 10 мкм
					- обработка поверхности	Ra: не более 0,05 и 0,02 мкм
					- размерные допуски	Минус 0,2 - 0 мм
					Полимерные вертлужные компоненты:	
					- сферичность	0 - 100 мкм
					- обработка поверхности	Ra 0 - 2 мкм
					- размерные допуски	0,1 - 0,3 мм
					Бедренный протез для частичной замены сустава:	
					- сферичность	Отклонение от сферичности не более 100 мкм
					- обработка поверхности	Ra 0 - 0,5 мкм
					- размерные допуски	±0,5 мм
					Биполярные головки:	
					- обработка поверхности	Ra 0 - 0,5 мкм
458.	ГОСТ Р ИСО 21534	Имплантаты хирургические неактивные	32.50.22	9021 31 9021 39	Идентификация: общие требования, материалы	Соответствует/не соответствует
					- обработка поверхности металлических или керамических имплантатов, соединяющихся с компонентами из сверхвысокомолекулярного полиэтилена	Ra 0 - 0,1 мкм
					- обработка поверхности металлических или керамических частичных протезов	Ra 0 - 0,5 мкм

1	2	3	4	5	6	7
					- поверхности сферических металлических или керамических имплантатов, сочленяющихся с компонентами	Ra 0 – 0,05 мкм
					- поверхности сферических металлических или керамических частей протезов	Ra 0 – 0,1 мкм
					- поверхности сферических вогнутых компонентов	Ra 0 – 0,5 мкм
					- конструкция	Ra 0 – 2 мкм
					Стерилизация	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Устойчивы/ не устойчивы
					Информация, предоставляемая производителем	Соответствует/не соответствует
459.	ГОСТ Р ИСО 7207-2	Имплантаты для хирургии	32.50.22	9021 31 9021 39	Тотальные эндопротезы коленного сустава: - параметр шероховатости Ra	
					Бедренные металлические или керамические эндопротезы для частичного замещения коленного сустава:	0 – 0,1 мкм
					- параметр шероховатости Ra	
460.	ГОСТ Р 57386 (ГОСТ Р 57386/ISO/TR 14283)	Имплантаты для хирургии	32.50.21 32.50.22	9021 29 9021 50	Идентификация: конструкция	0 – 0,5 мкм
					Устойчивость при транспортировании и хранении	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
461.	ГОСТ Р ИСО 14607	Имплантаты молочных желез	32.50.21	9021 39	Целостность оболочек:	
					- удлинение	≥450%
					- остаточное удлинение	0 – 10%
					- прочность соединений, швов и спаек	Выдерживают/не выдерживают
					- исправность клапана и инъекционного порта	Наличие/отсутствие утечек
					- усталостная прочность	Соответствует/не соответствует
					- ударопрочность	Выдерживают/не выдерживают
					Информация для пользователя	Соответствует/не соответствует
462.	ГОСТ Р ИСО 15142-1	Гвозди для остеосинтеза	32.50.22	9021 10	Идентификация: конструкция, материал	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Целостность и характеристика комплекта поставки	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
468.	ГОСТ 31580.6 (ISO 11979-6)	Интраокулярные линзы	32.50.21	7018 90 3307 90	Срок годности	Соответствует/не соответствует
469.	ГОСТ Р 51892	Интраокулярные линзы	32.50.21	7018 90	Стабильность при транспортировании	Соответствует/не соответствует
470.	ГОСТ Р 50581 / ГОСТ 30399 (ИСО 6475)	Металлические шурупы для костей с асимметричной резьбой и сферической опорной поверхностью	32.50.22	9021 10 9021 90	Термины и определения	Соответствует/не соответствует
					Минимальный крутящий момент на разрыв	0,2 – 6,2 Н·м
					Минимальный угол поворота при повреждении (если открыто пять нитей резьбы)	90° – 180°
471.	ГОСТ ISO 8615	Неактивные хирургические имплантаты	32.50.22	9021 10 9021 90	Идентификация материалы	Соответствует/не соответствует
					- типы гвоздей и фиксирующих винтов	Соответствует/не соответствует
					Размеры:	
					- максимальная ширина гвоздей	16 мм
					- максимальная глубина	6,5 мм
					- полезная длина	50 – 150 мм
					- номинальный диаметр сквозного отверстия	2,0 мм / 2,2 мм / 2,8 мм
					- минимальный действительный диаметр сквозного отверстия	2,0 мм / 2,2 мм / 2,8 мм
					- минимальная толщина стенки сквозных отверстий	0,79 – 1,35 мм
					- полезная глубина резьбы	≥ 8 мм
					гнезда под винт в головке гвоздя	
					- длина выступающей части головок с наружной винтовой резьбой	0 – 20 мм
					- винтовая резьба гнезд под винт и выступающей части головок	M6 / M8×1 / M7 / M10×1, с классом допуска 6H/6g
					- угол между бедренной пластиной и гвоздем или фиксирующим винтом	Соответствует/не соответствует
					- отверстия для винтов	
					- зазор между внешней поверхностью скользящего	1 ⁰ - 0,25 мм

1	2	3	4	5	6	7
					гвоздя или винта и внутренней поверхностью втулки	
					Дополнительные компоненты к составным фиксирующим устройствам	Соответствует/не соответствует
					Обработка поверхности	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
472.	ГОСТ ISO 5836	Имплантаты для хирургии	32.50.22	9021 10 9021 90	Диаметр отверстия d_1	1,6 – 6,8 мм
					Диаметр отверстия d_2	3,1 – 8,4 мм
					Высота b	0 – 1,3 мм
					Высота t	0,2 – 1,4 мм
					Высота e	0,1 – 0,55 мм
					Толщина a_{ref}	1,3 – 3,5 мм
					Радиус скругления r	1,5 – 4,075 мм
					Угловые размеры	$30^{\circ} \pm 2^{\circ} / 90^{\circ} \pm 2^{\circ}$
473.	ГОСТ 30400 (ИСО 5835) / ГОСТ Р 50582 (ИСО 5835)	Имплантаты для хирургии	32.50.22	9021 10 9021 90	Код резьбы шурупов	Соответствует/не соответствует
					Номинальный диаметр d_1	1,5 – 6,5 мм
					Диаметр головки шурупа d_2	1,1 – 8 мм
					Высота головки k	1,6 – 4,6 мм
					Радиусы скруглений	0,1 – 4,25 мм
					Угловые размеры	$3^{\circ} - 35^{\circ}$
					S_w	1,5 – 3,558 мм
					f_{min}	0,8 – 2,8 мм
474.	ГОСТ Р ИСО 17853	Имплантаты для хирургии. Имплантируемые материалы	26.60.14	9021 90	Износ	Соответствует/не соответствует
475.	ГОСТ Р 50267.25	Электрокардиографы	26.60.12	9018 11	Ток утечки на пациента (сетевое напряжение на зажиме рабочего заземления): - рабочая часть типа B, BF - рабочая часть типа CF	0 – 5 мА 0 – 0,05 мА
					Пути утечки и воздушные зазоры	≥ 4 мм
476.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-25	Электрокардиографы	26.60.12	9018 11	Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Воздушный зазор разъема провода отведения между контактами соединителя и плоской поверхностью	$\geq 0,5$ мм
					Входной импеданс	$\geq 2,5$ МОм
					Коэффициент усиления	≥ 5 мм/мВ
					Амплитуда сигнала	0 – 1000 мкВ

1	2	3	4	5	6	7
					Длительность зубца Р	0 – 100 мс
					Интервал PQ	0 – 100 мс
					Длительность комплекса QRS	0 – 100 мс
					Интервал QT	0 – 100 мс
					Время восстановления	0 – 10 с
					Уровень шумов	0 – 30 мкВ
477.	ГОСТ ИЕС 60601-2-51	Регистрирующие и анализирующие многоканальные электрокардиографы	26.60.12	9018 11	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Отклонения разностей интервалов	5 – 30 мс
					Цепи отведений. Допустимый размах	0 – 27 мм
					Размах сигнала	10 – 28 мм
478.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27	Электрокардиографические мониторы	26.60.12	9018 11	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Воздушный зазор разьема провода отведения между контактами соединителя и плоской поверхностью	≥0,5 мм
					Входной импеданс	≥2,5 МОм
					Коэффициент усиления	≥9 мм/мВ
					Подавление синфазного сигнала	Размах не более 10 мм
					Амплитуда сигнала	0 – 1000 мкВ
					Длительность зубца Р	0 – 100 мс
					Интервал PQ	0 – 100 мс
					Длительность комплекса QRS	0 – 100 мс
					Интервал QT	0 – 100 мс
					Время восстановления	0 – 10 с
					Уровень шумов	0 – 30 мкВ
479.	ГОСТ 30324.2.47	Амбулаторные электрокардиографические системы	26.60.12	9018 11	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Время восстановления	0 – 60 с
					Амплитуда сигнала	0 – 1000 мкВ
					Длительность зубца Р	0 – 100 мс
					Интервал PQ	0 – 100 мс
					Длительность комплекса QRS	0 – 100 мс
					Интервал QT	0 – 100 мс
					Время восстановления	0 – 10 с

1	2	3	4	5	6	7
					Входной импеданс	0 – 10 МОм
					Коэффициент усиления	5 – 20 мм/мВ
					Уровень шумов	0 – 50 мкВ
					Динамический диапазон входного сигнала	0 – 300 мВ
					Входной импеданс	≥10 МОм
					Подавление синфазной помехи	≥45 дБ
					Время непрерывной работы	0 – 24 ч
480.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-47	Амбулаторные электрокардиографические системы	26.60.12	9018 11	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Линейность и динамический диапазон	Размах не более 6 мВ (при усилении 5 мм/мВ)
					Входной импеданс	≥10 МОм
					Подавление синфазных помех	≥45 дБ
					Стабильность усиления	0 – 3%
					Шум системы	0 – 50 мкВ
					Погрешность измерения времени	0 – 30 с
481.	ГОСТ Р 50267.26	Электроэнцефалографы	26.60.12	9018 19	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на пациента	0 – 5 мА
482.	ГОСТ 30324.2.49	Многофункциональные мониторы пациента	26.60.12	9018 19	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на пациента	0 – 500 мкА
					Ток утечки на землю	0 – 10 мА
					Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Уровень звукового давления сигнала тревоги	45 – 85 дБА
					Воздушный зазор между штырьками разъема и плоской поверхностью	≥0,5 мм
483.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-49	Многофункциональные мониторы пациента	26.60.12	9018 19	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на пациента	0 – 500 мкА
					Ток утечки на землю	0 – 10 мА
484.	ГОСТ 25995	Электроды для съема	26.60.12	9018 11	Размеры ЭКГ-электродов	0 – 60 мм

1	2	3	4	5	6	7
		биоэлектрических потенциалов			Диаметр токосъемной поверхности черепного электрода	0 – 12 мм
					Размеры игольчатых ЭМГ-электродов:	
					- диаметр иглы	0,30 – 1,14 мм
					- длина рабочей части иглы	19,0 – 91,5 мм
					- число поверхностей	1 – 14
					- форма	Соответствует/не соответствует
					- длина малой оси токосъемной поверхности электродов	0,019 – 0,165 мм
					- диаметр малой оси токосъемной поверхности электродов	0,019 – 0,031 мм
					Угол заточки вводимого в ткани конца иглы	13 – 17 °
					Размеры кожных ЭМГ-электродов:	
					- форма	Соответствует/не соответствует
					- размеры прямоугольника	5,4 – 460 мм
					- диаметр	5 – 10 мм
					- расстояние между токосъемными поверхностями	6 – 140 мм
					Электрическая прочность изоляции	≥ 30 В
					Сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ом
					Разность электродных потенциалов	0 – 100 мВ
					Дрейф разности электродных потенциалов	0 – 250 мкВ
					Напряжение шума	0 – 30 мкВ
					Полное сопротивление электрода	0 – 5 · 10 ³
					Время готовности	0 – 15 мин
					Усилие, необходимое для сжатия группы присасывающихся электродов	0 – 25 Н
					Вибропрочность	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость в процессе эксплуатации, хранения и транспортирования	Устойчивы/не устойчивы

1	2	3	4	5	6	7
485.	ГОСТ 24878	Электроды для съема биоэлектрических потенциалов	26.60.12	9018 11	Идентификация (термины и определения)	Соответствует/не соответствует
486.	ГОСТ 8.628	Мониторы прикроватные	26.60.12	9018 19	Метрологические характеристики ГС, используемых при поверке мониторов	Соответствует/не соответствует
487.	ГОСТ Р 53228	Весы неавтоматического действия	28.29.31	8423 30	Внешний вид индикации	Соответствует/не соответствует
488.	ГОСТ 302	Термометр медицинский максимальный стеклянный	26.60.12	9018 19	Длина деления	0,25 – 1,75 мм
					Изменение показаний	Не более 1 с
					Начальное значение шкалы термометра	32 °C – 35 °C
					Конечное значение шкалы термометра	42 °C
					Цена деления шкалы	0,1 °C
					Габаритные размеры:	
					- длина	110 – 145 мм
					- ширина	10,5 – 13,5 мм
					Неразрывность жидкости при движении в капиллярной трубке	Соответствует/не соответствует
					Зазор между шкальной настенной и канальюной трубкой	0 – 1 мм
					Смещение капиллярной трубки, выходящее за пределы длины наименьшей отметки шкалы	Наличие/отсутствие
					Внешний вид внутренней и наружной поверхностей капиллярной трубки	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид резервуара и оболочки термометра	Соответствует/не соответствует
					Продольное смещение шкальной пластины внутри оболочки	Наличие/отсутствие
					Ширина отметок шкалы	0 – 0,2 мм
					Длина деления шкалы	≥ 0,7 мм
					Цвет числовых значений, отметки и надписи на шкальной пластине	Соответствует/не соответствует
					Предел допускаемой погрешности термометра	Не более ± 0,1 °C
489.	ГОСТ 31516	Термометры медицинские	26.60.12	9018 19	Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
					Градуировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		максимальные стеклянные			Начальное значение шкалы	32 °C – 35 °C
					Конечное значение шкалы	42 °C
					Цена деления шкалы	0,1 °C
					Пределы допускаемой абсолютной погрешности термометра	От пале 0,1 °C до минус 0,15 °C
					Неразрывность жидкости при движении в капиллярной трубке	Соответствует/не соответствует
					Смещение капиллярной трубки за пределы длины наименьшей отметки шкалы	Наличие/отсутствие
					Зазор между пластиной шкалы и капиллярной трубкой	0 – 1 мм
					Внешний вид внутренней и наружной поверхностях капиллярной трубки	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид резервуара и оболочки термометра	Соответствует/не соответствует
					Ширина отметок шкалы	0 – 0,2 мм
					Длина деления шкалы	≥ 0,7 мм
					Цвет числовых значений, отметки и надписи на шкальной пластине	Соответствует/не соответствует
					Разрушение при воздействии нагрузки	Наличие/отсутствие
490.	СТБ EN 12470-1 (EN 12470-1, IDT)	Термометры жидкометаллические стеклянные максимальные	26.51.51	9025 11	Виды	Соответствует/не соответствует
					Шкала:	
					- минимальный диапазон измерения температуры	35,5 °C – 42,0 °C
					- цена деления	0,1 °C
					- максимально допускаемая погрешность	От минус 0,15 °C до плюс 0,1 °C
					Влияние времени погружения	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Виды	Соответствует/не соответствует
					Шкала:	
					- диапазон измерения	35,5 °C – 40,4 °C / 35,5 °C – 42,0 °C
					- цена деления	0 – 0,1 °C
491.	СТБ EN 12470-2 (EN 12470-2, IDT)	Термометры с фазовым изменением	26.51.51	9025 11 9025 19	Сохранение результата измерений	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Восстановление	Обеспечивается/не обеспечивается
					Максимальная допускаемая погрешность при нормальных условиях	Не более 0,1°C; минус 0,2°C
					Пустые точки	Отсутствие/наличие двух смежных пустых точек
					Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
492.	СТБ ISO 80601-2-56 (ISO 80601-2-56, IDT)	Медицинские термометры для измерения температуры тела	26.51.51	9025 11	Основные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Точность устройств управления и измерительных приборов	Соответствует/не соответствует
					Эксплуатационная пригодность	Соответствует/не соответствует
					Требования к характеристикам в лабораторных условиях	Соответствует/не соответствует
					Электромагнитная совместимость	Соответствует/не соответствует
493.	ГОСТ 22224	Динамометры ручные плоскопружинные.	26.60.12	9018 19	Диапазон измерений	3 – 120 даН
					Цена деления шкалы	0,2; 1,0; 2,0 даН
					Масса	0 – 0,25 кг
					Габаритные размеры	0 – 130 мм
					Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость к воздействию климатических факторов	Устойчивы/не устойчивы
494.	ГОСТ 8.250	Термометры медицинские максимальные стеклянные	26.60.12	9018 19	Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
					Безопасность	Соответствует/не соответствует
495.	ГОСТ 31515.1	Сфигмоманометры неинвазивные	26.60.12	9018 90	Размеры пневмокамеры манжет:	
					- длина	85 – 470 мм
					- ширина	28 – 190 мм
					Максимальная погрешность измерения давления в манжете	±3 мм рт.ст.
					Влияние условий хранения на устройство при его эксплуатации	Устойчивы/не устойчивы
					Влияние температуры условий эксплуатации	Устойчивы/не устойчивы

1	2	3	4	5	6	7
					Информация, представляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
496.	ГОСТ 31515.2	Сфигмоманометры неинвазивные	26.60.12	9018 90	Падение давления вследствие утечки воздуха	0 – 4 мм рт.ст.
					Скорость снижения давления	2 – 5 мм рт.ст./с
					Быстрое срабатывание	0 – 10 с
					Расстояние между смежными штрихами шкалы	≥ 0,7 мм
					Толщина штрихов шкалы	0 – 20%
					Информация, представляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
497.	ГОСТ 31515.3	Сфигмоманометры неинвазивные	26.60.12	9018 90	Утечка воздуха в пневматической системе	0 – 6 мм рт.ст./мин
					Скорость срабатывания	2 – 5 мм рт.ст.
					Быстрое срабатывание воздуха	0 – 10 с
					Влияние температуры, влажности в условиях эксплуатации и хранения	Устойчивы/не устойчивы
					Дискретность показаний цифрового индикатора	1 мм рт.ст.
					Информация, представляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
498.	ГОСТ 30324.30	Приборы для автоматического контроля давления крови косвенным методом	26.60.12	9018 90	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на корпус и пациента	0 – 0,5 мА
					Электрическая прочность изоляции	Испытательное напряжение 1500 В
					Максимальное давление манжеты	30 – 300 мм р.ст.
					Время работы	0 – 180 с
					Время сбрасывания давления	≥ 30 с
					Воздушные зазоры и пути утечки	≥ 4 мм
499.	ГОСТ Р 50267.34	Приборы для прямого мониторинга кровяного давления	26.60.12	9018 90	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на пациента	0 – 0,05 мА
					Электрическая прочность изоляции	Испытательное напряжение 1500 В
					Время восстановления после разряда дефибрилятора	0 – 5 с

1	2	3	4	5	6	7
					Пути утечки и воздушные зазоры	≥4 мм
500.	ГОСТ Р 50267.23	Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления	26.60.12	9018 90	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Токи утечки	0 – 0,5 мА
					Электрическая прочность изоляции	Испытательное напряжение 1500 В
					Превышение температуры контактирующей поверхности рабочей части	0 – 0,6 °С
					Площадь поперечного сечения проводников сетевых шнуров	≥0,5 мм²
501.	ГОСТ ISO 9918	Капнометры медицинские	26.60.12	9018 19	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/ не соответствует
					Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
					Точность рабочих характеристик и защита от представляющих опасность выходных характеристик	Соответствует/ не соответствует
					Ненормальная работа и условия нарушения; ненормальные воздействия внешних факторов	Соответствует/не соответствует
					Дополнительные требования, специфичные для капнометров	Соответствует/не соответствует
					Уровень звука	30 – 60 дБА
					Маркировка	Соответствует/ не соответствует
502.	ГОСТ ISO 9919	Пульсовые оксиметры	26.60.12	9018 19	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/ не соответствует
					Удар и вибрация	Соответствует/не соответствует
					Прерывание электропитания	Соответствует/не соответствует
					Очистка, стерилизация и дезинфекция	Выдерживает/не выдерживает
					Точность рабочих характеристик	Соответствует/не соответствует
					Защита от представляющих опасность выходных характеристик	Соответствует/не соответствует
					Системы сигналов опасности	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
503.	ГОСТ 31513	Мониторы для контроля содержания кислорода в дыхательной смеси для пациента.	26.60.12	9018 19	Защита от чрезмерных температур и других опасностей	Соответствует/ не соответствует
504.	ГОСТ 30324.23	Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления	26.60.12	9018 19	Точность рабочих характеристик и защита от представляющих опасность выходных характеристик	Соответствует/ не соответствует
505.	ГОСТ 30324.25	Электрокардиографы	26.60.12	9018 11	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
506.	ГОСТ 30324.26	Электронцефалографы	26.60.12	9018 19	Идентификация: конструкции	Соответствует/ не соответствует
507.	ГОСТ 30324.34	Приборы для прямого мониторинга кровяного давления	26.60.12	9018 90	Электробезопасность:	Соответствует/ не соответствует
508.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-37	Ультразвуковая медицинская диагностическая и контрольная аппаратура	26.60.12	9018 12	- электрическая прочность	Соответствует/ не соответствует
					Комплектность	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Упаковка	Соответствует/ не соответствует
					Идентификация: конструкции	Соответствует/ не соответствует
					Электробезопасность:	Соответствует/ не соответствует
					- напряжение	110 – 320 В
					- переменный ток	2 – 30 А
					- токи утечки	0 – 0,5 мА
					Комплектность	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Упаковка	Соответствует/ не соответствует
					Идентификация: конструкции	Соответствует/ не соответствует
					Электробезопасность:	Соответствует/ не соответствует
					- токи утечки на рабочую часть	0 – 0,05 мА
					Комплектность	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Упаковка	Соответствует/ не соответствует
					Идентификация: конструкции	Соответствует/ не соответствует
					Электробезопасность:	Соответствует/ не соответствует
					- напряжение	110 – 320 В
					- переменный ток	2 – 30 А
					- токи утечки	0 – 0,5 мА
					Комплектность	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Упаковка	Соответствует/ не соответствует
					Классификация	Соответствует/ не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/ не соответствует
					Ток утечки в цепи пациента	Соответствует/ не соответствует
					Дополнительный ток в цепи	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
					Циклическое воздействие температуры	Соответствует/не соответствует
					Соединенные кабелем портативные части и работающие от ножного привода устройства управления	Соответствует/не соответствует
					Ультразвуковая энергия	Соответствует/не соответствует
					Прикладываемые части, не предназначенные для передачи тепла пациенту	Соответствует/не соответствует
509.	ГОСТ Р 8.605	Доплеровские приборы непрерывной волны	26.60.12	9018 12	Рабочее расстояние	Соответствует/не соответствует
					Верхняя граница полосы частот	
					Влияние неподвижной мишени на чувствительность	
					Избирательность по направлению	
					Уровень шума	
					Нижняя граница полосы частот	
					Нелинейные искажения	
					Влияние противоположного движения на избирательность прибора по направлению	Соответствует/не соответствует
510.	ГОСТ Р МЭК 61391-1	Оборудование медицинское ультразвуковое диагностическое	26.60.12	9018 12	Длины прямых линий	
					Длины кривых линий	
					Окружности	
					Площади	
					Объемы	
					Искажения изображения и регистрации	
					Калибровка М-режима	
511.	ГОСТ Р МЭК 61391-2	Оборудование медицинское ультразвуковое диагностическое	26.60.12	9018 12	Максимальная глубина зондирования	Соответствует/не соответствует
512.	ГОСТ Р МЭК 62359	Медицинские приборы ультразвуковой диагностики	26.60.12	9018 12	Динамический диапазон	Соответствует/не соответствует
					Механический индекс	
					Тепловой индекс	
513.	ГОСТ Р 8.604	Мониторы акушерские портативные для измерения параметров сердечбиения плода	26.60.12	9018 12	Частота акустического воздействия	±15% от номинального значения
					Безопасность	Соответствует/не соответствует
					Выходная мощность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Пространственный и временной пик акустического давления	Соответствует/не соответствует
					Эффективная площадь активного элемента преобразователя	Соответствует/не соответствует
					Чувствительность	Соответствует/не соответствует
514.	ГОСТ 12.4.077	Ультразвук	26.60.12	9018 12	Уровень звукового давления	Соответствует/не соответствует
515.	ГОСТ 23702	Преобразователи ультразвуковые	26.60.12	9018 12	Отклонение эффективной частоты эхоимпульса и (или) частоты максимума преобразования	Не более $\pm 10(20)\%$ от номинального значения
					Отклонение угла ввода от номинального значения:	
					- для угла ввода до 60°	Не более $\pm(1,5-5)^\circ$
					- для угла ввода свыше и равного 60°	Не более $\pm(2-5)^\circ$
					- отклонение точки ввода от номинального значения	Не более $\pm(1-2)$ мм
					Время распространения звука в призме	Соответствует/не соответствует
					Электрическое сопротивление	Соответствует/не соответствует
					Фокусное расстояние и протяженность фокальной области	Соответствует/не соответствует
516.	ГОСТ Р 55808	Преобразователи ультразвуковые	26.60.12	9018 12	Эффективная частота эхоимпульса	Соответствует/не соответствует
					Импульсные характеристики	
					Электрическое сопротивление	
					Время распространения звука в призме	
					Углы ввода	
517.	ГОСТ Р 8.616	Средства измерений мощности ультразвука в воде	26.60.12	9018 12	Мощность ультразвука в воде	0,5 - 12 МГц
518.	ГОСТ Р МЭК 61161	Ультразвук в жидкостях	26.60.12	9018 12	Мощность ультразвука в воде	0,5 - 25 МГц
519.	ГОСТ 25052	Аппараты для ультразвуковой терапии	26.60.12 26.60.13	9018 90	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Обозначения аппаратов	Соответствует/не соответствует
					Частота	0,88 - 5,28 МГц
					Эффективная интенсивность	0,05-1,0 Вт/см ²
					Номинальное значение длительности импульса	1; 2; 4; 10 мс

1	2	3	4	5	6	7
					Относительное отклонение длительности импульса от номинального значения	±20%
					Длительность фронта и среза импульса	5%
					Неравномерность вершины импульса	0 – 20%
					Нижний предел диапазона устанавливаемых продолжительностей процедуры	0 – 3 мин
					Верхний предел диапазона устанавливаемых продолжительностей процедуры	0 – 15 мин
					Номинальная цена единицы наименьшего разряда цифрового индикатора или деления шкалы	0 – 1 мин
					Допустимое отклонение длительности процедуры от устанавливаемого значения:	
					- при длительности процедуры не более 10 мин	Не более ±30 с
					- при длительности процедуры более 10 мин	Не более ±5% от устанавливаемого значения
					Длительность звукового сигнала после автоматического прекращения излучения ультразвуковых колебаний	≥5 с
					Время установления рабочего режима аппарата	0 – 30 с
					Потребляемая мощность	0 – 50 Вт
					Масса электронного блока	0 – 4,5 кг
					Безопасность	Соответствует/не соответствует
520.	ГОСТ Р 50267.5	Аппараты для ультразвуковой терапии	26.60.12 26.60.13	9018 90	Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Акустическая энергия (включая ультразвук)	Соответствует/не соответствует
					Безопасность	Соответствует/не соответствует
					Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
521.	ГОСТ 25053	Излучатели аппаратов для ультразвуковой терапии	26.60.12 26.60.13	9018 90	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Обозначение излучателей	Соответствует/не соответствует

I	2	3	4	5	6		7
					Частота	0,88 – 5,28 МГц	
					Номинальное значение эффективной площади излучателя	0,1 – 10,0 см ²	
					Диаметры цилиндрических рабочих поверхностей	(3,0 – 20,0) ± 0,3 мм	
					Эффективная интенсивность	≥ 1,0 Вт/см ²	
					Длина соединительного кабеля излучателя	1,5-1,7 м	
					Безопасность	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
522.	ГОСТ 30324.5	Аппараты для ультразвуковой терапии	26.60.13	9018 90	Акустическая энергия (включая ультразвук)	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Безопасность	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
523.	ГОСТ Р 55310	Оборудование ультразвуковое медицинское терапевтическое	26.60.13	9018 90	Внешний вид	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Выходная мощность	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Коэффициент неоднородности пучка	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
524.	ГОСТ IEC 61689	Аппараты для ультразвуковой терапии	26.60.13	9018 90	Номинальная выходная мощность	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Эффективная площадь излучения лечебной головки	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Эффективная интенсивность при той же самой установке органов управления, что и для номинальной выходной мощности	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Частота акустического воздействия	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Коэффициент неоднородности пучка	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Максимальная интенсивность в пучке	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Длительность импульса, периода повторения импульсов, коэффициента заполнения и отношения временного	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Идентификация номенклатуры показателей	
530.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-33	Медицинское диагностическое оборудование, работающее на основе магнитного резонанса	26.60.12	9022 12	Ток утечки	Соответствует/не соответствует
					Акустический шум	0 – 20 мА
					Магнитное поле	0 – 140 дБ
					Система аварийного отключения магнитного поля	0 – 10 Тл
					Система аварийного отключения магнитного поля	Соответствует/не соответствует
531.	ГОСТ Р 54840	Лазерная аппаратура	26.60.12	9018 13	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Классы лазеров	1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4
					Спектральный диапазон	180 – 10 ⁶ нм
					Диаметр ограничивающей апертуры	1 – 11 мм
					Длительность T _i	10 ⁷ – 10 с
					Безопасность	Соответствует/не соответствует
532.	ГОСТ 31581	Лазерная аппаратура	26.60.12	9018 13	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Конструкция	Соответствует/не соответствует
					Защитные устройства и блок	Соответствует/не соответствует
					Устройства предупреждения лазерной опасности ировки	Соответствует/не соответствует
					Органы управления лазерным излучением	Соответствует/не соответствует
					Системы наблюдения	Соответствует/не соответствует
					Защитные экраны	Соответствует/не соответствует
					Технологические кабины	Соответствует/не соответствует
					Поверхность	Соответствует/не соответствует
533.	ГОСТ IEC 60825-1	Лазерная аппаратура	26.60.12	9018 13	Длительность эмиссии	10 – 30000 с
					Проверка сопроводительной документации	Соответствует/ не соответствует
534.	ГОСТ IEC 60825-4	Средства защиты от лазерного излучения	26.60.12	9018 13	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Проверка сопроводительной документации	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Изнашивающиеся части средств защиты от лазера	Заменяемы/ не заменяемы
					Время действия активной защиты	Превышает/ не превышает время отключения лазера
535.	ГОСТ IEC/TR 60825-13	Лазерная аппаратура	26.60.12	9018 13	Проверка сопроводительной документации	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Временные характеристики источника	Импulsный/нет
536.	ГОСТ 12.4.308	Очки для защиты от лазерного излучения	32.50.42	9004 10 4203 29	Технические требования	Соответствует/не соответствует
537.	ГОСТ 12.4.309.2	Средства индивидуальной защиты глаз	32.50.42 32.99.11	9004 10 9004 90	Оптические параметры	Соответствует/не соответствует
538.	ГОСТ Р ИСО 11990-1	Лазеры и оборудование, относящиеся к лазерам	26.60.12	9018 13	Неоптические параметры	Соответствует/не соответствует
539.	ГОСТ 12.1.040	Лазерная безопасность	26.60.12	9013 20	Стойкость к воздействию лазера	Устойчивы/ не устойчивы
540.	ГОСТ 12.2.091	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения.	26.60.11 26.60.12 32.50.12	9027 9030 9032 10 3822 00 2804 40 2811 21 8419 20 8419 39 8419 40	Идентификация классификации	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Документация	Соответствует/не соответствует
					Определение доступных частей	Соответствует/не соответствует
					Ток доступных частей	0 – 500 мА
					Напряжение доступной части	0 – 500 В
					Защитное соединение	Соответствует/не соответствует
					Закрепление клеммы защитного проводника	Соответствует/не соответствует
					Импеданс защитного соединения	0 – 0,1 Ом
					Импеданс соединения постоянно подключенного оборудования	Соответствует/не соответствует
					Соединения с внешними цепями	Соответствует/не соответствует
					Зазоры	0,05 – 100 мм
					Пути утечки	0,025 – 160 мм
					Испытания напряжением	Наличие/отсутствие пробоя или повторяющегося искрения
					Требования к конструкции по обеспечению защиты от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
					Требования к шнурам сетевого питания	Соответствует/не соответствует
					Требования к вилкам и соединителям	Соответствует/не соответствует
					Требования к устройствам отсоединения от источника питания	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к движущимся частям	Соответствует/не соответствует
					Оценка устойчивости оборудования	Соответствует/не соответствует
					Требования к ручкам и захватам, кронштейнам	Соответствует/не соответствует
					Жесткость кожных	Соответствует/не соответствует
					Защита от распространения огня	Соответствует/не соответствует
					Предельно допустимая температура поверхности для защиты от ожогов	20 – 105°C
					Температура обмоток	20 – 210 °C
					Стойкость неметаллических кожухов к повышенным температурам	Соответствует/не соответствует
					Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Соответствует/не соответствует
					Защита от излучения	Соответствует/не соответствует
					Микроволновое излучение	0 – 10 Вт/м²
					Уровень звукового давления	30 – 85 дБ
					Давление ультразвука	0 – 110 дБ
					Защита от выделяющихся газов, взрыва и от направленного внутрь взрыва	Соответствует/не соответствует
					Требования к устройствам защиты от превышения температуры электродвигателя	Соответствует/не соответствует
					Цепи или компоненты, используемые как устройства, ограничивающие переходное перенапряжение	Соответствует/не соответствует
					Защита с помощью блокировок	Соответствует/не соответствует
541.	ГОСТ 12.2.091	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.	26.60.11 26.60.12 32.50.12	9027 9030 9032 10 3822 00 2804 40 2811 21 8419 20 8419 39 8419 40	Маркировка Документация Нахождение доступных частей Ток доступных частей Напряжение доступной части Защитное заземление Защитный импеданс Соединения с внешними цепями Зазоры	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0 – 500 мА 0 – 500 В Соответствует/не соответствует 0 – 0,1 Ом Соответствует/не соответствует 0,05 – 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8419 89 8419 90 8421 19	Пути утечки	0,025 – 160 мм
					Воздействие испытательным напряжением	Отсутствие/наличие разряда или повторяющегося поверхностного пробоя
					Конструктивные требования по защите от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
					Требования к шнурам сетевого питания	Соответствует/не соответствует
					Требования к сетевым вилкам и соединителям	Соответствует/не соответствует
					Требования к зажимам	Соответствует/не соответствует
					Требования к устройствам отключения от источника питания	Соответствует/не соответствует
					Требования к движущимся частям	Соответствует/не соответствует
					Оценка устойчивости оборудования	Соответствует/не соответствует
					Требования к ручкам и захватам	Соответствует/не соответствует
					Испытание на прочность	Соответствует/не соответствует
					Испытание ударным молотком	Соответствует/не соответствует
					Испытание на воздействие вибрации	Соответствует/не соответствует
					Испытание на механическую прочность при падении	Соответствует/не соответствует
					Защита от распространения огня	Соответствует/не соответствует
					Температурные ограничения	0 – 100 °С
					Оборудование, выделяющее при работе теплоту	20 – 180 °С
					Теплостойкость	Соответствует/не соответствует
					Защитные ограждения	Соответствует/не соответствует
					Защита от опасностей, связанных с жидкостями	Соответствует/не соответствует
					Защита от излучения	Соответствует/не соответствует
					Ультрафиолетовое излучение	Соответствует/не соответствует
					Электромагнитное излучение	0 – 10 Вт/м²
					Уровень звукового давления	30 – 80 дБ
					Ультразвуковое давление	110 дБ
					Защита от выделяющихся газов	Соответствует/не соответствует

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
545.	ГОСТ 22171	Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные	26.60.12 26.51.53	9027 80	Масса	0 – 6,5 кг
					Потребляемая мощность	0 – 10 ВА
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
546.	ГОСТ 27987	Анализаторы жидкости потенциометрические ГСП	26.60.12 26.51.53	9027 80	Параметры питания:	
					- частота переменного тока	Соответствует/не соответствует
					- напряжение	Соответствует/не соответствует
					Уровень автоматизации	Соответствует/не соответствует
					Длина линии связи между первичными преобразователями и измерительным блоком	≥1,0 м
					Конструкция первичных преобразователей	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к транспортной тряске, воздействию температур и влажности	Соответствует/не соответствует
					Время установления выходных сигналов (показаний)	0 – 20 с
					Продолжительность однократного измерения	0 – 120 с
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
546.	ГОСТ 27987	Анализаторы жидкости потенциометрические ГСП	26.60.12 26.51.53	9027 80	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Требования безопасности	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: классификация, материалы	Соответствует/не соответствует
					Электрическое сопротивление изоляции силовых цепей	≥40 МОм
					Прочность электрической изоляции	Соответствует/не соответствует
					Сопротивление изоляции цепи вспомогательного электрода арматуры чувствительных элементов	≥1·10 ⁹ Ом
					Герметичность чувствительных элементов	Соответствует/не соответствует
					Параметры питания:	
					- частота переменного тока	Соответствует/не соответствует
					- напряжение	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Время прогрева преобразователей	0 – 120 мин
					Перегрузка по входному сигналу	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Требования безопасности	Соответствует/не соответствует
547.	ГОСТ 29024	Анализаторы жидкости турбидиметрические и нефелометрические	26.60.12 26.51.53	9027 80	Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует
					Требования безопасности	Соответствует/не соответствует
					Электрическое сопротивление изоляции силовых цепей	Соответствует/не соответствует
					Прочность электрической изоляции	≥40 МОм
548.	ГОСТ ИЕС 61010-2-010	Лабораторное оборудование для нагревания материалов	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
549.	ГОСТ ИЕС 61010-2-020	Лабораторные центрифуги	26.60.12 26.51.53 28.29.41	9027 80	Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
550.	ГОСТ 18996	Анализаторы биологических жидкостей медицинские	26.60.12 26.51.53	9027 80	Маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
551.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030	Испытательные и измерительные цепи	26.60.12 26.51.53	9027 80	Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
552.	ГОСТ ИЕС 61010-2-033	Портативные мультиметры	26.60.12 26.51.53	9027 80	Термины и определения	Соответствует/не соответствует
553.	ГОСТ Р МЭК 61010-2-041	Лабораторные автоклавы	26.60.12 26.51.53	9027 80	Идентификация маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Мощность дозы	13 мкЗв/ч
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Документация	Соответствует/не соответствует
					Динамическое испытание горизонтальных нагревательных поверхностей из стеклянных или керамических материалов	Соответствует/не соответствует
554.	ГОСТ ИЕС 61010-2-051	Лабораторное оборудование для перемешивания и взбалтывания	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Устройства защиты от перегрева	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Документация	Соответствует/не соответствует
					Перемещение в процессе работы	Соответствует/не соответствует
					Повторный запуск после прерывания	Соответствует/не соответствует
555.	ГОСТ ИЕС 61010-2-061	Лабораторные атомные спектрометры с термической атомизацией и ионизацией	32.50.12 32.50.13	8421 19	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Документация	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к воздействию газов и растворителей	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень звука	30 – 130 дБА
					Система закипания пламени (поджига)	Соответствует/не соответствует
556.	ГОСТ IEC 61010-2-081	Автоматическое и полуавтоматическое лабораторное оборудование для проведения анализов и других целей	26.60.12	9018 19 9018 90	Маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
557.	ГОСТ IEC 61010-2-091	Кабинетные рентгеновские системы	-	-	Требования к предоставлению информации	Соответствует/не соответствует
558.	ГОСТ IEC 61010-2-101	Медицинское оборудование для лабораторной диагностики (IVD)	26.51.43 26.51.45	9030 32 9030 33 9030 39	Маркировка Документация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
559.	ГОСТ 28311	Дозаторы медицинские лабораторные	32.50.12	8419 20 8419 39	Идентификация: классификация Характеристики отклонений объемов доз Работоспособность при питании от сети переменного тока - напряжение - частота питания	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
					Максимально допустимое время установления рабочего режима с момента включения	1 – 30 мин
					Время подготовки дозаторов к работе	1 – 30 мин
					Стойкость к внешним воздействиям	Устойчиво/не устойчиво
					Усилие нажатия на кнопки управления автоматических дозаторов	0 – 15 Н
					Усилие, необходимое для формирования объема дозы с помощью пальцев	0 – 50 Н
					Корректируемый уровень звуковой мощности	30 – 62 дБА
					Превышение температуры наружных поверхностей	0 – 20 °С
560.	ГОСТ 18856	Аппараты ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких.	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Максимальное рабочее давление	1,5 – 3 кПа
					Максимальное рабочее разрежение	0,8 – 1,5 кПа

1	2	3	4	5	6	7
561.	ГОСТ 30324.12	Аппараты искусственной вентиляции легких	32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40	Идентификация: конструкции Электробезопасность: - напряжение - переменный ток - токи утечки Температура поверхностей Комплектность Маркировка Упаковка	Соответствует/не соответствует 110 – 320 В 2 – 30 А 0 – 0,5 мА 0 – 41°C Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
562.	ГОСТ ISO 7228	Коннекторы трахеальных трубок	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40	Обозначение размеров Диапазон размеров: - номинальный внутренний диаметр - внутренний диаметр d - прямые коннекторы L ₁ - изогнутые коннекторы L ₂ Материал Конструкция коннектора Площадь поперечного сечения просвета Внутренний диаметр изогнутого или углового коннектора Коническое соединение со стороны аппарата	Соответствует/не соответствует 2,5 – 11,0 мм 2,35 – 11,15 мм 9 – 20 мм 8 – 12 мм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 15 и 22 мм

1	2	3	4	5	6	7 на 500 листах, лист 193
563.	ГОСТ 31054.1	Трубки трахеотомические	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Маркировка Соответствие требований	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
564.	ГОСТ 31054.2	Трубки трахеотомические	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Обозначения размеров Внутренний диаметр трубок Основные параметры и другая информация, которая должна быть представлена	Соответствует/не соответствует 2,35 – 11,2 мм Соответствует/не соответствует
					Материалы Стойкость к стерилизации Устойчивость к воздействию анестезирующих паров и газов Конструкция и отделка Наружный диаметр трубки для раздувания Прокладка трубки для раздувания Длина свободного конца трубки для раздувания Корпусность Угол среза	Соответствует/не соответствует Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Соответствует/не соответствует 0 – 3,0 мм Соответствует/не соответствует ≥ 40 мм 6% $\leq 50^\circ$
					Удаление мандрена из трахеотомической трубки Упаковка Маркировка	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
565.	ГОСТ ISO 5358	Аппараты ингаляционного наркоза	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Стойкость к чистящим средствам Расположение органов управления, контроля и измерения Соединения медицинских газовых баллонов Градуировка манометров баллонов и трубопроводов Газопровод аппарата ИН Утечка в части газопровода аппарата ИН Утечка газа во вращающемся регуляторе потока Градуировка расходомеров Маркировка испарителей	Устойчиво/не устойчиво Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Выдерживают/не выдерживают давление 0 – 50 мл/мин 0 – 5 мл/мин Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Общее выходное отверстие	15 мм и 22 мм
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
					Инструкция по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
566.	ГОСТ Р 52423	Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Идентификация: термины и определения	Соответствует/не соответствует
567.	ГОСТ 31057	Аппараты искусственной вентиляции легких для оживления	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Механическое воздействие	Выдерживает/ не выдерживает
					Размеры	Аппарат в футляре должен проходить сквозь прямоугольное отверстие размером 300х600 мм
					Масса аппарата	0 – 18 кг
					Давление, создаваемое в отверстии для присоединения пациента	0 – 0,5 кПа
					Мертвое пространство аппарата	0 – 5 мл
					Устойчивость к воздействию окружающей среды	Устойчивы/ не устойчивы
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
568.	ГОСТ Р ИСО 80601-2-12	Аппараты искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Основные функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Части, находящиеся в контакте с пациентом	Соответствует/не соответствует
					Скорость потока газа и утечки	Соответствует/не соответствует
					Классификация	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка, документация	Соответствует/не соответствует
569.	ГОСТ 31511.2	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские для применения на дому	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Идентификация: общие требования	Соответствует/не соответствует
					Классификация	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Длительные токи утечки и дополнительные токи в цепи пациента	Соответствует/не соответствует
					Максимальное давление в отверстии для присоединения пациента	0 – 8 кПа

1	2	3	4	5	6	7
					Основные функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
570.	ГОСТ Р ИСО 10651.3	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские, применяемые в экстренных ситуациях и в транспортных средствах	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Идентификация: общие требования	Соответствует/не соответствует
					Классификация	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Основные функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
571.	ГОСТ-IEC 60601-2-13	Анестезиологические комплексы	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Идентификация	Соответствует/не соответствует
					Маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
572.	ГОСТ Р ИСО 80601-2-13	Анестезиологические комплексы	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Основные функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Защита шнура питания от случайного отсоединения	Соответствует/не соответствует
					Перемещение через препятствие	Соответствует/не соответствует
					Распознавание жидкостей	Соответствует/не соответствует
					Защита от случайной установки органов регулирования	Соответствует/не соответствует
					Условия срабатывания сигнализации	Соответствует/не соответствует
573.	ГОСТ ISO 8185	Увлажнители медицинские	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Идентификация	Соответствует/не соответствует
					Эксплуатационные документы	Соответствует/не соответствует
					Температура поверхности	20 – 44°C
					Выплеск воды из емкости (сосуда) для жидкости и из резервуара в дыхательный контур	0 - 5 мл
					Объемная скорость потока жидкости на выходе	0 – 20 мл/ч
					Прерывание нагрева	Соответствует/не соответствует
					Термический перегрев	20 – 50°C
					Диаметры коннекторов	15 мм; 22 мм
					Соответствие трубок подачи	Соответствует/не соответствует
					Производительность	≥33 мг H ₂ O/л
					Максимальное падение давления	0 – 2 кПа
					Уровень шума	30 – 50 дБА
					Утечка коннектора	0 – 5 мл/мин
					Скорость утечки	0 – 10 мл/мин

1	2	3	4	5	6	7
574.	ГОСТ 31517	Шланги газоподводящие низкого давления медицинские	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Безопасность Совместимость материалов Стойкость к воздействию окружающей среды Диаметр шлангов Разрывное давление Выдерживание усилия при осевом растяжении Деформация под давлением Соппротивление окклюзий Прочность сцепления Гибкость шлангов Специфичные для газа соединители Концевые соединители Размеры соединителя NIST Шероховатость соединителя NIST Обозначение соединения Диаметры для корпусов соединителей NIST	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует ≥ 5 мм ≥ 4000 кПа Выдержано/не выдержано Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует $\geq 1,5$ кН/м Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие Соответствует/не соответствует 4,7 – 25 мм 1,6 мкм Соответствует/не соответствует 7,5 – 17,0 мм
					Диаметры для ниппелей соединителей NIST Размер O-образных колец: - внутренний диаметр - диаметр сечения Обозначение соединителя DISS Утечка газа из шланга Падение давления Маркировка и цветовая кодировка Упаковка Информация изготовителя Область применения Размеры конических металлических соединений: - диаметр A - размер B - длина конуса - расстояние до фланца D - расстояние до проточки E	7,3 – 17,0 мм 6,95 – 8,25 мм 1,52 – 2,48 мм Соответствует/не соответствует 0 – 0,6 мл/мин 0 – 80 кПа Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 8,45 – 30,95 мм 6 – 15 мм 6,4 – 21 мм 8,9 – 21,5 мм 8 – 21,5 мм
575.	ГОСТ 31518.1	Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40		

1	2	3	4	5	6	7
					- конусность	1:19 – 1:40
					Размеры конических неметаллических соединений:	
					- диаметр А	8,495 – 30,985 мм
					- размер В	8,085 – 30,125 мм
					- размер С	8,395 – 19,505 мм
					- размер D	1,305 – 5,205 мм
					- размер E	1,495 – 2,205 мм
					- конусность F	1:19 – 1:40
					- радиус	0,35 – 0,5 мм
					Утечка газа из сопрягаемых соединений	0 – 5 мл/мин
					Надежность сопряжения охватываемой детали	Соответствует/не соответствует
					конического соединения с охватываемой деталью, снабженной фиксатором	
					Устойчивость к падению	Собранное соединение рассоединилось/не рассоединилось
576.	ГОСТ ISO 8835-3	Системы ингаляционного наркоза	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Увеличение давления на входе СВГС Индуцированный расход Утечка газа в атмосферу Передающие и принимающие системы Сопrotвление отсасывающему потоку Информация, предоставляемая изготовителем Маркировка Идентификация Безопасность Материалы Компоненты системы Маркировка и цветовое кодирование Информация, предоставляемая изготовителем	0 – 1,5 кПа 0 – 500 мл/мин 0 – 100 мл/мин Соответствует/не соответствует 1 – 2 кПа Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
577.	ГОСТ Р ИСО 7396-1	Системы трубопроводные для сжатых медицинских газов и вакуума	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40		
578.	ГОСТ Р ИСО 10083	Системы подачи с концентраторами кислорода для	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39	Безопасность Материалы	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		использования в трубопроводных системах медицинских газов		8419 40	Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
579.	ГОСТ Р ИСО 10651-4	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские для оживления с ручным приводом	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Маркировка Конструкция коннекторов Функционирование клапана пациента после его загрязнения рвотой	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
					Стойкость к падению	Соответствует/не соответствует
					Работоспособность после погружения в воду	Соответствует/не соответствует
					Материалы	Соответствует/не соответствует
					Обеспечение объемной концентрации кислорода	≥85 %
					Сопротивление выдоху	0 – 0,5 кПа
					Сопротивление вдоху	0 – 0,5 кПа
					Неисправность клапана пациента	Соответствует/не соответствует
					Мертвое пространство	Не более 5 мл +10% дыхательного объема
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Сведения, которые должны быть указаны производителем в инструкциях по применению и обслуживанию	Соответствует/не соответствует
580.	ГОСТ Р ИСО 10651-5	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские для оживления	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Поверхности, углы и кромки Защита против случайных настроек Соединительные устройства: Соединение с медицинской системой газоснабжения Соединение с входным каналом для газа высокого давления Соединитель канала для соединения с пациентом Соединитель лицевой маски Соединитель газового выходного канала Функционирование клапана пациента после загрязнения рвотой Чистка, стерилизация или дезинфекция	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 15 мм и 22 мм 15 мм и 22 мм 30 мм 0 – 20 с Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Функциональность после повторной сборки	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к воздействиям окружающей среды	Соответствует/не соответствует
					Механическая устойчивость при обычном использовании	Соответствует/не соответствует
					Водонепроницаемость	IPX4
					Размеры	0 – 600 мм
					Масса	0 – 5 кг
					Переключатель, связанный с баллонным клапаном	≥200 Н
					Внешнее обеспечение	280 – 600 кПа
					Невозможность неправильного соединения	Соответствует/не соответствует
					Сопротивление входу в течение фазы выдоха	Не более чем на $6 \cdot 10^6$ Па ниже атмосферного давления
					Сопротивление выдоха	Не более чем на $6 \cdot 10^6$ Па
					Незаплавленное РЕЕР	Не более $2 \cdot 10^6$ Па
					Мертвая зона реанимационного аппарата и мертвая зона оснастки для воздушного потока	Не более 5,5% минимального доставляемого объема из реанимационного аппарата
					Давление в канале для соединения с пациентом	Не более $80 \cdot 10^6$ Па
581.	ГОСТ Р ИСО 80601-2-55	Мониторы дыхательных смесей	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Давление в канале для соединения с пациентом, необходимое для возникновения газового потока из клапана, срабатывающего по требованию	Не менее атмосферного давления более чем на $2 \cdot 10^6$ Па
					Минимальное значение вдыхаемого потока	100 л/мин
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Информация, подготовленная производителем для работы и поддержки	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Проникание воды или твердых частиц	IPX2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
			32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12	8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20	- падение давления на клапане в полностью открытом положении при расходе воздушного потока 3 л/мин	0,05 – 0,3 кПа
			32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12	8419 39 8419 40 8419 20	- падение давления на клапане в полностью открытом положении при расходе воздушного потока 30 л/мин	0,1 – 0,5 кПа / 0,1 – 0,6 кПа
			32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13	8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40	- утечка при полностью закрытом клапане Узел циркуляционного адсорбера: - конструкция - механизм байпаса адсорбера - утечка Обратные клапаны: - давление, генерированное сухим клапаном - увеличение давления	0 - 50 л/мин Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0 – 0,15 кПа Не менее чем до 0,5 кПа в течение 5 мин
			32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13	8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40	- давление открытия сухого клапана - контроль давления Маркировка Информация, предоставляемая изготовителем	0 – 0,12 кПа От минус 10 см. вод. ст. до плюс 60 см. вод. ст. и (или) от минус 1 кПа до плюс 6 кПа Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40		
584.	ГОСТ 24264.2	Резьбовые соединения, несущие весовую нагрузку	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Материалы Свободное осевое перемещение накидной гайки на охватываемой детали соединения Рекомендуемые размеры уплотнительного кольца: - внутренний диаметр - диаметр сечения - резьба на охватываемой детали	Соответствует/не соответствует 0 – 2 мм Соответствует/не соответствует
585.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-10	Стимуляторы нервов и мышц	32.50.21	9018 90	- резьба на охватываемой детали Инструкция по эксплуатации Техническое описание Ток утечки на пациента Ток утечки на корпус Ток утечки на землю Электрическая прочность изоляции Выходное напряжение Выходной ток Частота импульсов Постоянная составляющая тока Колебания напряжения питания Идентификация, маркировка и документация Ток утечки на корпус Ток утечки на землю Электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0 – 500 мкА 0 – 2 мА 0 – 10 мА 500 – 4000 В 0 – 36 В 0 – 100 мА 0 – 100 кГц 0 – 10 мА Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0 – 0,5 мА 0 – 10 мА 500 – 4000 В
586.	ГОСТ Р 50267.14	Аппараты электрошоковой терапии	32.50.21	9018 90		Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Путь утечки	0 – 50 мм
					Воздушные зазоры	0 – 50 мм
					Ограничение выходных характеристик	0 – 100 Дж
587.	ГОСТ 30324.31	Наружные кардиостимуляторы с внутренним источником питания	26.60.14	9021 50	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Дополнительный ток в цепи пациента	0,001 мА
					Путь утечки	0 – 50 мм
					Воздушные зазоры	0 – 50 мм
588.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-4	Кардиодетрибрилляторы	26.60.14	9021 50	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Допустимые значения токов утечки на пациента	0 – 0,1 мА
					Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Путь утечки	0 – 50 мм
					Воздушные зазоры	0 – 25 мм
					Сопротивление изоляции кабеля	500 МОм
					Сопротивление нагрузки	25 – 175 Ом
					Энергия	0 – 360 Дж
					Выходное напряжение	0 – 5 кВ
					Время, необходимое для полной зарядки	0 – 40 с
					Время от включения до готовности к разряду с максимальной энергией	0 – 50 с
					Емкость нового полностью заряженного аккумулятора	0 – 20 разрядов
589.	ГОСТ Р 50267.3	Аппараты для коротковолновой терапии	26.60.13	9018 90	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Потребляемая мощность	0 – 2 кВт
					Ток утечки на пациента	0 – 500 мкА
					Ток утечки на землю	0 – 10 мА
					Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Номинальная выходная мощность	0 – 500 Вт
					Температура	0 – 120°C
590.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-6	Аппараты для микроволновой терапии	26.60.13	9018 90	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки на пациента	0 – 500 мкА
					Ток утечки на землю	0 – 10 мА
					Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Нежелательное излучение	0 – 10 мВт/см ²
					Утечка микроволнового излучения	0 – 10 мВт/см ²
					Номинальная выходная мощность	0 – 250 Вт
591.	ГОСТ 28603	Аппараты для УФЧ-терапии	26.60.13	9018 90	Рабочий диапазон таймера	0 – 30 мин
					Устойчивость к климатическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Технические требования	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
592.	ГОСТ 30324.6	Аппараты для микроволновой терапии	26.60.13.130	9018 90 840 9	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на пациента	0 – 500 мкА
					Ток утечки на землю	0 – 10 мА
					Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Нежелательное излучение	0 – 10 мВт/см ²
					Утечка микроволнового излучения	0 – 10 мВт/см ²
					Номинальная выходная мощность	0 – 250 Вт
593.	ГОСТ ИЕС 60601-2-22	Хирургическое, косметическое, терапевтическое и диагностическое лазерное оборудование	26.60.13	9018 90	Рабочий диапазон таймера	0 – 30 мин
					Идентификация оборудования, маркировка и документы	Соответствует/не соответствует
					Усилия для срабатывания переключателя	0 – 10 Н
					Индикация выходной мощности лазера	Соответствует/не соответствует
					Индикация параметров, относящихся к безопасности	Соответствует/не соответствует
594.	ГОСТ ИЕС 60601-2-2	Высокочастотные электрохирургические аппараты	26.60.13	9018 20 9018 90	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на пациента	0 – 500 мкА
					Ток утечки на землю	0 – 10 мА

1	2	3	4	5	6	7
					Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Сопротивление проводящих путей от ножных переключателей к проводящему полу	0 – 10 МОм
					Суммарная выходная мощность	0 – 400 Вт в течение 1 с
					Усилие для срабатывания переключателя	0 – 10 Н
595.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-2	Высокочастотные электрохирургические аппараты и высокочастотные электрохирургические принадлежности	26.60.13	9018 20 9018 90	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Емкость цепи	5 пФ – 100 нФ
					Сопротивление между контактами	0 – 10 МОм
					Пути утечки	0 – 50 мм
					Токи утечки	0 – 10 мА
					Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Нагрузочные сопротивления	0 – 2000 Ом
					Усилие для срабатывания переключателя	0 – 10 Н
596.	ГОСТ 30324.21	Детские инфракрасные обогреватели	26.60.13	9018 20 9018 90 9019 20	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Электрическая прочность изоляции	250 – 4000 В
					Токи утечки	0 – 10 мА
					Выдерживание максимальных нагрузок опор и кронштейнов	Выдерживает/не выдерживает
					Максимальный уровень освещенности	0 – 60 мВт/см ²
					Температура поверхностей, рассчитанных на контакт с пациентом	0 – 42 °С
					Температура предохранительного устройства	0 – 85 °С
					Диапазон температуры регулирования	36 – 38 °С
					Уровень звука сигналов тревоги	65 – 130 дБА
					Концентрация CO ₂	0 – 4%
597.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-21	Излучающие обогреватели для новорожденных	26.60.13	9018 20 9018 90	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				9019 20	Уровень звука сигналов тревоги	65 – 130 дБА
					Выдерживание максимальных нагрузок опор и кронштейнов	Выдерживает/не выдерживает
					Электрическая прочность изоляции	250 – 4000 В
					Токи утечки	0 – 10 мА
					Максимальный уровень облученности	0 – 60 мВт/см ²
					Температура поверхностей, рассчитанных на контакт с пациентом	0 – 43 °С
					Температура тепловых ограждений	0 – 85 °С
					Концентрация СО ₂	0 – 4%
598.	ГОСТ 30324.19	Детские инкубаторы	26.60.13	9018 19 9018 20 9018 90 9019 20	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Электрическая прочность изоляции	250 – 4000 В
					Прочность опор и кронштейнов	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость	Устойчивы/не устойчивы
					Боковое усилие, приводящее к опрокидыванию инкубатора	≥100 Н
					Предотвращение движения при наклоне	Соответствует/не соответствует
					Температура поверхностей	0 – 43 °С
					Диапазон температуры регулирования	30 – 39 °С
					Уровень звука	30 – 80 дБА
					Уровень звука сигнала тревоги	65 – 130 дБА
					Концентрация СО ₂	0 – 4%
599.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-19	Инкубаторы для новорожденных	26.60.13	9018 19 9018 20 9018 90 9019 20	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Уровень звука	30 – 60 дБА
					Уровень звука звуковой сигнализации	65 – 130 дБА
					Прочность опор	Соответствует/не соответствует
					Температура поверхностей	0 – 43 °С
					Стабильность температуры инкубатора	Соответствует/не соответствует
					Равномерность температуры инкубатора	1 °С

1	2	3	4	5	6	7
					Точность датчика температуры кожи	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
					Диапазон температуры регулирования	$35 - 39^{\circ}\text{C}$
					Время прогрева	Соответствует/не соответствует
					Колебания температуры инкубатора	$0 - 2^{\circ}\text{C}$
					Диапазон обрабатываемой температуры кожи	$33 - 38^{\circ}\text{C}$
					Устройства управления температурой и защита от перегрузки	Соответствуют/не соответствуют
600.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-20	Транспортные инкубаторы для новорожденных	26.60.13	9018 19 9018 20 9018 90 9019 20	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Неустойчивость в положении транспортирования	Устойчивы/не устойчивы
					Неустойчивость от нежелательных поперечных перемещений	Устойчивы/не устойчивы
					Сила опрокидывания	$\geq 100\text{ Н}$
					Уровень звука	$30 - 60\text{ дБА}$
					Уровень звука звуковой сигнализации	$65 - 130\text{ дБА}$
					Прочность опор	Соответствует/не соответствует
					Температура поверхностей	$0 - 43^{\circ}\text{C}$
					Стабильность температуры инкубатора	Соответствует/не соответствует
					Равномерность температуры инкубатора	2°C
					Точность датчика температуры кожи	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
					Диапазон температуры регулирования	$35 - 39^{\circ}\text{C}$
					Время прогрева	Соответствует/не соответствует
					Колебания температуры инкубатора	$0 - 2^{\circ}\text{C}$
					Диапазон обрабатываемой температуры кожи	$33 - 38^{\circ}\text{C}$
					Устройства управления температурой и защита от перегрузки	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
601.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-50	Аппараты для фототерапии новорожденных	32.50.21 26.60.13	9018 20 9018 90	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Акустическая энергия	30 – 60 дБА
					Прочность опор и кронштейнов	Соответствует/не соответствует
					Инфракрасное излучение	0 – 10 мВт/см ²
					Эффективное ультрафиолетовое излучение	0 – 1,0·10 ⁻⁵ мВт/см ²
					Температура поверхностей	0 – 43 °С
602.	ГОСТ Р 51024	Аппараты слуховые электронные реабилитационные	26.60.14 32.50.22	9021 40 9021 90	Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
					Общие технические требования	Соответствует/не соответствует
					Стойкость к климатическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
603.	ГОСТ 10893	Аппараты слуховые электронные	26.60.14 32.50.22	9021 40 9021 90	Коэффициент гармоник	1 – 10%
					Приведенный ко входу уровень собственных шумов	0 – 25 дБ
					Изменение акустического усиления или чувствительности индукционной катушки	1 – 3 дБ
					Масса	5 – 100 г
					Стойкость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Стойкость к климатическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
604.	ГОСТ Р 51407	Слуховые аппараты	26.60.14 32.50.22	9021 40	Помехоустойчивость. Уровень акустической помехи, приведенный ко входу	0 – 55 дБ УЗД
					Напряженность испытательного электромагнитного поля	2 – 3 В/м
605.	ГОСТ Р МЭК 60118-14	Аппараты слуховые программируемые	26.60.14 32.50.22	9021 40 9021 90	Типы кабельных соединителей	Соответствует/не соответствует
606.	ГОСТ Р ИСО 11904-1	Слуховой аппарат	32.50.21	9021 40	Характеристики излучения расположенных вблизи уха источников звука	Соответствует/не соответствует
607.	ГОСТ Р ИСО 11904-2	Слуховой аппарат	32.50.21	9021 40	Сущность метода измерений	Соответствует/не соответствует
608.	СТБ ИЕС 60645-1 (ИЕС 60645-1, IDT)	Аудиометры тональные	26.60.12	9018 19	Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Общие требования безопасности	Соответствует/не соответствует
					Требования по акустической безопасности	Соответствует/не соответствует
					Внешние условия:	
					- температура	15°С - 35°С

1	2	3	4	5	6	7
					- относительная влажность	30% - 90%
					- атмосферное давление	98 - 104 кПа
					Время выхода в рабочий режим:	
					- минимальное время выхода в рабочий режим	0 - 10 мин
					Колебания питания	Соответствует/не соответствует
					Постороннее акустическое излучение	Соответствует/не соответствует
					Испытательные сигналы:	
					- частота	125 - 16000 Гц
					- уровни прослушивания	20 - 120 дБ
					- суммарный коэффициент гармоник	3% / 6%
					- скорость изменения частоты	1 октава в минуту $\pm 25\%$
					- частотная модуляция	Соответствует/не соответствует
					- внешние источники сигнала	Соответствует/не соответствует
					- маскирующий звук	Соответствует/не соответствует
					- преобразователь	Соответствует/не соответствует
					- регулятор уровня сигнала	Соответствует/не соответствует
					- опорный тональный сигнал	Соответствует/не соответствует
					- электрический выход	Соответствует/не соответствует
					испытательных сигналов	
					- формат аудиограмм	Соответствует/не соответствует
					Маркировка и руководство по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
609.	СТБ ИЕС 60645-2 (ИЕС 60645-2, IDT)	Оборудование для речевой аудиометрии	26.60.12.129	9018 19 900 0	Общие требования	Соответствует/не соответствует
					Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Индикатор уровня сигнала	Соответствует/не соответствует
					Регулировка выходного уровня речевых сигналов	Соответствует/не соответствует
					Выходной уровень звукового давления и вибросилы:	
					- уровень звукового давления	18 - 22 дБ
					- вибросила	50 - 60 дБ
					- частотная характеристика	Соответствует/не соответствует
					- гармонические искажения	Соответствует/не соответствует
					- отношение «сигнал-шум»	Соответствует/не соответствует
					- маскирующий звук	Соответствует/не соответствует
					- контрольный головной телефон или громкоговоритель	Соответствует/не соответствует
					- система двухсторонней связи	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- устройства прерывания	Соответствует/не соответствует
					Маркировка и руководство по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
610.	ГОСТ 31212	Электрокардиостимуляторы имплантируемые	26.60.14	9021 50	Герметичность	Соответствует/не соответствует
					Ударопрочность и виброустойчивость	Соответствует/не соответствует
					Исправность в процессе эксплуатации и транспортировки	Соответствует/не соответствует
					Нарушение функций ЭКС после разряда-дефибрилятора	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к предстерилизационной очистке и стерилизации	Устойчивы/не устойчивы
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Амплитуда, длительность и период следования импульсов	Соответствует/не соответствует
					Порог срабатывания (чувствительности) ЭКС	Соответствует/не соответствует
					Длительность задержки	Соответствует/не соответствует
					Интервал блокировка	Соответствует/не соответствует
					Сопроводительная документация	Соответствует/не соответствует
611.	ГОСТ 31582	Электроды для электрокардиостимуляторов имплантируемые	26.60.14	9021 50 9021 90	Сопротивление электрода	Соответствует/не соответствует
					Электрический импеданс электрода	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки	0 – 2 мА
					Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
					Комплектность, упаковка, маркировка, инструкция по применению	Соответствует/не соответствует
612.	ГОСТ Р ИСО 5841-3	Соединители IS-1 для имплантируемых электрокардиостимуляторов низкопрофильные.	26.60.14	9021 50 9021 90	Конструкция соединительного вывода	Соответствует/не соответствует
					Размеры соединительного вывода	0,3 – 18 мм
					Максимальная сила введения и извлечения проходного калибра соединительного вывода	0 – 14 Н
					Электрический импеданс между проводящими частями	50 кОм
					Деформация, обусловленная действием прижимных винтов	0 – 14 Н
					Маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Максимальная сила выведения: ножка калибра	0 – 9 Н
613.	ГОСТ Р ИСО 11318	Узлы соединительные DF-1 для имплантируемых дефибрилляторов	26.60.14	9021 50 9021 90	Конструкция соединительного вывода	Соответствует/не соответствует
					Размеры соединительного вывода	0,1 – 18 мм
					Сила введения и извлечения	0 – 14 Н
					Деформации соединителя	Соответствует/не соответствует
					Электрическая изоляция	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Конструкция соединительного гнезда	Соответствует/не соответствует
					Размеры соединительного гнезда	1,31 – 18,0 мм
614.	ГОСТ Р 50267.16	Изделия для гемодиализа, гемодиализации и гемофильтрации	32.50.21	3926 90 9018 90	Сила введения и извлечения	0 – 9 Н
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Точки утечки	0 – 10 мА
					Расплескивание и утечка	Соответствует/не соответствует
					Прерывание электропитания	Соответствует/не соответствует
					Системы защиты	Соответствует/не соответствует
					Маркировка соединителей	Соответствует/не соответствует
					концентра	
615.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-16	Аппараты для гемодиализа, гемодиализации и гемофильтрации	32.50.21	3926 90 9018 90	Поток крови	Соответствует/не соответствует
					Поток диализирующего раствора	Соответствует/не соответствует
					Чистое удаление жидкости	Соответствует/не соответствует
					Поток субституата	Соответствует/не соответствует
					Время диализа	Соответствует/не соответствует
					Температура диализирующего раствора	33 – 42°C
					Температура субституата	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Точки утечки	0 – 10 мА
					Очистка и дезинфекция	Соответствует/не соответствует
					Прерывание питания	Соответствует/не соответствует
					Системы защиты	Соответствует/не соответствует
					Маркировка соединителей	Соответствует/не соответствует
					Громкость звуковых сигналов опасности	65 – 130 дБА
					Период паузы звуковой сигнализации	0 – 10 мин

1	2	3	4	5	6	7
616.	ГОСТ Р ИСО 7199	Системы газообмена с кровью (оксигенаторы)	32.50.21	3926 90 9018 90	Целостность кровеносного контура	Соответствует/не соответствует
					Целостность жидкостного контура теплообменника	Соответствует/не соответствует
					Объем кровеносного контура	Соответствует/не соответствует
					Надёжность соединительных устройств	Соответствует/не соответствует
					Скорость переноса кислорода и углекислого газа	Соответствует/не соответствует
					Коэффициент эффективности теплообменника	Соответствует/не соответствует
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
617.	ГОСТ 27422	Аппараты для внепочечного очищения крови	32.50.21	3926 90 9018 90	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Диапазон регулирования расхода перфузата	50 – 500 мл/мин
					Контроль воздушных включений в перфузате	Соответствует/не соответствует
					Диапазон регулирования расхода инфузата	0 – 1 мл/ч, 10 – 100 мл/ч
					Расход диализата	400 – 600 мл/мин
					Диапазон регулирования температуры диализата	0 – 40 °С
					Включение световой сигнализации	Включается/не включается
					Прекращение перемещения диализата	Соответствует/не соответствует
					Диапазон регулирования удельной электрической проводимости диализата	12 – 16 мСм/см
					Диапазон регулирования расхода замещающего ультрафильтрата	0,2 – 2 л/ч
					Диапазон измерения объема замещающего ультрафильтрата	0 – 5 л
					Верхний предел диапазона регулирования трансмембранного давления	60 кПа
					Диапазон измерения трансмембранного давления	5 – 80 кПа
					Диапазон регулирования расхода ультрафильтрата	0,5 – 6 л/ч

1	2	3	4	5	6	7
					Диапазон регулирования температуры замещающего раствора	35 – 40 °C
					Автоматическая остановка перфузионного насоса	0,5 мл/л
					Уровень звуковой мощности предупредительной сигнализации	70 – 130 дБА
					Время установления рабочего режима после включения	0 – 20 мин
					Непрерывный режим работы	8 ч
					Электропитание	198 – 242 В, 50 Гц
					Устойчивость к протиранию	Стойкие/не стойкие
					Устойчивость к климатическим факторам	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Корректируемый уровень звуковой мощности	30 – 58 дБА
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
					Герметичность	Соответствует/не соответствует
					Размеры	0 – 15 мм
					Герметичность инъекционного узла	Соответствует/не соответствует
618.	ГОСТ ISO 8638	Комплект кровопроводящих магистралей для гемодиализаторов, гемофильтров и гемоконцентраторов	32.50.21	3926 90 9018 90	Цветовое кодирование	Соответствует/не соответствует
					Объемы заполнения венозных и артериальных магистралей	Соответствует/не соответствует
					Длина и внутренний диаметр насосных сегментов магистралей	Соответствует/не соответствует
					Упаковка, маркировка и эксплуатационная документация	Соответствует/не соответствует
					Герметичность	Соответствует/не соответствует
					Расход перфузата	20 – 350 мл/мин
					Расход деаэрированного диализата	250 – 600 мл/мин
					Температура перфузата и диализата	36 – 38 °C
					Трансмембранное давление	7 – 60 кПа
					Присоединительные размеры	0 – 22 мм
619.	ГОСТ 27874	Диализаторы для внепочечного очищения крови	32.50.21	3926 90 9018 90	Герметичность	Соответствует/не соответствует
					Расход перфузата	20 – 350 мл/мин

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к внешним воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Техническое описание и инструкция по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
620.	ГОСТ ISO 8637	Гемодиализаторы, гемофильтры и гемоконцентраторы.	32.50.21	3926 90 9018 90	Конструкционная прочность	Соответствует/не соответствует
					Избыточное давление	Соответствует/не соответствует
					Целостность мембраны	Соответствует/не соответствует
					Соединения с полостью по крови	Соответствует/не соответствует
					Соединения с полостью по диализату гемодиализатора	Соответствует/не соответствует
					Соединения с полостью фильтра гемодиализатора или гемоконцентратора	Соответствует/не соответствует
					Размеры соединителей	0 – 22 мм
					Скорость фильтрации	Соответствует/не соответствует
					Упаковка, маркировка и эксплуатационные документы	Соответствует/не соответствует
621.	ГОСТ 31616	Протезы фиброзных колец для аннулопластики	32.50.22	9021 39	Комплектность, упаковка, маркировка, инструкция по применению	Соответствует/не соответствует
622.	ГОСТ 26997	Клапаны сердца искусственные	32.50.22	9021 39	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Посадочные диаметры клапанов	13 – 41 мм
					Пропускная способность	≥50 см³/цикл
					Обратный переток (объем регургитации)	0 – 14 см³/цикл
					Шероховатость поверхности	0 – 0,4 мкм
					Устойчивость к транспортной тряске	Устойчивы/не устойчивы
					Стойкость к климатическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Чистота поверхности	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к предстерилизационной очистке и стерилизации	Устойчивы/не устойчивы
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
623.	ГОСТ Р ИСО 7198	Трубчатые сосудистые протезы	32.50.22	9021 39	Классификация	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				9021 90	Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Качество поверхности	Соответствует/не соответствует
					Пористость	Соответствует/не соответствует
					Проницаемость для воды	Соответствует/не соответствует
					Утечка	Соответствует/не соответствует
					Давление просачивания воды	Соответствует/не соответствует
					Прочность после нанесения многократных проколов	Соответствует/не соответствует
					Прочность при растяжении	Соответствует/не соответствует
					Прочность при разрыве	Соответствует/не соответствует
					Используемая длина	Соответствует/не соответствует
					Внутренний диаметр в ненагруженном состоянии	Соответствует/не соответствует
					Внутренний диаметр под давлением	Соответствует/не соответствует
					Толщина стенок	Соответствует/не соответствует
					Прочность удержания нитей стенкой протеза	Соответствует/не соответствует
					Сопротивление перегибу	Соответствует/не соответствует
624.	ГОСТ 31618.1	Протезы клапанов сердца	32.50.22	9021 39	Посадочный диаметр клапана	0 – 31 мм
					Эффективная площадь проходного отверстия	≥60 мм ²
					Объем регургитации	0 – 12 мл
					Стационарная утечка	0 – 2100 мл/мин
					Механическая прочность манжеты	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к воздействию обратным давлением	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к деформированию каркаса (корпуса)	Соответствует/не соответствует
					Шероховатость поверхности	0 – 0,4 мкм
					Комплектность, упаковка, маркировка, инструкция пользователя	Соответствует/не соответствует
625.	ГОСТ Р ИСО 25539-1	Эндоваскулярные протезы	32.50.22	9021 39 9021 90	Система доставки эндоваскулярного протеза:	
					- возможность доступа	Соответствует/не соответствует
					- способность к раскрытию	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- возможность удаления системы доставки	Соответствует/не соответствует
					Импламентируемое изделие:	
					- способность к точному развертыванию	Соответствует/не соответствует
					- эффективность фиксации имплантата	Соответствует/не соответствует
					- целостность имплантата	Соответствует/не соответствует
					- проницаемость	Соответствует/не соответствует
					- модульность	Соответствует/не соответствует
					- размеры	Соответствует/не соответствует
					- проходимость	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
626.	ГОСТ Р ИСО 25539-2	Сосудистые стенты	32.50.22	9021 39 9021 90	Система доставки и стент-система:	
					- возможность доступа	Соответствует/не соответствует
					- способность к раскрытию	Соответствует/не соответствует
					- возможность удаления	Соответствует/не соответствует
					Стент:	
					- способность к точному раскрытию	Соответствует/не соответствует
					- эффективность фиксации	Соответствует/не соответствует
					- целостность стента	Соответствует/не соответствует
					- размеры	Соответствует/не соответствует
					- проходимость	Соответствует/не соответствует
					Защита от повреждений при хранении и транспортировании	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
627.	ГОСТ 31512	Бароаппараты одномоментные медицинские стационарные	32.50.21	9019 20	Требования к применяемым материалам	Соответствует/не соответствует
					Требования к системе управления	Соответствует/не соответствует
					Требования к системе контроля и связи	Соответствует/не соответствует
					Требования к конструкции, обеспечивающие	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					пожаробезопасность бароаппаратов	
					Требования к конструкции, обеспечивающие электробезопасность бароаппаратов	Соответствует/не соответствует
					Требования к применяемым материалам	Соответствует/не соответствует
628.	ГОСТ Р 57217	Барокамеры медицинские многоместные	32.50.21	9019 20	Основные параметры и размеры: - рабочее давление - внутренний диаметр корпуса - диаметр в свету входного люка в отсек - диаметр в свету переходного круглого люка из отсека в предкамеру (отсек) - длина медицинского круглого шлюза - диаметр в свету медицинского круглого шлюза	1,0 МПа ≥1800 мм ≥700 мм ≥700 мм ≥300 мм ≥200 мм
					- диаметр смотровых иллюминаторов в свету - диаметр световых иллюминаторов в свету	≥200 мм ≥105 мм
					Обеспечиваемая длительность пребывания людей в условиях повышенного давления газовой среды	240 ч
					Основные показатели и характеристики (свойства)	Соответствует/не соответствует
					Требования к сырью, материалам, купленным изделиям	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
629.	ГОСТ 28386	Аппаратура гипербарической оксигенации	32.50.21	9019 20	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Основные параметры: - содержание кислорода в рабочем газе	23% / 100%

1	2	3	4	5	6	7
					- максимальное давление изопрессии (рабочее давление)	150 – 1000 кПа
					- минимальное давление изопрессии	20 кПа
					- максимальное парциальное давление кислорода во вдыхаемом газе	190 – 500 кПа
					- максимальная скорость компрессии	50 – 200 кПа/мин
					- максимальная скорость декомпрессии	50 – 200 кПа/мин
					- материалоемкость	0,3 – 5 кг/кПа·м³
					- интенсивность орошения системы пожаротушения	0,2 – 0,3 кг/м²·с
					- количество функциональных устройств	2 – 10
					- количество диагностических приборов	2 – 10
					Технические требования:	
					- скорректированный уровень звуковой мощности, создаваемый аппаратурой ГБО на расстоянии 1 м от аппаратуры	30 – 62 дБА
					- уровень вентилируемости внутри барокамеры	≥ 14 м³/ч·чел
					- уровень температуры внутри барокамеры	(23±3) °С
					- уровень влажности внутри барокамеры	От 65 до 85%
					Безопасность	Соответствует/не соответствует
630.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-36	Аппараты для экстракорпоральной литотрипсии	26.60.13	9018 90	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Непрерывное воздействие	Соответствует/не соответствует
					Сила, необходимая для приведения в действие ножного переключателя	≥ 10 Н
					Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
631.	ГОСТ 30324.3		26.60.13	9018 90	Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Аппараты для коротковолновой терапии			Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Номинальная выходная мощность	0 – 500 Вт
632.	ГОСТ 30324.10	Стимуляторы нервов и мышц	26.60.13	9018 90	Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Предельный ток	0 – 100 мА
					Значения длительностей импульса	$\pm 30\%$ при измерении с погрешностью не более $\pm 10\%$ с нагрузочным резистором
633.	ГОСТ 30324.14	Аппараты для электрошоковой терапии	26.60.13	9018 90	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Нарушение электропитания	Соответствует/не соответствует
					Выходная энергия	0 – 100 Дж
					Уровень звукового давления	30 – 65 дБА
					Максимальное установившееся значение ограничителя времени	0 – 10 с
					Площадь проводящей поверхности каждого из электродов	$\geq 7 \text{ см}^2$
					Путь утечки	20 – 50 мм
					Воздушный зазор	10 – 50 мм
					Классификация	Соответствует/не соответствует
634.	ГОСТ Р 51945	Аспираторы	26.60.12	9018 90	Параметры питания:	
					- от сети переменного тока	220 В, 50 Гц
					- от автономных источников постоянного тока	12 В; 24 В
					Устойчивость к климатическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Перепад давления	$\geq 2,5 \text{ кПа}$
					Герметичность при рабочих давлениях газовой пробы	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
635.	ГОСТ ISO 10079-1	Отсасывающие устройства с электроприводом	26.60.13 32.50.50	9018 90	Упаковка Идентификация, маркировка и документация Механическая прочность Уровень звукового давления Перелив Расплескивание Утечка Прерывание электропитания Безопасность Конструкция Внутренний диаметр отсасывающих трубок Размеры Масса Внутренний диаметр входного отверстия в контейнере-сборнике Маркировка Документация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Выдерживает/ не выдерживает 30 – 60 дБА Сохраняет/ не сохраняет работоспособность Соответствует/не соответствует Наличие/ отсутствие Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует ≥6 мм Соответствует/не соответствует 0 – 6 кг ≥6 мм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
636.	ГОСТ ISO 10079-2	Отсасывающие устройства с ручным приводом	26.60.13 32.50.50	9018 90		
637.	ГОСТ ISO 10079-3	Отсасывающие устройства, приводимые в действие источником вакуума или давления	26.60.13 32.50.50	9018 90	Внутренний диаметр входного отверстия в контейнере-сборнике Объем контейнера-сборника Внутренний диаметр отсасывающей трубки Утечка воздуха Устойчивость Масса Отсасывающее устройство с высоким расходом воздуха и высоким вакуумом Отсасывающее устройство со средним вакуумом Минимальное значение свободного расхода воздуха в отсасывающем устройстве Маркировка Документация Классификация Размеры устройств	≥6 мм Не менее 200 мл Не менее 6 мм Не более 200 мл/мин Устойчивы/не устойчивы 0 – 6 кг ≥ минус 60 кПа минус 20 – минус 60 кПа 20 л/мин Вакуум не менее 40 кПа за 10 с Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 1,5 – 1530 мм
638.	ГОСТ 25047	Устройства комплектыные эксфузионные, инфузионные и	32.50.21	3926 90 9018 90		

1	2	3	4	5	6	7
		трансфузионные однократного применения			Обозначение вида устройства Герметичность соединения деталей Прочность соединения деталей устройства Самозатягиваемость Устойчивость при климатических и механических воздействиях в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения Комплектность Маркировка Упаковка	Соответствует/не соответствует 40 кПа ≥50 Н Соответствует/не соответствует Устойчивы/не устойчивы
639.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-24	Насосы и контроллеры инфузионным	32.50.21	9018 39 9018 90	Классификация Идентификация, маркировка и документация Расплевкивание жидкостей Сигнал опасности низкого приоритета	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
					Сигнал опасности высокого приоритета	IPX1 или лучше Не менее чем за 30 мин до прекращения работы вследствие разрядки батареи
640.	ГОСТ 22649	Стерилизаторы воздушные медицинские	32.50.12	8419 20	Функциональные характеристики Классификация Полезный объем Потребляемая мощность в режиме разогрева Работоспособность Усилие, необходимое для ручного открывания и закрывания замков Время нагрева Корректируемый уровень звуковой мощности Устойчивость при климатических и механических воздействиях в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 1 – 1300 дм³ 0 – 60 кВт 220 В; 380 В 50 или 60 Гц 0 – 150 Н 0 – 75 мин 30 – 85 дБА Устойчивы/не устойчивы

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость при дезинфекции	Устойчивы/не устойчивы
					Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
641.	ГОСТ 31598	Стерилизаторы паровые большие	32.50.12	8419 20	Требования к конструктивным элементам	Соответствует/не соответствует
					Приборы (устройства) для индикации и регистрации	Соответствует/не соответствует
					Системы управления	Соответствует/не соответствует
					Требования к рабочим характеристикам	Соответствует/не соответствует
					Время выравнивания	0 – 15 с
					Сухость загрузки	0 – 1%
					Уровень шума	30 – 70 дБА
					Скорость изменения давления	0 – 1000 кПа/мин
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
642.	ГОСТ Р ЕН 13060	Стерилизаторы паровые малые	32.50.12	8419 20	Двери и запорные устройства	Соответствует/не соответствует
					Контрольный соединитель (соединители)	Соответствует/не соответствует
					Воздушный фильтр	Соответствует/не соответствует
					Контрольно-измерительная аппаратура, устройства индикации и регистрации	Соответствует/не соответствует
					Системы управления	Соответствует/не соответствует
					Минимальное время выдержки при стерилизации	1 – 15 мин
					Время установления равновесия	0 – 30 с
					Электропитание	
					Температура воды и пара, сливаемых во внешнюю дренажную систему	0 – 100°C
					Маркировка и сопутствующая документация	Соответствует/не соответствует
					Скорость повышения давления	0 – 0,13 кПа/мин
					Скорость изменения давления	0 – 10 бар/мин для любого двухсекундного интервала
					Содержание влаги для твердой загрузки	0 – 0,2%
					Содержание влаги для пористой загрузки	0 – 1,0%

1	2	3	4	5	6	7
643.	ГОСТ ISO 11140-1	Химические индикаторы	32.50.50	8419 20	Идентификация: маркировка метода стерилизации Упаковка, инструкция или вкладыш технической информации	Соответствует/не соответствует
644.	ГОСТ Р 57623	Стерилизаторы на основе этиленоксида	32.50.50 32.50.12	8419 20	Видимое изменение Размер камеры стерилизатора Двери, замки и блокировки камеры Контрольные соединители Система откачки Требования к рабочим характеристикам Упаковка, маркировка и этикетки Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
645.	ГОСТ ISO 15883-1	Машины моюще-дезинфицирующие	32.50.50	8422 20 7418 20	Маркировка, прикреплённые этикетки, ярлыки или бирки и упаковка Требования к рабочим характеристикам	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
646.	ГОСТ ISO 15883-2	Машины моюще-дезинфицирующие	32.50.50	8422 20 7418 20	Механические и технологические требования Длительность фазы термической дезинфекции Присоединительные устройства для загрузки Система управления Температура внутренних поверхностей изделий Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует ≥ 3000 с Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
647.	ГОСТ Р ИСО 15883-3	Машины моюще-дезинфицирующие	32.50.50	8422 20 7418 20	Точность средств контроля объема добавок Работоспособность дренажного гидрозатвора Проверка вымывания неабсорбирующих материалов Проверка вымывания абсорбирующих материалов	$\pm 10\%$ Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Проверка загрузки/опорожнения контейнеров	Соответствует/не соответствует
					Проверка удаления загрязнений со стенок камеры, держателя загрузки и из загрузки	Соответствует/не соответствует
					Обязательная информация, предоставляемая производителем	Соответствует/не соответствует
648.	ГОСТ Р ИСО 15883-4	Машины мощные дезинфицирующие	32.50.50	8419 20 8422 20 7418 20	Требования к рабочим характеристикам	Соответствует/не соответствует
					Требования к механическим частям и процессу	Соответствует/не соответствует
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
649.	ГОСТ 22340	Аквастилляторы медицинские электрические	32.50.12 28.29.11	8419 20 8419 40	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Производительность	4 – 250 л/ч
					Удельный расход исходной воды	0 – 25 л/л
					Работоспособность от сети переменного тока	Работоспособны/не работоспособны
					Устойчивость к климатическим факторам	Устойчивы/не устойчивы
					Вибро- и ударопрочность	Соответствуют/не соответствуют
650.	ГОСТ 28165	Аквастилляторы. Испарители. Установки ректификационные	28.29.11	8419 40	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Номинальная производительность	1, 2, 4, 8, 12 л/ч
					Удельная электрическая проводимость дистиллята при 20°C	0 – 3·10 ⁻⁴ См·м ⁻¹ / 0 – 8·10 ⁻⁵ См·м ⁻¹
					Удельный расход электроэнергии	0 – 0,75 кВт/л / 0 – 1,5 кВт/л
					Удельный расход охлаждающей воды при температуре t _{вх} ≈ 13°C	0 – 10 л/л / 0 – 20 л/л
					Номинальная вместимость куба	0,01 – 6 л
					Диаметр активной зоны	6 – 75 мм
					Высота активной зоны (высота слоя насадки)	200 – 2000 мм
					Число реальных тарелок	≥ 20, 40, 50 шт
					Рабочая температура в кубе	20°C – 250°C
					Диапазон рабочего давления	0,1 – 100 кПа
					Номинальный внутренний диаметр корпуса испарителя	30, 50, 80 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальная рабочая поверхность испарителя	0,03; 0,1; 0,2 м ²
					Номинальная вместимость испарительной колбы	0,05 – 20 л
					Диапазон частоты вращения	20 – 1000 мин ⁻¹
					Диапазон температуры теплоносителя	0°C – 250°C
					Безопасность	Соответствует/не соответствует
651.	ГОСТ EN 14180	Стерилизаторы низкотемпературные пароформальдегидные.	32.50.12	8419 20	Маркировка и этикетки	Соответствует/не соответствует
					Технические требования	Соответствует/не соответствует
					Управление процессом	Соответствует/не соответствует
					Требования к характеристикам	Соответствует/не соответствует
					Уровень шума	Соответствует/не соответствует
					Маркировка и этикетки	Соответствует/не соответствует
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
652.	ГОСТ Р 57766	Кресла-стулья с санитарным оснащением	32.50.50	9402 10 9402 90	Показатели назначения: - эффективная глубина сидения	≥280 мм для взрослых/ ≥200 мм для детей
					- ширина сидения	≥360 мм для взрослых/ ≥210 мм для детей
					Конструктивные требования:	
					- длина	0 – 1750 мм
					- ширина	0 – 850 мм
					- расстояние между подлокотниками	≥420 мм
					- расстояние от пола до нижней кромки передней подложки	≥300 мм
					- усилие для торможения ведущих колес	Не более 60 Н (стояночный тормоз) / Не более 100 Н (рабочий тормоз)
					- минимальный радиус поворота при развороте на 360°	0 – 650 мм
					- минимальная ширина разворота при развороте на 360°	0 – 1100 мм
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Безопасность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
653.	ГОСТ 30493	Изделия санитарные керамические	23.42.10	6909 90 6910 90	Габаритные размеры	180 – 650 мм
654.	ГОСТ 19715	Эмблема Красного Креста	-	-	Номинальный диаметр эмблемы	5 – 4000 мм
655.	ГОСТ 16940	Носилки санитарные	32.50.50 30.99.10	9021 90 8716 80	Размеры эмблемы	0,1 – 2960 мм
					Усилие, необходимое для выдвижения (возвращения) или вращения рукоятки	0 – 150 Н
					Усилие, необходимое для развертывания носилок	0 – 300 Н
					Прогиб-брусев	0 – 20 мм
					Прогиб несущей основы в вертикальной плоскости	0 – 45 мм
					Расстояние между мягким ложем и опорной плоскостью	≥10 мм
					Остаточная деформация на брусках или несущих основах носилок после снятия нагрузки	0 – 3 мм
					Масса	0 – 20 кг
					Работоспособность после климатических воздействий	Работоспособны/не работоспособны
					Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
656.	ГОСТ Р 56328	Подвижные (передвижные) комплексы медицинского назначения	32.50.50 29.10.30 29.10.2 29.10.59	8703 23 8705 90 9018 90	Угол поперечной устойчивости с технически допустимой максимальной массой	≥28°
					Время разгона СДТС до 80 км/ч	0 – 35 с
					Температура воздуха в помещениях ПКМН	≥15 °С
					Общий уровень освещенности ПКМН	≥100 лк
					Местное освещение на рабочих местах и манипуляционных полях	≥150 лк
					Уровень аварийного освещения	≥30 лк
					Рабочее давление в системе снабжения газами	400 кПа/не более 40 кПа
					Расстояние органов управления: - от уровня пола при управлении стоя	1000 – 1600 мм
					- от уровня пола при управлении сидя	600 – 1200 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Усилия, прикладываемые к органам управления	0 – 35 Н
					Усилия фиксации и расфиксации съемного оборудования	0 – 147 Н
					Усилия открывания/закрывания дверей и люков	0 – 118 Н
657.	ГОСТ Р 56330	Технические средства размещения и перемещения больных и пострадавших на догоспитальном этапе	32.50.50 29.10.30 29.10.2 29.10.59	8703.23 8705.90 9018.90	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Номинальная нагрузка на панель ТСРП	≥150 кг
					Устойчивость к дезинфекционной обработке	Устойчивы/не устойчивы
					Внешний вид поверхности ТСРП	Соответствует/не соответствует
					Усилие, необходимое для приведения рукояток в рабочее положение	0 – 150 Н
					Отсутствие перемещения рукояток	Соответствует/не соответствует
					Усилие, прилагаемое к механизмам трансформации складных панелей	0 – 300 Н
					Изменение углов наклона секций панели	0 – 70°
					Усилие, необходимое для фиксации положений секций на ручках управления и рукоятках зажимов механических приводов подъема секций	0 – 80 Н
					Внешний вид строчки машинных швов	Соответствует/не соответствует
					Шаг строчки	3 – 4 мм
					Усилие, необходимое для развертывания носилок	0 – 300 Н
					Длина каркасных носилок	0 – 2200 мм
					Масса носилок при номинальной нагрузке 1500 Н	0 – 25 кг
					Диаметр колёс тележек-каталок	≥150 мм
					Зазор между одной из опор и горизонтальной плоскостью	0 – 3 мм
					Усилие, необходимое для перевозки пациентов на тележке-каталке с колесными опорами по твердой поверхности	0 – 150 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Усилие, необходимое для фиксации съемных элементов	0 – 80 Н
					Масса тележки-каталки	0 – 40 кг
					Усилия управления рабочими элементами устройства приемного	0 – 150 Н
					Приемное смещение	≥ 125 мм
					Высота подъема панели приемного устройства	0 – 350 мм
					Высота подъема-панели с равномерно распределенной на ней полукруглой номинальной нагрузкой за один полный ход педали привода	≥ 6 мм
					Усилие, прикладываемое к педали привода	0 – 300 Н
					Самостоятельное опускание секций панели	0 – 5 мм/ч
					Мощность, потребляемая электрическим двигателем устройства приемного от бортовой сети транспортного средства	0 – 500 ВА
658.	ГОСТ Р ЕН 13718-1	Медицинские изделия, используемые в авиационных транспортных средствах медицинского назначения	32.50.50 29.10.30 29.10.2 29.10.59	8703 23 8705 90 9018 90	Работоспособность в диапазоне температур и влажности	Работоспособны/не работоспособны
					Степень защиты оболочки	IPX3
					Работоспособность для напряжения питания 13,8 В/ 27,5 В/230 В	Работоспособны/не работоспособны
					Напряжение встроенных батарей	12,4 – 15,1 В
					Информация, предоставляемая производителем	24,8 – 30,3 В
					Работоспособность при свободном падении	Соответствует/не соответствует
659.	ГОСТ Р ЕН 13718-2	Авиационные транспортные средства медицинского назначения	32.50.50 29.10.30 29.10.2 29.10.59	8703 23 8705 90 9018 90	Общая освещенность медицинского салона	300 лк
					Освещенность рабочей зоны медицинского салона	400 лк
					Напряжение розетки	12,4 – 15,1 В
					Суммарный ток потребления	≥ 25 А
					Габаритные размеры рабочей зоны	≥ 970 мм

1	2	3	4	5	6	7
660.	ГОСТ Р ИСО 11199-1	Ходунки	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Усталостная и статическая прочность Устойчивость Максимальная ширина ходунка Ширина рукоятки Диаметр части наконечника, которая контактирует с поверхностью ходьбы Маркировка и надписи	Отсутствие трещин и сколов $\geq 10^\circ$ 0 – 650 мм 20 – 50 мм ≥ 35 мм Соответствует/не соответствует
661.	ГОСТ Р ИСО 11199-2	Ходунки на колесиках	32.50.22	9021-10 9021 29 9021 31	Диаметр переднего колеса Ширина колеса Устойчивость Максимальное расстояние до рычага Скорость ходунков Максимальное усилие для приведения в действие и отключения стояночных тормозов Ширина рукоятки Минимальный диаметр части наконечника, контактирующей с поверхностью перемещения Статическая прочность: - остаточная деформация Регулируемые элементы Механизм складывания Регулировка ручек Информация, поставляемая изготовителем Информация, наносимая на изделие и/или вспомогательное оборудование Документация	≥ 75 мм ≥ 22 мм $\geq 3,5^\circ$ 0 – 75 мм 0 – 10 мм/мин 0 – 60 Н 20 – 50 мм 35 мм Соответствует/не соответствует 0 – 1% Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
662.	ГОСТ Р ИСО 7176-1	Кресла-коляски	32.50.22 30.92.20 30.92.30	8713 10 8713 90 8714 20	Передняя статическая устойчивость Задняя статическая устойчивость Боковая статическая устойчивость	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
663.	ГОСТ Р ИСО 7176-3	Кресла-коляски	32.50.22 30.92.20	8713 10 8713 90	Работа тормозов	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
664.	ГОСТ Р ИСО 7176-5	Кресла-коляски	30.92.30 32.50.22 30.92.20 30.92.30	8714 20 8713 10 8713 90 8714 20	Классификация Полная габаритная длина Габаритная ширина Высота ручьятки Длина в сложенном состоянии Ширина в сложенном состоянии Высота в сложенном состоянии Высота подъема Общая масса Масса самой тяжелой части Ширина вращения Ширина разворота Диаметр вращения Клиренс Необходимая ширина углового коридора Необходимая глубина дверного проема Необходимая ширина коридора для бокового прохода Представление информации	Соответствует/не соответствует
665.	ГОСТ Р ИСО 7176-7	Кресла-коляски	32.50.50	8713 10 8713 90 8714 20	Эффективная глубина сиденья Ширина сиденья Эффективная ширина сиденья Высота сиденья Угол наклона спинки Высота спинки Ширина спинки Расстояние между подголовником и спинкой Высота расположения подголовника над сиденьем Длина подножки Клиренс опоры стопы Длина опоры стопы Угол наклона опоры стопы	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Угол наклона подложки к поверхности сиденья Высота подлокотника Расстояние от передней части подлокотника до спинки сиденья Длина подлокотника Ширина подлокотника Угол наклона подлокотника Расстояние между подлокотниками Расположение фронтального узла подлокотника Диаметр обода ручного привода Диаметр ведущего колеса Горизонтальное положение оси ведущего колеса Вертикальное положение оси ведущего колеса Диаметр поворотного колеса	
666.	ГОСТ Р ИСО 7176-8	Кресла-коляски	32.50.50	8713 10 8713 90 8714 20	Статистическая прочность Ударная прочность Усталостная прочность Нагружаемая сила	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 15 Н – 2000 Н
667.	ГОСТ Р ИСО 7176-11	Кресла-коляски	32.50.50	8713 10 8713 90 8714 20	Переднее положение шарниров лодыжки относительно задней стороны нагруженных пластин ступни Относительная высота шарниров лодыжки над низом нагруженных пластин ступни Ненагруженная толщина пенопластной проставки нагруженной прокладки бедра Размер нагруженной пластин бедра	55 - 90 мм 45 - 75 мм 30 мм 80 – 680 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Размер нагрузочной пластины туловища	180 – 650 мм
					Размер нагрузочной пластины ступни	80 – 300 мм
668.	ГОСТ Р ИСО 7176-13	Кресла-коляски	32.50.22 30.92.20 30.92.30	8713 10 8713 90 8714 20	Коэффициента трения гладких или полированных испытательных поверхностей	0,75 – 1,0
669.	ГОСТ Р ИСО 7176-22	Кресла-коляски	32.50.22 30.92.20 30.92.30	8713 10 8713 90 8714 20	Регулировка параметров кресла-коляски	Соответствует/не соответствует
670.	ГОСТ 30473	Кресла-коляски	32.50.50	8713 10 8713 90 8714 20	Передняя статическая устойчивость: - предельный угол наклона	Соответствует/не соответствует
					Боковая статическая устойчивость: - предельный угол наклона	20°
					Полная габаритная длина	25°
671.	ГОСТ 30474	Кресла-коляски	32.50.50	8713 10 8713 90 8714 20	Габаритная ширина	200 – 650 мм
					Высота рукоятки	200 – 300 мм
					Общая масса	100 – 200 мм
672.	ГОСТ Р 51083	Кресла-коляски	32.50.22 30.92.20 30.92.30	8713 10 8713 90 8714 20	Габаритные размеры в рабочем состоянии: - полная длина	10 – 50 кг
					- ширина	0 – 1200 мм
					- высота	0 – 700 мм
					Габаритные размеры в отложенном состоянии: - длина	0 – 1200 мм
					- ширина	0 – 900 мм
					- высота	0 – 350 мм
					Клиренс	0 – 1200 мм
					Высота рукоятки	≥30 мм
					Диаметр вращения кресла-коляски	900 – 1200 мм
					Ширина разворота кресла-коляски	0 – 1200 мм
					Масса полностью оснащенного для нормального использования кресла-коляски	0 – 1300 мм
						0 – 35 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к климатическим факторам	Устойчивы/не устойчивы
					Статическая устойчивость в продольном направлении движения при включении тормозной системы	10°
					Максимальный зазор между поверхностью и одним из колес	0 – 3 мм
					Устойчивость после падения с высоты 1 м в сложенном виде	Устойчиво/не устойчиво
					Грузоподъемность	50 кг, 100 кг
					Усилия, приложенные к ручкам кресла-коляски и каждому ободу ручного привода кресла-коляски для совершения маневра загруженного манекеном кресла-коляски	0 – 100 Н
					Усилия, необходимое для перемещения движущегося со скоростью, равной 1 м/с, в заданном направлении по ровной поверхности	0 – 45 Н
					Усилия, необходимое для фиксации в определенных положениях кресла-коляски и его элементов	0 – 100 Н
					Отклонение от "нулевой" линии (боковой увод)	0 – 500 мм
					Удержание загруженного манекеном кресла-коляски в заторможенном состоянии	10°
					Максимальное усилие для торможения ведущих колес кресла-коляски, прилагаемое:	0 – 60 Н
					- к рукоятке стояночного тормоза	0 – 100 Н
					- к рукоятке рабочего тормоза	0 – 110 Н
					Максимальные усилия на рычаг тормоза	0 – 0,35 Н
					Усилия вращения ведущих колес	Соответствует/ не соответствует
					Ведущие колёса:	

1	2	3	4	5	6	7
					- развал	0 – 2°
					- схождение	0 – 1°
					- концентричность и биение	Не более 1% радиуса колеса
					Требования к соединениям	Соответствует/не соответствует
					Угол расположения ручек	85°
					Расстояние между ручками	≥350 мм
					Длина рукоятки	≥75 мм
					Диаметр рукоятки	20 – 50 мм
					Ширина захвата элементов рукоятки	0 – 75 мм
					Высота подножки	0 – 25 мм
					Проклет между раздельными опорами ступней	0 – 35 мм
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Документы изготовителя	Соответствует/не соответствует
					Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
673.	ГОСТ Р 57887	Кресла-коляски	32.50.50	8714 20	Идентификация: классификация и обозначение	Соответствует/не соответствует
674.	ГОСТ Р ИСО 16840-2	Сиденья кресел-колясок	32.50.50	9021 10	Отклонение нагрузки	0 – 15 Н
675.	ГОСТ Р ИСО 16840-3	Сиденья кресел-колясок	32.50.50	9021 10	Толщина подушки	10 – 150 мм
676.	ГОСТ Р ИСО 10535	Подъемники для инвалидов	32.50.22 30.92.30	9021 10 8714 10	Статическая прочность	320 МПа
					Ударная прочность	145 Н
					Расстояние между любой ручкой и любой частью конструкции	≥35 мм
					Расстояние между любой верхней поверхностью педали и любой другой частью подъемника	≥75 мм
					Диаметр любой функциональной ручки	19 – 43 мм
					Расстояние от пола до педалей	0 – 300 мм
					Расстояние от пола до ручной системы управления	800 – 1200 мм
					Высота расположения ручек	≥900 мм
					Грузоподъемность	≥120 кг
					Скорость подъема или опускания ЦТП в нагруженном состоянии	0 – 0,15 м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость подъема или опускания ЦТП при отсутствии нагрузки	0 – 0,25 м/с
					Требования к прикладываемым силам/моментам	0 – 300 Н и 1,9 Нм
					Информация, поставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
677.	ГОСТ Р 55137	Подъемники, встроенные в дорожный транспорт, для людей, пользующихся креслами-колясками, и других людей с ограничениями жизнедеятельности	30.92.30	8714 10	Безопасность	Соответствует/не соответствует
					Уровень звукового давления	30 – 70 дБ
					Допустимое напряжение в деталях	92 – 240 Н/мм ²
					Допустимое напряжение в сварочных швах	113 – 240 Н/мм ²
					Предохранительное устройство от падения	Наличие/отсутствие
					Предохранительное устройство от скатывания	Высота 15 см, нагрузка F=500 Н Угол установки не более 110°
					Руководство по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
					Предостерегающие обозначения	Соответствует/не соответствует
678.	ГОСТ Р 55556	Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения	30.92.30	8714 10	Угол наклона грузонесущего устройства от горизонтальной плоскости	0 – 10°
					Усилие, прилагаемое к устройству при подъеме грузонесущего устройства с грузом	0 – 235 Н
					Уровень освещения посадочных площадок	≥50 лк
					Напряжение питания розеток	0 – 254 В
					Напряжение питания розеток для подключения переносных ламп	0 – 42 В
					Сопротивление изоляции между проводниками и между проводниками и землей	≥250 кОм
					Площадь поперечного сечения жил токоподводящего кабеля	≥0,75 мм ²
					Техническая документация	Соответствует/не соответствует
679.	ГОСТ Р 54406	Пандусы, установленные на транспортных средствах, для пользователей кресел-колясок и	32.50.22 30.92.30	9021 10 8714 10	Безопасность	Соответствует/не соответствует
					Ширина рукоятки	≥95 мм
					Рабочая скорость	0 – 0,6 м/с

1	2	3	4	5	6	7
		людей с ограниченной подвижностью			Номинальная грузоподъемность	≥300 кг
					Уровень звукового давления	30 – 70 дБ
					Допустимые напряжения в деталях	92 – 240 Н/мм ²
					Допустимые напряжения в сварочных швах	113 – 240 Н/мм ²
					Грузоподъемность и приводные усилия пандусов, управляемых вручную и с ручным приводом	0 – 150 Н
					Сила удара:	
					- сила удара пандуса о препятствие	0 – 150 Н
					Максимальная сила	0 – 250 Н
					Руководство по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
680.	ГОСТ Р 51084	Тележки для транспортирования пациентов и грузов	32.50.50 30.99.10	9402 90	Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует
					Основные параметры и размеры:	
					- угловые размеры	≥15°
					- длина панели	1510 – 2175 мм
					ширина панели	535 – 675 мм
					- высота панели (нижний уровень)	550 – 805 мм
					- высота панели (верхний уровень)	900 – 945 мм
					- масса	40 – 80 кг
					Технические требования:	
					- зазоры	3 – 5 мм
					- усилия	50 – 300 Н (5 – 30 кгс)
					- номинальная нагрузка	9,8 – 81 кг
					- средняя скорость самопроизвольного опускания панели	0 – 5 мм/ч
					- углы наклона	15° – 45°
					Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
681.	ГОСТ Р ИСО 22882	Самоориентирующиеся колесики для больничных кроватей	32.50.50	9402 10 9402 90 9403 90	Диаметр колеса	100 – 250 мм
					Общая высота	150 – 300 мм
					Смещение	46 – 80 мм
					Маркировка	-
682.	ГОСТ 26368	Светильники медицинские	32.50.50	9405 40	Классификация	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			27.40.39		Рабочее расстояние светильников	0,7 – 1,5 м
					Освещенность в центре рабочего поля	1000 – 200000 лк
					Размер рабочего поля и диапазон его изменения	40 – 300 мм
					Удельная облученность рабочего поля	0 – 5,0 (Вт·м ²)/лк
					Устойчивость к статической нагрузке	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость к климатическим факторам	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость к транспортированию	Устойчивы/не устойчивы
					Восстановление работоспособного состояния за счет ЗИП	0 – 25 мин
					Устойчивость к дезинфекции и стерилизации	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость при опорокидывании	Устойчивы/не устойчивы при 10°
683.	ГОСТ 30324.2.41	Смотровые (диагностические) и хирургические светильники	32.50.50 27.40.39	9405 40	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Максимальное усилие крепления и демонтажа ручки	10 Н
					Максимальный момент кручения крепления и демонтажа ручки	1 Н·м
					Усилие непреднамеренного демонтажа ручки	≥ 100 Н
					Крутящий момент непреднамеренного демонтажа	≤ 5 Нм или три или более вращений на 360°
					Устойчивость: - максимальное усилие вертикального позиционирования	0 – 55 Н
					- максимальное усилие горизонтального	0 – 25 Н
					Ультрафиолетовое излучение для длин волн ниже 400 нм	0 – 10 Вт/м ²
					Уровень центральной освещенности	40000 – 160000 лк

1	2	3	4	5	6	7
					Диаметр светового поля d_{50}	50% диаметра светового поля d_{10}
					Глубина освещения	60 % световой освещенности
					Индекс цветопередачи Ra	85 – 100
					Цветовая температура излучаемой радиации	3000 – 6700 К
					Полная облученность	0 – 1000 Вт/м ²
					Значение облученности к центральной освещенности	0 – 6 мВт/(м ² ·лк) 10 Н
					Устойчивость при опрокидывании	
684.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-41	Хирургические и смотровые (диагностические) светильники	32.50.50 27.40.39	9405 40	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Усилие преднамеренного демонтажа съемной ручки	0 – 10 Н
					Усилие крепления съемной ручки	0 – 1 Нм
					Усилие непреднамеренного демонтажа съемной ручки	≥ 100 Н
					Крутящий момент непреднамеренного демонтажа съемной ручки	≥ 5 Нм или три или более вращений на 360°
					Устойчивость:	
					- максимальное усилие вертикального позиционирования	0 - 55 Н
					- максимальное усилие горизонтального позиционирования	0 - 25 Н
					Ультрафиолетовое излучение для длин волн ниже 400 нм	Не более 10 Вт/м ²
					Допустимые максимальные значения температуры, доступных для прикосновения	Не более 86°C
					Уровень центральной освещенности	40000 – 160000 лк
					Диаметр светового поля d_{50}	50% диаметра светового поля d_{10}
					Глубина освещения	60 % световой освещенности
					Индекс цветопередачи Ra	85 – 100
					Цветовая температура излучаемой радиации	3000 – 6700 К

1	2	3	4	5	6	7
					Полная облученность	Не более 1000 Вт/м ²
					Значение облученности к центральной освещенности	Не более 6 мВт/(м ² ·лк)
685.	ГОСТ 26161	Столы операционные	32.50.30	9018 90 9402 90	Высота стола:	
					- в крайнем нижнем положении	Не более 800 мм
					- в крайнем верхнем положении	Не менее 1050 мм
					Длина панели	1683 – 2244 мм
					Ширина панели	408 – 612 мм
					Ширина стола по рейкам	544 – 556 мм
					Длина секции	Не менее 250 мм
					Длина сечения рейки для крепления съемных приспособлений	25 мм
					Ширина сечения рейки для крепления съемных приспособлений	10 мм
					Наклон панели по Тренделенбургу	Не менее 30°
					Наклон панели по анти-Тренделенбургу	Не менее 30°
					Боковой наклон панели	Не менее 20°
					Наклон ножной секции панели вниз	Не менее 90°
					Высота подъема почечного валика	Не менее 120 мм
					Угол наклона спинной секции вверх	Не менее 75°
					Масса стола (без комплекта съемных приспособлений)	Не более 300 кг
					Номинальное напряжение однофазного переменного тока для столов с моторным приводом, применяемых в операционной:	
					- предельное отклонение напряжения	±10 %
					- частота сети внешнего источника питания	49,5 – 50,5 Гц
					Скорость подъема и опускания панели стола с моторным	2·10 ⁻³ – 35·10 ⁻³ м/с

1	2	3	4	5	6	7
					приводом и скорость опускания панели стола с ножным или комбинированным приводами под действием собственной массы	
					Скорость наклонов панели стола с моторным приводом	1,0 – 4,0 град./с
					Высота подъема панели стола с ножным или комбинированным приводом	Не менее 8 мм
					Самопроизвольное опускание панели столов	Не более 5 мм за 1 ч
					Самопроизвольное изменение наклона панели стола	Не более 3° за 1 ч
					Допустимые люфты	Не более 4 мм
					Усилие, необходимое для равномерного передвижения столов	Не более 200 Н
					Усилия, необходимые для приведения в действие исполнительных механизмов привода	Не более 300 Н
					Корректированный уровень звуковой мощности	30 – 65 дБА
					Максимальная рабочая температура верхних и боковых частей панели стола	Не более 85°C
					Электрическое сопротивление, характеризующее наличие электростатического заряда, между поверхностью матрасов и зажимом защитного заземления столов	$5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6$ Ом
					Устойчивость к воздействию климатических факторов	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
686.	ГОСТ 28131	Кресла стоматологические	32.50.50 32.50.30	9402 10	Расстояние от поверхности пола до верхней поверхности сиденья	не более 450 мм - в крайнем нижнем положении кресла;

1	2	3	4	5	6	7
						не менее 800 мм - в крайнем верхнем положении кресла
					Минимальный диапазон углов поворота спинки от вертикали	5 - 90°
					Номинальное напряжение питания	220 В или 110 В
					Частота сети	49,5 - 50,5 Гц или 59,4 - 60,6 Гц
					Скорость перемещения верхней части кресел из одного крайнего положения в другое	$10 \cdot 10^{-3} - 35 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$
					Угловая скорость перемещения спинки с моторным приводом из одного положения в другое	$(0,090 \pm 0,045) \text{ рад} \cdot \text{с}^{-1}$
					Сохранение заданного положения подголовника	Соответствует/не соответствует
					Сохранение заданного положения спинки	Соответствует/не соответствует
					Самопроизвольное опускание верхней части кресел	Не более 3 мм за 1 ч
					Потребляемая мощность	Не более 1000 ВА
					Корректированный уровень звуковой мощности	30 - 70 дБА
					Устойчивость при воздействии климатических факторов	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
687.	ГОСТ 16371	Мебель	32.50.30 32.50.30 31.09.13 31.01.11 31.01.12	9402 10 9402 90 9401 30 9401 40	Зазоры в проемах на сторону Покоробленность щитовых деталей в изделеи Внешний вид фурнитуры и замков Толщина полок из стекла Толщина раздвижных дверей из стекла Внешний вид лицевой поверхности Устойчивость изделий корпусной мебели под нагрузкой	Не более 2 мм Не более 3,5 мм Соответствует/не соответствует Не менее 6 мм Не менее 4 мм Соответствует/не соответствует Не менее 10 даН
					Маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
688.	ГОСТ 19917	Мебель для сидения и лежания	32.50.30 31.01.11	9402 90 9401 30 9401 40	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Размер заделок	Не более 5 см ²
					Деформация мягкого элемента под нагрузкой 70 даН	Не менее 120 мм
					Податливость	0,2 – 4,2 мм/даН
					Внешний вид фурнитуры	Соответствует/не соответствует
					Радиус закругления ребер	Не менее 3 мм
					Зазоры между основанием кровати, царгами, спинками и элементами ограждения	Не более 25 мм
					Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью основания кровати	Не менее 260 мм
					Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца	Не менее 160 мм
					Зазор между матрацем и нижней поверхностью ограждения	60 – 100 мм
					Величина разъема ограждения для приставной лестницы	300 – 400 мм
					Расстояние между верхними поверхностями двух следующих друг за другом ступеней лестницы	200 – 300 мм
					Расстояние между двумя последовательно расположенными ступенями	Не менее 200 мм
					Полезная длина ступени	Не менее 300 мм
					Зазоры между основанием кровати, царгами, спинками и элементами ограждения	Не более 25 мм
					Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы:	
					- устойчивость	2 – 15 даН
					- статическая прочность сиденья	100 – 160 даН
					- статическая прочность спинки	40 – 75 даН

1	2	3	4	5	6	7
					- статическая прочность подлокотников (боковин) в боковом направлении	30 – 60 даН
					- статическая прочность подголовника в боковом направлении	20 – 40 даН
					- статическая прочность подлокотников (боковин) под действием вертикальной нагрузки	70 – 90 даН
					- статическая прочность ножек	35 – 120 даН
					- прочность коробчатых оснований при нагружении по диагонали	25 – 50 даН
					- ударная прочность сиденья	Выдерживает/не выдерживает
					- ударная прочность спинки и подлокотника	Выдерживает/не выдерживает
					- прочность изделия при падении на пол	Выдерживает/не выдерживает
					Стулья, кресла, табуреты складные:	
					- остаточная деформация между опорами (ножками)	Не более 20 мм
					Кровати:	
					- деформация	Не более 30 мм
					- ударная прочность оснований	Выдерживает/не выдерживает
					- усилие трансформации встроенных кроватей	Не более 10 даН
					Стулья детские:	
					- устойчивость	Не менее 20 град., не менее 3 даН
					- прочность при падении на пол стульев ростовых номеров 00, 0	Выдерживает/не выдерживает
					- статическая прочность сиденья для ростовых номеров: 1, 2, 3	80 даН
					- расстояние между основанием ложа кровати и стенками ограждения	Не более 25 мм
					- диаметр ячеек сетчатого бокового ограждения кровати	Не более 7 мм

1	2	3	4	5	6	7
					- расстояние между смежными планками основания ложа	Не более 60 мм
					- размер (диаметр) ячеек основания ложа из металлической сетки	Не более 85 мм
					- расстояние (зазор) между матрацем и ограждением кровати (боковые стенки и спинки)	Не более 30 мм
					- устойчивость	Не менее 4,5 даН
					- деформируемость стоек ограждения под нагрузкой	Не более 10 мм
					- остаточная деформация стоек ограждения	Не более 2,0 мм
					- прочность стоек при испытании на изгиб по ГОСТ 28777	25 даН
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
689.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-46	Операционные столы	32.50.50 32.50.30	9018 90 9402 90	Инструкция по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
					Сопровождение между клеммой выравнивания потенциалов и доступной частью	Не более 200 мОм
					Отсутствие поломок или остаточных деформаций	Соответствует/не соответствует
					Проникание воды или твердых частиц	Не менее IPX4
					Классификация	Соответствует/не соответствует
690.	ГОСТ Р 51265	Приборы, аппараты и оборудование бытовые реабилитационные	32.50.22 32.50.30	9021 90 9402 90	Устойчивость к климатическим факторам	Устойчивы/не устойчивы
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Отклонение в симметрии деталей арматуры	Не более 3 мм
					Масса, приходящая на ручку для переноса РБП	Не более 6 кг
					Крепление ручек, предназначенных для удержания или переноса РБП	Выдерживает/не выдерживает
					Усилие, необходимое для перемещения приводного элемента поворотных	Не более 5 Н

1	2	3	4	5	6	7
					выключателей и переключателей РБП	
					Размер L приводного элемента	20 – 35 мм
					Диаметр приводного элемента	50 – 75 мм
					Свободный ход кнопочного пускового устройства	Не менее 4 мм
					Длина свободной части рычага управления	Не менее 150 мм
					Усилие перемещения рычагов управления	Не более 10 Н
					Диаметр рукояток рычагов управления	20 – 40 мм
					Усилия, необходимые для приведения в действие органов управления механических (с ручным приводом) РБП	Не более 20 Н
					Интервалы между рукоятками рычагов управления	Не менее 150 мм
					Высота букв, цифр или знаков, высвечивающихся на световом индикаторе	Не менее 13 мм
					Уровень звукового давления звукового сигнализатора	Не более 20 дБ при частоте 1500 Гц
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Информация для пользователя РБП	Соответствует/не соответствует
691.	ГОСТ 30324.35	Одеяла, подушки и матрацы медицинские электрические	32.50.50 32.50.30 27.51.14	9018 90 9402 10	Маркировка на наружной стороне изделий Эксплуатационные документы Температуры контактных поверхностей рабочих частей изделия	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Не более 41 °С
					Проникание жидкостей	IPX7
					Звуковые сигнализации	65 – 130 дБА
692.	ГОСТ 30324.2.38	Кровати медицинские электрические	32.50.50 32.50.30	9018 90 9402 10	Маркировка на наружной стороне изделий Сопротивление (импеданс) до места соединения с устройством для выравнивания потенциалов Открытые точки сжатия и раздвигания	Соответствует/не соответствует Менее 0,2 Ом Не менее 200 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Шум при перемещении кровати	Не более 65 дБА на расстоянии 1 м
693.	ГОСТ 25148	Установки стоматологические стационарные	32.50.11	9018 41 9018 49 9022 13	Длина шнура сетевого питания наружных частей установки	Не менее 2,5 м
					Устойчивость к воздействию климатических факторов	Не более 60 °C
694.	ГОСТ Р ИСО 8374	Фотография	26.60.1	9022 19	Работоспособность после транспортной тряски	Устойчива/не устойчива
695.	ГОСТ Р ИСО 14644-2	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды	32.50.50	9018 90 9402 90	Условие неактиничного освещения	Работоспособна/не работоспособна
696.	ГОСТ Р ИСО 14644-3	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды	32.50.50	9018 90 9402 90	Требования к периодическому контролю чистоты помещения или чистой зоны с целью подтверждения их постоянного соответствия заданному классу чистоты по аэрозольным частицам по ГОСТ Р ИСО 14644-1	Соответствует/не соответствует
697.	ГОСТ Р 52539	Лечебные учреждения	32.50.50	9018 90 9402 90	Метрологические характеристики и методы испытаний чистых помещений и чистых зон для определения класса чистоты	Соответствует/не соответствует
698.	ГОСТ 28385	Комплексы медицинского назначения передвижные (подвижные) на автомобильных шасси	32.50.50 29.10.30 29.10.2 29.10.59	8705 20 8703 23 8705 90 9018 90	Требования к чистоте воздуха в помещениях лечебных учреждений	Соответствует/не соответствует
699.	ГОСТ Р 50571.7.717	Электроустановки низковольтные	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	Цвет наружных поверхностей кузовов	Соответствует/не соответствует
					Ширина полос	Не менее 147 мм
					Высота букв надписей	90 – 120 мм
					Виды электропроводок	Соответствует/не соответствует
					Степень защиты входных отверстий устройств ввода соединителей	Не менее IP55
					Степень защиты вилок и розеток соединителей	Не менее IP44
700.	ГОСТ Р 50574	Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб	32.50.50 29.10.30 29.10.2 29.10.59	8705 20 8703 23 8705 90 9018 90	Информационные надписи и опознавательные знаки: - высота букв	Не менее 200 мм

1	2	3	4	5	6	7
701.	ГОСТ IEC 61140	Установки и оборудование	32.50.50 28.94.22 26.51.66 27.11.4	8450 20 8451 10 8451 29 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022-29 9022 30 9022 90 9018 90 9402 90	Меры предосторожности для основной защиты Меры предосторожности для защиты при повреждении Усиленные защитные меры предосторожности Меры защиты	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
702.	ГОСТ ISO 6710	Контейнеры для сбора образцов венозной крови одноразовые.	17.21.1 26.60.11 21.20.24 32.50.13	3923 30 7017 10 7017 20 7017 90	Объем добавленной воды Минимальное свободное пространство Плотность закупоривания контейнера пробкой Стойкость маркировки и этикетки	±10 % номинальной вместимости До +25% номинальной вместимости Соответствует/не соответствует Стойкая/не стойкая
703.	ГОСТ 10782	Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов	23.13.11 26.60.11 21.20.24 32.50.13	3923 30 7017 10 7017 20 7017 90	Маркировка Типы и основные размеры Номинальная вместимость Полная вместимость Масса рН воды после обработки Качество поверхности Отклонение от параллельности Отклонение центра горловины от оси корпуса Стойкость к перепаду температур Устойчивость при транспортировании Маркировка Упаковка - масса брутто	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 57,5 – 2100 см³ 68,4 – 2310 см³ Не более 1020 г 0,7 – 1,4 Соответствует/не соответствует Не более 1,2 мм Не более 1,5 % Стойкие/не стойкие Устойчивы/не устойчивы Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Не более 800 кг
704.	ГОСТ 31597		17.21.1	3923 30 7017 10	Типы и размеры Количество воздуха	Соответствует/не соответствует Не более 5 см³

1	2	3	4	5	6	7
		Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов однократного применения	26.60.11 21.20.24 32.50.13	7017 20 7017 90	Время опорожнения Заполнение ёмкости кровью Размер соединительной трубки Внешний вид трубки Герметичность Прочность головки донорской иглы с трубкой узла взятия крови после стерилизации Размер шпундера Прочность устройства для подвешивания Прозрачность Теплостойкость Прочность маркировки и этикетки Потеря воды Водостойкость стекла: - класс 1/121 - класс 2/121 - класс 3/121 Щелочестойкость стекла: - класс 1 - класс 2 - класс 3 Размеры колб: - вместимость - высота Внешний вид Устойчивость Некруглость Ширина отметок Расстояние между осями смежных отметок Маркировка Упаковка: - масса брутто Размеры тиглей: - номинальная вместимость - диаметр D - диаметр d	2 мин Не более 8 мин Не менее 200 мм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Не менее 20 Н в течение 15 с 4,9 – 5,2 мм 20 Н в течение 60 мин Соответствует/не соответствует Выдержана/не выдержана Соответствует/не соответствует Не более 2,5 % Щелочной эквивалентна 1 г стекла: До 0,062 мг Na ₂ O 0,062 – 0,527 мг Na ₂ O 0,527 – 0,930 мг Na ₂ O До 75 мг/дм ² 75 – 175 мг/дм ² Свыше 175 мг/дм ² 49 – 1006 см ³ 145 – 335 мм Соответствует/не соответствует Устойчива/не устойчива Не менее 1 мм Не более 0,4 мм Не менее 7 мм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 10 – 200 см ³ 29,2 – 109 мм 15 – 36 мм
705.	ГОСТ 19809	Стекло медицинское	23.13.11 23.19.23 23.19.11	7017 10 7017 20 7017 90 7010 90		
706.	ГОСТ 19810	Стекло медицинское	23.13.11 23.19.23 23.19.11	7017 10 7017 20 7017 90		
707.	ГОСТ 12738	Колбы стеклянные с градуированной горловиной	23.19.23 23.19.23	7017 10 7017 20 7017 90 7010 90 7010 20		
708.	ГОСТ 19908	Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла	23.19.23 23.19.23 23.13.11	7017 10 7017 20 7017 90 7010 90		

1	2	3	4	5	6	7
				7010 20	- высота H	20,2 – 69 мм
					- толщина стенки S	0,9 – 1,5 мм
					- радиус R	27,0 – 163,4 мм
					- размер b	3 – 5 мм
					- размер C	6 – 10 мм
					Масса тиглей	(6,1 – 46,3) · 10 ⁻³ кг
					Размеры стаканов и колб:	
					- номинальная вместимость	50 – 1600 см ³
					- диаметр D	34 – 166 мм
					- диаметр D ₁	25 – 80 мм
					- высота H	60 – 424 мм
					- высота h	25 – 204 мм
					- толщина стенки S	0,6 – 1,7 мм
					- диаметр d	18 – 127 мм
					- диаметр d ₁	23 – 64 мм
					Масса стаканов и колб	(19,4 – 314,8) · 10 ⁻³ кг
					Размеры воронок:	
					- диаметр D	36 – 110 мм
					- диаметр d	5 – 11 мм
					- высота H	59 – 204 мм
					- толщина стенки S	1,0 – 2,0 мм
					Масса воронки	(8,7 – 75,9) · 10 ⁻³ кг
					Размеры пробирки:	
					- номинальная вместимость	6 – 370 см ³
					- диаметр D	7,3 – 42,7 мм
					- диаметр D ₁	10 – 42 мм
					- высота H	110 – 310 мм
					- толщина стенки S	0,7 – 3,3 мм
					Масса пробирки	(6,8 – 199,9) · 10 ⁻³ кг
					Размеры наконечников:	
					- длина L	96 – 205 мм
					- диаметр D	8,5 – 9,5 мм
					- толщина стенки S	0,9 – 1,5 мм
					Масса наконечника	(3,8 – 7,4) · 10 ⁻³ кг
					Овальность	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость	Устойчиво/не устойчиво
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Дефекты	Не более 3 мм
					Химическая стойкость	Стойкая/не стойкая
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
709.	ГОСТ 23932	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные	23.19.23 23.19.23 23.13.11	7017 10 7017 20 7017 90 7010 90 7010 20	Масса брутто Термостойкость Качество поверхности и толщ стекла, в т.ч.: - диаметр шпир - число шпиров - диаметр узла - число узлов - диаметр пузырей - число пузырей - сколы Устойчивость Отклонение от вертикальной оси Вогнутость Отклонение от круглости Число неровностей поверхности размером не более 1 мм Ширина оплавленного кольца Шероховатость поверхности металлических деталей спиртовок Масса приборов для поглощения газов и паров воды Устойчивость к транспортной тряске Комплектность Маркировка Упаковка Масса ящика с упакованными изделиями	Не более 50 кг 50 – 200 °C Соответствует/не соответствует Не более 1 мм Не более 3 Не более 3 мм Не более 6 Не более 10 Не более 12 Не более 2 мм Соответствует/не соответствует Не более 2° Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Не более 3 Не более 5 мм R _z 20 мкм
710.	ГОСТ 33756	Упаковка потребительская полимерная	17.21.1 17.21.13 22.22.13 22.22.14 22.22.19	3923 10 3923 29 4821 10 4821 90	Классификация Поверхность упаковки Герметичность Прочность при свободном падении Усилие сжатия в осевом направлении Прочность крепления ручек Стойкость к горячей воде Теплостойкость	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Выдержана/не выдержана Выдержано/не выдержано, высота падения не менее 1,0 м 49 – 1030 Н Соответствует/не соответствует Стойкая/не стойкая Стойкая/не стойкая

1	2	3	4	5	6	7
					Морозостойкость	Стойкая/не стойкая
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
711.	ГОСТ 32179	Средства укупорочные	22.22.13 22.22.14 22.22.19	8309 10 8309 90 3923 40	Классификация укупорочных средств	Соответствует/не соответствует
			23.13.11	3923 50 3923 90 7010 20	Маркировка	Соответствует/не соответствует
712.	ГОСТ Р 51314	Колпачки алюминиевые и комбинированные для укупорки лекарственных средств	25.92.13	8309 10 8309 90	Типы	Соответствует/не соответствует
					Основные размеры:	
					- диаметр D	13,0 – 40,2 мм
					- диаметр D1	8,0 – 40,0 мм
					- высота H	5,8 – 26,3 мм
					- высота H1	9,5 – 15,0 мм
					- размер L	5,0 – 41,0 мм
					- толщина стенки	0,18 – 0,27 мм
					- размер P	0,8 – 1,2 мм
					- число перемычек	6 – 9
					Масса 1000 шт.	Не более 3,80 кг
					Качество поверхности	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к предстерилизационной очистке	Устойчиво/не устойчиво
					Устойчивость к стерилизации	Устойчиво/не устойчиво
					Требования герметичности	Соответствует/не соответствует
					Усилие разрыва перемычек и отгиба лепестков колпачка	20 – 70 Н
					Усилие до полного удаления колпачка с флакона или бутылки	3 – 60 Н
					Максимальное усилие вскрытия пластмассовой крышки	Не более 60 Н
					Устойчивость к условиям транспортирования	Устойчивы/не устойчивы
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Классификация	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Герметичность	Соответствует/не соответствует
					Сопротивление внутреннему избыточному давлению	До 9 кгс/см ² и/или условия пастеризации (60±5)°C, 1-2 ч
713.	ГОСТ 32626	Средства укупорочные полимерные	22.22.19	3923 40 3923 50 3923 90		

1	2	3	4	5	6	7
					Коробление	0,5 – 1,0 %
					Контроль адгезии лакокрасочного покрытия	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
714.	ГОСТ ISO 8106	Упаковка стеклянная	23.19.23	7010 90	Расчет фактической вместимости	1,00102 - 1,00378 VCF, мл/г
			23.19.23	7010 20		
			23.13.11			
715.	ГОСТ ISO 9008	Бутылки стеклянные	23.13.11	3923 30	Отклонение от вертикальности	Соответствует/не соответствует
				7017 10		
				7017 20		
				7017 90		
				7010 90		
716.	ГОСТ 30288	Тара стеклянная	23.13.11	3923 30	Классификационные группировки	Соответствует/не соответствует
				7017 10		
				7010 20	Показатели, определяющие требования безопасности	Соответствует/не соответствует
				7010 90	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Условия эксплуатации	Соответствует/не соответствует
717.	ГОСТ 34036	Упаковка стеклянная из стекломассы для лекарственных средств	23.13.11	3923 30	Классификация, основные параметры и размеры	Соответствует/не соответствует
				7017 10	Технические требования:	
				7017 20	- характеристики	Соответствует/не соответствует
				7017 90	- маркировка	Соответствует/не соответствует
				7010 20	- упаковка	Соответствует/не соответствует
				7010 90	- транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
					- условия эксплуатации	Соответствует/не соответствует
718.	ГОСТ 33781	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов	17.21.1 17.21.13	4819 10	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Технические требования:	
					- линии сгиба	Отклонение от перпендикулярности линий не должно превышать 1,0 мм на каждые 100 мм длины
					- загиб отделочного материала	Не более 25 мм
					- безопасность	Соответствует/не соответствует
					- транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
719.	ГОСТ 12.4.023	Щитки защитные лицевые	32.99.11	6506 10	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Размеры щитков:	
					- размер Н	180 – 230 мм
					- размер В	180 – 200 мм
					- размер А	80 – 120 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Масса	Не более 0,700 кг
					Возможность регулировки длины ленты	300 – 700 мм
					Ширина ленты	Не менее 18 мм
					Качество поверхности	Соответствует/не соответствует
					Светофильтры	Наличие/отсутствие
					Устойчивость к механическим повреждениям	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость к климатическим условиям	Устойчивы/не устойчивы
					Размеры смотрового окна	Не менее 40х90 мм
					Размеры светофильтров	36 – 131 мм
					Расстояние между корпусом и лобной частью наголовного крепления	Не менее 30 мм
720.	ГОСТ Р 12.4.188	Очки защитные фильтрующие от воздействия парогазовой фазы токсичных веществ	32.50.42	9004 90	Коэффициент защиты очков	Не менее 10
					Время защитного действия очков	Не менее четырех часов
					Монокулярное поле зрения очков	35 – вверх; 45 – вниз; 40 – к носу; 45, 75 – к виску
					Масса очков	Не более 180 г
721.	ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119	Пакеты программ	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80	Описание продукта	Соответствует/не соответствует
					Документация пользователя	Наличие/отсутствие информации
					Программы и данные:	
					- функциональные возможности	Наличие/отсутствие информации
					- надежность	Наличие/отсутствие информации
					- практичность	Наличие/отсутствие информации
					- эффективность	Наличие/отсутствие информации
					- сопровождаемость	Наличие/отсутствие информации
					- мобильность (переносимость)	Наличие/отсутствие информации
722.	ГОСТ Р ИСО 9127	Системы обработки информации	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13	8471 80	Документация пользователя:	Наличие/отсутствие информации
					- назначение	Наличие/отсутствие информации
					- справочная документация	Наличие/отсутствие информации
					- учебная документация	Наличие/отсутствие информации

1	2	3	4	5	6	7
			32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29		- быстрая справочная документация Информация на упаковке Содержание	Соответствует/не соответствует
723.	ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126	Программная продукция	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80	Характеристики качества программного обеспечения Представление пользователя	Наличие/отсутствие информации
724.	ГОСТ 28195	Программные средства	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80	Номенклатура показателей качества программных средств	Наличие/отсутствие информации
725.	ГОСТ Р 51188	Программные средства	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80	Проверка программного средства на наличие компьютерных вирусов	Пройдена/не пройдена
726.	ГОСТ Р 56849	Программное обеспечение медицинских изделий	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80	Жизненный цикл медицинского программного обеспечения Менеджмент рисков	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
727.	ГОСТ Р 56850	Информационно-вычислительные сети с медицинскими приборами	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 62.01.29	8471 80 8523 29 8523 29 8523 29 8523 49 8523 49	Возможности защиты	Соответствует/не соответствует

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					Программный процесс решения проблем	Наличие/отсутствие информации
730.	ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294	Программное обеспечение	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80	Идентификация: Функции программной документации: - связь между задачами - обеспечение качества - инструкции и справки - сопровождение программного обеспечения - исторические справки - установление стратегии документирования Определение стандартов и руководств по документированию: - выбор модели жизненного цикла программного обеспечения - определение типов и содержание документов - определение качества документов - определение форматов документов - определение системы обозначения документов - установление процедур документирования - планирование документирования	Наличие/отсутствие информации
731.	ГОСТ CISPR 16-1-1	Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости	-	-	Характеристики и качество функционирования оборудования для измерения радиопомех в полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц	Соответствует/не соответствует
732.	ГОСТ CISPR 16-1-2	Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости	-	-	Характеристики и качество функционирования оборудования для измерения напряжений и токов радиопомех в полосе частот от 9 кГц до 1 ГГц	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
733.	ГОСТ 30805.16.1.3	Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости	-	-	Технические характеристики и методы калибровки поглощающих клешей, используемых для измерения мощности индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот от 30 МГц до 1 ГГц	Соответствует/не соответствует
734.	ГОСТ CISPR 16-1-4	Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости	-	-	Характеристики и качество функционирования устройств для измерения излучаемых индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц, а также технические требования к антеннам и испытательным площадкам	Соответствует/не соответствует
735.	ГОСТ CISPR 16-2-1	Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости	-	-	Классификация различных типов помех и детекторы, применяемые при их измерении	Соответствует/не соответствует
736.	ГОСТ 30805.16.2.1	Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости	-	-	Основные положения по измерению индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц и методы измерений кондуктивных ИРП в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц	Соответствует/не соответствует
737.	ГОСТ 30805.16.2.2	Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости	-	-	Методы измерения мощности индустриальных радиопомех (ИРП) с помощью поглощающих клешей в полосе частот от 30 до 1000 МГц	Соответствует/не соответствует
738.	ГОСТ CISPR 16-2-3	Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости	-	-	Методы измерения излучаемых электромагнитных явлений, относящихся к помехам, в полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц	Соответствует/не соответствует
739.	ГОСТ 30805.16.2.3	Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости	-	-	Методы измерений параметров излучаемых индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц	Соответствует/не соответствует
740.	ГОСТ CISPR 16-4-2	Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости	-	-	Расширенная неопределённость	Не менее 3,6 дБ

1	2	3	4	5	6	7
		радиопомех и помехоустойчивости				
741.	ГОСТ 30805.16.4.2	Совместимость технических средств электромагнитная	-	-	Расширенная неопределённость	Не менее 3,6 дБ
742.	ГОСТ ИЕС/TR 61000-1-6	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	-	-	Информация для оценки неопределённости измерений	Соответствует/не соответствует
743.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2	Изделия медицинские электрические	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10	Маркировка на наружных поверхностях изделия Эксплуатационные документы Эмиссия индустриальных радиопомех Устойчивость к электростатическому разряду: Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам: Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями: Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания: Устойчивость к электромагнитному полю: Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво
				9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00		

1	2	3	4	5	6	7
744.	ГОСТ 30324.1.2	Изделия медицинские электрические	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00	Маркировка на наружных поверхностях изделия Эксплуатационные документы Эмиссия промышленных радиопомех Устойчивость к электростатическому разряду Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам: Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями: Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания: Устойчивость к электромагнитному полю: Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво
745.	ГОСТ Р МЭК 61326-1	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13	Идентификация, маркировка и документация Эмиссия промышленных радиопомех	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50	9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49	Устойчивость к электростатическому разряду: Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам: Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями: Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания: Устойчивость к электромагнитному полю: Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво
746.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения	26.60.12 26.51.66	9027 10 9018 90 9018 50 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 90	Устойчивость к электростатическому разряду: Устойчивость к электромагнитному полю: Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания:	Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Устойчиво/не устойчиво
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии:	Устойчиво/не устойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями:	Устойчиво/не устойчиво
					Эмиссия индустриальных радиопомех	Соответствует/не соответствует
					Инструкции по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
747.	ГОСТ 30804.6.3	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20	Условия проведения испытаний	Соответствует/не соответствует
			28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13	9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29	Электромагнитная эмиссия от источника помехи	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00		

1	2	3	4	5	6	7
				9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
749.	ГОСТ 30804.6.4	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31	Условия проведения испытаний Электромагнитная эмиссия	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.23.12	9018 32		
			26.30	9018 49		
			26.40.20	9021 10		
			26.20	9021 39		
			28.11.13	9021 40		
			28.13	9022 00		
			28.21.12	9022 21		
			28.25.13	9022 29		
			28.25.30	9402 10		
			28.29.42	9402 90		
			25.73.50	9402 00		
			28.12	9019 00		
			28.21.13	8516 00		
			27.90.31	8543 00		
			26.11.11	8479 00		
			26.60	8418 00		
			26.51.53	8509 00		
				8450 00		
				9019 00		
				8510 00		
				8509 00		
				8504 00		
				8529 00		
				8505 00		
				8467 00		
				9405 00		
				8471 00		
				8470 00		
				8525 00		
				8528 00		
				8471 00		
				8413		
				8414		
				8417		
				8418		
				8419		
				8420		
				8480		
				8481		
				8514		
				8515		
				8540		

1	2	3	4	5	6	7
				9018 9027		
750.	ГОСТ ИЕС 61000-6-4	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13	Условия проведения испытаний	Соответствует/не соответствует
			32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50	9022 30 9022 90 9027 10 9027 20	Электромагнитная эмиссия	Соответствует/не соответствует
			27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40	9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00		
			27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00		

1	2	3	4	5	6	7
				8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480		
				8481 8514 8515 8540 9018 9027		
751.	ГОСТ Р 51318.11	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10	Классификация Напряженность электромагнитного поля Напряжение электромагнитных помех Ток электромагнитных помех	Соответствует/не соответствует 150 кГц – 18 ГГц 0 – 145 дБ (мкВ/м) 150 кГц – 30 МГц 0 – 100 дБ (мкВ) 150 кГц – 30 МГц 0 – 100 дБ (мкА)

1	2	3	4	5	6	7
			27.51.22	9019 20		
			27.51.30	8419 20		
			27.11.41	8419 40		
			26.30.40	8419 00		
			27.90.40	9020 00		
			28.24.11	9021 00		
			22.29.24	9018 00		
			26.20.11	9018 31		
			28.23.12	9018 32		
			26.30	9018 49		
			26.40.20	9021 10		
			26.20	9021 39		
			28.11.13	9021 40		
			28.13	9022 00		
			28.21.12	9022 21		
			28.25.13	9022 29		
			28.25.30	9402 10		
			28.29.42	9402 90		
			25.73.50	9402 00		
			28.12	9019 00		
			28.21.13	8516 00		
			27.90.31	8543 00		
			26.11.11	8479 00		
			26.60	8418 00		
			26.51.53	8509 00		
				8450 00		
				9019 00		
				8510 00		
				8509 00		
				8504 00		
				8529 00		
				8505 00		
				8467 00		
				9405 00		
				8471 00		
				8470 00		
				8525 00		
				8528 00		
				8471 00		
				8413		
				8414		
				8417		

1	2	3	4	5	6	7
				8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
752.	СТБ EN 55011	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10	Классификация Напряженность электромагнитного поля Напряжение электромагнитных помех Ток электромагнитных помех	Соответствует/не соответствует 150 кГц – 18 ГГц 0 – 125 дБ (мкВ/м) 150 кГц – 30 МГц 0 – 100 дБ (мкВ) 150 кГц – 30 МГц 0 – 100 дБ (мкА)

1	2	3	4	5	6	7
			28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00		
				8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
753.	ГОСТ 30805.22	Оборудование информационных технологий	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10	Классификация Напряженность электромагнитного поля Напряжение электромагнитных помех Ток электромагнитных помех	Соответствует/не соответствует 30 МГц – 6 ГГц 0 – 80 дБ (мкВ/м) 150 кГц – 30 МГц 0 – 97 дБ (мкВ) 150 кГц – 30 МГц 0 – 53 дБ (мкА)

1	2	3	4	5	6	7
			32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13	9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40		
			28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00		

1	2	3	4	5	6	7
				8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
754.	ГОСТ CISPR 32	Оборудование мультимедиа	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32	Классификация Документация к оборудованию Излучаемая электромагнитная эмиссия Кондуктивная электромагнитная эмиссия Ток электромагнитной эмиссии	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 30 МГц – 6 ГГц 0 – 80 дБ (мкВ/м) 150 кГц – 30 МГц 0 – 97 дБ (мкВ) 150 кГц – 30 МГц 0 – 53 дБ (мкА)

1	2	3	4	5	6	7
			26.30	9018 49		
			26.40.20	9021 10		
			26.20	9021 39		
			28.11.13	9021 40		
			28.13	9022 00		
			28.21.12	9022 21		
			28.25.13	9022 29		
			28.25.30	9402 10		
			28.29.42	9402 90		
			25.73.50	9402 00		
			28.12	9019 00		
			28.21.13	8516 00		
			27.90.31	8543 00		
			26.11.11	8479 00		
			26.60	8418 00		
			26.51.53	8509 00		
				8450 00		
				9019 00		
				8510 00		
				8509 00		
				8504 00		
				8529 00		
				8505 00		
				8467 00		
				9405 00		
				8471 00		
				8470 00		
				8525 00		
				8528 00		
				8471 00		
				8413		
				8414		
				8417		
				8418		
				8419		
				8420		
				8480		
				8481		
				8514		
				8515		
				8540		
				9018		

1	2	3	4	5	6	7
755.	ГОСТ 30805.14.1	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства	26.60.11 26.60.12. 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40	9027 9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00	Напряжение электромагнитных помех Мощность электромагнитных помех	150 кГц – 30 МГц 0 – 80 дБ (мкВ) 30 – 1000 МГц 0 – 65 дБ (нВт)
			28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00		

1	2	3	4	5	6	7	
				9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481			
				8514 8515 8540 9018 9027			
756.	ГОСТ CISPR 14-1	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные аппараты	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20	Напряжение электромагнитных помех Мощность электромагнитных помех	150 кГц – 30 МГц 0 – 80 дБ (мкВ) 30 – 1000 МГц 0 – 65 дБ (нВт)	

1	2	3	4	5	6	7
			27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418		

1	2	3	4	5	6	7
				8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
757.	ГОСТ-GISPR-15	Электрическое осветительное и аналогичное оборудование	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11	9022-14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90	Напряжение помех Ток электромагнитной эмиссии	9 кГц – 300 МГц 0 – 110 дБ (мкВ) 9 кГц – 300 МГц 0 – 88 дБ (мкА)
			27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42	9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90		

1	2	3	4	5	6	7
			25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00		
				8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
758.	ГОСТ 30804.3.2	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20	Классификация Гармонические составляющие токов	Соответствует/не соответствует 1 мКА – 16 А Количество гармоник: 40

1	2	3	4	5	6	7
			27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13	9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00		
			28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00		

1	2	3	4	5	6	7
				8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
759.	ГОСТ 30804.3.3	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49	Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера: - установившееся относительное изменение напряжения - характеристика относительного изменения напряжения для интервала времени изменения напряжения, большее 500мс - максимальное относительное изменение напряжения - кратковременная доза фликера - длительная доза фликера	Не более 3,3% Не более 3,3% Не более 7% Не более 1,0 Не более 0,65

1	2	3	4	5	6	7
			26.30	9021 10		
			26.40.20	9021 39		
			26.20	9021 40		
			28.11.13	9022 00		
			28.13	9022 21		
			28.21.12	9022 29		
			28.25.13	9402 10		
			28.25.30	9402 90		
			28.29.42	9402 00		
			25.73.50	9019 00		
			28.12	8516 00		
			28.21.13	8543 00		
			27.90.31	8479 00		
			26.11.11	8418 00		
			26.60	8509 00		
			26.51.53	8450 00		
				9019 00		
				8510 00		
				8509 00		
				8504 00		
				8529 00		
				8505 00		
				8467 00		
				9405 00		
				8471 00		
				8470 00		
				8525 00		
				8528 00		
				8471 00		
				8413		
				8414		
				8417		
				8418		
				8419		
				8420		
				8480		
				8481		
				8514		
				8515		
				8540		
				9018		
				9027		

1	2	3	4	5	6	7
760.	ГОСТ ИЕС 61000-3-3	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00, 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00	Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера: - установившееся относительное изменение напряжения - характеристика относительного изменения напряжения для интервала времени изменения напряжения, большого 500 мс - максимальное относительное изменение напряжения - кратковременная доза фликера	Не более 3,3% Не более 3,3% Не более 7% Не более 1,0

1	2	3	4	5	6	7
			27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419		

1	2	3	4	5	6	7
			28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413		
				8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
763.	ГОСТ CISPR 24	Оборудование информационных технологий	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30	Документация на продукцию Требования к испытаниям на устойчивость Условия проведения испытаний Помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00		

1	2	3	4	5	6	7
				8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
764.	ГОСТ 30804.4.2	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10	Устойчивость к электростатическим разрядам: - диапазон воздействующих факторов (напряжение на накопительном конденсаторе испытательного генератора)	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		

1	2	3	4	5	6	7
765.	ГОСТ 30804.4.3	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00	Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям: - диапазон воздействующих факторов	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
				8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514		
766.	ГОСТ IEC 61000-4-3	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20	Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям: - диапазон воздействующих факторов	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20	8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00		
			28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419		

1	2	3	4	5	6	7
				8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
767.	ГОСТ 30804.4.4 ГОСТ 32134.11-2013 (ЕН 301 489-11:2006) ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008)	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам: - диапазон воздействующих факторов	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
768.	ГОСТ ИЕС 61000-4-4	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам: - диапазон воздействующих факторов	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00		

1	2	3	4	5	6	7
				8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
769.	ГОСТ Р 51317.4.5	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: - диапазон воздействующих факторов	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		

1	2	3	4	5	6	7
770.	ГОСТ ИЕС 61000-4-5	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: - диапазон воздействующих факторов	Устойчиво/не устойчиво

на 500 листах, лист 259

1	2	3	4	5	6	7	
				8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
771.	ГОСТ Р 51317.4.6	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20	Устойчивость к напряжениям радиочастотных помех, наведенным в кабельных связях и линиях электропитания: - диапазон воздействующих факторов	Устойчиво/не устойчиво	

1	2	3	4	5	6	7
			27.11.41	8419 40		
			26.30.40	8419 00		
			27.90.40	9020 00		
			28.24.11	9021 00		
			22.29.24	9018 00		
			26.20.11	9018 31		
			28.23.12	9018 32		
			26.30	9018 49		
			26.40.20	9021 10		
			26.20	9021 39		
			28.11.13	9021 40		
			28.13	9022 00		
			28.21.12	9022 21		
			28.25.13	9022 29		
			28.25.30	9402 10		
			28.29.42	9402 90		
			25.73.50	9402 00		
			28.12	9019 00		
			28.21.13	8516 00		
			27.90.31	8543 00		
			26.11.11	8479 00		
			26.60	8418 00		
			26.51.53	8509 00		
				8450 00		
				9019 00		
				8510 00		
				8509 00		
				8504 00		
				8529 00		
				8505 00		
				8467 00		
				9405 00		
				8471 00		
				8470 00		
				8525 00		
				8528 00		
				8471 00		
				8413		
				8414		
				8417		
				8418		
				8419		

1	2	3	4	5	6	7
				8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
772.	СТБ ІЕС 61000-4-6	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50	9022 14 9022-12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00	Устойчивость к напряжениям радиочастотных помех, наведенным в кабельных связях и линиях электропитания: - диапазон воздействующих факторов	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413		
				8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
773.	ГОСТ 30804.4.11	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30	Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания: - диапазон воздействующих факторов (номинальное напряжение электропитания переменного тока до 220 В)	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00		

1	2	3	4	5	6	7
				8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
774.	ГОСТ Р 50648	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10	Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты: - диапазон воздействующих факторов	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		

1	2	3	4	5	6	7
775.	ГОСТ IEC 61000-4-8	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90	Устойчивость к медленной затухающей колебательной волне: - диапазон воздействующих факторов Устойчивость к быстрой затухающей колебательной волне: - диапазон воздействующих факторов	Устойчиво/не устойчиво
			32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11	9027 10 9027 20 9027 30 9018-20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00		
			22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00		

на 500 листах, лист 207							
1	2	3	4	5	6	7	
				8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
776.	ГОСТ Р 52459.31	Технические средства	32.50.22 26.60.14	9021 40 9021 50 9021 90	Условия испытаний Оценка качества функциональности оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функциональности при испытаниях на помехоустойчивость Применимость требований ЭМС	Соответствует/не соответствует	
777.	ГОСТ Р 52459.27	Активные медицинские имплантаты крайне малой мощности и связанные с ними периферийные устройства	32.50.22 26.60.14	9021 40 9021 50 9021 90	Оценка качества функциональности оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функциональности при	Соответствует/не соответствует	

1	2	3	4	5	6	7
					испытаниях на помехоустойчивость	
778.	ГОСТ 30880	Слуховые аппараты	32.50.22 26.60.14	9021 40	Применимость требований ЭМС Уровень акустической помехи Напряженность испытательного электромагнитного поля	Соответствует/не соответствует
779.	ГОСТ 32132.3	Низковольтные источники питания постоянного тока	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10	Применимость требований ЭМС к различным источникам питания Требования устойчивости к электромагнитным помехам	Соответствует/не соответствует
			27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13	9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00		

1	2	3	4	5	6	7
			27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417		
				8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
780.	ГОСТ 32133.2	Системы бесперебойного питания	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41	Классификация СБП Электромагнитная эмиссия Кондуктивные радиопомехи - напряжения ИРП Излучаемые помехи - напряженность поля ИРП Электростатические разряды Высокочастотное электромагнитное поле Наносекундные импульсные помехи	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			27.51.11	9018 90	Микросекундные импульсные помехи	
			27.51.21	9018 20		
			28.94.22	9019 00		
			32.50.21	9019 10	Кондуктивные помехи	
			27.51.22	9019 20		
			27.51.30	8419 20		
			27.11.41	8419 40		
			26.30.40	8419 00		
			27.90.40	9020 00		
			28.24.11	9021 00		
			22.29.24	9018 00		
			26.20.11	9018 31		
			28.23.12	9018 32		
			26.30	9018 49		
			26.40.20	9021 10		
			26.20	9021 39		
			28.11.13	9021 40		
			28.13	9022 00		
			28.21.12	9022 21		
			28.25.13	9022 29		
			28.25.30	9402 10		
			28.29.42	9402 90		
			25.73.50	9402 00		
			28.12	9019 00		
			28.21.13	8516 00		
			27.90.31	8543 00		
			26.11.11	8479 00		
			26.60	8418 00		
			26.51.53	8509 00		
				8450 00		
				9019 00		
				8510 00		
				8509 00		
				8504 00		
				8529 00		
				8505 00		
				8467 00		
				9405 00		
				8471 00		
				8470 00		
				8525 00		
				8528 00		

1	2	3	4	5	6	7
				8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
781.	ГОСТ 30805.14.2	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства.	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514	Классификация ТС Устойчивость к электростатическим разрядам: - амплитуда импульсов напряжения Устойчивость к наносекундным импульсным помехам: - амплитуда импульсов напряжения - длительность фронта импульса/длительность импульса - частота повторения импульсов в пачке Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями: - полоса частот - выходное сопротивление источника - среднеквадратическое значение напряжения, немодулированный сигнал Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии:	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			27.90.31 26.11.11	8515 8540	- амплитуда импульса напряжения - длительность фронта импульса/ длительность импульса напряжения (тока) Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания: - уровень испытательного воздействия - число периодов основной частоты	
782.	ГОСТ CISPR 14-2	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналоговые аппараты.	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30	Классификация аппаратов Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к быстрым переходным процессам Устойчивость к инжектированным токам Устойчивость к	Устойчиво/не устойчиво
			27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12	9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21	радиочастотным электромагнитным полям Устойчивость к выбросам напряжения Устойчивость к провалам напряжения: - провал напряжения - испытательный уровень - продолжительность провалов напряжения	

1	2	3	4	5	6	7
			28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00		
				8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
783.	ГОСТ 30805.13	Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура.	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00	Напряжение ИРП на сетевых зажимах Напряжение ИРП на антенных входах	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50	8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480	Напряжение полезного сигнала и радиопомех на ВЧ-выходе с встроенным или подключаемым ВЧ-видеомодулятором Мощность в сетевом шнуре ИТС и других подключаемых проводах Напряженность электромагнитного поля излучаемых ИРП Мощность излучаемых ИРП	
			28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8481 8514 8515 8540		
784.	ГОСТ Р 51318.20	Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование.	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00	Критерии качества функционирования Помехоустойчивость по входу - частота полезного сигнала - частота испытательного воздействия - уровень испытательного воздействия Устойчивость к наведенным радиочастотным токам Эффективность экранирования Устойчивость к наведенным радиочастотным напряжениям Устойчивость к ВЧ-напряжениям на входных и выходных звуковых зажимах	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
785.	ГОСТ 32134.1	Технические средства радиосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00	Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость Применимость требований ЭМС	Устойчиво/не устойчиво
			26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31	8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515	Измерения напряженности поля ИРП, излучаемых корпусом вспомогательного оборудования Измерение напряжения ИРП на портах электропитания Измерение общего несимметричного напряжения и общего несимметричного тока ИРП на портах связи Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	

1	2	3	4	5	6	7
			26.11.11	8540	Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	
786.	ГОСТ Р 50009	Технические средства охранной сигнализации	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00	Микросекундные импульсные помехи большой энергии Наносекундные импульсные помехи Кратковременные прерывания напряжения электропитания переменного тока: - длительность число прерываний - число прерываний Длительные прерывания напряжения электропитания Искажения синусоидальности напряжения электропитания: - действующее значение искажающего сигнала - полосу частот Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями: - частота - испытательное напряжение - амплитудная модуляция Радиочастотное электромагнитное поле: - частота - напряженность испытательного электромагнитного поля - амплитудная модуляция Электростатические разряды Радиочастотное электромагнитное поле Электростатический разряд	Устойчиво/не устойчиво
			26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
787.	ГОСТ EN 55103-2	Профессиональная аудио-, видео аппаратура	27.51 27.90.11 28.49.12	8516 00 8543 00 8479 00	Электростатические разряды Радиочастотное электромагнитное поле Электростатический разряд	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Однородное и неоднородное магнитное поле Быстрые переходные процессы Помехи звуковой частоты Радиочастотные помехи Выбросы напряжения Провалы напряжения	
			27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00	Безопасность	Устойчиво/не устойчиво
788.	СТБ EN 300 220-1	Устройства радиосвязи				

1	2	3	4	5	6	7
			26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
789.	СТБ EN 300 440-1	Устройства радиосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Безопасность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6		7
					Оценка качества функционирования	Критерии качества функционирования	
790.	ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2	Технические средства радиосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540			Соответствует/не соответствует
791.	ГОСТ Р 52459.2	Технические средства радиосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость		Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
792.	ГОСТ Р 52459.3	Технические средств	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.21.13 27.90.31 26.11.11	8514 8515 8540		
793.	ГОСТ Р 52459.4	Технические средства радиосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
			28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
794.	ГОСТ Р 52459.5	Технические средства радиосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при	Соответствует/не соответствует

на 500 листах, лист 282

1	2	3	4	5	6	7
			27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	испытаниях на помехоустойчивость	
795.	ГОСТ Р 52459.6	Технические средства радиосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8420 8480 8481 8514 8515 8540		
796.	ГОСТ Р 52459.7	Технические средства	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционального оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционального оборудования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
			26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
797.	ГОСТ Р 52459.8	Базовые станции системы цифровой сотовой связи GSM	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционального	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525-00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функциональности при испытаниях на помехоустойчивость	
798.	ГОСТ Р 52459.9	Технические средства	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функциональности оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функциональности при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
799.	ГОСТ Р 52459.10	Оборудование беспроводных телефонов первого и второго поколений	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
			28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
800.	ГОСТ 32134.11	Радиовещательные передатчики	27.51 27.90.11	8516 00 8543 00	Подача сигналов при испытаниях	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30	8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00	Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость	
			27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30	8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419	Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	
			28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8420 8480 8481 8514 8515 8540		
801.	ГОСТ 32134.12	Земные станции	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
802.	ГОСТ 32134.13	Средства радиосвязи личного пользования	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
			27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31	8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515	Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	

1	2	3	4	5	6	7
803.	ГОСТ 32134.14	Аналоговые и цифровые наземные телевизионные радиопередатчики	26.11.11 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13	8540 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
804.	ГОСТ Р 52459.15	Коммерческое оборудование для радиоприемников	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
805.	ГОСТ Р 52459.16	Подвижное и портативное радиоборудование аналоговой сотовой связи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционального оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционального оборудования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8481 8514 8515 8540		
806.	ГОСТ Р 52459.17	Технические средства	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
			26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
807.	ГОСТ Р 52459.18	Оборудование наземной системы транкинговой радиосвязи (TETRA)	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20	8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	
808.	ГОСТ Р 52459.19	Технические средства	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
809.	ГОСТ Р 52459.20	Земные станции подвижной спутниковой службы	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционального оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционального при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
			26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
810.	ГОСТ Р 52459.22	Наземное подвижное и стационарное радиооборудование диапазона	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		ОВЧ воздушной подвижной службы	27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40	8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00	Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	
			27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50	8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480		
			28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8481 8514 8515 8540		
811.	ГОСТ Р 52459.23	Базовые станции и ретрансляторы	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
812.	ГОСТ Р 52459.24	Подвижное и портативное радиооборудование	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
813.	ГОСТ Р 52459.25	Подвижные станции	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417	Поддача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
814.	ГОСТ Р 52459.26	Базовые станции и ретрансляторы	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00	Поддача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
815.	ГОСТ Р 52459.28	Цифровое оборудование беспроводных линий видеосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционального оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционального оборудования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.21.13 27.90.31 26.11.11	8514 8515 8540		
816.	ГОСТ Р 52459.32	Радиолокационное оборудование, используемое для зондирования земли и стен	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
			28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
817.	ГОСТ Р 51514	Световое оборудование общего назначения	27.40 23.19	9405	Критерии качества функционирования Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам: - испытательное напряжение Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям: - напряженность испытательного поля	Соответствует/не соответствует

на 500 листах, лист 298

1	2	3	4	5	6	7
					- полоса частот - глубина модуляции Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты: - напряженность поля - частота Устойчивость к наносекундным импульсным помехам: - испытательное напряжение - время нарастания/ длительность импульса - частота повторения импульсов Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: - испытательное напряжение - время нарастания/ длительность импульса Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания: - уровень испытательного напряжения - число периодов	
818.	СТБ ІЕС 61547	Световое оборудование общего назначения.	27.40 23.19	9405	Критерии качества функционирования Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам: - испытательное напряжение Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям: - напряженность испытательного поля - полоса частот - глубина модуляции Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты: - напряженность поля - частота	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам: - испытательное напряжение - время нарастания/ длительность импульса - частота повторения импульсов	
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: - испытательное напряжение - время нарастания/ длительность импульса Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания: - уровень испытательного напряжения - число периодов Устойчивость к кондуктивным помехам, наводимым	
					радиочастотными электромагнитными полями: - полоса частот - испытательный уровень - модуляция	
819.	ГОСТ Р 50839	Средства вычислительной техники и информатики	27.40 23.19	9405	Требования	Соответствует/не соответствует
820.	ГОСТ Р 51326.1	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков.	26.20.11 26.20.13 26.20.14 26.20.15 26.20.16 26.20.21	8471 00 8470 00	Классификация Стойкость маркировки Надежность винтов, токопроводящих частей и соединений Надежность выводов для внешних соединений Защита от поражения электрическим током Влагостойкость Электрическая прочность изоляции главной цепи	Соответствует/не соответствует Выдержано/не выдержано Соответствует/не соответствует, Выдержано/не выдержано Выдержано/не выдержано Соответствует/не соответствует Выдержано/не выдержано Отсутствие перекрытия и пробоев

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции вспомогательных цепей	Не менее 2 МОм, отсутствие перекрытия и пробоев
					Проверка превышения температуры	Соответствует/не соответствует
					Проверка поведения ВДТ в условиях короткого замыкания	Соответствует/не соответствует
821.	ГОСТ 30850.2.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Проверка теплостойкости Безопасность	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
822.	ГОСТ 30850.2.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Классификация Маркировка Сопротивление и электрическая прочность изоляции: - минимальное значение сопротивления изоляции - испытательное напряжение Максимальное превышение температуры катушек	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 5 МОм 2000 – 4000 В Не более 160 °С
823.	ГОСТ 30850.2.3	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Предпочтительный ряд номинальных напряжений и токов Классификация Маркировка Сопротивление и электрическая прочность изоляции: - минимальное значение сопротивления изоляции - испытательное напряжение	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 5 МОм
824.	ГОСТ Р 51324.2.3	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Предпочтительный ряд номинальных напряжений и токов Классификация Маркировка Сопротивление и электрическая прочность изоляции: - минимальное значение сопротивления изоляции	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 5 МОм

1	2	3	4	5	6	7
					- испытательное напряжение	2000 – 4000 В
825.	ГОСТ Р 50030.4.1	Электромеханические контакторы и пускатели	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Информация об аппарате. Характер информации Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию	Соответствует/не соответствует
826.	ГОСТ 30011.3	Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации с предохранителями	26.30 27.12 27.33	8525 00 8535 00 8536 00	Классификация	Соответствует/не соответствует
				8537 00 8538 00	Информация об аппарате	Соответствует/не соответствует
827.	ГОСТ ИЕС 60947-1	Аппаратура распределения и управления низковольтная	26.30 27.12 27.33	8525 00 8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Безопасность	Соответствует/ не соответствует
828.	ГОСТ ИЕС 60947-3	Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями	26.30 27.12 27.33	8525 00 8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Безопасность	Соответствует/ не соответствует
829.	ГОСТ 16962.2	Изделия электротехнические	27.33.13	8536 00 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
830.	ГОСТ МЭК 730-1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			27.90.11 27.11.4	8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90		
831.	ГОСТ МЭК 730-2-1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
832.	ГОСТ IEC 60155	Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп	27.12 27.33	8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
833.	СТБ ИЕС 61058-1	Выключатели для электроприборов	27.12 27.33	8536 90 8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
834.	ГОСТ ИЕС 61058-2-1	Выключатели для электрических приборов. Шнуровые выключатели	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
835.	ГОСТ ИЕС 61058-2-4	Выключатели для электрических приборов	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
836.	ГОСТ ИЕС 61058-2-5	Выключатели для электрических приборов. Переключатели полюсов	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
837.	ГОСТ 30850.1 (ИЕС 60669-1)	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
838.	СТБ МЭК 60730-1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Автоматические электрические сенсорные устройства управления потоком воды и воздуха	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8537 10 8537 20		
839.	СТБ EN 50366	Бытовые и аналогичные электрические приборы	27.11.4 27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.11 27.90.31 28.21.13 32.99.41	8501 00 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90 8537 10 8516 10 8516 29 8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90 9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99 9613 10 9613 20 9613 80 9613 90 8537 10	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8537 20		
				8413 11		
				8413 19		
				8413 20		
				8413 30		
				8413 40		
				8413 50		
				8413 60		
				8413 70		
				8413-81		
				8413 82		
				8413 91		
				8413 92		
				8414 10		
				8414 20		
				8414 30		
				8414 40		
				8414 51		
				8414 59		
				8414 60		
				8414 80		
				8414 90		
				8418 10		
				8418 21		
				8418 29		
				8418 30		
				8418 40		
				8418 50		
				8418 61		
				8418 69		
				8418 91		
				8418 99		
				8421 11		
				8421 12		
				8421 19		
				8421 21		
				8421 22		
				8421 23		
				8421 29		
				8421 31		
				8421 39		
				8421 91		

1	2	3	4	5	6	7
				8421 99		
				8422 11		
				8422 19		
				8422 20		
				8422 90		
				8432 10		
				8432 21		
				8432 29		
				8432 31		
				8432 39		
				8432 41		
				8432 42		
				8432 80		
				8432 90		
				8433 11		
				8433 19		
				8433 20		
				8433 30		
				8433 40		
				8433 51		
				8433 52		
				8433 53		
				8433 59		
				8433 60		
				8433 90		
				8467 11		
				8467 19		
				8467 21		
				8467 22		
				8467 29		
				8467 81		
				8467 89		
				8467 91		
				8467 92		
				8467 99		
				8470 10		
				8470 21		
				8470 29		
				8470 30		
				8470 50		
				8470 50		
				8470 90		

1	2	3	4	5	6	7
				8471 30 8471 41 8471 49 8471 50 8471 60 8471 70 8471 80 8471 90 8504 10 8504 21 8504 22 8504 23 8504 31 8504 32 8504 33 8504 34 8504 40 8504 50 8504 90 8509 80 8509 90		
				8516 10 8516 21 8516 29 8516 80 8516 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70 8516 10 8516 10 8516 29 8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 9022 12		

1	2	3	4	5	6	7
				9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 9613 10 9613 20 9613-80 9613 90		
840.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Устройства тепловой защиты двигателей мотор-компрессоров герметичного и полугерметичного типов	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
			27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90		
841.	ГОСТ ИЕС 60730-2-2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Устройства тепловой защиты двигателей	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			27.90.11 27.11.4	8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90		
842.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Стандарт РБ	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Автоматические электрические устройства управления горелками	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8537 10 8537 20 8533-10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
				8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90		
843.	ГОСТ IEC 60730-2-7	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Таймеры и временные переключатели	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8536 69 8536 70 8536 90		
844.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8 Стандарт РБ	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Электроприводные водяные клапаны	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533-39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
845.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Термочувствительные управляющие устройства	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
846.	ГОСТ ИЕС 60730-2-10	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Пусковые реле электродвигателей	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
			27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90		
847.	ГОСТ ИЕС 60730-2-12 Стандарт РБ	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Электрически управляемые дверные замки	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
848.	ГОСТ ИЕС 60730-2-14 Стандарт РБ	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		назначения. Электрические силовые приводы	27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90		
849.	СТБ МЭК 60730-2-18	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Автоматические электрические сенсорные устройства управления потоком воды и воздуха	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
850.	ГОСТ 27570.0	Бытовые и аналогичные электрические приборы	25.73.10 27.12.22 27.33.11 27.33.13 27.51.21 27.51.23 27.51.24 28.21.13	8413 11 8413 19 8413 20 8413 30 8413 40 8413 50 8413 60 8413 70	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.24.11 28.30.86 28.93.15 32.99.41	8413 81 8413 82 8413 91 8413 92 8414 10 8414 20 8414 30 8414 40 8414 51 8414 59 8414 60 8414 80 8414 90 8419 11 8419 19 8419 20 8419 31 8419 32 8419 39 8419 40 8419 50		
				8419 60 8419 81 8419 89 8419 90 8421 11 8421 12 8421 19 8421 21 8421 22 8421 23 8421 29 8421 31 8421 39 8421 91 8421 99 8433 11 8433 19 8433 20 8433 30 8433 40 8433 51		

1	2	3	4	5	6	7
				8433 52		
				8433 53		
				8433 59		
				8433 60		
				8433 90		
				8509 40		
				8509 80		
				8509 90		
				8504 10		
				8504 21		
				8504 22		
				8504 23		
				8504 31		
				8504 32		
				8504 33		
				8504 34		
				8504 40		
				8504 50		
				8504 90		
				8544 11		
				8544 19		
				8544 20		
				8544 30		
				8544 42		
				8544 49		
				8544 60		
				8544 70		
				8536 10		
				8536 20		
				8536 30		
				8536 41		
				8536 49		
				8536 50		
				8536 61		
				8536 69		
				8536 70		
				8536 90		
				8516 10		
				8516 10		
				8516 29		
				8516 60		
				8516 71		

1	2	3	4	5	6	7	
				8516 72 8516 79 9613 10 9613 20 9613 80 9613 90 8432 10 8432 21 8432 29 8432 31 8432 39 8432 41 8432 42 8432 80 8432 90 8433 11 8433 19 8433 20 8433 30 8433 40 8433 51 8433 52 8433 53 8433 59 8433 60 8433 90 8435 10 8435 90 8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99			
851.	ГОСТ 30345.0	Бытовые и аналоговые электрические приборы	25.73.10 27.12.22 27.33.11 27.33.13 27.51.21 27.51.23 27.51.24 28.21.13	8413 11 8413 19 8413 20 8413 30 8413 40 8413 50 8413 60 8413 70	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует	

1	2	3	4	5	6	7
			28.24.11 28.30.86 28.93.15 32.99.41	8413 81 8413 82 8413 91 8413 92 8414 10 8414 20 8414 30 8414 40 8414 51 8414 59 8414 60 8414 80 8414 90 8419 11 8419 19 8419 20 8419 31 8419 32 8419 39 8419 40 8419 50		
				8419 60 8419 81 8419 89 8419 90 8421 11 8421 12 8421 19 8421 21 8421 22 8421 23 8421 29 8421 31 8421 39 8421 91 8421 99 8433 11 8433 19 8433 20 8433 30 8433 40 8433 51		

1	2	3	4	5	6	7
				8433 52		
				8433 53		
				8433 59		
				8433 60		
				8433 90		
				8509 40		
				8509 80		
				8509 90		
				8504 10		
				8504 21		
				8504 22		
				8504 23		
				8504 31		
				8504 32		
				8504 33		
				8504 34		
				8504 40		
				8504 50		
				8504 90		
				8544 11		
				8544 19		
				8544 20		
				8544 30		
				8544 42		
				8544 49		
				8544 60		
				8544 70		
				8536 10		
				8536 20		
				8536 30		
				8536 41		
				8536 49		
				8536 50		
				8536 61		
				8536 69		
				8536 70		
				8536 90		
				8516 10		
				8516 29		
				8516 60		
				8516 71		
				8516 72		

1	2	3	4	5	6	7
				8516 79 9613 10 9613 20 9613 80 9613 90 8432 10 8432 21 8432 29 8432 31 8432 39 8432 41 8432 42 8432 80 8432 90 8433 11 8433 19 8433 20 8433 30 8433 40 8433 51 8433 52 8433 53 8433 59 8433 60 8433 90 8435 10 8435 90 8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99		
852.	ГОСТ МЭК 60335-1	Бытовые и аналогичные электрические приборы	25.73.10 27.12.22 27.33.11 27.33.13 27.51.21 27.51.23 27.51.24 28.21.13 28.24.11	8413 11 8413 19 8413 20 8413 30 8413 40 8413 50 8413 60 8413 70 8413 81	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8433 53		
				8433 59		
				8433 60		
				8433 90		
				8509 40		
				8509 80		
				8509 90		
				8504 10		
				8504 21		
				8504 22		
				8504 23		
				8504 31		
				8504 32		
				8504 33		
				8504 34		
				8504 40		
				8504 50		
				8504 90		
				8544 11		
				8544 19		
				8544 20		
				8544 30		
				8544 42		
				8544 49		
				8544 60		
				8544 70		
				8536 10		
				8536 20		
				8536 30		
				8536 41		
				8536 49		
				8536 50		
				8536 61		
				8536 69		
				8536 70		
				8536 90		
				8516 10		
				8516 10		
				8516 29		
				8516 29		
				8516 29		
				8516 29		

1	2	3	4	5	6	7
				8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 9613 10 9613 20 9613 80 9613 90 8432 10 8432 21 8432 29 8432 31 8432 39 8432 41 8432 42 8432 80 8432 90 8433 11 8433 19 8433 20 8433 30 8433 40 8433 51 8433 52 8433 53 8433 59 8433 60 8433 90 8435 10 8435 90 8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8517 11 8517 12 8517 18 8517 61 8517 62 8517 69		

1	2	3	4	5	6	7
853.	ГОСТ ИЕС 60335-1	Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	28.21.13 27.51.30	8517 70 8543 10 8543 20 8543 30 8543 70 8543 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
854.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6	Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	28.21.13 27.51.30	8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
855.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Стандарт РБ	Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы	27.51.28	8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
856.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Стандарт РБ	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.24 27.51.27 27.51.28	8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
857.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 Стандарт РБ	Мармиты и аналогичные приборы	27.51.28	8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
858.	ГОСТ ИЕС 60335-2-78 Стандарт РБ	Уличные барбекю	27.51.28	8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
859.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Стандарт РБ	Микроволновые печи, включая комбинированные микроволновые печи	27.51.24 27.51.27 27.51.28	8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
860.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Стандарт РБ	Приборы для нагрева жидкостей	27.51.24 27.51.25	8516 10 8516 29 8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90 8516 21	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
861.	СТБ МЭК 60335-2-21	Аккумуляционные водонагреватели	27.51.24 27.51.25	8516 10 8516 29 8516 71 8516 72 8516 79	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
862.	ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Стандарт РБ	Аккумуляционные водонагреватели	27.51.24 27.51.25	8516 10 8516 29 8516 71 8516 72 8516 79	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
863.	ГОСТ ИЕС 60335-2-35	Проточные водонагреватели	27.51.24 27.51.25	8516 10 8516 29 8516 71 8516 72 8516 79	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
864.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)	Закрепляемые погружные нагреватели	27.51.24 27.51.25	8516 10 8516 29 8516 71 8516 72 8516 79	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
865.	ГОСТ ИЕС 60335-2-74	Переносные погружные нагреватели	27.51.24 27.51.25	8516 10 8516 29	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8516 71 8516 72 8516 79		
866.	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Стандарт РБ	Кухонные машины	27.51.21	8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8509 40 8509 80 8509 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
867.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Стандарт РБ	Насосы	27.51.21 28.13.11	8413 11 8413 19 8413 20 8413 30 8413 40 8413 50 8413 60 8413 70 8413 81	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
				8413 82 8413 91 8413 92 8414 10 8414 20 8414 30 8414 40 8414 51 8414 59 8414 60 8414 80 8414 90		
868.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65	Приборы для очистки воздуха	27.51.21 28.29.13	8421 11 8421 12 8421 19 8421 21 8421 22 8421 23 8421 29 8421 31 8421 39	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8421 91 8421 99		
869.	ГОСТ ИЕС 60335-2-56	Проекторы и аналогичные приборы	27.51.21 26.20.17	8528 62	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
870.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31	Кухонные воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений	27.51.21 28.29.13	8421 31 8421 39 8421 91 8421 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
871.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51	Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	27.51.21 28.13.11	8413 11 8413 19 8413 20 8413 30 8413 40 8413 50 8413 60 8413 70 8413 81 8413 82 8413 91 8413 92 8414 10 8414 20 8414 30 8414 40 8414 51 8414 59 8414 60 8414 80 8414 90 8418 61	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
872.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 Стандарт РБ	Управляемые вручную газомоскитки	27.51.21	8433 11 8433 19 8433 20 8433 30 8433 40 8433 51 8433 52 8433 53 8433 59 8433 60	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
873.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Стандарт РБ	Вентиляторы	27.51.21 28.25.20	8414 10 8414 20 8414 30 8414 40 8414 51 8414 59 8414 60 8414 80 8414 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
874.	ГОСТ МЭК 60335-2-6	Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	27.51.30	8516 80 8516 80 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
875.	СТБ МЭК 60335-2-6	Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	27.51.30	8516 80 8516 80 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
876.	СТБ ИЕС 60335-2-24	Холодильные приборы, морозильники и устройства для приготовления льда	27.51.11 27.51.21	8418 10 8418 21 8418 29 8418 30	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
877.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 Стандарт РБ	Холодильные приборы, морозильники и устройства для производства льда	27.51.11 27.51.21	8418 40 8418 50 8418 61 8418 69 8418 91 8418 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
878.	ГОСТ ИЕС 62552 Стандарт РБ	Приборы холодильные бытовые	27.51.11	8418 10 8418 21 8418 29 8418 30 8418 40 8418 50 8418 61 8418 69 8418 91 8418 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8418 50 8418 61 8418 69 8418 91 8418 99		
879.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Стандарт РБ	Посудомоечные машины	27.51.12	8422 11 8422 19 8422 20 8422 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
880.	ГОСТ IEC 60335-2-3	Электрические утюги	27.51.23	8516 40 8451 30 8420 00	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
881.	ГОСТ IEC 60335-2-44 Стандарт РБ	Гладильные машины	27.51.24	8516 40 8451 30	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
882.	ГОСТ IEC 60335-2-4 Стандарт РБ	Отжимные центрифуги	27.51.21	8509 40 8509 80 8509 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
883.	ГОСТ IEC 60335-2-7 Стандарт РБ	Стиральные машины	27.51.13	8450 11 8450 11 8450 11 8450 12 8450 19 8450 20 8450 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
884.	ГОСТ IEC 60335-2-7	Стиральные машины	27.51.13	8450 11 8450 11 8450 11 8450 12 8450 19 8450 20 8450 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
885.	ГОСТ IEC 60335-2-30	Комнатные обогреватели	27.51.26	8516 10 8516 21 8516 29 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
886.	ГОСТ IEC 60335-2-71	Электронагревательные приборы для разведения и выращивания животных	27.51.26	8516 10 8516 21 8516 29 8516 80	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
887.	ГОСТ ИЕС 60335-2-96	Гибкие листовые нагревательные элементы для обогрева жилых помещений	27.51.26	8516 90 8516 10 8516 21 8516 29 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
888.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98	Увлажнители воздуха	27.51.21	8415 81 8415 90 8479 89 8509 40 8509 80 8509 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
889.	ГОСТ ИЕС 60335-2-40	Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители	28.25.12 27.51.21	8415 81 8415 82 8415 83 8415 90 8479 89 8509 80 8509 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
890.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88	Увлажнители, используемые с системами отопления, вентиляции или кондиционирования	27.51.23 27.51.24 27.90.31 32.99.41	8516 10 8516 21 8516 29 8516 31 8516 32 8516 33 8516 60 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
891.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52	Приборы для гигиены полости рта	27.51.23 27.51.24 27.90.31 32.99.41	8516 10 8516 21 8516 29 8516 31 8516 32 8516 33 8516 60 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
892.	ГОСТ ИЕС 60335-2-27	Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей	27.51.23 27.51.24 27.90.31 32.99.41	8516 10 8516 21 8516 29 8516 31 8516 32 8516 33 8516 60 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8516 33 8516 60 8516 80 8516 90		
893.	ГОСТ МЭК 60335-2-23	Приборы по уходу за кожей и волосами	27.51.23 27.51.24 27.90.31 32.99.41	8516 10 8516 21 8516 29 8516 31 8516 32 8516 33 8516 60 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
894.	ГОСТ ИЕС 60335-2-11	Барабанные сушилки	27.51.23 27.51.24 27.90.31 32.99.41	8516 10 8516 21 8516 29 8516 31 8516 32 8516 33 8516 60 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
895.	ГОСТ ИЕС 60335-2-43	Сушилки для одежды и перекладинам для полотенец	27.51.23 27.51.24 27.90.31 32.99.41	8516 10 8516 21 8516 29 8516 31 8516 32 8516 33 8516 60 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
896.	ГОСТ ИЕС. 60335-2-17	Одежда, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы	27.51.23 27.51.24 27.90.31 32.99.41	8516 10 8516 21 8516 29 8516 31 8516 32 8516 33 8516 60 8516 80 8516 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
897.	ГОСТ Р 52161.2.60	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	27.51.21	9019 10	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
898.	СТБ МЭК 60335-2-8 ГОСТ IEC 60335-2-8 Стандарт РБ	Бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	27.51.22 27.51.22	8510 10 8510 20 8510 30 8510 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
899.	ГОСТ IEC 60335-2-8	Бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	27.51.22 27.51.22	8510 10 8510 20 8510 30 8510 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
900.	ГОСТ IEC 60065	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40.11 26.40.43 26.40.51 26.30.23 26.40.20	8520 00 8527 00 8527 12 8527 13 8527 19 8527 21 8527 29 8527 91 8527 92 8527 99 8528 42 8528 49 8528 52 8528 59 8528 62 8528 69 8528 71 8528 72 8528 73 8518 10 8518 21 8518 22 8518 29 8518 30 8518 40 8518 50 8518 90 8505 11 8505 19 8505 20 8505 90 8524 00 8517 11 8517 12	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8517 18 8517 61 8517 62 8517 69 8517 70 8529 10 8529 90 8504 10 8504 21 8504 22 8504 23 8504 31 8504 32 8504 33 8504 34 8504 40 8504 50 8504 90		
901.	СТБ МЭК 60065	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.52.28 26.52.25 26.30.40 26.40.31 26.40.32	8519 20 8519 30 8519 81 8519 89 9103 10 9103 90 9105 11 9105 19 9105 21 9105 29 9105 91 9105 99	Маркировка и инструкция Допустимое превышение температуры частей аппарата Толщина изоляции Части, находящиеся под опасным напряжением Механическая прочность Пути утечки	Соответствует/не соответствует 30 – 300 К Не менее 0,4 мм Не более 35 В переменного тока или 60 В постоянного тока - 0,6 – 16,0 мм
902.	ГОСТ IEC 60950-1	Оборудование информационных технологий	26.40.51 26.20.1 26.20.13 26.20.14 26.20.16 26.20.17 26.20.21 26.51.32 28.23.11 28.23.21 28.23.23 26.30.23	8505 11 8505 19 8505 20 8505 90 8524 00 8443 11 8443 12 8443 13 8443 14 8443 15 8443 16 8443 17	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8543 20 8543 30 8543 70 8543 90 9006 30 9006 40 9006 51 9006 52 9006 53 9006 59 9006 61 9006 69 9006 91 9006 99 8519 20 8519 30 8519 81 8519 89 8504 40		
903.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29	Зарядные устройства батарей	27.90.11		Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
904.	ГОСТ ИЕС 61204 Стандарт РБ	Источники питания постоянного тока низковольтные	26.20.40	8471 30 8471 41 8471 49 8471 50 8471 60 8471 70 8471 80 8471 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
905.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Стандарт РБ	Светильники	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
906.	ГОСТ ИЕС 60598-2-1	Светильники стационарные общего назначения	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				9405 92 9405 99		
907.	СТБ МЭК 60598-2-2	Светильники встраиваемые	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
908.	ГОСТ ИЕС 60598-2-2	Светильники встраиваемые	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
909.	ГОСТ ИЕС 60598-2-18	Светильники для плавающих бассейнов и аналогичного применения	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
910.	ГОСТ ИЕС 60598-2-4	Светильники переносные общего назначения	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
911.	СТБ МЭК 60598-2-6	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
912.	ГОСТ ИЕС 60598-2-6	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания	27.90.11	9405 99 9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
913.	ГОСТ ИЕС 60598-2-7	Светильники переносные для использования в саду	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
914.	СТБ МЭК 60598-2-8	Светильники ручные	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
915.	ГОСТ ИЕС 60598-2-9	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных)	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
916.	ГОСТ ИЕС 60598-2-10	Светильники переносные детские игровые	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
917.	ГОСТ ИЕС 60598-2-17	Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
918.	СТБ МЭК 60598-2-19	Светильники вентилируемые	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
919.	ГОСТ ИЕС 60598-2-19	Светильники вентилируемые	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
920.	СТБ МЭК 60598-2-23	Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
921.	СТБ МЭК 60598-2-24	Светильники с ограничением температуры поверхности	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
922.	ГОСТ ИЕС 60598-2-24	Светильники с ограничением температуры поверхности	27.90.11	9405 10 9405 20	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
923.	ГОСТ ИЕС 60598-2-25	Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений	27.90.11	9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
924.	СТБ ИЕС 60598-2-3	Светильники для освещения улиц и дорог	27.90.11	9405 10 9405 20	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
925.	ГОСТ ИЕС 60598-2-22	Светильники для аварийного освещения	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
926.	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 Стандарт РБ	Световые гирлянды	27.90.11	9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
927.	СТБ МЭК 60598-2-5	Прожекторы заливающего света	27.90.11	9405 30 9405 40	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
928.	ГОСТ ИЕС 60598-2-5	Светильники. Прожекторы заливающего света	27.90.11	9405 40	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
929.	ГОСТ ИЕС 61058-2-1 Стандарт РБ	Выключатели для электрических приборов	27.33.13	8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 69	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
930.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Стандарт РБ	Выключатели для электрических приборов	27.33.13	8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 69	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
931.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Стандарт РБ	Выключатели для электрических приборов	27.33.13	8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 69	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
932.	ГОСТ 30851.1 (IEC 60320-1)	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8536 41 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90 8544 11 8544 19	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
933.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2)	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
934.	ГОСТ IEC 60884-1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8544 49 8544 60 8544 70 8536 41 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90		
935.	ГОСТ 30988.2.5 (IEC 60884-2-5)	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70 8536 41 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
936.	СТБ ГОСТ Р 51322.2.5 (IEC 60884-2-5)	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8536 41 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
937.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1)	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8536 10 8536 20	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70		
938.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
939.	ГОСТ 30988.2.2 (ИЕС 60884-2-2) Стандарт РБ	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70 8536 41 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
940.	ГОСТ 30988.2.6 (ИЕС 60884-2-6) Стандарт РБ	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70 8536 41 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
941.	СТБ ГОСТ Р 50030.7.1 (МЭК 60947-7-1)	Клеммные колодки для медных проводников	27.33.13	8436 10 8536 20 8436 21 8436 29 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8436 80 8436 91 8436 99 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
942.	ГОСТ IEC 60947-7-2	Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	27.33.13	8436 10 8536 20 8436 21 8436 29 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8436 80 8436 91 8436 99 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
943.	ГОСТ IEC 60998-2-2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
944.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1)	Соединительные устройства	27.33.13	8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90		
945.	ГОСТ 31602.2 (ИЕС 60999-2)	Соединительные устройства	27.33.13	8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
946.	ГОСТ ИЕС 61210	Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	27.33.13	8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
947.	ГОСТ 31195.2.3 (ИЕС 60998-2-3)	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
948.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8436 99 8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8536 69 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
949.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Стандарт РБ	Зарядные устройства батарей	27.90.11 27.11.4	8504 10 8504 21 8504 22 8504 23 8504 31 8504 32 8504 33 8504 34 8504 40 8504 50 8504 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
950.	ГОСТ ИЕС 60799-2011	Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	27.90.11 27.11.4	8504 10 8504 21 8504 22 8504 23	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8504 31 8504 32 8504 33 8504 34 8504 40 8504 50 8504 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50		
				8536 61 8536 69 8536 70 8536 90		
951.	ГОСТ 7396.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8536 41 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
952.	ГОСТ 31223 (ИЕС 61242)	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13	8536 41 8536 61 8536 69 8536 70	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8536 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70		
953.	ГОСТ-IEC-61293	Оборудование электрическое	26.51.66 28.94.22	9022-12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 8450 20 8451 10 8451 29	Требования безопасности	Соответствует/не соответствует
954.	ГОСТ IEC 61140 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы	26.51.66 28.94.22	9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 8450 20 8451 10 8451 29	Требования безопасности	Соответствует/не соответствует
955.	ГОСТ Р 51522.1	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30	Идентификация, маркировка и документация Устойчивость к электростатическому разряду: - контактный разряд - воздушный разряд Устойчивость к наносекундным импульсным помехам - амплитуда	Соответствует/не соответствует 2 – 8 кВ 2 – 8 кВ 0,25 – 4 кВ

1	2	3	4	5	6	7
				9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам: - амплитуда импульсов Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: - амплитуда импульсов Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями: - амплитуда Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания: - испытательные напряжения, % U_n - амплитуда провалов и прерываний напряжения, % U_n - длительность провалов и прерываний напряжения, периоды Устойчивость к электромагнитному полю: - напряженность Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Требования безопасности	0,25 – 4 кВ 0,25 – 4 кВ 0,15 – 80 МГц 0,1 – 20 В 0 – 70% ($\pm 5\%$) 3 – 100 %, 1 – 240 В 0,5 – 50 с 80 – 2500 МГц 0,1 – 30 А/м 50 Гц, 1 – 16 А/м Соответствует/ не соответствует
956.	СТБ ИЕС 60745-1 (ИЕС 60745-1)	Инструмент ручной электромехантический	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99		
957.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Стандарт РБ	Сверильные и ударные сверильные машины	28.24.11	8467 11 8467 19	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99		
958.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Стандарт РБ	Шуруповерты и ударные гайковерты	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
959.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3	Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
960.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Стандарт РБ	Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
961.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Стандарт РБ	Дисковые пилы	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99		
962.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6	Молотки и перфораторы	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
963.	ГОСТ 30700 (ИЕС 745-2-7)	Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
964.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8	Ножницы для листового металла	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
965.	ГОСТ ИЕС 62841-2-9	Машины для нарезания внутренней резьбы	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8467 89 8467 91 8467 92 8467 99		
966.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11	Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы)	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467-81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
967.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-12	Вибраторы для уплотнения бетона	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
968.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1	Дисковые пилы	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
969.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2	Радиально-рычажные пилы	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8467 92 8467 99		
970.	ГОСТ ИЕС 61029-2-3	Строгальные и рейсмусовые машины	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
971.	ГОСТ ИЕС 62841-3-4	Переносные шлифовально-заточные машины	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
972.	ГОСТ ИЕС 61029-2-5	Ленточные пилы	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
973.	ГОСТ ИЕС 61029-2-6	Машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
974.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7	Алмазные пилы с подачей воды	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
975.	ГОСТ ИЕС 61029-2-8	Одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
976.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9	Торцовочные пилы	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
977.	ГОСТ 27917 (ИЕС 34-11-2-84)	Термодетекторы и вспомогательная аппаратура управления, используемые в системах температурной защиты	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
978.	ГОСТ 27888 (ИЕС 34-11-1-78)	Машины электрические вращающиеся	28.24.11	8467 11 8467 19	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99		
979.	ГОСТ 27895 (ИЕС-34-1-1-3-84)	Машины электрические вращающиеся	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
980.	ГОСТ ИЕС 60034-14	Машины электрические вращающиеся	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
981.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15	Машины для подрезки живой изгороди	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
982.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16	Скобозабивные машины	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
983.	ГОСТ ИЕС 60745-2-17	Ручные фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок	28.24.11	8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
984.	ГОСТ 27570.52	Электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания	28.93.15	8419 11 8419 19 8419 20 8419 31 8419 32 8419 39 8419 40 8419 50 8419 60 8419 81 8419 89 8419 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
985.	ГОСТ 27570.36	Электрические аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	28.93.15	8419 11 8419 19 8419 20 8419 31 8419 32 8419 39 8419 40 8419 50 8419 60 8419 81 8419 89 8419 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
986.	ГОСТ IЕС 60335-2-48	Электрическим грили и тостеры для предприятий общественного питания	28.93.15	8419 11 8419 19 8419 20 8419 31 8419 32 8419 39 8419 40 8419 50 8419 60 8419 81 8419 89 8419 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
987.	ГОСТ 27570.42	Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания	28.93.15	8419 11 8419 19 8419 20 8419 31 8419 32 8419 39 8419 40 8419 50 8419 60 8419 81 8419 89 8419 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
988.	ГОСТ IЕС 60335-2-50	Электрические мармиты для предприятий общественного питания	28.93.15	8419 11 8419 19 8419 20 8419 31 8419 32 8419 39 8419 40 8419 50 8419 60 8419 81 8419 89 8419 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
989.	ГОСТ Р 50345	Аппаратура малогабаритная электрическая	27.12.22	8536 50	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
990.	ГОСТ IЕС 60898-2	Выключатели автоматические	27.12.22	8536 50	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
991.	ГОСТ Р 50030.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.12.22	8536 50	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
992.	ГОСТ ИЕС 60934	Выключатели автоматические для оборудования (СВЕ)	27.12.22	8536 50	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
993.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.33.11	8536 50	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
994.	ГОСТ ИЕС 61008-1 Стандарт РБ	Выключатели автоматические	27.12.22	8536 20	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
995.	ГОСТ 31601.2.1	Выключатели автоматические	27.12.22	8536 20	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
996.	ГОСТ 31601.2.2	Выключатели автоматические	27.12.22	8536 20	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
997.	ГОСТ ИЕС 61009-1	Выключатели автоматические	27.12.22	8536 20	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
998.	ГОСТ 31225.2.1	Выключатели автоматические	27.12.22	8536 20	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
999.	ГОСТ 31225.2.2	Выключатели автоматические	27.12.22	8536 20	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1000.	ГОСТ 2933	Аппараты электрические низковольтные	27.33.11	8536 50	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1001.	ГОСТ ИЕС 60309-1	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения	27.33.13	8536 69 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1002.	ГОСТ ИЕС 60309-2	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения	27.33.13	8536 69 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1003.	ГОСТ 30849.3 (ИЕС 60309-3)	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения	27.33.13	8536 69 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1004.	ГОСТ ИЕС 61095	Контакты электромеханические бытового и аналогового назначения	27.33.13	8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1005.	ГОСТ 30011.4.1 (ИЕС 947-4-1)	Низковольтная аппаратура распределения и управления	27.33.13	8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1006.	ГОСТ Р 51321.1	Устройства комплексные низковольтные распределения и управления	27.12.31	8537 10 8501 00	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1007.	СТБ МЭК 60439-3	Низковольтные комплексные устройства распределения и управления.	27.12.31	8537 10 8501 00	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1008.	СТБ МЭК 60439-4	Низковольтные комплексные устройства распределения и управления	27.12.31	8537 10 8501 00	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1009.	ГОСТ Р 51321.5 (МЭК 60439-5:2006)	Устройства комплексные низковольтные распределения и управления	27.12.31	8537-10 8501 00	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1010.	ГОСТ Р 50030.5.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная.	27.33.13 27.33.11	8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1011.	ГОСТ ИЕС 60947-5-5	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.33.13 27.33.11	8536 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1012.	ГОСТ ИЕС 60947-6-1	Аппаратура распределения и управления низковольтная.	27.33.13 27.33.11	8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1013.	ГОСТ ИЕС 60947-6-2	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.33.13 27.33.11	8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1014.	ГОСТ Р 51992	Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах	27.33.13 27.33.11	8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1015.	ГОСТ 12.2.007.9 (ИЕС 519-1)	Электротермическое оборудование	-	-	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1016.	ГОСТ 12.2.007.9.1 (ИЕС 519-3)	Электротермические устройства	-	-	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1017.	ГОСТ 30012.9 (МЭК 51-9)	Манометры и датчики давления	26.51.52 26.51.63 26.51.43	9026 10 9026 20 9026 80 9026 90 9027 10 9027 20 9027 30 9027 50 9027 80 9027 90 9028 20 9028 90 9030 10 9030 20 9030 31 9030 32	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				9030 33 9030 39 9030 40 9030 82 9030 84 9030 89 9030 90		
1018.	ГОСТ 30012.1	Приборы аналоговые	26.51.43	9030 33	- Устойчивость к условиям эксплуатации - Устойчивость к механическим воздействиям - Требования к конструкции - Информация, основные обозначения и маркировка	Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы Соответствует/не соответствует
1019.	ГОСТ 23706	Омметры	26.51.43	9030 33	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1020.	ГОСТ 8476	Ваттметры и варметры	26.51.43	9030 33	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1021.	ГОСТ 7590	Частотомеры	26.51.43	9030 33	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1022.	ГОСТ 8039	Фазометры, измерители коэффициента мощности и синхроскопы	26.51.43	9030 33	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1023.	ГОСТ 8711	Амперметры, вольтметры	26.51.43	9030 33	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1024.	ГОСТ IEC 60335-2-26	Часы	26.52.28 26.52.25	9103 10 9103 90 9105 11 9105 19 9105 21 9105 29 9105 91 9105 99	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1025.	ГОСТ 30345.57	Аппаратура проекционная	28.99.39 26.70.16	9007 10 9007 20 9007 91 9007 92	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
1026.	ГОСТ IEC 62493 раздел 6, приложения E	Оборудование светотехническое	27.90.11	9405	Напряженность электрического поля и показатель F (Плотность наведенного тока)	20 КГц-10 МГц

1	2	3	4	5	6	7
1027.	ГОСТ IEC 62311 (IEC 62311) разделы 5-7	Вычислительная техника	28.23 26.20 26.40.	8504 8518 8519 8521 8525 8527 8528 9207 8504	Плотность потока мощности Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля	0,26-100 000 мкВт/см ² в диапазоне частот 0,3-40 ГГц 2,5-800 В/м 0,05-40 А/м
1028.	ГОСТ EN 62233 (IEC 62233) разделы 4-6 (п. 5.5.4, кроме Приложения С)	Вычислительная техника	28.23 26.20 26.40.	8504 8518 8519 8521 8525 8527 8528 9207 8504	Магнитная индукция	От 10 до 5 000 нТл в диапазоне частот 10 ГГц-400 КГц
1029.	ГОСТ IEC 62479 (EN 62479) раздел 4	Производство информационных технологий	28.23 26.20 26.40.	8504 8518 8519 8521 8525 8527 8528 9207 8504	Плотность потока мощности Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля	0,26-100 000 мкВт/см ² в диапазоне частот 0,3-40 ГГц 2,5-800 В/м 0,05-40 А/м



Генеральный директор
АО "НИИМТ"

Должность уполномоченного лица

М.В. Илющихина

инициалы, фамилия уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Всего прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью 360



Э.С. Лепенькина
В.А. Панченко

Руководитель экспертной группы, эксперт по аккредитации
Технический эксперт