


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации
№ RA.RU.21AK63

от " 27 " июля 20 16 г.

на 1 листе, лист 1

Область аккредитации Центра коллективного пользования
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 32

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 51317.4.12-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование	—	—	Устойчивость к колебательным затухающим помехам	Испытательное напряжение — от 0,25 кВ до 6 кВ
2.	СТБ ИЕС 61000-4-8-2011 Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Оборудование, подвергающееся в условиях эксплуатации воздействию магнитного поля промышленных частот 50 Гц и 60 Гц	—	—	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	Напряженность магнитного поля — от 1 А/м до 1000 А/м

Руководитель Центра коллективного пользования

В.С. Макаров

На основании доверенности № 14-05/141 от 01.01.2017

