




Руководитель (заместитель/руководитель)
Федеральной службы по аккредитации

Д. А. МАКАРЕНКО

инициалы, фамилия

подпись

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации
№3 от « 17 » июня 2019 года
27 0 6 1 9 на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Сибирский испытательный центр систем отопления с ограниченной ответственностью «Сибирский центр систем отопления»

(СИЦ СО ООО «Сибцентр СО»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

656039, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица 2-я Северо-Западная, дом 6.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1.	2	3	4	5	6	7
Раздел 2.						
	ГОСТ 25696-83 (п.л. 3.2; 3.3)	Горелки газовые инфракрасного излучения, брудеры газовые для плитников	28.21.11 28.21.14 28.30.84 28.30.93	8416 20 800 0 8416 90 000 0 8436 21 000 0 8436 91 000 0	- герметичность; - температура поверхностей; - время срабатывания автоматики управления и защиты; - содержание CO; - содержание NO; - уровень шума; - соответствие конструкторской документации; - отрыв, прокок и устойчивость пламени; - время воспламенения газа на основной горелке;	-30°C...+300°C - 0- 8000 ppm 0- 3000 ppm 22-139дБ (A; C; Z) - - -


1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 27441-87 (п.п. 3.5.1; 3.5.2; 3.5.5; 3.5.7; 3.5.9; 3.5.11) ГОСТ Р ИСО 3746- 2013	Оборудование тепловое газовое для предприятий общественного питания и пищеблоков (котлы стационарные, варочные, плиты кухонные, аппараты пищеварочные и жарочные, сковороды опрокидывающиеся, жаровни, фритюрницы, оборудование для кипячения и подогрева жидкостей, мармиты для первых и вторых блюд)	28.93.15 28.93.32	8419 81 800 0 8419 90 850 9	-герметичность газового тракта; -температура поверхностей; -содержание CO; -уровень шума; -устойчивость к перегреву; -надежность зажигания; -проверка защитных устройств;	- -30°C...+300°C 0- 8000 ppm 22-139дБ (A; C; Z) - - -
	ГОСТ 30154-94 (п.п. 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.6; 5.3.7; 5.3.8; 5.3.9; 5.3.14; 5.3.16; 5.3.17)	Плиты и таганы газовые портативные туристские, светильники газовые бытовые	27.52.11 27.40.23 27.40.42	7321 11 900 0 7321 90 000 0 9405 50 000 0 9405 91 900 9	-температура поверхностей; -герметичность; -содержание CO; -содержание NO; -наличие смазки; -проверка на отрыв, прокок и желтые языки пламени; -смещение составных частей горелок; -межосевое расстояние горелок;	-30°C...+300°C - 0- 8000 ppm 0- 3000 ppm - - - -
	ГОСТ 31856-2012 (п.п. 10.2.1; 10.2.3; 10.4; 10.5; 10.8.5.1; 10.8.5.2; 10.8.5.3.1; 10.8.5.3.2; 10.9.1; 10.9.2; 10.10)	Водонагреватели газовые мгновенного действия с атмосферными горелками для производства горячей воды коммунально-бытового назначения	27.52.14 27.52.20	8419 11 000 0 8419 90 850 9	-герметичность газового тракта; -герметичность водяного контура; -время безопасности; -температура поверхностей; -содержание CO в продуктах сгорания; -сажеобразование; -герметичность;	- - - -30°C...+300°C 0- 8000 ppm - -
	ГОСТ 32029-2012 (п.п. 7.2.1)	Термостаты (терморегуляторы) механические для газовых приборов	26.51.70 26.51.85	9032 10 810 0 9032 10 890 0 9032 90 000 0	-герметичность;	- -
	ГОСТ Р 50696-2006 (п.п. 7.3.1.1; 7.3.1.3; 7.3.1.5; 7.3.1.6; 7.3.1.8; 7.3.2.1; 7.3.2.3; 7.3.2.4; 7.3.3.1; 7.3.3.2)	Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи (плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие не менее одной горелки)	27.52.11 27.51.28 27.51.30 27.52.20	7321 11 100 0 7321 90 000 0 8516 60 109 0 8516 90 000 0	-герметичность; -температура поверхностей; -содержание CO в продуктах сгорания; -время срабатывания контроля пламени, с; -перегрев баллона со сжиженным газом;	- -30°C...+300°C 0- 8000 ppm - -30°C...+300°C

1	2	3	4	5	6	7
					-эффективность работы регулятора давления газа(расход газа); -зажигание, стабильность пламени; -устойчивость пламени; -проверка розжига, полного зажигания и стабильности пламени; -проверка полноты сгорания газа;	- - - - -
	ГОСТ Р 51843-2013 (п.п. 8.2.2; 8.2.3; 8.3; 8.5; 8.6)	Устройства контроля пламени для газовых аппаратов	26.51.70 26.51.85	9032 10 810 0 9032 10 890 0 9032 90 000 0	-герметичность; -проверка блокировок розжига;	- -
	ГОСТ Р 51983-2002 (п.п. 4.2; 4.4; 4.6.2; 4.6.3; 4.6.5; 4.6.6; 4.6.7)	Устройства многофункциональные регулирующие для газовых аппаратов	26.51.70 26.51.85	9032 10 810 0 9032 10 890 0 9032 90 000 0	-герметичность;	-
	ГОСТ Р 52219-2012 (п.п. 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6.1; 8.2.2)	Приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов (блоки и панели для автоматического розжига)	27.12.31 27.12.40	8537 10 910 0 8537 10 100 0 8537 10 990 0 8538 10 000 0	-проверка функционирования программы при $U_{н}$, 0,85 $U_{н}$, 1,1 $U_{н}$; -время срабатывания защит и блокировок; -проверка функционирования программы при напряжении менее 0,85 $U_{н}$; -проверка программы; -проверка промежутков времени; -проверка детектора пламени;	- - - - -
	ГОСТ Р 54824-2011 (п.п. 7.3)	Регуляторы давления и соединительные предохранительные устройства	26.51.70 26.51.85	9032 10 810 0 9032 10 890 0 9032 90 000 0	-герметичность;	-

Директор

ООО «Сибирский центр систем отопления»

А.Ф. Кириченко



Руководитель центра систем отопления
ООО «Сибирский центр систем отопления»

Г.В. Болотова