Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU. 516360

12 АВГ 2019

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

1. 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5 (Литер А-А1)
2. **670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1.**
3. 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б».
4. 671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, д.69.
5. 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.1 квартал, дом № 5.
6. 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Кирова, дом № 6.
7. 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Больничная, дом № 6.
8. 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленина, дом № 44.
9. 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Шолотская, дом № 2.
10. 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1.
11. 671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Каландаришвили, дом № 20.
12. 671340, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, д.12.
13. 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом № 38.
14. 671703, Республика Бурятия, Северобайкальский район, г. Северобайкальск, ул. Дружбы, д. 7.
15. 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Школьная, дом № 26.
16. 671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 9.
17. 671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 14.
18. 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Партизанская, дом № 77.
19. 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, ул. Октябрьская, дом № 67а.
20. 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.145.
21. 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.145а (архив)
22 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5 (Литер В, В1, В2)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2. 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1.						
1.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 2.3	Рабочие места производственная зона общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Температура воздуха	(от -50 до 60)^{0}С
					ТНС-индекс	(10-50) ^{0}С
					относительная влажность воздуха	(3-98)%
					скорость движения воздуха,	(0,1-30)м/с
					интенсивность теплового облучения	(10-1000) Вт/м^2

1	2	3	4	5	6	7
2.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.2	Рабочие места производственная зона общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	уровень напряженности электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
3.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.7.3.3	Рабочие места производственная зона общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	(0,3 – 50) мТл
4.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п 7.3.4	Рабочие места, производственная зона, общественные здания, лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Уровни электромагнитного поля частотой 50 Гц:	-
					Напряженность электрического поля	5 В/м – 50 кВ/м
					Напряженность магнитного поля Индукция магнитного поля	50 мА/м – 4 кА/м 62,5 нТл – 5 мТл
5.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.5	Рабочие места производственная зона, общественные здания, лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	уровень напряженности электромагнитного поля:	-
					частота от 10 кГц до 30 кГц Напряженность электрического поля	(5-1000) В/м
					Напряженность магнитного поля	50 мА/м – 4А/м
6.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.6	Рабочие места, производственная зона, общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Энергетическая экспозиция электромагнитного поля:	-
					частота ≥0,03 – 3,0 МГц Напряженность электрического поля	(0,5-300) В/м
					Напряженность магнитного поля	(0,05-8) А/м
					частота ≥3,0 – 30,0 МГц Напряженность электрического поля	(0,5-300) В/м

					частота ≥30,0 – 50,0 МГц Напряженность электрического поля	(0,5-300) В/м
					Напряженность магнитного поля	(0,05-8) А/м
					частота ≥50,0 – 300,0 МГц Напряженность электрического поля	(0,5-300) В/м
					частота ≥300,0 – 300000,0 МГц Энергетическая экспозиция плотности потока энергии	(0,26-100000) мкВт/см^2
7.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.7.	Рабочие места, производственная зона общественные здания, лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	напряженность электрического поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	5 В/м – 1000 В/м 0,5 В/м – 40 В/м
					напряженность магнитного поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	50мА/м – 8 А/м 62,5 нТл – 10 мкТл 4 мА/м – 400 мА/м (5 – 500) нТл
					частота ≥300,0 – 300000,0 МГц Энергетическая экспозиция плотности потока энергии	(0,26-100000) мкВт/см^2
					уровень напряженности электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
8.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.10.3	Рабочие места производственная зона общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	уровни искусственной освещенности	(1-200000) лк
					яркость	(1-200000) кд/м^2
					КЕО	-
					коэффициент пульсации	(1-100) %

9.	МУК 4.3.1675-03	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Аэроионный состав воздуха	$(1\times10^2\text{-}10\times10^5)$ ион/см^3
10.	МУК 4.3.2755-10	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Интегральная оценка нагревающего микроклимата	-
11.	МУК 4.3.2756-10	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Температура воздуха	(от -50 до 60)^{0}С
					относительная влажность воздуха	(3-98)%
					скорость движения воздуха	(0,1-30)м/с
					ТНС-индекс	(10-50) ^{0}С
					Интенсивность теплового облучения	(10-1000) Вт/м^2
12.	ГОСТ 30494-2011	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки.	-	-	Температура воздуха,	(от -50 до 60)^{0}С
					относительная влажность воздуха,	(3-98)%
					скорость движения воздуха	(0,1-30)м/с
					Результирующая температура,	(5 до 40) ^{0}С
13.	МУ № 4425-87	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания.	-	-	Температура воздушных потоков	(-50 до 40) ^{0}С
					Скорость воздушных потоков	(0,1-30)м/с

		Лечебно- профилактические учреждения и аптеки.			Кратность воздухообмена	-
14.	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория.	-	-	уровни естественной и искусственной освещенности	(1-200000) лк
					КЕО	-
					коэффициент пульсации	(1-100) %
15.	МУК 4.3.2812-10	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория.	-	-	уровни естественной и искусственной освещенности	(1-200000) лк
					КЕО	-
					коэффициент пульсации	(1-100) %
					уровни яркости	(1-200000) кд/м^2
16.	ГОСТ Р 24940-2016	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория.	-	-	КЕО	-
					уровни естественной и искусственной освещенности	(1-200000) лк
17.	ГОСТ 33393-2015	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория.	-	-	коэффициент пульсации	(1-100) %
					уровни естественной и искусственной освещенности	(1-200000) лк
18.	МУ № 1322-75	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория.	-	-	уровень искусственной освещенности	(1-200000) лк
					уровни яркости	(1-200000) кд/м^2
19.	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139)дБА
					уровни звукового давления;	(11-139)дБА
					эквивалентный уровень звука;	(22-139)дБА

					максимальный уровень звука;	(22-139)дБА
20.	ГОСТ Р ИСО 9612-2016	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139)дБА
					уровни звукового давления;	(11-139)дБА
					эквивалентный уровень звука;	(22-139)дБА
					максимальный уровень звука;	(22-139)дБА
					пиковый уровень звука	(22-139)дБС
21.	ГОСТ 23337-2014	Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139)дБА
					уровни звукового давления;	(11-139)дБА
					эквивалентный уровень звука;	(22-139)дБА
					максимальный уровень звука;	(22-139)дБА
22.	МУ № 1844-78	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория.	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139)дБА
					уровни звукового давления;	(11-139)дБА
					эквивалентный уровень звука;	(22-139)дБА
					максимальный уровень звука;	(22-139)дБА
23.	ГОСТ 22283-2014	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139)дБА
					уровни звукового давления;	(11-139)дБА
					эквивалентный уровень звука;	(22-139)дБА
					максимальный уровень звука;	(22-139)дБА
24.	ГОСТ Р 53695-2009	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139)дБА

					уровни звукового давления;	(11-139)дБА
					эквивалентный уровень звука;	(22-139)дБА
					максимальный уровень звука;	(22-139)дБА
25.	ГОСТ 12.4.077-79	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139)дБА
					уровни звукового давления;	(11-139)дБА
					эквивалентный уровень звука;	(22-139)дБА
					максимальный уровень звука;	(22-139)дБА
					ультразвук;	(22-139)дБА
26.	МР № 2908-82	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139)дБА
					уровни звукового давления;	(11-139)дБА
					эквивалентный уровень звука;	(22-139)дБА
					максимальный уровень звука;	(22-139)дБА
27.	МР 4.3.0008-10	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория.	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139)дБА
					уровни звукового давления;	(11-139)дБА
					эквивалентный уровень звука;	(22-139)дБА
					максимальный уровень звука;	(22-139)дБА
28.	МР № 2946-83	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода Факторы среды обитания промышленных	-	-	уровень общей вибрации;	(55-164) дБ
					уровень локальной вибрации;	(50-164) дБ
					постоянная, непостоянная вибрация;	(55-164) дБ
						(50-164) дБ

		объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	(55-164) дБ (50-164) дБ
29.	МУ № 3911-85	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	уровень общей вибрации; уровень локальной вибрации; постоянная, непостоянная вибрация; эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	(55-164) дБ (50-164) дБ (55-164) дБ (50-164) дБ (55-164) дБ (50-164) дБ
30.	ГОСТ 16519-2006	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	уровень общей вибрации; уровень локальной вибрации; постоянная, непостоянная вибрация; эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	(55-164) дБ (50-164) дБ (55-164) дБ (50-164) дБ (55-164) дБ (50-164) дБ
31.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	уровень общей вибрации; постоянная, непостоянная вибрация; Эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	(55-164) дБ (55-164) дБ (55-164) дБ
32.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	уровень общей вибрации; постоянная, непостоянная вибрация; эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	(55-164) дБ (55-164) дБ (55-164) дБ
33.	ГОСТ 31292.1-2004 (ИСО 5349-1:2001)	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания.	-	-	уровень локальной вибрации; постоянная, непостоянная вибрация;	(50-164) дБ (50-164) дБ

		Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	(50-164) дБ
34.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	уровень локальной вибрации;	(50-164) дБ
					постоянная, непостоянная вибрация;	(50-164) дБ
					эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	(50-164) дБ
35.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	уровень общей вибрации;	(55-164) дБ
					постоянная, непостоянная вибрация;	(55-164) дБ
					эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	(55-164) дБ
36.	МР № 2957-84	Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	уровень общей вибрации;	(55-164) дБ
					постоянная, непостоянная вибрация;	(55-164) дБ
					эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	(55-164) дБ
37.	ГОСТ 12.1.001-89	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	ультразвук;	(22-139)дБА
38.	ГОСТ 12.1.006-84	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория	-	-	электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	
					- частота (0,03-300)МГц	(0,5-300) В/м
					- частота (0,03-50)МГц	(0,05-8) А/м
					- частота (0,3-40) ГГц	(0,26-100000) мкВт/см^2

39.	МР № 2159-80	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	Параметры электромагнитных излучений:	
					уровень напряженности электростатического поля;	(0,3-180) кВ/м
					уровень напряженности электромагнитного поля:	
					-частота от 5 Гц до 2 кГц	(5-1000) В/м
						50мА/м-4А/м
						62,5нТл-5мкТл
					-частота от 2 кГц до 400 кГц	(0,5-40) В/м
						(4-400)мА/м
						(5-500)нТл
					- частота от 45 Гц до 55 Гц	(5-1000) В/м
						50мА/м-8А/м
						62,5нТл-10мкТл
					электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	
					- частота (0,03-300)МГц	(0,5-300) В/м
					- частота (0,03-50)МГц	(0,05-8) А/м
					- частота (0,3-40) ГГц	(0,26-100000) мкВт/см^2
					электромагнитные поля частотой 50Гц:	
					- напряженность электрического поля	5 В/м-100 кВ/м

					- напряженность магнитного поля	(0,05-1800) А/м
						62,5нТл-2250мкТл
40.	ГОСТ Р 50949-2001	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	Параметры электромагнитных излучений:	
					уровень напряженности электростатического поля;	(0,3-180) кВ/м
					уровень напряженности электромагнитного поля:	
					-частота от 5 Гц до 2 кГц	(5-1000) В/м
						50мА/м-4А/м
						62,5нТл-5мкТл
					-частота от 2 кГц до 400 кГц	(0,5-40) В/м
						(4-400)мА/м
						(5-500)нТл
					- частота от 45 Гц до 55 Гц	(5-1000) В/м
						50мА/м-8А/м
						62,5нТл-10мкТл
					электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	
					- частота (0,03-300)МГц	(0,5-300) В/м
					- частота (0,03-50)МГц	(0,05-8) А/м
					- частота (0,3-40) ГГц	(0,26-100000) мкВт/см^2
41.	ГОСТ 12.1.002-84	Факторы среды обитания	-	-	- частота от 45 Гц до 55 Гц	(5-1000) В/м

		Промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория				50мА/м-8А/м 62,5нТл-10мкТл
42.	МУК 4.3.1167-02	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	электромагнитные поля радиочастотного диапазона: - частота (0,3-40) ГГц	(0,26-100000) мкВт/см^2
43.	ГОСТ 12.1.045-84	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория	-	-	уровень напряженности электростатического поля;	(0,3-180) кВ/м
44.	МУК 4.3.2491-09	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория.	-	-	- частота от 45 Гц до 55 Гц	(5-1000) В/м 50мА/м-8А/м 62,5нТл-10мкТл
45.	МУ 4109-86	Факторы среды обитания Промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	- частота от 45 Гц до 55 Гц	(5-1000) В/м 50мА/м-8А/м 62,5нТл-10мкТл
46.	МУК 4.3.1677-03	Игры, игрушки. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и	-	-	электромагнитные поля радиочастотного диапазона: - частота (0,03-300)МГц	 (0,5-300) В/м

		общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.			- частота (0,03-50)МГц	(0,05-8) А/м
					- частота (0,3-40) ГГц	(0,26-100000) мкВт/см^2
47.	МУК 4.3.1676-03	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	-
					- частота (0,03-300)МГц	(0,5-300) В/м
					- частота (0,03-50)МГц	(0,05-8) А/м
					- частота (0,3-40) ГГц	(0,26-100000) мкВт/см^2
48.	МУ 4.3.2320-08	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	-
					- частота (0,03-300)МГц	(0,5-300) В/м
					- частота (0,03-50)МГц	(0,05-8) А/м
					- частота (0,3-40) ГГц	(0,26-100000) мкВт/см^2
49.	МУК 4.1/4.3.1485-03	оценка одежды для детей, подростков и взрослых	-	-	уровень напряженности электростатического поля;	(0,3-180) кВ/м
50.	МУК 4.1./4.3.2038-05	Игры, игрушки, и другие товары детского обихода	-	-	Контролируемые показатели шума:	-
					постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139)дБА
					уровни звукового давления;	(22-139)дБА
					эквивалентный уровень звука;	(22-139)дБА
					максимальный уровень звука;	(22-139)дБА
					Параметры вибрации:	-
					уровень локальной вибрации;	(50-164) дБ
					постоянная, непостоянная вибрация;	(50-164) дБ

					эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	(50-164) дБ
					Параметры электромагнитных излучений:	-
					уровень напряженности электромагнитного поля:	
					-частота от 2 кГц до 400 кГц	(0,5-40) В/м
						(4-400)мА/м
						(5-500)нТл
					электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	
					- частота (0,03-300)МГц	(0,5-300) В/м
					- частота (0,03-50)МГц	(0,05-8) А/м
					- частота (0,3-40) ГГц	(0,26-100000) мкВт/см^2
					уровень локальной вибрации;	(50-164) дБ
					постоянная, непостоянная	(55-164) дБ
					вибрация;	(50-164) дБ
					эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	(55-164) дБ
51.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки.	-	-	Параметры электромагнитных излучений:	
					уровень напряженности электростатического поля;	(0,3-180) кВ/м
					уровень напряженности электромагнитного поля:	

					-частота от 5 Гц до 2 кГц	(5-1000) В/м
						50мА/м-4А/м
						62,5нТл-5мкТл
					-частота от 2 кГц до 400 кГц	(0,5-40) В/м
						(4-400)мА/м
						(5-500)нТл
					- частота от 45 Гц до 55 Гц	(5-1000) В/м
						50мА/м-8А/м
						62,5нТл-10мкТл
					электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	-
					- частота (0,03-300)МГц	(0,5-300) В/м
					- частота (0,03-50)МГц	(0,05-8) А/м
					- частота (0,3-40) ГГц	(0,26-100000) мкВт/см^2
					электромагнитные поля частотой 50Гц:	-
					- напряженность электрического поля	5 В/м-100 кВ/м
					- напряженность магнитного поля	(0,05-1800) А/м
						62,5нТл-2250мкТл
52.	Руководство по эксплуатации «Приборы, комбинированные еЛайт»	Рабочие места производственная зона жилые и общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки, прилегающая территория, дорожное покрытие	-	-	уровни искусственной освещенности	(1-200000) лк
					яркость	(1-200000) кд/м^2
					КЕО	-
					коэффициент пульсации	(1-100) %
53.	Руководство по эксплуатации «Прибор комбинированный ТКА-ПКМ»	Рабочие места производственная зона жилые и общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки, прилегающая территория, дорожное	-	-	Температура воздуха	(от 0 до 50)^{0}С
					относительная влажность воздуха	(10-98)%
					скорость движения воздуха,	(0,1-20)м/с
					уровни искусственной освещенности	(10-200000) лк

		покрытие			яркость	(10-200000) кд/м^2
					КЕО	-
54.	Руководство по эксплуатации «Измеритель микроклимата ЭкоТерма-1»	Рабочие места производственная зона жилые и общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Температура воздуха	(от -50 до 60)^{0}С
					относительная влажность воздуха	(10-95)%
					ТНС-индекс	-
55.	Руководство по эксплуатации «Преобразователь-Термоанемометр ТТМ-2-04-DIN»	Рабочие места производственная зона жилые и общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	скорость движения воздуха,	(0,1-30)м/с
56.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп»	Рабочие места производственная зона жилые и общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Температура воздуха	(от -10 до 50)^{0}С
					относительная влажность воздуха	(3-98)%
					Давление воздуха	(80-110)кПа
					скорость движения воздуха,	(0,1-20)м/с
					ТНС-индекс	(от 10 до 50)^{0}С
					Интенсивность теплового излучения	(от 10 до 1000)Вт/м^2
57.	Руководство по эксплуатации «Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	уровень напряженности электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
58.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров Электрического и магнитных полей трехкомпонентный	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания.	-	-	Уровни электромагнитного поля частотой 50 Гц:	-
					Напряженность электрического поля	50 В/м – 50 кВ/м
					Напряженность магнитного	

	ВЕ-МЕТР модификация 50 Гц,	Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.			поля Индукция магнитного поля	 800 мА/м – 4 кА/м (1 мкТл – 5 мТл)
59.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров Электрического и магнитных полей трехкомпонентный ВЕ-МЕТР, модификация АТ-004»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	- напряженность электрического поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 (5 – 1000) В/м 0,5 В/м – 40 В/м
					- напряженность магнитного поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 80мА/м – 8 А/м 100 нТл – 10 мкТл (4 – 400) мА/м (5 – 500) нТл
60.	Руководство по эксплуатации «Измеритель уровней электромагнитных излучений П3-41»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	Напряженность электрического поля	(0,5-300) В/м
					Напряженность магнитного поля	(0,05-8) А/м
					плотность потока энергии	(0,26-100000) мкВт/см^2
61.	Руководство по эксплуатации «Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33М»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	плотность потока энергии	(1-100000) мкВт/см^2
62.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных	-	-	- напряженность электрического поля 5 Гц – 2 кГц	 (8 – 100) В/м

	МЕТР-АТ-002»	объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.			2 кГц – 400 кГц	(0,8 – 10) В/м
					- напряженность магнитного поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 (0,08 – 1) мкТл (8 – 100) нТл
63.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-МЕТР-АТ-003»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	- напряженность электрического Поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц 45 Гц – 55 Гц	 (5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м (5 – 1000) В/м
					- напряженность магнитного поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц 45 Гц - 55 Гц	 50мА/м – 4 А/м 62,5 нТл – 5 мкТл (4 – 400) мА/м (5 – 500) нТл 50 мА/м – 8 А/м 62,5 нТл – 10 мкТл
64.	Руководство по эксплуатации «Измеритель многофункциональный ЭКОФИЗИКА» Антенна измерительная электрическая П6-71	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	- напряженность электрического Поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц 10 кГц– 30 кГц 45 Гц – 55 Гц	 4,8В/м – 4,4 кВ/м 750 мВ/м – 3 кВ/м 190 мВ/м – 3 кВ/м 420 мВ/м – 100 кВ/м
65.	Руководство по эксплуатации «Измеритель многофункциональный ЭКОФИЗИКА» Антенна измерительная магнитная П6-70	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	- напряженность магнитного поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц 10 кГц – 30 кГц 45 Гц - 55 Гц	 60мА/м – 0,69 кА/м 5мА/м – 0,064 кА/м 1,71 мА/м – 0,49 кА/м 5 мА/м – 5 кА/м

66.	Руководство по эксплуатации «Измеритель многофункциональный ЭКОФИЗИКА»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139)дБА
					уровни звукового давления;	(11-139)дБА
					эквивалентный уровень звука;	(22-139)дБА
					максимальный уровень звука;	(22-139)дБА
					пиковый уровень звука	(22-139)дБС
					уровень общей вибрации;	(55-164) дБ
					уровень локальной вибрации;	(50-164) дБ
					постоянная, непостоянная вибрация;	(55-164) дБ
						(50-164) дБ
					эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	(55-164) дБ
						(50-164) дБ
67.	Руководство по эксплуатации «Измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно- профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	Уровни электромагнитного поля частотой 50 Гц:	-
					Напряженность электрического поля	10 В/м – 100 кВ/м
					Напряженность магнитного поля Индукция магнитного поля	(0,1 – 1800) А/м
68.	Руководство по эксплуатации «Прибор комбинированный ТКА-ПКМ 08»	Рабочие места производственная зона жилые и общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки, прилегающая территория, дорожное покрытие	-	-	уровни освещенности	(10-200000) лк
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					КЕО	-

69.	Руководство по эксплуатации Мультиметр цифровой АРРА- 61	Рабочие места производственная зона жилые и общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Напряжение сети	До 1000 В
70.	МУК 2.6.1.1087-02	Лом черных и цветных металлов	-	07 8000 17 8000	Мощность амбиентного эквивалента гамма фона	0,1 мкЗв-10,0 Зв
					мощность дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв-10,0 Зв
71.	МУ 2.6.1.3386-16	Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров.	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента гамма-фона	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
72.	Руководство по эксплуатации ДКС-96	Лом черных и цветных металлов. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Лечебно-профилактические учреждения. Помещения и оборудование.	-	-	плотность потока альфа-излучения	$(0,1\text{-}1\cdot10^4)$ мин$^{-1}\cdot$ см$^{-2}$
					плотность потока бета-излучения	$(10 - 1\cdot10^5)$ мин$^{-1}\cdot$ см$^{-2}$
					плотность потока гамма-излучения	0,1 мкЗв-10,0 Зв
73.	Руководство по эксплуатации «Дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1121»	Лом черных и цветных металлов. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Лечебно-профилактические учреждения. Помещения и оборудование.	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента гамма-фона	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
74.	МУ 2.6.1.1982-05	Радиационный контроль в рентгеновском кабинете	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч

					Мощность амбиентного эквивалента гамма-фона	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
75.	МУ 2.6.1.2135-06	Лечебно-профилактические учреждения. Рабочие места.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента гамма-фона	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
76.	МУ 2.6.1.2500-09	Лечебно-профилактические учреждения. Рабочие места.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
77.	МУ 2.6.1.2500-09 Приложение 4	Лечебно-профилактические учреждения. Рабочие места.	-	-	отбор мазков на радиоактивное загрязнение	-
78.	МУ 2.6.1.1892-04	Лечебно-профилактические учреждения. Рабочие места.	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					отбор мазков на радиоактивное загрязнение	-
79.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	мощность амбиентного эквивалента гамма-фона	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					плотность потока радона-222 с поверхности грунта	$(3\text{-}1\cdot10^5)$мБк/(с м^2)
80.	МУ 2.6.1.2397-08	Природные источники ионизирующего излучения	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					эквивалентная равновесная объемная активность радона-222 в воздухе помещений	$20\text{-}1\cdot10^5$ Бк/м^3
						$(30\text{-}2\cdot10^5)$Бк/м^3
81.	МУ 2.6.1.2396-08	Территория радиоактивные выпадения	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч

82.	МУ 2.6.1.2396-08 П. 6	Территория радиоактивные выпадения	-	-	Отбор проб	-
83.	МР 2.6.1.0063-12	Территория радиационного объекта	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
84.	МУ 2.6.1.1193-03	Воздушные судна, агрегаты авиационной техники	-	-	мощность амбиентного эквивалента гамма-фона	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					плотность потока альфа-излучения	$(0,1\text{-}1\cdot10^4)$ мин$^{-1}\cdot$ см$^{-2}$
					плотность потока бета-излучения	$(10 - 1\cdot10^5)$ мин$^{-1}\cdot$ см$^{-2}$
					плотность потока гамма-излучения	0,1 мкЗв-10,0 Зв
85.	Инструкция РРА-20П2 «Поиск»	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения. Помещения и оборудование.	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона-222 в воздухе помещений	$(1\text{-}1\cdot10^5)$ Бк/м^3
					эквивалентная равновесная объемная активность торона-220 в воздухе помещений	$(1\text{-}1\cdot10^5)$ Бк/м^3
					мощность эффективной дозы внешнего гамма-излучения	(0,1 – 30) мкЗв/ч
86.	Инструкция по эксплуатации дозиметр ДРГ-01Т1	Лом черных и цветных металлов. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Лечебно-профилактические учреждения. Помещения и оборудование.	-	-	мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,010 – 9,999) мР/ч
						(0,010 – 9,999) Р/ч
						(0,10 – 99,99) мР/ч
						(0,10 – 99,99) Р/ч
87.	Руководство по эксплуатации комплекс измерительный для мониторинга радона «Камера-01»	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Лечебно-профилактические учреждения. Помещения и оборудование.	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона-222 в воздухе помещений	$(20\text{-}1\cdot10^5)$ Бк/м^3
						$(30\text{-}2\cdot10^5)$ Бк/м^3
					плотность потока радона-222 с поверхности грунта	$(3\text{-}1\cdot10^5)$ мБк/(с м^2)

					объемная активность радона и радия в пробах воды	(0,3-1·10^3) Бк/л
88.	Руководство по эксплуатации прибор сцинтилляционный геологоразведочный СРП-68	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Лечебно-профилактические учреждения. Помещения и оборудование.	-	-	поток гамма-излучения	(0 – 1·10^4) с$^{-1}$
					мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0 – 3·10^3) мкР/час
89.	Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом) № 3255-85	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Лечебно-профилактические учреждения. Помещения и оборудование.	-	-	поток гамма-излучения	(0 – 1·10^4) с$^{-1}$
					мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0 – 3·10^3) мкР/час

Главный врач К.В. Булутов

М.П.

Прошито, пронумеровано
23 (двадцать три) листов

Эксперт по аккредитации: И.В. Новокшонова

Технический эксперт: С.В. Кияшко