


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (подпись руководителя)
М. *И. С. Бранд* Руководитель службы по аккредитации

ИЗДАК А.Г.
инициалы, фамилия

Подложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21AM59

ОТ « » 20 Г.

На 2 листах, лист -1-

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Химико-аналитической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Балтика»
(филиал Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Балтика» - «Нефтебаза «Усть-Луга»)
Адрес места осуществления деятельности: 188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Вистинское сельское поселение,

Морской торговый порт «Усть-Луга», Нефтебаза «Усть-Луга»

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33	нефть	06.10.10.300		Вязкость кинематическая	5,0 мм ² /с - 100,0 мм ² /с
2	ГОСТ 1756				Давление насыщенных паров	30,0 кПа - 70,0 кПа
3	ГОСТ Р 52340				Массовая доля воды	0,03 % - 1,0 %
4	ГОСТ 21534 (метод А)				Массовая концентрация хлористых солей	5,0 мг/дм ³ - 900 мг/дм ³
5	ГОСТ 6370				Массовая доля механических примесей	0,0035 % - 0,1000 %
6	ГОСТ Р 51947				Массовая доля серы	0,03 % - 1,0 %
7	ГОСТ Р 50802				Массовая доля сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в сумме	2,0 млн. ⁻¹ - 100,0 млн. ⁻¹

1		2	3	4	5	6	7
8		ГОСТ 3900 (метод А)	нефть	06.10.10.300		Плотность	830,0 кг/м³– 890,0 кг/м³
		ГОСТ Р 51069					
		Р 50.2.075					
		Р 50.2.076					
		ФР.1.31.2013.15789					
		(св-во № 044-01.00152-2008-2013)					
		ФР.1.31.2014.19128					
		(св-во № 01.00257-2008/18306-11)					
		ФР.1.31.2014.19130					
		(св-во № 01.00257-2008/18406-11)					
		ФР.1.31.2014.19129					
		(св-во № 01.00257-2008/18206-11)					
		ФР.1.31.2014.19127					
		(св-во №01.00257-2008/18106-11)					
		АСТМ А 5002					
9		ГОСТ 2177 (метод Б)				Выход фракций	(20 - 50) % об. (40 - 70) % об.
10		ГОСТ 11851 (метод А)				Массовая доля парафина	1,0 % - 10,0 %
11		ГОСТ Р 52247 (метод Б)				Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	1 млн. ⁻¹ – 10,0 млн. ⁻¹
Раздел 2. Отбор и подготовка проб							
1	ГОСТ 2517	нефть	06.10.10.300	-	Отбор точечных проб. Составление объединенной пробы.		

Начальник химико-аналитической лаборатории
 Филиала ООО «Транснефть - Балтика»
 «Нефтебаза «Усть-Луга»

Заместитель генерального директора
 по ТПО ООО «Транснефть - Балтика»

 И.А. Калугин
 В.А. Кананухин



ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

ВСЕГО ЛИСТОВ 2
(два листа)

А.В. Беглаев
В.И. Воробей



[Handwritten signature]