

Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Федеральной службы по аккредитации



КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия

18 АПР 2018

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

от « » 20 г.

на 2 листах, лист 1

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Лаборатории физико-химических исследований ПСП «Чикшино»
Центральной комплексной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми»
(169640, Республика Коми, Печорский район, п. Чикшино)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 21534-76 (Метод А)	Нефть	06.10.10.200	-	Массовая концентрация хлористых солей	(901,0-1000,0) мг/дм ³
2	Р 50.2.075-2010	Нефть	06.10.10.200	-	Плотность (при 15 °С и 20 °С)	(750,0-904,0) кг/м ³
3	Методика измерений ареометром плотности нефти ХАЛ при проведении учетных операций на СИКН ПСП «Чикшино» ТПП «ЛУКОЙЛ- Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», разработчик ОАО «Нефтеавтоматика», аттестована ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», св-во об аттестации № 2302- 14М-2009 от 19.11.2009 г.	Нефть	06.10.10.200	-	Плотность (при 15 °С, 20 °С и условиях измерений в БИК)	(800,0-900,0) кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 3900-85 (Метод 1)	Нефть	06.10.10.200	-	Плотность при 20°C	(750,0-789,0) кг/м ³
5	ГОСТ Р 51069-97	Нефть	06.10.10.200	-	Плотность при 15°C	(754,0-794,0) кг/м ³
6	МН 376-2013 (ФР 1.31.2013.16528)	Нефть	06.10.10.200	-	Плотность	(841,0-900,0) кг/м ³
7	ГОСТ Р 52340-2005	Нефть	06.10.10.200	-	Давление насыщенных паров	(10-70) кПа
8	ГОСТ 6370-83	Нефть	06.10.10.200	-	Массовая доля механических примесей	(0,0501-0,1000) %
9	ГОСТ 11851-85 (Метод А)	Нефть	06.10.10.200	-	Массовая доля парафина	(0,1-1,5) %
10	ГОСТ 20287-91 (Метод Б)	Нефть	06.10.10.200	-	Температура застывания	от -30 до +30 °C



А.С. Голованев

Пронумеровани и прошнуровано

2

листа

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

2 (дв)

листа



Первый заместитель генерального
директора – Главный инженер

Начальник Центральной
комплексной лаборатории

Ведущий инженер Центральной
комплексной лаборатории

Начальник ЛФХИ ПСП «Чикшино»

Арвиева

Р.П. Пивовар

Д.В. Шалагин

Е.В. Артюх

О.В. Балюра

