

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАТОВ К.Э.

подпись

инициалы фамилия

19 ИЮН 2019

Приложение к заявлению

о сокращении области аккредитации

№

от « » 20 года.

на 1 листе, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)


Лаборатория физико-химических исследований Повховского месторождения
Территориально-производственного предприятия (ТПП) «Повхнефтегаз»
Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, Повховское месторождение

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Методика измерения плотности ареометром в БИК СИКН №551 месторождения «Повховское» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», свидетельство об аттестации ФБУ «Тюменский ЦСМ» № 692/01.00248-2008/2013 от 12 апреля 2013г.	Нефть	—	—	Плотность при условиях измерения массы нефти в диапазоне температур от 14 до 40 °С	(0,7700-0,8900) г/см³



Заведующий лабораторией физико-химических исследований Повховского месторождения ТПП «Повхнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»
по доверенности № 874/18 от 01.11.2018г.

О.В. Конторщикова