




УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации

Д.А. МАК РЕНКО

М.П.

23 НОЯ 2018

Приложение № 2 к аттестату
аккредитации № РОСС RU.0001.22HP46
от «29» августа 2012 г.

на 2 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью
«Уральский региональный центр «Технической экспертизы и диагностики»
620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д.4, лит. Ц**

№ п/ п	Документы, устанавли- вающие правила и ме- тоды исследований (ис- пытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (по- казатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33 (с использова- нием автоматического вискозиметра)	Масла нефтяные смазочные	19.20.29	-	Вязкость кинематическая	(0,50 – 300,00) мм ² /с
2	ГОСТ 25371	Масла нефтяные смазочные	19.20.29	-	Индекс вязкости	1 – 350
3	ГОСТ 6356	Масла нефтяные смазочные	19.20.29	-	Температуры вспышки в закрытом тигле	(70-250)°C
		Топливо дизельное	19.20.21.300	-	Температуры вспышки в закрытом тигле	(20-100)°C
4	ГОСТ 2477	Масла нефтяные смазочные	19.20.29	-	Массовая доля воды	Отсутствие/следы/ (0,03 – 10,0) %
5	ГОСТ 5985	Масла нефтяные смазочные	19.20.29	-	Кислотное число	(0,001-1,00) мг КОН/г
6	ГОСТ 11362 (автомати- ческое титрование)	Масла нефтяные смазочные	19.20.29	-	Щелочное число	(0,05-20,00) мг КОН/г



1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 1461	Масла нефтяные смазочные	19.20.29	-	Зольность	(0,001 – 1,000) %
		Топливо дизельное	19.20.21.300	-		
8	ГОСТ 12068	Масла нефтяные смазочные	19.20.29	-	Число деэмульсации Время деэмульсации	(0,5 – 20,0) мин (30 – 1200) с
9	ГОСТ 12417	Масла нефтяные смазочные	19.20.29	-	Сульфатная зольность	(0,001 – 2,00) %
10	РД 34.46.303	Масла электроизоляционные	19.20.29.170	-	Объемная доля растворенных газов: - метана; - этана; - этилена; - ацетилена; - диоксида углерода; - оксида углерода; - водород;	(0,0001-2,0000) % (0,0001-2,0000) % (0,0001-2,0000) % (0,00005-2,0000) % (0,0001-2,0000) % (0,0001-2,0000) % (0,0005-2,0000) %
11	СТО 56947007-29.180.010.009	Масла электроизоляционные	19.20.29.170	-	Содержание фурановых производных	(0,00002-0,0030) %
12	МВИ 61	Масла турбинные	19.20.29.160	-	Время деаэрации	(60-500) с
13	ГОСТ 32513 п. 8.2	Бензин автомобильный	19.20.21.100	-	Внешний вид	Чистый, прозрачный/непрозрачный, с посторонними включениями
14	ГОСТ ISO 20884	Бензин автомобильный	19.20.21.100	-	Массовая доля серы	(5-500) мг/кг
		Топливо дизельное	19.20.21.300	-		
15	ГОСТ Р 52660	Топливо дизельное	19.20.21.300	-	Массовая доля серы	(5-500) мг/кг

Директор ООО «УРЦ «ТЭ и Д»



К.А. Смыков

03.10.2018₂

А.А. Завражнова

A. Kauf

22-6217