

21.04.2021
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр
Федерального бюджетного учреждения

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском крае»

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 350040, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Айвазовского, д. 104 А, лит. А, Б, В;

2. 350018, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Текстильная, д. 28

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 350040, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Айвазовского, д. 104 А, лит. А, Б, В						
Упаковка						
1	ГОСТ 30090 п.п. 5.3, 6.1	Тара потребительская тканая (из текстильных материалов)	13.92.21.110 13.20.13.190 13.20.14.110	6305	Отбор образцов	-
Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные, посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, в том числе заявленные изготовителем как предназна- значенные для детей и подростков						
2	ГОСТ Р 50962 п.п. 4.2, 5.1	Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные, посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс	22.29.29.000 22.22.13.000	3922	Отбор образцов (проб)	-
3	ГОСТ Р 50962 п. 5.2			3924 3926 9603 9605 9615	Маркировка	-
4	ГОСТ Р 50962 п. 5.1			4823	Отбор образцов (проб)	-
			17.22.13			

1	2	3	4	5	6	7
Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и меха, в том числе заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства						
5	ГОСТ 8844	Материалы текстильные: -бельевые (для белья постельного, нательного, столового, бельевых, корсетных, купальных изделий); -полотенечные (для полотенца, простыней (купальных), гладких, жаккардовых, вафельных, махровых); -одежные (подкладочные, курточные, пальтовые, костюмные, плательно-костюмные, плательные, блузочные, сорочечные, платочные и плащевые); -обувные (для подкладки и верха); -декоративные (для штор, скатертей, покрывал, портьер, гардин, дорожек, накидок, шезлонгов); -мебельные (для обивки мебели, матрацев, чехольные);	13.20	5007	Отбор образцов (проб)	-
6	ГОСТ 9173		13.95	5008	Отбор образцов (проб)	-
7	ГОСТ 13587		13.91	5009	Отбор образцов (проб)	-
8	ГОСТ 16218.0		13.96	5010	Отбор образцов (проб)	-
9	ГОСТ 20566		14.14	5011	Отбор образцов (проб)	-
10	ГОСТ 23948		14.19	5012	Отбор образцов (проб)	-
11	ГОСТ 26666.0		13.92	5013	Отбор образцов (проб)	-
12	ГОСТ 18321		13.99	5208	Отбор образцов (проб)	-
13	ГОСТ 938.0		14.20	5209	Отбор образцов (проб)	-
14	МУК 4.1/4.3.1485-03			5210	Отбор образцов (проб)	-
15	ГОСТ 18276.0			5211	Отбор образцов (проб)	-
16	ГОСТ 314			5212	Отбор образцов (проб)	-
17	ГОСТ 6611.0			5407	Отбор образцов (проб)	-
18	ГОСТ 16427			5408	Отбор образцов (проб)	-
19	ГОСТ 5556			5513	Отбор образцов (проб)	-
20	ГОСТ 25552			5514	Отбор образцов (проб)	-
21	ГОСТ 3897 п. 1			5515	Маркировка	Наличие - отсутствие
22	ГОСТ 8737 п. 4			5516	Маркировка	Наличие - отсутствие
23	ГОСТ 7000 п. 2			5801	Маркировка	Наличие - отсутствие
24	ГОСТ 12453 п. 4			5802		
25	ГОСТ 19411 п. 4			5803	Маркировка	Наличие - отсутствие
26	ГОСТ 25227 п. 3			5804		
27	ГОСТ 30084 п.п. 2, 3			5805	Маркировка	Наличие - отсутствие
28	ГОСТ Р 51793			5806		
				5810	Маркировка	Наличие - отсутствие
				5811		
				5903	Маркировка	Наличие - отсутствие
				5906		
				6001	Маркировка	Наличие - отсутствие
				6002		
				6003	Маркировка	Наличие - отсутствие
				6004		

1	2	3	4	5	6	7
29	ГОСТ 16958	-мех искусственный -ткани ворсовые (для верхних изделий, воротников, отделки, подкладки, головных уборов, декоративного назначения, в том числе пледы); -полотна трикотажные Одежда и изделия швейные и трикотажные: -изделия верхние (жакеты, юбки, джемперы, куртки, жилеты, костюмы, брюки, блузки, платья, сарафаны, рейтузы, халаты, комбинезоны, шорты, комплекты, костюмы, брюки спортивные (кроме предназначенных для экипировки спортивных команд) и другие алогичные изделия; -изделия чулочно- носочные (колготки, получулки, гетры, носки,	13.91	6005	Маркировка	Наличие - отсутствие
30	ГОСТ ISO 1833-5			6006	Определение процентного содержания вискозного волокна	-
31	ГОСТ ISO 1833-10			6114		
				6117	Определение процентного содержания триацетатного волокна	-
				6215		
				6303		
				6304		
				6306		
				9404		
				4304		
32	ГОСТ ISO 1833-13		13.91		Определение процентного содержания поливинилхлоридных волокон	-
33	ГОСТ ISO 1833-16				Определение процентного содержания полипропиленовых волокон	-
34	ГОСТ ISO 1833-19				Определение процентного содержания целлюлозных и асбестовых волокон	-
35	ГОСТ Р ИСО 105-A05			6001	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: оценка результатов	балл, 1-5
				6002		
				6003		
				6004		
				6005		
36	ГОСТ Р ИСО 105-F10			6006	Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям: подготовка образцов	Соответствует - не соответствует
				6101		
				6102		
				6103		
				6104		
37	ГОСТ ИСО 105-E02			6105	Устойчивость окраски к воздействию морской воды	балл, 1-5
				6106		
38	ГОСТ 9733.27			6107	Устойчивость окраски к воздействию шампунирования	балл, 1-5
				6108		
39	ГОСТ 9176 п. 2			6109	Растяжимость швов	(0÷3,0) кН (0÷300) мм
				6110		
				6111		
				6112		
				6113		

1	2	3	4	5	6	7
40	ГОСТ 19616	легинсы, чулоты, чулки и другие аналогичные изделия); -изделия перчаточные (перчатки, варежки, рукавицы и другие аналогичные изделия); -изделия платочно-шарфовые (косынки, шарфы, платки); -одежда верхняя (пальто, полупальто, куртки, костюмы спортивные, плащи, комбинезоны, полукOMBинезоны и другие аналогичные изделия); -сорочки верхние; -изделия костюмные (костюмы, пиджаки, юбки, жакеты, жилеты, куртки типа пиджаков, брюки, шорты и другие аналогичные изделия); -изделия плательные (платья (включая халаты и сарафаны), блузки, юбки, жилеты, фартуки, брючные комплекты и другие аналогичные изделия); -одежда домашняя (халаты, костюмы и другие аналогичные изделия);		6114	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	$(10 \div 10^{14})$ Ом
41	ГОСТ 29104.20			6115	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	$(10 \div 10^{14})$ Ом
42	ГОСТ Р 50576 п. 5.6			6116		
43	ГОСТ 31509 п. 6.10			6117	Масса наполнителя	$(0 \div 10,0)$ кг
				6201	Кривизна эластичных бинтов	$(0 \div 1000)$ мм
				6202		
				6203		
				6204		
				6205		
				6206		
				6207		
				6208		
				6209		
				6210		
				6211		
				6212		
				6213		
				6214		
				6215		
				6216		
				6217		

1	2	3	4	5	6	7
		-изделия бельевые (белье нательное, постельное, полотенца, изделия купальные, носовые платки и другие аналогичные изделия); -изделия корсетные (бюстгальтеры, корсеты и другие аналогичные изделия); -изделия для новорожденных и детей до 1 года (распашонки, пеленки, простынки, чепчики, ползунки, кофточки, фартуки, рукавички, конверты и другие аналогичные изделия); -постельные принадлежности (одеяла, подушки и другие аналогичные изделия); -головные уборы (кепи, фуражки, шапки, шляпы, береты, тубетейки, панамы и другие аналогичные изделия) Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые и напольные, покрытия текстильные напольные)	13.93	9404 6504 6505 6506 5701 5702 5703 5705		

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия текстильно- галантерейные:		6117		
		-гардинно-тюлевые	13.96	6215		
		и кружевные изделия,	13.99	6303		
		полотно кружевное;	14.14	6304		
		-изделия штучные,	13.92			
		галстуки, накидки,				
		покрывала, шторы и				
		другие аналогичные				
		изделия				
		Войлок, фетр и нетканые	13.99	5602		
		материалы, в том числе	13.95			
		клеенки столовые	14.19			
		Одежда специальная	14.12	6101		
		форменная, санитарная и		6102		
		медицинская, в том числе		6103		
		головные уборы		6104		
		Одежда специальная и		6105		
		средства индивидуальной		6106		
		защиты		6110		
				6112		
				6113		
				6114		
				6116		
				6117		
				6201		
				6202		
				6203		
				6204		
				6205		
				6206		
				6210		
				6211		
				6215		

1	2	3	4	5	6	7
		Пряжа, нитки готовые	13.10	6216 6505 6506 5005 5106 5107 5108 5109 5110 5203 5204 5205 5206 5207 5401 5402 5403 5404 5405 5405 5701 5702 5703 5607		
		Изделия канатно-шпагатные	13.94			
		Изделия текстильные медицинского назначения:				
		-вата гигроскопическая и изделия ватно-марлевые;	13.99	5601		
		-марля, марлевые отрезы, салфетки, бинты;	21.20	5208		
44	ГОСТ 31509 п. 6.3	-изделия медицинские эластичные	14.31	6115	Изменение линейных размеров после стирки	-
45	ГОСТ 31509 п. 6.4				Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве	(0÷3,0) кН (0÷30) мин

1	2	3	4	5	6	7
46	ГОСТ 31509 п. 6.5	Кожа искусственная и синтетическая для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий	13.96.14	4115 5603 5903	Растяжимость	(0÷3,0) кН (0÷30) мин
47	ГОСТ 31509 п. 6.7				Остаточная деформация	(0÷3,0) кН (0÷30) мин
48	ГОСТ 25552 п. 5				Линейная плотность	-
49	ГОСТ 17317				Прочность связи пленочного покрытия с основой	(0÷500) Н
Обувь, изделия кожгалантерейные, в том числе заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков						
50	ГОСТ 126	Обувь: -сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновая, резинотекстильная, валяная, комбинированная, из текстильных, полимерных и других материалов	15.20 13.99	6401 6402 6403 6404 6405	Отбор проб	-
51	ГОСТ 5375				Отбор проб	-
52	ГОСТ 6410				Отбор проб	-
53	ГОСТ 9289				Отбор проб	-
54	ГОСТ 14037				Отбор проб	-
55	ГОСТ 1059				Отбор проб	-
56	ГОСТ Р 51293				Идентификация	Соответствие – не соответствие
57	ГОСТ 7296				Идентификация	Соответствие – не соответствие
58	ГОСТ Р 53917				Идентификация	Соответствие – не соответствие
59	ГОСТ ISO 17709				Климатические условия проведения испытаний	Соответствие – не соответствие
60	ГОСТ ISO 18454				Климатические условия проведения испытаний	Соответствие – не соответствие
61	ГОСТ 126 п. 4.9				Водонепроницаемость	Выдержал-не выдержал
62	ГОСТ 5375 п. 4.5				Водонепроницаемость	Выдержал-не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
63	ГОСТ 6410 п. 4.9				Водонепроницаемость	Выдержал- не выдержал
64	ГОСТ 9155 п. 3.5				Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом	(0÷3,0) кН
65	ГОСТ 6768				Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом	(0÷3,0) кН
66	ГОСТ 6410 п.п. 4.1-4.4				Толщина в зонах измерений	(0÷10) мм
67	ГОСТ 9155 п.п. 3.1, 3.2				Толщина в зонах измерений	(0÷10) мм
68	ГОСТ 14037 п. 4.2				Толщина в зонах измерений	(0÷10) мм
69	ГОСТ 1059 п. 2.6				Массовая доля свободной серной кислоты	-
70	ГОСТ 314 п. 2.6				Массовая доля свободной серной кислоты	-
71	ГОСТ 9718				Гибкость обуви	(0÷3,0) кН
72	ГОСТ 9292				Прочность крепления подош- вы	(0÷3,0) кН
73	ГОСТ 9134				Прочность крепления деталей низа	(0÷3,0) кН
74	ГОСТ 9136				Прочность крепления каблука	(0÷3,0) кН
75	ГОСТ 1059 п. 2.2				Масса пары обуви	(0÷10,0) кг
76	ГОСТ 28735				Масса полупары	(0÷500) г
77	РД 17-06-036-90				Высота каблука	(0÷500) мм (0÷125) мм
78	МУ 1353-76				Высота каблука	(0÷500) мм (0÷125) мм
79	МР № 66.13-5/161				Высота каблука	(0÷500) мм (0÷125) мм

1	2	3	4	5	6	7
80	ГОСТ Р 54592				Высота каблука	(0÷500) мм (0÷125) мм
81	ГОСТ 26165 п. 6.9				Наличие открытой и нефиксированной пяточной части в обуви	Наличие - отсутствие
82	ГОСТ 1135 п. 6.9				Наличие открытой и нефиксированной пяточной части в обуви	Наличие - отсутствие
83	ГОСТ 9135				Деформация подноски и задника	(0÷25) мм
84	ГОСТ 32075				Индекс токсичности; условия моделирования водных вытяжек	-
85	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.п. 3.5, 3.6				Индекс токсичности; условия моделирования водных вытяжек	-
86	МУ 1.1.037				Отбор образцов (проб)	-
87	ГОСТ 28631 раздел 6	Изделия кожгалантерейные (сумки, рюкзаки, саквояжи, папки, чемоданы, портфели, ранцы, портпледы, футляры и другие аналогичные изделия; ремни поясные, для часов, перчатки, рукавицы и другие изделия мелкой кожгалантереи	15.12 14.19 15.19	5201 4202 4203 4205	Отбор образцов (проб)	-
88	ГОСТ 28754 раздел 3				Отбор образцов (проб)	-
89	ГОСТ 28846 раздел 3				Отбор образцов (проб)	-
90	ГОСТ 25871				Идентификация	Соответствие - не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
Одежда и изделия из кожи и меха, в том числе заявленная изготовителем как предназначенная для детей и подростков; кожа; шкурки меховые выделанные						
91	ГОСТ 938.0	Шкурки меховые выделанные крашенные и некрашенные	14.20	4302	Отбор образцов (проб)	-
92	ГОСТ 23948				Отбор образцов (проб)	-
93	ГОСТ 18321				Отбор образцов (проб)	-
94	ГОСТ 17316 п. 1				Отбор образцов (проб)	-
95	ГОСТ 19878 п. 3	Одежда и изделия меховые (пальто, куртки, полупальто, костюмы, жилеты, головные уборы, манжеты, отделки, уборы, воротники, перчатки, рукавицы, чулки, носки, накидки, спальные мешки, покрывала и другие аналогичные изделия)	14.19	4203 29	Маркировка	Наличие - отсутствие
96	ГОСТ 10581 п. 1		15.20	4303		
97	ГОСТ 1023 п. 1		14.13	6506		
98	ГОСТ Р 51293		13.92			
99	ГОСТ Р ИСО 11641	Одежда и головные уборы из кожи Кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная, для перчаток и рукавиц, для обивки мебели и другие виды	14.19	4203	Устойчивость окраски кожи к поту Устойчивость покрытий кожи к мокрому трению	Наличие - отсутствие
			13.92	6506		
			15.11	4101		
				4102		
				4103		
				4104		
				4105		
				4106		
				4107		
				4112		
				4113		
				1414		
100	ГОСТ 13869					Выдержал-не выдержал

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
117	ГОСТ 12.4.010 п.п. 1.1, 1.2, 2.2	сигнальная повышенной видимости			наличие необходимых защитных конструктивных элементов	Наличие - отсутствие
118	ГОСТ 27651 п.п. 1.1, 1.3				наличие необходимых защитных конструктивных элементов	Наличие - отсутствие
119	ГОСТ 12.4.252 п. 8.6				наличие необходимых защитных конструктивных элементов	Наличие - отсутствие
120	ГОСТ 28735				Масса	(0÷10,0) кг
121	ГОСТ 12.4.141 п. 4.1				Сопротивление порезу	(0÷3,0) кН
122	ГОСТ 12.4.183 приложение 2				Стойкость к проколу	(0÷3,0) кН
123	ГОСТ Р 12.4.260 (ИСО 13996:1999) п. 4				Сопротивление проколу	(0÷3,0) кН
124	ГОСТ EN 388 п. 6.4				Прочность на прокол	(0÷3,0) кН
125	ГОСТ 30303 (ИСО 1421-77)				Раздирающая нагрузка	(0÷3,0) кН
126	ГОСТ EN 388 п. 6.3				Усилие раздира	(0÷3,0) кН
127	ГОСТ 6768				Прочность связи между слоя- ми	(0÷500) Н
128	ГОСТ 12.4.252 п. 8.3				Водонепроницаемость	Выдержал- не выдержал
129	ГОСТ 12.4.063				Щелочепроницаемость, кислотопроницаемость	(0÷14) ед.
130	ГОСТ Р 50714 п. 7.12				Стойкость покрытия к кислоте	Выдержал- не выдержал
131	ГОСТ 12.4.220				Стойкость материалов и швов к действию агрессивных сред	(0÷3,0) кН
132	ГОСТ EN 340 п. 8				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
133	ГОСТ EN 388 п. 8				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
134	ГОСТ EN 511 п. 7				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
135	ГОСТ Р 12.4.236 п. 7				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
136	ГОСТ Р 12.4.288 п. 7				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
137	ГОСТ 12.4.251 п. 5.5				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
138	ГОСТ 12.4.252 п. 9.3				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
139	ГОСТ 12.4.131 п. 5				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
140	ГОСТ 12.4.132 п. 5				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
141	ГОСТ 12.4.029 п. 5				Информация для потребителя, указания по эксплуатации	Соответствие – не соответствие
Бумага и изделия из бумаги						
142	ГОСТ Р 52354	Бумага писчая, для печати для тетрадей ученических и прочая	17.12	4801	Отбор образцов (проб)	-
143	ГОСТ Р ИСО 3039		17.23	4802 4810	Масса составляющих слоев после разделения	(0÷1000) мм (0÷220) г
144	ГОСТ Р 54542 п. 9.6	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения, посуда	17.22.12	4803	Внешний вид	Соответствует – не соответствует
145	ГОСТ Р 54915 п. 9.6		17.22.11	4818	Внешний вид	Соответствует – не соответствует
146	ГОСТ Р 54543 п.п. 9.1-9.7		17.22.13	4823		
147	ГОСТ 9094 п.п. 3.6, 3.7				Внешний вид, косина листа, косина изделия, параметры и виды линовок, полей	(0÷300) мм (0÷15) мм
148	ГОСТ 18510 п. 3.3				Внешний вид, размеры, косина	(0÷1000) мм
				Размеры, косина	(0÷1000) мм	

1	2	3	4	5	6	7
149	ГОСТ 12063 п.п. 3.1-3.7				Внешний вид, косина листа, косина изделия, параметры и виды линовок, полей	(0÷300) мм (0÷15) мм
150	ГОСТ 13309 п.п. 3.1-3.6				Внешний вид, косина листа, косина изделия, параметры и виды линовок, полей	(0÷300) мм (0÷15) мм
Химическая чистка и услуги прачечных						
151	ГОСТ Р 51108 п.п. 9.5, 9.6	Химическая чистка -одежды и изделий швейных и трикотажных (в том числе одежды специальной); -изделий из меха искусственного и натурального, из велюра, овчины, натуральной кожи и замши, винилискожи и замшевой винилискожи; -одеял, гобеленов, изделий гардинно-тюлевых, головных уборов, предметов галантереи; -ковров и аналогичных изделий -одежды и изделий перо- пуховых Водная обработка: -одежды и изделий швейных и трикотажных для детей новорожденных, ясельной и дошкольной группы; -игрушек мягких; -ковров и ковровых изделий Услуги прачечных	-	-	Моющая способность	(190÷1100) нм
152	ГОСТ Р 52058 п. 9.3				Эффективность отстирывания	(190÷1100) нм
153	ГОСТ Р 51108 п.п. 9.3, 9.4				Уменьшение массы изделий перо-пуховых	(0÷10,0) кг
154	ГОСТ Р 51108 п. 9.11				Устойчивость окраски к органическим растворителям	балл, 1-5
155	ГОСТ Р 52058 п. 9.6				Устойчивость окраски к стирке, шампунированию	балл, 1-5
156	ГОСТ Р 52058 п. 9.4				Эффективность отполоскания	(0÷14) ед.
157	СТ СЭВ 4920-84				Эффективность отполоскания	(0÷14) ед.
158	ГОСТ Р 51108 п.п. 9.5, 9.6				Ресорбция загрязнений	балл, 1-5

1	2	3	4	5	6	7
Игрушки						
159	ГОСТ 18321	Игрушки	32.40	3407 9503 9505	Отбор образцов (проб)	-
160	ГОСТ Р 51557 п. 7				Маркировка, инструкции, указания по эксплуатации	Наличие - отсутствие
161	ГОСТ 25779 п. 3.1				Используемые материалы	Соответствие - не соответствие
162	ГОСТ 25779 п.п. 3.3, 3.4				Размеры гранул, наполнителей погремушек	Соответствие - не соответствие
163	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.10				Упаковка: толщина полимер- ных пленок	(0÷10) мм
164	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.1				Климатические условия кон- диционирования и проведения испытаний	(21±5) °C (65±10) %
165	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п.п. 5.2-5.6, 5.21, 5.24.6				Определение формы и разме- ров игрушек, их деталей, наполнителей, гранул	Выдержал- не выдержал
166	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п.п. 5.7, 5.8, 5.24.2				Испытания остроты кромок; испытания острых концов, отверстий, зазоры; определение доступности де- талей, компонентов, острых кромки, механизмов; испытания прочности корпуса	Выдержал- не выдержал
167	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.9				Испытания острых концов игрушек, проволок, проводов	Выдержал- не выдержал
168	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.24.8				Испытания проволок и прово- дов на сгибание	Выдержал- не выдержал
169	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.22				Испытания складных и раз- движных устройств	Выдержал- не выдержал
170	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 4.25				Испытания игрушек, предна- значенных для контакта со ртом	Выдержал- не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
171	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п.п. 5.11.1, 5.11.2				Испытания шнуров, резинок, веревок: в игрушках, предназначенных для детей в возрасте до 18 месяцев, для подвешивания в кроватках, манежах; в игрушках, предназначенных для того, чтобы их тянули за собой; в летающих игрушках	Выдержал- не выдержал
172	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.13				Испытания закрывающихся устройств и крышек	Выдержал- не выдержал
173	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п.п. 5.12, 5.16, 5.17, 5.24.3, 5.24.4, 5.26				Испытания устойчивости игрушек: для катания и сидения; стоящих на полу	Выдержал- не выдержал
174	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 4.15				Испытания игрушек со снарядами, кинетическую энергию которым сообщает ребенок или сама игрушка	-
175	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.14				Испытания на удар игрушек, имитирующих защитные средства	Выдержал- не выдержал
176	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 4.19				Испытания игрушек для использования на воде	(0÷150) мм
177	ГОСТ Р ИСО 8124-1 п. 5.25				Испытания озвученных игрушек	(20÷130) дБ (0÷1000) мм

1	2	3	4	5	6	7
178	ГОСТ 12.4.281 разд. 9, 10	Одежда специальная и средства индивидуальной защиты: одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений (в том числе от нетоксичной пыли) и механических воздействий (от истирания, от проколов, порезов, от возможного захвата движущимися частями механизмов); одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воды (водонепроницаемая, водоупорная); одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от химических факторов (от растворов кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов); одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; одежда специальная сигнальная повышенной видимости	14.12	6101 6102 6103 6104 6113 6116 6201 6202 6203 6204 6210 6211 6216 6506	Маркировка	Наличие - отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков	14.14 14.19 14.39 14.13 14.31 13.92 13.20 13.95 14.20	4203 4303 4304 00 6101–6112 6114–6116 6117 10 6201–6214 6302–6304 6504 6505 6506 6506 99 9404 9619 00		
		Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической (сапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты и другие виды) резиновая, резинотекстильная, валяная, из юфти, хромовых кож, текстильных, синтетических, искусственных материалов и комбинированная	15.20	6401 6402 6403 6404 6405		

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия кожгалантерейные (портфели, ранцы ученические, рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста, перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи), заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков	15.12 14.19	4201 4202 4205		
		Материалы текстильные: бельевые, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые, полотна трикотажные	13.20 13.95 13.91 13.96 14.14 14.19 13.92 13.99 14.20	5007 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5810 5811 5903 5906 6001 6002 6003 6004 6005 6006 4304		

1	2	3	4	5	6	7
		Одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия	14.14	6101		
		верхние, чулочно-	14.19	6102		
		носочные, перчаточные,	14.39	6103		
		платочно-шарфовые;	14.13	6104		
		одежда верхняя, сорочки	14.31	6105		
		верхние, изделия костюм-	13.92	6106		
		ные, плательные; одежда	13.20	6107		
		домашняя, изделия белье-	13.95	6108		
		вые, корсетные; постель-	14.20	6109		
		ные принадлежности; го-		6110		
		ловные уборы		6111		
				6112		
				6113		
				6114		
				6115		
				6116		
				6117		
				6201		
				6202		
				6203		
				6204		
				6205		
				6206		
				6207		
				6208		
				6209		
				6210		
				6211		
				6212		
				6213		
				6214		
				6215		
				6216		
				6217		
				6303		
				6304		
				6504		
				6505		
				6506		

1	2	3	4	5	6	7
		Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	13.93	5701 5702 5703 5705		
		Изделия текстильно-галантерейные: гардинно-тюлевые изделия, полотно кружевное и кружевные изделия; изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия	13.96 13.99 14.14 13.92	6117 6215 6303 6304		
		Войлок, фетр и нетканые материалы	13.99 13.95 14.19	5602		
		Изделия перопуховые для детей и взрослых	13.92	9404		
		Одежда специальная и средства индивидуальной защиты	14.12	6101 6102 6103 6104 6113 6116 6201 6202 6203 6204 6210 6211 6216 6506		

1	2	3	4	5	6	7
		Одежда специальная санитарная и медицинская; одежда форменная, в том числе головные уборы	14.12	6201 6202 6203 6204 6205 6206 6210 6211 6506		
		Изделия текстильные отделочные; пряжа, нитки готовые	13.10	5005 5106 5107 5108 5109 5110 5203 5204 5205 5206 5207 5306 5307 5308 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5508 5509 5510 5511 5701 5702 5703		

		Изделия канатно-шпагатные	13.94	5607		
		Изделия текстильные медицинского назначения; изделия медицинские эластичные	13.99	5601		
			21.20	5208		
			14.31	6115		
		Шкурки меховые выделанные крашенные и некрашенные	14.20	4302		
		Одежда и изделия меховые	14.19	4203 29		
			15.20	4303		
			14.13	6506		
			13.92			
		Одежда и головные уборы из кожи	14.19	4203		
			13.92	6506		
		Изделия кожгалантерейные	14.19	4202		
			15.12	4203		
		Кожа для одежды и головных уборов, для мебели	15.11	4203		
				6506		
				4101		
				4102		
				4103		
				4104		
				4105		
				4106		
				4107		
				4108		
				4109		
				4110		
				4111		
				4112		
				4113		
				4114		
		Кожа искусственная и синтетическая	13.96	4115		
				5900		

Низковольтное оборудование						
179	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения	27.51	8509 80 000 0	Общие требования	-
180	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.5				Общие условия испытаний	-
181	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
182	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.7				Маркировка	наличие / отсутствие
183	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
184	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.9				Пуск электромеханических приборов	Выдержал – не выдержал
185	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
186	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.11				Нагрев	(0 - 800) °C
187	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
188	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.15				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
189	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
190	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0-800) °C
191	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.19				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
192	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
193	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
194	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.22				Конструкция	Соответствие – не соответствие
195	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
196	ГОСТ ИЕС 60335-1, p.24				Компоненты	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
197	ГОСТ IEC 60335-1, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
198	ГОСТ IEC 60335-1, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
199	ГОСТ IEC 60335-1, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
200	ГОСТ IEC 60335-1, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
201	ГОСТ IEC 60335-1, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
202	ГОСТ IEC 60335-1, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
203	ГОСТ Р 52161.1, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения	27.51	8509 80 000 0	Общие требования	-
204	ГОСТ Р 52161.1, p.5				Общие условия испытаний	-
205	ГОСТ Р 52161.1, p.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
206	ГОСТ Р 52161.1, p.7				Маркировка	наличие / отсутствие
207	ГОСТ Р 52161.1, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
208	ГОСТ Р 52161.1, p.9				Пуск электромеханических приборов	
209	ГОСТ Р 52161.1, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
210	ГОСТ Р 52161.1, p.11				Нагрев	(0 - 800) °С
211	ГОСТ Р 52161.1, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
212	ГОСТ Р 52161.1, p.15				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
213	ГОСТ Р 52161.1, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
214	ГОСТ Р 52161.1, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0-800) °C
215	ГОСТ Р 52161.1, p.19				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
216	ГОСТ Р 52161.1, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
217	ГОСТ Р 52161.1, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
218	ГОСТ Р 52161.1, p.22				Конструкция	Соответствие – не соответствие
219	ГОСТ Р 52161.1, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
220	ГОСТ Р 52161.1, p.24				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
221	ГОСТ Р 52161.1, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
222	ГОСТ Р 52161.1, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
223	ГОСТ Р 52161.1, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
224	ГОСТ Р 52161.1, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
225	ГОСТ Р 52161.1, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
226	ГОСТ Р 52161.1, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
227	ГОСТ 27570.0, p.3	Приборы бытового и аналогичного применения	27.51	8509 80 000 0	Общие требования	-
228	ГОСТ 27570.0, p.4				Общие условия испытаний	-
229	ГОСТ 27570.0, p.5				Номинальные величины	-
230	ГОСТ 27570.0, p.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
231	ГОСТ 27570.0, p.7				Маркировка	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
232	ГОСТ 27570.0, p.8				Защита от поражения электрическим током	наличие / отсутствие
233	ГОСТ 27570.0, p.9				Пуск приборов с электроприводом	Выдержал – не выдержал
234	ГОСТ 27570.0, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
235	ГОСТ 27570.0, p.11				Нагрев	(0 - 800) °С
236	ГОСТ 27570.0, p.12				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	Выдержал – не выдержал
237	ГОСТ 27570.0, p.13				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
238	ГОСТ 27570.0, p.15				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
239	ГОСТ 27570.0, p.16				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
240	ГОСТ 27570.0, p.17				Защита от перегрузки	(0-800) °С
241	ГОСТ 27570.0, p.18				Износостойкость	Выдержал – не выдержал
242	ГОСТ 27570.0, p.19				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
243	ГОСТ 27570.0, p.20				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не выдержал
244	ГОСТ 27570.0, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
245	ГОСТ 27570.0, p.22				Конструкция	Соответствие – не соответствие
246	ГОСТ 27570.0, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
247	ГОСТ 27570.0, p.24				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
248	ГОСТ 27570.0, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
249	ГОСТ 27570.0, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
250	ГОСТ 27570.0, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
251	ГОСТ 27570.0, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
252	ГОСТ 27570.0, p.29				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	(0,015-6,0) мм
253	ГОСТ 27570.0, p.30				Теплостойкость и огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
254	ГОСТ 30345.0, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения	27.51	8509 80 000 0	Общие требования	-
255	ГОСТ 30345.0, p.5				Общие условия испытаний	-
256	ГОСТ 30345.0, p.7				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
257	ГОСТ 30345.0.0, p.8				Маркировка	наличие / отсутствие
258	ГОСТ 30345.0, p.9				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
259	ГОСТ 30345.0, p.10				Пуск электромеханических приборов	Выдержал – не выдержал
260	ГОСТ 30345.0, p.11				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
261	ГОСТ 30345.0, p.12				Нагрев	(0 - 800) °C
262	ГОСТ 30345.0, p.14				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
263	ГОСТ 30345.0, p.16				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
264	ГОСТ 30345.0, p.17				Токи утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
265	ГОСТ 30345.0, p.18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0-800) °C

1	2	3	4	5	6	7
266	ГОСТ 30345.0, p.19				Износостойкость	Выдержал – не выдержал
267	ГОСТ 30345.0, p.20				Аномальный режим работа	Выдержал – не выдержал
268	ГОСТ 30345.0, p.21				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не выдержал
269	ГОСТ 30345.0, p.22				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
270	ГОСТ 30345.0, p.23				Конструкция	Соответствие – не соответствие
271	ГОСТ 30345.0, p.24				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
272	ГОСТ 30345.0, p.25				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
273	ГОСТ 30345.0, p.26				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
274	ГОСТ 30345.0, p.27				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
275	ГОСТ 30345.0, p.28				Заземление	Соответствие – не соответствие
276	ГОСТ 30345.0, p.29				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
277	ГОСТ 30345.0, p.30				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через изоляцию	(0,015-6,0) мм
278	ГОСТ 30345.0, p.31				Теплостойкость и огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
279	ГОСТ IEC 60335-2-6, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.10, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.3, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102, п. 7.103	Бытовые и аналогичные электрические приборы: стационарные кухонные плиты, конфорочные	27.51.28.110 27.51.28.130 27.51.24.190	8516 60 101 0 8516 60 109 0	Маркировка	наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
280	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р. 8, п. 8.1.2, п. 8.1.3	панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы		8516 60 500 0 8516 60 800 0 8516 60 900 0 8516 79 700 0 8516 60 700 0 8516 72 000 0 8516 79 200 0	Защита от контакта с частями находящимися под напряжени- ем	наличие / отсутствие
281	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р. 10, п. 10.1, п. 10.2				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
282	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.11, п. 11.1 – 11.4, п. 11.6, п. 11.7, п. 11.7.101-11.7.107, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
283	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р. 13, п. 13.1, п. 13.2, п. 13.3				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
284	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.15, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
285	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.16, п. 16.1, п. 16.2, п. 16.3				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
286	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р. 19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.11.2, п. 19.11.4, п. 19.13				Ненормальный режим работы	Выдержал – не вы- держал
287	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.20, п. 20.101, п. 20.102				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
288	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.21, п. 21.1, п. 21.101, п. 21.102, п. 21.103, п. 21.104				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
289	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.22, п. 22.7, п. 22. 40, п. 22. 51, п. 22.101- п. 22.137				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
290	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.23, п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
291	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.24, п. 24.1.3, п. 24.1.4, п. 24.101, п. 24.102				Компоненты	Соответствие – не со- ответствие
292	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.25, п. 25.3, п. 25.14				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не со- ответствие
293	ГОСТ МЭК 60335-2-6, р.26				Зажимы для внешних провод- ников	Выдержал – не вы- держал

1	2	3	4	5	6	7
294	ГОСТ МЭК 60335-2-6, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
295	ГОСТ МЭК 60335-2-6, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
296	ГОСТ МЭК 60335-2-6, p.29, п. 29.2, п. 29.3				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
297	ГОСТ МЭК 60335-2-6, p.30, п. 30.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
298	СТБ ІЕС 60335-2-9					
299	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.14, п. 7.15				Маркировка	наличие / отсутствие
300	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.8, п. 8.1.1				Защита от контакта с частями находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
301	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.10, п. 10.1, п. 10.2				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
302	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.11, п. 11.1, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8, п. 11.101				Нагрев	(0 - 800) °C
303	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.13, п. 13.1 – п. 13.3				Ток утечки и электрическая	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
304	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.15, п. 15.1 – п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
305	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.16, п. 16.1 – п. 16.3				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
306	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.19, п. 19.1, п. 19.4, п. 19.8, п. 19.10, п. 19.13, п. 19.101-19.106				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
307	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.20, п. 20.101				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не выдержал
308	СТБ ІЕС 60335-2-9, p.21, п. 21.1, п. 21.101				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
309	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.22, п. 22.24, п. 22.101-22.113				Конструкция	Соответствие – не соответствие
310	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.23, п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
311	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.24, п. 24.1.3-24.1.5, п. 24.101, п.24.102				Компоненты	Соответствие – не соответствие
312	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.25, п. 25.1, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
313	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
314	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.27, п. 27.1				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
315	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
316	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.29, п. 29.2, п. 29.3				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
317	СТБ ІЕС 60335-2-9, р.30, п. 30.1, п. 30.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
318	СТБ ІЕС 60335-2-12, р.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
319	СТБ ІЕС 60335-2-12, р.8				Защита от контакта с частями находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
320	СТБ ІЕС 60335-2-12, р.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
321	СТБ ІЕС 60335-2-12, р.11, п. 11.2, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
322	СТБ ІЕС 60335-2-12, р.13, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
323	СТБ ІЕС 60335-2-12, р.15, п. 15.2, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
324	СТБ ІЕС 60335-2-12, р.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
325	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.19, п. 19.1, п. 19.101				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
326	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.20				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не выдержал
327	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.21, п. 21.101				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
328	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.22, п. 22.101				Конструкция	Соответствие – не соответствие
329	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
330	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.24, п. 24.1.5				Компоненты	Соответствие – не соответствие
331	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.25, п. 25.1, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
332	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
333	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
334	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
335	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.29				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
336	СТБ ИЕС 60335-2-12, p.30, п. 30.2.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
337	ГОСТ ИЕС 60335-2-13					
338	ГОСТ ИЕС 60335-2-13, p.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
339	ГОСТ ИЕС 60335-2-13, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
340	ГОСТ ИЕС 60335-2-13, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
341	ГОСТ ИЕС 60335-2-13, p.11, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C

1	2	3	4	5	6	7
342	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
343	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.15, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
344	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
345	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.19 п. 19.1-19.3, п. 19.13, п. 19.101, п. 19.102				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
346	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.20				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не выдержал
347	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
348	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.22, п. 22.35				Конструкция	Соответствие – не соответствие
349	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
350	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.24, п. 24.1.5, п. 24.101				Компоненты	Соответствие – не соответствие
351	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.25, п. 25.1, п. 25.7, п. 25.14				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
352	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
353	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
354	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
355	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.29, п. 29				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
356	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.30, п. 30.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
357	СТБ МЭК 60335-2-13					

1	2	3	4	5	6	7
358	СТБ МЭК 60335-2-13, p.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
359	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.8				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжени- ем	наличие / отсутствие
360	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
361	СТБ МЭК 60335-2-13, p.11, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
362	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
363	СТБ МЭК 60335-2-13, p.15, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
364	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
365	СТБ МЭК 60335-2-13, p.19, п. 19.1-19.3, п. 19.13, п. 19.101, п. 19.102				Ненормальный режим работы	Выдержал – не вы- держал
366	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.20				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не вы- держал
367	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
368	СТБ МЭК 60335-2-13, p.22, п. 22.35				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
369	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
370	СТБ МЭК 60335-2-13, p.24, п. 24.1.5, п. 24.101				Компоненты	Соответствие – не со- ответствие
371	СТБ МЭК 60335-2-13, p.25, п. 25.1, п. 25.7, п. 25.14				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не со- ответствие
372	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.26				Зажимы для внешних провод- ников	Выдержал – не вы- держал
373	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не со- ответствие

1	2	3	4	5	6	7
374	ГОСТ IEC 60335-2-13, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
375	СТБ МЭК 60335-2-13, p.29, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
376	СТБ МЭК 60335-2-13, p.30, п. 30.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
377	СТБ МЭК 60335-2-15					
378	СТБ МЭК 60335-2-15, p.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
379	СТБ МЭК 60335-2-15, p.8, п. 8.1.2				Защита от контакта с частями находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
380	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
381	СТБ МЭК 60335-2-15, p.11, п. 11.2, п. 11.4-11.7, п. 11.7.101-11.7.105				Нагрев	(0 - 800) °C
382	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
383	СТБ МЭК 60335-2-15, p.15 п. 15.2, п. 15.101, п. 15.102				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
384	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
385	СТБ МЭК 60335-2-15, p.19 п. 19.1-19.4, п. 19.7, п. 19.13, п. 19.101-19.103				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
386	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.20				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не выдержал
387	СТБ МЭК 60335-2-15, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
388	СТБ МЭК 60335-2-15, p.22 п. 22.6, п. 22.7, п. 22.101-22.110				Конструкция	Соответствие – не соответствие
389	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
390	СТБ МЭК 60335-2-15, p.24, п. 24.1.3-24.1.5, п. 24.4, п. 24.101				Компоненты	Соответствие – не соответствие
391	СТБ МЭК 60335-2-15, p.25, п. 25.1, п. 25.5, п. 25.7, п. 25.8, п. 25.101				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
392	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
393	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
394	ГОСТ IEC 60335-2-15, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
395	СТБ МЭК 60335-2-15, p.29, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
396	СТБ МЭК 60335-2-15, p.30, п. 30.1, п. 30.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
397	СТБ МЭК 60335-2-78					
398	СТБ МЭК 60335-2-78, p.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
399	ГОСТ IEC 60335-2-78, p.8				Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
400	ГОСТ IEC 60335-2-78, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
401	СТБ МЭК 60335-2-78, p.11, п. 11.2, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C
402	ГОСТ IEC 60335-2-78, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
403	СТБ МЭК 60335-2-78, p.15, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
404	ГОСТ IEC 60335-2-78, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
405	СТБ МЭК 60335-2-78, p.19, п. 19.2				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
406	ГОСТ ИЕС 60335-2-78, p.20				Устойчивость и механическая опасность	Выдержал – не выдержал
407	СТБ МЭК 60335-2-78, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
408	СТБ МЭК 60335-2-78, p.22, п. 22.101, п. 22.102				Конструкция	Соответствие – не соответствие
409	ГОСТ ИЕС 60335-2-78, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
410	ГОСТ ИЕС 60335-2-78, p.24				Компоненты	Соответствие – не соответствие
411	СТБ МЭК 60335-2-78, p.25, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
412	ГОСТ ИЕС 60335-2-78, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
413	ГОСТ ИЕС 60335-2-78, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
414	ГОСТ ИЕС 60335-2-78, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
415	СТБ МЭК 60335-2-78, p.29, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
416	СТБ МЭК 60335-2-78, p.30, п. 30.2.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
417	СТБ ИЕС 60335-2-14, p.7, п. 7.1, п. 7.12	Приборы бытового и аналогичного применения: миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны) соковыжималки, зернодробилки и	28.93.17.110	8509 40 000 0	Маркировка	наличие / отсутствие
418	СТБ ИЕС 60335-2-14, p.8		27.51.21.120	8509 80 000 0	Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
419	СТБ ИЕС 60335-2-14, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
420	СТБ ИЕС 60335-2-14, p.11, п. 11.7, п. 11.7.101-11.7.117, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C

1	2	3	4	5	6	7
421	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.13	аналогичные приборы			Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
422	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.15, п. 15.2, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
423	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
424	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.19, п. 19.1, п. 19.7, п. 19.10, п. 19.101, п. 19.102				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
425	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.20, п. 20.1, п. 20.101-20.119				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
426	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
427	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.22, п. 22.40, п. 22.101-22.103				Конструкция	Соответствие – не соответствие
428	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
429	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.24, п. 24.1.3				Компоненты	Соответствие – не соответствие
430	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.25, п. 25.1, п. 25.5, п. 25.7, п. 25.14, п. 24.22				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
431	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
432	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
433	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
434	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.29, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
435	СТБ ІЕС 60335-2-14, p.30, п. 30.1, п. 30.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
436	ГОСТ ІЕС 60335-2-14					

1	2	3	4	5	6	7
437	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
438	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
439	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.11, п. 11.7, п. 11.7.101-11.7.117, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
440	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
441	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.15, п. 15.2, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
442	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
443	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.19, п. 19.1, п. 19.7, п. 19.10, п. 19.101, п. 19.102				Ненормальный режим работы	Выдержал – не вы- держал
444	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.20, п. 20.1, п. 20.101-20.119				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
445	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
446	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.22, п. 22.40, п. 22.101-22.103				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
447	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
448	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.24, п. 24.1.3				Компоненты	Соответствие – не со- ответствие
449	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.25, п. 25.1, п. 25.5, п. 25.7, п. 25.14, п. 24.22				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не со- ответствие
450	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.26				Зажимы для внешних провод- ников	Выдержал – не вы- держал
451	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не со- ответствие
452	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не со- ответствие

1	2	3	4	5	6	7
453	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, p.29, п. 29.2	Приборы бытового и аналогичного применения: воздухоочистители для кухонь	27.51.21.119	8414 60 000	Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
454	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, p.30, п. 30.1, п. 30.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
455	ГОСТ МЭК 60335-2-31				Маркировка	наличие / отсутствие
456	ГОСТ МЭК 60335-2-31, p.7 п. 7.1, п. 7.12, п. 7.12.1				Защита от контакта с частями находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
457	ГОСТ МЭК 60335-2-31, p.8, п. 8.2				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
458	ГОСТ ИЕС 60335-2-31, p.10				Нагрев	(0 - 800) °C
459	ГОСТ МЭК 60335-2-31, p.11, п. 11.2, п. 11.7, п. 11.8				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
460	ГОСТ ИЕС 60335-2-31, p.13				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
461	ГОСТ МЭК 60335-2-31, p.15, п. 15.1.1, п. 15.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
462	ГОСТ ИЕС 60335-2-31, p.16				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
463	ГОСТ МЭК 60335-2-31, p.19 п. 19.1, п. 19.13, п. 19.101				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
464	ГОСТ ИЕС 60335-2-31, p.20				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
465	ГОСТ ИЕС 60335-2-31, p.21				Конструкция	Соответствие – не соответствие
466	ГОСТ МЭК 60335-2-31, п. 22.8, п. 22.101, п. 22.102				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
467	ГОСТ ИЕС 60335-2-31, p.23				Компоненты	Соответствие – не соответствие
468	ГОСТ ИЕС 60335-2-31, p.24					

1	2	3	4	5	6	7
469	ГОСТ IEC 60335-2-31, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
470	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
471	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
472	ГОСТ IEC 60335-2-14, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
473	ГОСТ МЭК 60335-2-31, p.29, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
474	ГОСТ МЭК 60335-2-31, p.30 п. 30.1, п. 30.2.2, п. 30.101				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
475	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.10, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.14, п. 7.15	Приборы бытового и аналогичного применения: аккумуляторные комнатные обогреватели	27.51.26.110 27.51	8516 21 000 0	Маркировка	наличие / отсутствие
476	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.8	кухонь			Защита от контакта с частями находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
477	ГОСТ IEC 60335-2-61, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
478	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.11, п. 11.2				Нагрев	(0 - 800) °C
479	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.13, п. 13.1				Ток утечки и электрическая	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
480	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.15, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
481	ГОСТ IEC 60335-2-61, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
482	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.19, п. 19.1, п. 19.3, п. 19.3.101-19.3.104, п. 19.13, п. 19.101, п. 19.102				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
483	ГОСТ IEC 60335-2-61, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
484	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.21, п. 21.101-21.104				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
485	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.22, п. 22.17, п. 22.101-22.107				Конструкция	Соответствие – не соответствие
486	ГОСТ IEC 60335-2-61, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
487	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.24, п. 24.101				Компоненты	Соответствие – не соответствие
488	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p. 25, п. 25.1, п. 25.3				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
489	ГОСТ IEC 60335-2-61, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал
490	ГОСТ IEC 60335-2-61, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
491	ГОСТ IEC 60335-2-61, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
492	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.29				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
493	ГОСТ МЭК 60335-2-61, p.30, п. 30.2.2	Приборы бытового и аналогичного применения: комнатные обогреватели	27.51.26.110 27.51	8516 29 8516 29 500 0 8516 29 910 0 8516 29 990 0 8516 80	Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
494	ГОСТ МЭК 60335-2-30, p.7, п. 7.1, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.14, п. 7.15				Маркировка	наличие / отсутствие
495	ГОСТ МЭК 60335-2-30, p.8 п. 8.1, п. 8.1.1, п. 8.1.3, п. 8.2				Защита от контакта с частями находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
496	ГОСТ IEC 60335-2-30, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
497	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 11.2-11.4, п. 11.6-11.8				Нагрев	(0 - 800) °C

1	2	3	4	5	6	7
498	ГОСТ МЭК 60335-2-30, p.13				Ток утечки и электрическая	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
499	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
500	ГОСТ IEC 60335-2-30, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
501	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 19.1, п. 19.13, п. 19.101-19.115				Ненормальный режим работы	Выдержал – не вы- держал
502	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 20.1				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
503	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 21.101-21.103				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
504	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 22.7, п. 22.17, п. 22.24, п. 22.39, п. 22.101-22.110				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
505	ГОСТ IEC 60335-2-30, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
506	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 24.1.3, п. 24.1.4, п. 24.101				Компоненты	Соответствие – не со- ответствие
507	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не со- ответствие
508	ГОСТ IEC 60335-2-30, p.26				Зажимы для внешних провод- ников	Выдержал – не вы- держал
509	ГОСТ IEC 60335-2-30, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не со- ответствие
510	ГОСТ IEC 60335-2-30, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не со- ответствие
511	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплош- ная изоляция	(0,015-6,0) мм
512	ГОСТ МЭК 60335-2-30, п. 30.1, п. 30.2.1, п. 30.2.2, п. 30.101				Теплостойкость и огнестой- кость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдер- жал
513	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.7, п. 7.1, п. 7.12, п. 7.12.1	Приборы бытового и	27.51.21.119	8414 51 000 9	Маркировка	наличие / отсутствие
		аналогичного применения: вентиляторы, машины и	28.30.83	8436 10 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
514	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.8, п. 8.1.1, п. 8.2	оборудование для пригото- вления кормов			Защита от контакта с частями находящимися под напряжени- ем	наличие / отсутствие
515	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.10, п. 10.1, п. 10.2				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
516	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.11, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
517	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.13				Ток утечки и электрическая	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
518	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.15, п. 15.1.1				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
519	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
520	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.19, п. 19.1, п. 19.7, п. 19.9, п. 19.101				Ненормальный режим работы	Выдержал – не вы- держал
521	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.20, п. 20.1, п. 20.101				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
522	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.21, п. 21.1, п. 21.101, 21.102				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
523	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.22, п. 22.1, п. 22.11, п. 22.101				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
524	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.23, п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
525	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.24, п. 24.2, п. 24.101				Компоненты	Соответствие – не со- ответствие
526	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.25, п. 25.5				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не со- ответствие
527	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.26				Зажимы для внешних провод- ников	Выдержал – не вы- держал
528	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.27				Средства для заземления	Соответствие – не со- ответствие
529	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не со- ответствие
530	ГОСТ IEC 60335-2-80, p.29, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплош- ная изоляция	(0,015-6,0) мм

1	2	3	4	5	6	7
531	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, p.30, п. 30.2.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
532	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.7, п. 7.12, п. 7.12.1	Приборы бытового и аналогичного применения: гидромассажные ванны, душевые кабины	27.51.21.190	3922 7324 90 000 9019 10 900 1	Маркировка	наличие / отсутствие
533	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.8, п. 8.1.4				Защита от контакта с частями находящимися под напряжением	наличие / отсутствие
534	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
535	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.11, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
536	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.13				Ток утечки и электрическая	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
537	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.15, п. 15.1, п. 15.1.2				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
538	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
539	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.19, п. 19.2, п. 19.7, п. 19.13				Ненормальный режим работы	Выдержал – не выдержал
540	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
541	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
542	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.22, п. 22.33, п. 22.101-22.105				Конструкция	Соответствие – не соответствие
543	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
544	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.24, п. 24.101, п. 24.101				Компоненты	Соответствие – не соответствие
545	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.25, п. 25.1				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
546	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.26				Зажимы для внешних проводников	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
547	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.27, п. 27.2				Средства для заземления	Соответствие – не соответствие
548	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
549	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.29, п. 29.2				Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	(0,015-6,0) мм
550	ГОСТ МЭК 60335-2-60, p.30, п. 30.2.2				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
551	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы	27.51.21.111	8508 00 000 0 8508 60 000 0	Общие требования	-
552	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.5, п. 5.2, п. 5.101				Общие условия испытаний	-
553	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
554	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.7, п.7.1, п. 7.12, п. 7.14, п. 7.101, п. 7.102				Маркировка	наличие / отсутствие
555	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.8, п. 8.1.1				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
556	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
557	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.11, п. 11.3, п. 11.5, п. 11.7,				Нагрев	(0 - 800) °C
558	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.13, п. 13.1				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
559	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.15, п. 15.2, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
560	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.16, п. 16.3				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
561	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
562	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.19, п. 19.1, п. 19.7, п. 19.9, п. 19.10, п. 19.101, п. 19.102, п. 19.103, п. 19.104				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
563	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.20, п. 20.1, п. 20.2				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
564	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.22, п. 22.32, п. 22.101				Конструкция	Соответствие – не соответствие
565	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
566	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.24, п. 24.1.3				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
567	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.25, п. 25.1, п. 25.7, п. 25.23				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
568	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
569	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
570	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
571	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
572	ГОСТ IEC 60335-2-2, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
573	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Машины для обработки полов и машины для влажной очистки	27.51.21.112	8508 60 000 0	Общие требования	-
574	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.5		27.51.21.113	8509 80 000 0	Общие условия испытаний	-
575	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.6		27.51.21.119		Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
576	ГОСТ IEC 60335-2-10, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
577	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
578	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
579	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C

1	2	3	4	5	6	7
580	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
581	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.15, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
582	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
583	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0 - 800) °C
584	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.19, п. 19.7, п. 19.10				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
585	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.20, п. 20.1, п. 20.2				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
586	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
587	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.22, п. 22.101				Конструкция	Соответствие – не соответствие
588	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
589	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.24				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
590	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
591	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
592	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
593	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
594	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм

1	2	3	4	5	6	7
595	ГОСТ IEC 60335-2-10, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
596	СТБ МЭК 60335-2-10, p.4				Общие требования	-
597	СТБ МЭК 60335-2-10, p.5				Общие условия испытаний	-
598	СТБ МЭК 60335-2-10, p.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
599	СТБ МЭК 60335-2-10, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
600	СТБ МЭК 60335-2-10, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
601	СТБ МЭК 60335-2-10, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
602	СТБ МЭК 60335-2-10, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C
603	СТБ МЭК 60335-2-10, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
604	СТБ МЭК 60335-2-10, p.15, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
605	СТБ МЭК 60335-2-10, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
606	СТБ МЭК 60335-2-10, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
607	СТБ МЭК 60335-2-10, p.19, п. 19.7, п. 19.10				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
608	СТБ МЭК 60335-2-10, p.20, п. 20.1, п. 20.2				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
609	СТБ МЭК 60335-2-10, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
610	СТБ МЭК 60335-2-10, p.22, п. 22.101				Конструкция	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
611	СТБ МЭК 60335-2-10, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
612	СТБ МЭК 60335-2-10, p.24				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
613	СТБ МЭК 60335-2-10, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
614	СТБ МЭК 60335-2-10, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
615	СТБ МЭК 60335-2-10, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
616	СТБ МЭК 60335-2-10, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
617	СТБ МЭК 60335-2-10, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
618	СТБ МЭК 60335-2-10, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
619	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры	28.25.12.130	8415 10 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 8415 90 000 9 8418 99	Общие требования	-
620	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.5, п. 5.2, п. 5.6, п. 5.7, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102				Общие условия испытаний	-
621	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.6, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.101				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
622	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.7, п.7.1, п.7.6, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102				Маркировка	наличие / отсутствие
623	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.8, п. 8.1.5				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
624	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А

1	2	3	4	5	6	7
625	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.11, п. 11.1, п. 11.2, п. 11.2.1, п. 11.2.2, п. 11.4, п. 11.5, п. 11.6, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
626	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.13, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
627	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.15, п. 15.1, п. 15.2, п. 15.3, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
628	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.16, п. 16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
629	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
630	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4, п. 19.7, п. 19.8, п. 19.9, п. 19.11.4, п. 19.11.4.8, п. 19.13, п. 19.14, п. 19. 101, п. 19.102, п. 19.103, п. 19.104				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
631	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
632	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
633	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.22, п. 22.6, п. 22.14, п. 22.24, п. 22.46, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.102.1, п. 22.102.2, п. 22.102.3, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107, п. 22.108, п. 22.109, п. 22.110, п. 22.111, п. 22.112, п. 22.113, п. 22.113, п. 22.114, п. 22.116, п. 22.117, п. 22.118,				Конструкция	Соответствие – не соответствие
634	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
635	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.24, п. 24.1, п. 24.1.4, п. 24.101	Приборы бытового и аналогичного применения: Приборы для очистки воздуха	27.51.21.119	8421 39 200 8414 60 000 8421 39 200 8	Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
636	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.25, п. 25.1, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
637	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
638	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.27, п. 27.5				Заземление	Соответствие – не соответствие
639	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
640	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
641	ГОСТ IEC 60335-2-40, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
642	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.4				Общие требования	-
643	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.5, п. 5.101				Общие условия испытаний	-
644	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
645	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.7, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
646	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.8, п. 8.1.4				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
647	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
648	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.11, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
649	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
650	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.15				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
651	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.16, п. 16.101				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
652	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
653	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.19				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
654	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
655	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
656	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.22, п. 22.101, п. 22.102				Конструкция	Соответствие – не соответствие
657	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
658	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.24, п. 24.1.3, п. 24.101				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
659	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.25, п. 25.5				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
660	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
661	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
662	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
663	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
664	ГОСТ IEC 60335-2-65, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
665	СТБ IEC 60335-2-65, p.4				Общие требования	-

1	2	3	4	5	6	7
666	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.5, п. 5.101				Общие условия испытаний	-
667	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
668	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.7, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
669	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.8, п. 8.1.4				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
670	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
671	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.11, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
672	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
673	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.15				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
674	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.16, п. 16.101				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
675	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
676	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.19				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
677	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
678	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
679	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.22, п. 22.101, п. 22.102				Конструкция	Соответствие – не соответствие
680	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
681	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.24, п. 24.1.3, п. 24.101				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
682	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.25, п. 25.5				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
683	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
684	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
685	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
686	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
687	СТБ ИЕС 60335-2-65, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
688	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Увлажнители, используемые с системами отопления, вентиляции или кондиционирования	27.51.21.190	8479 89 970 8 8421 39 200 8415 90 000 9 8418 99 8479 89 970 8	Общие требования	-
689	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.5, п. 5.101				Общие условия испытаний	-
690	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.6, п. 6.1, п. 6.101				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
691	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.7, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.15, п. 7.16, п. 7.101				Маркировка	наличие / отсутствие
692	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
693	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
694	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C
695	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.13, п. 13.1, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
696	ГОСТ ИЕС 60335-2-88, p.15				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
697	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.16, п. 16.1, п. 16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
698	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
699	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.19, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
700	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
701	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
702	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.22, п. 22.6, п. 22.33, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104				Конструкция	Соответствие – не соответствие
703	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
704	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.24, п. 24.101				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
705	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
706	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
707	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
708	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
709	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
710	ГОСТ IEC 60335-2-88, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
711	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения:	27.51.21.190	8479 89 970 8 8421 39 200	Общие требования	-

1	2	3	4	5	6	7
712	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.5, п. 5.6	Увлажнители воздуха		8415 90 000 9 8418 99 8479 89 970 8	Общие условия испытаний	-
713	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.6				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
714	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.15				Маркировка	наличие / отсутствие
715	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
716	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
717	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.11, п. 11.4, п. 11.6, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
718	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.13 п. 13.1, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
719	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.15, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
720	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
721	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
722	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.19, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
723	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
724	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
725	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.22, п. 22.6, п. 22.7, п. 22.33, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106,				Конструкция	Соответствие – не соответствие
726	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
727	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.24				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
728	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.25, п. 25.1				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
729	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
730	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
731	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
732	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
733	ГОСТ IEC 60335-2-98, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
734	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей	27.51.24.190	8543 70 500 0	Общие требования	-
735	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.5, п. 5.1				Общие условия испытаний	-
736	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.6, п. 6.101				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
737	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.14, п. 7.15				Маркировка	наличие / отсутствие
738	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
739	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.10, п. 10.1, п. 10.2				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
740	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.11, п. 11.2, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
741	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
742	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.15				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
743	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
744	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
745	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.9, п. 19.101, п. 19.102				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
746	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
747	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.21, п. 21.1, п. 21.101, п. 21.102				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
748	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.22, п. 22.24, п. 22.35, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107, п. 22.108, п. 22.109, п. 22.110, п. 22.111, п. 22.112, п. 22.113, п. 22.114, п. 22.115,				Конструкция	Соответствие – не соответствие
749	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.23, п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
750	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.24 п. 24.1, п. 24.2				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
751	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.25, п. 25.5, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
752	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
753	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
754	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
755	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.29, п. 29.3				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
756	ГОСТ IEC 60335-2-27, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
757	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Одеяла, подушки, одежде и аналогичным гибким на гретательным приборам	27.51.24.190	6301 10 000 0 6306 40 000 0 6307 90 990 0 9404 21 9404 29 9404 90	Общие требования	-
758	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.5, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7, п. 5.8.1, п. 5.8.101, п. 5.12, п. 5.101				Общие условия испытаний	-
759	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
760	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.14, п. 7.15, п. 7.101				Маркировка	наличие / отсутствие
761	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
762	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.10, п. 10.1, п. 10.101				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
763	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.11, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8, п. 11.101, п. 11.102				Нагрев	(0 - 800) °C
764	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.15, п. 15.1, п. 15.3, п. 15.101, п. 15.102, п. 15.103				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
765	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.16 п. 16.1, п. 16.2, п. 16.3				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
766	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
767	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.19, п. 19.1, п. 19.11.3, п. 19.13, п. 19.101, п. 19.102, п. 19.103, п. 19.104, п. 19.105, п. 19.106, п. 19.107, п. 19.108, п. 19.109, п. 19.110, п. 19.111, п. 19.112, п. 19.112.1, п. 19.112.2, п. 19.112.3				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
768	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.20, п. 20.1				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
769	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.22, п. 22.26, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107, п. 22.108, п. 22.109, п. 22.110, п. 22.111, п. 22.112, п. 22.113, п. 22.114, п. 22.115				Конструкция	Соответствие – не соответствие
770	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
771	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.24 п. 24.1.3, п. 24.1.4, п. 24.1.5, п. 24.2				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
772	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.25, п. 25.2, п. 25.5, п. 25.7, п. 25.8, п. 25.14, п. 25.15, п. 25.23, п. 25.101				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
773	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
774	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
775	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.28, п. 28.2				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
776	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.29, п. 29.1.3, п. 29.2, п. 29.3				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм

1	2	3	4	5	6	7
777	ГОСТ IEC 60335-2-17, p.30, п. 30.1, п. 30.2, п. 30.2.1, п. 30.2.2, п. 30.2.3.2, п. 30.101, п. 30.101.1, п. 30.102				Теплостойкость и огнестой- кость	(0,015-6,0) мм выдержал / не вы- держал
778	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.4	Приборы бытового и ана- логичного применения: Массажные приборы	27.51.21.190	9019 10 000 0 9019 10 900 9	Общие требования	-
779	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.5				Общие условия испытаний	-
780	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
781	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.7, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
782	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.8				Защита от доступа к токове- дущим частям	наличие / отсутствие
783	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
784	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.11, п. 11.2, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
785	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.13, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
786	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.15, п. 15.2				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
787	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.16, п. 16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
788	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.17				Защита от перегрузки транс- форматоров и соединенных с ними цепей	Выдержал – не вы- держал
789	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.19, п. 19.1, п. 19.7, п. 19.9, п. 19.10, п. 19.13, п. 19.101				Ненормальная работа	Выдержал – не вы- держал
790	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
791	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал

1	2	3	4	5	6	7
792	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.22, п. 22.101, п. 22.102				Конструкция	Соответствие – не соответствие
793	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
794	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.24, п. 24.2				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
795	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.25, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
796	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
797	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
798	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
799	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
800	ГОСТ IEC 60335-2-32, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
801	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Приборы для выращивания и разведения животных	28.13.14 28.30.84.110 28.30.85.000 28.30.81.110 28.30.86.110 28.30.86.110	8436 10 000 0 8436 21 000 0 8436 29 000 0	Общие требования	-
802	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.5, п. 5.2				Общие условия испытаний	-
803	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
804	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.7, п. 7.1, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.14, п. 7.15				Маркировка	наличие / отсутствие
805	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.8 п. 8.1				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
806	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
807	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.11, п. 11.2, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C

1	2	3	4	5	6	7
808	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
809	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.15				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
810	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
811	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
812	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.19, п. 19.2, п. 19.4, п. 19.13				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
813	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
814	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.21, п. 21.1, п. 21.101				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
815	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.22, п. 22.29, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107				Конструкция	Соответствие – не соответствие
816	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
817	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.24				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
818	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.25, п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
819	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
820	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
821	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
822	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм

1	2	3	4	5	6	7
823	ГОСТ IEC 60335-2-71, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
824	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Доильные установки	28.30.82.110 28.30.82.120	8434 10 000 0	Общие требования	-
825	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.5, п. 5.2, п. 5.101				Общие условия испытаний	-
826	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
827	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.14, п. 7.15				Маркировка	наличие / отсутствие
828	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
829	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
830	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C
831	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
832	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.15				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
833	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
834	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
835	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.19, п. 19.1, п. 19.7, п. 19.101				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
836	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
837	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
838	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.22, п. 22.1, п. 22.33				Конструкция	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
839	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
840	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.24				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
841	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.25, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
842	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
843	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.27 п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
844	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
845	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
846	ГОСТ IEC 60335-2-70, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
847	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Насосы	27.51.21.119	8413 8413 81 000 0 8414 80 800 9	Общие требования	-
848	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.5, п. 5.7, п. 5.101, п. 5.102				Общие условия испытаний	-
849	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
850	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1				Маркировка	наличие / отсутствие
851	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
852	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
853	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.11, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
854	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
855	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.15, п. 15.1.1, п. 15.1.2, п. 15.3				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
856	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
857	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
858	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.19, п. 19.1, п. 19.9, п. 19.101, п. 19.102				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
859	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.20, п. 20.1				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
860	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
861	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.22, п. 22.6, п. 22.18, п. 22.40, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106				Конструкция	Соответствие – не соответствие
862	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
863	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.24, п. 24.1.3, п. 24.2				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
864	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.25, п. 25.1, п. 25.3, п. 25.5, п. 25.7, п. 25.8, п. 25.14				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
865	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
866	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
867	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
868	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм

1	2	3	4	5	6	7
869	ГОСТ МЭК 60335-2-41, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
870	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Нагревательные приборы используемые в аквариумах и садовых водоемах	27.51.21.190	8421 21 000 9	Общие требования	-
871	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.5, п. 5.2				Общие условия испытаний	-
872	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.6, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
873	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1				Маркировка	наличие / отсутствие
874	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
875	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
876	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C
877	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
878	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.15, п. 15.1.2, п. 15.3				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
879	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
880	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
881	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.101				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
882	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
883	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.21, п. 21.1, п. 21.101, п. 21.102, п. 21.103				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
884	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.22, п. 22.33, п. 22.101				Конструкция	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
885	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
886	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.24				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
887	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.25, п. 25.5, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
888	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
889	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
890	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
891	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
892	ГОСТ IEC 60335-2-55, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
893	СТБ МЭК 60335-2-15, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Приборы для нагревания жидкости	27.51.24	8516 10 000 0 8516 10 800 0 8516 71 000 0	Общие требования	-
894	СТБ МЭК 60335-2-15, p.5, п. 5.2, п. 5.3				Общие условия испытаний	-
895	СТБ МЭК 60335-2-15, p.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
896	СТБ МЭК 60335-2-15, p.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
897	СТБ МЭК 60335-2-15, p.8 п. 8.1.2				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
898	СТБ МЭК 60335-2-15, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
899	СТБ МЭК 60335-2-15, p.11, п. 11.2, п. 11.4, п. 11.6, п. 11.7, п. 11.101, п. 11.102, п. 11.103, п. 11.104, п. 11.105, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C

1	2	3	4	5	6	7
900	СТБ МЭК 60335-2-15, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
901	СТБ МЭК 60335-2-15, p.15, п. 15.2, п. 15.101, п. 15.102				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
902	СТБ МЭК 60335-2-15, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
903	СТБ МЭК 60335-2-15, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
904	СТБ МЭК 60335-2-15, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4, п. 19.7, п. 19.13				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
905	СТБ МЭК 60335-2-15, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
906	СТБ МЭК 60335-2-15, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
907	СТБ МЭК 60335-2-15, p.22, п. 22.6, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107, п. 22.109, п. 22.110				Конструкция	Соответствие – не соответствие
908	СТБ МЭК 60335-2-15, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
909	СТБ МЭК 60335-2-15, p.25, п. 25.1, п. 25.5, п. 25.7, п. 25.8, п. 25.101				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
910	СТБ МЭК 60335-2-15, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
911	СТБ МЭК 60335-2-15, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
912	СТБ МЭК 60335-2-15, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
913	СТБ МЭК 60335-2-15, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм

1	2	3	4	5	6	7
914	СТБ МЭК 60335-2-15, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
915	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Измельчители пищевых отходов	28.93.17.110	8436 10 000 0 8509 40 000 0 8509 80 000 0	Общие требования	-
916	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.5, п. 5.101				Общие условия испытаний	-
917	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
918	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.7, п. 7.12, п. 7.12.1				Маркировка	наличие / отсутствие
919	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
920	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.10 п. 10.1, п. 10.2				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
921	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C
922	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
923	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.15, п. 15.2				Влагостойкость	выдержал / не выдержал
924	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
925	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
926	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.19, п. 19.7, п. 19.9				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
927	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.20, п. 20.2, п. 20.101, п. 20.102				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
928	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
929	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.22, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104				Конструкция	Соответствие – не соответствие
930	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
931	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.24, п. 24.101				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
932	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
933	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
934	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
935	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
936	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
937	ГОСТ IEC 60335-2-16, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
938	СТБ МЭК 60335-2-74, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Переносные погружные нагреватели	27.51.24.190 27.51.24	8516 10	Общие требования	-
939	СТБ МЭК 60335-2-74, p.5, п. 5.3				Общие условия испытаний	-
940	СТБ МЭК 60335-2-74, p.6, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
941	СТБ МЭК 60335-2-74, p.7, п. 7.1, п. 7.12				Маркировка	наличие / отсутствие
942	СТБ МЭК 60335-2-74, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
943	СТБ МЭК 60335-2-74, p.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
944	СТБ МЭК 60335-2-74, p.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C

1	2	3	4	5	6	7
945	СТБ МЭК 60335-2-74, p.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
946	СТБ МЭК 60335-2-74, p.15,				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
947	СТБ МЭК 60335-2-74, p.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
948	СТБ МЭК 60335-2-74, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0 - 800) °C
949	СТБ МЭК 60335-2-74, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.13				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
950	СТБ МЭК 60335-2-74, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
951	СТБ МЭК 60335-2-74, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
952	СТБ МЭК 60335-2-74, p.22				Конструкция	Соответствие – не соответствие
953	СТБ МЭК 60335-2-74, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
954	СТБ МЭК 60335-2-74, p.24, п. 24.101				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
955	СТБ МЭК 60335-2-74, p.25, п. 25.5				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
956	СТБ МЭК 60335-2-74, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
957	СТБ МЭК 60335-2-74, p.27				Заземление	Соответствие – не соответствие
958	СТБ МЭК 60335-2-74, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
959	СТБ МЭК 60335-2-74, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм

1	2	3	4	5	6	7
960	СТБ МЭК 60335-2-74, p.30, п. 30.2	Приборы бытового и аналогичного применения: Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания	28.93.15.120	8516 79 700 0	Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
961	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.4				Общие требования	-
962	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.5, п. 5.5, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102, п. 5.103				Общие условия испытаний	-
963	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
964	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.10, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102, п. 7.103				Маркировка	наличие / отсутствие
965	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
966	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.9, п. 9.101				Пуск электрических приборов	Выдержал – не выдержал
967	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.10 п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
968	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.11, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
969	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.13 п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
970	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.15, п. 15.1, п. 15.1.1, п. 15.1.2, п. 15.2, п. 15.3, п. 15.101, п. 15.102				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
971	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.16, п. 16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
972	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
973	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4, п. 19.13				Ненормальная работа	Выдержал – не вы- держал
974	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.20, п. 20.1, п. 20.2				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
975	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
976	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.22, п. 22.7, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107, п. 22.108, п. 22.109, п. 22.110, п. 22.111, п. 22.112, п. 22.113, п. 22.114, п. 22.115, п. 22.116, п. 22.117, п. 22.118, п. 22.119, п. 22.120, п. 22.121				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
977	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.23 п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
978	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.24, п. 24.101				Комплектующие изделия	Соответствие – не со- ответствие
979	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.25 п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не со- ответствие
980	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.26				Зажимы для внешних прово- дов	Выдержал – не вы- держал
981	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.27 п. 27.2				Средства для заземления	Соответствие – не со- ответствие
982	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не со- ответствие
983	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.29 п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоля- ция	(0,015-6,0) мм
984	ГОСТ IEC 60335-2-37, p.30				Теплостойкость и огнестой- кость	(0,015-6,0) мм выдержал / не вы- держал

1	2	3	4	5	6	7
985	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Варочные котлы для предприятий общественного питания	28.93.15.120	8516 60 500 0	Общие требования	-
986	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.5, п. 5.5, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102, п. 5.103				Общие условия испытаний	-
987	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0І; І; ІІ; ІІІ
988	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.10, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102				Маркировка	наличие / отсутствие
989	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
990	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.9, п. 9.101				Пуск электромеханических приборов	Выдержал – не выдержал
991	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
992	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.11, п. 11.2, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °С
993	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.13, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
994	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.15, п. 15.1.1, п. 15.1.2, п. 15.2, п. 15.3, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
995	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.16, п. 16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
996	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
997	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
998	СТБ ІЕС 60335-2-47, р.20, п. 20.1, п. 20.2, п. 20.101				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
999	СТБ ИЕС 60335-2-47, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1000	СТБ ИЕС 60335-2-47, p.22, п. 22.7, п. 22.13, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п. 22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107, п. 22.108, п. 22.109, п. 22.110, п. 22.111, п. 22.112, п. 22.113, п. 22.114, п. 22.115, п. 22.116, п. 22.117				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1001	СТБ ИЕС 60335-2-47, p.23, п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1002	СТБ ИЕС 60335-2-47, p.24				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
1003	СТБ ИЕС 60335-2-47, p.25, п. 25.1, п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1004	СТБ ИЕС 60335-2-47, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1005	СТБ ИЕС 60335-2-47, p.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1006	СТБ ИЕС 60335-2-47, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1007	СТБ ИЕС 60335-2-47, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1008	СТБ ИЕС 60335-2-47, p.30, п. 30.2.1				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1009	ГОСТ ИЕС 60335-2-48, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания	28.93.15.120	8516 60 700 0 8516 72 000 0	Общие требования	-
1010	ГОСТ ИЕС 60335-2-48, p.5, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102				Общие условия испытаний	-
1011	ГОСТ ИЕС 60335-2-48, p.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III

1	2	3	4	5	6	7
1012	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102				Маркировка	наличие / отсутствие
1013	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.8, п. 8.101				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1014	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.9, п. 9.101				Включение приборов, работающих от электродвигателя	Выдержал – не выдержал
1015	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1016	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.11, п. 11.2, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C
1017	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.13, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1018	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.15, п. 15.1.1, п. 15.1.2, п. 15.3, п. 15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1019	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.16, п. 16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1020	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Выдержал – не выдержал
1021	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.4, п. 19.13				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1022	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.20, п. 20.1, п. 20.101				Устойчивость и механические опасности	устойчив / неустойчив
1023	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1024	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.22, п. 22.101, п. 22.102				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1025	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.23, п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1026	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.24				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
1027	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.25, п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1028	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1029	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1030	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1031	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.29, п. 29.2, п. 29.3				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1032	ГОСТ IEC 60335-2-48, p.30, п. 30.2.1, п. 30.101				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1033	ГОСТ Р 52161.2.49, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Тепловые шкафы для предприятий общественного питания	28.93.15.120	8516 79 700 0	Общие требования	-
1034	ГОСТ Р 52161.2.49, p.5, п. 5.6, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102				Общие условия испытаний	-
1035	ГОСТ Р 52161.2.49, p.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1036	ГОСТ Р 52161.2.49, p.7, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102, п. 7.103, п. 7.104, п. 7.105				Маркировка	наличие / отсутствие
1037	ГОСТ Р 52161.2.49, p.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1038	ГОСТ Р 52161.2.49, p.9, п. 9.101				Включение приборов, работающих от электродвигателя	-
1039	ГОСТ Р 52161.2.49, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1040	ГОСТ Р 52161.2.49, p.11, п. 11.1, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8, п. 11.101				Нагрев	(0 - 800) °C

1	2	3	4	5	6	7
1041	ГОСТ Р 52161.2.49, p.13, п.13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1042	ГОСТ Р 52161.2.49, p.15, п.15.1.1, п.15.1.2, п.15.2, п.15.3, п.15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1043	ГОСТ Р 52161.2.49, p.16, п.16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1044	ГОСТ Р 52161.2.49, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0 - 800) °С
1045	ГОСТ Р 52161.2.49, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4, п. 19.8, п. 19.13, п. 19.101, п. 19.102, п. 19.103				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1046	ГОСТ Р 52161.2.49, p.20 п. 20.1, п. 20.2, п. 20.101				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1047	ГОСТ Р 52161.2.49, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1048	ГОСТ Р 52161.2.49, p.22, п. 22.15, п. 22.101, 22.102, 22.103, 22.104				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1049	ГОСТ Р 52161.2.49, p.23, 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1050	ГОСТ Р 52161.2.49, p.24, п. 24.101				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
1051	ГОСТ Р 52161.2.49, p.25, п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1052	ГОСТ Р 52161.2.49, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1053	ГОСТ Р 52161.2.49, p.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1054	ГОСТ Р 52161.2.49, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
1055	ГОСТ Р 52161.2.49, п.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1056	ГОСТ Р 52161.2.49, п.30, п. 30.2.1				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1057	ГОСТ Р 52161.2.49, п.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Тепловые шкафы для предприятий общественного питания	28.93.15.120	8516 79 700 0	Общие требования	-
1058	ГОСТ Р 52161.2.49, п.5, п. 5.6, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102				Общие условия испытаний	-
1059	ГОСТ Р 52161.2.49, п.6, п. 6.1, п. 6.2				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1060	ГОСТ Р 52161.2.49, п.7, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102, п. 7.103, п. 7.104, п. 7.105				Маркировка	наличие / отсутствие
1061	ГОСТ Р 52161.2.49, п.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1062	ГОСТ Р 52161.2.49, п.9, п. 9.101				Включение приборов, работающих от электродвигателя	-
1063	ГОСТ Р 52161.2.49, п.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1064	ГОСТ Р 52161.2.49, п.11, п. 11.1, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8, п. 11.101				Нагрев	(0 - 800) °С
1065	ГОСТ Р 52161.2.49, п.13, п.13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1066	ГОСТ Р 52161.2.49, п.15, п.15.1.1, п.15.1.2, п.15.2, п.15.3, п.15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1067	ГОСТ Р 52161.2.49, п.16, п.16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1068	ГОСТ Р 52161.2.49, p.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0 - 800) °C
1069	ГОСТ Р 52161.2.49, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4, п. 19.8, п. 19.13, п. 19.101, п. 19.102, п. 19.103				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1070	ГОСТ Р 52161.2.49, p.20 п. 20.1, п. 20.2, п. 20.101				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1071	ГОСТ Р 52161.2.49, p.21, п. 21.1				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1072	ГОСТ Р 52161.2.49, p.22, п. 22.15, п. 22.101, 22.102, 22.103, 22.104				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1073	ГОСТ Р 52161.2.49, p.23, 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1074	ГОСТ Р 52161.2.49, p.24, п. 24.101				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
1075	ГОСТ Р 52161.2.49, p.25, п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1076	ГОСТ Р 52161.2.49, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1077	ГОСТ Р 52161.2.49, p.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1078	ГОСТ Р 52161.2.49, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1079	ГОСТ Р 52161.2.49, p.29 п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1080	ГОСТ Р 52161.2.49, p.30, п. 30.2.1				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1081	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Ванны ополаскивающие	28.93.15.120	8516 79 700 0	Общие требования	-
1082	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.5, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102				Общие условия испытаний	-

1	2	3	4	5	6	7
1083	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.6, п. 6.1, п. 6.2	для предприятий общест венного питания			Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1084	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.7, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102				Маркировка	наличие / отсутствие
1085	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.8				Защита от доступа к токове- дущим частям	наличие / отсутствие
1086	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.9, п. 9.101				Включение приборов, рабо- тающих от электродвигателя	-
1087	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1088	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.11, п. 11.1, п. 11.4, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °C
1089	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.13, п. 13.2				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1090	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.15, п.15.1.1, п.15.1.2, п.15.2, п.15.3, п.15.101				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
1091	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.16, п.16.2				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1092	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.17				Защита от перегрузки транс- форматоров и соединенных с ними цепей	(0 - 800) °C
1093	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.4				Ненормальная работа	Выдержал – не вы- держал
1094	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.20 п.20.1				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
1095	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
1096	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.22 п.22.101, п.22.102, п.22.103, п.22.104, п.22.105, п.22.106				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
1097	ГОСТ IEC 60335-2-62, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие

1	2	3	4	5	6	7
1098	ГОСТ ИЕС 60335-2-62, p.24				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие
1099	ГОСТ ИЕС 60335-2-62, p.25, п. 25.1, п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1100	ГОСТ ИЕС 60335-2-62, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1101	ГОСТ ИЕС 60335-2-62, p.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1102	ГОСТ ИЕС 60335-2-62, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1103	ГОСТ ИЕС 60335-2-62, p.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1104	ГОСТ ИЕС 60335-2-62, p.30, п. 30.2.1				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1105	СТБ МЭК 60335-2-36, p.4	Приборы бытового и аналогичного применения: Электрические кухонные плиты, духовки, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания	28.93.15.120	8516 60 101 0 8516 60 109 0 8516 60 900 0	Общие требования	-
1106	СТБ МЭК 60335-2-36, p.5, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.10, п. 5.101, п. 5.102				Общие условия испытаний	-
1107	СТБ МЭК 60335-2-36, p.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1108	СТБ МЭК 60335-2-36, p.7, п. 7.1, п. 7.12, п. 7.12.1, п. 7.12.4, п. 7.15, п. 7.101, п. 7.102, п. 7.103				Маркировка	наличие / отсутствие
1109	СТБ МЭК 60335-2-36, p.8, п. 8.1, п. 7.101				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1110	СТБ МЭК 60335-2-36, p.9, п. 9.101				Включение приборов, работающих от электродвигателя	-
1111	СТБ МЭК 60335-2-36, p.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1112	СТБ МЭК 60335-2-36, p.11, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8				Нагрев	(0 - 800) °C

1	2	3	4	5	6	7
1113	СТБ МЭК 60335-2-36, p.13, п. 13.1, п. 13.2, п. 13.3				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе- ратуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1114	СТБ МЭК 60335-2-36, p.15, п.15.1.1, п.15.1.2, п.15.2, п.15.3, п.15.101				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
1115	СТБ МЭК 60335-2-36, p.16, п.16.1, п.16.2, п.16.3				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1116	СТБ МЭК 60335-2-36, p.17				Защита от перегрузки транс- форматоров и соединенных с ними цепей	(0 - 800) °C
1117	СТБ МЭК 60335-2-36, p.18, п. 18.102				Износостойкость	Выдержал – не вы- держал
1118	СТБ МЭК 60335-2-36, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.3, п. 19.4, п. 19.12, п. 19.13, п. 19.101				Ненормальная работа	Выдержал – не вы- держал
1119	СТБ МЭК 60335-2-36, p.20, п.20.101				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
1120	СТБ МЭК 60335-2-36, p.21, п.21.101, п.21.102				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
1121	СТБ МЭК 60335-2-36, p.22 п.22.101, п.22.102, п.22.103, п.22.104, п.22.105, п.22.106, п.22.107, п.22.108, п.22.109				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
1122	СТБ МЭК 60335-2-36, p.23, п. 23.3				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
1123	СТБ МЭК 60335-2-36, p.24, п. 24.1.4				Комплекующие изделия	Соответствие – не со- ответствие
1124	СТБ МЭК 60335-2-36, p.25, п. 25.1, п. 25.3, п. 25.7				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не со- ответствие
1125	СТБ МЭК 60335-2-36, p.26				Зажимы для внешних прово- дов	Выдержал – не вы- держал

1	2	3	4	5	6	7
1126	СТБ МЭК 60335-2-36, р.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1127	СТБ МЭК 60335-2-36, р.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1128	СТБ МЭК 60335-2-36, р.29, п. 29.2				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1129	СТБ МЭК 60335-2-36, р.30, п. 30.2.1, п. 30.101				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1130	ГОСТ 27570.36, р.3	Приборы бытового и аналогичного применения: Аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	28.93.15.120	8516 60 109 0	Общие требования	-
1131	ГОСТ 27570.36, р.4, п.4.101, п.4.102, п.4.103, п.4.104				Общие условия испытаний	-
1132	ГОСТ 27570.36, р.5				Номинальные величины	-
1133	ГОСТ 27570.36, р.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1134	ГОСТ 27570.36, р.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.7, п. 7.12, п. 7.101, п. 7.102				Маркировка	наличие / отсутствие
1135	ГОСТ 27570.36, р.8				Защита от поражения электрическим током	наличие / отсутствие
1136	ГОСТ 27570.36, р.9				Пуск приборов с электроприводом	-
1137	ГОСТ 27570.36, р.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1138	ГОСТ 27570.36, р.11, п. 11.1, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.7, п. 11.8, п. 11.10				Нагрев	(0 - 800) °С
1139	ГОСТ 27570.36, р.12				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
1140	ГОСТ 27570.36, p.13, п. 13.2				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей темпера- туре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1141	ГОСТ 27570.36, p.15, п.15.1, п.15.2, п.15.3, п.15.4, п.15.101, п.15.102				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
1142	ГОСТ 27570.36, p.16, п.16.2				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1143	ГОСТ 27570.36, p.17				Защита от перегрузки	(0 - 800) °С
1144	ГОСТ 27570.36, p.18, п. 18.1, п. 18.2				Износостойкость	Выдержал – не вы- держал
1145	ГОСТ 27570.36, p.19, п. 19.1, п. 19.4, п. 19.11				Ненормальная работа	Выдержал – не вы- держал
1146	ГОСТ 27570.36, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не вы- держал
1147	ГОСТ 27570.36, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не вы- держал
1148	ГОСТ 27570.36, p.22 п.22.1, п.22.101, п.22.102				Конструкция	Соответствие – не со- ответствие
1149	ГОСТ 27570.36, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не со- ответствие
1150	ГОСТ 27570.36, p.24, п.24.11, п.24.101				Комплекующие изделия	Соответствие – не со- ответствие
1151	ГОСТ 27570.36, p.25, п. 25.1, п. 25.2, п. 25.4, п. 25.6				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Соответствие – не со- ответствие
1152	ГОСТ 27570.36, p.26				Зажимы для внешних прово- дов	Выдержал – не вы- держал
1153	ГОСТ 27570.36, p.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не со- ответствие
1154	ГОСТ 27570.36, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не со- ответствие
1155	ГОСТ 27570.36, p.29,				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоля- ции	(0,015-6,0) мм

1	2	3	4	5	6	7
1156	ГОСТ 27570.36, р.30, п. 30.3, п. 30.4, п. 30.5, п. 30.101,				Теплостойкость и огнестой- кость и стойкость к образова- нию токопроводящих мости- ков	(0,015-6,0) мм выдержал / не вы- держал
1157	ГОСТ 27570.52, р.3	Приборы бытового и аналогичного применения: Электрические кипятиль- ники для воды и электри- ческие нагреватели жидко- сти для предприятий обще- ственного питания	28.93.15.120	8516 10 800 0	Общие требования	-
1158	ГОСТ 27570.52, р.4, п.4.101, п.4.102, п.4.103				Общие условия испытаний	-
1159	ГОСТ 27570.52, р.5				Номинальные величины	-
1160	ГОСТ 27570.52, р.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1161	ГОСТ 27570.52, р.7, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.7, п. 7.12, п. 7.101				Маркировка	наличие / отсутствие
1162	ГОСТ 27570.52, р.8				Защита от поражения элек- трическим током	наличие / отсутствие
1163	ГОСТ 27570.52, р.9				Пуск приборов с электропри- водом	-
1164	ГОСТ 27570.52, р.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1165	ГОСТ 27570.52, р.11, п. 11.2, п. 11.4, п. 11.7, п. 11.8, п. 11.10				Нагрев	(0 - 800) °С
1166	ГОСТ 27570.52, р.12				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	выдержал / не вы- держал
1167	ГОСТ 27570.52, р.13, п. 13.2				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей темпера- туре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1168	ГОСТ 27570.52, р.15, п.15.1, п.15.2, п.15.3, п.15.4, п.15.101				Влагостойкость	Выдержал – не вы- держал
1169	ГОСТ 27570.52, р.16, п.16.2				Соппротивление изоляции и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1170	ГОСТ 27570.52, р.17				Защита от перегрузки	(0 - 800) °С

1	2	3	4	5	6	7
1171	ГОСТ 27570.52, p.18, п. 18.1, п. 18.2				Износостойкость	Выдержал – не выдержал
1172	ГОСТ 27570.52, p.19, п. 19.1, п. 19.2, п. 19.4				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1173	ГОСТ 27570.52, p.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1174	ГОСТ 27570.52, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1175	ГОСТ 27570.52, p.22 п.22.1, п.22.28, п.22.101, п.22.103, п.22.104, п.22.105, п.22.106, п.22.107				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1176	ГОСТ 27570.52, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1177	ГОСТ 27570.52, p.24, п.24.11, п.24.101				Комплектуемые изделия	Соответствие – не соответствие
1178	ГОСТ 27570.52, p.25, п. 25.1, п. 25.2, п. 25.3, п. 25.4, п. 25.6				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Соответствие – не соответствие
1179	ГОСТ 27570.52, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1180	ГОСТ 27570.52, p.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1181	ГОСТ 27570.52, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1182	ГОСТ 27570.52, p.29				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	(0,015-6,0) мм
1183	ГОСТ 27570.52, p.30, п. 30.3, п. 30.4, п. 30.5				Теплостойкость и огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1184	ГОСТ 27570.53, p.3	Приборы бытового и аналогичного применения: Электрические кухонные	28.93.15.120	8516 79 700 0	Общие требования	-
1185	ГОСТ 27570.53, p.4, п.4.101, п.4.102, п.4.103				Общие условия испытаний	-

1	2	3	4	5	6	7
1186	ГОСТ 27570.53, п.5	машины для предприятий общественного питания			Номинальные величины	-
1187	ГОСТ 27570.53, п.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III
1188	ГОСТ 27570.53, п.7, п. 7.6, п. 7.7, п. 7.12, п. 7.101				Маркировка	наличие / отсутствие
1189	ГОСТ 27570.53, п.8				Защита от поражения электрическим током	наличие / отсутствие
1190	ГОСТ 27570.53, п.9, п. 9.2				Пуск приборов с электроприводом	-
1191	ГОСТ 27570.53, п.10, п. 10.1				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1192	ГОСТ 27570.53, п.11, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.10				Нагрев	(0 - 800) °C
1193	ГОСТ 27570.53, п.12				Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами	выдержал / не выдержал
1194	ГОСТ 27570.53, п.13, п. 13.2				Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1195	ГОСТ 27570.53, п.15, п.15.1, п.15.2, п.15.3, п.15.4, п.15.101				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1196	ГОСТ 27570.53, п.16, п.16.1, п.16.2				Сопротивление изоляции и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1197	ГОСТ 27570.53, п.17				Защита от перегрузки	(0 - 800) °C
1198	ГОСТ 27570.53, п.18, п. 18.1, п. 18.2				Износостойкость	Выдержал – не выдержал
1199	ГОСТ 27570.53, п.19, п. 19.6				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
1200	ГОСТ 27570.53, p.20, п. 20.2, п. 20.101, п. 20.102, п. 20.103, п. 20.104, п. 20.105, п. 20.106, п. 20.107, п. 20.108, п. 20.109, п. 20.110, п. 20.111				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1201	ГОСТ 27570.53, p.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1202	ГОСТ 27570.53, p.22 п. 22.1, п. 22.11, п. 22.101, п. 22.102, п. 22.103, п.22.104, п. 22.105, п. 22.106, п. 22.107				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1203	ГОСТ 27570.53, p.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1204	ГОСТ 27570.53, p.24, п. 24.1, п. 24.3, п. 24.4, п. 24.11				Комплекующие изделия	Соответствие – не соответствие
1205	ГОСТ 27570.53, p.25, п. 25.1, п. 25.2, п. 25.4, п. 25.6				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры	Соответствие – не соответствие
1206	ГОСТ 27570.53, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1207	ГОСТ 27570.53, p.27, п. 27.2				Заземление	Соответствие – не соответствие
1208	ГОСТ 27570.53, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1209	ГОСТ 27570.53, p.29				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	(0,015-6,0) мм
1210	ГОСТ 27570.53, p.30, п. 30.3, п. 30.4, п. 30.5	Закрепляемые погружные нагреватели	27.51.24.190 27.51.24	8516 10	Теплостойкость и огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1211	ГОСТ Р 52161.2.73, p.4				Общие требования	-
1212	ГОСТ Р 52161.2.73, p.5, п. 5.2				Общие условия испытаний	-
1213	ГОСТ Р 52161.2.73, p.6, п. 6.1				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48

1	2	3	4	5	6	7
1214	ГОСТ Р 52161.2.73, п.7, п. 7.1, п. 7.12.1				Маркировка	наличие / отсутствие
1215	ГОСТ Р 52161.2.73, п.8				Защита от доступа к токоведущим частям	наличие / отсутствие
1216	ГОСТ Р 52161.2.73, п.9				Включение приборов, работающих от электродвигателя	-
1217	ГОСТ Р 52161.2.73, п.10				Потребляемая мощность и ток	(0 - 10) кВт (0 - 50) А
1218	ГОСТ Р 52161.2.73, п.11, п. 11.7				Нагрев	(0 - 800) °С
1219	ГОСТ Р 52161.2.73, п.13				Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1220	ГОСТ Р 52161.2.73, п.15				Влагостойкость	Выдержал – не выдержал
1221	ГОСТ Р 52161.2.73, п.16				Ток утечки и электрическая прочность	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1222	ГОСТ Р 52161.2.73, п.17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	(0 - 800) °С
1223	ГОСТ Р 52161.2.73, п.18				Износостойкость	Выдержал – не выдержал
1224	ГОСТ Р 52161.2.73, п.19, п. 19.2, п. 19.4				Ненормальная работа	Выдержал – не выдержал
1225	ГОСТ Р 52161.2.73, п.20				Устойчивость и механические опасности	Выдержал – не выдержал
1226	ГОСТ Р 52161.2.73, п.21				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1227	ГОСТ Р 52161.2.73, п.22, п. 22.101, 22.102				Конструкция	Соответствие – не соответствие
1228	ГОСТ Р 52161.2.73, п.23				Внутренняя проводка	Соответствие – не соответствие
1229	ГОСТ Р 52161.2.73, п.24, п. 24.101				Комплектующие изделия	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
1230	ГОСТ Р 52161.2.73, p.25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствие – не соответствие
1231	ГОСТ Р 52161.2.73, p.26				Зажимы для внешних проводов	Выдержал – не выдержал
1232	ГОСТ Р 52161.2.73, p.27, п. 27.1				Заземление	Соответствие – не соответствие
1233	ГОСТ Р 52161.2.73, p.28				Винты и соединения	Соответствие – не соответствие
1234	ГОСТ Р 52161.2.73, p.29				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	(0,015-6,0) мм
1235	ГОСТ Р 52161.2.73, p.30				Теплостойкость и огнестойкость	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1236	ГОСТ IEC 60598-1, p.0.3	Оборудование светотехническое (кроме светильников для наружного освещения): светильники общего назначения, светильники ручные, светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий, арматура осветительная бытовая для ламп накаливания и для люминесцентных ламп	27.90.11.000 27.40.39.190	9405 10 000 0 9405 40 310 0 9405 40 000 0	Общие требования	Соответствие – не соответствие
1237	ГОСТ IEC 60598-1, p.0.4				Общие требования к испытаниям и проверкам	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
1238	ГОСТ IEC 60598-1, p.0.5				Компоненты светильников	Соответствие – не соответствие
1239	ГОСТ IEC 60598-1, p.2				Классификация светильников	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1240	ГОСТ IEC 60598-1, p.3				Маркировка	наличие / отсутствие
1241	ГОСТ IEC 60598-1, p.4, п. 4.1- п. 4.19, п. 4.21- п. 4.25, п. 4.27				Конструкция	Выдержал – не вы- держал
1242	ГОСТ IEC 60598-1, p.5, п. 5.1-п. 5.3				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не вы- держал
1243	ГОСТ IEC 60598-1, p.7, п. 7.1, п. 7.2				Заземление	Выдержал – не вы- держал
1244	ГОСТ IEC 60598-1, p.8, п. 8.1, п. 8.2				Защита от поражения элек- трическим током	Выдержал – не вы- держал
1245	ГОСТ IEC 60598-1, p.9, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.2.0, п. 9.3				Защита от проникновения пы- ли, твердых частиц и влаги	Выдержал – не вы- держал IP00 – IP48
1246	ГОСТ IEC 60598-1, p.10, п. 10.1-п. 10.3				Сопротивление и электриче- ская прочность изоляции	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1247	ГОСТ IEC 60598-1, p.11, п. 11.1, п. 11.2				Пути утечки и воздушные за- зоры	(0,015-6,0) мм
1248	ГОСТ IEC 60598-1, p.12, п. 12.1-п. 12.7				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не вы- держал (0 - 800) °C
1249	ГОСТ IEC 60598-1, p.13, п. 13.1-п. 13.4				Теплостойкость, огнестой- кость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не вы- держал
1250	ГОСТ IEC 60598-1, p.14, п. 14.1-п. 14.4				Винтовые контактные зажимы	Выдержал – не вы- держал
1251	ГОСТ IEC 60598-1, p.15, п. 15.1-п. 15.9				Безвинтовые контактные за- жимы и электрические соеди- нения	Выдержал – не вы- держал
1252	ГОСТ IEC 60598-1, p.0.3	Гирлянды световые	27.90.11.000	9405 30 000 0	Общие требования	Соответствие – не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
1253	ГОСТ IEC 60598-1, p.0.4	иллюминационные и декоративные	27.40.32.000		Общие требования к испытаниям и проверкам	Соответствие – не соответствие
1254	ГОСТ IEC 60598-1, p.0.5				Компоненты светильников	Соответствие – не соответствие
1255	ГОСТ IEC 60598-1, p.2				Классификация светильников	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1256	ГОСТ IEC 60598-1, p.3				Маркировка	наличие / отсутствие
1257	ГОСТ IEC 60598-1, p.4, п. 4.1- п. 4.19, п. 4.21- п. 4.25, п. 4.27				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1258	ГОСТ IEC 60598-1, p.5, п. 5.1-п. 5.3				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1259	ГОСТ IEC 60598-1, p.7, п. 7.1, п. 7.2				Заземление	Выдержал – не выдержал
1260	ГОСТ IEC 60598-1, p.8, п. 8.1, п. 8.2				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1261	ГОСТ IEC 60598-1, p.9, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.2.0, п. 9.3				Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1262	ГОСТ IEC 60598-1, p.10, п. 10.1-п. 10.3				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1263	ГОСТ IEC 60598-1, p.11, п. 11.1, п. 11.2				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,015-6,0) мм
1264	ГОСТ IEC 60598-1, p.12, п. 12.1-п. 12.7				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1265	ГОСТ IEC 60598-1, p.13, п. 13.1-п. 13.4				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1266	ГОСТ IEC 60598-1, p.14, п. 14.1-п. 14.4				Винтовые контактные зажимы	Выдержал – не выдержал
1267	ГОСТ IEC 60598-1, p.15, п. 15.1-п. 15.9				Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
1268	ГОСТ IEC 60598-2-4, п. 4.4	светильники общего назначения	27.90.11.000	9405 10 000 0	Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1269	ГОСТ IEC 60598-2-4, п. 4.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1270	ГОСТ IEC 60598-2-4, п. 4.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1271	ГОСТ IEC 60598-2-4, п. 4.11				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1272	ГОСТ IEC 60598-2-4, п. 4.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1273	ГОСТ IEC 60598-2-6, п. 6.6	светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания	27.90.11.000	9405 40 310 0	Конструкция	Выдержал – не выдержал
1274	ГОСТ IEC 60598-2-6, п. 6.8				Заземление	Выдержал – не выдержал
1275	ГОСТ IEC 60598-2-6, п. 6.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1276	ГОСТ IEC 60598-2-6, п. 6.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1277	ГОСТ IEC 60598-2-6, п. 6.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1278	СТБ МЭК 60598-2-6, п. 6.4				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1279	СТБ МЭК 60598-2-6, п. 6.5				Маркировка	наличие / отсутствие
1280	СТБ МЭК 60598-2-6, п. 6.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1281	СТБ МЭК 60598-2-6, п. 6.8				Заземление	Выдержал – не выдержал
1282	СТБ МЭК 60598-2-6, п. 6.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C

1	2	3	4	5	6	7
1283	СТБ МЭК 60598-2-6, п. 6.13	светильники ручные	27.90.11.000	9405 40 000 0	Защита от попадания пыли и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1284	СТБ МЭК 60598-2-6, п. 6.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1285	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1286	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.9				Контактные зажимы	Выдержал – не выдержал
1287	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1288	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.11				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1289	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.12				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,015-6,0) мм
1290	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1291	ГОСТ IEC 60598-2-8, п. 8.15				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1292	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.4				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1293	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.5				Маркировка	наличие / отсутствие
1294	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1295	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.9				Контактные зажимы	Выдержал – не выдержал
1296	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1297	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.11				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1298	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C

1	2	3	4	5	6	7
1299	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.13	светильники переносные детские	27.90.11.000	9405 40 000 0	Защита от попадания пыли и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1300	СТБ МЭК 60598-2-8, п. 8.15				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1301	ГОСТ IEC 60598-2-10, п. 10.4				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1302	ГОСТ IEC 60598-2-10, п. 10.5				Маркировка	наличие / отсутствие
1303	ГОСТ IEC 60598-2-10, п. 10.8				Заземление	Выдержал – не выдержал
1304	ГОСТ IEC 60598-2-10, п. 10.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1305	ГОСТ IEC 60598-2-10, п. 10.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1306	ГОСТ IEC 60598-2-10, п. 10.15	светильники – ночники со встроенной штепсельной вилкой	27.90.11.000	9405 40 000 0	Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1307	ГОСТ IEC 60598-2-12, п. 12.4				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1308	ГОСТ IEC 60598-2-12, п. 12.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1309	ГОСТ IEC 60598-2-12, п. 12.7				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1310	ГОСТ IEC 60598-2-12, п. 12.9				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1311	ГОСТ IEC 60598-2-12, п. 12.12				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,015-6,0) мм
1312	ГОСТ IEC 60598-2-12, п. 12.13				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1313	ГОСТ IEC 60598-2-12, п. 12.15				Винтовые контактные зажимы	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
1314	СТБ ИЕС 60598-2-12, п. 12.4				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1315	СТБ ИЕС 60598-2-12, п. 12.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1316	СТБ ИЕС 60598-2-12, п. 12.7				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1317	СТБ ИЕС 60598-2-12, п. 12.9				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1318	СТБ ИЕС 60598-2-12, п. 12.12				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,015-6,0) мм
1319	СТБ ИЕС 60598-2-12, п. 12.13				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1320	СТБ ИЕС 60598-2-12, п. 12.15				Винтовые контактные зажимы	Выдержал – не выдержал
1321	ГОСТ ИЕС 60598-2-23, п. 23.5	Системы световые сверх низкого напряжения для ламп накаливания	27.90.11.000	9405 40 000 0	Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1322	ГОСТ ИЕС 60598-2-23, п. 23.6				Маркировка	наличие / отсутствие
1323	ГОСТ ИЕС 60598-2-23, п. 23.7				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1324	ГОСТ ИЕС 60598-2-23, п. 23.9				Заземление	Выдержал – не выдержал
1325	ГОСТ ИЕС 60598-2-23, п. 23.10				Контактные зажимы и электрические соединения	Выдержал – не выдержал
1326	ГОСТ ИЕС 60598-2-23, п. 23.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1327	ГОСТ ИЕС 60598-2-23, п. 23.12				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1328	ГОСТ ИЕС 60598-2-23, п. 23.13				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1329	ГОСТ ИЕС 60598-2-23, п. 23.16				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1330	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.5				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48

1	2	3	4	5	6	7
1331	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.6	Светильники с ограничением температуры поверхности	27.90.11.000	9405 40 000 0	Маркировка	наличие / отсутствие
1332	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.7				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1333	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.9				Заземление	Выдержал – не выдержал
1334	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.10				Контактные зажимы и электрические соединения	Выдержал – не выдержал
1335	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Выдержал – не выдержал
1336	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.12				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1337	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.13				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1338	СТБ МЭК 60598-2-23, п. 23.16				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал
1339	ГОСТ ИЕС 60598-2-24, п. 24.4				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1340	ГОСТ ИЕС 60598-2-24, п. 24.5				Маркировка	наличие / отсутствие
1341	ГОСТ ИЕС 60598-2-24, п. 24.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1342	ГОСТ ИЕС 60598-2-24, п. 24.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1343	ГОСТ ИЕС 60598-2-24, п. 24.13				Защита от пыли, твердых частиц и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1344	СТБ МЭК 60598-2-24, п. 24.4				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1345	СТБ МЭК 60598-2-24, п. 24.5				Маркировка	наличие / отсутствие
1346	СТБ МЭК 60598-2-24, п. 24.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
1347	СТБ МЭК 60598-2-24, п. 24.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1348	СТБ МЭК 60598-2-24, п. 24.13				Защита от пыли, твердых частиц и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1349	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.2	Световые гирлянды	27.90.11.000	9405 30 000 0	Общие требования к испытаниям	-
1350	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.4				Классификация	Классы 0; 0I; I; II; III IP00 – IP48
1351	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.5				Маркировка	наличие / отсутствие
1352	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.6				Конструкция	Выдержал – не выдержал
1353	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.7				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,015-6,0) мм
1354	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.8				Заземление	Выдержал – не выдержал
1355	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.9				Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	Выдержал – не выдержал
1356	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.10				Присоединение к сети и другие внешние провода	Выдержал – не выдержал
1357	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.11				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1358	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал – не выдержал (0 - 800) °C
1359	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.13				Защита от попадания пыли и влаги	Выдержал – не выдержал IP00 – IP48
1360	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.14				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	(0,25 - 7,5) мА наличие / отсутствие
1361	СТБ МЭК 60598-2-20, п. 20.15				Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	(0,015-6,0) мм выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
1362	ГОСТ Р 51321.1, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3	Комплектные устройства и электроустановки на на	27.12.31.000	8537 10	Сведения предоставляемые изготовителем	наличие / отсутствие
1363	ГОСТ Р 51321.1, п. 7.4.4	пряжение до 1000 В, щитки осветительные для жилых зданий, щитки распределительные для общественных зданий, устройства вводно распределительные для жилых и общественных зданий, щитки осветительные для жилых и промыш- ленных зданий	27.90.40.190	8537 10 910 9 8537 10 990 0 8537 20 910 0 8538 10 000 0	Снятие электрического заряда	Выдержал – не вы- держал
1364	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.1 (п. 8.2.1.1 – п. 8.2.1.3.2, п. 8.2.1.5 – п. 8.2.1.7),				Проверка предельных значе- ний превышения температуры	Выдержал – не вы- держал
1365	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.4 (п.8.2.4.1)				Проверка эффективности цепи защиты	Выдержал – не вы- держал
1366	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.5				Проверка размеров воздуш- ных зазоров и расстояний утечки	Выдержал – не вы- держал (0,015-6,0) мм
1367	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.7				Проверка степени защиты	Выдержал – не вы- держал IP00 – IP48
1368	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.2.9				Проверка стойкости изоляци- онных материалов к аномаль- ному нагреву и огню (испыта- ние нагретой проволокой)	Выдержал – не вы- держал (0 - 950) °C
1369	ГОСТ Р 51321.1, п. 8.3.1 - п. 8.3.4	Устройства распределения и управления, предназна- ченные для эксплуатации -			Осмотр НКУ, включая про- верку монтажа и, в случае необходимости, проверку функционирования	наличие / отсутствие
1370	СТБ МЭК 60439-3, п. 8.2.1.3				Испытание на превышение температуры	Выдержал – не вы- держал

1	2	3	4	5	6	7
1371	СТБ МЭК 60439-3, п. 8.2.9	в местах, доступных неквалифицированному персоналу			Проверка конструкции и маркировка	наличие - отсутствие
1372	СТБ МЭК 60439-3, п. 8.2.12				Проверка сопротивления изоляционных материалов теплу	Выдержал – не выдержал
1373	СТБ МЭК 60439-3, п. 8.2.13				Проверка сопротивления изоляционных материалов ненормальному теплу и огню, возникающих из-за внутренних электрических эффектов	Выдержал – не выдержал
1374	СТБ МЭК 60439-3, п. 8.2.14				Проверка сопротивления влажности	Выдержал – не выдержал
1375	СТБ МЭК 60439-3, п. 8.2.15				Проверкой механической прочности средств крепления корпуса	Выдержал – не выдержал
1376	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.1	Оборудование электросварочное	27.90.31.110 28.99.39.190	8515 39 130 0 8515 39 180 0 8515 39 900 0 9015	Общие требования	-
1377	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.2				Требования изоляции	Выдержал – не выдержал
1378	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.3	Аппаратура и оборудование вспомогательное для исследований в скважинах прочие			Требования к защитному заземлению	Выдержал – не выдержал
1379	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.4				Требования к органам управления	наличие / отсутствие
1380	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.7				Требования к зажимам и вводным устройствам	Выдержал – не выдержал
1381	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.8				Требования к предупредительной сигнализации, надписям и табличкам	Выдержал – не выдержал
1382	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.9				Требования к маркировке и различительной окраске	Наличие - отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1383	ГОСТ 12.2.007.8, п.1	Блоки электронагревателей Электрокалориферы, электрокотлы, электроводонагреватели и подогреватели промышленного назначения, установки и устройства электрообогревательные сельскохозяйственного назначения	28.21.13.129	8514	Общие требования	-
1384	ГОСТ 12.2.007.8, п.2				Устройства для дуговой сварки	Выдержал – не выдержал
1385	ГОСТ 12.2.007.8, п.9				Устройства для контактной сварки	Выдержал – не выдержал
1386	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.1				Общие требования	-
1387	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.2				Требования изоляции	Выдержал – не выдержал
1388	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.3				Требования к защитному заземлению	Выдержал – не выдержал
1389	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.4				Требования к органам управления	наличие / отсутствие
1390	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.7				Требования к зажимам и вводным устройствам	Выдержал – не выдержал
1391	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.8				Требования к предупредительной сигнализации, надписям и табличкам	Выдержал – не выдержал
1392	ГОСТ 12.2.007.0, п. 3.9				Требования к маркировке и различительной окраске	наличие / отсутствие
1393	ГОСТ IEC 60950-1, п. 1.3	Машины вычислительные электронные персональные в том числе системные блоки, источники бесперебойного питания, коммутаторы аппаратно-программные	26.20.13.000	8471 49 000 0	Общие требования	Соответствие – не соответствие
1394	ГОСТ IEC 60950-1, п. 1.4		26.20.40.110 26.20.40.190	8471 30 000 0 8471 41 000	Общие условия испытаний	Соответствие – не соответствие
1395	ГОСТ IEC 60950-1, п. 1.5.1, п. 1.5.2, п. 1.5.4 - 1.5.6 п. 1.5.8, п.1.5.9				Компоненты	наличие - отсутствие
1396	ГОСТ IEC 60950-1, п. 1.6.1 – 1.6.4				Подключение к сети электропитания	Выдержал – не выдержал
1397	ГОСТ IEC 60950-1, п. 1.7.1 – 1.7.14				Маркировка и инструкции	наличие - отсутствие
1398	ГОСТ IEC 60950-1, п. 2.8.1 – 2.8.6, п. 2.8.7.1, п. 2.8.7.2, п. 2.8.8				Защитные блокировки	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
1399	ГОСТ IEC 60950-1, п.2.9.1-2.9.4				Электрическая изоляция	Выдержал – не выдержал
1400	ГОСТ IEC 60950-1, п.2.10.1, п. 2.10.2, п. 2.10.3.1 - 2.10.3.8, п. 2.10.4, п. 2.10.5.1, п. 2.10.5.2, п. 2.10.5.4 – п. 2.10.5.14, п. 2.10.6.1, п.2.10.6.3 – 2.10.6.4, 2.10.7, п. 2.10.8.1, п. 2.10.8.3, п.2.10.8.4				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	Выдержал – не выдержал
1401	ГОСТ IEC 60950-1, п.3.1 – 3.4				Электропроводка, соединения и электропитание	Выдержал – не выдержал
1402	ГОСТ IEC 60950-1, п. 3.5.1 – 3.5.4				Подсоединение к оборудованию	Выдержал – не выдержал
1403	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.1,				Устойчивость	Выдержал – не выдержал
1404	ГОСТ IEC 60950-1, п. 4.2.1 – 4.2.10				Механическая прочность	Выдержал – не выдержал
1405	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.3.1 – 4.3.9				Конструкция оборудования	Выдержал – не выдержал
1406	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.4.1 – 4.4.4				Защита от опасных подвижных частей	Выдержал – не выдержал
1407	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.5.1 – 4.5.5				Требования к тепловым режимам	Выдержал – не выдержал
1408	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.6.1, п. 4.6.3, п.4.6.4				Отверстия в кожухе	Выдержал – не выдержал
1409	ГОСТ IEC 60950-1, п.4.7.1 – 4.7.3				Огнестойкость	Выдержал – не выдержал
1410	ГОСТ IEC 60950-1, п.5.1.1- 5.3.7, п. 5.3.9				Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы	Выдержал – не выдержал
1411	ГОСТ 14254 (МЭК 529-89), р. 11		-	-	Общие правила испытаний	Соответствие - не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
1412	ГОСТ 14254 (МЭК 529-89), п. 12				Испытание защиты от доступа к опасным частям оборудования, обозначаемой первой характеристической цифрой	Соответствие - не соответствие IP0X – IP4X
1413	ГОСТ 14254 (МЭК 529-89), п. 13.1-п. 13.3				Испытание защиты от попадания внешних твердых предметов, обозначаемых первой характеристической цифрой	Соответствие - не соответствие IP0X – IP4X
1414	ГОСТ 14254 (МЭК 529-89), п. 14				Испытание защиты от воды, обозначаемой второй характеристической цифрой	Соответствие - не соответствие IPX0 – IPX8
1415	ГОСТ 14254 (МЭК 529-89), п. 15				Испытание защиты от доступа к опасным частям, обозначаемой дополнительной буквой	Соответствие - не соответствие
1416	ГОСТ 33073				Испытания электроэнергии Отбор проб	-
1417	ГОСТ 30804.4.30, п. 5.1	Электрическая энергия в электрических сетях переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	35.11.10	2716 00 000 0	Частота	(42,5 Гц -57,5 Гц) ± 7,5 Гц
1418	ГОСТ 30804.4.30, п.5.2, 5.12				Измерения отрицательного и положительного отклонений напряжения	5 - 330 В
1419	ГОСТ 30804.4.30, п.5.3				Фликер - кратковременная доза фликера	0,2 – 10
1420	ГОСТ 30804.4.30, п.5.4				Провалы напряжения и перенапряжения: - длительность провала напряжения;	0,01 – 60 с

1	2	3	4	5	6	7
					- глубина провала напряжения; - максимальное значение перенапряжения; - длительность временного перенапряжения	10 - 100 % 330 В 0,01 – 60 с
1421	ГОСТ 30804.4.30, п.5.7				Несимметрия напряжений: - коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности; - коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности	0 – 25 % 0 – 25 %
1422	ГОСТ 30804.4.30, п.5.8				Гармоники напряжения: - коэффициент гармонических составляющих напряжения до 50-го порядка; - суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения	0 – 20 % 0 – 30 %
Запасные части и принадлежности комплектных устройств на напряжение до 1000 В						
1423	ГОСТ Р 51321.1 п. 7.2.1	Запасные части и принадлежности комплектных устройств на напряжения до 1000 В	27.90.11.000	8537	Степень защиты	IP00 - IP48
1424	ГОСТ 32126.1, п. 8	Коробки и корпуса для электрических аппаратов	27.33.13.190	8537	Маркировка	наличие - отсутствие
1425	ГОСТ 32126.1, п. 9				Размеры	(0-1000) мм
1426	ГОСТ 32126.1, п. 10				Защита от поражения электрическим током	Выдержал – не выдержал
1427	ГОСТ 32126.1, п. 13				Устойчивость к старению, воздействию влаги и проникновению твердых частиц	Выдержал – не выдержал
1428	ГОСТ 32126.1, п. 14				Испытания на сопротивление и электрическую прочность изоляции	Выдержал – не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
1429	ГОСТ 32126.1, п. 16				Нагревостойкость	Выдержал – не выдержал
1430	ГОСТ 32126.1, п. 18				Тепло- и огнестойкость изоляционных материалов	Выдержал – не выдержал

Исполняющий обязанности генерального директора
ФБУ «Краснодарский ЦСМ»

А.Х. Кульчаев