



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
СТ «ВЗ» № 1348
от 20.09.2019 г.

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.512825

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория перевалочного комплекса «Шесхарис»

акционерного общества «Черноморские магистральные нефтепроводы»

наименование испытательной лаборатории (центра)

353911, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, Шесхарис

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32139	нефть	06.10.10.200, 06.10.10.210, 06.10.10.220, 06.10.10.300	-	Массовая доля серы	(0,015-4,6), массовая доля, %
		мазут	19.20.28.100, 19.20.28.110, 19.20.28.120	-		
		топливо	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.312, 19.20.21.313,	-		
		дизельное	19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.400, 19.20.27.190	-		
		топливо газотурбинное	19.20.21.400	-		
		дистилляты легкие	19.20.21.600, 19.20.23.190, 19.20.32.115, 19.20.4	-		
2	ГОСТ EN 12916	топливо	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.400, 19.20.27.190	-	Ароматические углеводороды, в том числе полициклические	(1 - 12), массовая доля, %
3	ГОСТ ISO 12156-1	топливо дизельное	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.400, 19.20.27.190	-	Смазывающая способность	(300 - 600) мкм

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ EN 116	топливо дизельное	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.400, 19.20.27.190	-	Предельная температура фильтруемости	(от 0 до -35) °С
5	BS EN 12662	топливо дизельное	19.20.21.300, 19.20.21.310, 19.20.21.312, 19.20.21.313, 19.20.21.314, 19.20.21.315, 19.20.21.320, 19.20.21.322, 19.20.21.323, 19.20.21.324, 19.20.21.325, 19.20.21.332, 19.20.21.333, 19.20.21.334, 19.20.21.335, 19.20.21.400, 19.20.27.190	-	Общее содержание загрязнений	(12 -30) мг/кг

Заместитель генерального директора АО "Черномортранснефть"
по доверенности № 365 от 22.11.2018



В.В. Ревякин

Прошито, листов


2

Руководитель экспертной группы - Эксперт по аккредитации

[Signature]

Технический эксперт

[Signature]



С.Н. Гусарова

[Signature]