

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А. Г.

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA-RU.21UN02
от "27" ноября 2014 г.

на 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной (химико-аналитической) лаборатории № 3 ООО «РН-Уватнефтегаз»

Россия, Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ЛПДС «Демьянская» коммерческий узел учета нефти, строение -4

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 2477	Нефть	06.10.10.200	-	Массовая доля воды	(0,03 - 1,0) %
2	ГОСТ 11851, Метод А				Массовая доля парафина	(0,5 - 6,0) %
3	ГОСТ 21534, Метод А				Массовая концентрация хлористых солей	(0,5 – 200,0) мг/дм ³
4	ГОСТ 6370				Массовая доля механических примесей	(0,0010 – 0,1000) %

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 51947	Нефть	06.10.10.200	-	Массовая доля серы	(0,015 – 3,00) %
6	ГОСТ 1756				Давление насыщенных паров	(20,0 - 66,7) кПа
7	ГОСТ 2177, Метод Б, приложение А				Выход фракций, объемная доля отгона: - до 200 °С, - до 300 °С	(10,0 – 30,0) % (30,0 – 59,0) %
8	ГОСТ Р 52247, Метод А				Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	(1,0 – 10,0) млн. ⁻¹ (ppm)
9	ГОСТ Р 52247, Метод Б				Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	(1,0 – 10,0) млн. ⁻¹ (ppm)
10	ГОСТ Р 50802				Массовая доля сероводорода	(2,0 - 10,0) млн. ⁻¹ (ppm)
					Массовая доля метил- и этилмеркаптанов (в сумме)	(2,0 - 10,0) млн. ⁻¹ (ppm)
11	ГОСТ 33				Вязкость кинематическая (в диапазоне рабочих температур от 20 до 40 °С)	(12,00 – 50,00) мм ² /с
12	ГОСТ 3900, п. 1				Плотность при 20 °С	(770,0-900,0) кг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
13	ГОСТ Р 51069	Нефть	06.10.10.200	-	Плотность при 15 °С	(770,0-900,0) кг/м ³
14	ФР.1.31.2014.17114				Плотность (при условиях измерения массы (объема), при 15 °С, при 20 °С)	(860,0-900,0) кг/м ³



Генеральный директор ООО «РН-Уватнефтегаз»

подпись

Е.В. Задорожный

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

3

листов

(подпись)



Эксперт по аккредитации

Н.Н. Николаев

Технический эксперт

Т.В. Зими́на

Баранов Д.В.