

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)**  
**Лаборатории физико-химических исследований Терминал УПН «Уса»**  
**Центральной комплексной лаборатории**  
**Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми»**

наименование испытательной лаборатории (центра)

169710, Россия, Республика Коми, Усинский район, Головные сооружения, квартал 513, выдел №42  
адрес места осуществления деятельности

| № | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний), измерений | Наименование<br>объекта | Код ОКПД<br>2                | Код ТН<br>ВЭД ЕАЭС | Определяемая<br>характеристика<br>(показатель) | Диапазон<br>определения                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                           | 3                       | 4                            | 5                  | 6                                              | 7                                                                    |
| 1 | ГОСТ 33<br>(за исключением п.10;<br>приложения А)                                           | Нефть                   | 06.10.10.100<br>06.10.10.200 | -                  | Вязкость<br>кинематическая                     | (100,1-1000) мм <sup>2</sup> /с                                      |
| 2 | ГОСТ 21534 (Метод А)                                                                        |                         |                              |                    | Массовая концентрация<br>хлористых солей       | (150,1-300,0) мг/дм <sup>3</sup>                                     |
| 3 | ГОСТ 11851 (Метод А)                                                                        |                         |                              |                    | Массовая доля<br>парафина                      | (12,1-20,0) % мас                                                    |
| 4 | ГОСТ 20287 (метод Б)                                                                        |                         |                              |                    | Температура<br>застывания                      | (от минус 25 до<br>минус 11) °С<br><br>(от плюс 21 до<br>плюс 30) °С |

Начальник Центральной комплексной лаборатории  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»  
(доверенность № ЛК-324 от 01.01.2020)



Д.В. Шалагин