



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от « 9 » 09 2020 г.
№ 02 - 278

Область аккредитации

Испытательного центра светотехнической продукции

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Общества с ограниченной ответственностью "ВНИСИ"

129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, строение 2

129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, строение 4

РДСС RU.0001.2111165

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, строение 2						
1	ГОСТ IEC 60598-1, п.3 п.3.4	Оборудование световое/светильники общего назначения	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
2	ГОСТ IEC 60598-1, п.4				Конструкция: - габаритные и установочные размеры, - масса	соответствует/не соответствует (1-3000) мм (0.1-30.0) кг
3	ГОСТ IEC 60598-1, п.4.12				Крутящий момент винтовых и других механических соединений	(0.3-25.0) Н*м
4	ГОСТ IEC 60598-1, п.4.14.1				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
5	ГОСТ IEC 60598-1, п.4.14.3				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
6	ГОСТ IEC 60598-1, п.4.18.1				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/ нестойкость 10% водный раствор хлористого аммония (100±5)°C
7	ГОСТ IEC 60598-1, п.5.2.10.3				Защита проводов от натяжения и скручивания: - сила - вращающий момент	соответствует/не соответствует (60-120) Н до 0.35 Н*м
8	ГОСТ IEC 60598-1, раздел 7				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной метал. деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0.1 - 15.0) В
9	ГОСТ IEC 60598-1, п.4.11				Электрические соединения и токопроводящие детали	соответствует/не соответствует
10	ГОСТ IEC 60598-1, п.4.18.1				Защита от коррозии	соответствует/не соответствует
11	ГОСТ IEC 60598-1, п.8.2.5				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
12	ГОСТ IEC 60598-1, п.10.3				Ток прикосновения/ток защитного проводника	(0.7- 10) mA
13	ГОСТ IEC 60598-1, п.11.2				Пути утечек Воздушные зазоры	(0.6 - 11.0) мм (0.2 - 11.0) мм
14	ГОСТ IEC 60598-1, п.12.3., п.12.4, п.12.5.1				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость