



ПРИКАЗ

от « 31 » 12 2020 г.
№ ПК 1- 980

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория НИЭЦ «Стройтест»

Уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AП69

РА.РУ. 21AП69

наименование испытательной лаборатории

301367-РЕССИЯ, Тульская обл., Алексинский район, г. Алексин, ул. Болотова, д. 18, стр. 1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ Р 53313 п. 5.4	3 Арматура электромонтажная Кабельные короба и каналы (в том числе каналы перфорированные) электромонтажные для прокладки в электрических шкафах), трубы электромонтажные для прокладки кабелей и изолированных проводов из полимерных материалов	4 22.21 22.23 22.29 27.32 27.33 27.90	5 3916 3917 3920 3925 8547	6 Стойкость к распространению горения при одиночной или групповой прокладке - время - атмосферное давление - относительная влажность - скорость движения воздуха - линейные размеры	7 выдержал/ не выдержал 0 - 60 мин 80 - 106 кПа 10 - 100% 0,1-20 м/с 0 - 10000 мм
2	ГОСТ Р 53292 п. 6.1, 6.2	Огнезащитные вещества и материалы для древесины и материалов на её основе	20.12 20.13 20.14 20.20 20.30 20.52 22.19 23.99 20.59 23.20	3209 3808 3809 3824 6806 6808 6809 6815	Группа огнезащитной эффективности - среднее арифметическое потери массы образцов - температура - время - атмосферное давление - относительная влажность - скорость движения воздуха - влажность образца - линейные размеры - масса	I группа/ II группа/ не обеспечивает 0 - 100% 0 - 1100 °C 0 - 60 мин 80 - 106 кПа 10 - 100% 0,1 - 20 м/с 0,5 - 30% 0 - 300 мм 0 - 600 г
3	ГОСТ Р 53292 п. 6.3	Огнезащитные вещества и материалы для древесины и материалов на её основе	20.12 20.13 20.14 20.20 20.30 20.52 22.19 23.99 20.59	3209 3808 3809 3824 6806 6808 6809 6815	Устойчивость средства огнезащиты к старению - среднее арифметическое потери массы образцов - температура - время - атмосферное давление	выдерживает/ не выдерживает 0 - 100 % 0 - 65 °C 0 - 60 мин 80 - 106 кПа