

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель) руководителя
Федеральной службы по аккредитации
ИНТЗАК 3.1.

подпись фамилия, инициалы

15 АВГ 2019 Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.21МП26
"22" июля 2015 г.

На 108 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
Общества с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»
наименование испытательной лаборатории (центра)

123308, Москва г, Мневники ул., дом № 3, корпус 1, этаж 1 помещение III, этаж 3 помещение I, этаж 5 антресоль
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	СТБ ЕН 55011 Раздел 7-10 ГОСТ 30805.16.2.1 ГОСТ 30805.16.2.3	Промышленные, научные и медицинские электрические устройства, работающие в диапазоне частот до 400 ГГц, и бытовое или подобное оборудование, предназначенное для генерирования и/или использования локальной радио- частотной энергии	26.00 27.90	8413, 8414, 8417, 8418, 8419, 8420, 8480, 8481, 8514, 8515, 8540, 9018, 9027	Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах в полосе частот 9 кГц-30 МГц Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 9 кГц-18000 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ) От -50 до 200 дБ(мкВ/м) От -50 до 200 дБ(мкА/м)
2.	ГОСТ Р 51318.11 Раздел 5-9 ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ CISPR 16-4-2	Высокочастотные устройства промышленного, научного, медицинского, бытового назначения, оборудование электроэрозийной обработки, аппараты дуговой сварки	26.00 27.90	8413, 8414, 8417, 8418, 8419, 8420, 8480, 8481, 8514, 8515, 8540, 9018, 9027	Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах в полосе частот 9 кГц-30 МГц Уровень излучаемых электромагнитных	От -50 до 200 дБ(мкВ) От -50 до 200 дБ(мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
					помех в полосе частот 9 кГц-18000 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ/м)
3.	ГОСТ 30804.6.3 Раздел 4	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением		8413, 8414 8417, 8418 8419, 8420 8480, 8481 8514, 8515 8540, 9018 9027, 9019,	Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах и портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ)
				8516, 8543, 8479, 8509, 8450, 8510, 8529, 8504, 8524, 8467	Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ/м)
4.	ГОСТ 30804.6.4 Раздел 4	Технические средства, применяемые в промышленных зонах		8413, 8414 8417, 8418 8419, 8420 8480, 8481 8514, 8515 8540, 9018 9027	Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах и портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ)
					Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ/м)
5.	ГОСТ 30324.1.2 Раздел 6.1 ГОСТ Р 51318.16.2.5	Медицинские электрические изделия и медицинские электрические системы	32.50.2 32.50.3 32.50.5 26.60.1	9027, 9018 9022, 9019 9020, 9402 8419, 9021	Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах и портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ)
					Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 9 кГц-18000 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ/м) От -50 до 200 дБ(мкА/м)
6.	ГОСТ Р 51522.1 Раздел 7		26.00 27.90	8413, 8414 8417, 8418 8419, 8420	Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах и	От -50 до 200 дБ(мкВ)

1	2	3	4	5	6	7
		Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения		8480, 8481 8514, 8515 8540, 9018 9027	портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 9 кГц-18000 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ/м)
7.	ГОСТ Р 51522.2.1 Раздел 7				Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах и портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 9 кГц-18000 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ/м)
8.	ГОСТ Р 51522.2.2 Раздел 7				Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах и портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 9 кГц-18000 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ/м)
9.	ГОСТ 30805.22 Раздел 9-10	Оборудование информационных технологий	26.40 26.20 26.30 27.90	8525 8528 8471 8470	Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах и портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 30 МГц-6000 МГц	-50-200 дБ(мкВ) От -50 до 200 дБ(мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 30805.14.1 Раздел 5,6,7,	Бытовые электрические приборы, электрические инструменты, регулирующие (управляющие) устройства на полупроводниковых приборах, электромедицинские установки с приводом от электродвигателя, электрические и электронные игрушки, аппараты автоматической расфасовки, кино- и диапроекторы, а также другие ТС		9019, 8516, 8543, 8479, 8418, 8509, 8450, 8510, 8529, 8504, 8524, 8467	Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах в полосе частот 150 кГц-30 МГц Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	-50-200 дБ(мкВ) От -50 до 200 дБ(мкВ/м)
11.	ГОСТ CISPR 14-1 Раздел 5,6,7,				Уровень мощности радиопомех в полосе частот 30 МГц-300 МГц Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах в полосе частот 150 кГц-30 МГц Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	От 0 до 100 дБ(пВт) От -50 до 200 дБ(мкВ) От -50 до 200 дБ(мкВ/м)
12.	СТБ EN 55015 Раздел 7,8,9	Светового оборудования, основной функцией которого является создание и/или распределение света, предназначенного для освещения и питающегося от низковольтной электрической сети или от батарей; световых частей многофункционального оборудования, одной из основных функций которого является освещение; отдельного	27.40	9405	Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах в полосе частот 150 кГц-30 МГц Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 9 кГц-300 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ) От -50 до 200 дБ(мкВ/м) От -50 до 200 дБ(мкА/м)

1	2	3	4	5	6	7
		вспомогательного оборудования, предназначенного для использования исключительно со световым оборудованием; оборудования ультрафиолетового и инфракрасного излучения; рекламного неоновового светового оборудования; уличного/прожекторного светового оборудования, предназначенного для наружного использования; светового оборудования, применяемого на транспорте (установленного на судах и в поездах)			Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах в полосе частот 150 кГц-30 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ)
13.	ГОСТ CISPR 15 Раздел 7,8,9				Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 9 кГц-300 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ/м) От -50 до 200 дБ(мкА/м)
14.	ГОСТ 30804.3.2 Раздел 6	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе) (далее - технические средства), предназначенные для подключения к низковольтным распределительным электрическим сетям	26.40 26.20 26.30 27.90 27.40 32.50.2 32.50.3 32.50.5 26.60.1	8413, 8414 8417, 8418 8419, 8420 8480, 8481 8514, 8515 8540, 9018 9027, 9019, 8516, 8543, 8479, 8509, 8450, 8510, 8529, 8504, 8524, 8467, 8525, 8528 8471, 8470, 9022, 9020, 9402, 9021, 9405	Значение гармонических составляющих потребляемого тока от 0 до 40 гармоники	0-100 А
15.	ГОСТ 30804.3.3 Раздел 4, 6	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе) (далее - технические средства), предназначенные для подключения к низковольтным распределительным электрическим сетям			кратковременная доза фликера Pst длительная доза фликера Plt относительное изменение напряжения dc Максимальное относительное изменение напряжения dmax	0-1 0-0,65 0-3,3% 0-4%
16.	ГОСТ 30324.1.2 Раздел 6.2 ГОСТ Р 51318.16.2.5	Медицинские электрические изделия и медицинские электрические системы	32.50.2 32.50.3 32.50.5 26.60.1	9027 9018 9022 9019 9020 9402	Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ Устойчивость к излучаемому радиочастотному	Устойчиво/неустойчиво Устойчиво/неустойчиво

1	2	3	4	5	6	7
				8419	электромагнитному полю 10 В/м с частотой от 80 до 2500 МГц	
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 10 В с частотой 0,15-80 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц 3 А/м	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 10 В/м с частотой от 80 до 2700 МГц	Устойчиво/неустойчиво
17.	ГОСТ Р 51522.1 Раздел 6	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	26.00 27.90	8413, 8414 8417, 8418 8419, 8420 8480, 8481 8514, 8515 8540, 9018 9027		

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 10 В с частотой 0,15-80 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво
18.	ГОСТ Р 51522.2.1 Раздел 6 ГОСТ Р 51522.1 Раздел 6				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц 30 А/м	Устойчиво/неустойчиво
19.	ГОСТ Р 51522.2.2 Раздел 6 ГОСТ Р 51522.1 Раздел 6				помехоустойчивость	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 2700 МГц	Устойчиво/неустойчиво
20.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Раздел 6,7	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения			Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах и	От -50 до 200 дБ(мкВ)

1	2	3	4	5	6	7
					портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц	
					Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 9 кГц-18000 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ/м)
					Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 10 В/м с частотой от 80 до 2700 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 10 В с частотой 0,15-80 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц 30 А/м	Устойчиво/неустойчиво
					Уровень напряжений радиопомех на сетевых зажимах и портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ)
					Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 9 кГц-18000 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ/м)
					Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 2700 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 1 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам с уровнем 1 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 3 В с частотой 0,15-80 МГц	Устойчиво/неустойчиво
21.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6	Медицинское оборудование для in vitro диагностики в лабораторных условиях с учетом особенностей данного электрического оборудования и его электромагнитной обстановки				

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц 3 А/м	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
22.	ГОСТ Р ИСО 14708-1	Активные имплантируемые медицинские изделия			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 2700 МГц	Устойчиво/неустойчиво
				8413, 8414 8417, 8418 8419, 8420 8480, 8481 8514, 8515 8540, 9018 9027, 9019, 8516, 8543, 8479, 8509, 8450, 8510, 8529, 8504, 8524, 8467	Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 2700 МГц	Устойчиво/неустойчиво
23.	ГОСТ 30804.6.1 Раздел 7,8	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 1 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным	Устойчиво/неустойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					радиочастотными электромагнитными полями 3 В с частотой 0,15-80 МГц	
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчи во
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц 3 А/м	Устойчиво/неустойчи во
				8413, 8414 8417, 8418 8419, 8420 8480, 8481 8514, 8515 8540, 9018 9027	Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчи во
		Технические средства, применяемые в промышленных зонах			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 10 В/м с частотой от 80 до 2700 МГц	Устойчиво/неустойчи во
24.	ГОСТ 30804.6.2 Раздел 7,8				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчи во
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехи с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчи во
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 10 В с частотой 0,15-80 МГц	Устойчиво/неустойчи во

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц 30 А/м	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 1 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 3 В с частотой 0,15-80 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до	Устойчиво/неустойчиво
		Оборудование информационных технологий	26.40 26.20 26.30 27.90	8525 8528 8471 8470		
25.	ГОСТ CISPR 24 Раздел 4,5,6,10					

1	2	3	4	5	6	7
					80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц 1 А/м	Устойчиво/неустойчиво
				9019, 8516, 8543, 8479, 8418, 8509, 8450, 8510, 8529, 8504, 8524, 8467	Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 0,5 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 3 В с частотой 0,15-150 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво
26.	ГОСТ 30805.14.2 Раздел 5,6,7	Технические средства - приборы и устройства бытового и аналогового назначения, использующие электрическую энергию, а также электрические игрушки и электрические инструменты с номинальным напряжением электропитания не более 250 В - для устройств, подключаемых к однофазным (двухпроводным и трехпроводным) электрическим сетям, и не более 480 В - для других устройств и устанавливает требования их устойчивости к электромагнитным помехам				
27.	ГОСТ ИЕС 61547 Раздел 4-8	Лампы, вспомогательные устройства и осветильники предназначенные для подключения к низковольтным	27.40	9405	Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво

1	2	3	4	5	6	7
		электрическим сетям или получающие питание от батарей			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 1 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 3 В с частотой 0,15-80 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц 3 А/м	Устойчиво/неустойчиво
			27.40	9405	Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
28.	ГОСТ Р 51514 Раздел 4-8	Световое оборудование общего назначения, включая лампы, вспомогательные устройства и светильники, предназначенные для подключения к низковольтным электрическим сетям, или получающие питание от батарей			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц	Устойчиво/неустойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 1 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 3 В с частотой 0,15-80 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц 3 А/м	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
29.	ГОСТ 30804.4.2 Раздел 7,8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронные изделия и оборудование	26.40 26.20 26.30	8413, 8414 8417, 8418 8419, 8420	Устойчивость к электростатическому разряду до 15 кВ	Устойчиво/неустойчиво
30.	ГОСТ 30804.4.3 Раздел 7,8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронные изделия и оборудование	27.90 27.40 32.50.2 32.50.3 32.50.5	8480, 8481 8514, 8515 8540, 9018 9027, 9019, 8516, 8543,	Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 10 В/м с	Устойчиво/неустойчиво

1	2	3	4	5	6	7
			26.60.1	8479, 8509, 8450, 8510, 8529, 8504, 8524, 8467, 8525, 8528 8471, 8470, 9022, 9020, 9402, 9021, 9405	частотой от 80 до 1000 МГц	Устойчиво/неустойчи во
31.	ГОСТ 30804.4.4 Раздел 7,8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронные изделия и оборудование			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 4 кВ	Устойчиво/неустойчи во
32.	СТБ МЭК 61000-4-5 Раздел 6,7,8	Электротехническое и электронное оборудование			Устойчивость к микросекундным импульсным помехи с уровнем 4 кВ	Устойчиво/неустойчи во
33.	ГОСТ Р 51317.4.5 Раздел 6,7,8				Устойчивость к микросекундным импульсным помехи с уровнем 4 кВ	Устойчиво/неустойчи во
34.	СТБ ИЕС 61000-4-6 Раздел 6,7,8	Электротехническое и электронное оборудование			Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 10 В с частотой 0,009-80 МГц	Устойчиво/неустойчи во
35.	ГОСТ Р 51317.4.6 Раздел 6,7,8				Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 10 В с частотой 0,009-80 МГц	Устойчиво/неустойчи во
36.	ГОСТ 30804.4.11 Раздел 5,6,7,8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронные изделия и оборудование			Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчи во
37.	ГОСТ ИЕС 61000-4-8 Раздел 6,7,8	Электротехническое и электронное оборудования бытового,			Устойчивость к магнитному полю	Устойчиво/неустойчи во

1	2	3	4	5	6	7
		коммерческого и промышленного назначения			промышленной частоты 50 Гц 30 А/м	
38.	ГОСТ Р 50648 Раздел 6,7,8				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц 30 А/м	Устойчиво/неустойчиво
39.	ГОСТ ИЕС 61000-4-9	Электротехническое и электронное оборудование бытового, коммерческого и промышленного назначения			Устойчивость к импульсному магнитному полю 300 А/м	Устойчиво/неустойчиво
40.	ГОСТ Р 50649 Раздел 6,7,8				Устойчивость к импульсному магнитному полю 300 А/м	Устойчиво/неустойчиво
41.	ГОСТ Р 52459.31 Раздел 7 ГОСТ 32134.1	Радиооборудование для активных медицинских имплантатов крайне малой мощности и связанные с ними периферийные устройства, работающему в полосе частот от 9 до 315 кГц			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 и 10 В/м с частотой от 80 до 2700 МГц	Устойчиво/неустойчиво
42.	ГОСТ Р 52459.27 Раздел 7 ГОСТ 32134.1	Активные медицинские имплантаты крайне малой мощности и связанные с ними периферийные устройства			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 и 10 В/м с частотой от 80 до 2700 МГц	Устойчиво/неустойчиво
43.	ГОСТ Р 52583 Раздел 10	Кресел-колясок с электроприводом и скутеров, максимальная скорость которых не превышает 15 км/ч, предназначенных для передвижения инвалидов внутри и вне помещений			Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах и портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ)
					Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 12 В/м с частотой от 26 до 1000 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 1 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 3 В с частотой 0,15-80 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво
44.	ГОСТ Р ИСО 7176-21 Раздел 9-11	Кресла коляски с электроприводом и скутера с зарядными устройствами			Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах и портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ)
					Уровень излучаемых электромагнитных	От -50 до 200 дБ(мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
					помех в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	
					Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 12 В/м с частотой от 26 до 1000 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 1 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 3 В с частотой 0,15-80 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво
45.	ГОСТ 30880 Раздел 7	Носимые слуховые аппараты индивидуального пользования с электронным усилителем			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой	Устойчиво/неустойчиво

1	2	3	4	5	6	7
46.	ГОСТ Р 51407 Раздел 6, 7				от 800 до 960 МГц, 2 В/м с частотой от 1400 до 2000 МГц Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 800 до 960 МГц, 2 В/м с частотой от 1400 до 2000 МГц	Устойчиво/неустойчиво
47.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 Раздел 5-9	Медицинские электрические изделия и медицинские электрические системы	32.50.2 32.50.3 32.50.5 26.60.1	9027, 9018 9022, 9019 9020, 9402 8419, 9021	Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах и портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 9 кГц-18000 МГц Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 10 В/м с частотой от 80 до 2500 МГц Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ Устойчивость к микросекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	От -50 до 200 дБ(мкВ) От -50 до 200 дБ(мкВ/м) От -50 до 200 дБ(мкА/м) Устойчиво/неустойчиво Устойчиво/неустойчиво Устойчиво/неустойчиво Устойчиво/неустойчиво Устойчиво/неустойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 10 В с частотой 0,15-80 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц 3 А/м	Устойчиво/неустойчиво
		Системы бесперебойного питания (СБП), предназначенные для применения в качестве автономных СБП или в составе нескольких взаимосвязанных СБП с дополнительными устройствами управления и коммутации, образующих единую систему электроснабжения подключаемых к низковольтным электрическим сетям			Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах и портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ)
					Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ/м)
				901900	Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
				851000	Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 10 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц	Устойчиво/неустойчиво
				850900		
				851600		
				850900		
48.	ГОСТ 32133.2 Раздел 6,7,				Устойчивость к наносекундным	Устойчиво/неустойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					импульсным помехам с уровнем 2 кВ	
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 10 В с частотой 0,15-80 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц 30 А/м	Устойчиво/неустойчиво
					Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах и портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ)
					Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ/м)
					Уровень мощности радиопомех в полосе частот 30 МГц-300 МГц	0-100 дБ(пВт)
49.	ГОСТ 32132.3 Раздел 5-8 ГОСТ 30805.16.1.3 ГОСТ 30805.16.2.2	Источники питания с выходным напряжением постоянного тока до 200 В при уровне мощности до 30 кВт, подключаемым к источникам переменного и постоянного тока напряжением до 600 В		901900 851000 850900 851600 850900		

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 10 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам с уровнем 1, 2 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 10 В с частотой 0,15-80 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво
50.	ГОСТ 30805.13 Раздел 5 ГОСТ 30805.16.1.3 ГОСТ 30805.16.2.2	Радиовещательные приемники, телевизоры (телевизионные приемники) и функционально связанную с ними бытовую радиоэлектронную аппаратуру, а также на платы тюнеров для персональных компьютеров		8525 00 8528 00 8471 00	Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах, ВЧ-выходе, антенных входах в полосе частот 150 кГц-30 МГц 30 МГц-2150 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ)

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень излучаемых электромагнитных помех в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ/м)
					Уровень мощности радиопомех в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	0-100 дБ(пВт)
					900-18000 МГц	
51.		Приемники телевизионного вещания, приемникам звукового вещания и связанному с ними оборудованию, предназначенным для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением			Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчи во
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 10 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц	Устойчиво/неустойчи во
	ГОСТ Р 51318.20 Раздел 5 за исключением 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 2 кВ	Устойчиво/неустойчи во
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 130 дБ(мкВ) с частотой 0,15-150 МГц	Устойчиво/неустойчи во
52.		Технические средства радиосвязи и связанное с ними вспомогательное оборудование			Уровень напряжения радиопомех на сетевых зажимах и портах связи в полосе частот 150 кГц-30 МГц	От -50 до 200 дБ(мкВ)
	ГОСТ 32134.1 раздел 7				Уровень излучаемых электромагнитных	От -50 до 200 дБ(мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
					помех в полосе частот 30 МГц-1000 МГц	
					Устойчивость к электростатическому разряду от 2 до 8 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам с уровнем 1 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехи с уровнем 1 кВ	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к кондуктивным помехам наведенным радиочастотными электромагнитными полями 10 В с частотой 0,15-80 МГц	Устойчиво/неустойчиво
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети питания, провалам до 80% и прерываниям до 250 периодов	Устойчиво/неустойчиво
53.	СТБ EN 300 220-1	Устройства радиосвязи малого радиуса действия 25-1000МГц			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с	Устойчиво/неустойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	
54.	СТБ EN 300 440-1	Устройства радиосвязи малого радиуса действия 1-40ГГц			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчи во
55.	ГОСТ Р 52459.2 раздел 7	Оборудования пейджинговых систем связи			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчи во
56.	ГОСТ Р 52459.3 раздел 7	Устройства малого радиуса действия, работающих на частотах от 9 кГц до 40 ГГц			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчи во
57.	ГОСТ Р 52459.4 раздел 7	Оборудование фиксированных радиолиний, вспомогательного оборудования и служб			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчи во
58.	ГОСТ Р 52459.5 раздел 7	Наземное подвижное радиоборудования личного пользования и вспомогательного оборудования			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с	Устойчиво/неустойчи во

1	2	3	4	5	6	7
					частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	
59.	ГОСТ Р 52459.6 раздел 7	Оборудования цифровой усовершенствованной беспроводной связи (DECT)			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво
60.	ГОСТ Р 52459.7 раздел 7	Мобильное и портативное радиооборудования и вспомогательного оборудования цифровых сотовых систем радиосвязи (GSM и DCS)			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво
61.	ГОСТ Р 52459.8 раздел 7	Базовые станции GSM			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво
62.	ГОСТ Р 52459.9 раздел 7	Беспроводные микрофоны, аналогового радиочастотного оборудования звуковых линий, беспроводной аудиоаппаратуры и располагаемых в ухе устройств мониторинга			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво
63.	ГОСТ Р 52459.10 раздел 7	Беспроводные телефоны первого (СТ1 и СТ1+) и второго (СТ2) поколений			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с	Устойчиво/неустойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	
64.	ГОСТ 32134.11 раздел 7	Звуковые радиопередатчики наземной радиовещательной службы;			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво
65.	ГОСТ 32134.12 раздел 7	Терминальные интерактивные земные станций с малой апертурой, работающих в полосе частот от 4 до 30 ГГц в фиксированной спутниковой службе			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво
66.	ГОСТ 32134.13 раздел 7	Средств радиосвязи, применяемых в гражданском диапазоне, и вспомогательного оборудования			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво
67.	ГОСТ 32134.14 раздел 7	Аналоговые и цифровые наземные телевизионные радиопередатчики			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво
68.	ГОСТ Р 52459.15 раздел 7	Коммерческое оборудование для радиомобильных			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво
69.	ГОСТ Р 52459.16 раздел 7	Мобильное и портативное оборудование аналоговых сотовых систем радиосвязи			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво
70.	ГОСТ Р 52459.17 раздел 7	Оборудования широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных радиосетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи в диапазоне 5,8 ГГц			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво
71.	ГОСТ Р 52459.18 раздел 7	Оборудования наземной транкинговой радиосвязи (ТЕТРА)			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво
72.	ГОСТ Р 52459.19 раздел 7	Приемные подвижные земные станций, работающих в системе передачи данных в диапазоне 1,5 ГГц			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчиво
73.	ГОСТ Р 52459.20 раздел 7	Подвижные земные станции, используемых в подвижной спутниковой службе;			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с	Устойчиво/неустойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	
74.	ГОСТ Р 52459.22 раздел 7	Наземное ОВЧ подвижного и стационарного радиоборудования воздушной подвижной службы			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчи во
75.	ГОСТ Р 52459.23 раздел 7	Базовые станции и ретрансляторов IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательного оборудования			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчи во
76.	ГОСТ Р 52459.24 раздел 7	Подвижное и портативное радиоборудования IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательного оборудования			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчи во
77.	ГОСТ Р 52459.25 раздел 7	Подвижных станций CDMA 1x с расширенным спектром и вспомогательного оборудования			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчи во
78.	ГОСТ Р 52459.26 раздел 7	Базовых станций и ретрансляторов CDMA 1x с расширенным спектром и вспомогательного оборудования			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчи во

1	2	3	4	5	6	7
					частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	
79.	ГОСТ Р 52459.28 раздел 7	Цифровые беспроводные линии видеосвязи			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчи во
80.	ГОСТ Р 52459.32 раздел 7	Радиолокационное оборудование, используемое для зондирования земли и стен			Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 3 В/м с частотой от 80 до 1000 МГц 1400-2700МГц	Устойчиво/неустойчи во
81.	ГОСТ ИЕС 60335-1 раздел 6	Бытовые и аналогичные электрические приборы номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов		8509 8504	Классификация	Соответствует/не соответствует класс 0, класс 0I, класс I, класс II, класс III
82.	ГОСТ ИЕС 60335-1 раздел 7				Маркировка	Соответствует/не соответствует
83.	ГОСТ ИЕС 60335-1 раздел 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
84.	ГОСТ ИЕС 60335-1 раздел 10				Потребляемая мощность	0-600 кВт
85.	ГОСТ ИЕС 60335-1 раздел 11				Температура различных частей	0-1100°C
86.	ГОСТ ИЕС 60335-1 раздел 13, 16				Токи утечки и электрическая прочность	0-10 мА Соответствует/не соответствует
87.	ГОСТ ИЕС 60335-1 раздел 15				Степень защиты от влаги в соответствии с классификацией прибора	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
88.	ГОСТ ИЕС 60335-1 раздел 20	Электрическим зарядным устройствам батарей бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, имеющих выходное безопасное сверхнизкое напряжение		8504	Устойчивость	Устойчиво/неустойчиво
89.	ГОСТ ИЕС 60335-1 раздел 21				Механическая прочность	Выдерживает/не выдерживает нагрузки
90.	ГОСТ EN 62233 п 5.5.4				Магнитные поля 10-400кГ/ц	Соответствует/не соответствует
91.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 раздел 7				Маркировка	Наличие/отсутствие сведений
92.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 раздел 10	Электрических приборов, применяемых для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В		8509	Потребляемая мощность	0-600 кВт
93.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 раздел 11				Температура различных частей	0-1100°C
94.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 раздел 21				Механическая прочность	Выдерживает/не выдерживает нагрузки
95.	ГОСТ ИЕС 60335-2-52 раздел 11	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока (d.c)		8505 8524	Температура различных частей	0-1100°C
96.	ГОСТ ИЕС 62040-1 раздел 4.7				Маркировка	Наличие/отсутствие сведений
97.	ГОСТ ИЕС 62040-1 раздел 7				Температура различных частей	0-1100°C
98.	ГОСТ ИЕС 62040-1 раздел 5.7				Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
99.	ГОСТ ИЕС 62040-1 раздел 8.2	Оборудование информационных технологий		8471 8470	Электрическая прочность	4000В
100.	ГОСТ ИЕС 62040-1 раздел 7.3				Механическая прочность	Выдерживает/не выдерживает нагрузки
101.	ГОСТ ИЕС 62040-1 раздел 8.1				Токи утечки и электрическая прочность	0-10 мА Соответствует/не соответствует
102.	ГОСТ ИЕС 62040-1 раздел 7.5	Пункт 3			Класс воспламеняемости	Соответствует/не соответствует
103.	ГОСТ ИЕС 60950-1				Номинальное напряжение	0-400 В 0-300 А

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальный ток	Наличие/отсутствие сведений -
104.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Пункт 1.7				Классификация Маркировка	Соответствует/не соответствует
105.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Пункт 2				Защита от доступа к тоководущим частям	0-1100°C
106.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Пункт 4.5				Температура различных частей	0-10 мА
107.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Пункт 2.10				Токи утечки и электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
108.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Пункт 3				Изоляция защитная	Соответствует/не соответствует
109.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Пункт 5				Степень защиты от влаги в соответствии с классификацией прибора	Соответствует/не соответствует
110.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Пункт 4.1				Устойчивость	Устойчиво/неустойчиво
111.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Пункт 4.2				Механическая прочность	Выдерживает/не выдерживает нагрузки
112.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Пункт 4.7				Класс воспламеняемости	Соответствует/не соответствует
113.	ГОСТ 12.2.091 Пункт 5	Контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование		9022	Маркировка	Наличие/отсутствие сведений
114.	ГОСТ 12.2.091 Пункт 6			9026	Классификация	Соответствует/не соответствует
115.	ГОСТ 12.2.091 Пункт 7			8537	Защита от доступа к тоководущим частям	Соответствует/не соответствует
116.	ГОСТ 12.2.091 Пункт 8			9032	Изоляция защитная	Соответствует/не соответствует
117.	ГОСТ 12.2.091 Пункт 10			9031	Токи утечки и электрическая прочность	0-10 мА
118.	ГОСТ 12.2.091 Пункт 11			9033	Температура различных частей	Соответствует/не соответствует
119.	ГОСТ 12.2.091 Пункт 12				Степень защиты от влаги в соответствии с классификацией прибора	Соответствует/не соответствует
					Механическая прочность	Выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
120.	ГОСТ 12.2.091 Пункт 20				Класс воспламеняемости	нагрузки Устойчиво/неустойчи во Соответствует/не соответствует
121.	ГОСТ ИЕС 61010-2-051 Пункт 10	Средства, системы и приборы радиационного неразрушающего контроля			Температура различных частей	0-1100°C
122.	ГОСТ ИЕС 61010-2-051 Пункт 7				Механическая прочность	Выдерживает/не выдерживает нагрузки
123.	ГОСТ ИЕС 61010-2-051 - Пункт 9				Класс воспламеняемости	Устойчиво/неустойчи во
124.	ГОСТ Р 51125 п. 5.3-5.7 ГОСТ Р 50820		26.60	8415830000	Концентрация сажи	0-100 мг/м³
125.	ГОСТ Р 51125 п. 5.10-5.11 ГОСТ 12.1.026 СТ СЭВ 4672-84	Оборудование для кондиционирования и очистки воздуха			Уровень звукового давления	22-139 дБА
126.	ГОСТ ИЕС 60335-2-88 п. 13.1-13.2	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности (включая большое отдельно стоящее коммерческое оборудование), работающих на основе испарительной или распылительной системы, водонагревания, пара и пр., с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 600 В - для всех остальных приборов	26.60	8415830000	Ток утечки	0-1000 мА
127.	ГОСТ Р 50444 п. 7.2	Изделия медицинской техники, предназначенные для применения в медицинской практике, а также на составные части этих изделий, имеющие функциональное медицинское назначение и изготавливаемые отдельно	29.22.11.719 26.60	9018 90 840 9	Работоспособность при отклонениях напряжения и частоты переменного тока	Соответствует/не соответствует
128.	ГОСТ Р 50444 п. 7.3				Масса переносных изделий	0-300 кг
129.	ГОСТ Р 50444 п.3.6 ГОСТ Р 50444 п. 7.6				Время установления рабочего режима	0-599 мин.

1	2	3	4	5	6	7
130.	ГОСТ Р 50444 п. 7.9				Вибропрочность 10-55 Гц 0,15 мм	Выдерживает/не выдерживает нагрузку
131.	ГОСТ Р 50444 п. 7.12				Виброустойчивость 10-55 Гц 0,15 мм	Выдерживает/не выдерживает нагрузку
					Вибропрочность при транспортировании 10-55 Гц 0,35 мм	Выдерживает/не выдерживает нагрузку
132.	ГОСТ Р 50444 п. 7.10				Ударопрочность при транспортировании 10g, 16 мс	Выдерживает/не выдерживает нагрузку
133.	ГОСТ Р 50444 п. 7.13				Ударопрочность 10g, 16 мс	Выдерживает/не выдерживает нагрузку
134.	ГОСТ Р 50444 п. 7.15				Удароустойчивость 10g, 16 мс	Выдерживает/не выдерживает нагрузку
					Устойчивость к свободному падению	Устойчиво/не устойчиво
					Тепло- и холодоустойчивость при эксплуатации -70-150°C 0-100%	Устойчиво/не устойчиво
135.	ГОСТ Р 50444 п. 3.14				Климатическая устойчивость групп У и Т категории 6	Устойчиво/не устойчиво
136.	ГОСТ Р 50444 п. 7.17				Тепло- и холодоустойчивость при транспортировании и хранении -70-150°C 0-100%	Устойчиво/не устойчиво
137.	ГОСТ Р 50444-92 п. 7.18 ГОСТ Р 50444 п. 7.30				Температура нагрева доступных для прикасания наружных частей изделия	0-+400°C

1	2	3	4	5	6	7
138.	ГОСТ Р 50267.0 р. 5	Изделия медицинские электрические	29.22.11.719 26.60	9018 90 840 9	Классификация	Наличие/отсутствие информации в документации
139.	ГОСТ Р 50267.0 р. 6				Маркировка	Соответствует/не соответствует
140.	ГОСТ Р 50267.0 р. 7				Потребляемая мощность	0-600 кВт
141.	ГОСТ Р 50267.0 р. 18				Сопrotивление защитного заземления	0-10 Ом
142.	ГОСТ Р 50267.0 п. 19.4				Токи утечки	0-1000 мА
143.	ГОСТ Р 50267.0 п. 20.4				Электрическая прочность изоляции	Выдерживает/не выдерживает испытательное напряжение
144.	ГОСТ Р 50267.0 р. 21	Изделия медицинские электрические	29.22.11.719 26.60	9018 90 840 9	Прочность корпуса	Выдерживает/не выдерживает испытательную нагрузку
145.	ГОСТ Р 50267.0 п. 24.3				Устойчивость	Устойчиво/не устойчиво
146.	ГОСТ Р 50267.0 п. 42.1-42.3				Температура частей изделия и окружающей среды	-30-+400°C
147.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 4.11				Потребляемая мощность	0-600 кВт
148.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 р. 6,7	Изделия медицинские электрические и системы медицинские электрические	29.22.11.719 26.60	9018 90 840 9	Классификация, маркировка	Соответствует/ не соответствует
149.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.5.5.1				Пиковое напряжение после разряда дефибриллятора	0-100 В
150.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.6.4				Сопrotивление защитного заземления	0-10 Ом
151.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.7				Токи утечки	0-1000 мА
152.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.8.3				Электрическая прочность изоляции 0-5 кВ	Выдерживает/не выдерживает испытательное напряжение
153.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.8.4				Диаметр отпечатка	0-100 мм

1	2	3	4	5	6	7
154.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.9				Пути утечки	0-1000 мм
155.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.9				Воздушные зазоры	0-1000 мм
156.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 8.11.3.3				Площадь поперечного сечения жил проводов шнура питания	0-1000 мм ²
157.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 9.4.2.1				Неустойчивость в положении транспортирования	Устойчиво/не устойчиво
158.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 9.4.2.2				Неустойчивость в других положениях, исключая положение транспортирования	Устойчиво/не устойчиво
159.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 9.4.2.3				Неустойчивость при действии горизонтальных и вертикальных сил	Устойчиво/не устойчиво
160.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 9.4.2.4.2				Усилие перемещения	0-2 кН
161.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 9.6.2.1 ИСО Р ИСО 3746 ГОСТ 30457				Уровень звукового давления	22-139 дБА
162.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 9.6.3				Среднеквадратическое значение ускорения вибраций, передаваемых на руки	0-174 м/с ²
163.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 9.7.5				Устойчивость к гидравлическому давлению	Устойчиво/не устойчиво
164.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 9.8.3.2				Устойчивость к статическим усилиям и нагрузкам, создаваемых оператором или пациентом	Устойчиво/не устойчиво
165.	ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 11.1.3				Температура изделия	-30-+400°C

1	2	3	4	5	6	7
166.	ГОСТ ИЕС 60601-1-1 р. 6	Медицинские электрические системы верификации и валидации эксплуатационной пригодности, обеспечивающие выполнение требований, связанных с основной безопасностью и основными функциональными характеристиками медицинских электрических изделий	29.22.11.719	9018908409	Идентификация, маркировка, документация Токи утечки	Соответствует/не соответствует
167.	ГОСТ ИЕС 60601-1-1 п. 19				Пути утечки и воздушные зазоры	0-10 мА
168.	ГОСТ ИЕС 60601-1-1 п. 57.10				Защитное заземление системы	0-1000 мм
169.	ГОСТ ИЕС 60601-1-1 п. 58				Эксплуатационная пригодность	Соответствует/не соответствует
170.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-6 п. 4-5	Процессы анализа, проектирования, верификации и валидации эксплуатационной пригодности, обеспечивающие выполнение требований, связанных с основной безопасностью и основными функциональными характеристиками медицинских электрических изделий	29.22.11.719	9018908409	Наличие/отсутствие сведений в документации	
171.	ГОСТ ИЕС 60601-1-8 п. 201.2-201.12	Системы сигнализации и сигналы опасности для медицинских электрических изделий и медицинских электрических систем	29.22.11.719	9018908409	Безопасность аварийных систем	Соответствует/не соответствует
172.	ГОСТ 30324.0.4 р.6-9	Изделия медицинские электрические и медицинские электрические системы, включающие программируемые электронные подсистемы (ПЭПС)	29.22.11.719	9018908409	Безопасность программируемых изделий	Наличие/отсутствие сведений в документации
173.	ГОСТ Р 50267.25 п. 51.102 ГОСТ Р 50267.0 п. 51	Электрокардиографы, предназначенные для снятия электрокардиограмм в диагностических целях	26.60.12.120	9018 11	Время восстановления электрокардиографа от поляризации электрода после дефибриляции	0-599 мин
174.	ГОСТ ИЕС 60601-2-51 п. 50.101.2 ГОСТ Р 50267.0 п. 50	Регистрирующие и анализирующие одноканальные и многоканальные электрокардиографы	26.60.12.120	9018 11	Амплитуда сигнала	0,05-0,5 мВ
175.	ГОСТ Р 50267.26 п. 19.3	Электроэнцефалографы	26.60.12.120 26.60.12.129 26.60.12.121	9018 19	Ток утечки на пациента	0-10 мА
176.	ГОСТ 25995 п. 3 3	Проводящие пассивные электроды: вынесенные и встроенные кожные	26.60.12.121	9018 11 000 9018 19 900	Геометрический Размер поверхности,	0-1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		электрокардиографические (ЭКГ-электроды), вынесенные кожные электроэнцефалографические (ЭЭГ-электроды), вынесенные кожные и игольчатые электромиографические (ЭМГ-электроды), предназначенные для съема биоэлектрических потенциалов			контактирующей с кожей	
177.					Диаметр токосъемной поверхности	0-1000 мм
178.					Диаметр игры ЭМГ электрода	0-1000 мм
179.					Длина рабочей части иглы ЭМГ электрода	0-1000 мм
180.					Номинальная площадь токосъемной поверхности	0-1000 мм ²
181.					Угол заточки игольчатого ЭМГ электрода	0-90°
182.	ГОСТ 30324.2.47 п. 51.5.1 ГОСТ Р 50267.0 п. 51	Амбулаторные электрокардиографические системы	26.60.12.111 26.60.12.129	9018 11 9018 19	Амплитуда выходного сигнала	0-100 мВ
183.	ГОСТ 30324.2.47 п. 51.5.2 ГОСТ Р 50267.0 п. 8				Входной импеданс	1-9500 МОм
184.	ГОСТ 30324.2.47 п. 51.5.8 ГОСТ Р 50267.0 п. 8				Размах выходного сигнала	0-100 мВ
185.	ГОСТ 30324.2.47 п. 51.5.9 ГОСТ Р 50267.0 п. 8				Смещения сигналов	0-100 мВ
186.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27 п. 201.12.1.101.8 ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 12		26.60.12.111 26.60.12.129	9018 11 9018 19	Амплитуда выходного сигнала	Соответствует/не соответствует
187.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27 п. 201.12.1.101.15 ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 12	Электрокардиографические мониторы			Диапазон измерения частот сердечных сокращений, точность и диапазон определения	10-360 уд/мин
188.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27 п. 201.12.1.101.7 ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 12				Скорость развертки	0-1000 мм/с
189.	ГОСТ 30324.2.49 п. 51.101 ГОСТ Р 50267.0 п. 8	Многофункциональные мониторы пациента	26.60.12.120 26.60.12.129	9018 19 100	Безопасность систем тревоги	Соответствует/ не соответствует
190.	ГОСТ Р 53228 п.3.10, п. 4	Весы неавтоматического действия, предназначенные для применения в сфере государственного	26.60	9018 90 840 9	Диапазон измерения массы	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		регулирования обеспечения единства измерения				
191.	ГОСТ 22224 п. 5.2	Ручные плоскопружинные динамометры для измерения мышечной силы кисти руки, предназначенные для эксплуатации в условиях УХЛ 4.2 и О4.2 по ГОСТ 20790-82	26.60	9018 90 840 9	Диапазон измерения мышечной силы	0-2000 Н
192.		Медицинские максимальные стеклянные термометры (стеклянные термометры с максимальным устройством), предназначенные для измерения температуры тела человека в учреждениях здравоохранения и для личного использования	26.60	9018 90 840 9	Маркировка	Соответствует/не соответствует
193.	ГОСТ 8.250 п. 4.1	Медицинские максимальные стеклянные термометры	26.60	9018 90 840 9	Маркировка	Соответствует/не соответствует
194.	ГОСТ 31515.1 п. 8.1	Неинвазивные сфигмоманометры (измерители артериального давления) и их составные части, предназначенные для неинвазивного измерения артериального давления крови методами, предполагающими использование надувной (компрессионной) манжеты	26.60.12.129	9018 90 100 0	Давление в манжете	10-400 мм.рт.ст.
195.	ГОСТ 31515.1 п. 8.2				Давление в манжете	10-400 мм.рт.ст.
196.	ГОСТ 31515.2 п. 8.5	Неинвазивных механических сфигмоманометров и их составных частей (далее - устройство), используемых для неинвазивного измерения артериального давления крови с помощью методов, предполагающих использование надувной манжеты	26.60.12.129	9018 90 100 0	Внутренний диаметр трубки с ртутью	0-1000 мм
197.	ГОСТ 31515.3 п. 8.4	Электромеханические системы измерения давления крови, в которых давление в манжете определяется электронным способом, а давление крови определяется как в ручную так и автоматически	26.60.12.129	9018 90 100 0	Снижение давление в единицу времени	0-200 мм.рт.ст/мин

1	2	3	4	5	6	7
198.	ГОСТ 30324.30 п. 22 ГОСТ Р 50267.0 п. 22	Приборы для автоматического давления крови косвенным методом	26.60.12.129	9018 90 100 0	Максимальное давление манжеты	10-400 мм рт.ст.
199.	ГОСТ Р 50267.23 п. 6	Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления	26.60.12.129	9018 90 100 0	Маркировка	Соответствует/не соответствует
200.	ГОСТ Р ИСО 8612 Приложение В	Тонометры, предназначенных для повседневного клинического применения при оценке внутриглазного давления	26.60.12.129	9018 90 100 0	ВГД	7-50 мм.рт.ст.
201.	ГОСТ ISO 15197 п. 7.2	Системы мониторинга <i>in vitro</i> глюкозы в крови, которые измеряют концентрации глюкозы в капиллярной крови	26.60.12.120	9027 80 170 0	Диапазон измерения глюкозы	Соответствует/не соответствует
202.	ГОСТ ISO 17593 п. 8.4-8.7				Точность системы	Наличие/отсутствие сведений в документации
203.	ГОСТ ISO 9919 п. 51.101 ГОСТ Р 50267.0 п. 51	Пульсовые оксиметры, предназначенные для применения на человеке	26.60.12.129	9018 19 900 0	Период обновления данных	0-599 мин.
204.	ГОСТ ISO 9918 п. 50.8 ГОСТ Р 50267.0 п. 51	Капнометры медицинские, применяемые для взрослых людей, детей и новорожденных	26.60.12.124	9018 90 84 9020 00	Время нарастания	0-599 мин.
205.	ГОСТ Р 52566-2006 п. 11.5.2 ГОСТ 31513 п. 11.5.2 ГОСТ Р 50267.0 п. 51	Мониторы для контроля содержания кислорода и предназначенные для определения уровня содержания кислорода в газовых смесях.	26.60.12.124	9027 10 900 0	Время отклика	0-599 мин
206.	ГОСТ 27072 п. 3.2	Аудиометры видов климатических исполнений УХЛ 4.2 и О 4.1 по ГОСТ 20790-82 для определения характеристик слуха психоакустическими методами при помощи субъективных аудиологических тестов, а отдельные части неаудиометрических приборов, устройств и установок, при помощи которых возможно проведение указанных аудиометрических исследований	26.60.12.129	9018 19 9000	Частоты для измерений	0-10 МГц
207.	ГОСТ Р 50267.34 п. 51.101 ГОСТ Р 50267.0 п. 51	Приборы для прямого мониторинга кровяного давления	26.60.12.129	9018 90 100 0	Время восстановления после разряда дефибриллятора	0-599 мин.

1	2	3	4	5	6	7
208.	ГОСТ 23496 п. 3.1	Медицинские эндоскопы с волоконными световодами, предназначенные для диагностического осмотра внутренних полостей человека и для проведения различных манипуляций и вмешательств (биопсия, полипэктомия, коагуляция и резекция тканей, извлечение инородных тел и др.) под визуальным контролем	26.60.12.119	9018 90 200 0	Размер поперечного сечения рабочей части	0-1000 мм
209.	ГОСТ 23496 п. 3.26				Отклонение направления наблюдения	0-180°
210.	ГОСТ 26332 п.1				Масса	0-300 кг
	ГОСТ 26332 п.2				Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
211.	ГОСТ Р 53469 п. 5.3	Эндоскопы и эндотерапевтические приборы, применяемые в практической медицине	26.60.12.119	9018 90 200 0	Максимальная ширина рабочей части	0-1000 мм
212.	ГОСТ Р 53469 п. 5.4				Максимальная ширина инструментального канала	0-1000 мм
213.	ГОСТ Р 53469 п. 5.6				Направление наблюдения	0-1000 мм
214.	ГОСТ Р 55037 п. 5.2				Наибольшая ширина вводимой части	0-1000 мм
215.	ГОСТ Р 50267.18-94 п. 201.8.8.3 ГОСТ Р МЭК 60601-2-18 п. 201.8.8.3	Эндоскопическая аппаратура с системами подключения и интерфейсами	26.60.12.119	9018 90 200 0	Электрическая прочность изоляции	Выдерживает/не выдерживает испытательное напряжение
216.	ГОСТ 31590.1 п. 7.3	Неинвазивные активные и неактивные офтальмологические приборы, а также на средства для улучшения пониженного зрения и тонометры	26.60.12.119	9027 50 000 0 9018 50 900 0 9027 50 000 0	Устойчивость к воздействию внешних факторов	Устойчиво/не устойчиво
217.	ГОСТ Р 56092 п. 6	Офтальмологические приборы, направляющие оптическое излучение непосредственно в глаз или в зону около него	26.60.12.119	9027 50 000 0 9018 50 900 0 9027 50 000 0	Взвешенная энергетическая экспозиция сетчатки видимым и инфракрасным излучениями	0,01-292 Дж/с*м²
218.	ГОСТ Р ИСО 19980 п. 5	Средства измерений формы поверхности роговицы глаза человека	26.60.12.119	9018 50 900 0	Площадь сферической поверхности	Наличие/отсутствие сведений в документации
219.	ГОСТ Р 53466 п. 5.5	Тепловизоры, предназначенные для оценки распределения радиационных	26.60.12.119	9018 50 900 0	Температура	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		температур объектов медицинских исследований				
220.	ГОСТ Р ИСО 12866 п.5.1	Периметры, предназначенные для определения дифференциальной световой чувствительности поля зрения человека путем субъективного обнаружения наличия светового стимула на фоновой поверхности с заданной освещенностью	26.60.12.119	9018 50 900 0	Фоновая яркость	10-200000 кд/м²
221.	ГОСТ Р ИСО 10341 п. 5.1	Форопторы, используемых для определения ошибки рефракции и бинокулярных функций человеческого глаза	26.60.12.119	9018 50 900 0	Рефракция	Соответствует/не соответствует
222.	ГОСТ ISO 10342 п. 5.2	Офтальмологические рефрактометры	26.60.12.119	9018 50 900 0	Вершинная рефракция	Соответствует/не соответствует
223.	ГОСТ ISO 10343 п. 5.1	Офтальмометры с аналоговой или цифровой индикацией	26.60.12.119	9018 50 900 0	Радиус кривизны роговицы	Соответствует/не соответствует
224.	ГОСТ ISO 9801 p.6	Офтальмологические наборы пробных очковых линз в оправе полной и/или уменьшенной апертуры, предназначенные для определения ошибки рефракции глаза	26.60.12.119	9018 50 900 0	Маркировка	Соответствует/не соответствует
225.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-37 п. 201.11.3	Ультразвуковое диагностическое оборудование	26.60.12.119	9018 12 000 0	Температура поверхности датчика	Соответствует/не соответствует
226.	ГОСТ Р МЭК 61391-2 п. 7.1 ГОСТ Р 8.605 ГОСТ Р 8.604 p.4				Глубина зондирования	-
227.	ГОСТ Р МЭК 61391-2 п. 7.2				Динамический диапазон	-
228.	ГОСТ Р МЭК 61391-1 п. 8				калибровки систем измерения расстояний	-
229.	ГОСТ Р МЭК 62359 p.5				определения механического и тепловых индексов безопасности полей медицинских приборов ультразвуковой диагностики	-

1	2	3	4	5	6	7
230.	ГОСТ 12.4.077 р.2 ГОСТ ISO 9612				Уровень звукового давления	22-139 дБА
231.	ГОСТ Р 55808				Безопасность изделия	Безопасно/ не Безопасно
232.	ГОСТ Р МЭК 61161				Безопасность изделия	Безопасно/ не Безопасно
233.	ГОСТ 23702 ГОСТ Р 8.616 ГОСТ Р МЭК 61161					
234.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-33 п. 201.12.4.105.1 ГОСТ Р МЭК 60601-1 р.12		26.60.12.119	9018 13 000 0	Пороговые уровни ВПНС	Соответствует/не соответствует
235.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-33 п. 201.12.4.105.2 ГОСТ Р МЭК 60601-1 р.12	Магнитно-резонансное оборудование и системы			Градиентный выход	Соответствует/не соответствует
236.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-33 п. 201.12.4.105.3 ГОСТ Р МЭК 60601-1 р.12				Предельное УКП	Соответствует/не соответствует
237.	ГОСТ ИЕС 60825-1 п.9	Лазерная аппаратура, испускающая лазерное излучение в диапазоне длин волн от 180 нм до 1 мм	26.60.12.119	9018 90 840 9	Эмиссия	0-600 Дж
238.	ГОСТ ИЕС 60601-2-22 п. 201.12.4.2 ГОСТ Р МЭК 60601-1 р.12	Лазерное оборудование, применяемое в хирургических, терапевтических, медицинских диагностических, косметических или ветеринарных целях, предназначенное для его использования на людях или животных, относящегося к категории КЛАСС 3В или КЛАСС 4 ЛАЗЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ согласно 3.22 и 3.23 в ИЕС 60825-1	26.60.12.119	9018 90 840 9	Выходная мощность лазера	0-600 Вт
239.	ГОСТ ИЕС 60601-2-22 п. 201.13.2.101 ГОСТ Р МЭК 60601-1 р.13				Избыточная выходная мощность лазера	0- 600 Вт
240.	ГОСТ 31581 п. 11	Лазерные изделия	26.60.12.119	9018 90 840 9	Средняя мощность непрерывного излучения	0-600 Вт
241.	ГОСТ Р 50723-94 ГОСТ 31581 п. 8.1.2				Маркировка	Соответствует/не соответствует
242.	ГОСТ Р 54840 п. 4.1.1				Маркировка	Соответствует/не соответствует
243.	ГОСТ Р МЭК 60825-4 п. 5.5	Средства защиты от лазера, постоянные или временные, которые	26.60.12.119	9018 90 840 9	Маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		ограждают рабочую зону станка лазерной обработки, и специализированные средства защиты от лазера				
244.	ГОСТ Р 54841 п. 7.1.1.1	Меры контроля, рекомендуемые для безопасности пациентов, личного состава, обслуживающего персонала и других лиц	26.60.12.119	9018 90 840 9	Маркировка	Соответствует/не соответствует
245.	ГОСТ Р 54842 п. 8	Лазерная аппаратура	26.60.12.119	9018 90 840 9	Маркировка	Соответствует/не соответствует
246.	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 ГОСТ 12.4.253 п.6.1	Средства индивидуальной защиты глаз от различных видов опасности, встречающихся в промышленности, научных лабораториях, учебных учреждениях, бытовой деятельности и т.д.	26.60.12.119	9018 90 840 9	Маркировка	Соответствует/не соответствует
247.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3 п.8.4	Рентгеновские аппараты и их составные части, в которых радиологические изображения пациента используются для диагностики, планирования и управления медицинскими процедурами.	26.60.11.110	9022	Ограничение афокального излучения	0 – 5000 мм
248.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9-2001 п.5.1 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3 п.12.4				Излучение утечки в нагрузочном состоянии	15 нГр/с – 750 мГр/с
249.	МУ 2.6.1.2944 п. 4				Эффективная доза	0 - 10,0 Зв
250.	СанПиН 2.6.1.1192 п. 3,4				Эффективная доза	0 - 10,0 Зв
251.	ОСПОРБ-99/2010 п. 3,4				Мощность эквивалентной дозы	0 - 10,0 Зв/ч
252.	НРБ -99/2009 п. 5, 6, 8				Эффективная доза	0 - 10,0 Зв
253.	ГОСТ Р 50267.2.54 п 203.4.101.3	МЕ изделия и МЕ системы, предназначенные для проекционной рентгенографии и рентгеноскопии	26.60.11	9022	Время нагрузки	0.0001 – 34000 с
254.	ГОСТ Р 50267.2.54 п 203.6.2.2				Ограничение произведения анодного напряжения, анодного тока и времени облучения	0 - 200 кДж

1	2	3	4	5	6	7
255.					Ограничение произведения ток- время	0.001-9999 мАс
256.	ГОСТ Р 50267.2.54 п 203.6.3				Ограничение опорной дозы	15 нГр/с – 750 мГр/с
257.					Точность анодного напряжения	36 – 153 кВ (0-10%)
258.					Точность анодного тока	10 - 4000 мА (0 - 20 %)
259.					Точность времени нагрузки	0.0001 – 34000 с (0 - 10%+1 мс)
260.	ГОСТ Р 50267.2.54 п 203.6.4				Точность произведения ток- время	0.001-9999 мАс (0 - 10%+0,2 мАс)
261.					Время обновления значения воздушной кермы	0 - 600 мин
262.					Отклонение опорного значения мощности воздушный кермы поля	1 нГр/с – 320 мГр/с 0.1 нГр – 1500 Гр (0 - 35%)
263.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11 п. 5.3.3	Компоненты рентгеновского аппарата, которые, генерируют, влияют на распространение и регистрируют рентгеновское излучение, обрабатывают, представляют и хранят диагностическую рентгеновскую информацию в рентгенорадиологическом оборудовании с диагностическими рентгеновскими системами, используемыми рентгенографическую пленку в прямой рентгенографии.			Расстояние от фокусного пятна до приемника изображения	0 – 5 м
264.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-28 п 201.11	Рентгеновские излучатели и их составные части, относящиеся к ме изделям, предназначенным для медицинского диагноза и визуализации.			Температура окрашенной поверхности рентгеновского излучателя	0 - 1100 °С

1	2	3	4	5	6	7
265.	ГОСТ ИС 62220-1 р.4-6	Цифровые приемники рентгеновского изображения проекционного типа, которые используются в медицинской рентгенодиагностике.			Квантовая эффективность регистрации	0-1
266.	ГОСТ Р МЭК 62220-1-3 р.4-6	Цифровые приемники рентгеновского изображения, которые используются при работе в динамическом режиме получения изображений при рентгенооскопии			Квантовая эффективность регистрации	0-1
267.	ГОСТ Р МЭК 62220-1-2 р.4-6	Устройства для получения цифровых рентгеновских изображений, применяемые для получения маммографических изображений, таких как системы цифровой рентгенографии (сг), системы на основе прямых и непрямы плоских панелей, сканирующие системы (на основе ccd или счета фотонов).			Квантовая эффективность регистрации	0-1
268.					Произведение ток-время	0.001-9999 мАс
269.					Линейность воздушной кермы	25 нГр – 1500 Гр (0 - 0,2)
270.					Воспроизводимость (коэффициент вариации)	25 нГр – 1500 Гр (0 - 0,05)
271.					Точность анодного напряжения	18 – 49кВ (0 - 5% 0 - 0,05)
272.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45 п.203	Маммографические рентгеновские аппараты и маммографические устройства для стереотаксиса			Процентная пульсация выходного напряжения высоковольтного генератора	18 – 49кВ (0 - 4%)
273.					Точность анодного тока	10 - 4000 мА (0 - 20%)
274.					Точность времени нагрузки	0.0001 – 34000 с 0 – (10%+1 мс)

1	2	3	4	5	6	7
275.					Точность произведения ток- время	0,001-9999 мАс 0 – (10%+0,2 мАс)
276.					Размер фокусного пятна	0 - 0,4 мм
277.					Ослабление пучка	0,19 – 0,7 мм АI
278.					Высококонтрастная разрешающая способность	0,6 – 10 пл/мм
	ГОСТ Р МЭК 61223-2-10 п. 5.1	Компоненты рентгеновского аппарата, которые, генерируют, влияют на распространение и регистрируют рентгеновское излучение, обрабатывают и хранят диагностическую рентгеновскую информацию в рентгенорадиологическом оборудовании с рентгеновским аппаратом для маммографии, в котором используются усиливающие экраны с рентгенографической плёнкой.				
279.	ГОСТ ИЕС 60601-2-7 п.10	РПУ медицинских диагностических рентгеновских генераторов и их составные части, включая РПУ, образующие единое целое с рентгеновским излучателем, РПУ для симуляторов при лучевой терапии.			Работоспособность в условиях окружающей среды	-70 - +150 °С Работоспособно/нераб отоспособно
280.	ГОСТ ИЕС 60601-2-7 п.10				Работоспособность от питающей сети	100 - 250 В Работоспособно/нераб отоспособно
281.	ГОСТ Р 50267.7 п.50	Рентгеновские питающие устройства (РПУ) диагностических рентгеновских генераторов напряжением от 10 до 400 кВ, в которых энергия для нагрузки рентгеновской трубки подается от сети питания переменного тока, без устройства накопления энергии в составе аппарата, , применяемые в стоматологии, узлы РПУ, РПУ, которые образуют единое целое с рентгеновским излучателем (моноблочный излучатель), РПУ для стимуляторов при лучевой терапии.			Безопасность	Соответствует/несоот ветствует

1	2	3	4	5	6	7
282.	ГОСТ Р 50267.15 п.50	Рентгеновские генераторы с накопительным конденсатором, работающие в прерывистом режиме и используемые для медицинской рентгенографии			Безопасность	Соответствует/несоот ветствует
283.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-7 п.5	Рентгенорадиологическое оборудование с диагностическими рентгеновскими системами, предназначенными для экспонирования рентгенографических плёнок или электронного оборудования (сенсоров), помещаемых внутрь полости рта.			Оптическая плотность	0,01 – 4,00
284.	ГОСТ 31222.2 р.5	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения, используемые в медицинской практике в составе диагностических рентгеновских аппаратов.			Конверсионный фактор (коэффициента преобразования)	25 нГр – 1500 Гр 10 – 200000 кд/м2
285.	ГОСТ 31222 р.5				Дисторсия изображения	0 – 10%
286.	ГОСТ ИЕС 61262-1 р.4-6				Размер входного поля	0 – 5 м
287.	ГОСТ ИЕС 61262-5 р.4-6				Квантовая эффективность регистрации	0 - 1
288.	ГОСТ ИЕС 61262-3 р.4-6				Распределение Неравномерность яркости	25 нГр – 1500 Гр 10 – 200000 кд/м2
289.	ГОСТ ИЕС 61262-6 р.4-6				Коэффициент контрастности и коэффициент световой выали	25 нГр – 1500 Гр 10 – 200000 кд/м2
290.	ГОСТ ИЕС 61262-7 р.4-6				Функция передачи модуляции	0 – 1.0
291.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44 п.201.8.7	КТ сканеры, применяемые для сканирования головы и тела пациента, характеризуемые параметрами рентгеновского излучателя и детектора(ов) рентгеновского	26.60.1.1.111	9022120000	Ток утечки	0 - 10 мА
292.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44 п.201.8.8.3				Электрическая прочность	Соответствует/несоот ветствует
293.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44 п.201.8.9				Пути утечки Воздушные зазоры	0,01-1000 мм 0,01-1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
294.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44 п.201.12	излучения, имеющего защитное покрытие в форме тороида.			Погрешность индикации положения томографических срезов	Соответствует/несоот- ветствует
295.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44 п.203.6.3.2				Воспроизводимость радиационных характеристик выхода (CTDI в воздухе)	40нГр/с – 760Гр/с (0 – 10%)
296.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44 п.203.7				Слой половинного ослабления	1,2 – 14 мм Al
297.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6 п.5	Рентгенорадиологическое оборудование с диагностическим аппаратом для рентгеновской компьютерной томографии.			Число КТ единиц	-1000 - +955 ед Хаунсфилда
298.	ГОСТ Р МЭК 60789 п.4.2		26.60.11.120	9030100000	Системная чувствительность	0 - 600 мин
299.	ГОСТ Р МЭК 60789 п.4.3				Пространственное разрешение	0 – 35 мм
300.	ГОСТ Р МЭК 60789 п.4.4				Пространственная нелинейность	0 - 30 мм
301.	ГОСТ Р МЭК 60789 п.4.5	Гамма-камер типа Ангера, состоящих из коллиматора, устройства защиты блока детектирования, блока детектирования вместе с устройствами регистрации и изображения.			Неравномерность чувствительности	0 – 100%
302.	ГОСТ Р МЭК 60789 п.4.6				Собственное энергетическое разрешение	0 – 65535 имп./с.
303.	ГОСТ Р МЭК 60789 п.4.7				Режим пространственной регистрации множественного окна	15 кэВ – 10 МэВ
304.	ГОСТ Р МЭК 60789 п.4.8				Скорость счета	0 – 65535 имп./с.
305.	ГОСТ ИЕС 61675-2 п.3.3	Однофотонные эмиссионные компьютерные томографы на основе ротационной гамма-камеры ангера (SPECT) с параллельными дырочными коллиматорами.	26.60.11.120	9018908409	Чувствительность системы в режиме SPECT	0 - 600 мин
306.	ГОСТ ИЕС 61675-2 п.3.4				Рассеяние	0 - 1
307.	ГОСТ ИЕС 61675-2 п.3.5				Пространственное разрешение в режиме SPECT	0 – 35 мм

1	2	3	4	5	6	7
308.	ГОСТ ИЕС 61675-2 п.3.2				Смещение отверстий коллиматора	0 – 5000 мм
309.	ГОСТ Р МЭК 61675-1 п.3.5	Позитронные эмиссионные томографы предназначенные для обнаружения аннигиляционного излучения радионуклидов, излучающих позитроны, с помощью детектирования совпадений.			Скорость счета	0 - 600 мин
310.	ГОСТ ИЕС 61675-3 п.3.2	Гамма-камеры с системами визуализации всего тела			Пространственное разрешение без рассеяния	0 – 30 мм
311.	ГОСТ ИЕС 61303 п.4	Радионуклидные калибраторы колодезного типа с газонаполненной ионизационной камерой, используемые в радионуклидной диагностике.			Системная линейность	0 – 100%
312.	ГОСТ ИЕС 61303 п.5				Системная воспроизводимость	0 - 1
313.	ГОСТ ISO 4090 п. 4 Приложение А		26.60.11.130	9022900000	Размеры	0 – 5000 мм
314.	ГОСТ ISO 4090 Приложение В	Кассеты, экраны и пленки для общей рентгенографии и маммографии и пленки для твердых копий			Прямоугольность	Соответствует/несоответствует
315.	ГОСТ ISO 4090 Приложение С				Светопроницаемость	0 - 1
316.	ГОСТ ISO 4090 Приложение В				Прямоугольность	Соответствует/несоответствует
317.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-2 п.6	Рентгенографические кассеты и сменщики пленки, используемые в прямой рентгенографии для регистрации рентгеновского изображения на рентгенографической пленке.			Относительная чувствительность	0,01 – 4,00
318.					Размеры	0 – 5000 мм
319.	ГОСТ 31599 п.5	Кассеты для общей рентгенографии и маммографии, предназначенные для использования с рентгенографическими экранами в медицинской диагностике.			Прямоугольность	Соответствует/несоответствует
320.					Отклонение от плоскости	0 – 5000 мм
321.					Для кассет 18x24x2 (маммографические)	0 – 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
322.					Отклонение от параллельности	0 – 5000 мм
323.	ГОСТ 25642 р. 2	Радиографические и флюорографические пленки и устанавливает требования к маркировке и упаковке.			Маркировка, упаковка	Соответствует/несоответствует
324.	ГОСТ 27047 п.3	Экраны для рентгеноскопии и флюорографии, предназначенные для использования в стационарных, передвижных и переносных рентгенодиагностических установках, во флюорографах, а также в усилителях рентгеновского излучения (УРИ) со световым электронно-оптическим преобразователем (ЭОП).			Разность минимального и максимального значений яркости	0 - 1
325.	ГОСТ 27047 п.3				Коэффициент преобразования экрана	1 нГр/с – 320 мГр/с 10 – 200000 кд/м2
326.	ГОСТ 27047 п.3				Коэффициент преобразования для экранов средней эффективности	1 нГр/с – 320 мГр/с 10 – 200000 кд/м2
327.	ГОСТ 27047 п.3				Предел разрешения	0,6 – 10 пл/мм
328.	ГОСТ 27048 3.10	Медицинские усиливающие экраны общего назначения			Контрастная чувствительность	0 – 100%
329.	ГОСТ Р 51745 п.4	Рентгенографические усиливающие экраны, предназначенные для использования в рентгенографических кассетах, соответствующих гост р 51529, или в других устройствах или транспортирующих приспособлениях, пригодных для размещения чувствительных к радиации материалов во время экспонирования ионизирующим излучением.			Размеры	0 - 5000 мм
330.	ГОСТ ISO 9236-1 п.5	Система экран/пленка для медицинской рентгенографии			Форма характеристической кривой	25 нГр – 1500 Гр (0 – 1)
331.	ГОСТ Р ИСО 9236-3 р.4-6	Система экран/пленка для маммографии			Форма характеристической кривой	25 нГр – 1500 Гр (0 – 1)
332.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-4 п.5	Мультиформатные камеры, предназначенные для получения снимков на одноцветном нестираемом	26.60.11.130	9018908409	Пространственное разрешение и низкоконтрастное	0,6-10 пл/мм

1	2	3	4	5	6	7
		материале, а также камеры, использующие электронно-лучевые трубки, лазерный луч или термопечать.			пространственное разрешение	
333.	ГОСТ 23649 п.1-2	Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые	26.60.11.120	9030100000	Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Соответствует/несоответствует
334.	ГОСТ 25926 п.1-3				Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Соответствует/несоответствует
335.	ГОСТ 16327 п. 1-5	Транспортные упаковочные комплекты типов А и В, предназначенные для транспортирования радиоактивных веществ любым видом транспорта вне территорий, где радиоактивные вещества производят, используют и хранят			Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Соответствует/несоответствует
336.	СанПиН 2.6.1.1281				Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Соответствует/несоответствует
337.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-1 п. 201.7	Электронные ускорители, относящиеся к медицинским электрическим изделиям в диапазоне от 1 до 50 МэВ, используемым для лечения пациентов.	26.60	9018908409	Маркировка	Соответствует/несоответствует
338.	ГОСТ Р МЭК/ТО 60977 р. 5-6				Размер радиационного поля при тормозном излучении	0 – 5000 мм
339.	ГОСТ Р МЭК 60976 п. 8	Ускорители электронов, генерирующие либо тормозное, либо электронное излучение с номинальными энергиями от 1 до 50 мэв и максимальными мощностями поглощенной дозы от 0,001 до 1 гр/с на расстоянии 1 м от источника излучения и на нормальном расстоянии облучения от 50 до 200 см.			Индикация радиационного поля	0 – 5000 мм
340.	ГОСТ Р МЭК 60976 п. 10				Индикация радиационного поля	0 – 5000 мм
341.	ГОСТ 30324.2.11-2012 ГОСТ 30324.11 п.6	Гамма-терапевтические аппараты			Маркировка	Соответствует/несоответствует
342.	ГОСТ ИЕС 61168 п.3	Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии, в которых диагностический рентгеновский аппарат используется для геометрического моделирования	26.60	9018908409	Индикация ограниченных радиационных полей краями	0 – 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
343.	ГОСТ IEC/TS 61170 п.4	пучка излучения радиационного терапевтического аппарата для локализации мишени, подлежащей облучению при лучевой терапии, и формирования в определенной позиции терапевтического поля облучения заданных размеров, симуляторы для лучевой терапии с высоковольтными генераторами, работающими при напряжениях, не превышающих 400 кВ и на симуляторы для лучевой терапии, предназначенные для моделирования условий облучения при подготовке к сеансу лучевой терапии.			Максимальное отклонение от параллельности противоположных сторон	0 – 5000 мм
344.	ГОСТ Р 61217 ГОСТ Р МЭК 61217	Оборудование и данные процесса дистанционной лучевой терапии, включая данные изображения пациента, используемые в системах планирования облучения, симуляторы для лучевой терапии, изоцентрические гамма-терапевтические аппараты, изоцентрические медицинские электронные ускорители и относящиеся к ним неизоцентрическое оборудование.			Классификация, Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/несоответствует
345.	ГОСТ Р МЭК 61859 р. 2	Кабинеты, в которых используют аппараты для лучевой терапии с ионизирующим излучением для терапевтических целей, такие как медицинские ускорители электронов, гамма-терапевтические аппараты для дистанционного облучения и гамма-терапевтические аппараты для внутритканевого и внутритканевого облучения, работающие по принципу последующего введения (afterloading).	26.60	9018908409	Безопасность	Соответствует/несоответствует
346.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-17 п. 30.1.1	Аппараты для брахитерапии с автоматическим приводом,	26.60.11.120	9030100000	Мощность эквивалентной дозы в любом положении	0,05 мкЗв/ч – 10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		работавшие по принципу "afterloading".			на расстоянии 50 мм на расстоянии 1 м	
347.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-17 п. 30.1.4				Время облучения	0 - 600 мин
348.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-17 п. 30.1.10				Общая мощность поглощенной дозы гамма-излучения	4 нГр/с – 750 мГр/с
349.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-17 п. 30.1.10				Общая мощность поглощенной дозы бета-излучения	4 нГр/с – 750 мГр/с
350.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-17 п. 30.1.10				Общая мощность поглощенной дозы нейтронного излучения	0,1 мкЗв/ч – 1,0 Зв/ч
351.	ГОСТ 24658 п. 1	Радиоизотопные терапевтические внутритопольные аппараты для контактного облучения			Маркировка, упаковка	Соответствует/несоответствует
352.	ГОСТ 31114.1 п. 5-6	Листовые материалы, используемые для изготовления защитных приспособлений от рентгеновского излучения, качество излучения которого определяется анодным напряжением до 400 кВ и полной фильтрацией до 3,5 мм Cu	26.60.11.130	9022900000	Ослабляющие свойства	0,05-3,5 мм Cu 0,108 – 3,954 Pb
353.	ГОСТ 31114.3 п. 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2	Защитные устройства, такие как защитная одежда, для защиты людей от ионизирующего излучения до 150 кВ во время медицинского рентгенологического исследования и лечения.			Эквивалент по ослаблению	0,108 – 3,954 Pb
354.	ГОСТ 3813 пп.5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3	Суровые и готовые текстильные ткани и шпунтовые изделия из волокон и нитей всех видов			Размеры	0 – 5000 мм
355.	ГОСТ Р ИСО 8374 р.3	Фотолаборатории отделений (кабинетов) рентгенодиагностики, в которых работают со следующими фоточувствительными радиографическими и фотографиями материалами:	26.60.11.130	9022900000	Безопасность, надежность	Соответствует/несоответствует
356.	ГОСТ Р 51818 п.5	- экранная пленка всех типов; - безэкранная пленка;			Безопасное время работы	0 - 600 мин

1	2	3	4	5	6	7
		- фотографическая пленка для непрямой рентгенографии				
357.	ГОСТ 12.2.091 п. 6.5.1	Электрическое оборудование, встроенные вычислительные устройства, применяемые в профессиональной деятельности, в отраслях промышленности и области образования	26.60.12.119	9027801700	Сопротивление защитного заземления	0-10 Ом
358.	ГОСТ 12.2.091 п. 6				Маркировка	Соответствует/не соответствует
359.	ГОСТ 22729 п. 6.6	Анализаторы (измерительные приборы и преобразователи) жидкостей Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП), предназначенные для работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров технологических процессов с целью получения информации о составе и свойствах жидких сред в виде унифицированных электрических и пневматических выходных сигналов (показаний)	26.60.12.119	9027801700	Предельная погрешность	Наличие/отсутствие сведений в документации
360.	ГОСТ 22729 п. 6.6.5				Стабильность показаний	Наличие/отсутствие сведений в документации
361.	ГОСТ 22729 п. 6.6.6				Время установления показаний	0-599 мин.
362.	ГОСТ 13350 п. 5.5	Автоматические кондуктометрические анализаторы жидкости	26.60.12.119	9027801700	Время переходного процесса	0-599 мин.
363.	ГОСТ 13350 п. 5.6	Общепромышленного применения Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП), предназначенные для измерения удельной электрической проводимости и определения концентрации с выдачей унифицированного электрического сигнала			Время установления режима работы	0-599 мин.
364.	ГОСТ 22171 п. 4.3.3	Лабораторные кондуктометрические анализаторы жидкости,	26.60.12.119	9027801700	Время прогрева	0-599 мин.
365.		предназначенные для измерения удельной электрической			Масса	0-300 кг
366.	ГОСТ 22171 п. 4.3.4.1	проводимости жидкостей в диапазоне от 1-10 до 200 См/м			Размер	0-1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
367.	ГОСТ 27987 п. 4.5.11	Промышленные анализаторы жидкости потенциометрические, состоящие из измерительных преобразователей и чувствительных элементов, предназначенные для измерения активности ионов - рХ (рН) и окислительно-восстановительных потенциалов (редокс-потенциалов) - Eh в водных растворах	26.60.12.119	9027801700	Время установления выходных сигналов	0-599 мин.
368.	ГОСТ 27987 п.4.6				Температура	0-400°C
369.	ГОСТ 29024 п. 6.7	Турбидиметрические и нефелометрические анализаторы жидкости, предназначенные для определения состава и(или) свойств анализируемой жидкости, содержащей взвешенные частицы, методами турбидиметрического или нефелометрического определения мутности жидкости	26.60.12.119	9027801700	Время установления выходного сигнала	0-599 мин.
370.	ГОСТ 29024 п. 6.9				Потребляемая мощность	0-600 кВт
371.	ГОСТ ИЕС 61010-2-010 п. 6.1.2.101 ГОСТ ИЕС 61010-1 п. 6	Лабораторное оборудование для нагревания материалов с электрическим питанием, для которого нагревание материалов является единственной или одной из нескольких функций	32.50.12.000	9024 80	Доступ к опасным частям	Соответствует/не соответствует
372.	ГОСТ ИЕС 61010-2-020 п. 7.2.101.1 ГОСТ ИЕС 61010-1 п. 7	Лабораторные центрифуги с электрическим питанием	32.50.12.000 28.29.41	8421 19 200	Безопасность подвижных частей	Соответствует/не соответствует
373.	ГОСТ Р МЭК 61010-2-041 п. 7.2.101.1	Автоклавы, включая автоклавы с системами автоматической загрузки и выгрузки, имеющие в своем составе сосуд давления, использующие пар под давлением от 0 до 500 кПа, которые предназначены для обработки медицинских материалов, а также для применения в лабораториях с аналогичными целями	32.50.12	8419 20 000 0	Работа устройства аварийного отключения	Работоспособно/не работоспособно
374.	ГОСТ ИЕС 61010-2-051 п. 7 ГОСТ ИЕС 61010-1 п. 7	Электрическое лабораторное оборудование и принадлежности к нему, предназначенное для механического перемешивания и	32.50.50.000	8419 89 981 0	Защита от механических опасностей	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		взбалтывания, в котором механическая энергия воздействует на форму или размер, или однородность материалов и их компонентов				
375.	ГОСТ ИЕС 61010-2-061 п.п 11.101-11.104 ГОСТ ИЕС 61010-1 п. 11	Лабораторные атомные спектрометры с термической атомизацией с электрическим приводом	26.51.53	9027 80	Защита от опасностей вызываемых жидкостями	Соответствует/не соответствует
376.	ГОСТ ИЕС 61010-2-081 п. 7.2.101-7.2.102 ГОСТ ИЕС 61010-1 п. 7	Автоматическое и полуавтоматическое лабораторное оборудование для проведения анализов и других целей	26.51.53	9027 80 9030 20	Доступность движущихся частей	Соответствует/не соответствует
377.	ГОСТ ИЕС 61010-2-101 п. 11.3 ГОСТ ИЕС 61010-1 п. 11	Оборудование, предназначенное для лабораторной диагностики (IVD) в медицинских целях, в том числе оборудование IVD для самоконтроля в медицинских целях	32.50.12.000	9024 80	Утечка жидкости внутри оборудования	Устойчиво/не устойчиво
378.	ГОСТ Р 50267.10 п. 50.1.102 ГОСТ Р 50267.0 п. 50	Стимуляторы нервов и мышц, предназначенные для использования в физиотерапии	32.50.21.110	9018 90 840 9	Длительность импульса	0-1000 с
379.	ГОСТ Р 50267.14 п. 50.102 ГОСТ Р 50267.0 п. 50	Аппараты для электрошоковой терапии	32.50.21.110	9018 90 840 9	Энергия импульса	0-100 Дж
380.		Наружные кардиостимуляторы с внутренним источником электрического питания, кабели пациента	26.60.14.110	9021 50 000 0	Амплитуда импульса	0-1000 В
381.	ГОСТ 30324.31 п. 50.2 ГОСТ Р 50267.0 п. 50				Длительность импульса	0-1000 с
382.					Рефрактерный период	0-2000 мс
383.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-4 п. 201.12.4.101 ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 12 ГОСТ Р МЭК 60601-2-4 п. 201.12.1 ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 12	Кардиодефибрилляторы	32.50.21.110 26.60.13.190	9021 90 900 9	Выходное напряжение	0-5 кВ
384.					Нормированная отдаваемая энергия	0-600 Дж
385.	ГОСТ Р 50267.3 (ГОСТ 30324.3) п 50 ГОСТ Р 50267.0 п. 50	Аппараты для коротковолновой терапии, имеющие номинальную выходную мощность, не превышающую 500 В	26.60.13.130	9018 90 840 9	Максимальная выходная мощность	0-500 Вт
386.	ГОСТ Р 50267.6 (ГОСТ 30324.6) п. 31.2 ГОСТ Р 50267.0 п. 31	Аппараты для микроволновой терапии, используемые в медицинской практике	26.60.13.130	9018 90 840 9	Плотность микроволновой мощности	0-10 мВт/см ²
387.	ГОСТ 28603 п. 3.3-3.6	Аппараты для УФЧ-терапии, предназначенные для воздействия на	26.60.13.130	9018 90 840 9	Номинальная выходная мощность	0- 500 Вт

1	2	3	4	5	6	7
		человека с терапевтической целью электрическим и (или) магнитным полем частотой от 10 до 300 МГц и номинальной выходной мощностью не более 500 Вт, применяемые в медицинских учреждениях				
388.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-2 п. 201.8.8.3.102	Высокочастотные электрохирургические аппараты	26.60.13.130	9018 90 840 9	ВЧ ток утечки	0-150 мА
389.		Аппараты для ультразвуковой терапии, генерирующие ультразвуковые колебания с номинальной частотой 0,88; 1,76; 2,64 и 5,28 МГц в целях воздействия ими на ткани человека при лечении заболеваний в условиях медицинских учреждений	26.60.13.190	9018908409	Частота ультразвуковых колебаний	0-12 МГц
390.	ГОСТ Р 50267.5 п. 42.3	Аппараты для ультразвуковой терапии	26.60.13.190	9018 90 840 9	Температура излучающей поверхности	0-400°C
391.	ГОСТ 25053 п. 4.4-4.5	Излучатели аппаратов для ультразвуковой терапии, предназначенные для преобразования высокочастотных электрических колебаний в ультразвуковые колебания на номинальной частоте 0,88; 1,76; 2,64; 5,28 МГц в целях воздействия ими на различные участки тела человека при лечении заболеваний в условиях медицинских учреждений	26.60.13.190	9018 90 840 9	Интенсивность ультразвукового излучения	3-200 Вт/см²
392.	ГОСТ 30324.5 п.6.1	Аппараты для ультразвуковой терапии	26.60.13.190	9018 90 840 9	Маркировка	Соответствует/не соответствует
393.	ГОСТ Р 55310 п. 5.1.1				Маркировка	Соответствует/не соответствует
394.	ГОСТ 18856 п. 3.7	Аппараты ингаляционного наркоза, аппараты искусственной вентиляции легких, применяемые в медицине	32.50.21.121	9019 20 000 0 9018 90 600 0	Расход газа	0-40 л/мин
395.	ГОСТ ISO 5358 Раздел 9-10	Аппараты ингаляционного наркоза, их узлы и детали	32.50.21.121	9019 20 000 0 9018 90 600 0	Утечка газа	0-1000 мл/мин

1	2	3	4	5	6	7
396.	ГОСТ 31057 Приложение С	Аппараты искусственной вентиляции легких для оживления, предназначенных для пациентов всех возрастных групп	32.50.21.121	9019 20 000 0 9018 90 600 0	Мертвое пространство	0-1000 мл
397.	ГОСТ 31511.2 п. 56.16 ГОСТ Р 50267.0 п. 56	Аппараты ИВЛ, предназначенные главным образом для использования в домашних условиях, которые также могут использоваться для соответствующих пациентов и в других местах (например в больнице), где не требуется использование аппарата ИВЛ	32.50.21.121	9019 20 000 0 9018 90 600 0	Утечка из дыхательного контура	0-200 мл/мин
398.	ГОСТ Р ИСО 10651.3 п. 51.5 ГОСТ Р 50267.0 п. 51	Портативные аппараты искусственной вентиляции легких, предназначенные для применения в экстренных ситуациях и транспортных средствах	32.50.21.121	9019 20 000 0 9018 90 600 0	Сигнализация о неисправности питания	Наличие/отсутствие
399.	ГОСТ Р ИСО 80601-2-13 п. 201.101.9, 201.102.5 ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 12	Анестезиологические комплексы для введения ингаляционной анестезии под постоянным контролем профессионального оператора	32.50.21.121	9019 20 000 0 9018 90 600 0	Конструкция выходного отверстия	Соответствует/не соответствует
400.	ГОСТ Р ИСО 80601-2-12 п. 201.15.102 ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 15	Аппараты искусственной вентиляции легких и связанные с ними принадлежности	32.50.21.121	9019 20 000 0 9018 90 600 0	Концентрация доставляемого O ₂	0-100%
401.	ГОСТ 25047 п.3.5	Комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные устройства однократного применения, предназначенные для взятия крови у донора, для вливания реципиенту растворов и переливания крови и ее компонентов, а также кровезаменителей и других трансфузионных сред из стеклянных и полимерных емкостей			Герметичность под давлением 40 кПа	Герметично/ не герметично
402.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-21 п. 201.10.6 ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 10	Излучающие обогреватели для новорожденных	26.60.13.180	9018 20 000 0	Уровень облученности	0-10 мВт/см ²
403.	ГОСТ 31512 п. 3	Одноместные стационарные бароаппараты, предназначенные для лечения методом гипербарической		9018 90 840 9	Конструкция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		оксигенации взрослых и детей в кислородной и воздушной среде под повышенным давлением				
404.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-50 п. 201.9.6.2 ГОСТ Р 51400	Аппараты для фототерапии новорожденных	26.60.13.180	9018 90 840 9	Уровень шума	22-139 дБА
405.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-20 п. 201.12.1.109 ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 12	Транспортные инкубаторы для новорожденных	32.50.13.190	9018 90 840 9	Влажность	0-100%
406.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-19 п. 201.12.1.107 ГОСТ Р МЭК 60601-1 п. 12	Инкубаторы для новорожденных	32.50.13.190	9018 90 840 9	Время прогрева	0-599 мин
407.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-19 п. 201.9.6.2.1.102 -201.9.6.2.1.103				Уровень звукового давления сигнализации	22-139 дБА
408.	ГОСТ ISO 15883-1 п. 6.6	Мощно-дезинфицирующие машины и их принадлежности, используемые для отмывания и дезинфицирования медицинских изделий многократного пользования и других предметов, используемых в медицинской, стоматологической, фармацевтической и ветеринарной практике	32.50.50.000	8419 00 000 0	Калибровка измерительного оборудования	Соответствует/не соответствует
409.	ГОСТ ISO 15883-2 п. 6.3	Мощно-дезинфицирующие машины, предназначенные для очистки и термической дезинфекции медицинских изделий многократного использования, таких как хирургические инструменты, анестезиологическое оборудование, глубокая посуда, тарелки и приемники, принадлежности и стеклянная посуда и т.д.			Температура	0-1100°C
410.	ГОСТ Р ИСО 15883-3 п. 6.2	Мощно-дезинфицирующие машины, предназначенные для использования с целью опорожнения, промывки, очистки и термической дезинфекции контейнеров, применяемых для сбора отходов жизнедеятельности человека с			Работоспособность дренажного гидрозатвора	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		целью их утилизации, посредством одного рабочего цикла				
411.	ГОСТ 31598 п. 18	Стерилизаторы паровые большие	32.50.50.000	8419 00 000 0	Рабочие температуры	0-1100°C
412.	ГОСТ 22649 п.6.3	Медицинские воздушные стерилизаторы, предназначенные для применения в медицинских учреждениях	32.50.50.000	8419 00 000 0	Потребляемая мощность	0-600 кВА
413.		Низкотемпературные пароформальдегидные стерилизаторы, работающим только при давлениях ниже давления окружающей среды и использующим смесь низкотемпературного пара и формальдегида в качестве стерилизующего агента	32.50.50.000	8419 00 000 0	Температура предварительного нагрева камеры стерилизатора	0-1100°C
414.	ГОСТ EN 14180 Приложение А				Термометрические испытания с небольшой нагрузкой	0-1100°C
415.					Время уравнивания	0- 599 мин
416.					Различия температур	0-1100°C
417.					Скорость изменения давления	0-1 Мпа/мин
418.	ГОСТ 16940 п.2.1	Санитарные носилки, предназначенные для переноски и перевозки больных и раненых	32.50.50.000	9506 91 100 9019 10 900	Размеры	0-1000 мм
419.					Усилие для выдвигания и вращения рукояти	0-2000 Н
420.	ГОСТ 16940 п. 2.2				Прочность фиксации рукояток	0-2000 Н
421.	ГОСТ 16940 п.2.3				Усилие развертывания	0-2000 Н
422.	ГОСТ 16940 п.2.4				Прогиб брусьев	0-1000 мм
423.	ГОСТ 16940 п.2.5				Прогиб несущей основы в вертикальной плоскости	0-1000 мм
424.	ГОСТ 16940 п.2.15				Маркировка	Соответствует/не соответствует
425.	ГОСТ Р ИСО 10535 п. 4.8	Подъемники и системы опоры тела	32.50.50.000	9506 91 100 9019 10 900	Скорость подъема и опускания	0-1 м/с
426.	ГОСТ Р ИСО 11199-1 p.6	Ходунки без дополнительных приспособлений	32.50.23.000	9021 10 100 0	Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
427.	ГОСТ Р ИСО 11199-2 п.5.4	Ходунки на колесах, используемые в качестве вспомогательного средства, управляемого обеими руками, без каких-либо дополнительных приспособлений	32.50.23.000	9021 10 100 0	Предельный угол наклона ходунков	0-180°
428.	ГОСТ Р ИСО 11199-3 п. 5.3	Ходунки с опорой на предплечье без дополнительного оборудования	32.50.23.000	9021 10 100 0	Размер	0-1000 мм
429.		Инвалидные коляски, в том числе скутеры	32.50.50.000	9506 91 100 9019 10 900	Масса	0-300 кг
430.					Статическая прочность	Выдерживает/не выдерживает нагрузку
431.	ГОСТ Р ИСО 7176-8				Ударная прочность	Выдерживает/не выдерживает нагрузку
432.					Усталостная прочность	Выдерживает/не выдерживает нагрузку
433.	ГОСТ Р ИСО 7176-16	Устройства поддержания тела, которые поставляют как составную часть кресла-коляски или его системы сиденья	32.50.50.000	9506 91 100 9019 10 900	Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела	Устойчиво/не устойчиво
434.		Кресла-коляски, относящиеся к классификационной группировке 12.21 по ИСО 9999 и предназначенные для передвижения внутри и вне помещения людей, масса которых не превышает максимальную массу испытательного манекена по ИСО 7176-11	32.50.50.000	9506 91 100 9019 10 900	Передняя статическая устойчививость	Устойчиво/не устойчиво
435.	ГОСТ Р ИСО 7176-1				Угол наклона	0-180°
436.	ГОСТ 26368 п. 3.3	Медицинские светильники, предназначенные для освещения операционного поля при проведении хирургических, стоматологических, гинекологических и других операций и осмотров	27.40 32.50.50.000	9405 40	Центральная освещенность	10-200000 лк
437.					Размер рабочего поля	0-1000 мм
438.	ГОСТ 26368 п.3.5				Удельная облученность	Соответствует/не соответствует
439.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-41-2014 п.201.12.1.102.1.3 ГОСТ Р МЭК 60601-1 п.12	Хирургические и диагностические (смотровые) светильники	27.40 32.50.50.000	9405 40	Центральная освещенность	10-200000 лк
440.	ГОСТ 26161 п. 3.3	Общехирургические, специальные и перевязочные столы, предназначенные для применения в медицинских учреждениях внутри страны и для экспорта	32.50.30.110	9402 90 000 0	Линейные размеры	0-5000 мм
441.	ГОСТ 26161 п. 3.5				Скорость подъема/опускания	0-1000 мм/с
442.	ГОСТ 26161 п. 3.6				Скорость наклона панели	0-360 град/с

1	2	3	4	5	6	7
443.	ГОСТ 16371 п. 5.4	Мебель и мебель для общественных помещений, выпускаемую предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивидуальных изготовителям	32.50.30.110	9402 10 000 1	Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
444.	ГОСТ 19917 п.5.4	Бытовая мебель для сидения и лежания и мебель для общественных помещений, выпускаемую предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивидуальных изготовителями	32.50.30.110	9402 10 000 1	Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
445.	ГОСТ 28131 п. 3.7	Стоматологические кресла с электромеханическим и электрогидравлическим приводом	32.50.30.110	9402 10 000 1	Скорость перемещения частей	0-1000 мм/с
446.	ГОСТ 28131 п. 3.8				Угловая скорость перемещения спинки	0-6 рад/с
447.	ГОСТ 30324.35 п. 50.101 ГОСТ Р 50267.0 п. 50	Одеяла, подушки и матрацы, включая матрацы с воздушным наполнением, аэродинамические системы	26.60	9019 10 900 9402 90 000	Изменение температуры по контактной поверхности	0-400 °С
448.	ГОСТ 30324.2.38 п. 22.5 ГОСТ Р 50267.0 п. 22	Кровати медицинские электрические	32.50.30.110	9402 90 000 0	Блокировка движущихся частей	Соответствует/не соответствует
449.	ГОСТ 25148 п. 3.5-3.6	Стоматологические стационарные установки, предназначенные для оказания стоматологической помощи	32.50.11.000	9018499000	Частота вращения инструментов	30-300 000 об/мин
450.	ГОСТ 25148 п. 3.6				Вращающий момент	0,6-240 Нм
451.	ГОСТ 27875	Стоматологические пневмотурбинные наконечники, пневматические аппараты для снятия зубного камня, пневмобормашины	32.50.11.000	9018499000	Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
452.	ГОСТ 25982 п. 5.7	Стоматологические наконечники, предназначенные для крепления инструментов с хвостовиком диаметром 2,35 мм и передачи им вращения от микропривода для проведения зубоврачебных работ в клинических условиях	32.50.11.000	9018499000	Шероховатость поверхности	0.004-50 мкм
453.	ГОСТ 26634 п. 6, 9	Хвостовики стоматологических вращающихся инструментов	32.50.11.000	9018499000	Размеры	0-1000 мм
454.	ГОСТ 22340 п. 3.4	Медицинские электрические	32.50.50.000	8419 000000	Производительность	0-250 л/час
455.		аквадистилляторы, предназначенные			Расход энергии	0-1,4 кДж/л

1	2	3	4	5	6	7
456.		для производства дистиллированной воды и воды для инъекций в медицинских учреждениях			Удельный расход воды	0-100 л
457.	ГОСТ 28311 п. 4.4.2	Медицинские лабораторные дозаторы жидкостей, предназначенные для формирования объемов доз биологических жидкостей и жидких реактивов при проведении анализа в лабораториях медицинских учреждений	33.10.15.190	9018 90 840 9	Потребляемая мощность	0-600 кВт
458.	ГОСТ 28311 п. 4.4.3-4.5				Время установления рабочего режима	0-599 мин
459.	ГОСТ Р 56328 п. 6.14	Подвижные (передвижные) комплексы медицинского назначения (ПКМН), предназначенные для применения в медицинских целях (профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности)	33.10.15.190	9018 90 840 9	Маркировка	Соответствует/не соответствует
460.	ГОСТ 19715 p.1-2	Единое изображение эмблемы Красного Креста	33.10.15.190	9018 90 840 9	Проверка внешнего вида	Соответствует/не соответствует
461.	ГОСТ Р ИСО 14644-2 p.4	Чистые помещения, чистые зоны	33.10.15.190	9018 90 840 9	Отчеты о периодическом контроле	Наличие/отсутствие информации в документации
462.	ГОСТ Р ИСО 14644-3 п. В.1.2				Концентрация аэрозольных частиц	0-100 мг/м³
463.	ГОСТ Р 52539 p.4	Чистота воздуха в помещениях лечебных учреждений	33.10.15.190	9018 90 840 9	Классификация	Соответствует/не соответствует
464.	ГОСТ 28385 p.3	Передвижные комплексы медицинского назначения и отдельные изделия медицинского назначения, выполненные или смонтированные на автомобильных шасси или прицепах к ним, медицинские обитаемые контейнеры	33.10.15.190	9018 90 840 9	Конструкция, маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
465.	ГОСТ Р 50571.1 п. 131.2	Электроустановки	33.10.15.190	9018 90 840 9	Защита от поражения током	Соответствует/не соответствует
466.	ГОСТ Р 50571.17 п. 482				Защита от пожара	Соответствует/не соответствует
467.	ГОСТ Р 50571.2 п. 312.1	Электроустановки зданий	33.10.15.190	9018 90 840 9	Типы систем тоководущих проводников	Соответствует/не соответствует
468.	ГОСТ Р 50571.3 п. 411.1	Защита от поражения электрическим током людей и животных	33.10.15.190	9018 90 840 9	Автоматическое отключение питания	Соответствует/не соответствует
469.	ГОСТ Р МЭК-61140 р. 6				Защита от поражения током	Соответствует/не соответствует
470.	ГОСТ Р 50571.4.42 п. 421	Низковольтные электроустановки	33.10.15.190	9018 90 840 9	Защита от пожара	Соответствует/не соответствует
471.	ГОСТ Р 50571.5.53 п. 531				Устройства защиты	Соответствует/не соответствует
472.	ГОСТ Р 50571.22 п. 707.5				Заземляющее устройство	Соответствует/не соответствует
473.	ГОСТ Р 50571.4.43 п. 432	Защите рабочих проводников от воздействия сверхтоков одним или несколькими устройствами, производящими автоматическое отключение от источника питания в случае перегрузки и в случае короткого замыкания	33.10.15.190	9018 90 840 9	Классификация защитных устройств	Соответствует/не соответствует
474.	ГОСТ Р 50571.6 п. 451	Защита от понижения напряжения	33.10.15.190	9018 90 840 9	Электробезопасность	Соответствует/не соответствует
475.	ГОСТ Р 50571.5.54 п. 542	Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов, применяемые для обеспечения безопасности в электроустановках	33.10.15.190	9018 90 840 9	Заземляющее устройство	Соответствует/не соответствует
476.	ГОСТ Р 50571.7.701 п. 701	Электрические установки в помещениях, содержащих стационарную ванну или душ и к окружающим их зонам	33.10.15.190	9018 90 840 9	Монтаж	Соответствует/не соответствует
477.	ГОСТ Р 50571.12 п. 703.5	Электроустановки помещений, содержащие нагреватели для саун	33.10.15.190	9018 90 840 9	Монтаж	Соответствует/не соответствует
478.	ГОСТ Р 50571.13	Стационарное оборудование в проводящих помещениях со стесненными условиями, питание	33.10.15.190	9018 90 840 9	Конструкция	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ Р 50571.7.706					

1	2	3	4	5	6	7
		портативного оборудования, используемого в таких помещениях				
479.	ГОСТ Р 50571.5.52 п. 522	Выбор и монтаж электропроводок	33.10.15.190	9018 90 840 9	Монтаж электропроводок	Соответствует/не соответствует
480.	ГОСТ Р 50571.16 п.6.4.2	Низковольтные установки	33.10.15.190	9018 90 840 9	Электробезопасность	Соответствует/не соответствует
481.	ГОСТ Р 50571-4-44 ГОСТ Р 50571.5.51 п. 512	Электроустановки низковольтные	33.10.15.190	9018 90 840 9	Электробезопасность	Соответствует/не соответствует
					Конструкция	Соответствует/не соответствует
482.	ГОСТ Р 50571.25 п.4-6	Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями, применяемыми в различных отраслях экономики страны	33.10.15.190	9018 90 840 9	Конструкция, электробезопасность	Соответствует/не соответствует
483.	ГОСТ Р 50571.28	Электроустановки, находящиеся в медицинских помещениях для обеспечения безопасности пациентов и медицинского персонала	33.10.15.190	9018 90 840 9	Электробезопасность	Соответствует/не соответствует
484.	ГОСТ Р 50571.29	Низковольтные генераторные агрегаты, осветительные приборы и установки, предназначенные для использования в качестве части стационарных установок	33.10.15.190	9018 90 840 9	Электробезопасность	Соответствует/не соответствует
485.	ГОСТ Р 50571.7.713	Электропроводки и электрооборудование, размещаемые в мебели и присоединяемым к электрической сети.	33.10.15.190	9018 90 840 9	Электробезопасность	Соответствует/не соответствует
486.	ГОСТ Р 50571.7.717	Мобильные и транспортируемые модули, которые содержат в себе всю или часть электроустановки для выполнения функции электроснабжения модулей	33.10.15.190	9018 90 840 9	Электробезопасность	Соответствует/не соответствует
487.	ГОСТ Р 50574	Автомобили, автобусы и мотоциклы, оборудованные в соответствии с назначением и принадлежности оперативным службам	33.10.15.190	9018 90 840 9	Электробезопасность	Соответствует/не соответствует
488.	ГОСТ 12.2.007-0	Электротехнические изделия	33.10.15.190	9018 90 840 9	Электробезопасность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
489.	ГОСТ 12.1.030	Защитное заземление и зануление электроустановок постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц	33.10.15.190	9018 90 840 9	Электробезопасность	Соответствует/не соответствует
490.	ГОСТ Р 12.1.019	электроустановки производственного назначения на стадиях проектирования, изготовления, монтажа, наладки, испытаний и эксплуатации	33.10.15.190	9018 90 840 9	Электробезопасность	Соответствует/не соответствует
491.	ГОСТ Р МЭК 62304 р.4-9	Жизненный цикл программного обеспечения медицинских изделий	62.01.29.000	9018 90 840 9	Функциональные возможности	Наличие/отсутствие информации в документации
492.	ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 п. А.2.5.3	Качество программного обеспечения	62.01.29.000	9018 90 840 9	Устойчивость программного обеспечения	Наличие/отсутствие информации в документации
493.	ГОСТ 28195 р.1-2	Оценка качества программных средств вычислительной техники, поставляемых через фонды алгоритмов и программ, номенклатуру	62.01.29.000	9018 90 840 9	Программное описание	Наличие/отсутствие информации в документации
494.	ГОСТ Р 51188 р.4-8	Испытания программных средств (ПС) и их компонентов, цели которых - обнаружить в этих ПС и устранить из них компьютерные вирусы силами специальных предприятий (подразделений)	62.01.29.000	9018 90 840 9	Защита программного обеспечения	Наличие/отсутствие информации в документации
495.	ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119 п. 3.1.6, 4.4	Пакеты программ	62.01.29.000	9018 90 840 9	Конфигурация	Наличие/отсутствие информации в документации
496.	ГОСТ Р ИСО 9127 п.6.6	Документация пользователя и информация на упаковке, которой должны быть снабжены потребительские программные пакеты	62.01.29.000	9018 90 840 9	Программная структура	Наличие/отсутствие информации в документации
497.	ГОСТ ИЕС 61010-1 п. 6.3	Электрическое оборудование и его вспомогательные устройства:	26.60	9018 90 840 9	Ток на доступных частях	0- 10 мА
498.	ГОСТ ИЕС 61010-1 п. 6.5.2.4	Электрическое оборудование для испытания и измерения, для контроля технологических процессов при производстве, лабораторное оборудование			Сопроотивление заземления	0-2 Ом
499.	ГОСТ ИЕС 61010-1 п. 6.7.3.2				Зазоры	0-1000 мм
500.	ГОСТ ИЕС 61010-1 п. 6.7.3.3				Пути утечки	0-1000 мм
501.	ГОСТ ИЕС 61010-1 п. 6.8				Воздействие испытательным напряжением	Выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
						испытательное напряжение
502.	ГОСТ ИЕС 61010-1 п. 7.4				Устойчивость	Устойчиво/не устойчиво
503.	ГОСТ ИЕС 61010-1 п. 12.5				Уровень звукового давления	22-139 дБА
504.	ГОСТ Р ИСО 10079.1-99 п. 44.4 ГОСТ ISO 10079-1 п. 44.4 ГОСТ Р 50267.0 п. 44	Хирургических, изделий для отсасывания с электроприводом, которые используются в лечебных учреждениях (например, в больницах), при медицинской помощи на дому, а также при перевозке пациентов	32.50.21.121	9018908409	Утечка воздуха	Наличие/ отсутствие
505.	ГОСТ 25047 п.3.5	Комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные устройства однократного применения, предназначенные для взятия крови у донора, для вливания реципиенту растворов и переливания крови и ее компонентов, а также кровозаместителей и других трансфузионных сред из стеклянных и полимерных емкостей.	32.50.13.110	9018390000	Герметичность при минимальном внутреннем избыточном давлении 40 кПа.	Герметично/не герметично
506.	ГОСТ Р 51024 п. 7.4.1 ГОСТ 10893		32.50.21.121	9021400000	Максимальный ВУЗД насыщения	0-100 дБ
507.	ГОСТ Р 51024 п. 7.4.2				Частотная характеристика ВУЗД	0-5000 Гц
508.	ГОСТ Р 51024 п. 7.4.3	Носимые слуховые аппараты индивидуального пользования с электронным усилением, предназначенные для			ВУЗД90 на контрольной частоте	100 дБ
509.	ГОСТ Р 51024 п. 7.4.4	слухопротезирования по воздушному и костному звукопроводению			Частотная характеристика полного акустического усиления	0-100 дБ 0-5000 Гц
510.	ГОСТ Р 51024 п. 7.4.5				Максимальное акустическое усиление	0-100 дБ
511.	ГОСТ Р 51024 п. 7.4.6				Полное акустическое усиление	0-100 дБ 0-5000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
512.	ГОСТ Р ИСО 11070 Приложение С	Интродьюсерные иглы, интродьюсерные катетеры, интродьюсерные оболочки, проводочные проводники и расширители, поставляемые в стерильном виде и предназначенные для однократного применения совместно с внутрисосудистыми катетерами,	32.50.13.110	9018 39 000	Разрывное усилие катетеров, оболочек интродьюсеров и расширителей	0-10 кН
513.	ГОСТ Р ИСО 11070 Приложение D					
514.	ГОСТ Р ИСО 11070 Приложение E				Утечка в оболочке интродьюсера под давлением 300-320 кПа	Наличие/ отсутствие утечки
515.	ГОСТ Р ИСО 11070 Приложение F				Утечка через кровоостанавливающ ий клапан оболочки интродьюсера	Наличие/ отсутствие утечки
516.	ГОСТ Р ИСО 11070 Приложение G				Разрушение проводника или отслоение покрытия проводника	Наличие/ отсутствие разрушения или отслоения
517.	ГОСТ Р ИСО 11070 Приложение H				Сопротивление повреждениям при изгибе	Наличие/ отсутствие дефектов
518.	ГОСТ Р ИСО 5841-3 п. 4.2.1	Соединительные узлы, применяемые для соединения имплантируемых электродов для кардиостимуляции и имплантируемых электрокардиостимуляторов	32.50.13.110 32.50.21.121 26.60.14.110	9018 39 000 0 9021 50 000 0	Прочность узлов соединения ядра проводника с оболочкой и соединения оболочки с предохранительной провоолокой	0-10 кН
519.	ГОСТ Р ИСО 11318 п. 4.2.1				Изолирующие кольца Размеры Непрерывность электрической цепи и функционалирование	Наличие/отсутствие 0-150 мм Наличие/отсутствие контакта
520.	ГОСТ Р ИСО 14708-1 раздел.7				Изолирующий механизм Размеры	Наличие/отсутствие 0-100 мм
		Активные имплантируемые медицинские изделия, приводимые в		9018 39 000 0 9021 50 000 0	Одноразовая упаковка	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		действие не только силой электрического тока, но и с помощью других источников энергии (например, давления газа или пружинного механизма)	32.50.13.110 32.50.21.121 26.60.14.110		Наличие товарной упаковки	
521.	ГОСТ Р ИСО 14708-1 раздел 8				Предупреждающие надписи	Соответствует/ не соответствует
					Идентификация частей и компонентов	
522.	ГОСТ Р ИСО 14708-1 раздел 9				Маркировка товарной упаковки: -вид и активность радиоактивного вещества; -адрес и наименование изготовителя, -модель, назначение изделия, номер партии или серийный номер изделия -дополнительная информация подтверждение того, что содержимое упаковки было стерилизовано. -год и месяц изготовления - дата "использовать до" (год и месяц). -сведения о содержимом -тип или конфигурация требуемого соединителя. -указание предполагаемого применения изделия -информация о любых специальных условиях окружающей среды	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Активные имплантируемые медицинские изделия, приводимые в действие не только силой электрического тока, но и с помощью других источников энергии (например, давления газа или пружинного механизма) (продолжение)			или ограничениях по транспортированию. - указание на специальные виды использования	
523.	ГОСТ Р ИСО 14708-1 раздел 10				Защита от падения (удара), укладывания в стопку (сдавливания), вибрации и температуры. Воздействия влаги (93 ± 3) %. во время хранения или транспортирования Несмываемость маркировки товарной упаковки Соответствие между содержанием и информацией в эксплуатационной документации	Наличие/отсутствие
						Выдерживает/не выдерживает
						Выдерживает/не выдерживает
						Соответствует/ не соответствует
524.	ГОСТ Р ИСО 14708-1 раздел 11				Маркировка стерильной упаковки: - наименование изготовителя и адрес (город и страна) производства. - указание, что упаковка и ее содержимое были стерилизованы; - метод стерилизации - год и месяц, когда упакованное изделие было изготовлено - дата "использовать до" - описание изделия	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Активные имплантируемые медицинские изделия, приводимые в действие не только силой электрического тока, но и с помощью других источников энергии (например, давления газа или пружинного механизма) (продолжение)			идентификация содержимого тип или схема требуемого типа соединителя инструкция по открытию. - указание на специальные цели	
525.	ГОСТ Р ИСО 14708-1 раздел 12				Вскрываемость упаковки Несмываемость водой маркировки одноразовой упаковки Маркировка активных имплантируемых медицинских изделий: -наименование и торговая марка изготовителя, - обозначение модели изделия и, если применимо, номер партии или серийный номер изделия -Код идентификации - Истирание маркировки с помощью влагосодержащего средства -Визуальные индикаторы	Соответствует/ не соответствует Выдерживает/не выдерживает Наличие/отсутствие информации Выдерживает/не выдерживает Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
526.	ГОСТ Р ИСО 14708-1 раздел.13					
527.	ГОСТ 31212 раздел 5	Имплантируемые электрокардиостимуляторы, предназначенные для коррекции разнообразных нарушений ритма и проводящей системы сердца	26.60.14.110	9021 90 900 9	Четкость, разборчивость маркировки Маркировка ЭКС: - обозначение модели ЭКС;	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Имплантируемые электрокардиостимуляторы, предназначенные для коррекции разнообразных нарушений ритма и проводящей системы сердца (продолжение)			- буквенное обозначение алгоритмов работы ЭКС; - товарный знак предприятия-изготовителя; - номер ЭКС по системе нумерации изготовителя	
					(серийный номер); - надпись «сделано в» Маркировка упаковки для хранения и стерильной упаковки: - наименование изготовителя или товарный знак с адресом; - основное содержимое упаковки - параметры ЭКС - сведения о стерилизации изделия; - срок годности; - рекомендации по хранению и обращению; - конфигурация соединения; - другие предупреждающие и определяющие надписи. Маркировка транспортной упаковки: - идентификация содержимого;	Соответствует/ не соответствует
					- Маркировка транспортной упаковки: - идентификация содержимого;	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- информация об изготовителе (или агенте по продаже) с полным адресом; - предупреждающие надписи, касающиеся обращения и хранения при перевозке	
528.	ГОСТ 31620 п.6.2	Материалы хирургические шовные	21.20.24.120	3005 90	Диаметр	0 – 25 мм
529.	ГОСТ 31620 п.6.3				Разрывная нагрузка	0 – 10 кН
530.	ГОСТ 396 п. 3.3 ГОСТ 6611.2	Хирургические нитки, вырабатываемые из натурального шелка, крученые отваренные нестерильные, предназначенные после стерилизации для наложения швов и лигатур	21.20.24.120	3005 90	Разрывное удлинение	-
531.	ГОСТ 396 п.3.8				Разрывная нагрузка	0 – 10 кН
					Массовая доля жира и мыла	0-100 %
532.	ГОСТ Р 53498 п. 6.3.3	Средства перевязочные пластырного типа	21.20.24.110	3005 10 000 0	Время смачивания функциональной подушечки	0-599 мин.
		Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами	21.20.24.160			
533.	ГОСТ 5556 п. 3.4	Вата медицинская гигроскопическая	21.20.24.150	3005 90 100	Засоренность	0-100 %
534.	ГОСТ 5556 п. 3.5 ГОСТ 3818.1				Зольность	0-100 %
535.	ГОСТ 31626 п. 5.3.3	Бинты гипсовые медицинские	21.20.24.130 21.20.24.132	3005 90 500	Осыпаемость гипсовой композиции	0-100 %
536.	ГОСТ 31626 п. 5.3.5				Уровень вымывания гипсовой композиции	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
537.	ГОСТ 1207 п. 2.1	Стерильные медицинские повязки, предназначенные для перевязки ран и ожогов	21.20.24.150	3005 90 500 0 3005 90 990 0	Состав Расположение отдельных частей повязок Маркировка: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; - наименование повязки; - стерильная. - дата изготовления (месяц, год); - обозначение настоящего стандарта. - срок годности	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
538.	ГОСТ 1207 п. 2.2				Размеры упакованных повязок: Длина Ширина толщина	0-1000 мм 0-1000 мм 0-250 мм
539.	ГОСТ 1207 п. 2.3				Линейные размеры подушечек и бинта Масса	0-1000 мм 0 – 600 г
540.	ГОСТ 22380 п. 3.1	Готовые фиксирующие контурные повязки (далее повязки), предназначенные для закрепления ватно-марлевых подушечек при перевязке ран и ожогов.	21.20.24.150	3005 90 500 0 3005 90 990 0	Качество по внешнему виду Линейные размеры	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
541.	ГОСТ 22380 п. 3.3					0 – 1000 мм
542.	ГОСТ 1179 п. 3.1	Стерильные перевязочные медицинские пакеты, предназначенные для оказания само- и взаимопомощи при ранениях и ожогах	21.20.24.150	3005 90 500 0 3005 90 990 0	Линейные размеры Размеры подушечек и ширина бинта Длина бинта Масса	0 – 1000 мм 0 – 1000 мм 0 – 10000 мм 0 – 350 кг
543.	ГОСТ 1179 п. 3.1.1				Герметичность шва упаковки	Соответствует/ не соответствует
544.	ГОСТ 1179 п. 3.1.2					
545.	ГОСТ 1172 п.3.2					
546.	ГОСТ 9412 п. 5.3 ГОСТ 3811	Хлопчатобумажная и смешанная, с вложением вискозного волокна,	21.20.24.150	3005 90 310	Линейные размеры	0 – 10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		суровая и отбеленная марля, предназначенная для изготовления перевязочных средств.				
547.	ГОСТ 16427 п. 3.1	Стерильные и нестерильные медицинские марлевые салфетки и нестерильные марлевые отрезки, предназначенные для использования в качестве готовых (салфетки) и для изготовления (отрезки) операционно-перевязочных средств.	21.20.24.150	3005 90 310	Длина комплектов Ширина комплектов Толщина комплектов	0 – 1000 мм 0 – 1000 мм 0 – 250 мм
548.	ГОСТ 22379 п. 3.3	Ватно-марлевые медицинские изделия: подушечки и лента.	21.20.24.150	3005 90 100	Линейные размеры	0 – 1000 мм
549.	ГОСТ 22379 п. 3.4				Масса	0 – 350 кг
550.	ГОСТ Р 58236 п.6.1	Изделия медицинские эластичные компрессионные Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами	21.20.24.133 21.20.24.160	3005 10 000 3005 90 500	Линейные размеры	0 – 10000 мм
551.	ГОСТ ИСО 1924-1	Бумага и картон	32.50.50.000 17.29.19.140	4818 90 900	Прочность на разрыв Удлинения при растяжении	0 – 10 кН -
552.	ГОСТ EN 556-1 п.4.2	Медицинским изделия, прошедшим финишную стерилизацию			Наличие в документации сведений о валидованном процессе стерилизации	Соответствует/ не соответствует
553.	ГОСТ 13525.8	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон	32.50.50.000 17.29.19.140	4818 90 900	Сопроотивление продавливанию	0 – 1 МПа.
554.	ГОСТ 19126 п.8.6	Инструменты медицинские металлические, травматологические изделия (инструменты) и измерительные инструменты	32.50.1	9018 90 840 9	Твердость: По шк. Роквелла: По шк. Бринелля: По шк. Виккерса: По шк. Шора:	20-70 HRC/1,5HRC 75-650 HB/10HB 75-1000 HV/12HV D 23-102 HSD/2HSD

1	2	3	4	5	6	7
555.	ГОСТ 19126 п. 8.12				Устойчивость к воздействию климатических условий: температура от минус 70 °С до 150°С, влажность 0 - 98 % при эксплуатации	Устойчиво/ не устойчиво
556.	ГОСТ 19126 п. 8.13				Устойчивость к воздействию климатических факторов: температура от минус 70 °С до 150°С, влажность 0 -98 % при транспортировании и хранении	Устойчиво/ не устойчиво
557.	ГОСТ ISO 13402 п.3	Инструменты хирургические и стоматологические ручные из нержавеющей стали	32.50.1	9018 90 840 9	Устойчивость к автоклавированию при температуре 121 °С— 134 °С и давлении 0,1 - 0,21 МПа	Устойчиво/ не устойчиво
558.	ГОСТ ISO 13402 п.6				Тепловое испытание при температуре (175,0 ± 5,0) °С	Устойчиво/ не устойчиво
559.	ГОСТ 21643 п.4.7	Сшиватели медицинские многократного применения	32.50.50	9018 39	Усилие, необходимое для прошивания или пришивания с одновременным прорезанием	10 Н ÷ 2 кН
560.	ГОСТ 21643 п.4.8				Усилие, необходимое для установки магазина в сшиватель	0-1кН
561.	ГОСТ 26641 п. 3.2	Стерильные атрауматические иглы однократного применения, предназначенные для сшивания тканей в процессе хирургических операций.	32.50.13.110	9018 90 840 9 9018 39	Твердость: По шк. Роквелла: По шк. Бринелля: По шк. Виккерса: По шк. Шора:	20-70 HRC/1,5HRC 75-650 HB/10HB 75-1000 HV/12HV D 23-102 HSD/2HSD

1	2	3	4	5	6	7
562.	ГОСТ 26641 п. 3.3				Остаточная деформация упругости	0-150 мм
563.	ГОСТ 25981 п.4.5	Хирургические иглы, применяемые для сшивания тканей при хирургических операциях	32.50.13.110	9018 32	Шероховатость Ra Rq RpRv	0,012-50 мкм 0,025-125 мкм
564.	ГОСТ 25981 п.5				Маркировка: - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; -наименование иглы; -условное обозначение игл; -условный знак "Н" (нержавеющая сталь); -число упакованных игл; -номер технических условий на иглы конкретного типа; -дату выпуска. - обозначение и товарный знак экспортера; - "Stainless Steel" или "Stainless" на иглах, изготовленных из нержавеющей стали;	Соответствует/ не соответствует
565.	ГОСТ ISO 7864 п.13.1	Инъекционные стерильные иглы однократного применения с номинальными наружными диаметрами от 0,3 до 1,2 мм.	32.50.13.110	9018 32 100	Прочность соединения головки и трубки иглы	0 – 10 кН
566.	ГОСТ 25377 п.3.4.2	Иглы инъекционные многократного применения	32.50.13.110	9018 32 100	Диаметр Длина	0-25 мм 0-1000 мм
567.	ГОСТ 22967 п. 3.2	Медицинские инъекционные шприцы многократного применения, используемые для введения в организм жидких лекарственных	32.50.13.110	9018 31	Качество защитных покрытий: Внешний вид Толщина покрытия	Наличие/отсутствие дефектов 0-120 мм

1	2	3	4	5	6	7
		Медицинские инъекционные шприцы многократного применения, используемые для введения в организм жидких лекарственных средств, а также отсасывания различных жидкостей из организма. (продолжение)			Минимальное проникновение конуса шприца в конус головки иглы Отклонение проникновений Радиус или фаска Нулевой делительный штрих Длина малых штрихов	0 – 150 мм 0 – 150 мм 0 – 150 мм 0 – 150 мм 0 – 1000 мм
570.	ГОСТ 22967 п. 3.5				Перпендикулярность штрихов к образующей цилиндра	Соответствует/ не соответствует
571.	ГОСТ 22967 п. 3.6				Внешний вид, поверхность Прозрачность цилиндра шприца Смазка Конструкция штрихов, цифр шкалы, расположение конуса, цена деления	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
572.	ГОСТ 22967 п. 3.7				Металлическая поверхность шприца	Наличие/ отсутствие дефектов
573.	ГОСТ 22967 п. 3.8				Номинальный объём Объём цилиндра металлостеклянного шприца между торцом поршня, вытянутого из цилиндра до упора в крышку, и делительным штрихом шкалы, соответствующим номинальному объёму шприцев	0-500 см ³ 0-500 см ³
574.	ГОСТ 22967 п. 3.9				Взаимозаменяемость шприцев	Взаимозаменяемые/ не взаимозаменяемые

1	2	3	4	5	6	7
575.	ГОСТ 22967 п. 3.10	Медицинские инъекционные шприцы многократного применения, используемые для введения в организм жидких лекарственных средств, а также отсасывания различных жидкостей из организма. (продолжение)			Прочность маркировки к истиранию	Соответствует/ не соответствует
576.	ГОСТ 22967 п. 3.11				Герметичность шприцев за время перемещения поршня внутри цилиндра в течение 10 с под нагрузкой	Герметично/не герметично
577.	ГОСТ 22967 п. 3.12				Внутренний диаметр	0-150 мм
578.	ГОСТ 22967 п.3.13				Шероховатость	Ra: 0.005-50 мкм Rp, Rv: 0.025-125мкм Rz 0,02 - 250 мкм
579.	ГОСТ 22967 п.3.14				Работоспособность при температуре от 10 до 35 °С.	Соответствует/ не соответствует
580.	ГОСТ 22967 п 3.15				Тепло- и холодоустойчивость: температура от минус 70 °С до 150°С,	Устойчиво/ не устойчиво
581.	ГОСТ 22967 п 3.16	Стерильные инъекционные шприцы однократного применения, изготовленным из полимерных материалов, и предназначенным для использования сразу же после заполнения.	32.50.13.110	9018 31	Устойчивость к механическим воздействиям 10-55 Гц ускорением 30 м/с ²	Устойчиво/ не устойчиво
582.	ГОСТ ISO 7886-1 п.5				Чистота поверхности при визуальной оценке	Наличие/ отсутствие дефектов
583.	ГОСТ ISO 7886-1 п.6 Приложение А				Пределы кислотности или щелочности	0-14 pH
584.	ГОСТ ISO 7886-1 п.8				Смазка	Наличие/ отсутствие
585.	ГОСТ ISO 7886-1 п.9				Допуски на вместимость	0-1000 мл
586.	ГОСТ ISO 7886-1 п.10				Конструкция градуировки шкалы	Наличие/ отсутствие информации, дефектов
587.	ГОСТ ISO 7886-1 п.11				Конструкция цилиндра	Наличие/ отсутствие информации, дефектов
588.	ГОСТ ISO 7886-1 п.12.1				Конструкция штока поршня	Наличие/ отсутствие дефектов

1	2	3	4	5	6	7
589.	ГОСТ ISO 7886-1 п.12.2 Приложение G	Стерильные инъекционные шприцы однократного применения, изготовленным из полимерных материалов, и предназначенным для использования сразу же после заполнения. (продолжение)			Усилие, требуемое для движения штока- поршня	0-10 кН
590.	ГОСТ ISO 7886-1 п.13				Конструкция наконечника	Наличие/ отсутствие дефектов
591.	ГОСТ ISO 7886-1 п.14.1 Приложение C				Диаметр отверстия	0-1000 мм
592.	ГОСТ ISO 7886-1 п.14.1 Приложение B				Мертвое пространство	0-500 мл
					Воздухонепроницаем ости поршня и	Наличие/ отсутствие утечек
					наконечника шприца при всасывании и отделение поршня от штока	
593.	ГОСТ ISO 7886-1 п.14.1 Приложение D				Герметичность под давлением от 200 до 300 кПа.	Наличие/ отсутствие утечек
594.	ГОСТ ISO 7886-1 раздел 15				Наличие упаковки	Соответствует/ не соответствует
595.	ГОСТ ISO 7886-1 раздел 16				Маркировка - описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип наконечника; - слово "СТЕРИЛЬНО" или соответствующий символ; - слова "ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ" или эквивалентные (кроме надписи "выбрасывать после применения"), или соответствующий символ;	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Стерильные инъекционные шприцы однократного применения, изготовленным из полимерных материалов, и предназначенным для использования сразу же после заполнения. . (продолжение)			- предупреждение о несовместимости с растворителем - код партии, с указанием слова "ПАРТИЯ" или соответствующий символ; - предупреждение о необходимости проверки целостности потребительской упаковки перед употреблением или соответствующий символ; - торговую марку, торговое наименование или логотип изготовителя или поставщика; - слова "годен до ..."	Соответствует/ не соответствует
596.	ГОСТ Р ИСО 7886-3 п.6 Приложение А	Инъекционные стерильные шприцы однократного применения, автоматически приходящие в негодность после иммунизации	32.50.13.110	9018 31	Пределы кислотности или щелочности	0-14 pH
597.	ГОСТ ISO 7886-3 п.9	фиксированной дозой, изготовленные из полимерных материалов, с иглой или без и предназначенным для забора жидкостей или инъекции жидкостей непосредственно после наполнения.			Допуски на вместимость	0-500 мл
598.	ГОСТ ISO 7886-3 п.10				Конструкция градуировки шкалы	Наличие/ отсутствие информации, дефектов
599.	ГОСТ Р ИСО 7886-3 п.11				Конструкция цилиндра	Наличие/ отсутствие информации, дефектов
600.	ГОСТ Р ИСО 7886-3 п.13				Конструкция иглы	Наличие/ отсутствие информации, дефектов
601.	ГОСТ Р ИСО 7886-3 п.14.1 ГОСТ ISO 8537 Приложение Е				Мертвое пространство	0-500 мл

1	2	3	4	5	6	7
602.	ГОСТ Р ИСО 7886-3 п.14.2 ГОСТ ISO 8537 Приложение F	Инъекционные стерильные шприцы однократного применения, автоматически приходящие в негодность после иммунизации фиксированной дозой, изготовленные из полимерных материалов, с иглой или без и предназначенным для забора жидкостей или инъекции жидкостей непосредственно после наполнения. (продолжение)			Воздухонепроницаем ости поршня и наконечника шприца при всасывании и отделение поршня от штока шприцев со съемными иглами	Наличие/ отсутствие утечек через поршень или уплотнитель(и).
603.	ГОСТ Р ИСО 7886-3 п.14.2 ГОСТ ISO 7886-1 Приложение D				Воздухонепроницаем ости поршня и наконечника шприца при всасывании и отделение поршня от штока шприцев без игл	Наличие/ отсутствие утечек через поршень или уплотнитель(и).
604.	ГОСТ Р ИСО 7886-3 п.14.2 ГОСТ ISO 8537 Приложение B				Воздухонепроницаем ости поршня и наконечника шприца при всасывании и отделение поршня от штока шприцев со съемными иглами	Наличие/ отсутствие утечек воздуха через поршень или уплотнитель(и) Наличие/ отсутствие снижения показаний манометра
605.	ГОСТ Р ИСО 7886-3 п.14.2 ГОСТ ISO 7886-1 Приложение B				Воздухонепроницаем ости поршня и наконечника шприца при всасывании и отделение поршня от штока шприцев без игл	Наличие/ отсутствие утечек воздуха через поршень или уплотнитель(и) Наличие/ отсутствие снижения показаний манометра
606.	ГОСТ Р ИСО 7886-3 п.14.3				Конструкция устройства, автоматического приведения шприца в негодность	Наличие/ отсутствие дефектов
607.	ГОСТ Р ИСО 7886-3 Приложение B				Усилия, необходимые для перемещения штока	0-10 кН
608.	ГОСТ Р ИСО 7886-3 Приложение C				Усилия устройства автоматического приведения шприца в негодность	0-10 кН

1	2	3	4	5	6	7
609.	ГОСТ Р ИСО 7886-3 раздел 15	Инъекционные стерильные шприцы однократного применения, автоматически приходящие в негодность после иммунизации фиксированной дозой, изготовленные из полимерных материалов, с иглой или без и предназначенным для забора жидкостей или инъекции жидкостей непосредственно после наполнения. (продолжение)			Упаковка	Наличие/ отсутствие дефектов
610.	ГОСТ Р ИСО 7886-3 раздел 16				Маркировка: - слова "для однократного применения" или эквивалент - знак "Предохранение от повторного применения", - наименование и/или торговую марку и страну-изготовителя; - слово "стерильно" или эквивалентный знак; - номер партии с указанием слова "партия"; - дату истечения срока годности (год и месяц), заданную словами "годен до..." (или эквивалентный знак); - значения наружного диаметра и длины иглы.	Соответствует/ не соответствует
611.	ГОСТ Р ИСО 7886-4 п.5	Инъекционные стерильные шприцы однократного применения, изготовленные из полимерных материалов, с иглой или без и предназначенным для забора жидкостей или инъекции жидкостей непосредственно после наполнения, и разработанным так, чтобы шприц	32.50.13.110	9018 31	Конструкция шприца	Наличие/ отсутствие информации
612.	ГОСТ ISO 7886-4 п.7 Приложение А				Пределы кислотности или щелочности	0-14 pH
613.	ГОСТ Р ИСО 7886-4 п.11				Конструкция градуировки шкалы	Соответствует/ не соответствует
614.	ГОСТ Р ИСО 7886-4 п.12				Конструкция цилиндра	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
615.	ГОСТ Р ИСО 7886-4 п.13.1 ГОСТ Р ИСО 7886-1, приложение В	становился непригодным после применения.			Отделение поршня от штока при всасывании для варианта со встроенной иглой	Отделяется / не отделяется
616.	ГОСТ Р ИСО 7886-4 п.13.1 ГОСТ Р ИСО 8537, приложение В				Отделение поршня от штока при всасывании для шприца без иглы.	Отделяется / не отделяется
617.	ГОСТ Р ИСО 7886-4 п.13				Конструкция штока поршня Длина выступающая штока	Наличие/ отсутствие дефектов 0-1000 мм
618.	ГОСТ Р ИСО 7886-4 п.14. ГОСТ ISO 7864				Усилие соединения со встроенной иглой	0-10 кН
619.	ГОСТ Р ИСО 7886-4 п.15.1 ГОСТ ISO 8537 Приложение Е				Мертвое пространство	0-500 мл
620.	ГОСТ Р ИСО 7886-4 п.15.2 ГОСТ ISO 8537 Приложение F				Воздухонепроницаем ости поршня и наконечника шприца при всасывании и отделение поршня от штока шприцев со съемными иглами	Наличие/ отсутствие утечек через поршень или уплотнитель(и).
621.	ГОСТ Р ИСО 7886-4 п.15.2 ГОСТ Р ИСО 7886-1 Приложение D				Воздухонепроницаем ости поршня и наконечника шприца при всасывании и отделение поршня от штока шприцев без игл	Наличие/ отсутствие утечек через поршень или уплотнитель(и).
622.	ГОСТ Р ИСО 7886-4 п.15.2 ГОСТ ISO 8537 Приложение В				Воздухонепроницаем ости поршня и наконечника шприца при всасывании и отделение поршня от штока шприцев со съемными иглами	Наличие/ отсутствие утечек воздуха через поршень или уплотнитель(и) Наличие/ отсутствие снижения показаний манометра

1	2	3	4	5	6	7
623.	ГОСТ Р ИСО 7886-4 п.15.2 ГОСТ Р ИСО 7886-1 Приложение D	Инъекционные стерильные шприцы однократного применения, изготовленные из полимерных материалов, с иглой или без и предназначенным для забора жидкостей или инъекции жидкостей непосредственно после наполнения, и переработанным так, чтобы шприц становился непригодным после применения. (продолжение)			Воздухонепроницаемость поршня и кончика шприца при всасывании и отделение поршня от штока шприцев без игл	Наличие/ отсутствие утечек воздуха через поршень или уплотнитель(и) Наличие/ отсутствие снижения показаний манометра
624.	ГОСТ Р ИСО 7886-4 п.15.3 Приложение В				Конструкция устройства, препятствующее повторному применению Усилие для перемещения	Наличие/ отсутствие дефектов
625.	ГОСТ Р ИСО 7886-4 раздел 17				Четкость и разборчивость маркировки Маркировка - слова "для однократного применения" или эквивалент - знак "Предохранение от повторного применения" - наименование и/или торговую марку и страну-изготовителя; - слово "стерильно" или эквивалентный знак; - номер партии с указанием слова "партия" (или эквивалентный знак);	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
626.					- дату истечения срока годности (год и месяц), заданную словами "годен до..." (или эквивалентный знак); - наружный диаметр и длину встроеной иглы.	Соответствует/ не соответствует
627.	ГОСТ ISO 8537 п.5	Инъекционные стерильные шприцы или без игл для инсулина, исключительно для инъекций инсулина и предназначенным для людей.	32.50.13.110	9018 31	Чистота поверхности	Наличие/ отсутствие дефектов
628.	ГОСТ ISO 8537 раздел .6				Пределы кислотности или щелочности	0-14 pH
629.	ГОСТ ISO 8537 п.7				Смазка	Наличие/ отсутствие дефектов
630.	ГОСТ ISO 8537 п.8				Размеры шприцев и градуировок	0-10000 мм
631.	ГОСТ ISO 8537 п.9 ГОСТ ISO 8537 п.3.1				Градуировочная шкалы	Наличие/ отсутствие информации
632.	ГОСТ ISO 8537 п.10				Градуированная вместимость	0-1000 мл
633.	ГОСТ ISO 8537 п.11.1				Конструкция цилиндра	Наличие/ отсутствие дефектов
634.	ГОСТ ISO 8537 Приложение В				Конструкция штока-поршня	Наличие/ отсутствие дефектов
635.	ГОСТ ISO 8537 п.11.2 Приложение С				Воздухонепроницаемость поршня шприца при всасывании	Наличие/ отсутствие утечки воздуха, отделения поршня от штока
636.	ГОСТ ISO 8537 п.12				Усилие, требуемое для перемещения шток-поршня и вытеснения воды из шприца	0-10 кН
637.	ГОСТ ISO 8537 Приложение D.1 ГОСТ Р ИСО 9626				Конструкция наконечника	Наличие/ отсутствие дефектов
					Наружный диаметр трубки иглы	0-150 мм

1	2	3	4	5	6	7
638.	ГОСТ ISO 8537 Приложение D.2 ГОСТ Р ИСО 9626	Инъекционные стерильные шприцы однократного применения с иглами или без игл для инсулина, исключительно для инъекций инсулина и предназначенным для людей. (продолжение)			Максимальный прогиб при испытании на жесткость	0-150 мм
639.	ГОСТ ISO 8537 Приложение D.3 ГОСТ Р ИСО 9626				Прочность соединения между головкой иглы и трубкой	0-10 кН
640.	ГОСТ ISO 8537 Приложение D.4 ГОСТ Р ИСО 9626				Прокладимость канала иглы мандреном	Проходит/ не проходит
641.	ГОСТ ISO 8537 Приложение D.5 ГОСТ Р ИСО 9626				Сопротивление разрыву	Устойчиво/ не устойчиво
642.	ГОСТ ISO 8537 п.14.1 Приложение E				Мертвое пространство	0-500 мл
643.	ГОСТ ISO 8537 Приложение F				Водонепроницаемость поршня, наконечника шприца и соединения наконечника шприца с иглой под давлением	Наличие/ отсутствие утечки через поршень Наличие/ отсутствие утечки через соединение между наконечником шприца и головкой иглы герметично и не протекает.
644.	ГОСТ ISO 8537 Приложение G				Воздухонепроницаем ость наконечника шприца и соединения шприца с головкой или трубкой иглы при всасывании	Наличие/ отсутствие утечки через поршень
645.	ГОСТ ISO 8537 раздел 15				Упаковка	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
646.	ГОСТ ISO 8537 раздел 16	Инъекционные стерильные шприцы однократного применения с иглами или без игл для инсулина, исключительно для инъекций инсулина и предназначенным для людей. (продолжение)			Цветовое кодирование Маркировка: - соответствующая градуировка шкалы - слова "инсулин U-40" (INSULIN U-40) или "инсулин U-100" (INSULIN U-100) - слово "единицы" или "I.U."; - общая градуированная вместимость в миллилитрах (мл).	Соответствует/ не соответствует
647.	ГОСТ ISO 13397-1 п. 6.2	Стоматологические кюретки, инструменты для снятия зубных отложений и экскаваторы	32.50.11.000	9018 39 000 9018 49 900	Твердость рабочей части по Виккерсу	75-1000 HV/12HV
648.	ГОСТ ISO 13397-2 п. 4.1 ГОСТ ISO 13397-1 Приложение А	Стоматологические кюретки, инструменты для снятия зубных отложений и экскаваторы Периодонтальные кюретки типа Gr Периодонтальные кюретки типа Gr			Конструкция Линейные размеры Угловые размеры Максимальная общая длина	Наличие/ отсутствие дефектов 0 - 1000 мм 0°-360° 0 - 1000 мм
650.	ГОСТ ISO 13397-3 п. 4.1 ГОСТ ISO 13397-1 Приложение А	Инструменты для снятия зубных отложений (скейлеры) типа Н.			Максимальная общая длина	0 - 1000 мм
651.	ГОСТ ISO 13397-4 п. 5	Стоматологические экскаваторы с дисковидными рабочими частями			Нагрузка соединение рабочей части с ручкой стоматологических экскаваторов 200 Н см 5 с	Выдерживает/ не выдерживает
652.	ГОСТ 31519 п 4.4 ГОСТ 19126	Долота медицинские	32.50.13.190	9018 39 000 9018 49 900	Шероховатость Ra Rq Rp Rv	0,012-50 мкм 0,025-125 мкм

1	2	3	4	5	6	7
653.	ГОСТ 31520 п.4.2 ГОСТ 19126	Кусачки костные	32.50.13.190	9018 39 000 9018 49 900	Твердость по Виккерсу. Разность твердости браншей кусачек	75-1000 HV/12HV
654.	ГОСТ 31520 п.4.5 ГОСТ 19126				Шероховатость Ra Rq Rp Rv	0,012-50 мкм 0,025-125 мкм
655.	ГОСТ 21239 п.4.1.2	Инструменты хирургические. Ножницы.	32.50.13.190	9018 39 000 9018 49 900	Твердость инструментов без применения твердого сплава	По шк. Роквелла: 20- 70 HRC/1,5HRC
656.	ГОСТ 22090.1 ГОСТ Р ИСО 8325 раздел 5	Инструменты стоматологические вращающиеся. Боры стальные и твердосплавные	32.50.11.000	9018 49 100 9018 49 900	Твёрдость спаренных лезвий	По шк. Виккерса: 75-1000 HV/12HV По шк. Роквелла: 20- 70 HRC/1,5HRC
657.	ГОСТ 26634 п.9.1	Инструменты стоматологические. Хвостовики	32.50.11.000	9018 49 100 9018 49 900	Линейные размеры Угловые размеры	0 - 1000 мм 0 - 360°
658.	ГОСТ 26634 п.9.1				Шероховатость Ra Rq Rp Rv	0,012-50 мкм 0,025-125 мкм
659.	ГОСТ Р ИСО 7711-1 п.5.2 ГОСТ Р ИСО 8325 п.3.6	Стоматологические алмазные инструменты (кроме дисков).	32.50.11.000	9018 49 100 9018 49 900	Диаметр хвостовика Длина	0-150 мм 0-1000 мм
660.	ГОСТ Р ИСО 7711-1 п.5.4 ГОСТ Р ИСО 8325 п.3.7				Биение	0 - 2 мм
661.	ГОСТ Р ИСО 7711-3 п.4.1	Обозначения, цветовой код и размеры зерна для алмазных вращающихся инструментов, которые используют в стоматологии			Прочность шейки при нагрузке от 6,61 Н до 129,01 Н	Наличие/ отсутствие усадка 0,05 - 2 мм
662.	ГОСТ Р 50348.1 п.5 ГОСТ Р ИСО 8325	Инструменты стоматологические вращающиеся. Стальные фрезы, которые используются в зуботехнической практике	32.50.11.000	9018 49 100 9018 49 900	Обозначение алмазных инструментов	Соответствует/ не соответствует
663.	ГОСТ Р ИСО 8325 п.5.1 (ГОСТ 30213)	Инструменты стоматологические вращающиеся (боры, фрезы, полиры, алмазные и абразивные инструменты)	32.50.11.000	9018 49 100 9018 49 900	Диаметры Длины Число режущих кромок Общая длина	0-25 мм 0-1000 мм - 0-1000 мм
					Форма рабочей части	Наличие/ отсутствие дефектов, конструкция

1	2	3	4	5	6	7
664.	ГОСТ Р ИСО 8325 п. 5.2				Диаметр рабочей части	0 - 250 мм
665.	ГОСТ Р ИСО 8325 п. 5.3				Диаметр шейки	0 - 250 мм
666.	ГОСТ Р ИСО 8325 п. 5.4, ИСО 1797-1, ИСО 1797-2				Размеры хвостовика и мандрена	0 - 250 мм
667.	ГОСТ Р ИСО 8325 п. 5.5				Длина рабочей части	0 - 1000 мм
668.	ГОСТ Р ИСО 8325 п. 5.6				Общая длина	0 - 1000 мм
669.	ГОСТ 28519 п. 2.2	Медицинские пилы (рамы, полотна), применяемые при хирургических операциях и анатомических исследованиях.	32.50.13.190	9018 39 000 9018 49 900	Вид поверхностей Дефекты поврежности	Матовые/ блестящие Наличие/отсутствие
670.	ГОСТ 28684 п. 2.3 ГОСТ 19126	Фрезы хирургические	32.50.13.190	9018 39 000 9018 49 900	Толщин покрытия	1-300 мм
671.	ГОСТ Р ИСО 13295 п. 6.2 ГОСТ Р ИСО 8325	Дискодержатели, применяемых для закрепления дисков и полиров, используемых в стоматологии	32.50.11.000	9018 49 100 9018 49 900	Размеры диаметры, длина Угловые размеры	0 - 1000 мм 0-360°
672.	ГОСТ ISO 9873 п. 4.1.1	Инструменты стоматологические ручные. Зеркала и ручки к ним многоразового использования	32.50.11.000	9018 49 100 9018 49 900	Максимальная общая длина	0 - 1000 мм
673.	ГОСТ Р 53519 п. 4.2	Инструменты хирургические. Зажимы кровоостанавливающие.			Твердость: По шк. Викерса: По шк. Роквелла:	75-1000 HV/12HV 20-70 HRC/1,5HRC
674.	ГОСТ Р ИСО 9173-1 п. 4.2	Щипцы для удаления зубов	32.50.11.000	9018 49 900	Максимальная общая длина	0 - 1000 мм
675.	ГОСТ 21238 п. 5.4	Нережущие шарнирные инструменты, применяемые в хирургии	32.50.13.190	9018 39 000 9018 49 900	Функциональные свойства иглодержателя	Отсутствие/ наличие выдергивания ниток
676.	ГОСТ 21241 п.2.1 ГОСТ 19126	Пинцеты медицинские	32.50.13.190	9018 39 000 9018 49 900	Шероховатость Ra Rq Rp Rv	0,012-50 мкм 0,025-125 мкм
677.	ГОСТ 21241 п. 2.3				Боковое смещение	0 - 150 мм
678.	ГОСТ Р ИСО 15098-1 п. 5.2 Приложение В	Пинцеты стоматологические	32.50.11.000	9018 49 900	Твердость по Виккерсу рабочей части	75-1000 HV/12HV
679.	ГОСТ Р ИСО 15098-1 п. 5.1, Приложение А		32.50.11.000	9018 49 900	Максимальная общая длина	0-1000 мм
680.	ГОСТ Р ИСО 15098-1 п. 5.3				Внешний вид поверхности	Наличие/ отсутствие дефектов

1	2	3	4	5	6	7
681.	ГОСТ Р ИСО 15098-1 п. 6.2 ГОСТ ISO 13402				Устойчивость к автоклавированию при температуре 121 °C—134 °C и давлении 0,11 - 0,212 МПа	Устойчиво/ не устойчиво
682.	ГОСТ Р ИСО 15098-1 п. 6.3 ГОСТ ISO 13402				Тепловое испытание при температуре (175,0 ± 5,0) °C	Устойчиво/ не устойчиво
					Устойчивость к кипящей воде	Устойчиво/ не устойчиво
683.	ГОСТ Р ИСО 15098-1 п. 6.2 ГОСТ ISO 13402				Устойчивость против коррозии	Устойчиво/ не устойчиво
684.	ГОСТ ISO 7492 п 7.1	Зонды стоматологические	32.50.11.000	9018 49 900	Внешний вид, конструкция маркировка	Наличие/ отсутствие дефектов
685.	ГОСТ ISO 7492 п 7.2 ГОСТ ISO 13402				Тепловое испытание при температуре (175,0 ± 5,0) °C	Устойчиво/ не устойчиво
686.	ГОСТ ISO 7492 п 7.3.1 Приложение С				Устойчивость к кипящей воде	Устойчиво/ не устойчиво
687.	ГОСТ ISO 7492 п 7.3.2 Приложение D				Прочность на разрыв: 600 Н в течение 5 с	Устойчиво/ не устойчиво
688.	ГОСТ ISO 7492 Приложение А				Прочность на кручение 45 Нсм в течение 5 с	Устойчиво/ не устойчиво:
689.	ГОСТ ISO 7492 Приложение В				Размеры Угловые размеры Длина	0,001-300 мм 0-360 ° Не более 178 см
					Твердость: По шк. Роквелла: По шк. Бринелля: По шк. Виккерса: По шк. Шора:	20-70 HRC/1,5HRC 75-650 HB/10HB 75-1000 HV/12HV D 23-102 HSD/2HSD
690.	ГОСТ ISO 10555-1 Приложение Б	Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения	32.50.13.110	9018 39 000	Усилие на разрыв	0 – 10 кН

1	2	3	4	5	6	7
691.	ГОСТ ISO 10555-2 Приложение А	Катетеры ангиографические стерильные однократного применения	32.50.13.110	9018 39 000	Устойчивость к протеканию и повреждению в условиях высокого статического давления	Наличие/ отсутствие утечки
692.	ГОСТ ISO 10555-3 Приложение А	Катетеры венозные центральные стерильные однократного применения	32.50.13.110	9018 39 000	Скорость потока	-
693.	ГОСТ ISO 10555-4 Приложение А	Катетеры для баллонного расширения	32.50.13.110	9018 39 000	Устойчивость на протекание и повреждения при наполнении катетера воздухом	Наличие/ отсутствие утечки, повреждения
694.	ГОСТ ISO 10555-5 п.4.3	Катетеры периферические с внутренней иглой стерильные однократного применения	32.50.13.110	9018 39 000	Маркировка: - скорость потока для каждого канала; - предупреждение о недопустимости повторного введения частично или полностью вышедшей иглы; -цветовой код	Наличие/ отсутствие информации
695.	ГОСТ ISO 10555-5 п.4.4				Конструкция	Наличие/ отсутствие дефектов
696.	ГОСТ ISO 10555-5 Приложение А				Прочность соединения канюли и трубки иглы	0 – 10 кН
697.	ГОСТ ISO 7228 п.4	Коннекторы трахеальных трубок	32.50.13.110	9018 39 000	Размеры	0 – 1000 мм
698.	ГОСТ ISO 7228 п.6-7				Внешний вид, конструкция Маркировка	Наличие/ отсутствие дефектов и информации
699.	ГОСТ 31054.2	Трубки трахеотомические, изготовленные из пластмассы			Внутренний диаметр	0 – 250 мм
700.	ГОСТ 31054.1				Внутренний диаметр	0 – 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
701.	ГОСТ ISO 8836 Приложение А	Катетеры, изготовленные из полимерных материалов и предназначенные для аспирации в респираторном тракте	32.50.13.110	9018 39 000	Минимальное усилие, необходимое для отделения любого компонента, постоянно соединенного с катетером	0 – 10 кН
702.	ГОСТ 3399 п.4.1	Резиновые медицинские трубки для изготовления систем при получении компонентов и препаратов крови и использования в инъекционных узлах устройств переливания крови (однократного применения); дренажные для хирургических целей; вакуумные для применения в производстве вакцин, сывороток, бактериальных и вирусных препаратов; для кислородных подушек; слуховые к стетоскопам; соединительные к медицинским приборам, при условии отсутствия непосредственного контакта трубок с тканями и внутренними средами организма, жидкими и газозодушными смесями, поступающими в организм.	32.50.13.110	9018 39 000 4014 90	Внутренний диаметр Толщина стенки	0 – 250 мм 0 – 250 мм
703.	ГОСТ ISO 8319-2 п.5.1	Отвертки, используемые в ортопедической хирургии для установки и удаления винтов для остеосинтеза по ISO 9268 с одним шлицем, с крестообразным шлицем и крестообразным углублением в головке.	32.50.13.190	9018 39 000	Твердость: По шк. Роквелла Крутящий момент Внешний вид поверхности и конструкция	20-70 HRC/1,5HRC 0,6 Нм – 210 Нм Наличие/отсутствие дефектов
704.	ГОСТ ISO 8319-2 п.5.2					
705.	ГОСТ ISO 8319-1 п.3.4					
706.	ГОСТ 31623 п.7.3	Прутки литые из сплава ХК62М6Л для искусственных суставов	32.50.13.190	9018 39 000	Внешний вид поверхности	Наличие/отсутствие дефектов
707.	ГОСТ 31622 п.6.1	Прокат из коррозионно-стойкой стали, предназначенный для изготовления хирургических имплантатов: - листовой холоднокатаный прокат толщиной 0,8-3,9 мм;	32.50.13.190	9018 39 000	Внешний вид поверхности	Наличие/отсутствие дефектов

1	2	3	4	5	6	7
		- сортовой прокат со специальной отделкой поверхности (прутки диаметром 4,0-6,0 мм).				
708.	ГОСТ Р 51068 п. 6.1	Латексные детские соски: молочные и пустышки.	22.19.71.120	4014 90	Линейные размеры Толщина стенки	0 -1000 мм 0 -250 мм
709.	ГОСТ 3303 п. 7.1	Грелки резиновые	22.19.71.190	4014 90	Линейные размеры Толщина Вместимость	0 -1000 мм 0-250 мм 0-500 мл
710.	ГОСТ Р ЕН 14254 Приложение А	Одноразовые вакуумные и невакуумные емкости для сбора образцов у человека, кроме крови, взятых из тела человека в целях диагностического исследования in vitro.	32.50.13.110	9018 90 850 0	Для невакуумных емкостей до и включая 30 куб. см номинальной вместимости: Номинальная вместимость жидкости Конструкция линий	0-1000 мл Наличие/ отсутствие дефектов
711.	ГОСТ Р ЕН 14254 Приложение В				Для невакуумных емкостей больше чем 30 куб. см номинальной вместимости	0-1000 мл Наличие/ отсутствие дефектов
712.	ГОСТ ISO 8638 п. 5.6.2	Комплект кровопроводящих магистралей для гемодиализаторов, гемофильтров и гемоконцентраторов	22.19.71.190 32.50.13.110	9018 39 9018 90 500 1	Присоединительные размеры	0,0 мм- 100 мм 0 - 360 °
713.	ГОСТ ISO 8637 п. 5.6.4	Катушечные, пластинчатые и капиллярные гемодиализаторы, гемофильтры и гемоконцентраторы	32.50.50.000	9018 90 300 0	Присоединительные размеры	0,0 мм- 100 мм 0 - 360 °
714.	ГОСТ 31597 п.11.4	Полимерные контейнеры для крови и ее компонентов, стерильные, однократного применения, предназначенные для взятия крови, разделения ее на компоненты, хранения, транспортирования и переливания крови и ее компонентов.			Время опорожнения контейнера под давлением	0-1 ч Наличие/ отсутствие утечки
715.	ГОСТ 32275 п.7.3		22.19.60.110 22.19.60.111 32.50.50.000		Ширина Длина Толщина	0-1000 мм 0-1000 мм 0-25 мм

1	2	3	4	5	6	7
716.	ГОСТ 32275 п.7.4	Медицинские анатомические одноразовые перчатки из натурального каучука (латекса), синтетического латекса (полихлоропрена и нитрила) и поливинилхлорида. Перчатки на правую и левую руку, парные перчатки и перчатки по размеру, а также на перчатки одноразовые, упакованные навалом.		4014 90 4015 19 4015 90	Условная прочность до ускоренного старения Относительное удлинение Условная прочность После ускоренного старения Относительное удлинение	0 – 250 МПа - 0 – 250 МПа -
717.	ГОСТ 32275 п.7.5				Масса опудривающего вещества на неопудренных перчатках	0-210 г
718.	ГОСТ 32275 п.7.6				Масса остаточного опудривающего вещества для опудренных перчаток	0-252 г
719.	ГОСТ 33074 п.7.3	Полихлоропреновые медицинские перчатки, используемые при проведении медицинских осмотров, а также диагностических и терапевтических процедур.	32.50.50.000	4014 90 4015 19	Герметичность	Герметично/ не герметично
720.	ГОСТ 33074 п.7.4			4015 90	Ширина Длина Толщина	0-1000 мм 0-1000 мм 0-25 мм
721.	ГОСТ 33074 п.7.5	Полихлоропреновые диагностические медицинские перчатки, пригодные для любой руки, парные перчатки и перчатки по размеру, а также на упакованные стерильные и нестерильные или неупакованные нестерильные перчатки.			Условная прочность до ускоренного старения Относительное удлинение Условная прочность После ускоренного старения Относительное удлинение	0 – 250 МПа - 0 – 250 МПа -
722.	ГОСТ 33074 п.7.6				Масса опудривающего вещества на неопудренных перчатках	0-210 г

1	2	3	4	5	6	7
723.	ГОСТ 33074 п.7.7				Масса остаточного опудривающего вещества для опудренных перчаток	0-252 г
724.	ГОСТ 33070 п.6	Медицинские перчатки			Масса опудривающего вещества на неопудренных перчатках	0-252 г
725.	ГОСТ 33070 п.7				Опудривающее вещество на опудренных перчатках	0-252 г
726.	ГОСТ 3 п 3.3	Нестерильные резиновые хирургические перчатки многократного использования, предназначенные для изоляции рук	22.19.60.111	4015 11	Внешний вид, конструкция, поверхность Диаметр пузырей Герметичность	Наличие/ отсутствие дефектов 0-150 мм Герметично/ не герметично
727.	ГОСТ Р 52238 п 6.2. Приложение А	Стерильные хирургические одноразовые перчатки из каучукового латекса, предназначенные для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций			Усилие при разрыве до ускоренного старения Удлинение при разрыве до ускоренного старения	0 – 10 кН -
728.	ГОСТ Р 52238 п 6.3 ГОСТ 270				Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300 % до ускоренного старения Усилие при разрыве после ускоренного старения Удлинение при разрыве после ускоренного старения	0 – 10 кН 0 – 10 кН 0 – 10 кН
729.	ГОСТ Р 52238 п 6.4				Сведения о стерильности в документации изготовителя	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
730.	ГОСТ 3251 п. 3.2.	Резинотканевая клеенка, применяемая для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного непроницаемого материала	22.19.71.190	4014 90	Внешний вид поверхности	Наличие/ отсутствие дефектов
731.	ГОСТ 3251 п. 3.10				Стойкость к многократной дезинфекции раствором хлорамина.	Устойчиво/ не устойчиво
732.	ГОСТ 3251 п. 3.11				Стойкость к паровой стерилизации при рабочей температуре 121 - 134 °С и давлении 0,11-0,21 МПа	Устойчиво/ не устойчиво
					Длина Ширина Толщина стенок Толщина венчика	0-200 мм 0-1000 мм 0 - 25 мм 0 - 25 мм
733.	ГОСТ 4645 п.4.1	Резиновые презервативы — профилактическое и противозачаточное средств	22.19.71.110	4014 10	Внешний вид и обработка поверхности	Наличие/ отсутствие дефектов
734.	ГОСТ 4645 п.4.2				Цветостойкость	Устойчиво/ не устойчиво
735.	ГОСТ 4645 п.4.2а. ГОСТ 29102.3				Качество пленки	Наличие/ отсутствие дефектов
736.	ГОСТ 4645 п.4.3				Размер складок	0-1000 мм
737.	ГОСТ 4645 п.4.4				Масса	0-600 г
738.	ГОСТ 4645 п.4.5				До теплового старения	0 - 10 кН
739.	ГОСТ 4645 п.4.6				Условная прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве	
740.	ГОСТ 4645 п.4.7				После теплового старения	0 - 10 кН
					Условная прочность при растяжении Относительное удлинение при разрыве	
741.	ГОСТ 4645 п.4.8				Стойкость презервативов к	Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
		Резиновые презервативы — профилактическое и противозачаточное средств (продолжение)			воздействию климатических факторов: температура минус 70°С до 150°С, влажность 0-98% при транспортировании	Герметично/ не герметично
742.	ГОСТ 4645 п.4.9				Герметичность	Герметично
743.	ГОСТ 4645 п.4.10				Маркировка, упаковка наименования предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; наименование изделия; количество штук в пачке; указание "годен до".	Наличие/ отсутствие информации
744.	ГОСТ Р 51632 п.5.3	Технические средства реабилитации людей с ограниченными жизнедеятельности	32.50.3	8713 10 000 0	теплоустойчивость, холодоустойчивость температуры от минус 70 °С до 150 °С и влагоустойчивость от 0 до 98 %	Устойчиво/не устойчиво
745.	ГОСТ Р 53800 п.7.4 ГОСТ 3927	Колодки обувные ортопедические	32.50.22.150	9021 10	Механическая и климатическая устойчивость температуры от минус 70 °С до 150 °С и влагоустойчивость от 0 до 98 %	Устойчиво/ не устойчиво
653.	ГОСТ Р ИСО 22675	Голеностопные узлы и узлы стоп наружных протезов нижних конечностей	32.50.22.120	9021 39 900 0	Проверочная прочность Предельная прочность	0-10 кН
746.	ГОСТ Р 54739 п.9.4	Обувные ортопедические изделия для взрослых и детей, используемые в обуви и предназначенные для	32.50.22.150 32.50.22.151 32.50.22.152	9021 10	Устойчивость к механическим воздействиям вибропрочности	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
		восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.			и ударопрочности	
747.	ГОСТ Р 54739 пп 9.2.4				Устойчивость к санитарно-гигиенической обработке нейтральным моющим средством	Устойчиво/не устойчиво
748.	ГОСТ Р 53869 п.7.1 ГОСТ Р 50444 пп.7.15, 7.17, 7.18, 7.19	Протезы нижних конечностей индивидуального назначения, предназначенные для пользователей массой от 45 до 125 кг, при любом уровне ампутации и врожденном недоразвитии нижних конечностей по типу культи или продольной форме недоразвития с выраженным укорочением сегментов.	32.50.22.120	9021 39 900 0	Устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды: температура от минус 70°C до 150 °C, влажность 0-98%	Устойчиво/не устойчиво
749.	ГОСТ Р 53869 п.7.2 ГОСТ Р 51632 п.5.12				Ударная стойкость при падении с высоты 1 м	Устойчиво/не устойчиво
750.	ГОСТ Р 56138 п.7.5 ГОСТ Р 51632 п.5.12				Ударная стойкость при падении с высоты 1 м	Устойчиво/не устойчиво
751.	ГОСТ Р 56138 п.7.7				Устойчивость к воздействию чистящими материалами и дезинфицирующими средствами	Устойчиво/не устойчиво
752.	ГОСТ Р 56137 п.6.1.2 ГОСТ Р 51632 п.5.12	Наружные протезы и ортезы (ортопедических аппаратов и туторов) нижних конечностей с индивидуальными пара метрами изготовления	32.50.22.120	9021 39 900 0	Ударная стойкость при падении с высоты 1 м	Устойчиво/не устойчиво
753.	ГОСТ Р 56138 п.7.2-7.4 ГОСТ Р 50444 пп.7.15, 7.17, 7.18, 7.19	Наружные протезы верхних конечностей индивидуального изготовления, предназначенные для пользователей, имеющих ампутационные и/или врожденные дефекты верхних конечностей	32.50.22.120	9021 39 900 0	Устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды температура от минус 70°C до 150 °C, влажность 0-98%	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
754.	ГОСТ Р 56138 п.7.5 ГОСТ Р 51632 п.5.12				Ударная стойкость при падении с высоты 1 м	Устойчиво/не устойчиво
755.	ГОСТ Р 56138 п.7.6 МУ 25.1-001				Устойчивость к воздействию агрессивных биологических жидкостей	Устойчиво/не устойчиво
756.	ГОСТ Р 53346 п.12.1.9 ГОСТ Р 51632 п.5.12	Металлические узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности (далее - узлы: голеностопный, коленный, тазобедренный) для человека массой от 15 до 125 кг.	32.50.22.120	9021 39 900 0	Живучесть узлов при падении их с высоты 1 м	Устойчиво/не устойчиво
757.	ГОСТ Р 53346 п.12.1.11 МУ 25.1-001				Устойчивость к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи)	Устойчиво/не устойчиво
758.	ГОСТ Р 52878 п.7.1.3 ГОСТ Р 50444 пп.7.15, 7.17, 7.18, 7.19	Туторы на верхние и нижние конечности человека	32.50.22.120	9021 39 900 0	Тепло-, холодо- и влагуустойчивость при эксплуатации и хранении: температура от минус 70 °С до 150 °С, влажность 0-98%	Устойчиво/не устойчиво
759.	ГОСТ Р 52878 п.7.1.3 ГОСТ Р 51632 п.5.12				Ударная стойкость при падении с высоты 1 м	Устойчиво/не устойчиво
760.	ГОСТ Р 51191 п.9.1.3 МУ 25.1-001	Узлы протезов нижних конечностей, предназначенные для человека массой от 60 до 125 кг, при любом уровне ампутации и при врожденном недоразвитии нижних конечностей по типу культи.	32.50.22.120	9021 39 900 0	Устойчивость к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи)	Устойчиво/не устойчиво
761.	ГОСТ Р 51191 п.9.1.12				Устойчивость узлов к протиранию наружной поверхности	Устойчиво/не устойчиво
762.	ГОСТ Р 52114 п.6.5.10 ГОСТ Р 51632 п.5.12	Узлы механических протезов верхних конечностей, устанавливаемые в заданное положение усилиями мышц	32.50.22.120	9021 39 900 0	Устойчивость на воздействие нагрузок	Устойчиво/не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
		человека и (или) с помощью внешней силы			при падении узлов протезов с высоты 1 м	
763.	ГОСТ 12.4.023 п.3.7	Щитки, предназначенные для защиты лица работающих от воздействия твердых частиц, брызг жидкостей и расплавленного металла, искр, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, слепящей яркости света, радиоволн СВЧ-диапазона, выпускаемые в климатическом исполнении У по ГОСТ 15150.	32.99.11.160	9021 39 900 0	Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании	Устойчиво/не устойчиво
764.	ГОСТ 12.4.023 п.3.8				Устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды: температуры от минус 70°C до +150°C, относительной влажности 0-98 % при транспортировании	Устойчиво/не устойчиво
765.	ГОСТ 12.4.023 п.3.9				Устойчивость к воздействию климатических факторов: температуры от минус 70°C до +150°C, относительной влажности 0-98 % при эксплуатации	Устойчиво/не устойчиво
766.	ГОСТ 12.4.023 п.3.10				Прочность щитков на ударное воздействие	Выдерживает/не выдерживает
767.	ГОСТ 31619 п.6.2	Силиконовые однокамерные, наполненные силиконовым гелем эндопротезы молочных желез	32.50.22.190	9021 39 900	Масса	0 – 1000 г
768.	ГОСТ 31619 п.6.3				Размеры	0 – 1000 мм
769.	ГОСТ Р ИСО 7198 п. 8.1	Протезы кровеносных сосудов (ПКС), предназначенные для замещения, обводения или создания шунта между сегментами сосудистой системы человека	32.50.22.190	9021 39 900 9021 39 100	Внешний вид, конструкция	Наличие/ отсутствие дефектов
770.	ГОСТ Р ИСО 7198 п. 8.3.1				Прочность в окружном направлении при растяжении	0 – 10 кН
771.	ГОСТ 26997 п.8.2	Искусственные клапаны сердца, имплантируемые в организм человека	32.50.22.190	9021 90 900 9	Внешний вид, конструкция, документация	Наличие/ отсутствие дефектов, информации
					Посадочный диаметр	0-250 мм

1	2	3	4	5	6	7
772.	ГОСТ 31618.1 п.5.3	Изделия, предназначенные для имплантации в человеческое сердце в качестве протезов кровеносных сосудов.	32.50.22.190	9021 90 900 9	Стационарная утка через закрытый ПКС	Не более 2200 мл/мин
773.	ГОСТ 31618.1 п.5.4		32.50.22.190	9021 90 900 9	Механическая прочность манжеты более 1 кг Посадочный диаметр	Выдерживает/ не выдерживает 0-250 мм
774.	ГОСТ 31616 п.4.5	Изделия, предназначенные для протезирования фиброзных колец сердца человека	32.50.22.190	9021 39 900 9021 39 100	Размеры Механическая прочность 1 кг Маркировка, упаковка Устойчивость к перегибу	0-10000 мм Устойчиво/ не устойчиво Наличие/ отсутствие дефектов Устойчиво/ не устойчиво
775.	ГОСТ 31616 п.4	Изделия, предназначенные для протезирования фиброзных колец сердца человека	32.50.22.190	9021 39 900 9021 39 100	Размеры Механическая прочность обшивки Устойчивость к перегибу	0-10000 мм Выдерживает/ не выдерживает Устойчиво/ не устойчиво
776.	ГОСТ 31616 п.5				Маркировка: - идентификацию содержимого; - наименование ПФК; - обозначение модели, посадочный размер ПФК, в миллиметрах; - наименование и адрес изготовителя; - серийный номер; - указание стерильности и метода стерилизации изделия; - указание одноразового применения изделия;	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
777.		Изделия, предназначенные для протезирования фиброзных колец сердца человека (продолжение)			- указание срока годности ("Использовать до..."); - требования к хранению; - предупреждение о недопустимости использования изделия при вскрытом или поврежденном индивидуальном контейнере; - указание о необходимости ознакомления с инструкцией по применению. Упаковка	Соответствует/ не соответствует
778.	ГОСТ Р ИСО 25539-1 Приложение D.5.1.1	Эндоваскулярные протезы, используемые при лечении аневризм аорты, аортальных стенозов и других сосудистых аномалий. Системы доставки, которые являются составной частью системы раскрытия и размещения эндоваскулярного протеза. Подвздошные окклюдеры, используемые как неотъемлемая часть орто-подвздошных устройств.	32.50.22.190	9021 90 900 9	Размеры Совместимость компонентов по размерам	Наличие/ отсутствие дефектов 0-10000 мм Совместимы/не совместимы
779.	ГОСТ Р ИСО 25539-2 Приложение D.5.1.1	Сосудистые стенты, используемые для лечения сосудистых повреждений или стенозов, или других сосудистых аномалий Системы доставки, которые являются неотъемлемыми компонентами раскрытия сосудистого стента.	32.50.22.190	9021 90 900 9	Размеры Совместимость компонентов по размерам	0-10000 мм Совместимы/не совместимы
780.	ГОСТ 31514 п.5.2	Имплантируемые протезы кровеносных сосудов	32.50.22.190	9021 90 900 9	Геометрические размеры	0-10000 мм
781.	ГОСТ 31586 п.7.3		32.50.41.110	9001 30 000	Общий диаметр	от 5 до 24 мм

1	2	3	4	5	6	7
782.	ГОСТ 31586 п.7.4	Контактные мягкие линзы, предназначенные для пациентов, нуждающихся в их применении по медицинским и профессиональным показаниям	32.50.41.110	9001 30 000	Задний центральный оптический радиус	от 5 до 24 мм
783.	ГОСТ 31587 п.7.3	Окрашенные контактные мягкие линзы, предназначенные для пациентов, нуждающихся в их применении по медицинским, профессиональным и эстетическим показаниям.	32.50.41.110	9001 30 000	Диаметр зоны, маскирующей зрачок и радужную оболочку	от 5 до 24 мм
784.	ГОСТ 31588.3 п.4.2		32.50.41.110	9001 30 000	Радиус кривизны поверхности контактных линз	от 5 до 24 мм
785.	ГОСТ 19908 п.4.1	Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки из прозрачного кварцевого стекла, применяемые для работы с кислотами и нейтральными веществами при температурах до 1000 °С и наконечники из прозрачного кварцевого стекла, предназначенные для термoeлектрических термометров, работающих при температурах до 1000 °С и для термoeлектрических термометров погружения при измерениях температуры жидкой стали продолжительностью не более 20 с.	23.19.23.110	7017 90 000 0	Размеры изделий Овальность Вместимость Внешний вид Конструкция, поверхность	0 -10000 мм 0 -10000 мм 0-5000 см³ Наличие/ отсутствие дефектов
786.	ГОСТ 29169 п.13.1	Пипетки с одной отметкой для общего лабораторного применения	23.19.23.110	7017 90 000 0	Вместимость	0-5000 см³
787.	ГОСТ Р ИСО 1769 п. 5	Система цветного кодирования для пипеток с одной отметкой при определении номинальных вместимостей и для градуированных пипеток при определении номинальных вместимостей и цены деления.	23.19.23.110	7017 90 000 0	Маркировка цветного кода	Соответствует/не соответствует
788.	ГОСТ Р ИСО 13079 Приложение С	Стекланные и пластмассовые капиллярные трубки одноразового и многократного применения для измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) по методу Вестергрена и для штатива,	23.19.23.110	7017 90 000 0	Отклонение стенок капиллярных трубок от прямизны	Наличие/отсутствие отклонения

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенного поддерживать пробирки во время выполнения теста.				
789.	ГОСТ 19809 п.4	Стекло медицинское	23.19.23.110	7017 90 000 0	Водостойкость	- Устойчиво/ не устойчиво

Генеральный директор ООО ИЛЦ «МедТестПрибор»

должность уполномоченного лица

В.А. Кочевой

подпись уполномоченного лица


В.А. Кочевой

имя, отчество, фамилия уполномоченного лица



МП

Промышленности,
промышленности
108 (с 108 востановления)



Руководитель экспертной группы

С.П. Желудько

Технический эксперт

Д.А. Макурин