

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ испытательной лаборатории (центра)
Испытательной лаборатории нефти Линейной производственно-диспетчерской станции «Клин»

Акционерное Общество «Транснефть - Дружба»

(филиал «Пензенское районное управление»)

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.512377

433840, Россия, Ульяновская область, Николаевский район, с. Канадей

(адрес места осуществления деятельности)

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 5985	Масло турбинное	19.20.29.160	2710 19 820 0	Кислотное число	(0,1 – 1,5) мг КОН/г
2.	ГОСТ 4333	Масло турбинное	19.20.29.160	2710 19 820 0	Температура вспышки в открытом тигле	(100 – 300) °С
3.	ГОСТ 6370	Масло турбинное	19.20.29.160	2710 19 820 0	Массовая доля механических примесей	(0,005 – 1,5) %
4.	ГОСТ 2477	Масло турбинное	19.20.29.160	2710 19 820 0	Массовая доля воды	(0,03 - 10,0) %
5.	ГОСТ 33	Масло турбинное	19.20.29.160	2710 19 820 0	Вязкость кинематическая	(5,0 – 60,0) мм ² /с
6.	ГОСТ 33 Приложение А	Нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Вязкость кинематическая	(5,0 – 60,0) мм ² /с
7.	ГОСТ Р 52247 (метод В)	Нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	(10,1 - 50,0) млн ⁻¹ (ppm)
8.	ГОСТ 2517 – п. 4.4	Нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Отбор проб из горизонтальных резервуаров	-
9.	ГОСТ 2517 –п. 4.13.2				Автоматический отбор проб из трубопровода	-

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
10.	Методика измерений ареометром в испытательной лаборатории нефти ТТС ЛПДС «Клин» КРУ ОАО «МН «Дружба» Свидетельство об аттестации ЗАО "ЦМО" №052-01.00152-2013-2014 от 27.11.2014 г.	Нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Плотность	(830,0 - 849,9) кг/м³
11.	ГОСТ 2477	Нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Массовая доля воды	(1,1 – 10,0)%
12.	АСТМ Д 5002	Нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Плотность	(830,0 – 950,0) кг/м³
13.	Р 50.2.075-2010 п.19-25	нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Плотность	(830,0 - 950,0) кг/м³

Заместитель генерального директора по товарно-транспортным операциям
АО «Транснефть – Дружба»



должность
уполномоченного лица

подпись
уполномоченного лица

Д.В. Чемакин

инициалы, фамилия
уполномоченного лица