



ПРИКАЗ

от «25» мая 2021 г.

№ ПК 1-160

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ТРПБ.РУ.ИН28

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ)

Общества с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР» (ТРПБ.РУ.ИН28)

наименование испытательной лаборатории (центра)

111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 2 помещение IV, комн.1, помещение VIII, комн. 1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения **
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53292 п. 6.1	Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе	08.11, 08.12 08.99, 20.12 20.13, 20.14 20.15, 20.16 20.17, 20.20 20.30, 20.52 20.59, 22.19 22.29, 23.20 23.61, 23.64 23.65, 23.69 23.99	3209, 3809, 3824, 6815, 2520, 2530, 2811, 2827, 2835, 3105, 3214, 6811, 6812	Группа огнезащитной эффективности	I / II
2	ГОСТ Р 53292 п. 6.2				габаритные размеры - потеря массы - температура - время	(0,1 – 1000) мм (0 – 600) г (0 – 1100) °C (1 – 3600) с
3	ГОСТ Р 53292 п. 6.3				Устойчивость к старению	Устойчив к старению / Не устойчив к старению
4	ГОСТ Р 53311 п.4.2	Покрытия кабельные огнезащитные	20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.52	3209, 3808, 3824, 6806, 6808, 6809, 6815	Длина поврежденной пламенем или обугленной части кабельной прокладки с огнезащитным покрытием	0 – 3,5 м

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.4	Материалы, вещества и изделия: Жидкости. Нефть. Нефтепродукты. Альтернативные виды топлива. Смазочные материалы, масла. Продукция органического синтеза, синтетические красители, коксо-нефтехимическая продукция. Материалы лакокрасочные и товары бытовой химии. Включая: нефть; нефтепродукты топливо жидкое и газообразное; масла смазочные; топливо моторное жидкое, включая автомобильный и авиационный бензин; топливо дизельное, судовое, реактивное и прочее; дистилляты, керосин, газойли, мазут; масла нефтяные смазочные; смазки, суспензии и нефтепродукты смазочно-охлаждающие; вазелин, парафин; воск нефтяной, кокс нефтяной и битум; красители и пигменты жидкие; вещества химические органические жидкие (спирты, фенолы, кислоты, соединения, скипидар, разбавители, растворители реагенты), удобрения жидкие; смолы; пестициды, инсектициды и гербициды жидкие; мыло и средства моющие, глицерин, средства	06.10, 19.20, 20.12, 20.14, 20.15, 20.16.55, 20.16.56, 20.16.57, 20.16.59, 20.20, 20.30, 20.41, 20.42, 20.52, 20.53, 20.59, 20.59.41, 21.10, 21.20	1518 00, 1520 00, 2707, 2709 00, 2710, 2711, 2712, 2836 2901, 2902, 2903, 2904 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927 00 000 0, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940 00 000 0, 2941, 2942 00 000 0, 3003, 3101 00 000 0, 3102, 3103, 3104, 3105, 3201, 3202, 3203 00, 3204, 3205 00 000 0, 3206, 3207, 3208, 3209,	Температура вспышки в закрытом тигле.	Минус 15 - 360 °С
6	ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.5				Температура вспышки в открытом тигле.	Минус 15 - 360 °С
7	ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.6				Температура воспламенения в открытом тигле	Минус 15 - 360 °С
8	ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.8				Температура самовоспламенения	25 – 600 °С
9	ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.12				Температурные пределы распространения пламени	Минус 50 - 300 °С

1	2	3	4	5	6	7
		чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические жидкие; клеи, средства химические прочие (масла, жиры, фотографические составы, красители жидкие чернила); лаки и краски художественные материалы смазочные (антифризы, присадки тормозные жидкости и т.п.); пасты для лепки и применения в стоматологии, реактивы химические; субстанции фармацевтические.		3210, 3211 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3301, 3302, 3303 00, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406 00 000 0, 3407 00 000 0, 3506, 3803 00, 3805, 3806, 3808, 3814 00, 3819 00 000 0, 3820 00 000 0, 3822 00 000 0, 3823, 3824, 3909, 3910 00 000, 3911, 3912, 3913		
10	ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.3	Продукция цементная и асбестовая; Полимеры, пластические массы, химические волокна, каучуки и битумные материалы; Материалы отделочные и теплоизоляционные для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, включая элементы мягкой мебели	23.65, 23.99 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 20.30 13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 22.19, 31.01	6811, 6812, 6813, 4002, 2715 4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4205, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601,	Группа трудногорючих и горючих веществ: - потеря массы - температура - время	Горючий / Трудногорючий Трудновоспламеняемый / Легковоспламеняемый (0 – 600) г (0 – 1100) °С (1 – 3600) с

1	2	3	4	5	6	7
				5602, 5603, 5801, 5802, 5803, 5804, 5903, 7019, 9401, 9404.		
11	ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.7	Материалы лакокрасочные, полупродукты и товары бытовой химии;	20.30, 20.4, 20.52, 20.53, 20.59, 02.30,	3208, 3209, 3204, 3212	Температура воспламенения твердого вещества	25 – 600 °С
12	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.9	Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-коксо-лесо- химическая продукция	05,10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.17		Температура самовоспламенения твердого вещества	25 – 600 °С
13	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.13	Медикаменты, химико- фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения. Вещества и материалы химические Продукция цементная и асбестовая; Полимеры, пластические массы, химические волокна, каучуки и битумные материалы	21.10, 21.20 20.13, 20.14, 20.59, 21.10, 24.45 23.65, 23.99 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 20.30	3003 3004 3006 2942, 6811, 6812, 6813, 4002, 2715	Температура тления твердого вещества	25 – 600 °С
14	ГОСТ ИЕС 60332-1-2	Кабельные изделия	27.31, 27.32,	8544, 9001	Длина обугленной части	(1 – 600) мм
15	ГОСТ ИЕС 60332-1-3				Длинна обугленной части	(1 – 600) мм
					Воспламенение фильтровальной бумаги	Наличие / Отсутствие
16	ГОСТ ИЕС 60332-2-2				Длина обугленной части	(1 – 600) мм
17	ГОСТ ИЕС 60332-3-21				Длина обугленной части	(1 – 3500) мм
18	ГОСТ ИЕС 60332-3-22				Длина обугленной части	(1 – 3500) мм
19	ГОСТ ИЕС 60332-3-23				Длина обугленной части	(1 – 3500) мм
20	ГОСТ ИЕС 60332-3-24				Длина обугленной части	(1 – 3500) мм
21	ГОСТ ИЕС 61034-2				Плотность дыма при горении и тлении:	0 – 100 %

1	2	3	4	5	6	7
					Минимальное значение светопрозрачности	
22	ГОСТ IEC 60754-1				Содержание газов галогенных кислот в пересчете на HCl, мг/г	—
23	ГОСТ IEC 60754-2				Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымогазовыделения, мкСм/мм	0,01 – 19,99 мкСм/см
					Показатель pH водного раствора с адсорбированными продуктами дымогазовыделения	0 – 14 единиц pH
24	ГОСТ IEC 60331-21				Сохранение работоспособности в условиях воздействия пламени Время воздействия пламени, мин Разрушение токопроводящей жилы или перегорание плавкого предохранителя	0 – 180 мин Присутствует / Отсутствует
25	ГОСТ 31565 п. 5.6				Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения Показатель токсичности продуктов горения	ПТИМ 1 – ПТИМ 4 1-150 г/м ³
26	ГОСТ IEC 60331-23				Сохранение работоспособности в	

1	2	3	4	5	6	7
					условиях воздействия пламени: Время воздействия пламени, мин Разрушение токопроводящей жилы или перегорание плавкого предохранителя	0 – 180 мин Присутствует / Отсутствует
27	ГОСТ 30244 п.6 (Метод I)	Однородные и слоистые строительные материалы	13.20, 13.91 13.93, 13.96 17.12, 17.24 17.29, 20.30 22.19, 22.21 22.23, 22.29 23.14, 23.19 23.20, 23.31 23.32, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.68, 23.70, 23.99	3208, 3214, 3916, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4008, 4016, 4409, 4410, 4411, 4412, 4418, 4421, 4811, 4814, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 5903, 5904, 5905, 5911, 6806, 6808, 6809, 6815, 7016, 7019, 7606, 7610	Горючесть	Негорючие (НГ) / Горючие (Г)
28	ГОСТ 30244 п.7 (Метод II)	Однородные и слоистые горючие строительные материалы	13.20, 13.91 13.93, 13.96 16.21, 16.22 16.23, 16.29 17.12, 17.24 17.29, 20.30 22.19, 22.21 22.23, 22.29 23.14, 23.19	3208, 3214, 3916, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4008, 4016, 4409, 4410, 4411, 4412, 4418, 4421, 4811,	Группа горючести - длина повреждения образца - масса образца до и после испытания - температура дымовых газов	Г1 – Г4 1 – 1000 мм 0,5 – 20000 г 0 – 1100 °C 1 – 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
			23.20, 23.31 23.32, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.68, 23.70, 23.99	4814, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 5903, 5904, 5905, 5911, 6806, 6808, 6809, 6815, 7016, 7019, 7606, 7610	- продолжительность самостоятельного горения и (или) тления	
29	ГОСТ 30402	Материалы строительные	08.11, 08.12, 08.99, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.96, 15.11, 15.12, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 17.24, 17.29, 20.16, 20.30, 22.19, 22.21 22.23, 22.29 23.14, 23.19, 23.20, 23.31 23.32, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.68, 23.70, 23.99, 25.11, 27.42, 31.01.	3208, 3214, 3916, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4008, 4016, 4409, 4410, 4411, 4412, 4418, 4421, 4811, 4814, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5903, 5904, 5905, 5911, 6806, 6808, 6809, 6815, 7016, 7019, 7606, 7610	Группа воспламеняемости плотность теплового потока - время - габаритные размеры	B1 – B3 1 – 100 кВт/м ² 1 – 3600 с 0,1 – 1000 мм
30	ГОСТ 12.1.044 п.4.18				Коэффициент дымообразования - масса - габаритные размеры -плотность теплового потока	0 – 2000 м ² ·кг ⁻¹ 0 – 600 г 0,1 – 150 мм 1 – 100 кВт/м ²
31	ГОСТ 12.1.044 п. 4.20				Показатель токсичности продуктов горения габаритные размеры - оксид углерода - диоксид углерода - кислород -карбоксигемоглобин - масса - температура - время -плотность теплового потока	1-150 г/м ³ 0,1 – 150 мм 0 – 5 % 0 – 16 % 0 – 21 % 0 – 100 % 0,01 – 300 г 0 – 1100 °C 1 – 3600 с 1 – 100 кВт/м ²
32	ГОСТ Р 51032	Материалы поверхностных слоев конструкций полов и кровель	13.20, 13.91 13.93, 13.96 16.21, 16.22	3208, 3214, 3916, 3918, 3919, 3920,	Группа распространения пламени	РП1 – РП4 1 – 1200 мм

1	2	3	4	5	6	7
			16.23, 16.29 17.12, 17.24 17.29, 20.30 22.19, 22.21 22.23, 22.29 23.14, 23.19 23.20, 23.31 23.32, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.68, 23.70, 23.99	3921, 3925, 4008, 4016, 4409, 4410, 4411, 4412, 4418, 4421, 4811, 4814, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 5903, 5904, 5905, 5911, 6806, 6808, 6809, 6815, 7016, 7019, 7606, 7610	- длина распространения пламени - время - величина КППТП - габаритные размеры	1 – 3600 с (1 – 100) кВт/м ² (0,1 – 1000) мм
33	ГОСТ 30444				Группа распространения пламени - длина распространения пламени - время - величина КППТП - габаритные размеры	РП1 – РП4 1 – 1200 мм 1 – 3600 с 1 – 100 кВт/м ² 0,1 – 1000 мм
34	ГОСТ 12.1.044 п. 4.19	Продукция цементная и асбестовая; Полимеры, пластические массы, химические волокна, каучуки и битумные материалы; Материалы отделочные и теплоизоляционные для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, включая элементы мягкой мебели	23.65, 23.99 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 20.30 13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 22.19, 31.01	6811, 6812, 6813, 9404. 4002, 2715 4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4205, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5801, 5802, 5803, 5804, 5903, 7019, 9401,	Индекс распространения пламени габаритные размеры - длина распространения пламени - температура - время	0 – 100 1 – 1000 мм 0 – 320 мм 0 – 1100 °C 1 – 3600 с
35	ГОСТ Р 50810	Текстильные и коженые материалы	13.20, 13.30, 13.91, 13.92,	4107, 4112, 4113, 4114,	Воспламеняемость	Легковоспламеняемый / Трудновоспламеняемый

1	2	3	4	5	6	7
			13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 22.19, 31.01, 31.03, 31.09	4115, 4205, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5801, 5802, 5803, 5804, 7019, 9401, 9404	габаритные размеры - длина обугленного участка - температура - время	1 – 220 мм 0 – 220 мм 0 – 1100 °С 1 – 3600 с
36	ГОСТ Р 53294 п. 5	Текстильные и коженые материалы	13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 22.19, 31.01, 31.03, 31.09	4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4205, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5801, 5802, 5803, 5804, 7019, 9401, 9404	Воспламеняемость длина обугленного участка - время	Легковоспламеняемый / Не относящийся к легковоспламеняемым 0 – 450 мм 1 – 3600 с
		Материалы отделочные и теплоизоляционные для подвижного состава железнодорожного транспорта и	13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11,	4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4205, 5007, 5111, 5112, 5208,		

1	2	3	4	5	6	7
		метрополитена, включая элементы мягкой мебели	15.12, 22.19, 31.01	5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5801, 5802, 5803, 5804, 5903, 7019, 9401, 9404.		
37	ГОСТ 27570.0-87 п. 30.1	Изделия электроизоляционные	22.21, 17.12, 23.43, 27.33	8547	Теплостойкость Диаметр отпечатка	— 0-4 мм
38	ГОСТ 27570.0-87 Приложение К				Стойкость к зажиганию нагретой проволокой	—
39	ГОСТ 27570.0-87 Приложение I				Время горения образца	1 – 3600 с
40	ГОСТ 27570.0-87 Приложение М				Воспламенение слоя папиросной бумаги	Наличие / Отсутствие
					Стойкость к воздействию открытого пламени	FN(ПГ)1 – FN(ПГ)3
					Воспламеняемость игольчатым пламенем	Наличие / Отсутствие
					Время горения образца Длина повреждённой части, мм	1 – 3600 с 0 – 120
41	ГОСТ IEC 60695-10-2	Аппаратура электрическая распределительная и регулирующая; Изделия электроустановочные; Оборудование электрическое осветительное	27.12, 26.51 27.33, 27.40, 27.90	8536, 8509, 8516, 8531, 8536, 9405	Теплостойкость Диаметр отпечатка	— 0-4 мм

1	2	3	4	5	6	7
42	ГОСТ Р МЭК 60695-2-2	Изделия электроизоляционные	17.12, 23.43, 27.33, 22.21	8547	Воспламеняемость игольчатым пламенем Время горения образца Длина повреждённой части, мм	Наличие / Отсутствие 1 – 3600 с 0 – 120
43	ГОСТ ИЕС 61058.1 п. 21.1	Выключатели автоматические. Выключатели и переключатели для электроприборов	27.12, 27.33	8536	Теплостойкость Диаметр отпечатка	– 0-4 мм
44	ГОСТ ИЕС 61058.1 п. 21.2				Стойкость к зажиганию нагретой проволокой Время горения образца Воспламенение слоя папиросной бумаги	– 1 – 3600 с Наличие / Отсутствие
45	ГОСТ ИЕС 60695-2-11	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	27.12, 26.51, 27.33 27.40, 27.90, 17.12, 23.43,	8536, 8509, 8516, 8531 8536, 9405	Стойкость к зажиганию нагретой проволокой Время горения образца Воспламенение слоя папиросной бумаги	– 1 – 3600 с Наличие / Отсутствие
46	ГОСТ 27483	Электротехническое оборудование и его составные части			Стойкость к зажиганию нагретой проволокой Время горения образца Воспламенение слоя папиросной бумаги	– 1 – 3600 с Наличие / Отсутствие
47	ГОСТ 27484	Аппаратура электрическая распределительная и регулирующая Изделия электроустановочные Оборудование электрическое осветительное	27.12, 26.51 27.33 27.40, 27.90	8536, 8509, 8516, 8531, 8536, 9405	Воспламеняемость игольчатым пламенем Время горения образца Длина повреждённой части, мм	Наличие / Отсутствие 1 – 3600 с 0 – 120
48	ГОСТ 28157	Полимеры, пластические массы, химические волокна, каучуки и битумные материалы	20.16, 22.19, 22.21, 22.22,	4002, 2715, 3926,	Стойкость к воздействию открытого пламени	FV(ПВ)0- FV(ПВ)2

1	2	3	4	5	6	7
			22.23, 22.29, 20.30			
49	ГОСТ 28779	Изделия электроизоляционные	17.12, 23.43, 27.33, 22.21	8547	Стойкость к воздействию открытого пламени	FV(ПВ)0- FV(ПВ)2
50	ГОСТ 20.57.406 метод 409-1	Изделия электроизоляционные Коробки и корпуса для электрических аппаратов	17.12, 23.43, 27.33 27.33.13.190	8547 8536	Воспламеняемость игольчатым пламенем Время горения образца Длина повреждённой части, мм	Наличие / Отсутствие 1 – 3600 с 0 – 120
51	ГОСТ Р 53313 п. 5.1	Изделия электромонтажные неметаллические (кабельные короба, кабельные каналы, трубы для прокладки кабелей и проводов)	22.21, 22.23, 27.33.13.130, 27.33.14.000, 27.90.12	3916, 3916, 3917, 3925, 8547.	Теплостойкость Диаметр отпечатка	– 0-4 мм
52	ГОСТ Р 53313 п. 5.2				Стойкость к зажиганию нагретой проволокой Время горения образца Воспламенение слоя папиросной бумаги	– 1 – 3600 с Наличие / Отсутствие

Генеральный директор ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»

Литвинов Вячеслав Алексеевич

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

