

М.П.


Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

Приложение

к заявлению о сокращении области  
аккредитации



№ 7  
от «28» мая 2019 г.  
на 2 листах, лист 1


Область аккредитации Испытательного центра кабельной продукции  
Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго»  
(ИЦ ООО ИЦ «Оптикэнерго»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3, лит.АК  
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений *	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 12.1.044 п.4.20	Кабели, провода и шнуры	из 27.3	из 8544	Проверка показателя токсичности продуктов горения материалов оболочек и защитного шланга	(0-150) г/м <sup>3</sup>

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 26615 раздел 4	Провода обмоточные	из 27.32.11	из 8544 11 8544 19 000 0	Проверка конструкции, внешнего вида изоляции и качества намотки, проверка массы, проверка изоляции напряжением (2,0-50 000,0) В переменного тока; проверка числа точечных повреждений; проверка относительного удлинения (0-30) кН; испытание изоляции провода на эластичность; тепловой удар; механическую прочность истиранием; проверка упругости провода; проверка адгезии; проверка изоляции на продавливание; проверка стойкости к воздействию повышенной (плюс 105-плюс 220)°С и пониженной (минус 60)° С рабочей температуры среды; проверка стойкости к повышенной влажности воздуха (20-100)%; проверка маркировки, упаковки	(0-50) м (0-1000) кг (0-10) (0-100)% число ходов (0-100) (0-3) оборота



Руководитель ИЦ ООО ИЦ «Оптикэнерго» -  
 Директор ООО ИЦ «Оптикэнерго»  
 М.П.

А.В. Таранов