

Руководитель (заместитель
руководителя)

М.п. Федеральной службы по
аккредитации

ИИТВАК А. Г.



инициалы,
фамилия 02 ОКТ 2017

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение

к аттестату аккредитации

N РОСС RU.0001.22НК26

от 04 " февраля 20 15 г.

На 2 листах, лист 1

Дополнение к области аккредитации испытательной лаборатории
Испытательная лаборатория линейной производственно-диспетчерской станции «Сокур»
Филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»
Акционерное общество «Транснефть – Западная Сибирь»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

633121, Россия, Новосибирская область, Мошковский район, село Сокур, ул. Промышленная, дом 8

(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ EN 12177	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12	Объемная доля бензола	(0,05 – 6,00) %
2	ГОСТ EN 13132				Массовая доля кислорода	(0,05 – 3,7) %



№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ГОСТ ЕН 13132	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 12	Объемная доля оксигенатов:	
					Метанола	(0,17 - 15,00) %
					Этанола	(0,17 - 15,00) %
					Изопропанола	(0,17 - 15,00) %
					Третбутанола	(0,17 - 15,00) %
					Изобутанола	(0,17 - 15,00) %
					Эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле	(0,17 - 15,00) %
Других оксигенатов с температурой конца кипения не выше 210°С	(0,17 - 15,00) %					
3	ГОСТ ISO 20884	Топливо дизельное	19.20.21.310	2710 19	Массовая доля серы	(5 - 500) мг/кг
4	ISO 12937		19.20.21.320	2710 20	Содержание воды	(0,003 - 0,100) %

Заместитель начальника управления по ТТО, Филиал НРНУ
АО «Транснефть – Западная Сибирь»

должность уполномоченного лица

М.П.

Начальник лаборатории ЛПДС «Сокур» Филиал НРНУ

должность уполномоченного лица



[Handwritten signature]

подпись уполномоченного лица

О.В. Торовин

инициалы, фамилия уполномоченного лица

[Handwritten signature]

подпись уполномоченного лица

Ю.М. Рыжова

инициалы, фамилия уполномоченного лица


Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

(два)

прописью

2 листа

цифрой



Члены экспертной комиссии:

Руководитель экспертной группы,
Эксперт по аккредитации

О.В. Токарева