

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации
УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
М.П. ПОДПИСЬ
И.А. МАК РЕНКО
инициалы, фамилия
Приложение
к аттестату аккредитации № RA.RU.516418
от «...» ... 2018 г.

25 ИЮН 2018

на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

наименование испытательной лаборатории (центра)

Испытательной (химико-аналитической) лаборатории № 7 Акционерного общества «Самаранефтегаз»

446626, РОССИЯ, Самарская область, Богатовский район, 6,5 км северо-восточнее г. Нефтегорск

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 51947	Нефть	06.10.10.200	-	Массовая доля серы	(0,500 – 2,50) %
2	ГОСТ 3900, раздел 1				Плотность	(800,0 – 900,0) кг/м ³
3	Р 50.2.075, раздел 7				Плотность	(800,0 – 900,0) кг/м ³
4	Р 50.2.076				Плотность	(800,0 – 900,0) кг/м ³
5	ФР.1.31.2014.18746 Плотность нефти. Методика измерений ареометром при учетных операциях на СИКН № 234 ОАО «Самаранефтегаз»				Плотность	(800,0 – 900,0) кг/м ³



№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 2177, метод Б	Нефть	06.10.10.200	-	Выход фракций до температуры: 200 °С 300 °С	(20 – 40) % об. (40 – 60) % об.
7	ГОСТ 11851, метод А				Массовая доля парафина	(1,0-6,0) %
8	ГОСТ 2477				Массовая доля воды	(0,03-5,0) %
9	ГОСТ 21534, метод А				Массовая концентрация хлористых солей	(5-900) мг/дм ³
10	ГОСТ 6370				Массовая доля механических примесей	(0,005- 0,25) %
11	ГОСТ 1756				Давление насыщенных паров	(35,0-70,0) кПа
12	ГОСТ Р 52247, метод А				Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	(1,0-10,0) млн ⁻¹
13	ГОСТ Р 50802				Массовая доля сероводорода	(10,0-100,0) млн ⁻¹
					Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме	(10,0-100,0) млн ⁻¹
14	ГОСТ 33				Кинематическая вязкость	(3,00-14,00) мм ² /с

Начальник отдела по контролю качества

«Самарский газ»

доверенности № СНГ-291/18 от 10.01.2018

полномоченного лица



подпись уполномоченного лица



Е.П. Кузьмина

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Простуновано, пронумеровано,
скреплено печатью 2 (Два) листа

Начальник отдела по контролю качества

Е. П. Пудышев



Эксперт по аккредитации

Молч

Г.Н. Молчанова

Технический эксперт

Иванкина

Т.В. Иванкина

А.А. Пудышев

Пудышев