


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации
№ РОСС RU.0001.21НН25
От « 28 » октября 2014 г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ (сокращаемая) испытательной лаборатории (центра)

ИЛ Восточного филиала (Находка) ИЦ «Сейболт» АО «Петролеум Аналисте»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

РФ, 692913, Приморский край, г. Находка, пр-кт Находкинский, д. 59

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
----------	--	----------------------	--------------	--------------------	---	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 12177 (EN 12177)	Бензины автомобильные Нафта Бензин прямогонный	-	-	Содержание бензола	(0.1 – 20) об%
2.	IP 425	Бензины автомобильные Нафта Бензин прямогонный	-	-	Содержание бензола	(0.1– 20) об%
3.	ASTM D 611 (ISO 2977)	Мазут Вакуумный газойль	-	-	Анилиновая точка	(плюс 25 – плюс 170) °С



на 2 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7
4.	ASTM D 611 (ISO 2977)	Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий Нефть сырая	-	-	Анилиновая точка	(плюс 25 – плюс 170) °С

Генеральный директор АО «Петролеум Аналитс»



С.Э. Каминский


И.О. Директора по качеству АО «Петролеум Аналитс»

О.В. Хренникова

Заведующий ИЛ Восточного филиала (Находка)
ИЦ «Сейболт» АО «Петролеум Аналитс»

К.Д. Абрамова

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
Ильина листа (ов)



Пронумеровано, пронумеровано и

Скреплено печатью 2 листа(ов)

Ильина

Ильина