

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Химическая лаборатория линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево» Горьковского районного нефтепроводного управления
Акционерного Общества «Транснефть – Верхняя Волга» (ХЛ ЛПДС «Староликеево» Горьковского РНУ АО «Транснефть – Верхняя Волга»),
№ РОСС RU.0001.513269

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Кстовский, в районе с. Большое Мокрое, Химическая лаборатория ЛПДС «Староликеево»
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Кстовский, в районе с. Большое Мокрое, Химическая лаборатория ЛПДС «Староликеево»						
1	ГОСТ 1756	Нефть, подготовленная к транспортировке и (или) использованию	06.10.10.210 06.10.10.220 06.10.10.230	2709 00 900 9	Давление насыщенных паров	(0,5-75,0) кПа ((4-563) мм рт.ст.)
2	ГОСТ 2477			2709 00 900 9	Массовая доля воды	(0,03-10,0) %
3	ГОСТ 21534 метод А			2709 00 900 9	Массовая концентрация хлористых солей	(5,0-1000) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ Р 50802	Нефть, подготовленная к транспортировке и (или) использованию	06.10.10.210 06.10.10.220 06.10.10.230	2709 00 900 9	Массовая доля сероводорода	(2,0-200) млн ⁻¹ ((2,0-200) ppm)
					Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме	(2,0-200) млн ⁻¹ ((2,0-200) ppm)
5	ГОСТ Р 52247 метод А			2709 00 900 9	Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204°C	(1,0-10,0) мкг/г ((1,0-10,0) млн ⁻¹)
6	ГОСТ Р 52247 метод В				Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204°C	(5,0 – 50,0) мкг/г ((5,0 – 50,0) млн ⁻¹)

Начальник Горьковского РНУ -
филиала АО «Транснефть – Верхняя Волга»

_____И.В. Яровиков