

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.22HT28

от « » 20 г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации

Испытательной (химико-аналитической) лаборатории №3 ООО «РН-Краснодарнефтегаз»

наименование испытательной лаборатории

353581, Россия, Краснодарский край, Славянский район, приблизительно 2,5 км на Северо-Восток от пос. Семисводного

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименован ие объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 2177 (метод А)	Прямогон- ный бензин ООО «РН- Краснодар- нефтегаз»	19.20.21. 600	-	Фракционный состав: Температура начала кипения Температура, при которой перегоняется не менее 90% по объёму Объёмная доля остатка в колбе Объёмная доля остатка и потерь	(25,0 -50,0) °C (50,0- 215,0) °C (0,5 – 2,5) % (0,5-5,0)%



1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 1756	Прямогон- ный бензин ООО «РН- Краснодар- нефтегаз»	19.20.21. 600	-	Давление насыщенных паров	(50- 130) кПа
3	ГОСТ 6321				Испытание на медной пластине	выдерживает - не выдерживает
4	ГОСТ 8489				Содержание фактических смол	отсутствие (0,2 - 10) мг /100 см ³ топлива
5	ГОСТ Р 51947				Массовая доля серы	(0,0150-5,00) %
6	ГОСТ 3900, п.1				Плотность при 20 °С	(650-750) кг/м ³
7	ГОСТ Р 51069				Плотность при 15 °С	(650-750) кг/м ³
8	Р 50.2.075				Плотность при 15 °С и 20 °С	(650-750) кг/м ³
9	Р 50.2.076				Плотность при 15 °С и 20 °С	(650-750) кг/м ³
10	ТУ 19.20.21-097- 00151638-2016 п.5.3 (визуально)				Внешний вид	прозрачный бесцветный- жёлтый



1	2	3	4	5	6	7
11	ТУ 19.20.21-097-00151638-2016 п.5.3 (визуально)	Прямогон- ный бензин ООО «РН- Краснодар- нефтегаз»	19.20.21. 600	-	Содержание воды и механических примесей	отсутствует- присутствует

И.о. генерального директора
ООО «РН-Краснодарнефтегаз»

В.А. Волгин

Заведующий испытательной
(химико-аналитической) лабораторией №3
ООО «РН-Краснодарнефтегаз»

Н.В. Похлебаева



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

3 (три) листа



Эксперт по аккредитации

С.В. Сытник