



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГУС К.Э.

Подпись инициалы, фамилия 19

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ _____ от « _____ » _____ 2019г.

На _____ 2 _____ листах, лист _____ 1 _____

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Стрежевской нефтеперерабатывающий завод»
наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

- 1) Томская область, Александровский р-н, р-н ЦТП Советского месторождения, объект 68
- 2) Томская область, Александровский район, 30-й км автодороги Стрежевой-Нижневартовск, б/н
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Томская область, Александровский р-н, р-н ЦТП Советского месторождения, объект 68						
1.	ГОСТ 19121	Топливо печное бытовое, топливо моторное среднедистиллятное, дизельное топливо	19.20.21.300 19.20.27 19.20.28.130	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0	Массовая доля серы	от 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
				2710 19 460 0 2710 19 480 0		
2.	СТБ EN 13132	Бензин автомобильный	19.20.21.300	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля оксигенатов	(0,17-15,00)%
3.	ГОСТ 28828	Бензин автомобильный	19.20.21.300	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация свинца	(0,005-3,0) г/дм ³
4.	ГОСТ ISO 3405	Бензин автомобильный, дизельное топливо	19.20.21.100 19.20.21.300	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 460 0	Фракционный состав	(0-400)°C
Томская область, Александровский район, 30-й км автодороги Стрежевой-Нижевартовск, б/н						
5.	ГОСТ Р 52709	Дизельное топливо	19.20.21.300	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 460 0	Цетановое число	(30-65) цетановых единиц

Генеральный директор
ООО «Стрежевской НПЗ»

Начальник лаборатории
ООО «Стрежевской НПЗ»

Г.В. Ковязин

О.А. Осипова

