Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись ЛИТВАК А.Г.
инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21TC05
от "21" сентября 2015 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная Лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ТестСертифико»

наименование испытательной лаборатории (центра)

141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Заводской проезд, д. 2
249192, Калужская обл., г. Жуков, ул. Сосновая д. 3 Лабораторный корпус 16, помещения 1, 2, 3, 5, БЭК, 13, 14
адрес места осуществления деятельности

Раздел 1. **141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Заводской проезд, д. 2**

№ п-п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ IEC 60950-1 Пункты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Прил. A, Прил. B, Прил. C, Прил. D, Прил. E, Прил. F, Прил. G, Прил. H, Прил. K, Прил. L, Прил. M, Прил. P, Прил. Q, Прил. U, Прил. V, Прил. AA, Прил. CC, Прил. DD, Прил. EE,	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.40.51.000 26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16	8443000000 8470000000 8471000000 8472000000 8504400000 8476000000 8517000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
		удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Микрофоны, комплекты,	26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.40.42.110 26.40.31.190 26.40.43.110 26.30.11.150 26.40.33.110 26.40.20 26.40.20.110 26.40.33 26.40.51.000 26.20.40.110	8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8525000000 8528000000 8504000000 8471000000	Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…3000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
		состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение Источники бесперебойного питания. Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания				
2	ГОСТ IEC 62368-1 Пункты: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Приложение A, Приложение B, Приложение C, Приложение D, Приложение E, Приложение F, Приложение G, Приложение H, Приложение J, Приложение K, Приложение L, Приложение M, Приложение N, Приложение O, Приложение P, Приложение Q, Приложение R, Приложение S, Приложение T, Приложение U, Приложение V	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.40.51.000 26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110	8443000000 8470000000 8471000000 8504400000 8472000000 8476000000 8517000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360°

1	2	3	4	5	6	7
		индивидуального пользования;	26.20.16	8517692000	Термическая безопасность:	
		их блоки питания и зарядные устройства	26.20.16.140	8527	Температура	0-1300° С
		Оборудование конторское (например,	26.20.16.120	8528	Временные интервалы	0 - 999999 с
		гектографические или трафаретные	26.20.16.190	852712	Стойкость к ВВФ:	
		множительные аппараты, машины	26.40.51.000	852713	Температура	Минус 70 °С до плюс170 ° С
		адресовальные, автоматические		852719		
		устройства для выдачи банкнот, машины	28.23.13.190	852721	Влажность	25% - 98%
		для сортировки, подсчета или упаковки	28.99.11.120	852729		
		монет, машинки для заточки	26.20.40.110	852791	Износостойкость	
		карандашей, перфорационные машины	26.40.51.000	852792	Усилие испытательного	0…1700 Н
		или машины для скрепления скобами)		852871	воздействия	13±1 кН
		прочее; их блоки питания и зарядные	28.29.43.000	852872	Механическая прочность:	
		устройства.		8518	Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
		Автоматы торговые (например, для	26.30.11.150	8518210000	Количество циклов	0…999999 циклов
		продажи почтовых марок, сигарет,	26.30.23.000	8518220000	Энергия удара	0…2 Дж
		продовольственных товаров или	26.20.40.110	8518 29	Крутящий момент	0…12 н*м
		напитков), включая автоматы для	26.40	8525000000	Давление	0…30 МПа
		размена банкнот и монет.	26.40.32.110	8527000000	Скорость движения иглы	0…20 (±5) мм/с
		Аппаратура аудио-видеозаписывающая	26.40.33	8528000000	Масса	0…160 кг
		и аудио-видеовоспроизводящая,	26.40.31.110	8531000000	Длительность импульсов	10/700 мкс
		теле-радиоприемная аппаратура	26.30.11.190	9207000000		1,2/50 мкс
		(устройства), в т.ч. автомобильная;	26.40.11.000	9504300000		
		Аппаратура видеозаписывающая или	26.30.40.120	8504000000		
		видеовоспроизводящая, совмещенная	26.40.51.000	8471000000		
		или не совмещенная с видеотюнером	26.40.42.110	8504000000		
		Аппаратура звукозаписывающая или	26.40.31.190			
		звуковоспроизводящая	26.40.43.110			
		аппараты телефонные, включая	26.30.11.150			
		аппараты телефонные для сотовых сетей	26.40.33.110			
		связи или других беспроводных сетей	26.30.11.150			
		связи; прочая аппаратура для передачи	26.40.11.000			
		или приема голоса, изображений или	26.40.20			
		других данных, включая аппаратуру для	26.40.20.110			
		коммуникации в сети проводной или	26.40.33			
		беспроводной связи (например, в	26.30.50.120			
		локальной или глобальной сети связи).	26.30.50.110			
		их блоки питания и зарядные	26.30.50.119			
		устройства. Микрофоны, комплекты,	32.20.14			
		состоящие из микрофона и	28.99.32.190			
		одного или более	26.40.51.000			
		громкоговорителей; электрические	26.20.40.110			
		усилители звуковой частоты;				
		электрические звукоусилительные				

1	2	3	4	5	6	7
		комплекты. Аппаратура, передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами.Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала). Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом Источники бесперебойного питания. Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания				
3	ГОСТ IEC 60950-21 Пункты: 4, 5, 6, Приложение А	Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные	26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120	8471000000 8504400000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА.

1	2	3	4	5	6	7
		устройства.	26.20.16.190 26.40.51.000		Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0-300 мОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
4	ГОСТ IEC 60950-22 Пункты: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Приложение А, Приложение В, Приложение С, Приложение D.	Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства.	26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000	8471000000 8504400000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98%

1	2	3	4	5	6	7
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н
					Механическая прочность:	13±1 кН
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…12 н*м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20 (±5) мм/с
					Масса	0…160 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
5	ГОСТ IEC 60065 Пункты: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Приложение A, Приложение B, Приложение C, Приложение D, Приложение E, Приложение F, Приложение G, Приложение H, Приложение J, Приложение K, Приложение L	Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Микрофоны, комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую	26.30.11.150 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.40.42.110 26.40.31.190 26.40.43.110 26.30.11.150 26.40.33.110 26.40.11.000 26.40.20 26.40.20.110 26.40.33 26.30.50.120 26.30.50.110 26.30.50.119 32.20.14 28.99.32.190 26.40.51.000	8517000000 8504400000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8518000000 8525000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг

1	2	3	4	5	6	7
		или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами. Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала). Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом. Источники бесперебойного питания		8527000000 8528000000 8531000000 9207000000 9504300000 8504000000	Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
6	ГОСТ IEC 61010-1 Пункты: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Приложение A, B, C, D, F, H, K	Счетчики электроэнергии. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства	26.51.52.110 26.51.63.130 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.51.44.000	9028000000 9030000000 8504400000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360°

1	2	3	4	5	6	7
					Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
7	ГОСТ 31819.22 (IEC 62053-22) Пункты: 4,5,6,7,8, Приложение А, Приложение В	Счетчики электроэнергии.	26.51.52.110 26.51.63.130	9028000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
8	ГОСТ 31819.23 (IEC 62053-23) Пункты: 4,5,6,7,8,9, Приложение А, Приложение В	Счетчики электроэнергии.	26.51.52.110 26.51.63.130	9028000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезоасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
9	ГОСТ 31818.11	Счетчики электроэнергии.	26.51.52.110	9028000000	Маркировка	-

1	2	3	4	5	6	7
	Пункты: 4,5,6,7,8,9, Приложение A, Приложение B, Приложение C, Приложение D		26.51.63.130		Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1- 600 мОм. 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360° 0-1300° С 0 - 999999 с Минус 70 °С до плюс170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20 (±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
10	ГОСТ IEC 60598-1 Пункты: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Прил.: A, B, C, D, E, F, G, P, R, S, V, W	Оборудование светотехническое: светильники переносные общего назначения, светильники переносные детские, светильники ручные, светильники переносные для использования в саду, светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог), светильники для использования в клинических зонах больниц и других	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока

1	2	3	4	5	6	7
		медицинских учреждений, светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий, светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные. Прожекторы общего назначения света			Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
11	ГОСТ IEC 60598-2-1 Пункты: 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15	Стационарные светильники общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
12	ГОСТ IEC 60598-2-2 Пункты: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15	Встраиваемые светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт

1	2	3	4	5	6	7
		питания которых не превышает 1000 В			Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70° С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
13	ГОСТ IEC 60598-2-4 Пункты: 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15	Переносные светильники общего назначения, кроме ручных светильников, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С

1	2	3	4	5	6	7
					Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
14	ГОСТ IEC 60598-2-6 Пункты: 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 Прил.: А	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, напряжение питания и выходное напряжение которых не превышают: 1000 В - для светильников классов защиты I и II; 250 В - для светильников класса защиты 0	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
15	ГОСТ IEC 60598-2-7 Пункты: 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15	Переносные опорные и переносные светильники, используемые в таких местах как сады и цветочные клумбы, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
16	ГОСТ IEC 60598-2-8 Пункты: 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15	Ручные и аналогичные переносные светильники с лампами накаливания или трубчатыми люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В и которые во время работы держат в руке	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
17	ГОСТ IEC60598-2-9 Пункты: 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) с лампами накаливания на напряжение питания не	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в	- - Осевое усилие 15-30 Н

1	2	3	4	5	6	7
	Прил.: А	более 250 В, включая галогенные лампы накаливания по IEC 357, стандартный лист 357-IEC 3155, или лампы уникального назначения			патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
18	ГОСТ IEC 60598-2-10 Пункты: 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15	Переносные детские светильники с лампами накаливания с вольфрамовой нитью или с одноцокольными люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
19	ГОСТ Р МЭК 60598-2-11 Пункты: 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 Прил.: А	Светильники для бытовых аквариумов, предназначенные для работы с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами напряжением питания, не превышающим 1000 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
20	ГОСТ IEC 60598-2-13 Пункты: 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15	Светильники, углубляемые в грунт, предназначенные для применения в садах, дворах, на дорожках для тележек, в парках, на велодорожках, пешеходных дорожках, переходах, плавательных бассейнах вне зон безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН), питомниках и т.п., питаемые от электрических источников питания напряжением, не превышающим 1000 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие

1	2	3	4	5	6	7
					Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
21	ГОСТ IEC 60598-2-17 Пункты: 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15	Светильники для сцен, телевизионных, кино- и фотостудий (включая прожекторы с узким пучком света и прожекторы заливающего света), с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, применяемые для наружного и внутреннего освещения и питаемые от сети напряжением не более 1000 В	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
22	ГОСТ IEC 60598-2-19 Пункты: 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9,	Вентилируемые светильники, совмещенные с вентиляционными	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки:	- -

1	2	3	4	5	6	7
	19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15	каналами или вентилируемым пространством (приточная вентиляция), с трубчатыми люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В			Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
23	ГОСТ IEC 60598-2-23 Пункты: 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16	Световые системы сверхнизкого напряжения для ламп накаливания, предназначенные для обычных помещений с напряжением питания, не превышающим 1000 В. Светильники, соединенные параллельно, питаются от свободно подвешенных на опорных стойках или профилях несущих проводников. Ток внешней цепи системы не более 25 А	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет)

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
24	СТБ МЭК 60598-2-23 (IEC 60598-2-23) Пункты: 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16	Световые системы сверхнизкого напряжения для ламп накаливания, предназначенные для обычных помещений с напряжением питания, не превышающим 1000 В. Светильники, соединенные параллельно, питаются от свободно подвешенных на опорных стойках или профилях несущих проводников. Ток внешней цепи системы не более 25 А	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
25	ГОСТ IEC 60598-2-24 Пункты: 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15	Светильники, применяемые в местах, где необходимо ограничить температуру их наружной поверхности, исключающую возможность воспламенения пыли, оседающей на светильниках при эксплуатации, но там, где отсутствует возможность взрыва окружающей среды. Светильники используют с электрическими источниками света, напряжение питания которых не	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу

1	2	3	4	5	6	7
		превышает 1000 В			Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
26	ГОСТ IEC 60598-2-25 Пункты: 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.15	Светильники с лампами накаливания, люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В, для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений, в которых проводят лечение, осмотр и оказание медицинской помощи	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
27	ГОСТ IEC 62031	Оборудование светотехническое	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции:	-

1	2	3	4	5	6	7
	Пункты: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Прил.: А				Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
28	ГОСТ IEC 60598-2-3 Пункты: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15	Светильники для освещения улиц и дорог	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С

1	2	3	4	5	6	7
					Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
29	СТБ IEC 60598-2-3 (IEC 60598-2-3) Пункты: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15	Светильники для освещения улиц и дорог	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
30	ГОСТ IEC 60598-2-22 Пункты: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 Прил.: А, В, С	Светильники для аварийного освещения	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
31	СТБ IEC 60598-2-22 Пункты: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 Прил.: A, B, C	Светильники для аварийного освещения	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ IEC 60598-2-20 Пункты: 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15 Прил.: А	Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров: Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
33	ГОСТ IEC 60598-2-5 Пункты: 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15	Прожекторы общего назначения света	27.90.11.000	9405000000	Проверка конструкции: Проверка маркировки: Проверка установки ламп в патрон: Измерение напряжения: Проверка винтовых соединений: Механическая прочность: Рабочее напряжение: Номинальный ток: Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции: Ток утечки: Сопротивление изоляции: Сопротивление заземления: Размеры зазоров:	- - Осевое усилие 15-30 Н 0 – 5 кВт 0 – 10 Н·м 0 – 1 Н 50В - 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока 0-15мА 0-300МОм 0,1мОм- 600мОм 0т 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Термическая безопасность: Трекингостойкость: Временные интервалы: Стойкость к ВВФ: Температура: Влажность: Износостойкость: Усилие испытательного воздействия:	0-1300°С 0- 600 В (Да\Нет) 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН
34	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 8 -31	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударно-сверлильные машины. Шуруповёрты и гайковёрты. Шлифовальным, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины. Дисковые пилы. Молотки и перфораторы. Ножницы для листового металла. Машины для нарезания внутренней резьбы. Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы). Вибраторы для уплотнения бетонной смеси. Цепные пилы. Рубанки. Машины для подрезки живой изгороди. Скобозабивные машины. Ручные фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок. Обвязочные машины. Ламельные машины. Ленточные пилы. Машины для прочистки труб. Отрезные машины.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус70°С до плюс170°С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
35	СТБ IEC 60745-1 Раздел 8 -31	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударно-сверлильные машины. Шуруповёрты и гайковёрты. Шлифовальным, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением	28.24.11.000	8467000000	Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет)

1	2	3	4	5	6	7
		рабочего инструмента. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины. Дисковые пилы. Молотки и перфораторы. Ножницы для листового металла. Машины для нарезания внутренней резьбы. Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы). Вибраторы для уплотнения бетонной смеси. Цепные пилы. Рубанки. Машины для подрезки живой изгороди. Скобозабивные машины. Ручные фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок. Обвязочные машины. Ламельные машины. Ленточные пилы. Машины для прочистки труб. Отрезные машины.			Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с Минус 70°С до плюс170°С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
36	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 8 -31	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударно-сверлильные машины. Шуруповёрты и гайковёрты. Шлифовальным, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины. Дисковые пилы. Молотки и перфораторы. Ножницы для листового металла. Машины для нарезания внутренней резьбы. Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы). Вибраторы для уплотнения бетонной смеси. Цепные пилы. Рубанки. Машины для подрезки живой изгороди. Скобозабивные машины. Ручные фасонно-фрезерные машины и машины	28.24.11.000	8467000000	Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус70°С до плюс 170°С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм

1	2	3	4	5	6	7
		для обрезки кромок. Обвязочные машины. Ламельные машины. Ленточные пилы. Машины для прочистки труб. Отрезные машины.				
37	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 8 -31	Сверлильные и ударные сверлильные машины	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
38	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 8 -31	Шуруповерты и ударные гайковерты.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	- 70 до + 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
39	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 8 -31	Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины (угловые, прямые и торцевые) с номинальным диаметром абразивного инструмента не более 230 мм.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
40	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 8 -31	Ручные шлифовальные машины, за исключением всех типов дисковых шлифовальных машин	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	 - 70 до + 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
41	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 8 -31	Дисковые пилы.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
42	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 8 -31	Молотки и перфораторы.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
43	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 8 -31	Ножницы для листового металла.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с Минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
44	ГОСТ IEC 60745-2-9 Раздел 8 -31	Ручные машины для нарезания резьбы метчиком.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм.

1	2	3	4	5	6	7
					Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
45	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 8 -31	Пилы с возвратно-поступательным движением инструмента, лобзики и ножовочные пилы.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
46	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 8 -31	Вибраторы для уплотнения бетонной смеси.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм;

1	2	3	4	5	6	7
					Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
47	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 8 -31	Цепные пилы для пиления древесины, предназначенные для использования одним оператором.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
48	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13) Раздел 7 - 29	Ручные электрические цепные пилы.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА.

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
49	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 8 -31	Рубанки.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
50	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 8 -31	Скобозабивные машины общего назначения и не распространяется на применяемые в промышленном производстве.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
51	ГОСТ 30701(МЭК 745-2-16) Раздел 7 - 29	Скобозабивные машины.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
52	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 8 -31	Машины для подрезки живой изгороди (далее - машины), предназначенные для работы оператора при обрезке кустарников с использованием одного или нескольких движущихся возвратно-поступательно профилированных режущих лезвий.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
53	ГОСТ IEC 60745-2-17 Раздел 8 -31	Фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
54	ГОСТ IEC 60745-2-18 Раздел 8 -31	Обвязочные машины.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
55	ГОСТ IEC 60745-2-19 Раздел 8 -31	Ламельные машины для резания в древесине или подобном материале.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
56	ГОСТ Р МЭК 60745-2-20 Раздел 8 -31	Ленточные пилы.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет)

1	2	3	4	5	6	7
					Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
57	ГОСТ IEC 60745-2-21 Раздел 8 -31	Машины для прочистки труб.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. 0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
58	ГОСТ IEC 60745-2-22 Раздел 8 -31	Отрезные машины.	28.24.11.000	8467000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток	 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу.

1	2	3	4	5	6	7
					Трекингостойкость Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Осевое усилие:	0- 600 В (Да\Нет) Испытательное воздействие 0-5кВ переменного тока и 0-6кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300МОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0-1300°С 0 - 999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0 – 800 Н 13±1 кН 1 – 4 Нм
59	ГОСТ IEC 61204 Пункты: 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8, 3.9, 3.10,3.11,3,12,3.13,3.14,3.15,3.16, 3.17,3.18,3.19,4,5,6.1,6.3,6.4,6.5	Источники бесперебойного питания	26.40.51.000	8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов

1	2	3	4	5	6	7
					Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
60	ГОСТ IEC 61204-7 Пункты: 1.5,1.6,1.7,2,2.1,2.2,2.3.2,4,2.5, 2.6,2.7,2.8,2.9,2.10,3,4,5,5.1,5.2,5.3,6,7.	Источники бесперебойного питания	26.40.51.000	8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
61	ГОСТ IEC 62040-1 Пункты:5,6,7,8,9	Источники бесперебойного питания	26.40.51.000	8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу.

1	2	3	4	5	6	7
					Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
62	ГОСТ IEC 60335-2-76 Пункты:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32	Источники бесперебойного питания	26.40.51.000	8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
63	ГОСТ IEC 61204 Пункты: 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7, 3.8, 3.9, 3.10,3.11,3,12,3.13,3.14,3.15, 3.16,3.17,3.18,3.19,4,5,6.1,6.3,6.4,6.5	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж

1	2	3	4	5	6	7
					Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
64	ГОСТ IEC 61204-7 Пункты: 1.5,1.6,1.7,2,2.1,2.2,2.3.2,4,2.5, 2.6,2.7,2.8,2.9,2.10,3,4,5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7.	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
65	ГОСТ IEC 61558-1 Пункты: 5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность:	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…3000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	минус 70°С до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н
					Механическая прочность:	13±1 кН
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…12 н*м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20(±5) мм/с
					Масса	0…160 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
66	ГОСТ IEC 61558-2-6 Пункты: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка	-
					Рабочее напряжение	50В- 2000В переменного
					Номинальное напряжение	тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…3000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	 минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
67	ГОСТ IEC 61558-2-7 Пункты: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м

1	2	3	4	5	6	7
					Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
68	ГОСТ IEC 62040-1 Пункты:5,6,7,8,9	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
69	ГОСТ IEC 60335-1 Пункты: 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28,29, 30,31,32, Прил. C, Прил. D, Прил. E, Прил. F, Прил. G, Прил. H, Прил. I, Прил. J, Прил. K, Прил. M, Прил. R, Прил. S	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные. Устройства зарядные батарей. Оборудование сварочное бытового применения. Термошкафы для хранения продуктов. Компрессоры. Приборы для сушки грибов, овощей, фруктов. Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов. Звонки электрические. Электрические сушилки для обуви, Зажигалки электрические для газовых плит. Электронагреватели трубчатые для бытовых приборов. Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины. Утюги. Центрифуги для белья. Машины посудомоечные. Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы газовые - электрическая часть, жарочные шкафы электрические. Машины стиральные, Бритвы, машинки для стрижки волос.Тостеры, грили, ростеры и аналогичные приборы. Полотеры и машины для влажной чистки полов. Барабанные сушилки. Мармиты. Фритюрницы, сковороды и подобные приборы. Сепараторы для молока. Кухонные машины. Приборы для нагревания жидкостей. Измельчители пищевых отходов. Аккумуляционные комнатные обогреватели. Аккумуляционные водонагреватели. Приборы по уходу за кожей и волосами. Холодильное оборудование Холодильники, морозильники и устройства для производства льда. Мороженицы со встроенными мотор-компрессорами. Микроволновые печи, Часы электрические. Приборы инфракрасного и ультрафиолетового излучения для ухода за кожей. Машины швейные, вязальные бытовые. Устройства зарядные батарей	27.90.11.000 27.90.31.110 27.51.21.190 27.51 27.51.21.190 27.51.30.000 27.90.11.000 27.51.24.190 32.99.41.110 28.21.13.129 27.51.21.111 27.51.23.130 27.51.21.119 27.51.12.000 28.93.15.122 27.51.28 27.51.13.110 27.51.21.190 27.51.22.130 27.51.22.110 27.51.28 27.51.21.110 28.94.23.000 27.51.24.190 27.51.28 27.51.21.129 27.51.21.120 27.51.24 27.51.24.110 27.51.24.120 27.51.21.190 27.51.26.110 27.51.25.110 27.51.21.119 28.25.13.110 28.25.13.111 28.25.13.112 28.25.13.113 28.25.13.114 28.25.13.115 28.25.13.119 27.51.21.129 27.51.27.000	8504000000 8515000000 8516000000 8414000000 8516790000 8531000000 8516000000 8516800000 8508000000 8516400000 8421120000 8422110000 7321000000 8516601000 8450000000 8510000000 8516000000 8509000000 8421120000 8516000000 8421110000 8509000000 8516000000 8509000000 8516210000 8516100000 8516300000 8418000000 8516500000 9105000000 8516000000 8452100000 8504405500 8516000000 8414000000 9019100000 8414300000 8516101100 8415000000 8413000000 8516000000 8451300000 8516000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до + 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа

1	2	3	4	5	6	7
		Обогреватели комнатные. Воздухоочистители для кухонь. Массажные приборы. Мотор-компрессоры. Водонагреватели проточные. Кондиционеры, тепловые насосы, осушители. Насосы для жидкостей. Сушилки для одежды и перекладины для полотенец. Гладильные машины. Переносные электронагревательные инструменты. Электрические варочные котлы. Стационарные циркулярные насосы. для отопительных систем и систем водоснабжения. Приборы для гигиены рта. Приборы электронагревательные для саун. Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкости, пара. Приборы для аквариумов и садовых водоемов. Проекторы, фотоувеличители. Приборы для уничтожения насекомых. Гидромассажные ванны. Аккумуляционные комнатные обогреватели. Приборы для очистки воздуха. Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных. Закрепляемые погружные нагреватели. Переносные погружные нагреватели. Уличные барбекю. Вентиляторы. Туалеты. Отпариватели для одежды. Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции. Обогреватели комнатные гибкие листовые. Приводы для ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования. Увлажнители воздуха. Испарители. Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и твердом топливе.	26.52.11.130 26.52.12.120 26.52.12.130 26.52.14.000 26.60.13.120 28.94.4 28.94.40.000 27.90.11.000 27.51.26.110 27.51.21.119 27.51.21.190 28.13.23.000 27.51.25.110 28.25.12.130 27.51.21.119 27.51.24.190 27.51.24.190 27.90.31.110 27.51.24.190 28.95.11.000 27.51.21.119 27.51.21.190 27.51.21.110 27.51.21.190 26.70.16.190 27.51.21.190 27.51.26.110 27.51.21.119 28.30.84 27.51.25.120 27.51.25.120 28.99.39.190 27.51.24.190 27.51.21.119 28.99.32.190 27.51.21.190 27.51.26.110 27.51.21.190 28.25.30.110	8516605900 8413000000 8509000000 8516000000 8509000000 8516000000 9008000000 9019109001 8516210000 8421000000 8467298000 8516607000 8414510000 8516000000 8516000000 8415000000 8516000000 8509000000 8479600000 8516000000 8516000000		
70	СТБ IEC 60335-1 Пункты: 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28,29, 30,31,32, Прил. С, Прил.	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные. Устройства зарядные батарей. Оборудование сварочное	27.90.11.000 27.90.31.110 27.51.21.190 27.51	8504000000 8515000000 8516000000 8414000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
	D, Прил. E, Прил. F, Прил. G, Прил. H, Прил. I, Прил. J, Прил. K, Прил. M, Прил. R, Прил. S	бытового применения. Термошкафы для хранения продуктов. Компрессоры. Приборы для сушки грибов, овощей, фруктов. Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов. Звонки электрические. Электрические сушилки для обуви, Зажигалки электрические для газовых плит. Электронагреватели трубчатые для бытовых приборов. Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины. Утюги. Центрифуги для белья. Машины посудомоечные. Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы газовые - электрическая часть, жарочные шкафы электрические. Машины стиральные, Бритвы, машинки для стрижки волос. Тостеры, грили, ростеры и аналогичные приборы. Полотеры и машины для влажной чистки полов. Барабанные сушилки. Мармиты. Фритюрницы, сковороды и подобные приборы. Сепараторы для молока. Кухонные машины. Приборы для нагревания жидкостей. Измельчители пищевых отходов. Аккумуляционные комнатные обогреватели. Аккумуляционные водонагреватели. Приборы по уходу за кожей и волосами. Холодильное оборудование. Холодильники, морозильники и устройства для производства льда. Мороженицы со встроенными мотор-компрессорами. Микроволновые печи, Часы электрические. Приборы инфракрасного и ультрафиолетового излучения для ухода за кожей. Машины швейные, вязальные бытовые. Устройства зарядные батарей. Обогреватели комнатные. Воздухоочистители для кухонь. Массажные приборы. Мотор-компрессоры. Водонагреватели	27.51.21.190 27.51.30.000 27.90.11.000 27.51.24.190 32.99.41.110 28.21.13.129 27.51.21.111 27.51.23.130 27.51.21.119 27.51.12.000 28.93.15.122 27.51.28 27.51.13.110 27.51.21.190 27.51.22.130 27.51.22.110 27.51.28 27.51.21.110 28.94.23.000 27.51.24.190 27.51.28 27.51.21.129 27.51.21.120 27.51.24 27.51.24.110 27.51.24.120 27.51.21.190 27.51.26.110 27.51.25.110 27.51.21.119 27.51 28.25.13.110 28.25.13.111 28.25.13.112 28.25.13.113 28.25.13.114 28.25.13.115 28.25.13.119 27.51.21.129 27.51.27.000 26.52.11.130 26.52.12.120 26.52.12.130	8516790000 8531000000 8516000000 8516800000 8508000000 8516400000 8421120000 8422110000 7321000000 8516601000 8450000000 8510000000 8516000000 8509000000 8421120000 8516000000 8421110000 8509000000 8516000000 8509000000 8516210000 8516100000 8516300000 8418000000 8516500000 9105000000 8516000000 8452100000 8504405500 8516000000 8414000000 9019100000 8414300000 8516101100 8415000000 8413000000 8516000000 8451300000 8516000000 8516605900 8413000000 8509000000 8516000000	Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа

1	2	3	4	5	6	7
		проточные. Кондиционеры, тепловые насосы, осушители. Насосы для жидкостей. Сушилки для одежды и перекладины для полотенец. Гладильные машины. Переносные электронагревательные инструменты. Электрические варочные котлы. Стационарные циркулярные насосы. для отопительных систем и систем водоснабжения. Приборы для гигиены рта. Приборы электронагревательные для саун. Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкости, пара. Приборы для аквариумов и садовых водоемов. Проекторы, фотоувеличители. Приборы для уничтожения насекомых. Гидромассажные ванны. Аккумуляционные комнатные обогреватели. Приборы для очистки воздуха. Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных. Закрепляемые погружные нагреватели. Переносные погружные нагреватели. Управляемые вручную газонокосилки. Уличные барбекю. Вентиляторы. Туалеты. Отпариватели для одежды. Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции. Обогреватели комнатные гибкие листовые. Приводы для ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования. Увлажнители воздуха. Испарители. Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и твердом топливе.	26.52.14.000 26.60.13.120 28.94.4 28.94.40.000 27.90.11.000 27.51.26.110 27.51.21.119 27.51.21.190 28.13.23.000 27.51.25.110 28.25.12.130 27.51.21.119 27.51.24.190 27.51.24.190 27.90.31.110 27.51.24.190 28.95.11.000 27.51.21.119 27.51.21.190 27.51 27.51.21.110 27.51.21.190 26.70.16.190 27.51.21.190 27.51.26.110 27.51.21.119 28.30.84 27.51.25.120 27.51.25.120 28.99.39.190 27.51.24.190 27.51.21.119 28.99.32.190 27.51.21.190 27.51.26.110 27.51.21.190 28.25.30.110	8509000000 8516000000 9008000000 9019109001 8516210000 8421000000 8467298000 8516607000 8414510000 8516000000 8516000000 8415000000 8516000000 8509000000 8479600000 8516000000 8516000000		
71	ГОСТ IEC 61558-1 Пункты: 5,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность:	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…3000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	-70 ° С до +170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н
					Механическая прочность:	13±1 кН
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…12 н*м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20(±5) мм/с
					Масса	0…160 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
72	ГОСТ IEC 61558-2-6 Пункты: 8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	27.90.11.000	8504000000	Маркировка	-
					Рабочее напряжение	50В- 2000В переменного
					Номинальное напряжение	тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…3000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	 -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
73	ГОСТ IEC 61558-2-7 Пункты: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м

1	2	3	4	5	6	7
					Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
74	ГОСТ IEC 60335-2-29 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Прил. А, Прил. АА	Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
75	ГОСТ IEC 60335-2-76 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Устройства зарядные батарей Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и

1	2	3	4	5	6	7
						0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…3000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	-70 ° С до +170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н
					Механическая прочность:	13±1 кН
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…12 н*м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20(±5) мм/с
					Масса	0…160 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
76	СТБ IEC 61851-1 Пункты:5,6,7,8,9,10	Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	8504000000	Маркировка	-
					Рабочее напряжение	50В- 2000В переменного
					Номинальное напряжение	тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…3000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	-70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
77	ГОСТ Р МЭК 61851-1 Пункты:5,6,7,8,9,10,11	Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
78	СТБ IEC 61851-21 Пункты:7,8,9,10,11,12.	Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	8504000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
79	ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1) Пункты:4,5,6,7,8	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	27.12.31.000	8537000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
80	СТБ МЭК 60439-1 Пункты:4,5,6,7,8.	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	27.12.31.000	8537000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С

1	2	3	4	5	6	7
					Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
81	ГОСТ IEC 60439-3 Пункты:4,5,6,7,8.	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	27.12.31.000	8537000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с

1	2	3	4	5	6	7
					Масса Длительность импульсов	0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
82	ГОСТ IEC 60439-4 Пункты:4,5,6,7,8, 101	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	27.12.31.000	8537000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
83	ГОСТ 16962.1 Пункты:1,2	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА.

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
84	ГОСТ 16962.2 Пункты:1,2	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98%

1	2	3	4	5	6	7
					Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
85	ГОСТ IEC 60730-1 Пункты:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
86	ГОСТ IEC 61058-1 Пункты:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
87	ГОСТ IEC 61058-2-1 Пункты:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм;

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
88	ГОСТ IEC 61058-2-4 Пункты:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98%

1	2	3	4	5	6	7
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н
					Механическая прочность:	13±1 кН
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…12 н*м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20(±5) мм/с
					Масса	0…160 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс
89	ГОСТ IEC 61058-2-5 Пункты:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,19,20,21,22,23,24,25	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка	-
					Рабочее напряжение	50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальное напряжение	
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…3000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	-70 ° С до +170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н
					Механическая прочность:	13±1 кН
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…12 н*м
					Давление	0…30 МПа
					Скорость движения иглы	0…20(±5) мм/с
					Масса	0…160 кг
					Длительность импульсов	10/700 мкс 1,2/50 мкс

1	2	3	4	5	6	7
90	ГОСТ Р 51324.1 (МЭК 60669-1) Пункты:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26.	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
91	ГОСТ 30850.2.1 (МЭК 60669-2-1) Пункты:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм.

1	2	3	4	5	6	7
					Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
92	ГОСТ Р 51324.2.1 Пункты:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 101,102	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
93	ГОСТ 30850.2.2 (МЭК 60669-2-2-96) Пункты:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
94	ГОСТ Р 51324.2.2 (МЭК 60669-2-2)	Выключатели, переключатели (кроме	27.33.13.190	8536000000	Маркировка	-

1	2	3	4	5	6	7
	Пункты:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25	продукции в морском исполнении), регуляторы освещения			Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
95	ГОСТ 30850.2.3 (МЭК 60669-2-3) Пункты:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
96	ГОСТ Р 51324.2.3 (МЭК 60669-2-3) Пункты:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,101	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
97	ГОСТ IEC 60730-1 Пункты:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
98	ГОСТ IEC 60730-2-7 Пункты:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении),	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение	- 50В- 2000В переменного

1	2	3	4	5	6	7
	,19,20,21,22,23,24,25,27	регуляторы освещения			Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
99	ГОСТ МЭК 61293 (IEC 61293) Пункты:3,4	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
100	ГОСТ Р МЭК 61293 Пункты:3,4	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность:	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН

1	2	3	4	5	6	7
					Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
101	ГОСТ IEC 61140 Пункты:1,2,3,4,5, 6, 7, 8.	Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения	27.33.13.190	8536000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов	- 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с -70 ° С до +170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс
102	ГОСТ IEC 60335-2-3 Пункты: 4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,	Утюги	27.51.23.130	8516400000	Маркировка Расстояние	- 0…..1000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32 Прил. Части 1				Время Температура Объем Угол Масса Количество Частота падения Частота изгибов Давление Диаметр Циклы работы Сила Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…..9999 с. 0…80 К 0…0,1 л. 0…180^0 0….15 кг. 5000 раз 0…..20 падений/мин. 0…6 изгибов/мин. 100 кПа 0….100 мм 50 000 циклов 10 Н 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
103	ГОСТ IEC 60335-2-4 Пункты: 4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15, 16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,	Центрифуги для белья	27.51.21.119	8421120000	Маркировка Время Объем	- 0…..9999 с. 0…..10 л.

1	2	3	4	5	6	7
	28,29,30,31,32, Прил. С, Прил. АА				Количество Нагрузка Окружная скорость Скорость Расстояние Диаметр Жесткость Сила Число циклов работы Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	6000 раз 0…0,2 кг. 0…25 м/с 60 об/мин 0…1000 мм. 0…100 мм. 40 IRHD…50 IRHD 0…50 Н 0…6000 раз 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
104	ГОСТ IEC 60335-2-5 Пункты: 4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,Прил АА, Прил. ВВ	Машины посудомоечные	27.51.12.000	8422110000	Маркировка Время Расстояние Ток утечки Степень защиты оболочки	- 0…..9999 с. 0…1000 мм. 0…5 мА IP X7

1	2	3	4	5	6	7
					Вес Объем Давление Степень загрязнения Число изгибов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…23 кг. 0…..10 л. 1,2 МПа СИТ 250 100 000 раз 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
105	ГОСТ МЭК 60335-2-58 Пункты: 4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, Прил АА, Прил. ВВ	Машины посудомоечные	27.51.12.000	8422110000	Маркировка Время Расстояние Ток утечки Степень защиты оболочки Вес Объем Давление Степень загрязнения Число изгибов	- 0…..9999 с. 0…1000 мм. 0…10 мА IP X7 0…23 кг. 0…..10 л. 1,2 Мпа СИТ 250 0…100 000 раз

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость изгибов Усилие Распределённая нагрузка Температура Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	30изгибов /мин. 340 Н 1000 Н/м^2 0…650 С^0 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
106	ГОСТ IEC 60335-2-6 Пункты: 4,5,6,7, 11, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27,28,29,30.31.32	Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы газовые - электрическая часть, жарочные шкафы электрические	28.93.15.122 27.51.28	7321000000 8516601000	Маркировка Температура Время Расстояние Усилие Нагрузка Ток утечки Испытательное напряжение Объем Масса Энергия удара	- 0….450°С 0…9999 с 0….1000 мм 0…100 Н 1 кВ 0…10 мА 0…3000 В 0…1 л 0…50 кг. 0…1 Дж

1	2	3	4	5	6	7
					Количество Крутящий момент Угол Номинальный ток Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	5000 раз 0…2 Нм 0…180^0 0…15 А 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
107	ГОСТ IEC 60335-2-7 Пункты: 4,5,6,7, 11, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27,28,29,30.31.32	Машины стиральные	27.51.13.110	8450000000	Маркировка Время Расстояние Ток утечки Количество циклов Угол Усилие Температура Вес Скорость Рабочее напряжение	- 0…9999 с 0…1000 мм 0…5 мА 0…13 000 циклов 0…90^0 0…200 Н 0…180^0 0…20 кг 60об/мин 50В- 2000В переменного

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальное напряжение	тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…3000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	минус 70°С до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н
					Механическая прочность:	13±1 кН
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…12 н*м
					Давление	0…30 МПа
108	ГОСТ IEC 60335-2-8 Пункты: 4,5,6,7, 11, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27,28,29,30.31.32, Прил. С	Бритвы, машинки для стрижки волос	27.51.21.190 27.51.22.130 27.51.22.110	8510000000	Маркировка	-
					Энергия удара	0,3…0,5 Дж
					Расстояние	0…1000 мм
					Степень защиты	IPX7
					Количество циклов	0…50 000 циклов
					Рабочее напряжение	50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальное напряжение	
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
109	ГОСТ IEC 60335-2-9 Пункты: 4,5,6,7, 11, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27,28,29,30.31.32	Тостеры, грили, ростеры и аналогичные приборы	27.51.28	8516000000	Маркировка Время Температура Ток утечки Испытательное напряжение Объем Расстояние Количество Вес Энергия удара Количество изгибов Количество циклов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность:	- 0…99999 с 0…275^0 С 0…0,75 мА 0…3000 В 0…1 л 0…1000 мм 500 раз 0…10 кг. 0,70 Дж 1000 раз 100 000 циклов 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0}

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
110	ГОСТ IEC 60335-2-10 Пункты: 4,5,6,7, 11, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27,28,29,30.31.32	Полотеры и машины для влажной чистки полов	27.51.21.110	8509000000	Маркировка Время Количество циклов Расстояние Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов	- 0…99999 с. 0…6000 раз 0…1000 мм 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов

1	2	3	4	5	6	7
					Энергия удара Крутящий момент Давление	0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
111	ГОСТ IEC 60335-2-11 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. R, Прил. AA, Прил. BB, Прил. CC	Барабанные сушилки	28.94.23.000	8421120000	Маркировка Сила Время Температура Ток утечки Объем Вес Угол Количество циклов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…70 Н 0…99999 с. 0…300^0 С 0…5 мА 0…1 л. 23 кг. 0…90^0 0…3000 циклов 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
112	ГОСТ IEC 60335-2-12 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,	Мармиты	27.51.24.190	8516000000	Маркировка Объем Расстояние	- 0…1 л. 0…1000 мм.

1	2	3	4	5	6	7
	27, 28, 29, 30, 31, 32				Температура Время Энергия удара Масса Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…300^0 С 0…99999 с. 0,70 Дж 0…10 кг. 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
113	ГОСТ IEC 60335-2-13 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Фритюрницы, сковороды и подобные приборы	27.51.28	8516000000	Маркировка Температура Время Расстояние Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции	- 0…350^{0}С 0…99999 с. 0…1000 мм. 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
114	ГОСТ IEC 60335-2-14 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Сепараторы для молока	27.51.21.129	8421110000	Маркировка Время Сила Расстояние Количество циклов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ:	- 0…99999 с. 0…30 Н 0…1000 мм. 0…20 000 раз 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
115	ГОСТ IEC 60335-2-14 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Кухонные машины	27.51.21.120	8509000000	Маркировка Время Сила Расстояние Количество циклов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент	- 0…99999 с. 0…30 Н 0…1000 мм. 0…20 000 раз 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м

1	2	3	4	5	6	7
					Давление	0…30 МПа
116	ГОСТ IEC 60335-2-15 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Прил. С	Приборы для нагревания жидкостей	27.51.24 27.51.24.110 27.51.24.120	8516000000	Маркировка Температура Время Угол Объем Испытательное напряжение Количество циклов Сила Расстояние Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…300^0 С 0…99999 с. 0...90^0 С 0…50 л. 0…2500 В 0…50 000 раз 0...100 Н 0…1000 мм. 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
117	ГОСТ IEC 60335-2-16 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. С	Измельчители пищевых отходов	27.51.21.190	8509000000	Маркировка Время Расстояние Сила Рабочее напряжение	- 0…99999 с. 0…1000 мм. 0…50 Н 50В- 2000В переменного

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальное напряжение	тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…3000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	минус 70 до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н
					Механическая прочность:	13±1 кН
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…12 н*м
					Давление	0…30 МПа
118	ГОСТ IEC 60335-2-21 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил.RR, Прил. АА	Аккумуляционные комнатные обогреватели Аккумуляционные водонагреватели	27.51.26.110 27.51.25.110	8516210000 8516100000	Маркировка	-
					Расстояние	0…1000 мм.
					Давление	0,13 МПа/с, 0…0,6 МПа
					Время	0…99999 с.
					Объем	0…15 л.
					Температура	0…300^{0}С
					Рабочее напряжение	50В- 2000В переменного
					Номинальное напряжение	тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
119	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Приборы по уходу за кожей и волосами. За исключением Сушуаров	27.51.21.119 27.51.23.110	8516300000	Маркировка Время Усилие Вращение Количество оборотов Температура Количество циклов Угол Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы	- 0…99999 с. 0…20 Н 50 об/мин. 1500 оборотов 0…300^0 С 50 000 циклов 180^0 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
120	ГОСТ IEC 60335-2-24 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. С, Прил. D	Холодильное оборудование Холодильники, морозильники и устройства для производства льда Мороженицы со встроенными мотор-компрессорами	27.51 28.25.13.110 28.25.13.111 28.25.13.112 28.25.13.113 28.25.13.114 28.25.13.115 28.25.13.119 27.51.21.129	8418000000	Маркировка Время Ток утечки Объем Температура Угол Сила Количество циклов Функциональные хар-ки: Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия	- 0…99999 с. 0…1.5 мА 0,5 л. 0…300^0 С 0…180^0 0…250 Н 100 000 раз 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН

1	2	3	4	5	6	7
					Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 Мпа
121	ГОСТ IEC 62552 Пункты: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Прил. D	Холодильное оборудование Холодильники, морозильники и устройства для производства льда Мороженицы со встроенными мотор-компрессорами	27.51 28.25.13.110 28.25.13.111 28.25.13.112 28.25.13.113 28.25.13.114 28.25.13.115 28.25.13.119 27.51.21.129	8418000000	Маркировка Расстояние Температура Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…1000 мм -20…300^0 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
122	ГОСТ IEC 60335-2-25 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. АА, Прил. ВВ,	Микроволновые печи	27.51.27.000	8516500000	Маркировка Расстояние Время Объем Испытательное напряжение Количество циклов	- 0…1000 мм. 0…99999 с 0…10 л. 0…1250 В 50 000 циклов

1	2	3	4	5	6	7
					Угол Вес Сила Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	$0...180^0$ 0…10 кг. 0…140 Н 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм $0...360^0$ $0-1300^0$ С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
123	ГОСТ МЭК 60335-2-26 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Часы электрические	26.52.11.120 26.52.11.130 26.52.12.120 26.52.12.130 26.52.14.000	9105000000	Маркировка Энергия удара Расстояние Время Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции	- 0.20 Дж 0…1000 мм. 0…99999 с 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
124	ГОСТ IEC 60335-2-27 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. R, Прил. AA,	Приборы инфракрасного и ультрафиолетового излучения для ухода за кожей	26.60.13.120	8516000000	Маркировка Время Энергия Вес Угол Усилие Температура Количество изгибов Расстояние Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол	- 0…99999 с. 0…1 Дж 2.5 кг. 0…90 ^{0} 150 Н 0…800^0 50 000 циклов 0…1000 мм 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0}

1	2	3	4	5	6	7
					Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 Мпа
125	ГОСТ IEC 60335-2-28 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Машины швейные, вязальные бытовые	28.94.4 28.94.40.000	8452100000	Маркировка Время Расстояние Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов	- 0…99999 с. 0…1000 мм. 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов

1	2	3	4	5	6	7
					Энергия удара Крутящий момент Давление	0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
126	ГОСТ IEC 60335-2-29 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Прил. А, Прил. АА	Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	8504405500	Маркировка Время Расстояние Энергия удара Испытательное напряжение Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…99999 с. 0…1000 мм. 1±0,05 Дж 0…2500 В 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
127	ГОСТ IEC 60335-2-30 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Обогреватели комнатные	27.51.26.110	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Объем Сила Масса	- 0…99999 с. 0…1000 мм 0…300 ^{0} 20 л. 5±0,1 Н 0…5 кг

1	2	3	4	5	6	7
					Количество циклов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	100 000 циклов 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
128	ГОСТ IEC 60335-2-31 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Воздухоочистители для кухонь	27.51.21.119	8414000000	Маркировка Время Расстояние Сила Температура Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции	- 0…99999 с. 0…1000 мм 0…100 Н 0…550 ^{0} С 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм;

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
129	ГОСТ IEC 60335-2-32 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Массажные приборы	27.51.21.190	9019100000	Маркировка Время Расстояние Температура Ток утечки Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	- 0…99999 с. 0…1000 мм 0…50 ^{0} С 0…0.75 мА 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98%

1	2	3	4	5	6	7
					Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
130	ГОСТ IEC 60335-2-34 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. C, Прил. AA, Прил. CC, Прил. DD	Мотор-компрессоры	28.13.23.000	8414300000	Маркировка Время Расстояние Температура Давление Количество циклов Испытательное напряжение Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент	- 0…99999 с. 0…1000 мм 0…300 ^{0}C 0…45 Мпа 0…100 000 циклов 0…1500 В 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} C 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м

1	2	3	4	5	6	7
					Давление	0…30 МПа
131	ГОСТ IEC 60335-2-35 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Прил. R	Водонагреватели проточные	27.51.25.110	8516101100	Маркировка Время Расстояние Ток Утечки Температура Давление Количество циклов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…99999 с. 0…1000 мм 0…2,75 мА. 0…300 ^{0} С 0…2 Мпа 50 000 циклов 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70 до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
132	ГОСТ IEC 60335-2-41 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Насосы для жидкостей	27.51.21.119	8413000000	Маркировка Время Расстояние Температура Энергия Количество циклов	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…35 ^{0} С 0…1 Дж 0…50 000 циклов

1	2	3	4	5	6	7
					Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
133	ГОСТ IEC 60335-2-43 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	27.51.24.190	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Объем Сила Масса Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…180 ^{0} С 3 л. 0…70 Н 0…23 кг. 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА.

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
134	ГОСТ IEC 60335-2-44 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. R	Гладильные машины	27.51.24.190	8451300000	Маркировка Время Расстояние Температура Сила Давление Количество циклов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…150 ^{0} С 0…90 Н 0…200 кПа 100 000 циклов 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	 минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
135	ГОСТ IEC 60335-2-45 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Переносные электронагревательные инструменты	27.90.31.110 27.51.24.190	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Сила Масса Количество циклов Крутящий момент Испытательное напряжение Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного	- 0…9999999 с. 0…6000 мм 0…600 ^{0} С 0…70 Н 0…10 кг. 0…50 000 циклов 0…2 Н*М 0…2500 В 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
136	ГОСТ IEC 60335-2-47 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. N	Электрические варочные котлы	28.95.11.000	8516	Маркировка Время Расстояние Ток утечки Степень защиты Объем Усилие Количество циклов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…10 мА IPX0-IPX4 0…10 л. 0…340 Н 0…50 000 циклов 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа

1	2	3	4	5	6	7
137	ГОСТ Р 52161.2.49 (МЭК 60335-2-49) Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. N	Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания	27.51.24 27.51.28	8516	Маркировка Время Расстояние Ток утечки Количество изгибов Температура Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…9999999 с. 0…6000 мм 0…10мА 0…10 000 раз 0…650 ^{0} С 550В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
138	ГОСТ IEC 60335-2-51 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Стационарные циркулярные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	27.51.21.119	8413000000	Маркировка Время Расстояние Количество циклов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность:	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…1000 циклов 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
139	ГОСТ IEC 60335-2-52 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Приборы для гигиены рта	27.51.21.190	8509000000	Маркировка Время Расстояние Степень защиты Ток утечки Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура	- 0…9999999 с. 0…1000 мм IPX0-IPX7 0…0,5 мА 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
140	ГОСТ IEC 60335-2-54 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкости, пара	27.51.21.110	8509000000	Маркировка Время Расстояние Температура Испытательное напряжение Количество циклов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…80 ^{0} С 0…3000 В 0…1000 циклов 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет)

1	2	3	4	5	6	7
					Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
141	ГОСТ IEC 60335-2-55 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Приборы для аквариумов и садовых водоемов	27.51.21.190	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Энергия удара Ток утечки Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…50 ^{0} С 0,2 Дж 0…3 мА 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
142	ГОСТ IEC 60335-2-56 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Проекторы, фотоувеличители	26.70.16.190	9008000000	Маркировка Время Расстояние Температура Количество падений	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…120 ^{0} С 0…100 раз

1	2	3	4	5	6	7
					Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
143	ГОСТ IEC 60335-2-59 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Приборы для уничтожения насекомых	27.51	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Угол Сила Скорость Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…60 0 С 0…90 0 10±0,5 Н 20 мм/с. 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА.

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
144	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Гидромассажные и вихревые ванны	27.51.21.190	9019109001	Маркировка Время Расстояние Температура Энергия удара Угол Усилие Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы	- 0…9999999 с. 0…1000 мм -10…55 ^{0}С 1 Дж 0…40 ^{0} С 20 Н 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	 минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
145	ГОСТ МЭК 60335-2-60 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Гидромассажные и вихревые ванны	27.51.21.190	9019109001	Маркировка Время Расстояние Температура Энергия удара Угол Усилие Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость	- 0…9999999 с. 0…1000 мм -10…55 ^{0} С 1 Дж 0…40 ^{0} С 20 Н 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет)

1	2	3	4	5	6	7
					Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
146	ГОСТ IEC 60335-2-61 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Аккумуляционные комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516210000	Маркировка Время Расстояние Температура Сила Масса Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…180 ^{0} С 0…200 Н 80 кг 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
147	ГОСТ IEC 60335-2-65 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Приборы для очистки воздуха	27.51.21.119	8421000000	Маркировка Время Расстояние Количество циклов Рабочее напряжение	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…1000 циклов 50В- 2000В переменного

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
148	ГОСТ IEC 60335-2-71 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных	28.30.84	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Энергия удара Сила Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0… 850 ^{0} С 0…5 Дж 0…20 Н 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм.

1	2	3	4	5	6	7
					Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
149	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК60335-2-73) Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Закрепляемые погружные нагреватели	27.51.25.120	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Угол Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…98 ^{0} С 0…180 ^{0} 50В- 2000В (50В- 2000В переменного тока и 75В- 1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98%

1	2	3	4	5	6	7
					Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
150	ГОСТ IEC 60335-2-74 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Переносные погружные нагреватели	27.51.25.120	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…9999999 с. 0…1000 мм 0…250 ^{0} С 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
151	ГОСТ IEC 60335-2-76 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8471000000 8504000000	Маркировка Время Расстояние	- 0…9999999 с. 0…1500 мм

1	2	3	4	5	6	7
	27, 28, 29, 30, 31, 32Прил. В, Прил. ВВ				Испытательное напряжение Температура Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…10 000 В -13 ^{0}…650 ^{0} С 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
152	ГОСТ IEC 60335-2-78 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Уличные барбекю	27.51.24.190	8516607000	Маркировка Время Расстояние Энергия удара Угол Сила Скорость Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции	- 0…9999999 с. 0…1500 мм 0,70 Дж 40 ^{0} 10 Н 20 мм/с 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и

1	2	3	4	5	6	7
						0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…3000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	- 70 ° С до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н
					Механическая прочность:	13±1 кН
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…12 н*м
					Давление	0…30 МПа
153	ГОСТ IEC 60335-2-80 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Вентиляторы	27.51.21.119	8414510000	Маркировка	-
					Время	0…9999999 с.
					Расстояние	0…1500 мм
					Температура	0…100 ^{0} С
					Сила	40 Н
					Крутящий момент	1 Н*м
					Количество колебаний	100 000 циклов
					Рабочее напряжение	50В- 2000В переменного
					Номинальное напряжение	тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…3000 мм
					Угол	0…360 ^{0}

1	2	3	4	5	6	7
					Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
154	ГОСТ IEC 60335-2-84 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Туалеты	27.51.21.190	8516000000	Маркировка Время Расстояние Температура Ток утечки Сила Количество циклов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного	- 0…9999999 с. 0…1500 мм 0…120 ^{0} С 0…0,25 мА 0…1500 Н 50 000 циклов 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
155	ГОСТ IEC 60335-2-85 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Отпариватели для одежды	27.51	8516000000	Маркировка Время Расстояние Ток утечки Количество изгибов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…9999999 с. 0…1500 мм 0…0.25 мА 0…50 000 раз 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
156	ГОСТ IEC 60335-2-88 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,	Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции	27.51.21.190	8415000000	Маркировка Время Расстояние	- 0…9999999 с. 0…1500 мм

1	2	3	4	5	6	7
	27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. АА, Прил. ВВ				Ток утечки Угол Сила Скорость Температура Давление Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…10 мА 0…40 ^{0} 10±0.5 Н 20 мм/с 0…210 ^{0} 0…3,5 Мпа 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
157	ГОСТ IEC 60335-2-96 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Обогреватели комнатные гибкие листовые	27.51.26.110	8516000000	Маркировка Расстояние Время Температура Количество циклов Относительная влажность Сила Рабочее напряжение Номинальное напряжение	- 0…2000 мм. 0…99999 с. 0…85 ^{0} С 2000 циклов 20…90% 0…600 Н 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В

1	2	3	4	5	6	7
						постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…3000 мм
					Угол	0…360 ^{0}
					Термическая безопасность:	
					Температура	0-1300 ^{0} С
					Временные интервалы	0 - 999999 с
					Стойкость к ВВФ:	
					Температура	минус 70°С до плюс 170 ° С
					Влажность	25% - 98%
					Износостойкость	
					Усилие испытательного воздействия	0…1700 Н
					Механическая прочность:	13±1 кН
					Трекингостойкость	0- 600 В (Да\Нет)
					Количество циклов	0…999999 циклов
					Энергия удара	0…2 Дж
					Крутящий момент	0…12 н*м
					Давление	0…30 МПа
158	ГОСТ IEC 60335-2-97 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Прил. С	Приводы для ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования	27.51	8509000000	Маркировка	-
					Расстояние	0…2000 мм.
					Время	0…99999 с.
					Скорость	0…150 мм/с
					Сила	0…250 Н
					Рабочее напряжение	50В- 2000В переменного
					Номинальное напряжение	тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Номинальный ток	0-20А на фазу.
					Электробезопасность:	Испытательное воздействие
					Напряжение пробоя изоляции	0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока.
					Ток утечки	0-15мА.
					Сопротивление изоляции	0-300 мОм;
					Сопротивление заземления	0,1мОм- 600мОм.
					Размеры зазоров	0т 0 до 300 мм
					Линейные размеры	0…3000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
159	ГОСТ IEC 60335-2-98 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Увлажнители воздуха	27.51.21.190	8479600000	Маркировка Расстояние Время Ток утечки Угол Давление Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного	- 0…2000 мм. 0…99999 с. 0…0,25 мА 0…5 ^{0} 1,2 МПа 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н

1	2	3	4	5	6	7
					воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
160	ГОСТ IEC 60335-2-101 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Испарители	28.25.30.110	8516000000	Маркировка Расстояние Время Температура Количество падений Количество оборотов Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	- 0…2000 мм. 0…99999 с. 0…110 ^{0} С 0…100 раз 0…100 раз 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
161	ГОСТ IEC 60335-2-102 Пункты: 4,5,6,7,8,10, 11, 13, 14, 15,	Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и	27.51	8516000000	Маркировка Расстояние	- 0…2000 мм.

1	2	3	4	5	6	7
	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	твердом топливе			Время Усилие Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление	0…99999 с 5 Н 50В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа
162	ГОСТ 14254 (IEC60529) Раздел 5,6,7,8, 11, 12, 13, 14, Приложение А	Виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды.	-	-	Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Визуальный контроль. Степени защиты: - от доступа к опасным частям; - от внешних твердых предметов; - от проникновения воды.	 Защищено удовлетворительно/ не удовлетворительно IP 0X - IP 8X IP X0 - IP X6

1	2	3	4	5	6	7
163	ГОСТ 2933 Разделы 1-11, Приложение 1, 2.	Аппараты на переменное напряжение до 1000 В и постоянное напряжение до 1200 В (далее - аппараты): автоматические и неавтоматические выключатели, разъединители, контакторы, магнитные пускатели, реле, контроллеры, предохранители, резисторы, реостаты и другие аппараты	-	-	Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Освещенность. Усилие. Параметры срабатывания. Электрическая прочность изоляции. Сопротивление изоляции. Нагревание аппарата. Электрическое сопротивление. Падение напряжения. Потребляемая мощность Степень защиты Коммутационная способность аппарата. Стойкость при сквозных токах. Механическая и коммутационная износостойкость.	Не ниже значений, указанных в стандартах на конкретные виды аппаратов.
164	ГОСТ Р МЭК 60695-1-1 Раздел 5	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	27.90 27.90.1	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Огнестойкость. Горение: - воспламеняемость; - зажигаемость; - скорость распространения пламени.	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
165	ГОСТ Р МЭК 60695-2-10 Раздел 4- 8.	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	27.90 27.90.1	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.

1	2	3	4	5	6	7
					условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Освещенность. Усилие.	
166	СТБ IEC 60695-2-10 Раздел 4- 8.	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	27.90 27.90.1	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Освещенность. Усилие.	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
167	ГОСТ IEC 60695-2-11 Раздел 4- 13, Приложение А.	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	27.90 27.90.1	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Механические или электрические параметры. Воспламеняемость.	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
168	ГОСТ IEC 60695-2-12 Раздел 4- 11.	Образцы из твердых электроизоляционных материалов или других твердых материалов		-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Индекс воспламеняемости материалов раскаленной проволокой (ИВРП).	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.

1	2	3	4	5	6	7
169	ГОСТ IEC 60695-2-13 Раздел 4-11.	Образцы из твердых электроизоляционных материалов или других твердых материалов	-	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Возгораемость. Зажигаемость. Температура зажигания при действии накаленной проволоки (ТЗНК).	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
170	ГОСТ Р 54103 Раздел 4- 11.	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, а также электроизоляционные материалы за исключением керамики	27.90 27.90.1 27.90.1	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Механические или электрические параметры. Воспламеняемость. Возгораемость. Зажигаемость. Температура зажигания при действии накаленной проволоки (ТЗНК). Индекс воспламеняемости материалов раскаленной проволокой (ИВРП).	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
171	ГОСТ IEC 60695-10-2 Разделы 3-10, Приложение А, В.	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, а также электроизоляционные материалы за исключением керамики	27.90 27.90.1 27.90.1	-	Пожарная опасность. Чрезмерный нагрев. Жаропрочность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность.	Диаметр отпечатка не превышает/ превышает 2,0 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Временные интервалы. Геометрические размеры. Горение. Тление. Воспламенение.	
172	ГОСТ IEC 60695-11-5 Раздел 5-13, Приложение А	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, а также электроизоляционные материалы или другие горючие материалы.	27.90 27.90.1 27.90.1	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Горение. Тление. Воспламенение.	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
173	СТБ IEC/TS 60695-11-4 Раздел 4, 7, Приложение А, D, E, F, G.	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, а также электроизоляционные материалы или другие горючие материалы.	27.90 27.90.1 27.90.1		Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Горение. Тление. Воспламенение.	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
174	СТБ IEC 60695-11-10 Раздел 4-9, Приложение А, В.	Образцы из твердых электроизоляционных материалов или других твердых материалов	-	-	Пожарная опасность. Общие условия испытаний, режимы и специфические условия испытаний. Визуальный контроль. Температура. Влажность. Временные интервалы. Геометрические размеры. Горизонтальное горение. Вертикальное горение.	В стандартах на конкретные виды электротехнических изделий.
175	ГОСТ 12.2.007.12 Пункты: 1, 2, 3, 5,6	Первичные элементы и первичные батареи.	27.20.11.000 27.20.23.110	8506000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение	- 1В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного

1	2	3	4	5	6	7
					Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов максимальное (пиковое) ускорение (A) продолжительность импульса (D) изменение скорости число ударов	тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0} С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс 98 м/с ^{2} (10 g) 16 мс 1 м/с 1000±10
176	ГОСТ Р МЭК 60086-1 (IEC 60086-1) Пункты: 4, 5, 6, 7, Приложение А, Приложение В, Приложение С, Приложение D, Приложение Е	Первичные элементы и первичные батареи.	27.20.11.000 27.20.23.110	8506000000	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки	- 1В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА.

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов максимальное (пиковое) ускорение (А) продолжительность импульса (D) изменение скорости число ударов	0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0} 0-1300 ^{0}С 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс 98 м/с ^{2} (10 g) 16 мс 1 м/с 1000±10
177	ГОСТ 24721 Пункты:1,2,3,4,5,6,7	Первичные элементы и первичные батареи.	27.20.23 27.20.11.000 27.20.23.110	8506	Маркировка Рабочее напряжение Номинальное напряжение Номинальный ток Электробезопасность: Напряжение пробоя изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Размеры зазоров Линейные размеры Угол	- 1В- 2000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-20А на фазу. Испытательное воздействие 0-10 кВ переменного тока и 0-10 кВ постоянного тока. 0-15мА. 0-300 мОм; 0,1мОм- 600мОм. 0т 0 до 300 мм 0…3000 мм 0…360 ^{0}

1	2	3	4	5	6	7
					Термическая безопасность: Температура Временные интервалы Стойкость к ВВФ: Температура Влажность Износостойкость Усилие испытательного воздействия Механическая прочность: Трекингостойкость Количество циклов Энергия удара Крутящий момент Давление Скорость движения иглы Масса Длительность импульсов максимальное (пиковое) ускорение (А) продолжительность импульса (D) изменение скорости число ударов	 0-1300 ^{0}C 0 - 999999 с минус 70°С до плюс 170 ° С 25% - 98% 0…1700 Н 13±1 кН 0- 600 В (Да\Нет) 0…999999 циклов 0…2 Дж 0…12 н*м 0…30 МПа 0…20(±5) мм/с 0…160 кг 10/700 мкс 1,2/50 мкс 98 м/с ^{2} (10 g) 16 мс 1 м/с 1000±10
178	ГОСТ IEC 62493 раздел 6, приложения А-Е	Оборудование светотехническое: светильники переносные общего назначения, светильники переносные детские, светильники ручные, светильники переносные для использования в саду, светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог), светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений, светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий, светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок.Арматура осветительная бытовая для ламп накаливания,	27.90.11.000	9405000000	Напряженность электрического поля и показатель F	20 КГц-10 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		Арматура осветительная бытовая для люминесцентных ламп Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные, Прожекторы общего назначения света				
179	ГОСТ EN 62479 (EN 62479) раздел 4	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая,	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.40.51.000 26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.40.42.110	8443000000 854400000 8470000000 8504400000 8471000000 8504400000 8472000000 8504400000 8476000000 8517000000 8504400000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518	Плотность потока мощности Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля	0,26-100 000 мкВт/см^2 в диапазоне часто0,3-40 ГГц 2.5-800 В/м 0,05-40 А/м

1	2	3	4	5	6	7
		теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства Микрофоны, комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами. Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую	26.40.31.190 26.40.43.110 26.30.11.150 26.40.33.110 26.40.20 26.40.20.110 26.40.33 26.40.51.000 26.20.40.110	8518210000 8518220000 8518 29 8525000000 8528000000 8504000000 8471000000 8504000000		

1	2	3	4	5	6	7
		звук или изображение Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала). Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом. Источники бесперебойного питания. Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания.				
180	ГОСТ IEC 62311 (IEC 62311) разделы 5-7	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами)	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.40.51.000 26.20.1 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.21.120 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.30.23.000 26.20.40.110	8443000000 854400000 8470000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 8517000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791	Плотность потока мощности Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля	0,26-100 000 мкВт/см^2 в диапазоне частот 0,3-40 ГГц 2.5-800 В/м 0,05-40 А/м

1	2	3	4	5	6	7
		прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства Микрофоны, комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты. Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со	26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.40.42.110 26.40.31.190 26.40.43.110 26.30.11.150 26.40.33.110 26.40.20 26.40.20.110 26.40.33 26.40.51.000 26.20.40.110	852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8525000000 8528000000 8504000000 8471000000		

1	2	3	4	5	6	7
		звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой, или часами. Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала). Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом Источники бесперебойного Питания. Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания				
181	ГОСТ IEC 62233 (IEC 62233) разделы 4-6 (п. 5.5.4, кроме Приложения С)	Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые автономные. Устройства зарядные батарей. Оборудование сварочное бытового применения. Термошкафы для хранения продуктов. Компрессоры. Приборы для сушки грибов, овощей, фруктов. Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов, Звонки электрические. Электрические сушилки для обуви. Зажигалки электрические для газовых плит. Электронагреватели трубчатые для бытовых приборов. Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины. Утюги. Центрифуги для белья. Машины посудомоечные. Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы	27.90.11.000 27.90.31.110 27.51.21.190 27.51 27.51.21.190 27.51.30.000 27.90.11.000 27.51.24.190 32.99.41.110 28.21.13.129 27.51.21.111 27.51.23.130 27.51.21.119 27.51.12.000 28.93.15.122 27.51.28 27.51.13.110 27.51.21.190	8504000000 8515000000 8516000000 8414000000 8516790000 8531000000 8516000000 8516800000 8508000000 8516400000 8421120000 8422110000 7321000000 8450000000 8510000000 8516000000 8509000000 8421120000	Магнитная индукция	От 10 до 5 000 нТл в диапазоне частот 5 Гц-400 КГц

1	2	3	4	5	6	7
		газовые - электрическая часть, жарочные шкафы электрические. Машины стиральные. Бритвы, машинки для стрижки волос. Тостеры, грили, ростеры и аналогичные приборы. Полотеры и машины для влажной чистки полов. Барабанные сушилки. Мармиты. Фритюрницы, сковороды и подобные приборы. Сепараторы для молока. Кухонные машины. Приборы для нагревания жидкостей. Измельчители пищевых отходов. Аккумуляционные комнатные обогреватели. Аккумуляционные водонагреватели. Приборы по уходу за кожей и волосами, Холодильное оборудование. Холодильники, морозильники и устройства для производства льда. Мороженицы со встроенными мотор-компрессорами. Микроволновые печи, Часы электрические. Приборы инфракрасного и ультрафиолетового излучения для ухода за кожей. Машины швейные, вязальные бытовые. Устройства зарядные батарей. Обогреватели комнатные. Воздухоочистители для кухонь. Массажные приборы. Мотор-компрессоры. Водонагреватели проточные. Кондиционеры, тепловые насосы, осушители. Насосы для жидкостей. Сушилки для одежды и перекладины для полотенец. Гладильные машины. Переносные электронагревательные инструменты. Электрические варочные котлы. Стационарные циркулярные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения. Приборы для гигиены рта. Приборы электронагревательные для саун. Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкости, пара. Приборы для	27.51.22.130 27.51.22.110 27.51.28 27.51.21.110 28.94.23.000 27.51.24.190 27.51.28 27.51.21.129 27.51.21.120 27.51.24 27.51.24.110 27.51.24.120 27.51.21.190 27.51.26.110 27.51.25.110 27.51.21.119 27.51 28.25.13.110 28.25.13.111 28.25.13.112 28.25.13.113 28.25.13.114 28.25.13.115 28.25.13.119 27.51.21.129 27.51.27.000 26.52.11.130 26.52.12.120 26.52.12.130 26.52.14.000 26.60.13.120 28.94.4 28.94.40.000 27.90.11.000 27.51.26.110 27.51.21.119 27.51.21.190 28.13.23.000 27.51.25.110 28.25.12.130 27.51.21.119 27.51.24.190 27.51.24.190	8516000000 8421110000 8509000000 8516000000 8509000000 8516210000 8516100000 8516300000 8418000000 8516500000 9105000000 8516000000 8452100000 8504405500 8516000000 8414000000 9019100000 8414300000 8516101100 8415000000 8413000000 8516000000 8451300000 8516000000 8516605900 8413000000 8509000000 8516000000 8509000000 8516000000 9008000000 9019109001 8516210000 8421000000 8467298000 8516607000 8414510000 8516000000 8516000000 8415000000 8516000000 8509000000 8479600000		

1	2	3	4	5	6	7
		аквариумов и садовых водоемов. Проекторы, фотоувеличители Приборы для уничтожения насекомых. Гидромассажные ванны. Аккумуляционные комнатные обогреватели. Приборы для очистки воздуха. Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных. Закрепляемые погружные нагреватели. Переносные погружные нагреватели. Уличные барбекю. Вентиляторы. Туалеты. Отпариватели для одежды. Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции. Обогреватели комнатные гибкие листовые. Приводы для ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования. Увлажнители воздуха. Испарители. Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и твердом топливе.	27.90.31.110 27.51.24.190 28.95.11.000 27.51.21.119 27.51.21.190 27.51 27.51.21.110 27.51.21.190 26.70.16.190 27.51.21.190 27.51.26.110 27.51.21.119 28.30.84 27.51.25.120 27.51.25.120 28.99.39.190 27.51.24.190 27.51.21.119 28.99.32.190 27.51.26.110 27.51.21.190 28.25.30.110	8516000000 8516000000		
182	ГОСТ Р 51318.20 (СИСПР 20) раздел 5	Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая	26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8504400000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729	Устойчивость: -к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями	4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В

1	2	3	4	5	6	7
				852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
183	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1), разделы 4-6, 9	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В
184	ГОСТ Р 52459.3(ЕН 301 489-3), разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В

1	2	3	4	5	6	7
185	ГОСТ Р 52459.6 (ЕН 301 489-6), разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В
186	ГОСТ Р 52459.7 (ЕН 301 489-7) разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В
187	ГОСТ Р 52459.17 (ЕН 301 489-17) разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи);	26.30.23.000	8517000000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.)

1	2	3	4	5	6	7
		их блоки питания и зарядные устройства.			импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В
188	ГОСТ Р 52459.24 (ЕН 301 489-24) разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	2-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В
189	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3), разделы 5-8	Низковольтные источники питания постоянного тока	26.20.40.110	8504400000	-эмиссия гармонических составляющих тока; -колебания напряжения и фликер; Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	22-40 гармоники Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В
190	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040- 2), разделы 6 и 7	Источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8504400000	-эмиссия гармонических составляющих тока;	2-40 гармоники

1	2	3	4	5	6	7
					-колебания напряжения и фликер; Устойчивость: -к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,5 с; 0%-5 с 0,15-80 МГц, 3, 10 В
191	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14.1), разделы 5-8	Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства	27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000	Устойчивость: --к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	4/8 КВ (конт./возд.) 0,5 КВ 1, 2 КВ 70%-1 с; 40%-0,2 с; 0%-10 мс 0,15-80 МГц, 1, 3 В

1	2	3	4	5	6	7
192	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2), разделы 3 и 36	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Устойчивость: -к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,2с ; 0%-10мс 0,15-80 МГц, 3, 10 В
193	СТБ МЭК 60601-1-2 разделы 3 и 36	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Устойчивость: -к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,2с ; 0%-10мс 0,15-80 МГц, 3, 10 В
194	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 разделы 3 и 36	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Устойчивость: -к электростатическому разряду; -к наносекундным импульсным помехам; -к микросекундным импульсным помехам; -к провалам и прерываниям напряжения электропитания; -к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями.	 4/8 КВ (конт./возд.) 0,5, 1 КВ 1, 2 КВ 70%-0,2с ; 0%-10мс 0,15-80 МГц, 3, 10 В
195	ГОСТ 30804.3.2 (IEC 61000-3-2) раздел 6	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521	Эмиссия гармонических составляющих тока для технических средств с током потребления не более 16 А и номинальным напряжением питания не менее 220 В	2-40 гармоники

1	2	3	4	5	6	7
		визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей	28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000		

1	2	3	4	5	6	7
		связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические		8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
196	ГОСТ 30804.3.3 (IEC 61000-3-3) разделы 4 и 6	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки;	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859	Колебания напряжения и фликер для технических средств с током потребления не более 16 А и номинальным напряжением питания не менее 220 В	Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65

1	2	3	4	5	6	7
		магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства.	26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120	852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719		
		Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства.	26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000	852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000		
		Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120	9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000		
		Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная;	26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51	8415200000 8414510009 8414600000 8418000000		
		Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером	27.51 26.40 28.25.13	8422000000 8422190000 8450110000		
		Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая.	27.33.13.160 28.24.11.000	8450120000 8450190000		
		Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи);	27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000		

1	2	3	4	5	6	7
		их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические		9018000000 9022000000		
197	ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2) разделы 8-10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528	Устойчивость к электростатическому разряду	2/15 КВ (конт./возд.)

1	2	3	4	5	6	7
		индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства.	26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		

1	2	3	4	5	6	7
		Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические				
198	ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4) разделы 8-10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	0,5-4 КВ, 5, 100 КГц

1	2	3	4	5	6	7
		для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки	26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		

1	2	3	4	5	6	7
		микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические.				
199	СТБ МЭК 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) разделы 8-10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8443000000 8504400000 8471000000 8504400000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	0,5-4 КВ

1	2	3	4	5	6	7
		Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические	26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
200	СТБ IEC 61000-4-6 (IEC 61000-4-6) разделы 8-10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные	28.23.21 28.99.14.190	8443000000 8504400000	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным	0,15-80 МГц, 1-10 В

1	2	3	4	5	6	7
		или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности.	26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000	8471000000 8472000000 8476000000	электромагнитными полями	
		Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства.	28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110	85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849		
		Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства.	26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120	852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719		
		Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства.	26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000	852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000		
		Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120	9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000		
		Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером	26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13	8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000		

1	2	3	4	5	6	7
		Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические	27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
201	СТБ МЭК 61000-4-11 (IEC 61000-4-11) разделы 4-6	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 8528	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	70%:0,5-1с ; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с

1	2	3	4	5	6	7
		вычислительными функциями;	26.20.40.110	852110		
		бухгалтерские машины;	26.20	852190		
		их блоки питания и зарядные	26.20.30.000	852580		
		устройства.	26.20.40.110	852849		
		Вычислительные машины и их блоки;	26.20.40.120	852859		
		магнитные или оптические	26.20.40.190	852869		
		считывающие устройства, оборудование,	26.20.17.110	851769		
		предназначенное для установки на	26.20.16	8517691000		
		открытом воздухе, оборудование с	26.20.16.140	8517692000		
		удаленным электропитанием, средства	26.20.16.120	8527		
		отображения информации	26.20.16.190	8528		
		индивидуального пользования;	26.40.51.000	852712		
		их блоки питания и зарядные	28.23.13.190	852713		
		устройства.	28.99.11.120	852719		
		Оборудование конторское (например,	26.20.40.110	852721		
		гектографические или трафаретные	26.40.51.000	852729		
		множительные аппараты, машины	28.29.43.000	852791		
		адресовальные, автоматические	26.30.11.150	852792		
		устройства для выдачи банкнот, машины	26.20.40.110	852871		
		для сортировки, подсчета или упаковки	26.40	852872		
		монет, машинки для заточки	26.40.32.110	8518		
		карандашей, перфорационные машины	26.40.33	8518210000		
		или машины для скрепления скобами)	26.40.31.110	8518220000		
		прочее; их блоки питания и зарядные	26.30.11.190	8518 29		
		устройства.	26.40.11.000	8517000000		
		Автоматы торговые (например, для	26.30.40.120	9030000000		
		продажи почтовых марок, сигарет,	26.40.51.000	8509400000		
		продовольственных товаров или	26.30.23.000	8509800000		
		напитков), включая автоматы для	26.51.43	8516000000		
		размена банкнот и монет.	26.51.42.120	8415100000		
		Аппаратура аудио-видеозаписывающая	26.30.30.000	8415200000		
		и аудио-видеовоспроизводящая,	26.51.44.000	8414510009		
		теле-радиоприемная аппаратура	26.20.40.110	8414600000		
		(устройства), в т.ч. автомобильная;	26.20.427.51	8418000000		
		Аппаратура видеозаписывающая или	27.51	8422000000		
		видеовоспроизводящая, совмещенная	28.25.13	8422190000		
		или не совмещенная с видеотюнером	27.33.13.160	8450110000		
		Аппаратура звукозаписывающая или	28.24.11.000	8450120000		
		звуковоспроизводящая.	27.90.11.000	8450190000		
		Аппараты телефонные, включая	26.60	8467000000		
		аппараты телефонные для сотовых сетей	32.50.50.000	8508110000		
		связи или других беспроводных сетей		8508190000		
		связи; прочая аппаратура для передачи		8508600000		

1	2	3	4	5	6	7
		или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические		8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
202	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) разделы 5-9	Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства	27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000	Устойчивость к электростатическому разряду Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	2/15 КВ (конт./возд.) 0,5-4 КВ, 5, 100 КГц 0,5-4 КВ 0,15-80 МГц, 1-10 В

1	2	3	4	5	6	7
				8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000		70%:0,5-1с ; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с
203	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) разделы 4, 5, 7, 8	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	Устойчивость к электростатическому разряду Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	2/15 КВ (конт./возд.) 0,5-4 КВ, 5, 100 КГц 0,5-4 КВ 0,15-80 МГц, 1-10 В 50 Гц, 1-16 А/м 70%:0,5-1с ; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с

1	2	3	4	5	6	7
204	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2), разделы 4, 5, 7, 8	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	Устойчивость к электростатическому разряду Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	2/15 КВ (конт./возд.) 0,5-4 КВ, 5, 100 КГц 0,5-4 КВ 0,15-80 МГц, 1-10 В 70%:0,5-1с ; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с
205	ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3), разделы 4, 6-9	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110	Эмиссия гармонических составляющих тока для технических средств с током потребления не более 16 А и номинальным напряжением питания не	2-40 гармоники

1	2	3	4	5	6	7
			26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	менее 220 В; Колебания напряжения и фликер для технических средств с током потребления не более 16 А и номинальным напряжением питания не менее 220 В	 Dmax=4%, Dc, Dt=3,3%, Pst=1, Plt=0,65
206	ГОСТ CISPR 24 разделы 4, 6, 7	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000	Устойчивость к электростатическому разряду Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	2/15 КВ (конт./возд.) 0,5-4 КВ, 5, 100 КГц 0,5-4 КВ 0,15-80 МГц, 1-10 В 70%:0,5-1с; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с

1	2	3	4	5	6	7
		удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000			
207	ГОСТ IEC 61547 разделы 4-8	Оборудование светотехническое	27.90.11.000	9405000000	Устойчивость к электростатическому разряду Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	2/15 КВ (конт./возд.) 0,5-4 КВ, 5, 100 КГц 0,5-4 КВ 0,15-80 МГц, 1-10 В 70%:0,5-1с ; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с
208	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) разделы 5-8	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения		9030000000 8504400000	Устойчивость к электростатическому разряду Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к микросекундным импульсным помехам Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным	2/15 КВ (конт./возд.) 0,5-4 КВ, 5, 100 КГц 0,5-4 КВ 0,15-80 МГц, 1-10 В

1	2	3	4	5	6	7
					электромагнитными полями Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания	70%:0,5-1с ; 40%:0,2с; 0%:0,01-5с

Раздел 2. 249192, Калужская обл., г. Жуков, ул. Сосновая д. 3 Лабораторный корпус 16, помещения 1, 2, 3, 5, БЭК, 13, 14

№ п-п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 30805.22 (CISPR 22) разделы 7-11	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех.	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-6000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	28.29.43.000			
2	СТБ EN 55022 (EN 55022) разделы 7-11	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовательные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех.	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-6000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000			
3	ГОСТ 30805.13 (CISPR 13), разделы 5 и 6	Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая	26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8504400000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-6000 МГц 80-1000 МГц, 3, 10 В/м
4	ГОСТ Р 51318.20 (СИСПР 20) раздел 5	Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая,	26.30.11.150 26.20.40.110	8504400000 85190	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных	20-100 дБмкВ в диапазоне

1	2	3	4	5	6	7
		теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая	26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-6000 МГц 80-1000 МГц, 3, 10 В/м
5	ГОСТ 32134.1 (ЕН 301 489-1), разделы 4-6, 9	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
6	ГОСТ Р 52459.3(ЕН 301 489-3), разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех;	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот

1	2	3	4	5	6	7
		коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.			Устойчивость: -к электромагнитному полю;	30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
7	ГОСТ Р 52459.6 (ЕН 301 489-6), разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
8	ГОСТ Р 52459.7 (ЕН 301 489-7) разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
9	ГОСТ Р 52459.17 (ЕН 301 489-17) разделы 4-6	Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
10	ГОСТ Р 52459.24 (ЕН 301 489-24)	Аппараты телефонные, включая	26.30.23.000	8517000000	Уровень радиопомех:	

1	2	3	4	5	6	7
	разделы 4-6	аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства.			-напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-27000 МГц, 3, 10 В/м
11	СТБ EN 55011 (EN 55011) разделы 7-10 и 12	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства.	26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000	9030000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц
12	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3), разделы 5-8	Низковольтные источники питания постоянного тока	26.20.40.110	8504400000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-1000 МГц, 3, 10 В/м
13	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040- 2), разделы 6 и 7	Источники бесперебойного питания	26.20.40.110	8504400000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-1000 МГц, 3, 10 В/м 1, 2 КВ
14	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14.1), разделы 5-8	Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях;	27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства		8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000	-мощность радиопомех. Устойчивость: -к электромагнитному полю;	10-100 дБпВт в диапазоне частот 30-300 МГц 80-1000 МГц, 3 В/м
15	СТБ ЕН 55015 разделы 6-1	Оборудование светотехническое	27.90.11.000	9405000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех.	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,009-30 МГц 10-100 дБмкА/м в диапазоне частот 0,009-30 МГц
16	ГОСТ 30324.1.2 (IEC 60601-1-2), разделы 3 и 36	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-2700 МГц, 1-10 В/м
17	СТБ МЭК 60601-1-2 разделы 3 и 36	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-2700 МГц, 1-10 В/м
18	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 разделы 3 и 36	Изделия медицинские электрические	26.60 32.50.50.000	9018000000 9022000000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость: -к электромагнитному полю;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-2700 МГц, 1-10 В/м
19	СТБ IEC 61000-4-3 (IEC 61000-4-3) разделы 8-10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000	8443000000 8504400000 8471000000	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
		и зарядные устройства, части и принадлежности.	26.20.40.110 26.40.51.000	8472000000 8476000000		
		Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства.	28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110	85190 8521 8528 852110 852190 852580 852849		
		Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000	852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000		
		Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая.	26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13	8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000		
		Аппараты телефонные, включая	27.33.13.160	8450120000		

1	2	3	4	5	6	7
		аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические.	28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
20	ГОСТ IEC 61000-4-8 разделы 8-10	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.20.40.110 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 8504400000 85190 8521 8528 852110 852190	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	50 Гц, 1-16 А/м

1	2	3	4	5	6	7
		устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет. Аппаратура аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая, теле-радиоприемная аппаратура (устройства), в т.ч. автомобильная; Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая. Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи); их блоки питания и зарядные	26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000 26.30.23.000 26.51.43 26.51.42.120 26.30.30.000 26.51.44.000 26.20.40.110 26.20.427.51 27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000 27.90.11.000 26.60 32.50.50.000	852580 852849 852859 852869 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 852871 852872 8518 8518210000 8518220000 8518 29 8517000000 9030000000 8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000		

1	2	3	4	5	6	7
		устройства. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения; их блоки питания и зарядные устройства. Низковольтные источники питания постоянного тока. Источники бесперебойного питания. Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование светотехническое. Изделия медицинские электрические		8510300000 9019101000 9405000000 9018000000 9022000000		
21	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) разделы 5-9	Электрические приборы и аппараты, в том числе: для приготовления и хранения пищи, механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические и для массажа; машины ручные электрические и электроинструменты; их блоки питания и зарядные устройства	27.51 26.40 28.25.13 27.33.13.160 28.24.11.000	8509400000 8509800000 8516000000 8415100000 8415200000 8414510009 8414600000 8418000000 8422000000 8422190000 8450110000 8450120000 8450190000 8467000000 8508110000 8508190000 8508600000 8510100000 8510200000 8510300000	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
				9019101000		
22	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) разделы 4, 5, 7, 8	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20 26.20.30.000 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.20.40.110 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120 26.40.51.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м 0
23	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2), разделы 4, 5, 7, 8	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
			26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120	852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
24	ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3), разделы 4, 6-9	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.40.51.000 28.29.43.000	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
			26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120	852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29		
25	ГОСТ 30804.6.4 (IEC 61000-6-4), разделы 4, 6-9	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	28.23.21 28.99.14.190 26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20.40.110 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.40.51.000 28.29.43.000 26.30.11.150 26.20.40.110 26.40 26.40.32.110 26.40.33 26.40.31.110 26.30.11.190 26.40.11.000 26.30.40.120	8443000000 8504400000 8471000000 8472000000 8476000000 8504400000 85190 8521 852110 852190 852580 852849 852859 852869 852871 852872 851769 8517691000 8517692000 8527 8528 852712 852713 852719 852721 852729 852791 852792 8518 8518210000 8518220000 8518 29	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех;	20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц
26	ГОСТ CISPR 24 разделы 4, 6, 7	Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные	28.23.21 28.99.14.190	8443000000 8504400000	Устойчивость к	80-3200 МГц, 1-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
		или необъединенные; их блоки питания и зарядные устройства, части и принадлежности. Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины; их блоки питания и зарядные устройства. Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе, оборудование с удаленным электропитанием, средства отображения информации индивидуального пользования; их блоки питания и зарядные устройства. Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее; их блоки питания и зарядные устройства. Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет.	26.30.23.000 26.40.51.000 28.23.13 28.23.13.140 28.23.13.120 26.20 26.20.30.000 26.20.40.110 26.20.40.120 26.20.40.190 26.20.17.110 26.20.16 26.20.16.140 26.20.16.120 26.20.16.190 26.40.51.000 28.23.13.190 28.99.11.120 26.40.51.000 28.29.43.000	8471000000 8472000000 8476000000	электромагнитному полю Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	 50 Гц, 1-16 А/м
27	ГОСТ IEC 61547 разделы 4-8	Оборудование светотехническое	27.90.11.000	9405000000	Устойчивость к электромагнитному полю	80-3200 МГц, 1-10 В/м
28	ГОСТ Р 51522.1 (МЭК 61326-1) разделы 5-8	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения		9030000000 8504400000	Уровень радиопомех: -напряжение кондуктивных радиопомех; -напряженность поля радиопомех; Устойчивость к электромагнитному полю	 20-100 дБмкВ в диапазоне частот: 0,15-30 МГц 10-100 дБмкВ/м в диапазоне частот 30-1000 МГц 80-3200 МГц, 1-10 В/м

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	50 Гц, 1-16 А/м

Генеральный директор
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А. А. Елистратов
инициалы, фамилия

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью
174 листов

Федеральная служба по аккредитации * Управление аккредитации * ОГРН 5117746026756 *

Руководитель экспертной группы **/ Желудько С.П. /**

Технический эксперт **/ Пендюрин А.Д./**

Е. Б. Новоселыцева