Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.

_____ КАЛАГОВ К.Э.
подпись инициалы, фамилия

06 ИЮН 2018

Приложение №2
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.513146
от «____» _____ 2018 г.
на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Химико-аналитическая лаборатория Линейной производственно-диспетчерской станции «Юргамыш» Акционерного Общества «Транснефть - Урал» Курганского нефтепроводного управления (филиал)
наименование испытательной лаборатории (центра)

641210, Российская Федерация, Курганская область, Юргамышский район, п. Новый Мир
адрес места осуществления деятельности

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГОСТ 6356 | Топливо дизельное | 19.20.21.300<br>19.20.21.310<br>19.20.21.312<br>19.20.21.313<br>19.20.21.314<br>19.20.21.315<br>19.20.21.320<br>19.20.21.322<br>19.20.21.323<br>19.20.21.324<br>19.20.21.325<br>19.20.21.340<br>19.20.21.342<br>19.20.21.343<br>19.20.21.344<br>19.20.21.345 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0 | Температура вспышки в закрытом тигле | (30 - 85) °С |
| 2 | ГОСТ 25950 | | | | Удельная электрическая проводимость | (10 - 1000) пСм/м |
| 3 | ГОСТ ISO 6297 | | | | | |
| 4 | ГОСТ Р EN 12916 | | | | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | (0 - 12) % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ГОСТ EN 12916 | Топливо дизельное | 19.20.21.300<br>19.20.21.310<br>19.20.21.312<br>19.20.21.313<br>19.20.21.314<br>19.20.21.315 | 2710 19 421 0<br>2710 19 422 0<br>2710 19 424 0<br>2710 19 425 0 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | (0 - 12) % |
| 6 | МН 573 Плотность дизельного топлива. Методика измерений ареометром в блоке измерений показателей качества при проведении контроля метрологических характеристик поточных преобразователей плотности с применением СИКН №925 на ПСП «Юргамыш» Восточного производственного отделения филиала АО «Транснефть-Урал» ФР.1.31.2016.23267 | | 19.20.21.320<br>19.20.21.322<br>19.20.21.323<br>19.20.21.324<br>19.20.21.325<br>19.20.21.340<br>19.20.21.342<br>19.20.21.343<br>19.20.21.344<br>19.20.21.345 | | Плотность | (680,0 – 950,0) кг/м$^3$ |

Заместитель генерального директора
по товарно-транспортным операциям
АО «Транснефть - Урал»
(доверенность № 3-1308 от 26.12.2017г)

должность уполномоченного лица

М. П.

подпись уполномоченного лица

А.В. Багров

инициалы и фамилия уполномоченного лица

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 2 (два) листа

Табунков Д.М.