

РДА

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
М.П. КАЛАГОВ К.Э.

Подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.21ТА01

21 ИЮН 2013

от « 20 » г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория нефтепродуктов

Акционерное общество «Гранснефть – Верхняя Волга» (филиал акционерного общества «Гранснефть – Верхняя Волга» Горьковское районное нефтепроводное управление)

Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, в районе с. Большое Мокрое,
«Здание лаборатории испытательной. Староликеево – 4»

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ ISO 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Смазывающая способность	(300-600) мкм

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р ИСО 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Смазывающая способность	(300-600) мкм
3	ГОСТ EN 12916	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1-8) % масс.
4	ГОСТ Р EN 12916	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1-8) % масс.
5	ГОСТ EN 13016-1	Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(9,0-150,0) кПа
6	ГОСТ Р EN 13016-1	Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Давление насыщенных паров	(9,0-150,0) кПа
7	ГОСТ 32514 (метод А)	Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Концентрация железа	(0,01-0,10) г/дм ³ (10-100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ EN 12177	Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля бензола	(0,05-3,00) % об.
9	ГОСТ Р EN 12177	Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0	Объемная доля бензола	(0,05-3,00) % об.
10	ГОСТ 2177 (метод А)	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Фракционный состав	(0-100) %
		Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		(0-100) %
11	ГОСТ Р EN ISO 3405	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Фракционный состав	(0-100) %
12	ГОСТ ISO 3405	Топливо дизельное	19.20.21.315 19.20.21.345	2710 19 421 0 2710 19 424 0	Фракционный состав	(0-100) %
		Бензин неэтилированный	19.20.21.115 19.20.21.125 19.20.21.135 19.20.21.145	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0		(0-100) %

Генеральный директор
АО «Транснефть – Верхняя Волга»



Ю. Л. Левин