



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
ОТ «6» сентября 2020г.
№ 1741-580

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Р.А. Р.А. Р.А. Р.А. Р.А.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО-ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области» (филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области» в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе))

наименование испытательной лаборатории (центра)

456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25

адрес места осуществления деятельности

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испыта- ний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 18321-73 п.1.1-1.4, 2.1.3, п. 3.4, п. 4 (за исключе- нием п 4.3.1, п.4.3.2)	Штучная пищевая продукция, сырье	-	-	Отбор проб	-
2.	ГОСТ Р 58340 п. 5, п. 6	Молоко и молочная продукция, находя- щаяся в реализации в торговой сети (на торговой полке)	-	-	Отбор проб	-
3.	ГОСТ 32751 п. 5, п. 6, п. 7	Кондитерская про- дукция	-	-	Отбор проб	-
4.	ГОСТ 4288 п. 2.1	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	-	-	Отбор проб	-
5.	ГОСТ Р 54607.1 раздел 4	Кулинарная продук- ция	-	-	Отбор проб	-
6.	ГОСТ Р ИСО 707 п. 14.3.1, п. 16.3.1	Молоко и молочная продукция (сыр, мас- ло)	-	-	Отбор проб	-
7.	МУК 2.6.1.1194 п. 4.1, 4.2, п. 4.3, п. 4.4	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
8.	ФР.31.2015.20309 МУ 4.1.001-15 п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3	Дезинфицирующие средства	-	-	Отбор проб	-
9.	ГОСТ 26929 п. 3	Сырье и продукты пищевые	10.12 10.41 10.51 10.71	-	Подготовка проб	-
10.	ГОСТ 7636 п. 4.5.6	Мучные изделия с на- чинками из рыбы или рыбных фаршей и дру- гих морепродуктов (полуфабрикаты, ку- линарные изделия)	03.11	-	Массовая доля фарша к массе изделия	(5 - 70) %
11.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пи- щевые	03.11 10.12 10.41 10.51 10.71	-	Массовая доля фосфора	(3-500) мг/100 г (7 - 100) мг/100 г
12.	ГОСТ 32951 п. 7.13	Полуфабрикаты мяс- ные и мясосодержа- щие фаршированные	10.13 10.13.14.160	1601	Массовая доля составных частей (на- чинки или покрытия)	(5 - 70) %
13.	ГОСТ Р 58144 п. 8.12	Вода дистиллирован- ная	20.13.52.120	-	Вещества, восстанавливающие марган- цевокислый калий	Отсутствие розовой окра- ски/ присутствие розовой окраски
	п. 8.14				pH	(1 - 14) ед. pH
	п. 8.15				Удельная электрическая проводимость при 20 °С	(0,0001 - 10) См/м
					Удельная электрическая проводимость при 25 °С	(0,0001 - 10) См/м
14.	ФР.1.31.2018.29769 ПНД Ф 14.1.2:4.113-97	Вода питьевая, вода природная поверхно- стная, вода сточная (производственная, очи- щенная, талая, ливне- вая, хозяйственно- бытовая, хлорная вода)	36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация общего хлора (остаточного активного хлора)	(0,05 - 1000) мг/дм ³
15.	ФР.1.31.2017.28560	Дезинфицирующие	20.13.63	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	МУ № 4.1.004-17	средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы)			Массовая доля пероксида водорода	(0,005 – 60) %
16.	ФР.1.31.2017.27504 МУ № 4.1.005-17	Дезинфицирующие средства (сухие препараты, рабочие растворы)	20.20.14.000	-	Отбор проб	-
					Массовая доля активного хлора	(0,005 – 75) %
17.	МР МЗ РСФСР от 03.06.1986 г. п. 2 п. 3, п. 5	Воздушная среда, смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. с рук персонала; клинический (биологический) материал	-	-	Отбор проб	-
					Грамотрицательные потенциально-патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae и группы неферментирующих бактерий	обнаружено/не обнаружено
18.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 глава 4 п. 21.1-21.3, п.22 п. 26.1	Рыба и рыбная продукция	03.11.2-03.11.4 03.21.2 10.20	0301-0308 1604	Отбор проб	-
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Жизнеспособность личинок	жизнеспособные/ нежизнеспособные
19.	Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. Руководство по эксплуатации МГФК.410000.001 РЭ	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля: Напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м
20.	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕМЕТР-АТ-003». Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.08.04 РЭ	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля: Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 45 Гц до 55 Гц Плотность магнитного потока в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц Плотность магнитного потока в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м (5 – 1000) В/м 62,5 нТл – 5 мкТл (5 – 500) нТл

1	2	3	4	5	6	7
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот от 45 Гц до 55 Гц	62,5 нГл – 10 мкГл
21.	Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002. Руководство по эксплуатации МГФК.411173.004 РЭ	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля: Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц Плотность магнитного потока в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц Плотность магнитного потока в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц	(8 – 100) В/м (0,8 – 10) В/м (0,08 – 1) мкГл (8 – 100) нГл
22.	Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты «ВЕ-50». Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.07 РЭ	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля: Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	50 В/м – 50 кВ/м 10 мкГл – 5,0 мГл
23.	Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ	Рабочие места, жилые и общественные здания, селитебная территория	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Уровни звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне октавных полос со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц, в диапазоне третьоктавных полос со среднегеометрическими частотами от 25 до 10000 Гц Инфразвук: Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц Эквивалентный общий уровень инфразвука Максимальный общий уровень инфразвука Ультразвук воздушный: Эквивалентные уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц	(20 – 140) дБА (20 – 140) дБА (20 – 140) дБ (30 – 140) дБЗ (30 – 140) дБЗ (30 – 140) дБЗ (30 – 150) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Вибрация общая: Среднеквадратичные значения (логарифмические уровни) виброускорения в октавных-полосах частот со среднегеометрическими частотами от 1 до 63 Гц	(63 – 170) дБ
					Эквивалентные скорректированные значения (логарифмические уровни) виброускорения	(63 – 170) дБ
					Локальная вибрация: Среднеквадратичное значение (логарифмический уровень) виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 8 до 1000 Гц	(60 – 170) дБ
					Эквивалентные скорректированные значения (логарифмические уровни) виброускорения	(60 – 170) дБ
24.	Шумомер интегрирующий-виброметр ШИИ-01В. Руководство по эксплуатации МГФК.968620.110РЭ	Рабочие места, жилые и общественные здания, селитебная территория	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Уровни звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне октавных полос со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц, в диапазоне третьоктавных полос со среднегеометрическими частотами от 25 до 10000 Гц Инфразвук: Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц Эквивалентный общий уровень инфразвука Максимальный общий уровень инфразвука Вибрация общая: Среднеквадратичные значения (логарифмические уровни) виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 1 до 63 Гц	(20 – 140) дБА (20 – 140) дБА (20 – 140) дБ (35 – 140) дБZ (35 – 140) дБZ (35 – 140) дБZ (80 – 180) дБ

(80 – 180) дБ

Эквивалентные скорректированные значения (логарифмические уровни) виброускорения

Локальная вибрация:

Среднеквадратическое значение (логарифмический уровень) виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 8 до 1000 Гц

(80 – 180) дБ

Эквивалентные скорректированные значения (логарифмические уровни) виброускорения

(80 – 180) дБ

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения

(0,10 – 1000,0) мкЗв/ч

(0,1 – 700) частиц/см²·с(0,1 – 700) частиц/см²·с

(0,10 – 1000,0) мкЗв/ч

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения

(0,10 – 99,99) мкЗв/ч

(0,10 – 99,99) мкЗв/ч

(20 – 2,0·10⁴) Бк/м³

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения

Объемная активность радона (расчетно).
ЭРОА радона (расчетно).



А.П. Украинский
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Главный врач
должность уполномоченного лица

Территория жилой застройки, земельный участок, жилые, общественные и производственные здания и сооружения
Металлолом

Дозиметр-радиометр ДРБП-03. Паспорт ГКПС 14.00.00.000 ПС

25.

Территория жилой застройки, земельный участок, жилые, общественные и производственные здания и сооружения
Металлолом

Дозиметр ДБГ-06Г. Паспорт ТГБ2.805.006 ПС

26.

Территория жилой застройки, земельный участок, жилые, общественные и производственные здания и сооружения

Радиометр радона РРА-01М-03. Руководство по эксплуатации МГФК 412124.003 РЭ.

27.

Прошито, пронумеровано 6 (шесть) листов



Руководитель экспертной группы

Лебединская Е.В.

Технический эксперт

Скребнева А.Н.