

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

19 ИЮН 2019

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

от " " 2019 г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ


Испытательной лаборатории нефти Линейной производственно-диспетчерской станции «Клин» АО «Гранснефть - Дружба»
(филиал «Пензенское районное управление»)

Адрес: 433840 Ульяновская область, Николаевский район, с. Канадей

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 52247 (метод Б)	нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	(1,0 - 10,0) млн. ⁻¹ (ppm)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2.	ASTM D 4057	нефть	06.10.10.300	2709 00 900 2	Отбор проб	-

Заместитель генерального директора
по товарно-транспортным операциям
АО «Транснефть - Дружба»



В.А. Росляков