

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы доаккредитаций

инициалы, фамилия

подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU. 516360

05 НОЯ 2019

На 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

1. 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5 (Литер А-А1)
2. 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 1.
3. 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б».
4. 671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Братцев Козулиных, д.69.
5. 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.1 квартал, дом № 5.
6. 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Кирова, дом № 6.
7. 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Больничная, дом № 6.
8. 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленина, дом № 44.
9. 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Шолоховская, дом № 2.
10. 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1.
11. 671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Каландаришвили, дом № 20.

12. 671340, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, д.12.
13. 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом № 38.
14. 671703, Республика Бурятия, Северобайкальский район, г. Северобайкальск, ул. Дружбы, д. 7.
15. 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Школьная, дом № 26.
16. 671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 9.
17. 671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 14.
18. 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Партизанская, дом № 77.
19. 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, ул. Октябрьская, дом № 67а.
20. 671430, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.145.
21. 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.145а (архив)
22. 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5 (Литер В, В1, В2)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
10. 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1.						
1.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация аммиака	(0,02-5,00) мг/м³
2.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация сероводорода	(0,00 6-0,1)мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
3.	МУ №1639-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	предел обнаружения в воздухе 0,05 мг/м³ 13(расчетная)
4.	ГОСТ Р ИСО 22935.2-2011	Молоко и молочные продукты.	10.51	0401 0403-0406	Внешний вид. Запах Консистенция	Описание
5.	ГОСТ 23268.1-91	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201	Запах	
6.	ГОСТ 23268.4-91		11.07.11.112	2201	Сульфат-ион	От 2мг
	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.1	Вода для лабораторного анализа			Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	1-10 мСм/см
7.	ГОСТ Р 52501-2005 п 6.2				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO₄ (O)	Не определен
8.	ГОСТ Р 54607.4-2015 п.7.1, 7.2	Продукция общественного питания	10.85.1		Массовая доля влаги и сухих веществ	Не определен
9.	ГОСТ Р 54607.5-2015 п.7.3	Продукция общественного питания	10.85.1		Массовая доля жира	Не определен
10.	ГОСТ Р 54607.6-2015	Продукция общественного питания	10.85.1		Массовая доля сахарозы	Не определен
11.	ГОСТ Р 58144-2018п.8.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO₄ (O)	Не определен
12.	ГОСТ Р 58144-2018п.8.14				Водородный показатель	2-14) ед. pH
13.	ГОСТ Р 58144-2018п.8.15				Удельная электрическая электропроводимость при t-20°C	1-10 мСм/см
14.	МР 4.3.0008-10	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139) дБА
					уровни звукового давления;	(11-139) дБА
					эквивалентный уровень звука;	(22-139) дБА
					максимальный уровень звука;	(22-139) дБА
15.	ГОСТ Р ИСО 9612-2016	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона.	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139) дБА
					уровни звукового давления;	(11-139) дБА
					эквивалентный уровень звука;	(22-139) дБА
					максимальный уровень звука;	(22-139) дБА
					пиковый уровень звука	(22-139) дБС

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ 23337-2014	Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория жилой застройки.	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука;	(22-139) дБА
17.	МУ № 1844-78	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Территория пром. предприятий	-	-	постоянный, непостоянный уровень звука; уровни звукового давления; эквивалентный уровень звука; максимальный уровень звука;	(22-139) дБА (11-139) дБА (22-139) дБА (22-139) дБА
18.	ГОСТ Р 52501-2005 п.5.0	Вола для лабораторного анализа			Отбор проб	


Главный врач

М.П.

К.В. Булутов



Прошито, пронумеровано
 3 (*взрч*) ЛИСТОВ



Эксперт по аккредитации: *[Signature]* И. В. Новокшопова

Технический эксперт: *[Signature]* С. В. Кияшко

[Signature]