


УОА

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

Иванов А.Т.

подпись

инициалы, фамилия

приложение

26 АПР 2018

к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21AK71

от « 26 » июня 2018 г.

На 23 листах, лист 1

### Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах»  
(наименование испытательной лаборатории (центра))

607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Садовая, д. 1

Адрес места осуществления деятельности

| №<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний),<br>измерений | Наименование объекта                                                                                                                                      | Код<br>ОКПД<br>2                                                                                   | Код<br>ТН ВЭД<br>ЕАЭС                                                                                        | Определяемая<br>характеристика<br>(показатель) | Диапазон<br>определения |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                                                                              | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                  | 5                                                                                                            | 6                                              | 7                       |
| 1        | ГОСТ 33824                                                                                     | Продовольственное сырье и пищевые продукты                                                                                                                | 01.11, 01.13,<br>01.21- 01.28.,                                                                    | 0201 – 0210,<br>0301 – 0308,                                                                                 | Кадмий                                         | (0,001-50,0) мг/кг      |
| 2        | МУ 31-04/04                                                                                    | Продовольственное сырье и пищевые продукты                                                                                                                | 01.41.2,<br>01.45.2,                                                                               | -                                                                                                            | Свинец                                         | (0,004-50,0) мг/кг      |
|          |                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                              | Свинец                                         | (0,01-6,0) мг/кг        |
|          |                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                              | Кадмий                                         | (0,0015-1,0) мг/кг      |
| 3        | ГОСТ 31628                                                                                     | Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище | 01.47.2,<br>01.49.2,<br>03.11, 03.12,<br>03.21, 03.22,<br>08.93,<br>10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20, | 0801 – 0814,<br>0901 – 0910,<br>1001 – 1008,<br>1101 – 1109,<br>1501 – 1522,<br>1601 – 1605,<br>1701 – 1704, | Мышьяк                                         | (0,001-2,0) мг/кг       |

| 1  | 2                          | 3                                                    | 4                           | 5                         | 6                              | 7                                                |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4  | МУ 31-05/04                | Продовольственное сырье и пищевые продукты           | 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, | 1801 – 1806, 1901 – 1905, | Мышьяк                         | (0,005-5,0) мг/кг                                |
| 5  | ГОСТ Р 56931               | Продовольственное сырье и пищевые продукты           | 10.42, 10.51 10.52, 10.61,  |                           | Ртуть                          | (0,0005-50,0) мг/кг                              |
| 6  | ГОСТ 10444.15 п.6          | Пищевые продукты                                     | 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, | 2201 – 2209, 2501         | КМАФАнМ                        | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
| 7  | ГОСТ Р ИСО 7218 п.10.3.2.5 | Пищевые продукты                                     | 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, | 0401-0410 0701-0714       | КМАФАнМ                        | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
| 8  | ГОСТ 31747 п.9             | Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов) | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, | -                         | БГКП (колиформы)               | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 9  | ГОСТ 31659 п.8             | Пищевые продукты                                     | 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, | 2001 – 2009, 2101 – 2106  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 10 | МУ 4.2.2723-10 п.9         | Пищевые продукты                                     | 11.06, 11.07                | -                         | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 11 | ГОСТ 32010                 | Пищевые продукты                                     | -                           | -                         | Шигеллы                        | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 12 | ГОСТ 10444.12 п.9          | Пищевые продукты                                     | -                           | -                         | Плесени                        | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
|    |                            |                                                      |                             |                           | Дрожжи                         | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
| 13 | ГОСТ 31746 п.8             | Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов) | -                           | -                         | S.aureus                       | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 14 | ГОСТ 28560 п.4             | Пищевые продукты                                     | -                           | -                         | Бактерии рода Proteus          | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 15 | ГОСТ 29185 п.9             | Пищевые продукты                                     | -                           | -                         | Сульфитредуцирующие клостридии | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 16 | ГОСТ 30726 п.7             | Пищевые продукты                                     | -                           | -                         | E.coli                         | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 17 | ГОСТ 30425 п.7             | Консервы полные ( все виды)                          | -                           | -                         | Промышленная стерильность      | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 18 | ГОСТ 10444.8 п.4           | Пищевые продукты                                     | -                           | -                         | B. cereus                      | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
| 19 | ГОСТ 10444.9 п.4           | Пищевые продукты                                     | -                           | -                         | Мезофильные клостридии         | 0-1 КОЕ/г (см <sup>3</sup> )                     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                               | 4           | 5            | 6                             | 7                                                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 20 | ГОСТ 10444.11    | Пищевые продукты и корма для животных                                                                           | -           | -            | Молочно-кислые микроорганизмы | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 21 | МУК 4.2.577 - 96 | Продукты детского, лечебного питания и их компоненты                                                            | -           | -            | КМАФАнМ                       | (1-9,9x10 <sup>n</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
|    |                  |                                                                                                                 |             |              | БГКП (колиформы)              | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
|    |                  |                                                                                                                 |             |              | S.aureus                      | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
|    |                  |                                                                                                                 |             |              | B. cereus                     | (1-9,9x10 <sup>n</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
|    |                  |                                                                                                                 |             |              | Плесени и дрожжи              | (1-9,9x10 <sup>n</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
| 22 | ГОСТ 26668       | Пищевые и вкусовые продукты (кроме молочных)                                                                    | -           | -            | Отбор проб                    | -                                                |
| 23 | ГОСТ 26669       | Пищевые и вкусовые продукты                                                                                     | -           | -            | Подготовка проб               | -                                                |
| 24 | ГОСТ 4288 п.2.2  | Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса                                                           | 10.85       | 0201 – 0210, | Масса                         | ( 0,1-2200) г                                    |
| 25 | ГОСТ 4288 п.2.8  | Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты                                             | 10.13       | 0407- 0408,  | Массовая доля хлеба           | (0,6-40,0)%                                      |
| 26 | ГОСТ 9957 п.7    | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты                                             | 10.11-10.12 | 1601 – 1602. | Массовая доля поваренной соли | (0,1-7,0)%                                       |
| 27 | ГОСТ 26186 п.3   | Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля | 10.13-10.39 | -            | Массовая доля поваренной соли | (0,1-99)%                                        |
| 28 | ГОСТ 9793        | Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты                                             | 10.11-10.13 | -            | Массовая доля влаги           | (1,0-85)%                                        |
| 29 | ГОСТ 8558.1 п.8  | Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса,                                    | 10.11-10.13 | -            | Нитрит натрия                 | (0,00002-0,012 вкл) %                            |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 5 | 6                                  | 7                              |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|
|    |                           | полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                                    |                                |
| 30 | ГОСТ Р 54354 п.8.2 п. 8.6 | Мясо ( все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса                                                                                                                                                                                           | - | - | КМАФАнМ                            | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | - | БГКП                               | Обнаружено/<br>не обнаружено   |
| 31 | ГОСТ 50396.1 п.7          | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы                                                                                                                                                                                                                                         | - | - | КМАФАнМ                            | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г |
| 32 | ГОСТ Р 54374 п. 8.1       | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы                                                                                                                                                                                                                                         | - | - | БГКП                               | Обнаружено/<br>не обнаружено   |
| 33 | ГОСТ 54674 п.8            | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы                                                                                                                                                                                                                                         | - | - | S.aureus                           | Обнаружено/<br>не обнаружено   |
| 34 | ГОСТ 7702.2.6             | Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т. ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир - сырец птицы | - | - | Сульфитредуцирующи<br>е клостридии | Обнаружено/<br>не обнаружено   |
| 35 | ГОСТ 7702.2.7             | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир - сырец                                                                                                                                                                                                                    | - | - | Бактерии рода Proteus              | Обнаружено/<br>не обнаружено   |
| 36 | ГОСТ 7702.2.0             | Продукты убоя птицы предназначенные для пищевых целей, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды                                                                                                                                                                | - | - | Отбор проб                         | -                              |
| 37 | ГОСТ 31467                | Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и                                                                                                                                                                                                         | - | - | Отбор проб                         | -                              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5         | 6                                   | 7                               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|
|    |                    | полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы                                                                                                                                                          |       |           |                                     |                                 |
| 38 | ГОСТ Р 51447       | Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы                                                                                                                                               | -     | -         | Отбор проб                          | -                               |
| 39 | ГОСТ 3626 п.2      | Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь | 10.51 | 0401-0406 | Массовая доля влаги и сухих веществ | (0,5-99,0) %                    |
| 40 | ГОСТ 3626 п.3      | Пастеризованное и стерилизованное молоко и кисломолочные напитки                                                                                                                                            | -     | -         | Массовая доля влаги и сухих веществ | (0,5-99,0) %                    |
| 41 | ГОСТ Р 54668 п.8.1 | Молоко и продукты переработки молока                                                                                                                                                                        | -     | -         | Массовая доля влаги                 | (0,5-99,0) %                    |
| 42 | ГОСТ 29246 п.2.2   | Сухие молочные и молокосодержащие консервы                                                                                                                                                                  | -     | -         | Массовая доля влаги                 | (0,5-99,0) %                    |
| 43 | ГОСТ 29246 п.3.1   | Сухие молочные и молокосодержащие консервы                                                                                                                                                                  | -     | -         | Массовая доля влаги                 | (0,5-99,0) %                    |
| 44 | ГОСТ 30305.1 п.4   | Сгущенные молочные консервы                                                                                                                                                                                 | -     | -         | Массовая доля влаги                 | (0,5-99,0) %                    |
| 45 | ГОСТ Р 54758 п.6   | Молоко и продукты переработки молока                                                                                                                                                                        | -     | -         | Плотность                           | (1,015-1,040) кг/м <sup>3</sup> |
| 46 | ГОСТ Р 54669 п.7   | Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты                                                                                                            | -     | -         | Кислотность                         | (2-250) ° Т                     |
| 47 | ГОСТ 30305.3 п.5   | Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты                                                                                                                                     | -     | -         | Кислотность                         | (2-250) ° Т                     |
| 48 | ГОСТ 3624          | Молоко и молочные и молокосодержащие продукты                                                                                                                                                               | -     | -         | Кислотность                         | (0,5-350) ° Т                   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5 | 6                                      | 7                  |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------------------------------------|--------------------|
| 49 | ГОСТ 24066         | Сырое молоко                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.41.2 | - | Наличие аммиака                        | наличие/отсутствие |
| 50 | ГОСТ 24065 п.2     | Молоко                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.51.  | - | Сода                                   | наличие/отсутствие |
| 51 | ГОСТ 3623 п.7      | Пастеризованное молоко, сливки, пахту, а также на творог, сметану, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты                                                                                                                        | -       | - | Фосфатаза                              | наличие/отсутствие |
| 52 | ГОСТ Р 54667 п.6   | Молоко и продукты переработки молока                                                                                                                                                                                                                         | -       | - | Массовая доля сахарозы и общего сахара | (1,0-50,0) %       |
| 53 | ГОСТ 5867 п.2      | Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь, мороженое за исключением молока нежирного и пахты | -       | - | Массовая доля жира                     | (0,1-40,0) %       |
| 54 | ГОСТ Р ИСО 2446    | Молоко                                                                                                                                                                                                                                                       | -       | - | Массовая доля жира                     | (1,0-40,0) %       |
| 55 | ГОСТ 29247         | Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы                                                                                                                                                                                                       | -       | - | Массовая доля жира                     | (0,25-80) %        |
| 56 | ГОСТ Р 55361 п.7.4 | Молочный жир, масло (топлёное и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока                                                                                                                                                                | -       | - | Массовая доля жира                     | ( 50- 85) %        |
| 57 | ГОСТ Р 55361 п.7.5 |                                                                                                                                                                                                                                                              | -       | - | Массовая доля жира                     | ( 50- 85) %        |
| 58 | ГОСТ Р 55361 п.7.6 |                                                                                                                                                                                                                                                              | -       | - | Массовая доля влаги                    | ( 0,5-60 ) %       |
| 59 | ГОСТ Р 55361 п.7.7 |                                                                                                                                                                                                                                                              | -       | - | Массовая доля влаги                    | ( 0,5-60 ) %       |
| 60 | ГОСТ Р 55063 п.7.8 | Сыры, плавленые сыры                                                                                                                                                                                                                                         | -       | - | Массовая доля жира                     | ( 7- 39) %         |

| 1  | 2                                      | 3                                                                                                                                                             | 4     | 5                   | 6                               | 7                                                |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 61 | ГОСТ Р 55063 п.7.6                     | Сыры, плавленые сыры                                                                                                                                          | -     | -                   | Массовая доля влаги             | ( 3,0-70) %                                      |
| 62 | ГОСТ Р 55063 п.7.9                     |                                                                                                                                                               | -     | -                   | Массовая доля хлористого натрия | ( 0,5-10) %                                      |
| 63 | ГОСТ Р 55063 п.7.10                    |                                                                                                                                                               | -     | -                   | Массовая доля хлористого натрия | ( 1 - 8) %                                       |
| 64 | ГОСТ Р 54761                           | Молоко и молочная продукция                                                                                                                                   | -     | -                   | Массовая доля влаги и СОМО      | (0,5-99,0) %                                     |
| 65 | ГОСТ Р 53430 п.8.4                     | Молоко и продукты переработки молока                                                                                                                          | -     | -                   | КМАФАнМ                         | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
| 66 | ГОСТ 30706 п.6                         | Молочные продукты для детского питания                                                                                                                        | -     | -                   | E.coli                          | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 67 | ГОСТ 32901 п. 8.4 п.8.5.1<br><br>п.8.8 | Молоко и молочная продукция                                                                                                                                   | -     | -                   | КМАФАнМ                         | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
|    |                                        |                                                                                                                                                               |       |                     | БГКП                            | Обнаружено/не<br>обнаружено                      |
|    |                                        |                                                                                                                                                               |       |                     | Промышленная стерильность       | Обнаружено /не<br>обнаружено                     |
| 68 | ГОСТ 32901 п.5                         | Молоко и молочная продукция                                                                                                                                   | -     | -                   | Отбор проб                      | -                                                |
| 69 | ГОСТ 30347 п.5                         |                                                                                                                                                               |       |                     | S.aureus                        | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 70 | МУК 4.2.999 - 00                       | Кисло-молочные продукты                                                                                                                                       | -     | -                   | Бифидобактерии                  | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
| 71 | ГОСТ 26809.1                           | Молоко, молочные, молочные составные и молочносодержащие продукты                                                                                             | -     | -                   | Отбор проб                      | -                                                |
| 72 | ГОСТ 27207                             | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов,                                                                                                                  | 10.20 | 0302 – 0308<br>1604 | Массовая доля поваренной соли   | (0,1-99) %                                       |
| 73 | ГОСТ 7636 п.3.5                        | Свежая, охлажденная, мороженая, соленая, пряная, маринованная, вяленая, сушеная и копченая рыба, сырье морских млекопитающих, пищевой рыбный фарш, печень рыб | -     | -                   | Массовая доля поваренной соли   | (0,1-99) %                                       |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                    | 4              | 5                   | 6                                                                          | 7                                                |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 74 | ГОСТ Р 55503              | Рыбу-сырец (свежая), охлажденная и мороженая; мороженое филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий | -              | -                   | Массовая доля растворимых соединений фосфора, общего фосфора, полифосфатов | (0,5-20) г/кг                                    |
| 75 | ГОСТ 31339 п.4            | Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них                                                                                                            | -              | -                   | Массовая доля глазури                                                      | (0-99) %                                         |
| 76 | МУК 3.2.988 – 00 п.3.2.   | Гидробионты и продукты их переработки                                                                                                                                | -              | -                   | Личинки гельминтов                                                         | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 77 | ГОСТ Р 54378 п.9.1, п.9.4 | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них                                                                                                                            | -              | -                   | Живые личинки гельминтов, опасные для человека                             | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 78 | ГОСТ 31339                | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них                                                                                                                            | -              | -                   | Отбор проб                                                                 | -                                                |
| 79 | ГОСТ 5670                 | Хлебобулочные изделия                                                                                                                                                | 10.71.         | 1101-1103           | Кислотность                                                                | (0,5-90) град                                    |
| 80 | ГОСТ 5668 п.5             | Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломку                                                                                                                | -              | -                   | Массовая доля жира                                                         | (0,57-22,6) %                                    |
| 81 | ГОСТ 5672                 | Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломку                                                                                              | -              | -                   | Массовая доля сахара                                                       | (2-20) %                                         |
| 82 | ГОСТ 9404                 | Мука и отруби                                                                                                                                                        | 10.61          | -                   | Влажность                                                                  | (0,5-75) %                                       |
| 83 | ГОСТ 21094                | Хлеб и хлебобулочные изделия                                                                                                                                         | -              | -                   | Влажность                                                                  | (0,5-99) %                                       |
| 84 | ГОСТ 5900                 | Кондитерские изделия и полуфабрикаты                                                                                                                                 | 10.81<br>10.82 | 1701<br>1801 - 1806 | Массовая доля влаги и сухих веществ                                        | (0,5-50) %                                       |
| 85 | ГОСТ 31774                | Мед                                                                                                                                                                  | 01.49          | -                   | Массовая доля воды                                                         | (13-25) %                                        |
| 86 | ГОСТ 5898 п.2             | Кондитерские изделия и полуфабрикаты                                                                                                                                 | -              | -                   | Кислотность                                                                | (0,07-40,0) %                                    |
| 87 | ГОСТ 26968                | Сахар – песок, сахар – рафинад, рафинированный сахарный песок                                                                                                        | -              | -                   | КМАФАнМ                                                                    | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |



| 1  | 2                                   | 3                                                                                                                             | 4           | 5 | 6                                       | 7                                                |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                     | жидкий сахар                                                                                                                  | -           | - | Плесени и дрожжи                        | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
| 88 | ГОСТ 5904                           | Кондитерские изделия                                                                                                          | -           | - | Отбор проб                              | -                                                |
| 89 | ГОСТ ISO 2173                       | Продукты переработки фруктов и овощей                                                                                         | 10.31-10.39 | - | Массовая доля растворимых сухих веществ | (0-85) %                                         |
| 90 | ГОСТ ISO 750                        | Продукты переработки фруктов и овощей                                                                                         | -           | - | Титруемая кислотность                   | (0,1-50) г/100г                                  |
| 91 | МУ 5048-89                          | Продукция растениеводства                                                                                                     | -           | - | Нитраты                                 | (29,2-9000) мг/кг                                |
| 92 | МУК 4.2.3016 - 12<br>п.6<br><br>п.3 | Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция                                                                        | -           | - | Яйца и личинки гельминтов               | Обнаружено/ не обнаружено                        |
|    |                                     |                                                                                                                               |             |   | Цисты ( ооцисты) кишечных простейших    | Обнаружено/ не обнаружено                        |
|    |                                     |                                                                                                                               |             |   | Отбор проб                              | -                                                |
| 93 | ГОСТ 26313                          | Продукты переработки плодов и овощей                                                                                          | -           | - | Отбор проб                              | -                                                |
| 94 | ГОСТ 31762<br>п.4.13<br>п.4.3       | Майонез и майонезные соусы                                                                                                    | 10.84       | - | Кислотность                             | (0,05-10,0) %                                    |
|    |                                     |                                                                                                                               |             |   | Массовая доля влаги                     | (1,0-95,0) %                                     |
| 95 | ГОСТ 32189 п.5.4                    | Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности | 10.42       | - | Массовая доля влаги                     | (0,1-39) %                                       |
| 96 | ГОСТ Р 50456<br>метод В             | Животные и растительные жиры и масла                                                                                          | 10.41       | - | Массовая доля влаги и летучих веществ   | (0,1-50) %                                       |
| 97 | ГОСТ Р 51487                        | Растительные масла и животные жиры                                                                                            | -           | - | Перекисное число                        | (0,1-45,0) ммоль (1/2O)/ кг                      |
| 98 | ГОСТ 31933 п.7                      | Растительные масла                                                                                                            | -           | - | Кислотное число                         | (0,1-30,0) мгКОН/г                               |
| 99 | ГОСТ 31904                          | Продукты пищевые                                                                                                              | -           | - | Отбор проб                              | -                                                |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                             | 5         | 6                                      | 7                                              |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 100 | ГОСТ 13192         | Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки | 11.01.1<br>11.02.1<br>11.03.1 | 2001-2008 | Массовая доля (концентрация) сахаров   | (0,6-99,9) г/дм <sup>3</sup>                   |
| 101 | ГОСТ 32114         | Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки                                                                         | 11.04.1<br>11.05.1<br>11.06.1 | -         | Массовая концентрация титруемых кислот | (0,8-99,9) г/дм <sup>3</sup>                   |
| 102 | ГОСТ 6687.4        | Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы                                                                                                                      | 11.07.1                       | -         | Кислотность                            | (0,1-100) см <sup>3</sup> /100 см <sup>3</sup> |
| 103 | ГОСТ 31764         | Пиво                                                                                                                                                                                                                    | 01.05                         | -         | Водородный показатель                  | (3,8-4,8) ед.рН                                |
| 104 | ГОСТ 32035 п.5.4   | Водка                                                                                                                                                                                                                   | 11.01                         | -         | Щелочность                             | (1,5-3,5) см <sup>3</sup> /100 см <sup>3</sup> |
| 105 | ГОСТ 32035 п.5.3.1 |                                                                                                                                                                                                                         |                               |           | Крепость                               | (0-60) %                                       |
| 106 | ГОСТ 3639 п.2      | Водно – спиртовые растворы                                                                                                                                                                                              | -                             | -         | Объемная доля этилового спирта         | (0-60) %                                       |
| 107 | ГОСТ 32095         | Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты                                                                                | -                             | -         | Объемная доля этилового спирта         | (0-60) %                                       |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                                                  | 4                               | 5 | 6                                                         | 7                                                |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 108 | ГОСТ 30712 п.6.1<br>п.6.3<br>п.6.4<br>п.3        | Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сусле) | -                               | - | КМАФАнМ                                                   | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                    |                                 |   | БГКП                                                      | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                    |                                 |   | Плесени и дрожжи                                          | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                    |                                 |   | Отбор проб                                                | -                                                |
| 109 | ИК 10-5031536-105 - 91 п.5.2                     | Напитки высокостойкие безалкогольные                                                                                                                               | -                               | - | КМАФАнМ                                                   | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                    |                                 |   | БГКП                                                      | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                    |                                 |   | Плесени и дрожжи                                          | (1-9,9x10 <sup>н</sup> ) КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                    |                                 |   | Отбор проб                                                | -                                                |
| 110 | ГОСТ 31730                                       | Винодельческая продукция в стеклянных бутылках и наливом                                                                                                           | -                               | - | Отбор проб                                                | -                                                |
| 111 | МУ 122-5/72-91 (МУ № 1-40/3805 от 11.11.91г.)    | Мясные и рыбные кулинарные изделия                                                                                                                                 | 10.84.1 –<br>10.84.3<br>10.85.1 | - | Качество термической обработки (пероксидаза)              | Обнаружено/<br>не обнаружено                     |
| 112 | МУ МЗ СССР 4237-86                               | Готовые блюда                                                                                                                                                      | 10.62.11.110<br>10.62.11.113    |   | Массовая доля жира                                        | (0,5-97) %                                       |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                    |                                 |   | Массовая доля сухих веществ                               | (0,5-97) %                                       |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                    |                                 |   | Расчет химического состава и энергетической ценности блюд | -                                                |
| 113 | ГОСТ Р 51575 п.4.2                               | Йодированная пищевая поваренная соль                                                                                                                               | 08.93                           | - | Йод                                                       | (20-60) мкг/г                                    |
| 114 | ГОСТ 7047 п.III (без использования сероводорода) | Растительные объекты, витаминные препараты (кроме синтетической аскорбиновой кислоты), пищевые продукты и готовая продукция                                        | -                               | - | Массовая доля витамина С                                  | (0,001-0,0025) %                                 |
| 115 | ГОСТ Р 54607.1                                   | Продукция общественного питания                                                                                                                                    | -                               | - | Отбор проб                                                | -                                                |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                     | 4 | 5 | 6                             | на 22 листах, лист 12<br>7         |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------------|
| 116 | ГОСТ 33770           | Пищевая соль                                                                                                          | - | - | Отбор проб                    | -                                  |
| 117 | МУ 2657-82           | Готовые блюда, кулинарные изделия, сырье, полуфабрикаты, объекты внешней среды                                        | - | - | Отбор проб                    | -                                  |
| 118 | ГОСТ 31868 п.5       | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная)                        | - | - | Цветность                     | (1– 70) градусов                   |
| 119 | ГОСТ 31940 п.4       | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости                                                                    | - | - | Сульфаты                      | (25-500) мг/дм <sup>3</sup>        |
| 120 | ГОСТ 31940 п.6       |                                                                                                                       |   |   | Сульфаты                      | (2-50) мг/дм <sup>3</sup>          |
| 121 | ГОСТ 33045 п.9       | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная)                        | - | - | Нитраты                       | (0,1 –2,0) мг/дм <sup>3</sup>      |
| 122 | ГОСТ 33045 п.6       |                                                                                                                       |   |   | Нитриты                       | (0,003 – 0,30 ) мг/дм <sup>3</sup> |
| 123 | ГОСТ 4011 п.2        | Вода питьевая                                                                                                         | - | - | Железо общее                  | (0,1 – 2,0) мг/дм <sup>3</sup>     |
| 124 | ГОСТ 4974 п.6.4      | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения | - | - | Марганец                      | (0,01–5,0) мг/дм <sup>3</sup>      |
| 125 | ГОСТ 18308           | Вода питьевая                                                                                                         | - | - | Молибден                      | (0,0025–0,0060) мг/дм <sup>3</sup> |
| 126 | ГОСТ 4386 п.3        | Вода питьевая                                                                                                         | - | - | Фтор                          | (0,04-0,6) мг/дм <sup>3</sup>      |
| 127 | ПНДФ 14.1:2:4.222-06 | Вода питьевая, природная, сточная                                                                                     | - | - | Медь                          | (0,0006-1,0) мг/дм <sup>3</sup>    |
| 128 | МУ 31-03/04          | Вода питьевая, природная, сточная                                                                                     | - | - | Кадмий                        | (0,0002-0,005) мг/дм <sup>3</sup>  |
|     |                      |                                                                                                                       |   |   | Свинец                        | (0,0002-0,05) мг/дм <sup>3</sup>   |
|     |                      |                                                                                                                       |   |   | Цинк                          | (0,0005-0,1) мг/дм <sup>3</sup> от |
| 129 | ГОСТ 18164           | Вода питьевая                                                                                                         | - | - | Минерализация (сухой остаток) | (50 – 25000) мг/дм <sup>3</sup>    |
| 130 | ГОСТ Р 55684         | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и                                   | - | - | Окисляемость перманганатная   | (0,25 – 100) мг/дм <sup>3</sup>    |

|   |   |   |   |   |   |                            |
|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | на 22 листах, лист 13<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|----------------------------|

|     |                                                                           |                                                                                                                                                    |                 |      |                                           |                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                           | подземная)                                                                                                                                         |                 |      |                                           |                                                       |
| 131 | ГОСТ 31954 п.4                                                            | Вода природная (поверхностная и подземная) в том числе вода источников питьевого водоснабжения, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости | -               | -    | Жесткость                                 | (0,1-50) °Ж                                           |
| 132 | ГОСТ 18190 п.3                                                            | Вода питьевая                                                                                                                                      | -               | -    | Хлор остаточный свободный                 | (0,02 – 5,0) мг/дм <sup>3</sup>                       |
| 133 | ГОСТ 4245 п.2                                                             | Вода питьевая                                                                                                                                      | -               | -    | Хлориды                                   | (10 -7500) мг/дм <sup>3</sup>                         |
| 134 | ГОСТ 33045 п.5                                                            | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная                                       | -               | -    | Аммиак и ионы аммония                     | (0,1–3,0) мг/дм <sup>3</sup>                          |
| 135 | МУК 4.2.1018-01<br>п.8.1<br>п.8.2<br>п. 8.3<br><br>п.8.5                  | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, источники питьевого водоснабжения, вода нецентрализованного водоснабжения           | 36.00.<br>11.07 | 2201 | ОМЧ 22 <sup>0</sup> , 37 <sup>0</sup>     | ( 0 - 300) КОЕ/мл                                     |
|     |                                                                           |                                                                                                                                                    |                 |      | Общие колиформные бактерии                | (0,1 – 300) КОЕ/100мл<br>Обнаружено/<br>не обнаружено |
|     |                                                                           |                                                                                                                                                    |                 |      | Термотолерантные колиформные бактерии     | (0,1 – 300) КОЕ/100мл<br>Обнаружено/<br>не обнаружено |
|     |                                                                           |                                                                                                                                                    |                 |      | Колифаги                                  | (1 – 100) БОЕ/100мл<br>Обнаружено/<br>не обнаружено   |
| 136 | МУ 2.1.4.1184-03<br>приложение 8<br><br>приложение 9<br><br>приложение 10 | Вода питьевая, расфасованная в емкости                                                                                                             | -               | -    | Глюкозоположительные колиформные бактерии | Обнаружено/<br>не обнаружено                          |
|     |                                                                           |                                                                                                                                                    |                 |      | P.aeruginosa                              | Обнаружено/<br>не обнаружено                          |
|     |                                                                           |                                                                                                                                                    |                 |      | Колифаги                                  | (1 – 100) БОЕ/100мл<br>Обнаружено/<br>не обнаружено   |

| 1   | 2                                                                                        | 3                                                                             | 4 | 5 | 6                                           | 7                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 137 | МУК 4.2.1884-04<br>пп.2.7, 2.8<br><br>п.2.9<br><br>п.2.10<br><br>п.3.3<br><br>п.2.1, 3.1 | Вода поверхностных водных объектов                                            | - | - | Общие колиформные бактерии                  | (0,1 – 300) КОЕ/100мл<br>Обнаружено/ не обнаружено |
|     |                                                                                          |                                                                               |   |   | Термотолерантные колиформные бактерии       | (0,1 – 300) КОЕ/100мл<br>Обнаружено/ не обнаружено |
|     |                                                                                          |                                                                               |   |   | Колифаги                                    | (1 – 100) БОЕ/100мл.<br>Обнаружено/ не обнаружено  |
|     |                                                                                          |                                                                               |   |   | Патогенные бактерии кишечной группы         | Обнаружено/ не обнаружено                          |
|     |                                                                                          |                                                                               |   |   | Яйца гельминтов                             | Обнаружено/ не обнаружено                          |
|     |                                                                                          |                                                                               |   |   | Цисты патогенных простейших                 | Обнаружено/ не обнаружено                          |
|     |                                                                                          |                                                                               |   |   | Отбор проб                                  | -                                                  |
| 138 | ГОСТ 31861                                                                               | Любые типы вод                                                                | - | - | Отбор проб                                  | -                                                  |
| 139 | ГОСТ Р 56237                                                                             | Вода питьевая                                                                 | - | - | Отбор проб                                  | -                                                  |
| 140 | ГОСТ 31942                                                                               | Воды поверхностные, подземные, питьевые, сточные, вода плавательных бассейнов | - | - | Отбор проб                                  | -                                                  |
| 141 | МУК 4.2.2314-08<br>п.5.1.2                                                               | Вода питьевая                                                                 | - | - | Яйца гельминтов                             | Обнаружено/ не обнаружено                          |
|     |                                                                                          |                                                                               |   |   | Цисты патогенных простейших (цисты лямблий) | Обнаружено/ не обнаружено                          |
| 142 | ПНДФ<br>14.1:2:4.207-04                                                                  | Воды питьевые, природные, сточные                                             | - | - | Цветность                                   | (1–500) градусов                                   |
| 143 | ПНДФ<br>14.1:2:4.213-05                                                                  | Воды питьевые, природные, сточные                                             | - | - | Мутность                                    | (0,1 - 5,0) мг/дм <sup>3</sup>                     |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6                             | 7                               |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 144 | ПНДФ<br>14.1:2.159-2000 | Воды природные, сточные                                                                                                                                                                                                                 |   |   | Сульфаты                      | (10-1000) мг/дм <sup>3</sup>    |
| 145 | ПНДФ<br>14.1:2:4.4-95   | Воды питьевые, природные, сточные                                                                                                                                                                                                       | - | - | Нитраты                       | (0,1-100) мг/дм <sup>3</sup>    |
| 146 | ПНДФ<br>14.1:2:4.262-10 | Воды питьевые, природные, сточные                                                                                                                                                                                                       | - | - | Аммиак и ионы аммония         | (0,05-4,0) мг/дм <sup>3</sup>   |
| 147 | ПНДФ<br>14.1:2:4.3-95   | Воды питьевые, природные, сточные                                                                                                                                                                                                       | - | - | Нитриты                       | (0,02-3,0) мг/дм <sup>3</sup>   |
| 148 | ПНДФ<br>14.1:2:4.254-09 | Воды питьевые (в том числе расфасованные в емкости), воды природные (поверхностные, в том числе морские и подземные, в том числе источники водоснабжения), воды сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные). | - | - | Взвешенные вещества           | (0,5 - 5000) мг/дм <sup>3</sup> |
| 149 | ПНДФ<br>14.1:2:4.114-97 | Воды питьевые, природные, сточные                                                                                                                                                                                                       | - | - | Минерализация (сухой остаток) | (50 - 25000) мг/дм <sup>3</sup> |
| 150 | ПНДФ<br>14.1:2:3.96-97  | Воды природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, очищенные)                                                                                                                                | - | - | Хлориды                       | (10-250) мг/дм <sup>3</sup>     |
| 151 | ПНД Ф<br>14.1:2.61-96   | Воды природные, сточные                                                                                                                                                                                                                 | - | - | Марганец                      | (0,05-5,0) мг/дм <sup>3</sup>   |
| 152 | ПНДФ<br>14.1:2:4.154-99 | Воды питьевые (в том числе расфасованные в емкости), воды природные (поверхностные и подземные источники водоснабжения), воды сточные (ливневые и очищенные)                                                                            | - | - | Окисляемость перманганатная   | (0,25 - 100) мг/дм <sup>3</sup> |

| 1   | 2                                                                                            | 3                                                                                                                              | 4    | 5 | 6                                                   | 7                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 153 | ПНДФ<br>14.1:2:3.101-97                                                                      | Воды природные<br>(поверхностные и подземные ),<br>воды сточные<br>(производственные,<br>хозяйственно – бытовые,<br>очищенные) | -    | - | Растворенный<br>кислород                            | (1,0-15,0) мг/дм <sup>3</sup>                   |
| 154 | КТЖГ.<br>414318.0001 РЭ<br>Руководство по<br>эксплуатации к<br>анализатору<br>ЭКСПЕРТ-001-04 | Воды природные<br>(поверхностные и подземные ),<br>воды сточные<br>(производственные,<br>хозяйственно – бытовые,<br>очищенные) | -    | - | Растворенный<br>кислород                            | (0-20,0) мг/дм <sup>3</sup>                     |
| 155 | МУК 4.2.2218 до<br>п.5.1.2 )                                                                 | Вода поверхностных водоемов                                                                                                    | -    | - | Холерный вибрион                                    | Обнаружено/ не<br>обнаружено                    |
| 156 | ПНДФ<br>4.1:2:3:4.121-97                                                                     | Вода питьевая, вода природная<br>(поверхностная, подземная),<br>воды сточная (ливневая и<br>очищенная)                         | -    | - | Показатель активности<br>водородных ионов<br>(рН)   | (1-12) ед. рН                                   |
| 157 | ПНДФ<br>14.1:2:4.50-96                                                                       | Вода питьевая, природная ,<br>вода сточная                                                                                     | -    | - | Железо                                              | (0,05 –10) мг/дм <sup>3</sup>                   |
| 158 | МУ 2.1.5.800-99<br>приложение 6<br><br>приложение 8                                          | Вода сточная                                                                                                                   | -    | - | Общие колиформные<br>бактерии                       | (10 <sup>4</sup> – 10 <sup>9</sup> ) КОЕ/100 мл |
|     |                                                                                              |                                                                                                                                |      |   | Термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии         | (10 <sup>4</sup> – 10 <sup>9</sup> ) КОЕ/100 мл |
| 159 | МУК 4.2.2661<br>п.10.2                                                                       | Смывы с объектов внешней<br>среды                                                                                              | -    | - | Колифаги                                            | (10 <sup>2</sup> – 10 <sup>4</sup> ) БОЕ/100 мл |
| 160 | ГОСТ 17.4.3.01                                                                               | Почва                                                                                                                          | 08.1 | - | Яйца гельминтов и<br>цисты патогенных<br>простейших | Обнаружено/ не<br>обнаружено                    |
| 161 | ГОСТ 17.4.4.02                                                                               | Почва                                                                                                                          |      |   | Отбор проб                                          | -                                               |
| 162 | МР МЗ России<br>№ ФЦ/40<br>п.7                                                               | Почва                                                                                                                          | -    | - | Отбор проб                                          | -                                               |
|     |                                                                                              |                                                                                                                                |      |   | Индекс БГКП                                         | ( 0-10) кл/г                                    |



| 1   | 2                               | 3                                                              | 4 | 5 | 6                                                  | на 22 листах ,лист 17         |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | п.8<br>п.11                     |                                                                |   |   |                                                    | 7                             |
|     |                                 |                                                                |   |   | Индекс энтерококков                                | ( 0-10) кл/г                  |
|     |                                 |                                                                |   |   | Патогенные бактерии,<br>в т.ч. сальмонеллы         | Обнаружено/ не<br>обнаружено  |
| 163 | ГОСТ 12.1.005 п.4               | Воздух рабочей зоны                                            | - | - | Отбор проб                                         | -                             |
| 164 | МУК 4.1.2468-09                 | Воздух рабочей зоны                                            | - | - | Пыль                                               | (1,0-250 ) мг/м <sup>3</sup>  |
| 165 | ГОСТ Р 52717                    | Воздух рабочей зоны                                            | - | - | Азота диоксид                                      | (1-50) мг/м <sup>3</sup>      |
| 166 | ГОСТ Р 52716                    | Воздух рабочей зоны                                            | - | - | Углерода оксид                                     | (5,0-50,0) мг/м <sup>3</sup>  |
| 167 | ГОСТ 12.1.014                   | Воздух рабочей зоны                                            | - | - | Азота оксиды ( в<br>пересчёте на NO <sub>2</sub> ) | (2,5-50) мг/м <sup>3</sup>    |
| 168 | ГОСТ Р ИСО<br>16000-1           | Воздух помещений                                               | - | - | Углерода оксид                                     | (5,0-120,0)мг/м <sup>3</sup>  |
| 169 | ГОСТ Р ИСО<br>16000-2           | Воздух помещений                                               | - | - | Отбор проб                                         | -                             |
| 170 | РД 52.04.186-89<br>(п.5.3.3.5.) | Воздух помещений                                               | - | - | Отбор проб                                         | -                             |
| 171 | РД 52.04.823-2015               | Воздух помещений                                               | - | - | Гидроксибензол<br>(фенол)                          | (0,004-0,2)мг/м <sup>3</sup>  |
| 172 | МУ МЗ СССР<br>№ 28-6/34         | Воздух помещений лечебно –<br>профилактических учреждений      | - | - | Формальдегид                                       | (0,01-0,22) мг/м <sup>3</sup> |
| 173 | МУК 4.2.2942-11<br>п.3.1        | Воздух помещений лечебно –<br>профилактических учреждений      | - | - | ОМЧ                                                | ( 0 -750 ) КОЕ/м <sup>3</sup> |
| 174 | МУК 4.2.2942-11<br>п.4          | Материал на стерильность<br>изделий медицинского<br>назначения | - | - | S. aureus                                          | Обнаружено/ не<br>обнаружено  |
| 175 | МУК 4.2.2942 - 11<br>п.3.2      | Смывы с объектов окружающей<br>среды в учреждениях             | - | - | Плесени и дрожжи                                   | Обнаружено/ не<br>обнаружено  |
|     |                                 |                                                                |   |   | ОМЧ                                                | ( 0-750 ) КОЕ/м <sup>3</sup>  |
|     |                                 |                                                                |   |   | S. aureus                                          | от 1 КОЕ/м <sup>3</sup>       |
|     |                                 |                                                                |   |   | Анаэробные<br>микроорганизмы                       | Обнаружено/ не<br>обнаружено  |
|     |                                 |                                                                |   |   | Плесневые грибы                                    | Обнаружено/ не<br>обнаружено  |
|     |                                 |                                                                |   |   | БГКП                                               | Обнаружено / не<br>обнаружено |

| 1                     | 2                                          | 3                                                                        | 4 | 5 | 6                                 | 7                             |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| на 22 листах, лист 18 |                                            |                                                                          |   |   |                                   |                               |
|                       |                                            | здравоохранения, других организациях лечебного профиля                   |   |   | Стафилококки                      | Обнаружено /не обнаружено     |
|                       |                                            |                                                                          |   |   | Сальмонеллы                       | Обнаружено/ не обнаружено     |
|                       |                                            |                                                                          |   |   | Ps.aeruginosa                     | Обнаружено /не обнаружено     |
|                       |                                            |                                                                          |   |   | Отбор проб                        | -                             |
| 176                   | МУ МЗ СССР № 3182-84 п.3.5 п.4.4           | Воздух помещений аптек                                                   | - | - | Плесени и дрожжи                  | от 1 КОЕ/м <sup>3</sup>       |
|                       |                                            |                                                                          |   |   | S. aureus                         | от 1 КОЕ/м <sup>3</sup>       |
| 177                   | МУ МЗ СССР № 3182-82 п.4 п.5               | Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала аптек | - | - | БГКП                              | Обнаружено /не обнаружено     |
|                       |                                            |                                                                          |   |   | Золотистый стафилококк            | Обнаружено /не обнаружено     |
|                       |                                            |                                                                          |   |   | Ps.aeruginosa                     | Обнаружено /не обнаружено     |
| 178                   | МУ МЗ СССР № 3182-82 п.2                   |                                                                          |   |   | Отбор проб                        | -                             |
| 179                   | Приказ МЗ СССР № 691 Приложение № 3 п. 2.1 | Воздух в акушерских стационарах                                          | - | - | ОМЧ                               | ( 0-1000 ) КОЕ/м <sup>3</sup> |
|                       |                                            |                                                                          |   |   | S. aureus                         | ( 0-4 ) КОЕ/м <sup>3</sup>    |
| 180                   | Приказ МЗ СССР № 691 Приложение № 3 п. 2.2 | Смывы с объектов окружающей среды в акушерских стационарах               | - | - | БГКП                              | Обнаружено /не обнаружено     |
|                       |                                            |                                                                          |   |   | Золотистый стафилококк            | Обнаружено /не обнаружено     |
|                       |                                            |                                                                          |   |   | Ps.aeruginosa                     | Обнаружено /не обнаружено     |
| 181                   | Дополнение МЗ СССР № 5191-90               | Лекарственные формы, аптечный материал, вода очищенная для               | - | - | Пирогенообразующие микроорганизмы | Обнаружено/ не обнаружено     |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                      | 4 | 5 | 6                                                                                                                               | 7                            |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 182 | к МУ МЗ СССР<br>№ 3182-84       | приготовления лекарственных<br>форм, детские лекарственные<br>формы, в т.ч. для новорожденных                          | - | - | -                                                                                                                               | -                            |
| 183 | МУ 15/6-5 - 91                  | Паровые и суховоздушные<br>стерилизаторы,<br>дезинфекционные камеры                                                    | - | - | Бактесты<br>(биологические<br>индикаторы),<br>содержащие<br>дозированное<br>количество спор тест-<br>штаммов<br>микроорганизмов | Обнаружено/ не<br>обнаружено |
| 184 | МУК 4.2.1035-01                 | Дезинфекционные камеры                                                                                                 | - | - | Бактесты<br>(биологические<br>индикаторы),<br>содержащие<br>дозированное<br>количество спор тест-<br>штаммов<br>микроорганизмов | Обнаружено/ не<br>обнаружено |
| 185 | МУ МЗ СССР<br>№ 2657-82 п.5     | Смывы с поверхностей и<br>оборудования на предприятиях<br>и торговли пищевыми<br>продуктами                            | - | - | Обор проб                                                                                                                       | -                            |
|     |                                 |                                                                                                                        |   |   | Контроль<br>эффективности<br>обработки рук и<br>операционного поля                                                              | Обнаружено /не<br>обнаружено |
|     |                                 |                                                                                                                        |   |   | БГКП                                                                                                                            | Обнаружено /не<br>обнаружено |
|     |                                 |                                                                                                                        |   |   | Золотистый<br>стафилококк                                                                                                       | Обнаружено /не<br>обнаружено |
| 186 | Инструкция<br>1400/1751 п.2.3.3 | Смывы с технологического<br>инвентаря, оборудования, рук<br>персонала на предприятиях мясо-<br>и птицеперерабатывающей | - | - | Proteus                                                                                                                         | Обнаружено /не<br>обнаружено |
|     |                                 |                                                                                                                        |   |   | БГКП                                                                                                                            | Обнаружено /не<br>обнаружено |
|     |                                 |                                                                                                                        |   |   | Золотистый<br>стафилококк                                                                                                       | Обнаружено /не<br>обнаружено |

| 1   | 2                                                         | 3                                                                           | 4 | 5 | 6                                                      | 7                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                           | промышленности                                                              |   |   | Отбор проб                                             | -                                          |
| 187 | МУ 4.2.2723 - 10                                          | Смывы с объектов внешней среды                                              | - | - | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы          | Обнаружено /не обнаружено                  |
| 188 | МУК 4.2.3019-12                                           | Смывы с объектов внешней среды                                              |   |   | Иерсинии                                               | Обнаружено /не обнаружено                  |
| 189 | ГОСТ Р 57001                                              | Химические дезинфицирующие средства и антисептики                           | - | - | Содержание активного хлора                             | (0,2-30,0) %;<br>(3-200) г/дм <sup>3</sup> |
| 190 | ГОСТ 32385                                                | Товары бытовой химии                                                        | - | - | pH                                                     | (1-12) ед.pH                               |
| 191 | ГОСТ Р 56991                                              | Химические дезинфицирующие средства и антисептики                           | - | - | Массовая доля перекиси водорода                        | (0,1-25,0) %                               |
| 192 | Инструкция «Дезиконт-ДХИ» № 154.087.03 ИП от 10.10.2017г. | Рабочие растворы дезинфицирующих средств                                    | - | - | Концентрация по активному хлору                        | 0,015-0,3%                                 |
| 193 | ГОСТ Р ИСО 9612                                           | Рабочие места промышленных объектов, автотранспорта, производственная зона; | - | - | Эквивалентный уровень звука                            | (22 – 140 ) дБ                             |
| 194 | МУ 1844-78 п.4                                            | Рабочие места                                                               | - | - | Максимальный уровень звука                             | (22 – 140 ) дБ                             |
| 195 | МУ 1844-78 п.5                                            |                                                                             |   |   | Эквивалентный уровень звука                            | (22 – 140 ) дБ                             |
|     |                                                           |                                                                             |   |   | Максимальный уровень звука                             | (22 – 140 ) дБ                             |
| 196 | ГОСТ 23337 п.6 п.7                                        | Помещения жилых и общественных зданий. Селитебная территория                | - | - | Уровень звукового давления (в октавных полосах частот) | (22 – 140 ) дБ                             |

| 1   | 2                                     | 3                                                                             | 4 | 5 | 6                                                            | 7                   |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                       |                                                                               | - | - | Эквивалентный уровень звука                                  | (22 – 140 ) дБ      |
|     |                                       |                                                                               |   |   | Максимальный уровень звука                                   | (22 – 140 ) дБ      |
| 197 | МУК 4.3.2194-07<br>п.2<br>п.3         | Территория жилой застройки, жилые и общественные здания                       | - | - | Уровень звукового давления<br>(в октавных полосах частот)    | (22 – 140 ) дБ      |
|     |                                       |                                                                               |   |   | Эквивалентный уровень звука                                  | (22 – 140 ) дБ      |
|     |                                       |                                                                               |   |   | Максимальный уровень звука                                   | (22 – 140 ) дБ      |
| 198 | ГОСТ 12.1.045<br>п.2                  | Рабочие места персонала электроустановок высокого напряжения постоянного тока | - | - | Напряженность электростатического поля                       | (0,8 – 100) В/м     |
| 199 | СанПиН 2.2.4.3359-16<br>п. 7.3.2      | Рабочие места персонала, профессионально связанного с воздействием ЭМП        | - | - | Напряженность электростатического поля                       | (0,8 – 100) В/м     |
| 200 | ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 приложение 1   | Помещения жилых, общественных зданий селитебные территории                    | - | - | Магнитные поля (50Гц)                                        | 0,08 мкТл – 100 нТл |
| 201 | СанПиН 2.1.2.2645-10<br>п.6.4.3       | Территория населенных мест, общественные здания, жилые помещения              | - | - | Электрические поля (50Гц)                                    | (0,8 -100) В/м;     |
| 202 | МУК 4.3.2812-10<br>п.п. 4.2, 4.3, 4.7 | Рабочие места                                                                 | - | - | Освещенность:<br>- коэффициент естественного освещения (КЕО) | (0,1-10) %          |
|     |                                       |                                                                               |   |   | -искусственное освещение                                     | (10 – 200000) лк    |
|     |                                       |                                                                               |   |   | - коэффициент пульсации                                      | (1–100) %           |

| 1   | 2                              | 3                                           | 4 | 5 | 6                                                                   | 7                  |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 203 | СанПиН 2.2.4.3359-16 п.10.2.15 | Рабочие места в производственных помещениях | - | - | Освещенность:<br>- коэффициент естественного освещения (КЕО)        | (0,1-10) %         |
| 204 | МУК 4.3.2756-10 п.4 п.5        | Рабочие места в производственных помещениях | - | - | Параметры микроклимата:<br>-температура воздуха,                    | от 0 °С до + 50 °С |
|     |                                |                                             |   |   | -относительная влажность воздуха,                                   | (10 – 98) %        |
|     |                                |                                             |   |   | -скорость движения воздуха                                          | (0,1 – 20) м/с     |
| 205 | СанПиН 2.2.4.548-96, п.7       | Рабочие места в производственных помещениях | - | - | Параметры микроклимата:<br>-температура воздуха,                    | от 0 °С до + 50 °С |
|     |                                |                                             |   |   | - относительная влажность воздуха,                                  | (10 – 98) %        |
|     |                                |                                             |   |   | -скорость движения воздуха                                          | (0,1 – 20) м/с     |
| 206 | ГОСТ 54500.3                   | Рабочие места                               | - | - | Расчет неопределенности параметров микроклимата, освещенности, шума | -                  |
| 207 | ГОСТ Р 54944                   | Рабочие места                               | - | - | Освещенность:<br>- коэффициент естественного освещения (КЕО)        | (0,1-10) %         |
| 208 | СанПиН 2.2.4.3359-16, п.2.3    | Рабочие места в производственных помещениях | - | - | Параметры микроклимата:                                             |                    |
|     |                                |                                             |   |   | -температура воздуха,                                               | от 0 °С до + 50 °С |
|     |                                |                                             |   |   | - относительная влажность воздуха,                                  | (10 – 98) %        |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |                               |                |
|--|--|--|--|--|-------------------------------|----------------|
|  |  |  |  |  | -скорость движения<br>воздуха | (0,1 – 20) м/с |
|--|--|--|--|--|-------------------------------|----------------|

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»  
 Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском,  
 Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском,  
 Спасском районах

м.п. должность уполномоченного лица



*[Handwritten signature]*

Н.А. Киселёв

Фамилия, инициалы уполномоченного лица


прошито, пронумеровано 23 *Двадцать три* листов




Руководитель экспертной группы

Технические эксперты

  
Г.Б. Федутинова

  
Т.Ю. Самсонова

  
А.Т.Зарипов



Гордиевских П.А. 